

## Lotto 12 - EPATITE

| Caratteristiche della Strumentazione   |  | Punteggio massimo |   |   |
|--|--|-------------------|---|---|
| Caratteristica tecnica   | Regola di valutazione  | 22                |   |   |
|  |  | D                 | T | Q |
| Collegamento funzionale con altri strumenti dello stesso tipo o diversi, con particolare focus rispetto alla capacità di collegamento al Corelab.  | L'operatore economico dovrà redigere un apposito progetto dattagliato per il criterio.   | 5                 |   |   |
| Calibrazione posticipata dei risultati con possibilità di ricalcolo dei risultati associati senza ripetere il dosaggio.  | L'operatore economico su apposito modulo dovrà indicare il numero di analiti che possono usufruire della possibilità di calibrazione posticipata ( <b>espresso in numero</b> ).<br>L'operatore economico che avrà offerto il numero maggiore di analiti riceverà il massimo punteggio, i restanti verranno riparametrati.<br><b>CA = VMax / V-iesimo</b>   |                   |   | 4 |
| Durata media delle calibrazioni degli analiti obbligatori  | L'operatore economico su apposito modulo dovrà indicare il valore medio della durata delle calibrazioni degli analiti obbligatori ( <b>espressa in Giorni</b> ).<br>L'operatore economico che avrà dichiarato la durata media più lunga prenderà il massimo punteggio, i restanti verranno riparametrati.<br><b>CA = VMax / V-iesimo</b>   |                   |   | 4 |
| Caricamento in continuo dei reagenti e consumabili, senza interruzione dell'attività del singolo strumento.  | SI / NO  |                   | 3 |   |
| Modalità di Gestione del Carry-Over (Completa di Certificazione).  | L'operatore economico dovrà redigere un apposita relazione dattagliato per il criterio.  | 3                 |   |   |
| Possibilità di condividere la curva di calibrazione per lo stesso lotto.   | SI / NO  |                   | 3 |   |
| Caratteristiche dei Reagenti   |  | Punteggio massimo |   |   |
| Caratteristica tecnica   | Regola di valutazione  | 44                |   |   |
|  |  | D                 | T | Q |
| Assenza di false reattività - per tutti gli analiti obbligatori - dovute ad alti livelli dei più comuni fattori interferenti: quali bilirubina, trigliceridi, proteine, emoglobina.  | SI / NO  |                   | 2 |   |
| HBsAg: Unico test per il dosaggio sia quantitativo che qualitativo.  | SI / NO  |                   | 3 |   |
| HIV Ag + Ab: test di IV generazione con rilevazione antigene-anticorpo.  | SI / NO  |                   | 5 |   |
| Calibratori integrati nella stessa cartuccia dei reagenti.   | L'operatore economico dovrà redigere un apposita relazione dattagliato per il criterio e saranno valutate le soluzioni che semplificano o riducono le operazioni di calibrazione.  | 4                 |   |   |
| Controlli refrigerati a bordo.   | SI / NO  |                   | 2 |   |
| Reagenti pronto all'uso (analiti obbligatori) - VMax = 12 analiti  | L'operatore economico su apposito modulo dovrà indicare rispetto agli analiti obbligatori per quanti verranno forniti reagenti pronti all'uso ( <b>espresso in numero</b> ).<br>L'operatore economico con il maggior numero di reagenti pronti all'uso rispetto agli analiti obbligatori prenderà il massimo punteggio, i restanti verranno riparametrati.<br><b>CA = V-iesimo / VMax</b>              |                   |   | 4 |
| Numero di analiti opzionali offerti - VMax = 7 analiti.  | L'operatore economico su apposito modulo dovrà indicare il numero di test opzionali forniti ( <b>Quantità test opzionali offerti / Valore massimo test opzionali</b> ).<br>L'operatore economico con il maggior numero di test opzionali forniti prenderà il massimo punteggio.<br><b>CA = V-iesimo / VMax</b>   |                   |   | 7 |
| Dosaggi non soggetti a interferenza da streptavidina / biotina - VMax = 12   | L'operatore economico su apposito modulo dovrà indicare il numero di analiti tra quelli obbligatori non soggetti a interferenza da streptavidina / biotina ( <b>espresso in numero</b> ).<br>L'operatore economico che avrà offerto il numero maggiore di analiti riceverà il massimo punteggio, i restanti verranno riparametrati.<br><b>CA = V-iesimo / VMax</b>                                     |                   |   | 4 |
| Sensibilità analitica per HIV p24 del test combinato HIV Ag/Ab (Standard WHO 9636)   | L'operatore economico dovrà redigere un apposita relazione dattagliato per il criterio.  | 4                 |   |   |
| Test HCV in grado di determinare gli anticorpi totali (IgG+IgM)  | SI / NO  |                   | 2 |   |
| HBsAg, anti-HBc, HIV Ag/Ab, anti-HCV e Sifilide validati su campione cadaverico - VMax = 5   | L'operatore economico su apposito modulo dovrà indicare il numero di analiti validabili su campione cadaverico ( <b>espresso in numero</b> ).<br>L'operatore economico che avrà offerto il numero maggiore di analiti riceverà il massimo punteggio, i restanti verranno riparametrati.<br><b>CA = VMax / V-iesimo</b>   |                   |   | 2 |
| Sensibilità analitica per HBs-Ag (Standard WHO 00/588)   | L'operatore economico dovrà redigere un apposita relazione dattagliato per il criterio.  | 3                 |   |   |
| Test anticorpi anti-Treponema pallidum con antigeni ricombinanti   | L'operatore economico dovrà redigere un apposita relazione dattagliato per il criterio.  | 2                 |   |   |
| Assistenza Tecnica, Manutenzione e Formazione  |  | Punteggio massimo |   |   |
| Caratteristica tecnica   | Regola di valutazione  | 4                 |   |   |
|  |  | D                 | T | Q |
| Manutenzione correttiva  | Fornire una breve descrizione specificando tempi e strumenti adottati con cui l'operatore effettua la manutenzione correttiva, anche in funzione dell'impatto sulla continuità operativa.<br><u>Verrà valutata con maggior specificità la possibilità di assistenza remota per la strumentazione con modalità di condivisione in tempo reale e in totale sicurezza del desktop di troubleshooting.</u> | 2                 |   |   |
| Manutenzione programmata - Minor impatto delle attività di manutenzione programmata sulla continuità operativa   | Fornire una breve descrizione specificando gli accorgimenti adottati per diminuire l'impatto sulla continuità operativa.   | 1                 |   |   |
| Calendario, tipologia di corsi e numero di ore programmate dall'operatore economico concorrente per ciascuna Azienda per l'apprendimento e l'addestramento tecnico, l'approfondimento scientifico e diagnostico anche in relazione all'aggiornamento continuo sui test analizzati o di nuova introduzione, sulle tecnologie utilizzate e sui relativi aggiornamenti per tutto il periodo della fornitura, attuati sia in presenza che attraverso le modalità di fruizione di piattaforme educazionali accessibili on-line. | L'operatore economico dovrà redigere un progetto contenente gli obiettivi richiesti nel criterio.  | 1                 |   |   |
| <b>PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNABILE</b>  |  | <b>70</b>         |   |   |