

Tabella Criteri di Minima Specifici - Lotto 12

La fornitura deve rispondere ai seguenti requisiti indispensabili:

	RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza)	RISPONDENZA DEL CRITERIO		EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)	
		Rif. Nome Documento	Rif. Pagina	Rif. Nome Documento	Rif. Pagina
Strumenti nuovi di fabbrica e di ultima generazione, dovranno inoltre essere forniti tutti gli accessori necessari al sicuro e buon funzionamento in relazione alle tecnologie proposte;					
Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), qualora non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche, al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione della corrente elettrica;					
Idonei deionizzatori d'acqua se necessari;					
Consegna al piano ed installazione della strumentazione;					
Collegamento bidirezionale con il sistema informativo di laboratorio;					
Fornitura di tutti i reagenti e il materiale consumabile necessario per l'esecuzione dei test previsti (reagenti/cartucce, calibratori, attivatori, etc.) e, in generale, per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti (es. carta, consumabili generici), nulla escluso;					
Reintegro di un qualunque prodotto indispensabile per lo svolgimento dell'attività diagnostica;					
Servizio di assistenza tecnica effettuato secondo le modalità dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria;					
Manutenzione preventiva e correttiva, inclusa la sostituzione di tutte le parti di ricambio;					
Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti;					
Supporto scientifico e metodologico per il personale delle Aziende Appaltanti;					
Corsi di formazione iniziali all'uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori;					
La strumentazione deve garantire un reale accesso continuo e immediato dei campioni onde permettere l'inserimento di nuove accettazioni durante il processo analitico (in routine e in urgenza) senza influire sulle analisi in corso e sulla programmazione di analisi precedentemente imputate, con l'obiettivo di refertare esami nel minor tempo possibile, garantendo un flusso di lavoro continuo: Processazione – Refertazione in completa automazione;					
L'archivio dei reagenti deve essere automatico e gestito dal software dello strumento;					
Sistemi di controllo e di allarme (visivi e/o acustici) di interruzione o malfunzionamento del sistema operativo, in qualsiasi fase di esecuzione dei test;					
Sensore di livello e rivelatore coaguli.					
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA DEI SISTEMI ANALITICI E SOFTWARE GESTIONALE - La fornitura deve rispondere ai seguenti requisiti indispensabili:					
		RISPONDENZA DEL CRITERIO		EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)	

	RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza)	Rif. Nome Documento	Rif. Pagina	Rif. Nome Documento	Rif. Pagina
Strumenti nuovi di fabbrica e di ultima generazione, dovranno inoltre essere forniti tutti gli accessori necessari al sicuro e buon funzionamento in relazione alle tecnologie proposte;					
Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), qualora non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche, al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione della corrente elettrica;					
Consegna al piano ed installazione della strumentazione;					
Collegamento bidirezionale con il sistema informativo di laboratorio;					
Fornitura di tutti i reagenti e il materiale consumabile necessario per l'esecuzione dei test previsti (reagenti/cartucce, calibratori, attivatori, etc.) e, in generale, per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti (es. carta, consumabili generici), nulla escluso;					
Trasmissione al "Software gestionale dei C.Q.I." dei dati relativi i CQI sia interni che di terza parte;					
Reintegro di un qualunque prodotto indispensabile per lo svolgimento dell'attività diagnostica					
Servizio di assistenza tecnica effettuato secondo le modalità dichiarate dalla Ditta Aggiudicataria;					
Manutenzione preventiva e correttiva, inclusa la sostituzione di tutte le parti di ricambio;					
Idonei deionizzatori d'acqua se necessari;					
Aggiornamenti strumentali ed informatici gratuiti;					
Supporto scientifico e metodologico per il personale delle Aziende Appaltanti;					
Corsi di formazione iniziali all'uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori.					
REQUISITI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE PER I LABORATORI DI PERUGIA e TERNI, N. 2 Strumenti identici per ogni laboratorio - CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE:					
	RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza)	RISPONDENZA DEL CRITERIO		EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)	
		Rif. Nome Documento	Rif. Pagina	Rif. Nome Documento	Rif. Pagina
strumentazione di ultima generazione, tecnologia chemiluminescenza o equivalenti, totale automazione, produttività analitica di almeno 150 test/ora, riconoscimento positivo dei campioni e di ogni singolo reagente tramite barcode/RFID, caricamento in continuo dei campioni, accesso random, gestione urgenze, sensore di livello, dispensazione dei campioni con assenza di carryover;					
Gestione informatica: interfacciamento al software gestionale con integrazione del settore a garanzia della tracciabilità di tutti i campioni (gestione/validazione analitica dei risultati dei campioni/controlli/VEQ), e software gestionale degli strumenti.					
REQUISITI INDISPENSABILI DELLA STRUMENTAZIONE PER I LABORATORI DI PERUGIA e TERNI, N. 2 Strumenti identici per ogni laboratorio - CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DEI REAGENTI:					

		RISPONDENZA DEL CRITERIO		EQUIVALENZA (ove richiesto dall'OO.EE.)	
	RISPONDENZA SI / NO (in caso di mancata rispondenza indicare equivalenza)	Rif. Nome Documento	Rif. Pagina	Rif. Nome Documento	Rif. Pagina
Reagenti pronti all'uso per almeno il 80% dei test obbligatori oggetto di gara;					
Test obbligatori eseguibili sia su siero che su plasma senza pretrattamenti;					