

LOTTO 19 - ALLERGOLOGIA

OGGETTO DELLA FORNITURA

Affidamento della fornitura in service di sistemi analitici per l'esecuzione di test di allergologia occorrenti all'Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda Ospedaliera di Terni.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E CARATTERISTICHE DI MINIMA RICHIESTE

Sistema automatico per dosaggi IgE totali e specifiche e altri parametri immunoallergologici.
Il sistema offerto non deve prevedere il dosaggio su micropiastra.

DESCRIZIONE FABBISOGNI

Nella Tabella denominata "**TABELLA FABBISOGNI - Lotto 19 - ALLERGOLOGIA.pdf**" sono riportati il numero dei test / anno eseguiti ed i rispettivi analiti.

I test indicati in tabella NON sono comprensivi delle esecuzioni effettuate per le calibrazioni ed i controlli di qualità richiesti in base alla tecnologia, che andranno opportunamente calcolate e offerte.

La fornitura dovrà comprendere tutto il materiale accessorio necessario all'effettuazione delle analisi richieste.

E' richiesta l'offerta del numero di singoli allergeni per il dosaggio di IgE specifiche il più ampio possibile per allergeni respiratori, alimentari, miceti, parassiti, carboidrati, enzimi, veleni d'insetti, farmaci, allergeni professionali e molecolari ricombinanti.

CARATTERISTICHE DI MINIMA

- Sistema automatico per dosaggio IgE totali e specifiche e altri parametri immuno-allergologici;
- La metodologia offerta non deve prevedere il dosaggio su micropiastra;
- Strumentazione nuova e di ultima generazione e di tipologia già presente sul mercato;
- Software di gestione con completa tracciabilità di tutti i processi analitici;
- Tutte le procedure del sistema devono essere assistite da idoneo software, che comprenda l'accettazione e refertazione pazienti, la gestione statistiche;
- Programma di ricerca e di analisi dati dedicato, per reparto richiedente, tipologia di esame, nominativo paziente;
- Utilizzo di provette primarie e secondarie di differenti tipologie;
- Riconoscimento positivo del campione mediante lettore di diverse tipologie di codici a barre o tecnologia alternativa;
- Esecuzione di reflex testing e re-run;
- Memorizzazione delle curve di calibrazione di lotti diversi;
- Sistema di verifica di non avvenuta aspirazione del campione;
- Interfacciamento con il sistema informatico di gestione (host computer, diretto o mediato dal middleware), in uso nei laboratori per tutta la strumentazione fornita;
- Identificazione positiva del reagente (reagenti barcodati o altra tecnologia);
- Smaltimento in sicurezza dei rifiuti solidi/liquidi;
- Fornitura di gruppi di alimentazione tampone (UPS), qualora non fosse possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto con tali caratteristiche, al fine di garantire la continuità di servizio, di evitare la perdita di dati e di salvaguardare i dispositivi stessi da eventuali danni recati da una improvvisa interruzione della corrente elettrica.
- Il sistema deve disporre di unità informatica corredata di software idoneo all'elaborazione e memorizzazione dei risultati;
- Riferimento per la determinazione IgE quantitativa con standard internazionali;
- Assenza di interferenze con altre classi immunoglobuliniche.

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Le proposte di fornitura saranno valutate in base alle caratteristiche tecniche e in relazione ai criteri inseriti nell'allegato "**CAPITOLATO TECNICO - CRITERI VALUTAZIONE - Lotto 19.pdf**"

Per gli elementi relativi ai servizi (Assistenza Tecnica, Formazione e Software Gestionale Middleware) verrà valutato il progetto di fornitura con particolare attenzione agli elementi migliorativi rispetto ai minimi richiesti.