

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "CND W05 - DISPOSITIVI MEDICI E DIAGNOSTICI IN VITRO BIS" - PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA - CODICE GARA ANAC 9416745**

**Verbale n.2 del 07/03/2024**

**Premesso che**

**Premesso che:**

- con determina dell'Amministratore Unico del 08/02/2024 è stata nominata la relativa commissione giudicatrice come qui di seguito specificata:
  - Dott.ssa Francesca Lucheroni - Coordinatrice S.C. Microbiologia - Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Presidente;
  - Dott.ssa Antonella Alunni - Dirigente Biologo - Azienda USL Umbria 1 , in qualità di membro;
  - Dott. Francesco Fagotti - Dirigente Farmacista - Azienda USL Umbria 1, in qualità di membro;
- in data 28/02/2024, presso la Sede di Puntozero scarl, si è riunita la Commissione Giudicatrice come sopra composta, regolarmente costituita alla presenza di tutti i componenti ed ha verificato il deposito telematico della documentazione tecnica inviata dai concorrenti ed a tal fine ha aperto virtualmente le offerte tecniche relative ai lotti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - OEPV ed anche quelle relative ai lotti aggiudicati al prezzo più basso per la verifica dei requisiti minimi, accertandone la regolarità e la completezza;
- di seguito la Commissione ha iniziato a verificare la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotti offerti per alcuni lotti, dichiarandoli tecnicamente IDONEI o altrimenti rilevando la necessità di richiedere ulteriori chiarimenti, nell'esercizio della facoltà di cui al par. 14 del disciplinare di gara.

**TANTO PREMESSO**

Il giorno 07/03/2024, alle ore 9:30 circa, presso la Sede operativa di Puntozero Scarl, in Perugia, Via Enrico dal Pozzo snc, si è riunita la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto, regolarmente costituita alla

presenza di tutti i componenti, procede in seduta riservata, con le operazioni valutative dei lotti da aggiudicare al prezzo più basso.

La Commissione è presente nella seguente composizione:

- Dott.ssa Francesca Lucheroni - Coordinatrice S.C. Microbiologia - Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Antonella Alunni - Dirigente Biologo - Azienda USL Umbria 1 , in qualità di membro;
- Dott. Francesco Fagotti - Dirigente Farmacista - Azienda USL Umbria 1, in qualità di membro.

La Commissione, provvede alla valutazione di idoneità tecnica, attraverso la preliminare verifica della conformità delle caratteristiche dei prodotti offerti rispetto ai requisiti tecnici minimi specificati nel Capitolato tecnico e suoi allegati ed alla valutazione di qualità.

Di seguito viene riportato l'esito delle operazioni svolte :

### **LOTTO 3- PROVETTE IN PLASTICA E TAPPI VARIE FORME e VOLUMI**

**KALTEK SRL:** In merito al rif. 3, riguardo la caratteristica “provetta in polipropilene”, la ditta offre prodotto in polistirolo/ polystyrene , ed allega un'apposita dichiarazione di conformità. La Commissione valuta la dichiarazione presentata e ritiene che la stessa sia idonea a dimostrare che la soluzione proposta ottempera in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Di seguito, la Commissione, dopo avere esaminato la documentazione tecnica, rileva la necessità di chiedere ulteriori chiarimenti, nell'esercizio della facoltà di cui al par. 14 del disciplinare di gara. In particolare con riferimento alle seguenti caratteristiche:

- **in merito al rif. 15**, riguardo il requisito minimo “provetta per biologia molecolare” ovvero trattasi di provetta che deve possedere necessariamente la caratteristica DNA, DNasi e RNasi free, la ditta indica nel modello offerta tecnica che lo stesso è presente, ma non è riscontrabile nella scheda tecnica e in altra documentazione tecnica depositata.
- **in merito rif. 19**, riguardo i requisiti minimi “fondo conico”, “alta qualità in quanto utilizzata dal Laboratorio di Ematologia Trapianto Midollo Osseo.” e “confezione multipla max 25 pezzi”, sono indicate nel modello offerta tecnica, ma non sono riscontrabili nella scheda tecnica e in altra documentazione tecnica depositata.

Pertanto il Presidente della Commissione predisporre specifica comunicazione e sospende ogni valutazione fino al riscontro da parte della citata Concorrente. Suddetta comunicazione relativa alla richiesta di chiarimenti verrà inviata tramite la piattaforma telematica, Net4Market.


**BIOSIGMA S.P.A.:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alla successiva fase di gara.

**LABOINDUSTRIA S.p.A.:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alla successiva fase di gara.

**LOTTO 6 PUNTALI ORIGINALI e/o COMPATIBILI CON STRUMENTAZIONE EPPENDORF  
GIÀ IN DOTAZIONE ALLE AZIENDE**

Riguardo il requisito della Dichiarazione di conformità CE per i prodotti oggetto del presente lotto, la Commissione esamina la normativa di riferimento, riguardante i Dispositivi Medici (Regolamento 2017/745/UE) e i Diagnostici in Vitro (Regolamento 2017/746/UE), che prescrive l'obbligatorietà della dichiarazione di conformità UE e dell'apposizione della marcatura CE; si rileva che i suddetti Regolamenti UE non risultano applicabili per i prodotti oggetto del presente lotto, i quali sono considerati apparecchiature generali di laboratorio. L'offerta viene dunque considerata conforme anche in assenza di Dichiarazione di conformità CE.

**SARSTEDT SRL:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alla successiva fase di gara.



**RESNOVA SRL:**La Commissione pertanto, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alla successiva fase di gara.

**LABOINDUSTRIA S.p.A.** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alla successiva fase di gara.


**EPPENDORF SRL:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alla successiva fase di gara.

**CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.P.A.:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alla successiva fase di gara.

**BIOSIGMA S.P.A. :** La Commissione dopo avere esaminato la documentazione tecnica rileva la necessità di chiedere ulteriori chiarimenti, nell'esercizio della facoltà di cui al par. 14 del disciplinare di gara. In particolare con riferimento alle seguenti caratteristiche:

- **in merito ai riferimenti da 1 a 8**, riguardo il requisito minimo "compatibili con Eppendorf" risulta indicato nel modello offerta tecnica ma assente nella scheda tecnica e non riscontrabile nemmeno in altra documentazione tecnica presentata, in quanto la ditta indica la dicitura "compatibile con la maggior parte delle micropipette" ma non specifica per Eppendorf.

Pertanto il Presidente della Commissione predisponde specifica comunicazione e sospende ogni valutazione fino al riscontro da parte della citata Concorrente. Suddetta comunicazione relativa alla richiesta di chiarimenti verrà inviata tramite la piattaforma telematica, Net4Market.



**LOTTO 7 PUNTALI ORIGINALI e/o COMPATIBILI CON STRUMENTAZIONE GILSON GIA' IN DOTAZIONE ALLE AZIENDE**

**SARSTEDT SRL** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alla successiva fase di gara.

**LABOINDUSTRIA S.p.A.** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alla successiva fase di gara.


**CO.DI.SAN.Commercio Distribuzione Sanitari S.P.A.:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alla successiva fase di gara.

I Lavori della Commissione tecnica si concludono alle ore 14:30 circa, per proseguire nella prossima seduta.

Il presente verbale si compone di 5 pagine

Letto, confermato e sottoscritto:


- Dott.ssa Francesca Lucheroni - Coordinatrice S.C. Microbiologia - Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Presidente;

  
\_\_\_\_\_

- Dott.ssa Antonella Alunni - Dirigente Biologo - Azienda USL Umbria 1 , in qualità di membro;

  
\_\_\_\_\_

- Dott. Francesco Fagomi - Dirigente Farmacista - Azienda USL Umbria 1, in qualità di membro.

  
\_\_\_\_\_