

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "CND W05 - DISPOSITIVI MEDICI E DIAGNOSTICI IN VITRO BIS" - PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA - CODICE GARA ANAC 9416745

Verbale n. 5 del 19/04/2024

Premesso che:

- con determina dell'Amministratore Unico del 08/02/2024 è stata nominata la relativa commissione giudicatrice come qui di seguito specificata:
 - Dott.ssa Francesca Lucheroni - Coordinatrice S.C. Microbiologia - Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Presidente;
 - Dott.ssa Antonella Alunni - Dirigente Biologo - Azienda USL Umbria 1 , in qualità di membro;
 - Dott. Francesco Fagotti - Dirigente Farmacista - Azienda USL Umbria 1, in qualità di membro;
- in data 28/02/2024, presso la Sede di Puntozero scarl, si è riunita la Commissione Giudicatrice come sopra composta, regolarmente costituita alla presenza di tutti i componenti ed ha verificato il deposito telematico della documentazione tecnica inviata dai concorrenti ed a tal fine ha aperto virtualmente le offerte tecniche relative ai lotti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - OEPV ed anche quelle relative ai lotti aggiudicati al prezzo più basso per la verifica dei requisiti minimi, accertandone la regolarità e la completezza;
- di seguito, nelle date del 07/03/2024, 13/03/2024, 04/04/2024 la Commissione ha iniziato a verificare la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi dei prodotti offerti per alcuni lotti, dichiarandoli tecnicamente IDONEI, tecnicamente non idonei o altrimenti rilevando la necessità di richiedere ulteriori chiarimenti, nell'esercizio della facoltà di cui al par. 14 del disciplinare di gara.

TANTO PREMESSO

Il giorno 16 aprile 2024 alle ore 09:00 circa, in Perugia presso la sede di PuntoZero Scarl, Via G.B. Pontani 39, la Commissione di gara, nominata con determinazione dell'Amministratore Unico del 08/02/2024, in

seduta riservata, procede con l'esame dei criteri di valutazione tecnica sulla base della documentazione presentata dalle società partecipanti alla gara in oggetto.

La Commissione è presente nella seguente composizione:

- Dott.ssa Francesca Lucheroni - Coordinatrice S.C. Microbiologia - Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Antonella Alunni - Dirigente Biologo - Azienda USL Umbria 1, in qualità di membro;
- Dott. Francesco Fagotti - Dirigente Farmacista - Azienda USL Umbria 1, in qualità di membro.

Preliminarmente si prende atto che le ditte a cui erano stati richiesti chiarimenti tecnici, hanno fornito le risposte ai quesiti formulati e pertanto si rileva che:

- KALTEK S.R.L.:

Per il LOTTO 3, la Commissione ritiene che i chiarimenti siano esaustivi e conferma la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, pertanto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alla successiva fase di gara.

Per il LOTTO 4, la Commissione ritiene che i chiarimenti siano esaustivi e conferma la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, pertanto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alla successiva fase di gara. Si prende atto, inoltre, che la ditta non possiede il requisito premiante relativo alla certificazione della parità di genere.

Per il LOTTO 8, la Commissione ritiene che i chiarimenti siano esaustivi e conferma la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, pertanto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alla successiva fase di gara.

- BIOSIGMA S.p.a.:

Per il LOTTO 6, la Commissione ritiene che i chiarimenti siano esaustivi e conferma la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, pertanto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alla successiva fase di gara.

- LABOINDUSTRIA S.p.a.:

Per il LOTTO 4, la Commissione ritiene che i chiarimenti siano esaustivi e conferma la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, pertanto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alla successiva fase di gara.

- CLINILAB S.R.L.:

Per il LOTTO 8, la Commissione ritiene che i chiarimenti siano esaustivi e conferma la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, pertanto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alla successiva fase di gara.

- EPPENDORF S.R.L. : si prende atto che la ditta non possiede il requisito premiante relativo alla certificazione della parità di genere.



2

- **RESNOVA S.R.L.:** si prende atto che la ditta non possiede i requisiti premianti relativi alla certificazione della parità di genere e alla certificazione della procedura di gestione ambientale.

La Commissione, rileva altresì che, come indicato al paragrafo 19 del suddetto Disciplinare di gara, l'Appalto viene aggiudicato relativamente ai lotti n. 1-2-3-6-7-8-9 e 10, in base al criterio del minor prezzo, previa verifica del possesso delle caratteristiche tecniche minime riportate nell'allegato A, "TABELLA lotti, caratteristiche e fabbisogni".

Relativamente ai lotti n. 4 e 5 l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed economico indicata nello stesso Disciplinare di gara e, pertanto, saranno attribuiti massimo 70 (settanta) punti all'offerta tecnica e massimo 30 (trenta) punti per quella economica.

La Commissione prende, altresì, atto che il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella 3 – *Criteri di Valutazione*, presente all'art. 19.1 del Disciplinare di Gara.

La Commissione prende infine atto che a ciascuno degli elementi qualitativi di cui alla colonna "Discrezionale" della tabella 3 – *Criteri di Valutazione*, il punteggio verrà attribuito a seguito di determinazione di un coefficiente, variabile da zero a uno, che verrà definito calcolando la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta secondo la seguente scala di valutazione:


GIUDIZIO COMMISSIONE	VALORE ASSEGNATO al COEFFICIENTE V (a)
INADEGUATO	0
SCARSO	0,2
INSUFFICIENTE	0,4
SUFFICIENTE	0,6
BUONO	0,8
OTTIMO	1

La Commissione rileva inoltre che:



- nella colonna “Quantitativo”, della tabella 3 – *Criteri di Valutazione* dell’Allegato 7, vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica definita negli atti di gara.
- nella colonna “Tabellare”, della tabella 3 – *Criteri di Valutazione*, vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o parziale/mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

La Commissione avvia l’esame dei criteri di valutazione tecnica sulla base della documentazione prodotta dagli operatori economici analizzando le offerte prodotte per il **LOTTO 4**.



PUNTEGGI DISCREZIONALI


KALTEK S.r.l.	
Elemento di valutazione	Riguardo alle Pipettatrici: Accuratezza con particolare riguardo alle pipettatrici a volumi più piccoli. La Commissione in particolare valuterà con punteggio più alto il prodotto che presenta l'accuratezza e precisione più elevata nel prelievo.
Presidente	L'Offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito ad accuratezza e precisione nel prelievo ritenute buone. 0,80
Componente	L'Offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito ad accuratezza e precisione nel prelievo ritenute buone. 0,80
Componente	L'Offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito ad accuratezza e precisione nel prelievo ritenute buone. 0,80
MEDIA	
PUNTEGGIO CONSEGUITO	
Elemento di valutazione	Riguardo alle Pipettatrici: Semplicità nelle operazioni di smontaggio e rimontaggio da parte dell'operatore alle procedure di pulizia e sanificazione. La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto che presenta una maggiore semplicità delle operazioni sopra descritte.
Presidente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alle operazioni di smontaggio e rimontaggio e alle relative procedure di pulizia e sanificazione ritenute buone. 0,80
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alle operazioni di smontaggio e rimontaggio e alle relative procedure di pulizia e sanificazione ritenute buone. 0,80
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alle operazioni di smontaggio e rimontaggio e alle relative procedure di pulizia e sanificazione ritenute buone. 0,80
MEDIA	
PUNTEGGIO CONSEGUITO	
Elemento di valutazione	Riguardo i Puntali: Per i puntali in rack: facilità di apertura del rack. La Commissione valuterà con punteggio più alto il packaging più pratico.



Presidente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alla facilità di apertura del rack e alla praticità del packaging, ritenute buone.	0,80
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alla facilità di apertura del rack e alla praticità del packaging, ritenute buone.	0,80
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alla facilità di apertura del rack e alla praticità del packaging, ritenute buone.	0,80
MEDIA		0,80
PUNTEGGIO CONSEGUITO		
6,4		
Elemento di valutazione	Riguardo i puntali: idoneità alla propria sterilizzazione e indicazione delle procedure per la sterilizzazione da seguire. La Commissione in particolare valuterà con punteggio più alto il prodotto che sia facile da sterilizzare e che abbia le indicazioni più chiare in relazione alla procedura di sterilizzazione.	
Presidente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto garantisce una buona sterilizzazione e fornisce indicazioni in merito alle procedure di sterilizzazione ritenute buone.	0,80
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto garantisce una buona sterilizzazione e fornisce indicazioni in merito alle procedure di sterilizzazione ritenute buone.	0,80
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto garantisce una buona sterilizzazione e fornisce indicazioni in merito alle procedure di sterilizzazione ritenute buone.	0,80
MEDIA		0,80
PUNTEGGIO CONSEGUITO		
9,6		
EPENDORF S.r.l.		
Elemento di valutazione	Riguardo alle Pipettatrici: Accuratezza con particolare riguardo alle pipettatrici a volumi più piccoli. La Commissione in particolare valuterà con punteggio più alto il prodotto che presenta l'accuratezza e precisione più elevata nel prelievo.	
Presidente	L'Offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito ad accuratezza e precisione nel prelievo ritenute buone.	0,80





Componente	L'Offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito ad accuratezza e precisione nel prelievo ritenute buone.	0,80
Componente	L'Offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito ad accuratezza e precisione nel prelievo ritenute buone.	0,80
MEDIA		0,80
PUNTEGGIO CONSEGUITO		
Elemento di valutazione	Riguardo alle Pipettrici: Semplicità nelle operazioni di smontaggio e rimontaggio da parte dell'operatore alle procedure di pulizia e sanificazione. La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto che presenta una maggiore semplicità delle operazioni sopra descritte.	9,6
Presidente	L'offerta in merito al criterio viene valutata OTTIMA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche ottimali in merito alle operazioni di smontaggio e rimontaggio e alle relative procedure di pulizia e sanificazione.	1,0
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata OTTIMA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche ottimali in merito alle operazioni di smontaggio e rimontaggio e alle relative procedure di pulizia e sanificazione.	1,0
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata OTTIMA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche ottimali in merito alle operazioni di smontaggio e rimontaggio e alle relative procedure di pulizia e sanificazione.	1,0
MEDIA		1,0
PUNTEGGIO CONSEGUITO		
Elemento di valutazione	Riguardo i Puntali: Per i puntali in rack: facilità di apertura del rack. La Commissione valuterà con punteggio più alto il packaging più pratico.	12
Presidente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alla facilità di apertura del rack e alla praticità del packaging, ritenute buone.	0,80
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alla facilità di apertura del rack e alla praticità del packaging, ritenute buone.	0,80
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alla facilità di apertura del rack e alla praticità del packaging, ritenute buone.	0,80
MEDIA		0,80




PUNTEGGIO CONSEGUITO		6,4
Elemento di valutazione	Riguardo i puntali: idoneità alla propria sterilizzazione e indicazione delle procedure per la sterilizzazione da seguire. La Commissione in particolare valuterà con punteggio più alto il prodotto che sia facile da sterilizzare e che abbia le indicazioni più chiare in relazione alla procedura di sterilizzazione.	
Presidente	L'offerta in merito al criterio viene valutata OTTIMA . In particolare il prodotto offerto garantisce un'ottima sterilizzazione e fornisce indicazioni in merito alle procedure di sterilizzazione ritenute ottimali.	1,0
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata OTTIMA . In particolare il prodotto offerto garantisce un'ottima sterilizzazione e fornisce indicazioni in merito alle procedure di sterilizzazione ritenute ottimali.	1,0
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata OTTIMA . In particolare il prodotto offerto garantisce un'ottima sterilizzazione e fornisce indicazioni in merito alle procedure di sterilizzazione ritenute ottimali.	1,0
MEDIA		1,0
PUNTEGGIO CONSEGUITO		12

RESNOVA S.r.l.	
Elemento di valutazione	Riguardo alle Pipettatrici: Accuratezza con particolare riguardo alle pipettatrici a volumi più piccoli. La Commissione in particolare valuterà con punteggio più alto il prodotto che presenta l'accuratezza e precisione più elevata nel prelievo.
Presidente	L'Offerta in merito al criterio viene valutata BUONA . In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito ad accuratezza e precisione nel prelievo ritenute buone.
	0,80




Componente	L'Offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito ad accuratezza e precisione nel prelievo ritenute buone.	0,80
Componente	L'Offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito ad accuratezza e precisione nel prelievo ritenute buone.	0,80
MEDIA		0,80
PUNTEGGIO CONSEGUITO		
Elemento di valutazione	Riguardo alle Pipettatrici: Semplicità nelle operazioni di smontaggio e rimontaggio da parte dell'operatore alle procedure di pulizia e sanificazione. La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto che presenta una maggiore semplicità delle operazioni sopra descritte.	9,6
Presidente	L'offerta in merito al criterio viene valutata SUFFICIENTE. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alle operazioni di smontaggio e rimontaggio e alle relative procedure di pulizia e sanificazione ritenute sufficienti, anche in considerazione del numero delle componenti che costituiscono il prodotto.	0,60
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata SUFFICIENTE. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alle operazioni di smontaggio e rimontaggio e alle relative procedure di pulizia e sanificazione ritenute sufficienti, anche in considerazione del numero delle componenti che costituiscono il prodotto.	0,60
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata SUFFICIENTE. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alle operazioni di smontaggio e rimontaggio e alle relative procedure di pulizia e sanificazione ritenute sufficienti, anche in considerazione del numero delle componenti che costituiscono il prodotto.	0,60
MEDIA		0,60
PUNTEGGIO CONSEGUITO		
Elemento di valutazione	Riguardo i Puntali: Per i puntali in rack: facilità di apertura del rack. La Commissione valuterà con punteggio più alto il packaging più pratico.	7,2




Presidente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alla facilità di apertura del rack e alla praticità del packaging, ritenute buone.	0,80
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alla facilità di apertura del rack e alla praticità del packaging, ritenute buone.	0,80
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alla facilità di apertura del rack e alla praticità del packaging, ritenute buone.	0,80
MEDIA		0,80
PUNTEGGIO CONSEGUITO		
Riguardo i puntali: idoneità alla propria sterilizzazione e indicazione delle procedure per la sterilizzazione da seguire.		
Elemento di valutazione	La Commissione in particolare valuterà con punteggio più alto il prodotto che sia facile da sterilizzare e che abbia le indicazioni più chiare in relazione alla procedura di sterilizzazione.	
Presidente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto garantisce una buona sterilizzazione e fornisce indicazioni in merito alle procedure di sterilizzazione ritenute buone.	0,80
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto garantisce una buona sterilizzazione e fornisce indicazioni in merito alle procedure di sterilizzazione ritenute buone.	0,80
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto garantisce una buona sterilizzazione e fornisce indicazioni in merito alle procedure di sterilizzazione ritenute buone.	0,80
MEDIA		0,80
PUNTEGGIO CONSEGUITO		
		9,6

LABOINDUSTRIA S.p.A.	
Elemento di valutazione	Riguardo alle Pipettatrici: Accuratezza con particolare riguardo alle pipettatrici a volumi più piccoli. La Commissione in particolare valuterà con punteggio più alto il prodotto che presenta l'accuratezza e precisione più elevata nel prelievo.
Presidente	L'Offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito ad accuratezza e precisione nel prelievo ritenute buone. 0,80
Componente	L'Offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito ad accuratezza e precisione nel prelievo ritenute buone. 0,80
Componente	L'Offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito ad accuratezza e precisione nel prelievo ritenute buone. 0,80
MEDIA	
PUNTEGGIO CONSEGUITO	
Elemento di valutazione	Riguardo alle Pipettatrici: Semplicità nelle operazioni di smontaggio e rimontaggio da parte dell'operatore alle procedure di pulizia e sanificazione. La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto che presenta una maggiore semplicità delle operazioni sopra descritte. 9,6
Presidente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alle operazioni di smontaggio e rimontaggio e alle relative procedure di pulizia e sanificazione ritenute buone. 0,80
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alle operazioni di smontaggio e rimontaggio e alle relative procedure di pulizia e sanificazione ritenute buone. 0,80
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alle operazioni di smontaggio e rimontaggio e alle relative procedure di pulizia e sanificazione ritenute buone. 0,80




LABOINDUSTRIA S.p.A.	
	di smontaggio e rimontaggio e alle relative procedure di pulizia e sanificazione ritenute buone.
	0,80
	MEDIA
	9,6
PUNTEGGIO CONSEGUITO	
Elemento di valutazione	Riguardo i Puntali: Per i puntali in rack: facilità di apertura del rack. La Commissione valuterà con punteggio più alto il packaging più pratico.
Presidente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alla facilità di apertura del rack e alla praticità del packaging, ritenute buone. 0,80
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alla facilità di apertura del rack e alla praticità del packaging, ritenute buone. 0,80
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto presenta caratteristiche in merito alla facilità di apertura del rack e alla praticità del packaging, ritenute buone. 0,80
	MEDIA
	0,80
	6,4
PUNTEGGIO CONSEGUITO	
Elemento di valutazione	Riguardo i puntali: idoneità alla propria sterilizzazione e indicazione delle procedure per la sterilizzazione da seguire. La Commissione in particolare valuterà con punteggio più alto il prodotto che sia facile da sterilizzare e che abbia le indicazioni più chiare in relazione alla procedura di sterilizzazione.
Presidente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto garantisce una buona sterilizzazione e fornisce indicazioni in merito alle procedure di sterilizzazione ritenute buone. 0,80
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto garantisce una buona sterilizzazione e fornisce indicazioni in merito alle procedure di sterilizzazione ritenute buone. 0,80

AA 


LABOINDUSTRIA S.p.A.	
Componente	L'offerta in merito al criterio viene valutata BUONA. In particolare il prodotto offerto garantisce una buona sterilizzazione e fornisce indicazioni in merito alle procedure di sterilizzazione ritenute buone.
	0,80
MEDIA	
	0,80
PUNTEGGIO CONSEGUITO	
	9,6

PUNTEGGI TABELLARI


Criterio	Wi	Formula per l'attribuzione del punteggio tecnico	DITTE	VALORE	PUNTEGGIO
Riguardo alle Pipettatrici: Istruzioni circa la modalità con cui seguire le operazioni di pulizia e sanificazione, all'interno della documentazione tecnica a corredo della micropipetta. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.	2	Presenza della caratteristica = 2 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	KALTEK SRL	SI	2
			EPPENDORF SRL	SI	2
			RESNOVA SRL	SI	2
			LABOINDUSTRIA SPA	SI	2
Riguardo alle Pipettatrici: Completamente autoclavabile. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.	2	Presenza della caratteristica = 2 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	KALTEK SRL	SI	2
			EPPENDORF SRL	SI	2
			RESNOVA SRL	SI	2
			LABOINDUSTRIA SPA	SI	2



Criterio	Wi	Formula per l'attribuzione del punteggio tecnico	DITTE	VALORE	PUNTEGGIO
Riguardo alle Pipettatrici: Disponibilità di cono porta puntale in acciaio per micro pipette di piccolo volume (<20 ncl). Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.	3	Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	KALTEK SRL	NO	0
			EPPENDORF SRL	SI	3
			RESNOVA SRL	NO	0
			LABOINDUSTRIA SPA	NO	0
Riguardo alle Pipettatrici: Disponibilità di sistemi per facilitare e standardizzare il caricamento e l'espulsione del puntale. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.	3	Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	KALTEK SRL	SI	3
			EPPENDORF SRL	SI	3
			RESNOVA SRL	SI	3
			LABOINDUSTRIA SPA	SI	3
Riguardo alle Pipettatrici: Per la versione a volume variabile: variatore di volume indipendente dal pulsante operativo senza necessità di blocco volume. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.	3	Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	KALTEK SRL	SI	3
			EPPENDORF SRL	SI	3
			RESNOVA SRL	SI	3
			LABOINDUSTRIA SPA	SI	3
Riguardo alle Pipettatrici: Per la versione a volume variabile: Regolazione con graduazione continua del volume per microlitro o frazioni di microlitro. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.	3	Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	KALTEK SRL	SI	3
			EPPENDORF SRL	SI	3
			RESNOVA SRL	SI	3
			LABOINDUSTRIA SPA	SI	3



Criterio	Wi	Formula per l'attribuzione del punteggio tecnico	DITTE	VALORE	PUNTEGGIO
Riguardo alle Pipettatrici: Per la versione multicanalale: canali removibili singolarmente. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.	3	Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	KALTEK SRL	SI	3
			EPENDORF SRL	SI	3
			RESNOVA SRL	SI	3
			LABOINDUSTRIA SPA	SI	3
Riguardo i Puntali: Disponibilità di puntali di diversa lunghezza per gli stessi volumi Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.	2	Presenza della caratteristica = 2 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	KALTEK SRL	SI	2
			EPENDORF SRL	SI	2
			RESNOVA SRL	SI	2
			LABOINDUSTRIA SPA	SI	2
PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE. Viene valutata la conformità della struttura gestionale del concorrente per l'integrazione delle pratiche di gestione ambientale, il perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato. Appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso	2	Presenza della caratteristica = 2 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	KALTEK SRL	NO	0
			EPENDORF SRL	SI	2
			RESNOVA SRL	NO	0
			LABOINDUSTRIA SPA	NO	0



Criterio	Wi	Formula per l'attribuzione del punteggio tecnico	DITTE	VALORE	PUNTEGGIO
contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata					
PARITA' DI GENERE. UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.	2	Presenza della caratteristica = 2 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	KALTEK SRL EPPENDORF SRL RESNOVA SRL LABOINDUSTRIA SPA	NO NO NO NO	0 0 0 0

I punteggi complessivi, conformemente a quanto previsto nel Disciplinare di gara al paragrafo 19, sono per il LOTTO 4 di seguito riportati:


Operatore Economico	Totale punteggio Tabellare	Totale punteggio Discrezionale	Totale punteggio tecnico
KALTEK SRL	15,00	35,20	50,20
EPPENDORF SRL	23,00	41,60	63,00
RESNOVA SRL	18,00	32,80	50,80
LABOINDUSTRIA SPA	18,00	35,20	53,20



Successivamente la commissione prosegue con l'esame dei criteri di valutazione tecnica sulla base della documentazione prodotta dagli operatori economici analizzando le offerte prodotte per il LOTTO 5.


PUNTEGGI DISCREZIONALI

EPENDORF S.R.L.	
Elemento di valutazione	Riguardo alle Pipettatrici per puntali siringa: Maneggevolezza d'uso della pipettatrice. La commissione in particolare valuterà con punteggio più alto il prodotto che sia più semplice da impugnare e più maneggevole. La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto che presenta una maggiore semplicità delle operazioni sopra descritte.
Presidente	L'Offerta in merito al criterio viene valutata OTTIMA . In particolare, il prodotto offerto presenta caratteristiche ottimali in relazione alla maneggevolezza, e alla semplicità di impugnatura. 1,0
Componente	L'Offerta in merito al criterio viene valutata OTTIMA . In particolare, il prodotto offerto presenta caratteristiche ottimali in relazione alla maneggevolezza, e alla semplicità di impugnatura. 1,0
Componente	L'Offerta in merito al criterio viene valutata OTTIMA . In particolare, il prodotto offerto presenta caratteristiche ottimali in relazione alla maneggevolezza, e alla semplicità di impugnatura. 1,0
MEDIA	
1,0	
PUNTEGGIO CONSEGUITO	
20	




PUNTEGGI QUANTITATIVI

Criterio	Wi	Formula per l'attribuzione del punteggio tecnico	Ditte	valore	Punteggio
<p>Riguardo alle Pipettatrici per puntali siringa: Numero di erogazioni che è possibile effettuare senza ricaricare la siringa. La Commissione attribuirà un $V_{ai} = 1$ al concorrente che offre il prodotto con il numero maggiore di erogazioni effettuabili senza ricaricare la siringa. Il coefficiente degli altri concorrenti sarà attribuito in maniera proporzionale, secondo la seguente formula: $C_i = R_i / R_{max}$ C_i = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; R_i = numero massimo di erogazioni effettuabili senza ricaricare la siringa offerta dal concorrente i-esimo; R_{max} = numero maggiore di erogazioni effettuabili senza ricaricare la siringa offerto fra tutti i concorrenti.</p>	20	$C_i = R_i / R_{max}$	EPPENDO RF S.R.L.	1	20




PUNTEGGI TABELLARI

Criterio	Wi	Formula per l'attribuzione del punteggio tecnico	Ditte	valore	PUNTEGGIO
Riguardo alle Pipettatrici per puntali siringa: Presenza di contatore di step eseguiti. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata	9	Presenza della caratteristica = 9 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	EPPENDORF S.R.L.	SI	9
Riguardo alle Pipettatrici per puntali siringa: Sistema di espulsione della siringa con una mano mediante pulsante senza contatto con la siringa. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.	9	Presenza della caratteristica = 9 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	EPPENDORF S.R.L.	SI	9
Riguardo i Puntali: Disponibilità di puntali a siringa sterili confezionati singolarmente. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.	8	Presenza della caratteristica = 8 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	EPPENDORF S.R.L.	SI	8
PROCEDURA DI GESTIONE AMBIENTALE. Viene valutata la conformità della struttura gestionale del concorrente per l'integrazione delle pratiche di gestione ambientale, il perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato Appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle	2	Presenza della caratteristica = 2 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	EPPENDORF S.R.L.	SI	2



Criterio	Wi	Formula per l'attribuzione del punteggio tecnico	Ditte	valore	PUNTEGGIO
<p>serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018) .In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.</p> <p>PARITA' DI GENERE. UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 2 punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata.</p>	2	<p>Presenza della caratteristica = 2 punti Assenza della caratteristica = 0 punti</p>	EPENDORF S.R.L.	NO	0



I punteggi complessivi, conformemente a quanto previsto nel Disciplinare di gara al paragrafo 19, sono per il **Lotto 5** di seguito riportati:


Operatore Economico	Totale punteggio Tabellare	Totale punteggio Quantitativo	Totale punteggio Discrezionale	Totale punteggio tecnico
EPENDORF S.R.L.	28,00	20,00	20,00	68,00

Alle ore 16.30 circa si conclude la seduta riservata.


Il presente verbale si compone di 22 pagine

Letto, confermato e sottoscritto:

– Dott.ssa Francesca Lucheroni - Coordinatrice S.C. Microbiologia - Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Presidente;



– Dott.ssa Antonella Alunni - Dirigente Biologo - Azienda USL Umbria 1, in qualità di membro;



– Dott. Francesco Fagotti - Dirigente Farmacista - Azienda USL Umbria 1, in qualità di membro.

