

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 22/05/2025

OGGETTO:PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, SUDDIVISA IN 64 LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI ED ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI PER ELETTROFISIOLOGIA ED ELETTROCHIRURGIA" OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA - ESCLUSIONI

VISTA la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 20/05/2025 dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Nicoletta Filistauri cui è allegato per costituirne parte integrante e sostanziale il seguente documento: Allegato 1(comunicazione della commissione giudicatrice del 20/05/2025);

PREMESSO CHE

- con Determinazione del 11/11/2024 (Prot. n. 13885) è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, in forma centralizzata, suddivisa in 64 lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni ed accordi quadro per la fornitura di "dispositivi per elettrofisiologia ed elettrochirurgia" occorrenti alle Aziende sanitarie della regione Umbria;
- con Determinazione del 8/04/2025 è stata nominata la Commissione giudicatrice composta da professionisti esperti nella categoria merceologica oggetto della gara e precisamente: Dott. Rocco Sciafani - Direttore F.F. S.C. Cardiologia - Azienda ospedaliera di Perugia - in qualità di Presidente; Dott. Nicolò Sisti - Dirigente Medico Cardiologo - Azienda Usl Umbria 1 - in qualità di componente; Dott. Gianluca Savarese - Dirigente Medico Cardiologo - Azienda Usl Umbria 2 - in qualità di componente;
- in data 20/05/2025 la Commissione Giudicatrice ha comunicato al RUP i prodotti ritenuti NON IDONEI, per le motivazioni riportate nella comunicazione costituente l'allegato 1 al documento istruttorio

CONSIDERATO CHE

- l'accesso alla fase economica è precluso ai concorrenti i cui prodotti offerti siano stati ritenuti dalla Commissione Giudicatrice non idonei all'esito della valutazione delle offerte tecniche;

DATO ATTO CHE

- le offerte relative alle seguenti Ditte non sono risultate idonee a causa della carenza di requisiti tecnici minimi specificati nella citata comunicazione del 20/5/2025 e pertanto non accedono alla valutazione delle offerte economiche:
 - DITTA FIAB SPA per i lotti nn. 47, 39, 42, 44;
 - DITTA AMBU per i lotti nn. 39, 41, 42, 45, 47;
 - DITTA E.M.S. SRL per il lotto n. 47;
 - DITTA COOK SRL per il lotto n. 54;
 - DITTA ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA per il lotto n. 56;
 - DITTA NEW TECH SRL per il lotto n. 3;
 - DITTA ID & CO per il lotto n. 39;
 - DITTA CERACARTA per i lotti nn. 39,41,42,44;
- le offerte non espressamente escluse all'esito della valutazione tecnica sono considerate ammesse alla successiva fase di valutazione economica

VISTO

- il D.Lgs 36/2023 “Codice dei Contratti pubblici”;
- il D.Lgs 209/2024 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici”;
- il Regolamento Acquisti approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico del 08/05/2025.

Il sottoscritto, per quanto sopra,

DECIDE DI

- 1) **APPROVARE** il documento istruttorio che resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato digitale al Protocollo Aziendale n.6592/2025, cui è allegato per costituirne parte integrante e sostanziale il seguente documento: Allegato 1 (comunicazione della commissione giudicatrice del 20/05/2025);
- 2) **ESCLUDERE** le offerte formulate dai seguenti Operatori Economici per mancanza di idoneità tecnica per le motivazioni riportate nell'allegato 1:
 - DITTA FIAB SPA per i lotti nn. 47, 39, 42, 44;
 - DITTA AMBU per i lotti nn. 39, 41, 42, 45, 47;
 - DITTA E.M.S. SRL per il lotto n. 47;
 - DITTA COOK SRL per il lotto n. 54;
 - DITTA ABBOTT MEDICAL ITALIA per il lotto n. 56;
 - DITTA NEW TECH SRL per il lotto n. 3;
 - DITTA ID & CO per il lotto n. 39;
 - DITTA CERACARTA per i lotti nn. 39,41,42,44;
- 3) **DARE ATTO CHE** le offerte non espressamente escluse all'esito della valutazione tecnica sono considerate ammesse alla successiva fase di valutazione economica;
- 4) **DISPORRE** la comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023 nei confronti delle ditte escluse dal prosieguo della gara la relativa;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Ing. Alessandro Di Bello



Alessandro Di
Bello
22.05.2025
09:28:09
GMT+01:00

L'AMMINISTRATORE UNICO

Ing. Giancarlo Bizzarri



GIANCARLO
BIZZARRI
22.05.2025
08:53:44
UTC

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

Al Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Nicoletta Filistauri

OGGETTO: procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs 36/2023, in forma centralizzata, suddivisa in 64 lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni ed accordi quadro finalizzata alla stipula di convenzioni e accordi quadro per la fornitura di "dispositivi per elettrofisiologia ed elettrochirurgia" occorrenti alle Aziende sanitarie ed della Regione Umbria - COMUNICAZIONE PRODOTTI NON IDONEI

La sottoscritta Commissione Giudicatrice nominata con determinazione dell'Amministratore Unico del giorno 08/04/2025 e nelle date 30/04/2025, 05/05/2024, 16/05/2025, 19/05/2025 ha svolto le operazioni di valutazione tecnica constatando che i seguenti prodotti NON SONO IDONEI per le motivazioni appresso individuate:

LOTTO 47: Elettrodi per elettromiografia

- **DITTA FIAB SPA:** la Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "mis. 25X20 mm +/- 10% con cavetto lungo 150 cm e connettore di sicurezza DIN 42802", perchè presenta sulla scheda tecnica la sola sigla DIN. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **DITTA AMBU:** la Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "mis. 25X20 mm +/- 10% con cavetto lungo 150 cm e connettore di sicurezza DIN 42802", perchè presenta sulla scheda tecnica la sola sigla DIN. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **DITTA E.M.S. SRL :** la Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "mis. 25X20 mm +/- 10% con cavetto lungo 150 cm e connettore di sicurezza DIN 42802", perchè presenta sulla scheda tecnica la sola sigla DIN. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 54: Manipolo per serraggio meccanico di cannule per estrazione di elettrocateri impiantati sterile monouso

- **DITTA COOK SRL :** la Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "Scadenza non inferiore a 4 anni", perchè la Ditta dichiara una scadenza non inferiore a 3 anni; inoltre la Commissione ritiene di non accogliere l'equivalenza riguardo il requisito minimo "Ganascia in

acciaio". Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 56: Sistema di recupero femorale e/o giugulare

• **DITTA ABBOTT MEDICAL ITALIA** : la Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo *"Basket doppia asola in nitinolo e conformazione ad uncino di blocco"*, perchè la Ditta dichiara un sistema di recupero per pacemaker senza fili. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 3 - ELETTROCATETERI DIAGNOSTICI A CURVA VARIABILE

• **DITTA NEW TECH SRL**: la Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo *"Cateteri ottopolari"*, perchè il prodotto offerto non presenta questa caratteristica richiesta a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;

LOTTO 39 Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) di breve e medio termine - Radiotrasparente - Misura per adulti

- **DITTA ID & CO**: La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo *"Supporto in TNT microporoso con diametro compreso tra 55mm e 60mm"* , perchè il prodotto offerto non presenta questa caratteristica richiesta a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;
- **DITTA CERACARTA**. La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde sia al requisito minimo *"Supporto in TNT microporoso con diametro compreso tra 55mm e 60mm"* che al requisito minimo *"Dotato di gel liquido biocompatibile con elevata conduttività"* perchè il prodotto offerto non presenta le caratteristiche di cui sopra a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;
- **DITTA FIAB SPA**. La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde sia al requisito minimo *"Supporto in TNT microporoso con diametro compreso tra 55mm e 60mm"* che al requisito minimo *"Dotato di gel liquido biocompatibile con elevata conduttività"* perchè il prodotto offerto non presenta le caratteristiche di cui sopra a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;
- **DITTA AMBU SRL**. La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde sia al requisito minimo *"Supporto in TNT microporoso con diametro compreso tra 55mm e 60mm"* che al requisito minimo *"Dotato di gel liquido biocompatibile con elevata conduttività"* perchè il

prodotto offerto non presenta le caratteristiche di cui sopra a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;

LOTTO 41 Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) pregellati con cavetto -Misura per neonati - Set di 3 elettrodi

- **DITTA CERACARTA.**La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo “Radiotrasparente e compatibile con RMN” , perché non viene dichiarato che il prodotto offerto presenta questa caratteristica richiesta a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;
- **DITTA AMBU SRL.** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo “Radiotrasparente e compatibile con RMN” , perché non viene dichiarato che il prodotto offerto presenta questa caratteristica richiesta a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;

LOTTO 42 Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) di breve e medio termine - Misura Pediatrica

- **DITTA ID & CO** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo “Supporto in TNT microporoso con diametro compreso tra 32mm e 41mm circa; ” , perché il prodotto offerto non presenta le caratteristiche di cui sopra a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;
- **DITTA CERACARTA.** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo “Radiotrasparente e compatibile con RMN” , perché non viene dichiarato che il prodotto offerto presenta questa caratteristica richiesta a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;
- **DITTA FIAB SPA.**La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo “Supporto in TNT microporoso con diametro compreso tra 32mm e 41mm circa; ” , perché il prodotto offerto non presenta le caratteristiche di cui sopra a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;
- **DITTA AMBU SRL.** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo “Supporto in TNT microporoso con diametro compreso tra 32mm e 41mm circa; ” , perché il prodotto offerto non presenta le caratteristiche di cui sopra a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;

LOTTO 40 - Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) di lungo termine - Misura per adulti

- **DITTA AMBU SRL.** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde sia al requisito minimo *“elettrodo monouso dotato di adesivo ipoallergenico, con elevato fattore di adesività , per il monitoraggio ECG a lungo termine (per almeno 72 ore)”* perché il prodotto offerto non presenta la caratteristica del monitoraggio a lungo termine a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;

LOTTO 44 Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) per prove da sforzo e Holter

- **DITTA ID & CO** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo *“Supporto in TNT microporoso o in FOAM di diametro 60mm che garantisca una maggiore traspirazione della pelle durante il Test di Holter e lunghi monitoraggi”* , perché il prodotto offerto non presenta le caratteristiche di cui sopra a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;
- **DITTA CERACARTA.** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al **requisito** minimo *“Supporto in TNT microporoso o in FOAM di diametro 60mm che garantisca una maggiore traspirazione della pelle durante il Test di Holter e lunghi monitoraggi”* , perché il prodotto offerto non presenta le caratteristiche di cui sopra a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;
- **DITTA FIAB SPA.**La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo *“Con gel solido (in caso di FOAM) o con gel liquido (in caso di TNT) che consenta di mantenere la qualità del tracciato elevata e costante e non lasci residuo dopo la rimozione ”* , perché il prodotto offerto non presenta le caratteristiche di cui sopra a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti;

LOTTO 45 Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) a lungo termine con connettore decentrato - Misura per Adulti

- **DITTA AMBU SRL.** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo *“Dotato di doppio anello con una doppia combinazione di adesivi a lunga durata, ipoallergenici con alto fattore di adesività per garantire una tenuta sicura sulla pelle del*

paziente" , perché il prodotto offerto non presenta le caratteristiche di cui sopra a pena di esclusione. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

Tenuto conto di quanto comunicato dalla Commissione, si trasmette al RUP per i conseguenti adempimenti.

In fede

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dr. Rocco Sclafani - Direttore F.F. S.C. Cardiologia - Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità di
Presidente _____

Dr. Gianluca Savarese - Dirigente Medico Cardiologo - Azienda Usl Umbria 1 -in qualità di
componente e segretario verbalizzante _____

Dr. Nicolò Sisti - Dirigente Medico Cardiologo - Azienda Usl Umbria 2 - in qualità di componente
