



DETTAGLIO 

[ESITI E PUBBLICAZIONI](#) 

CHIARIMENTI 

 PROTOCOLLO

Risposta: PI176268-25

Quesito: PI158487-25

Domanda:

Spett.Le Amministrazione, si chiedono chiarimenti riguardo il lotto n° 11, aghi a punta Quincke misure standard, Puntozero richiede obbligatoriamente l'introduttore per le misure 25 e 27G. visto la punta tagliente Quincke e la lunghezza standard da 90mm, questo tipo di ago non necessita di introduttore per il suo utilizzo a differenza di aghi a punta matita di lunghezza e diametro analoghe. Si richiede quindi la possibilità di partecipare al lotto in questione con misure da 25 e 27G senza introduttore. In attesa di un cortese cenno di riscontro porgiamo cordiali saluti

Risposta:

La richiesta dell'introduttore per le misure 25G e 27G è un refuso, è quindi da considerarsi facoltativo anche per queste misure.

 PROTOCOLLO

Risposta: PI176265-25

Quesito: PI160754-25

Domanda:

CHIARIMENTO CAMPIONATURA. Buongiorno, Nel "Capitolato tecnico" al paragrafo 2 " Oggetto dell'appalto", in riferimento al lotto 8, si legge alla voce "CAMPIONATURA": una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque pezzi di due fra le misure richieste a scelta dell'operatore economico". Si chiede se per cinque pezzi si intende per ognuna delle voci del lotto o cinque pezzi in totale per lotto. Grazie Cordiali Saluti

Risposta:

Per il lotto 8 "Kit per anestesia peridurale continua, con filtro e siringa" si chiede di inviare n.5 pezzi totali, a scelta fra le misure da 18G o 16G.

 PROTOCOLLO

Risposta: PI176264-25

Quesito: PI160763-25

Domanda:

CHIARIMENTO CAMPIONATURA LOTTO 13 Buongiorno, Nel "Capitolato tecnico" al paragrafo 2 " Oggetto dell'appalto", in riferimento al lotto 13, si legge alla voce "CAMPIONATURA": una confezione di imballo secondario contenente almeno cinque pezzi di due fra le misure richieste a scelta dell'operatore economico". Si chiede se sia necessario inviare 5 pezzi totali delle due misure scelte o 5 pezzi per ognuna delle due misure scelte. Grazie Cordiali Saluti

Risposta:

Per il lotto 13 "Ago spinale con punta Withacre con introduttore - lungo" si chiede di inviare n.5 pezzi totali, campionando due misure a scelta dall'operatore economico.

 **PROTOCOLLO**

Risposta: [PI176262-25](#)

Quesito: [PI161480-25](#)

Domanda:

CHIARIMENTO SU CAPITOLATO TECNICO - Indicazioni sul confezionamento Buongiorno, Nel file "All A del Capitolato tecnico", in riferimento al lotto 8, a pagina 10, alla Voce "Indicazioni sul confezionamento" si chiede se la specifica "prodotti forniti in contenitori da massimo 10 unità" sia pena esclusione. Cordiali Saluti

Risposta:

Le indicazioni sul confezionamento non sono a pena di esclusione. Si conferma la documentazione di gara.

 **PROTOCOLLO**

Risposta: [PI176230-25](#)

Quesito: [PI162027-25](#)

Domanda:

In relazione al Lotto 21 chiediamo conferma che nell'allegato 7 "Tabella elenco lotti, fabbisogni e valori", nella colonna del fabbisogno triennale, pari a 7.500, sia stato erroneamente riportato il quantitativo di confezioni e non già il numero di pezzi. Tale osservazione deriva dal fatto che i quantitativi richiesti (7.500) sono oltremodo bassi, e, se considerassimo un confezionamento da 200 pezzi, significherebbe offrire 38 confezioni per 3 anni, per un importo a base d'asta pari a 375€. Si chiede a Codesto Spettabile Ente di rivedere i quantitativi richiesti. Cordiali saluti

Risposta:

Si conferma la documentazione di gara.

 **PROTOCOLLO**

Risposta: [PI176228-25](#)

Quesito: [PI165766-25](#)

Domanda:

Buongiorno, nell'allegato A Capitolato tecnico caratteristiche tecniche prodotti Lotto 5 viene chiesto "Sistema di sicurezza integrato, al fine di evitare il rischio di punture accidentali" detto sistema non è previsto per gli aghi da Biopsia, chiediamo se si tratti di refuso. Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione, cordiali saluti.

Risposta:

Si conferma che il requisito "Sistema di sicurezza integrato, al fine di evitare il rischio di punture accidentali" è un refuso. Pertanto non sarà oggetto di valutazione.

 **PROTOCOLLO**

Risposta: [PI171536-25](#)

Quesito: [PI155411-25](#)

Domanda:

Si richiede la REVOCA del LOTTO 4 - Aghi ipodermici per penna da insulina con sistema di sicurezza. Tale lotto non è andato deserto nella precedente procedura indetta con Determinazione dell'Amministratore Unico del 25/06/2024 ed è stato aggiudicato con Determinazione dell'Amministratore Unico del 04/02/2025. Si richiede gentilmente la conferma del termine di scadenza di presentazione delle offerte, fissato per il 30/09/2025. Si richiede gentilmente la conferma del termine di scadenza della trasmissione della campionatura, fissato per il 30/09/2025.

Risposta:

In merito al lotto n.4 si prega di prendere visione della rettifica della documentazione di gara pubblicata in data odierna.

Si confermano le scadenze e il timing di gara previsto.

 **PROTOCOLLO**

Domanda:

CHIARIMENTO ALLEGATO 8 Schema di offerta tecnica Buongiorno, Si chiede, in merito all'allegato 8: "Schema di offerta tecnica", se nella conversione da formato editabile .xlsx a formato .pdf debbano essere convertite tutte le cartelle di lavoro o solo quella del lotto di interesse debitamente compilata.

Risposta:

L'operatore economica dovrà allegare alla busta tecnica, ai sensi del Disciplinare, lo schema di offerta (all. 8) relativo al lotto di partecipazione debitamente compilato. La modalità di conversione del documento sono a scelta dell'operatore economico.

[Risposta: PI171521-25](#)[Quesito: PI167193-25](#)**PROTOCOLLO****Domanda:**

Buongiorno, dove possiamo trovare indicazione della campionatura da inviare e indirizzo? grazie

[Risposta: PI160804-25](#)[Quesito: PI160769-25](#)**Risposta:**

Nel Disciplinare di gara, par. 17 "Campionatura", è indicato l'indirizzo della Stazione Appaltante: **PuntoZero Scarl, via G.B. Pontani n.39, 06118 - Perugia**. L'indicazione della campionatura richiesta per ciascun lotto è invece riportata nel Capitolato Tecnico, paragrafo 2 "Oggetto dell'appalto".

TABELLA INFORMATIVA DI INDICIZZAZIONE

REGIONE
LAZIO

Centrale acquisti

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma (RM)

[Privacy Policy](#)

[Cookie Policy](#)

[Dichiarazione di Accessibilità](#)

Contatti

supporto.stella@regione.lazio.it

06 997744

Canali social Regione Lazio