

Bando (PI000985-25)

	DISCIPLINARE DI GARA Foglio prodotti selezionato	DISCIPLINARE DI GARA (3).pdf File XLSX da compilare
Note		

ESITI E PUBBLICAZIONI

Tipologia	Data Pubblicazione	Descrizione	Allegato
Altro	09/12/2025 ore 10:05 [Ora Italiana]	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI ED ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI PER ELETTROFISIOLOGIA ED ELETTROCHIRURGIA" (LOTTI DESERTI) OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE ED DELLA REGIONE UMBRIA. RETTIFICA	DETERMINAZIONE ELETTRO L D RETTIFICA.docx_signed_signed (2).pdf

CHIARIMENTI

Chiarimenti Pubblicati	<input type="text"/> Cerca nei quesiti 
------------------------	--

Protocollo	Quesito	Risposta	Allegato
	Buongiorno, in riferimento alla risposta PI001253-25 data al Quesito PI001203-25, con cui l'Amministrazione comunica la prossima rettifica della documentazione di gara relativa ai lotti 1 e 2, si richiede la proroga dei termini di presentazione di eventuali chiarimenti e dell'offerta. Considerato	In considerazione dei chiarimenti pervenuti e a seguito delle valutazioni effettuate dal Tavolo Tecnico, si rende necessario procedere a un adeguamento degli elementi descrittivi minimi oggetto di gara. Stiamo provvedendo alla relativa revisione e	
Quesito PI001548-25	l'impatto delle modifiche annunciate, la proroga risulta indispensabile per consentire la predisposizione di un'offerta conforme alla documentazione aggiornata. Si chiede quindi di comunicare le nuove date di scadenza. Ringraziando, porgiamo cordiali saluti.	provvederemo a informare tempestivamente gli Operatori Economici trasmettendo il provvedimento di modifica non appena adottato nei prossimi giorni. Con adeguamento dei tempi di deposito offerte. Ci scusiamo per il disagio	
Risposta PI001806-25			
	Spett.le Ente, si conferma che l'allegato 5 offerta economica può essere modificato andando a eliminare i lotti per cui non si presenta offerta e inserendo tutte le righe necessarie al fine di indicare precisamente i codici relativi al consumabile e all'eventuale apparecchiatura associata? Grazie	Si conferma.	
Quesito PI001617-25			
Risposta PI001780-25			

Quesito
PI001604-25 Spett.le PuntoZero s.c.a.r.l.,
si chiede gentile conferma
che i materiali accessori
richiesti (cavi di
collegamento e deflussore)
non debbano essere quotati. Si conferma.

Risposta
PI001779-25 In attesa di un vostro gentile
riscontro, l'occasione è
gradita per porgere cordiali
saluti.

Quesito
PI001583-25 Spett.le PuntoZero s.c.a.r.l.,
in considerazione del fatto
che è stata comunicata la
necessità di procedere alla
rettifica della
documentazione di gara, si
chiede cortesemente di
concedere una proroga dei
termini, al fine di consentire
agli operatori economici di
disporre del tempo
necessario per adeguarsi alle
modifiche e predisporre
correttamente l'offerta. Si veda la comunicazione
del 02/12/2025

Risposta
PI001778-25 In attesa di un vostro gentile
riscontro, l'occasione è
gradita per porgere cordiali
saluti.

Quesito
PI001561-25

Spett.le PuntoZero s.c.a.r.l.,
in riferimento alla procedura
in oggetto si desidera porre
il seguente quesito:

1) Si chiede gentile conferma
che le Certificazioni
attestanti la marcatura CE, le
Dichiarazioni di Conformità e
le ISO relative ai prodotti
offerti possano essere
prodotte direttamente in
lingua inglese, lingua
universalmente accettata
dalla comunità scientifica.

Risposta
PI001777-25

In attesa di un vostro gentile
riscontro, l'occasione è
gradita per porgere cordiali
saluti.

Si chiarisce che tutta la
documentazione
componente la
documentazione
amministrativa e la
documentazione elencata
come componente
dell'offerta tecnica deve
essere presentata in lingua
italiana.

Le Certificazioni CE e i
certificati ISO o altri
certificazioni possono
essere prodotte nella lingua
originale, precisando
tuttavia che la stazione
appaltante si riserva la
possibilità di richiedere la
traduzione semplice in
lingua italiana.

Spett.le Ente,

Si chiede di chiarire il criterio di aggiudicazione per il lotto 1, dato che il disciplinare riporta a pagina 4 "L'af? damento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio

Quesito

PI001527-25

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior

Risposta

PI001775-25

rapporto qualità prezzo per i lotti 1-3-4" mentre a pagina 18 è riportato "L'appalto è aggiudicato per i lotti 3 e 4 in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Si veda la comunicazione del 02/12/2025.

Distinti saluti

Spett.le Ente,
in riferimento alla vs risposta al chiarimento (vs Prot.

Quesito

PI001277-25

PI001253-25) si chiede conferma che per i lotti nr. 1 e 2 con la modifica del

Risposta

PI001755-25

criterio di aggiudicazione in OEPR verranno anche pubblicate le griglia di valutazione per l'attribuzione del punteggio qualitativo.

Si veda la comunicazione del 02/12/2025.

	Spett.le Ente, in relazione al lotto nr. 2, punto 4) si richiede la fornitura della consolle. Si chiede, dunque, conferma	
Quesito PI001274-25	che ci si riferisce alla fornitura del sistema di	Si conferma.
Risposta PI001754-25	mappaggio elettroanatomico integrato al sistema per elettroporazione e che la modalità dovrà essere quella di comodato d'uso gratuito. Cordiali saluti	
	Spett.le Ente, in riferimento al lotto n. 2 si chiede conferma circa la possibilità di offrire	
Quesito PI001273-25	elettrocateri anche con deflessione monodirezionale	Il criterio minimo richiesto è la disponibilità di un prodotto con curva bidirezionale. L'eventuale presenza di elettrocateri con deflessione monodirezionale non incide sui criteri di valutazione: il requisito essenziale rimane infatti la curva bidirezionale. La sua assenza comporta l'esclusione dal lotto.
Risposta PI001753-25	al fine di garantire una più ampia gamma di scelta in funzione delle esigenze cliniche degli operatori. Cordiali saluti	
	Spett.le Ente, in riferimento al lotto nr. 1, si chiede conferma circa la necessità di fornire anche il sistema di mappaggio	
Quesito PI001272-25	elettroanatomico integrato al	La disponibilità di un sistema di mappaggio per l'utilizzo del catetere è indicata tra le caratteristiche preferenziali e non costituisce un requisito obbligatorio.
Risposta PI001752-25	sistema per elettroporazione in modalità di comodato d'uso gratuito.	

	Buongiorno, si pongono i seguenti quesiti: CHIARIMENTO LOTTO 3 Ai fini di una più ampia partecipazione ed in base al principio di equivalenza funzionale e prestazionale chiediamo conferma che venga ammessa la partecipazione con elettrodo in foam-gel solido-radiotrasparente ma di misura inferiore	
Quesito PI001204-25		Si conferma quanto richiesto, fermo restando la facoltà per il concorrente di avvalersi del principio di equivalenza come previsto dall' All. II.5 del D.Lgs. 36/2023 con le modalità ivi indicate.
Risposta PI001749-25	CHIARIMENTO LOTTI 3 e 4 Si chiede conferma che - trattandosi di elettrodi radiotrasparenti compatibili con la RMN, il sensore debba essere in Ag/AgCl ricoperto in fibra di carbonio ed amagnetico In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono cordiali saluti.	
	Spett.le Ente, 2)Sulla base delle ns conoscenze e dello storico delle procedure, si ritiene che i quantitativi indicati per i lotti n. 1 e 2 non siano sufficienti per soddisfare le esigenze cliniche; a tal proposito quindi si chiede di rivalutare in aumento i quantitativi previsti.	
Quesito PI001202-25		Si conferma la documentazione di gara.
Risposta PI001748-25		

Quesito
PI001153-25 Buongiorno, chiediamo se possibile indicare il prezzo unitario offerto con almeno 3/4 decimali, gli elettrodi hanno piccoli prezzi e qualche decimale in più o in meno fa la differenza

Risposta
PI001747-25 Si conferma la documentazione di gara.

Quesito
PI001601-25 COMUNICAZIONE AGLI OPERATORI ECONOMICI

Risposta
PI001603-25 Si comunica che, a seguito della rettifica alla documentazione di gara — la quale verrà pubblicata al termine delle risposte ai quesiti, al fine di garantire a tutti gli operatori economici pari accesso alle informazioni e consentire loro di formulare eventuali ulteriori richieste di chiarimento sulla base della documentazione aggiornata — la scadenza per la presentazione delle offerte è posticipata al giorno 19/01/2026 alle ore 12:00. In allegato si rende pubblico l'elenco dei lotti con i relativi criteri di valutazione.

ELENCO LOTTI E
CRITERI DI
VALUTAZIONE.pdf

Quesito
PI001203-25

Risposta
PI001253-25

Spett.le Ente,
Si conferma che per i lotti nr. 1 e 2 il criterio di valutazione è "al prezzo più basso" e che in base a tale criterio verrà definitivamente una graduatoria a partire dalla quale i primi 3 operatori economici aggiudicatari (secondo la modalità dell'accordo quadro) verranno attribuite le percentuali del 50% al primo aggiudicatario, 20% al secondo e 10% al terzo?

In riferimento al quesito pervenuto, si comunica che l'Amministrazione sta procedendo alla rettifica della documentazione di gara. In particolare, per i lotti n. 1 e n. 2 è stato erroneamente indicato il criterio di aggiudicazione "**prezzo più basso**", che sarà rettificato formalmente con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con adeguamento conseguente della documentazione di gara recante erroneo riferimento al PPB. Resta confermato che, l'aggiudicazione nell'ambito dell'accordo quadro, avverrà secondo le modalità AQ, con l'attribuzione delle seguenti percentuali di affidamento ai primi tre operatori economici collocati in graduatoria:

- 50% al primo aggiudicatario
- 20% al secondo aggiudicatario,
- 10% al terzo aggiudicatario.

La documentazione rettificata sarà resa disponibile nei tempi previsti.

TABELLA INFORMATIVA DI INDICIZZAZIONE

							Tabella informativa	
Tipo	Contratto	Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice	Tipo di Amministrazione	Provincia Sede di Gara	Comune Sede di Gara	Indirizzo Sede di Gara	Senza Importo	Valore Importo a base asta
Bando	Forniture	PuntoZero s.c.a.r.l.	IMPRESE A PARTECIPAZIONE PUBBLICA	Perugia	Perugia		NO	6.206.784,0