

Al Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Nicoletta Filistauri

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, SUDDIVISA IN 12 LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI CND T01- GUANTI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA - COMUNICAZIONE PRODOTTI NON IDONEI

La sottoscritta Commissione Giudicatrice nominata con determinazione dell'Amministratore Unico del giorno 02/12/2025 e nelle date del 19/12/2025, 14/01/2026 e 22/01/2026 ha svolto le operazioni di valutazione tecnica constatando che i seguenti prodotti NON SONO IDONEI per le motivazioni appresso individuate:

LOTTO 5: GUANTI NON STERILI NON CHIRURGICI IN LATTICE CON E SENZA POLVERE

- **SIR SAFETY SYSTEM SPA:** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "ipoallergenici", perché la Ditta dichiara che i guanti possono creare allergie. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **FARMAC-ZABBAN S.p.A.:** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "ipoallergenici", perché la Ditta dichiara che il prodotto contiene lattice a ridotto contenuto proteico, come da Test EN455-3 con risultato 26 µg/g. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 10 - GUANTI SINTETICI NON STERILI IN NITRILE DA ESPLORAZIONE PER REPARTI A RISCHIO:

- **MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL:** Si dà atto che l'Operatore Economico con riferimento al requisito minimo "*manichetta lunga non inferiore a mm 270*" ha presentato una dichiarazione di equivalenza di cui all' art. 79 del Codice e relativo Allegato II.5 rispetto alla quale la ditta allega specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'equivalenza del prodotto offerto, indicando la lunghezza dei guanti in termini di mm da 244 mm a 255 mm. La Commissione giudicatrice prende atto della dichiarazione presentata dal concorrente, ma ne rileva la non equivalenza rispetto a quanto richiesto, ritenendola pertanto non accettabile ai fini della partecipazione alla procedura.



Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

- **Novamedisan Italia S.r.l.:** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "forniti in confezione dispenser che permetta l'estrazione dalla confezione dalla parte del polsino senza toccare il palmo e le dita del guanto, con fornitura di congruo numero di supporti a muro in funzione delle esigenze delle diverse U.O. del SSR", perché il confezionamento non permette l'estrazione del guanto dalla parte del polsino senza toccare il palmo e le dita del guanto. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 12 - GUANTI STERILI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI


- **BERICAH:** Si dà atto che l'Operatore Economico con riferimento al requisito minimo "in nitrile" ha presentato una dichiarazione di equivalenza di cui all' art. 79 del Codice e relativo Allegato II.5 rispetto alla quale la ditta allega specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'equivalenza del prodotto offerto, indicando che il loro prodotto è polimero sintetico polistirenico di prima qualità. La Commissione giudicatrice prende atto della dichiarazione presentata dal concorrente, ma ne rileva che il materiale alternativo di composizione e le relative certificazioni alternative non garantiscano lo stesso livello di protezione all'operatore, dovendo constatare pertanto la non equivalenza rispetto a quanto richiesto, ritenendola pertanto non accettabile ai fini della partecipazione alla procedura.
Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **CHEMIL SRL:** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "Disponibilità Taglie: da 6 a 8,5", perché la ditta ha dichiarato la disponibilità dalla misura 6-7 alla 8-9, ma è risultata assente la taglia 8,5. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.




Tenuto conto di quanto comunicato dalla Commissione, si trasmette al RUP per i conseguenti adempimenti.

In fede

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dott.ssa Francesca Zeppetti - I.F.O. Approvvigionamenti e tecnologie Blocchi Operatori - Azienda Ospedaliera di Perugia - in qualità di Presidente 

Dott. Francesco Fagnotti - Dirigente Farmacista - Azienda USL Umbria 1 - in qualità di componente 

Dott.ssa Emanuela Taizzani - I.F.O. Chirurgia Programmata e pre-ospedalizzazione - Azienda Ospedaliera di Terni - in qualità di componente 