

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, SUDDIVISA IN 12 LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI CND T01- GUANTI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA

VERBALE n. 3 - VALUTAZIONE TECNICA ED APERTURA BUSTA ECONOMICA

Premesso che

- con Determinazione del 01/08/2025 è stata indetta la "Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, in forma centralizzata, suddivisa in 12 lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni per la fornitura di cnd-t01 guanti occorrenti alle esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria";
- il termine per proporre chiarimenti è scaduto in data 18/09/2025 e le relative risposte sono state pubblicate entro il termine previsto dal disciplinare di gara;
- in data 01/10/2025 ore 12:00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte, comprendente anche le campionature quali parti integranti dell'offerta medesima.
- Si è provveduto in seduta riservata alla verifica della documentazione pervenuta ed ad attivare il sub procedimento di soccorso istruttorio;
- con verbale n. 2 sono stati definiti i soccorsi istruttori e conseguentemente sono stati individuati gli OO.EE. esclusi e quelli ammessi al prosieguo della gara che qui di seguito si elencano:

OPERATORE ECONOMICO	STATUS	LOTTE DI PARTECIPAZIONE
CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	AMMESSO	2
ASPEN SANITAS SRL	AMMESSO	5-6-8
BERICAH SpA	AMMESSO	1-5-6-7-8-9-10-11-12
CLINI-LAB S.R.L.	AMMESSO	1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12
MABE SRL	AMMESSO	1
SIR SAFETY SYSTEM SPA	AMMESSO	5
FARMAC-ZABBAN S.p.A.	AMMESSO	2-3-4-5
PAUL HARTMANN S.P.A.	AMMESSO	8
RAYS S.p.A.	AMMESSO	3-5-7-8
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.	AMMESSO	2-5-6-7-8-9-10-12
Novamedisan Italia S.r.l.	AMMESSO	9-10
CHEMIL SRL	AMMESSO	1-2-3-5-6-7-8-10-12
ECO DAMA	NON AMMESSO	-
NACATUR INTERNATIONAL SRL	AMMESSO	1-3-5-6-7-8-10

- con determinazione dell'Amministratore Unico del giorno 02/12/2025 è stata nominata la Commissione giudicatrice composta come segue:
 - Dott.ssa Francesca Zeppetti - I.F.O. Approvvigionamenti e tecnologie Blocchi Operatori - Azienda Ospedaliera di Perugia - in qualità di Presidente;
 - Dott. Francesco Fagotti - Dirigente Farmacista - Azienda USL Umbria 1 - in qualità di componente;
 - Dott.ssa Emanuela Taizzani - I.F.O. Chirurgia Programmata e pre-ospedalizzazione - Azienda Ospedaliera di Terni - in qualità di componente.

TANTO PREMESSO

Si dà atto che nelle date del 19/12/2025, 14/01/2026, 22/01/2026 si è riunita la Commissione Giudicatrice come sopra composta, regolarmente costituita alla presenza di tutti i componenti.


Ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 36/2023, la procedura si svolge mediante piattaforma di e-procurement "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio - S.TEL.LA" che assicura la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

La Commissione ha eseguito l'apertura virtuale della sezione tecnica in PAD ha verificato il deposito telematico della documentazione inviata dai concorrenti non rilevando anomalie. La Commissione ha inoltre eseguito la lettura della documentazione di gara e, in particolare, del Capitolato Tecnico e delle risposte formulate alle richieste di chiarimenti pervenute nonché alla lettura del Disciplinare di gara ed in particolare del paragrafo 19.1 che reca i "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" e del paragrafo 19.2 "Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica".

Di seguito viene riportato l'esito delle operazioni svolte di cui si allegano le griglie valutazione tecnica con i punteggi parziali per singolo criterio di valutazione, per costituirne parte essenziale. L'esito complessivo è pertanto di seguito riportato:

LOTTO 1 - GUANTI CHIRURGICI STERILI IN LATTICE SENZA POLVERE CON E SENZA RIVESTIMENTO SINTETICO INTERNO

- **BERICAH SpA:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **61,72**.
- **CLINI-LAB SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame



2


completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **69,16**.

- **MABE SRL** : La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **53,87**.
- **CHEMIL SRL**: La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **57,80**.
- **NACATUR INTERNATIONAL SRL**: La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **68,07**.

LOTTO 2 -GUANTI CHIRURGICI STERILI IN LATTICE SENZA POLVERE ULTRASOTTILI PER MICROCHIRURGIA

- **CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL**: La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **68,38**.

Viene dato atto che nel modello di offerta tecnica relativamente al criterio "Indice di resistenza allo strappo" è dichiarato 16,7 N tuttavia tale riferimento non trova riscontro in scheda tecnica, in cui è invece indicato 16N, pertanto viene assegnato il punteggio facendo riferimento a questo valore, in conformità alla *lex specialis* di gara, par. 16 del Disciplinare.




Handwritten signatures and a circled number 3.

CLINI-LAB S.R.L.: La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **68,41**.

- **FARMAC-ZABBAN S.p.A.:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **52,65**.
- **MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **68,79**.
- **CHEMIL SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **57,80**.

LOTTO 3 - GUANTI CHIRURGICI STERILI SINTETICI SENZA POLVERE

- **CLINI-LAB S.R.L.:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **67,73**.
- **FARMAC-ZABBAN S.p.A.:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione


4

tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **49,73**.

- **RAYS S.p.A.** : La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **51,60**. Viene dato atto che nel modello di offerta tecnica relativamente al criterio "contenuto in acceleranti" è dichiarata la conformità a quanto richiesto ma in scheda tecnica è presente l'indicazione <10 nanogrammi/g, pertanto viene assegnato il punteggio facendo riferimento a questo valore, in conformità alla *lex specialis* di gara (rif.par. 16 del Disciplinare) .
- **CHEMIL SRL**: La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **66,86**.
- **NACATUR INTERNATIONAL SRL**: La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **60,45**.

Viene dato atto che nel modello di offerta tecnica relativamente al criterio "Indice di resistenza allo strappo" è dichiarato 11,18 N dopo l'invecchiamento tuttavia tale riferimento non trova riscontro in scheda tecnica, in cui è invece indicato 10,74N prima dell'invecchiamento come richiesto dal criterio premiante, pertanto viene assegnato il punteggio facendo riferimento a questo valore, in conformità alla *lex specialis* di gara (rif.par. 16 del Disciplinare) .





LOTTO 4 - GUANTI IN FILO DI COTONE 100% BIANCO

- **FARMAC-ZABBAN S.p.A.:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e la disamina del campione prodotto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 5 - GUANTI NON STERILI NON CHIRURGICI IN LATTICE CON E SENZA POLVERE

- **ASPEN SANITAS SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **26,88**.
- **BERICAH SpA:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **45,40**.
- **CLINI-LAB S.R.L.:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **53,34**.
- **SIR SAFETY SYSTEM SPA:** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "ipoallergenici", perché la Ditta dichiara che i guanti possono creare allergie. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **FARMAC-ZABBAN S.p.A.:** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "ipoallergenici", perché la Ditta dichiara che il prodotto contiene lattice a ridotto contenuto proteico, come da TestEN455-3 con risultato 26µg/g. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **RAYS SPA:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame

  6

completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **59,85**.


Viene dato atto che nel modello di offerta tecnica relativamente al criterio "contenuto in acceleranti" è dichiarata la conformità a quanto richiesto ma in scheda tecnica è presente l'indicazione <10 milligrammi/kg, pertanto viene assegnato il punteggio facendo riferimento a questo valore, in conformità alla *lex specialis* di gara (rif.par. 16 del Disciplinare).

- **MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **42,45**.
- **CHEMIL SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **46,77**.
- **NACATUR INTERNATIONAL SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **58,23**.

Viene dato atto che nel modello di offerta tecnica relativamente al criterio "Indice di resistenza allo strappo" è dichiarato 7,72N dopo l'invecchiamento tuttavia tale riferimento non trova riscontro in scheda tecnica, in cui è invece indicato 6,4N prima dell'invecchiamento come richiesto dal criterio premiante, pertanto viene assegnato il punteggio facendo riferimento a questo valore, in conformità alla *lex specialis* di gara (rif.par. 16 del Disciplinare).


LOTTO 6 - GUANTI NON STERILI IN VINILE SENZA POLVERE:

- **ASPEN SANITAS SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e



l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **28,54**.

- **BERICAH SpA:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **54,40**.
- **CLINI-LAB S.R.L:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **61,50**.
- **MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **61,49**.
- **CHEMIL SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **57,06**.
- **NACATUR INTERNATIONAL SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **60,19**. Viene dato atto che nel modello di offerta tecnica relativamente al criterio "Indice di resistenza allo strappo" è dichiarato **4,91 N** dopo


8

l'invecchiamento tuttavia tale riferimento non trova riscontro in scheda tecnica, in cui è invece indicato 4,19N prima dell'invecchiamento come richiesto dal criterio premiante, pertanto viene assegnato il punteggio facendo riferimento a questo valore, in conformità alla *lex specialis* di gara (rif.par. 16 del Disciplinare).

LOTTO 7 -GUANTI NON STERILI IN NITRILE :


- **NACATUR INTERNATIONAL SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **58,42**.

La Commissione ritiene di dare atto che nel modello di offerta tecnica relativamente al criterio "*Indice di resistenza allo strappo*" è dichiarato 8,94N dopo l'invecchiamento tuttavia tale riferimento non trova riscontro in scheda tecnica, in cui è invece indicato 9,28N prima dell'invecchiamento come richiesto dal criterio premiante, pertanto viene assegnato il punteggio facendo riferimento a questo valore, in conformità alla *lex specialis* di gara (rif.par. 16 del Disciplinare).

Inoltre si dà atto che l'Operatore Economico con riferimento al requisito minimo "ASTM F1671; *livello prestazionale di penetrazione 3 o superiore*" ha presentato una dichiarazione di equivalenza di cui all' art. 79 del Codice e relativo Allegato II.5 rispetto alla quale la ditta allega specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'equivalenza del prodotto offerto, in particolare riferendo il possesso della certificazione EN 374-5 attestante la capacità del prodotto di garantire un adeguato livello di protezione contro microrganismi, inclusi virus. Pur trattandosi di norme fondate su metodologie di prova differenti, la Commissione ritiene che la certificazione EN 374-5, alla luce della documentazione tecnica prodotta, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare il soddisfacimento del requisito prestazionale richiesto, in termini funzionali equivalenti rispetto alla norma ASTM F1671.

Considerato che ai sensi dell'Allegato II.8 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad accettare certificazioni o mezzi di prova alternativi, purché idonei a dimostrare la conformità ai requisiti stabiliti nelle specifiche tecniche, pertanto, il prodotto offerto è ritenuto conforme alla suindicata caratteristica minima.

- **BERICAH SpA:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche




funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **56,53**.

- **CLINI-LAB S.R.L:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **62,56**.
- **RAYS SPA:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **41,20**.
- **MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **63,45**.

Si dà atto che l'Operatore Economico con riferimento al requisito minimo "ASTM F1671; livello prestazionale di penetrazione 3 o superiore" ha presentato una dichiarazione di equivalenza di cui all' art. 79 del Codice e relativo Allegato II.5 rispetto alla quale la ditta allega specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'equivalenza del prodotto offerto, in particolare riferendo il possesso della certificazione EN 374-5 attestante la capacità del prodotto di garantire un adeguato livello di protezione contro microrganismi, inclusi virus. Pur trattandosi di norme fondate su metodologie di prova differenti, la Commissione ritiene che la certificazione EN 374-5, alla luce della documentazione tecnica prodotta, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare il soddisfacimento del requisito prestazionale richiesto, in termini funzionali equivalenti rispetto alla norma ASTM F1671.

Considerato che ai sensi dell'Allegato II.8 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad accettare certificazioni o mezzi di prova alternativi, purché idonei a dimostrare la conformità ai requisiti stabiliti nelle specifiche tecniche, pertanto, il prodotto offerto è ritenuto conforme alla suindicata caratteristica minima.



- **CHEMIL SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **41,33**.


Si dà atto che l'Operatore Economico con riferimento al requisito minimo "ASTM F1671; livello prestazionale di penetrazione 3 o superiore" ha presentato una dichiarazione di equivalenza di cui all' art. 79 del Codice e relativo Allegato II.5 rispetto alla quale la ditta allega specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'equivalenza del prodotto offerto, in particolare riferendo il possesso della certificazione EN 374-5 attestante la capacità del prodotto di garantire un adeguato livello di protezione contro microrganismi, inclusi virus. Pur trattandosi di norme fondate su metodologie di prova differenti, la Commissione ritiene che la certificazione EN 374-5, alla luce della documentazione tecnica prodotta, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare il soddisfacimento del requisito prestazionale richiesto, in termini funzionali equivalenti rispetto alla norma ASTM F1671.

Considerato che ai sensi dell'Allegato II.8 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad accettare certificazioni o mezzi di prova alternativi, purché idonei a dimostrare la conformità ai requisiti stabiliti nelle specifiche tecniche, pertanto, il prodotto offerto è ritenuto conforme alla suindicata caratteristica minima.

LOTTO 8 -GUANTI NON STERILI IN NITRILE LUNGO :

- **ASPEN SANITAS SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **42,19**.

Si dà atto che l'Operatore Economico con riferimento al requisito minimo "ASTM F1671; livello prestazionale di penetrazione 3 o superiore" ha presentato una dichiarazione di equivalenza di cui all' art. 79 del Codice e relativo Allegato II.5 rispetto alla quale la ditta allega specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'equivalenza del prodotto offerto, in particolare riferendo il possesso della certificazione EN 374-5 attestante la capacità del prodotto di garantire un adeguato livello di protezione contro microrganismi,



11


inclusi virus. Pur trattandosi di norme fondate su metodologie di prova differenti, la Commissione ritiene che la certificazione EN 374-5, alla luce della documentazione tecnica prodotta, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare il soddisfacimento del requisito prestazionale richiesto, in termini funzionali equivalenti rispetto alla norma ASTM F1671.

Considerato che ai sensi dell'Allegato II.8 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad accettare certificazioni o mezzi di prova alternativi, purché idonei a dimostrare la conformità ai requisiti stabiliti nelle specifiche tecniche, pertanto, il prodotto offerto è ritenuto conforme alla suindicata caratteristica minima.

- **BERICAH SpA:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **62,62**.
- **CLINI-LAB S.R.L:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **63,36**.
- **PAUL HARTMANN S.P.A.:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **48,79**.

Con riferimento al criterio 10 di *resistenza agli antisettici più comuni e cioè clorexidina e iodopovidone*, la Commissione assegna zero punti perché testato esclusivamente per clorexidina ma non per iodopovidone.

- **RAYS SPA:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **63,00**.



12


- **MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **63,45**.

Si dà atto che l'Operatore Economico con riferimento al requisito minimo "ASTM F1671; livello prestazionale di penetrazione 3 o superiore" ha presentato una dichiarazione di equivalenza di cui all' art. 79 del Codice e relativo Allegato II.5 rispetto alla quale la ditta allega specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'equivalenza del prodotto offerto, in particolare riferendo il possesso della certificazione EN 374-5 attestante la capacità del prodotto di garantire un adeguato livello di protezione contro microrganismi, inclusi virus. Pur trattandosi di norme fondate su metodologie di prova differenti, la Commissione ritiene che la certificazione EN 374-5, alla luce della documentazione tecnica prodotta, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare il soddisfacimento del requisito prestazionale richiesto, in termini funzionali equivalenti rispetto alla norma ASTM F1671.

Considerato che ai sensi dell'Allegato II.8 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad accettare certificazioni o mezzi di prova alternativi, purché idonei a dimostrare la conformità ai requisiti stabiliti nelle specifiche tecniche, pertanto, il prodotto offerto è ritenuto conforme alla suindicata caratteristica minima.

- **CHEMIL SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **61,53**.

Si dà atto che l'Operatore Economico con riferimento al requisito minimo "ASTM F1671; livello prestazionale di penetrazione 3 o superiore" ha presentato una dichiarazione di equivalenza di cui all' art. 79 del Codice e relativo Allegato II.5 rispetto alla quale la ditta allega specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'equivalenza del prodotto offerto, in particolare riferendo il possesso della certificazione EN 374-5 attestante la capacità del prodotto di garantire un adeguato livello di protezione contro microrganismi, inclusi virus. Pur trattandosi di norme fondate su metodologie di prova differenti, la Commissione ritiene che la certificazione EN 374-5, alla luce della documentazione tecnica



13

prodotta, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare il soddisfacimento del requisito prestazionale richiesto, in termini funzionali equivalenti rispetto alla norma ASTM F1671.


Considerato che ai sensi dell'Allegato II.8 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad accettare certificazioni o mezzi di prova alternativi, purché idonei a dimostrare la conformità ai requisiti stabiliti nelle specifiche tecniche, pertanto, il prodotto offerto è ritenuto conforme alla suindicata caratteristica minima.

- **NACATUR INTERNATIONAL SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **63,43**.

All'esito del procedimento di valutazione di qualità, di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, viene dato atto che nel modello di offerta tecnica relativamente al criterio "Indice di resistenza allo strappo" è dichiarato 13,01 N dopo l'invecchiamento tuttavia tale riferimento non trova riscontro in scheda tecnica, in cui è invece indicato 10,89 N prima dell'invecchiamento come richiesto dal criterio premiante, pertanto viene assegnato il punteggio facendo riferimento a questo valore, in conformità alla *lex specialis* di gara (rif.par. 16 del Disciplinare).

LOTTO 9 -GUANTI NON STERILI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI:


- **BERICAH SpA:**La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **58,98**.
- **CLINI-LAB S.R.L.:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **43,24**.



- **MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **55,50**.
- **NOVAMEDISAN ITALIA S.R.L.:** La Commissione nel rilevare che la caratteristica della lubrificazione è funzionalmente orientata a garantire scorrevolezza e comfort del guanto in fase di indossamento, dà atto che dalla documentazione tecnica prodotta e dall'esame del campione, il prodotto offerto assicura prestazioni funzionalmente equivalenti mediante standard tecnici diversi.
Pertanto, il prodotto è ritenuto conforme al requisito minimo "lubrificato" previsto dal Capitolato Tecnico. La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**. All'esito del procedimento di valutazione di qualità, di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, assegna complessivamente il punteggio di **62,09**.

LOTTO 10 -GUANTI SINTETICI NON STERILI IN NITRILE DA ESPLORAZIONE PER REPARTI A RISCHIO:

- **BERICAH SpA:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **66,42**.
- **CLINI-LAB S.R.L.:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **68,36**.
- **MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL:** Si dà atto che l'Operatore Economico con riferimento al requisito minimo "manichetta lunga non inferiore a mm 270" ha presentato una dichiarazione di equivalenza di cui all' art. 79 del Codice e relativo Allegato II.5 rispetto alla quale la ditta allega specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante



15


l'equivalenza del prodotto offerto, indicando la lunghezza dei guanti in termini di mm da 244 mm a 255 mm. La Commissione giudicatrice prende atto della dichiarazione presentata dal concorrente, ma ne rileva la non equivalenza rispetto a quanto richiesto, ritenendola pertanto non accettabile ai fini della partecipazione alla procedura.

Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

- **Novamedisan Italia S.r.l.:** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo *“forniti in confezione dispenser che permetta l'estrazione dalla confezione dalla parte del polsino senza toccare il palmo e le dita del guanto, con fornitura di congruo numero di supporti a muro in funzione delle esigenze delle diverse U.O. del SSR”*, perché il confezionamento non permette l'estrazione del guanto dalla parte del polsino senza toccare il palmo e le dita del guanto. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **CHEMIL SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **61,80**.
- **NACATUR INTERNATIONAL SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **68,81**.

LOTTO 11 - GUANTI STERILI DI PROTEZIONE DAI RAGGI X:

- **BERICAH SpA:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **40,00**.



16

- **CLINI-LAB S.R.L:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **56,00**.

LOTTO 12 - GUANTI STERILI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI

- **BERICAH SpA:** Si dà atto che l'Operatore Economico con riferimento al requisito minimo "in nitrile" ha presentato una dichiarazione di equivalenza di cui all' art. 79 del Codice e relativo Allegato II.5 rispetto alla quale la ditta allega specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'equivalenza del prodotto offerto, indicando che il loro prodotto è polimero sintetico polistirenico di prima qualità. La Commissione giudicatrice prende atto della dichiarazione presentata dal concorrente, ma ne rileva che il materiale alternativo di composizione e le relative certificazioni alternative non garantiscano lo stesso livello di protezione all'operatore, dovendo constatare pertanto la non equivalenza rispetto a quanto richiesto, ritenendola pertanto non accettabile ai fini della partecipazione alla procedura. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **CLINI-LAB S.R.L:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **70,00**.
- **MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL:** La Commissione ha svolto il procedimento di valutazione della qualità di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, mediante l'analisi della documentazione tecnica e l'esame completo dei campioni prodotti, riscontrando la conferma e coerenza delle caratteristiche funzionali e prestazionali con i parametri tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e dichiarati nell'offerta. Il prodotto offerto è tecnicamente **IDONEO** e viene assegnato il punteggio di **70,00**. In relazione al requisito minimo "in nitrile", l'Operatore Economico ha presentato una dichiarazione di equivalenza ai sensi dell'art. 79 del Codice e relativo Allegato II.5. A supporto di tale dichiarazione, è stata allegata una specifica attestazione (resa ai sensi del DPR 445/2000) che certifica l'equivalenza del prodotto offerto. Nello specifico, il dispositivo proposto è un guanto sterile in policloroprene



17

sintetico, destinato all'utilizzo in sala operatoria per procedure chirurgiche e per la manipolazione di farmaci chemioterapici antitumorali. L'equivalenza è supportata dal test report ASTM D 6978, che attesta la resistenza a numerosi farmaci chemioterapici antitumorali testati. La Commissione, pertanto, ritiene che il prodotto offerto soddisfi il requisito prestazionale richiesto, in quanto presenta caratteristiche funzionali equivalenti al criterio minimo stabilito.

Considerato che ai sensi dell'Allegato II.8 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad accettare certificazioni o mezzi di prova alternativi, purché idonei a dimostrare la conformità ai requisiti stabiliti nelle specifiche tecniche, pertanto, il prodotto offerto è ritenuto conforme alla suindicata caratteristica minima.

- **CHEMIL SRL:** La Commissione rileva che il prodotto offerto non risponde al requisito minimo "Disponibilità Taglie: da 6 a 8,5", perché la ditta ha dichiarato la disponibilità dalla misura 6-7 alla 8-9, ma è risultata assente la taglia 8,5. Conseguentemente il dispositivo viene dichiarato **NON IDONEO** e pertanto viene escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.


Si dà atto che, conclusa l'attività di valutazione tecnica delle offerte, previa informativa al RUP di gara, con Determinazione dell'Amministratore Unico del 27/01/2026 sono state comunicate alle Ditte interessate le esclusioni dalla procedura di gara derivanti dall'accertata inidoneità tecnica delle relative offerte per mancato possesso dei requisiti tecnici minimi.

In data 28/01/2026, prima di procedere all'apertura della fase economica, la Commissione giudicatrice ha provveduto alla registrazione in PAD dei punteggi tecnici.

All'esito delle operazioni sopra esposte, le offerte presentate da: ASPEN SANITAS SRL per i lotti nn. 5 e 6, RAYS SPA per il lotto n. 7, CHEMIL SRL per il lotto n.7 e BERICAH SpA per il lotto n. 11, non hanno superato la soglia minima di sbarramento prevista dal Disciplinare di gara ai sensi dell'art. 20 pertanto non sono state ammesse dalla PAD al prosieguo della procedura.

In pari data, dando atto della previa comunicazione della SA ai concorrenti circa la scadenza del termine di cui all'art. 101 comma 4, la Commissione ha proceduto all'apertura delle offerte sole economiche giunte a tale fase, svolgendo le relative operazioni mediante la piattaforma di e-procurement "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio - S.TEL.LA", la quale assicura la tracciabilità di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e la non alterabilità dei documenti presentati dai concorrenti.

La Commissione giudicatrice ha quindi verificato la presenza di offerte con sospetta anomalia, ai sensi del par. 25 del disciplinare di gara, come di seguito riportate:




18


- Ditta NACATUR INTERNATIONAL SRL per i lotti nn. 1-8 e 10;
- Ditta Rays Spa per il lotto n. 5
- Ditta CLINI-LAB SRL per il lotto n. 6
- Ditta Medline INTERNATIONAL ITALY SRL per il lotto n.7
- Ditta BERICAH SpA per il lotto n.9

La Commissione giudicatrice nel riepilogare tutte le attività effettuate nell'ambito della procedura in oggetto, trasmette gli atti al RUP, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di verifica delle offerte sospette di anomalia con riferimento alle ditte sopra elencate nonché di elaborare la proposta di aggiudicazione per i lotti per i quali non è rilevata anomalia.

Il verbale viene letto e confermato nel suo contenuto pertanto viene sottoscritto come segue.

Dott.ssa Francesca Zeppetti - I.F.O. Approvvigionamenti e tecnologie Blocchi Operatori - Azienda Ospedaliera di Perugia - in qualità di Presidente _____ 

Dott. Francesco Fagotti - Dirigente Farmacista - Azienda USL Umbria 1 - in qualità di componente _____ 

Dott.ssa Emanuela Taizzani - I.F.O. Chirurgia Programmata e pre-ospedalizzazione - Azienda Ospedaliera di Terni- in qualità di componente _____ 

LOTTO 2 - GUANTI CHIRURGICI STERILI IN LATTICE SENZA POLVERE ULTRASOTTILI PER MICROCHIRURGIA

REQUISITI MINIMI	CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL	CLINI-LAB S.R.L.	FARMAC-ZABRAN S.p.A.	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.	CHEMIL SRL
Guanti monouso;	X	X	X	X	X
sterili per uso chirurgico	X	X	X	X	X
realizzati in puro lattice di gomma naturale di prima qualità "medical grade";	X	X	X	X	X
senza polvere	X	X	X	X	X
ultrasottili	X	X	X	X	X
deproteinizzati;	X	X	X	X	X
taglia e indicazione destro (DX o R) o sinistro (SX o L) riportata sulla manichetta del guanto, impressa o stampata con inchiostro atossico indelebile;	X	X	X	X	X
sterilizzazione mediante radiazioni ionizzanti, secondo le indicazioni riportate dalla F.U. vigente;	X	X	X	X	X
misura dalla 6 alla 9	X	X	X	X	X

IDONEO IDONEO IDONEO IDONEO IDONEO

REQUISITI PREFERENZIALI	VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	
<p>Criterio ambientale - Soluzioni per la riduzione dell'impatto dei confezionamenti Verrà attribuito un punteggio premiale in base all'impiego di materiali riciclati nei confezionamenti secondari c'è da trasportare, calcolato sul peso totale degli imballaggi forniti. ≥ 80% in peso di materiali riciclati (carta, cartone, plastica o altri) certificati → 3 punti 60-79% → 2 punti 30-59% → 1 punto < 30% o dato non dichiarato → 0 punti</p> <p>Il concorrente dovrà allegare dichiarazione del produttore o scheda tecnica con evidenza del contenuto di materiale riciclati.</p>	3	3	≥ 80%	SI 3,00	3	3	≥ 80%	SI 3,00	0	0	≥ 80%	NO 0	3	3	≥ 80%	SI 3,00
<p>Confezionamento primario: busta doppia involucro Il punteggio verrà attribuito valutando la funzionalità dell'involucro interno ed esterno intesa come maneggevolezza all'apertura e facilità di estrazione del guanto: la chiarezza delle indicazioni tecniche sullo stesso atte ad individuare il prodotto. Il coefficiente V(i) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretamente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica".</p> <p>Utilizzo di confezione primaria contenente il prodotto con apertura "peel open" e indicazione del punto di apertura. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 2 punti; - No: 0 punti.</p>	2	2	OTTIMO	OTTIMO	2	2	OTTIMO	OTTIMO	1,6	1,6	PIU' CHE ADEGUATO	J' CHE ADEGUATO	2	2	OTTIMO	OTTIMO
<p>Confezionamento secondario: scatola dispenser Maneggevolezza all'apertura, la facilità di estrazione del confezionamento primario, la robustezza del cartoncino della confezione, la facilità di riavvolgimento e la chiarezza delle indicazioni tecniche atte a individuare le caratteristiche del prodotto. Il coefficiente V(i) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretamente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica".</p>	2	2	OTTIMO	OTTIMO	2	2	OTTIMO	OTTIMO	1,6	1,6	PIU' CHE ADEGUATO	J' CHE ADEGUATO	2	2	OTTIMO	OTTIMO
<p>Sensibilità tattile Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la sensibilità al polso durante le prove pratiche di utilizzo della componentura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta ago. Il coefficiente V(i) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretamente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica".</p>	7	7	OTTIMO	OTTIMO	7	7	OTTIMO	OTTIMO	5,6	5,6	PIU' CHE ADEGUATO	J' CHE ADEGUATO	7	7	OTTIMO	OTTIMO
<p>Capacità di presa Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la capacità di presa durante le prove pratiche di utilizzo della componentura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta ago su superficie bagnata e asciutta. Il coefficiente V(i) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretamente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica".</p>	8	8	OTTIMO	OTTIMO	8	8	OTTIMO	OTTIMO	6,4	6,4	PIU' CHE ADEGUATO	J' CHE ADEGUATO	8	8	OTTIMO	OTTIMO
<p>Contenuto in acceleranti (fosfori, carboni attivi, difolliparaffine, ecc.) La commissione attribuirà il coefficiente V=1 al concorrente che offre il prodotto totalmente privo di acceleranti risultante da scheda tecnica. S/NO</p>	6	6	SI		6	6	SI		6	6	SI		6	6	SI	
<p>Comfort, indossabilità e protezione per l'operatore Sarà oggetto di valutazione l'elasticità e la morbidezza del guanto, il grado di deformabilità intesa come mantenimento della forma anatomica a livello dei polsaretti durante l'utilizzo e la protezione per l'operatore intesa come migliore inglobamento e migliore aderenza della manichetta al manico. Il coefficiente V(i) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretamente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica".</p>	9	9	OTTIMO	OTTIMO	9	9	OTTIMO	OTTIMO	7,2	7,2	PIU' CHE ADEGUATO	J' CHE ADEGUATO	9	9	OTTIMO	OTTIMO
<p>Facilità di indossamento Sarà oggetto di valutazione la facilità di indossamento e scomodità del guanto in tutte le situazioni (anche in presenza di mani umide) intesa come minor resistenza/difficoltà all'ingresso o maggiore resistenza alla rotazione nel momento in cui si indossa. Piegati e confezionati in modo da consentire l'indossabilità del guanto con tecnica asettica. Il coefficiente V(i) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretamente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica".</p>	9	9	OTTIMO	OTTIMO	9	9	OTTIMO	OTTIMO	7,2	7,2	PIU' CHE ADEGUATO	J' CHE ADEGUATO	9	9	OTTIMO	OTTIMO
<p>Indice di resistenza allo strappo Sarà oggetto di valutazione l'indice di resistenza allo strappo dei guanti superiore al minimo accettato dalla normativa (9 newton per il lattice) come risultante dalla scheda tecnica. La commissione attribuirà il coefficiente V=1 al concorrente che offre il massimo indice di resistenza. Il coefficiente degli altri concorrenti sarà attribuito in maniera conseguente proporzionalmente secondo la seguente formula: V_i = V_{max} * (R_i / R_{max}) dove: V_i = coefficiente del prodotto i-esimo V_{max} = massimo indice di resistenza R_i = massimo indice di resistenza del prodotto offerto i-esimo R_{max} = massimo indice di resistenza del prodotto offerto i-esimo</p>	6	4,38	VA1	VA	4,41	0,74	16,1	21,9	4,05	0,68	14,8	21,9	4,79	0,80	17,5	21,9
<p>Valore AQL (UNI EN 455 - 1) Il punteggio verrà attribuito in base al minor valore di AQL per assenza di fori risultante dalla scheda tecnica. - per AQL=0,65: 8 punti; - per 0,65<AQL<1,5: 4 punti; - per AQL=1,5: 0 punti.</p>	8	8	per AQL=0,65	SI 8,00	8	8	per AQL=0,65	SI 8,00	8	8	per AQL=0,65	SI 8,00	8	8	per AQL=0,65	SI 8,00
<p>Resistenza agli antisettici più comunemente utilizzati in B.O. (clorossidati, iodopovidoni) Sarà oggetto di valutazione il possesso di test certificati da parte di Enti terzi abilitati riguardanti la resistenza agli antisettici più comunemente utilizzati in B.O. (clorossidati, iodopovidoni) risultante dalla scheda tecnica. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 4 punti; - No: 0 punti.</p>	4	4	SI		4	4	SI		0	0	NO		4	4	SI	
<p>Test certificati per la misurazione della resistenza alla penetrazione virale, secondo EN 374-6 oppure ASTM D 1671 Sarà oggetto di valutazione il possesso di test certificati con esito positivo da parte di Enti terzi abilitati riguardanti la resistenza alla penetrazione virale risultante dalla scheda tecnica. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 2 punti; - No: 0 punti.</p>	2	2	SI		2	2	SI		2	2	SI		2	2	SI	
<p>TUTELA DELL'AMBIENTE: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management system" Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management system". Il punteggio sarà attribuito come segue: - Si: 1 punto; - No: 0 punti. Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [(P_{max} per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio)]</p>	1	1	SI		1	1	SI		1	1	SI		1	1	SI	
<p>Possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001 "Sistema di gestione della qualità di genere" o equivalente delle performance individuali e organizzative Il punteggio sarà attribuito come segue: - Si: 1 punto; - No: 0 punti. Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [(P_{max} per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio)]</p>	1	1	SI		1	1	SI		0	0	NO		1	1	SI	

TOTALE PUNTEGGIO 68,38 68,41 52,65 68,79 57,80

LOTTO 3 - GUANTI CHIRURGICI STERILI SINTETICI SENZA POLVERE

REQUISITI MINIMI	CLINI-LAB S.R.L.	FARMAC-ZABBAN S.p.A.	RAVS S.p.A.	CHEMIL SRL	NACATUR INTERNATIONAL SRL
Quanti monouso;	X	X	X	X	X
sterili per uso chirurgico	X	X	X	X	X
di materiale sintetico	X	X	X	X	X
senza polvere	X	X	X	X	X
privi di lattice	X	X	X	X	X
idonei ad effettuare manovre invasive chirurgiche, terapeutiche o diagnostiche che richiedono procedura sterile e tecnica di precisione;	X	X	X	X	X
taglia e indicazione destro (DX o R) o sinistro (SX o L) riportata sulla manichetta del guanto, impressa o stampata con inchiostro atossico indelebile;	X	X	X	X	X
sterilizzazione mediante radiazioni ionizzanti, secondo le indicazioni riportate dalla F.U. vigente;	X	X	X	X	X
misura dalla 6 alla 9	X	X	X	X	X
	IDONEO	IDONEO	IDONEO	IDONEO	IDONEO


REQUISITI PREFERENZIALI	VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE		
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE
Criterio ambientale - Soluzioni per la riduzione dell'impatto dei confezionamenti Verrà attribuito un punteggio premiale in base all'impiego di materiali riciclati nei confezionamenti secondari e/o da trasporto, calcolato sul peso totale degli imballaggi forniti: ≥ 80% in peso di materiali riciclati (carta, cartone, plastica o altri) certificati → 3 punti 60-79% → 2 punti 30-59% → 1 punto < 30% o dato non dichiarato → 0 punti Il concorrente dovrà allegare dichiarazione del produttore o scheda tecnica con evidenza del contenuto di materiale riciclato.	3	3	≥ 80% SI 3,00 60-79% NO 0 30-59% NO 0 < 30% o dato non dichiarato NO 0	0	0	≥ 80% NO 0 60-79% NO 0 30-59% SI 1,00 < 30% o dato non dichiarato NO 0	3	3	≥ 80% SI 3,00 60-79% NO 0 30-59% NO 0 < 30% o dato non dichiarato NO 0	3	3	≥ 80% SI 3,00 60-79% NO 0 30-59% NO 0 < 30% o dato non dichiarato NO 0	3	3	≥ 80% SI 3,00 60-79% NO 0 30-59% NO 0 < 30% o dato non dichiarato NO 0
Confezionamento primario: busta doppia involucro Il punteggio verrà attribuito valutando la funzionalità dell'involucro interno ed esterno innesca come maneggevolezza all'apertura e facilità di carazione del guanto: la chiarezza delle indicazioni tecniche sullo stesso atto ad individuare il prodotto. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica." L'utilizzo di confezione primaria contenente il prodotto con apertura "peel open" e indicazione del punto di apertura. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 2 punti; - No: 0 punti.	2	2	OTTIMO OTTIMO OTTIMO 1,00 1,00 1,00	1,6	0,80 0,80 0,80	1,6	0,80 0,80 0,80	0,8	0,40 0,40 0,40	0,8	0,40 0,40 0,40	2	2	OTTIMO OTTIMO OTTIMO 1,00 1,00 1,00	
Confezionamento secondario: scatola dispenser Maneggevolezza all'apertura, la facilità di estrazione del confezionamento primario, la robustezza del cartoncino della confezione, la facilità di sostegno e la chiarezza delle indicazioni tecniche atte a individuare le caratteristiche del prodotto. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica."	2	2	OTTIMO OTTIMO OTTIMO 1,00 1,00 1,00	1,6	0,80 0,80 0,80	1,6	0,80 0,80 0,80	1,2	0,60 0,60 0,60	2	2	OTTIMO OTTIMO OTTIMO 1,00 1,00 1,00			
Sensibilità tattile Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la sensibilità al polpastrello durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 koelcer, n.1 bocher, n.1 porta aghi. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica."	7	7	OTTIMO OTTIMO OTTIMO 1,00 1,00 1,00	5,6	0,80 0,80 0,80	5,6	0,80 0,80 0,80	7	1,00 1,00 1,00	5,6	0,80 0,80 0,80				
Capacità di presa Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la capacità di presa durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 koelcer, n.1 porta aghi su superficie bagnata e asciutta. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica."	8	8	OTTIMO OTTIMO OTTIMO 1,00 1,00 1,00	6,4	0,80 0,80 0,80	6,4	0,80 0,80 0,80	8	OTTIMO OTTIMO OTTIMO 1,00 1,00 1,00	6,4	0,80 0,80 0,80				
Contenuto in acceleranti (ossigeno, carbonati, difenilguanidina, ecc.) La commissione attribuirà il coefficiente V=1 al concorrente che oltre il prodotto localmente privo di acceleranti risultante da scheda tecnica. SINO	6	6	SI	0	NO	0	NO	6	SI	6	SI				
Comfort, indeformabilità e protezione per l'operatore Sarà oggetto di valutazione l'elasticità e la morbidezza del guanto, il grado di indeformabilità inteso come mantenimento della forma anatomica a livello del polpastrello durante l'utilizzo e la protezione per l'operatore intesa come maggiore lunghezza e migliore aderenza della manichetta al carnicer. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica."	9	9	OTTIMO OTTIMO OTTIMO 1,00 1,00 1,00	7,2	0,80 0,80 0,80	7,2	0,80 0,80 0,80	9	OTTIMO OTTIMO OTTIMO 1,00 1,00 1,00	7,2	0,80 0,80 0,80				
Facilità di indossamento Sarà oggetto di valutazione la facilità di indossamento e scivolosità del guanto in tutte le situazioni (anche in presenza di mani umide) intesa come minor resistenza/difficoltà all'ingresso e maggiore resistenza alla rottura nel momento in cui si indossa. Piegati e confezionati in modo da consentire l'indossabilità del guanto con tecnica asettica. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica."	9	9	OTTIMO OTTIMO OTTIMO 1,00 1,00 1,00	7,2	0,80 0,80 0,80	7,2	0,80 0,80 0,80	9	OTTIMO OTTIMO OTTIMO 1,00 1,00 1,00	7,2	0,80 0,80 0,80				
Indice di resistenza allo strappo Sarà oggetto di valutazione l'indice di resistenza allo strappo del guanto superiore al minimo accettato dalla normativa (9 newton per il lattice) come risultante dalla scheda tecnica. La commissione attribuirà il coefficiente V=1 al concorrente che offre il massimo indice di resistenza. Il coefficiente degli altri concorrenti sarà attribuito in maniera conseguentemente proporzionale secondo la seguente formula: V(a) = Vmax / Vmax dove: Vmax = coefficiente del prodotto i-esimo Vmax = massimo indice di resistenza V = massimo indice di resistenza del prodotto offerto i-esimo	6	3,73	0,62 13,1 21,1	3,13	0,52 11 21,1	6	1 21,1 21,1	4,86	0,81 17,1 21,1	3,05	0,51 10,74 21,1				
Valore AQL (UNI EN 455 - 1) Il punteggio verrà attribuito in base al minor valore di AQL per assenza per AQL=0,65: 8 punti; per 0,65<AQL<1,5: 4 punti; per AQL=1,5: 0 punti.	8	8	per AQL<=0,65 SI 8,00 per 0,65<AQL<1,5 NO 0 per AQL=1,5 NO 0	8	per AQL<=0,65 SI 8,00 per 0,65<AQL<1,5 NO 0 per AQL=1,5 NO 0	8	per AQL<=0,65 SI 8,00 per 0,65<AQL<1,5 NO 0 per AQL=1,5 NO 0	8	per AQL<=0,65 SI 8,00 per 0,65<AQL<1,5 NO 0 per AQL=1,5 NO 0	8	per AQL<=0,65 SI 8,00 per 0,65<AQL<1,5 NO 0 per AQL=1,5 NO 0				
Resistenza agli antistatici più comunemente utilizzati in B.O. (cloridrina, idopropilidina) Sarà oggetto di valutazione il possesso di test certificati da parte di Enti terzi abilitati riguardanti la resistenza agli antistatici più comunemente utilizzati in B.O. (cloridrina, idopropilidina) risultante dalla scheda tecnica. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 4 punti; - No: 0 punti.	4	4	SI	4	SI	0	NO	4	SI	4	SI				
Test certificati per la misurazione della resistenza alla penetrazione virale, secondo EN 374-5 oppure ASTM-D 1671 Sarà oggetto di valutazione il possesso di test certificati con esito positivo da parte di Enti terzi abilitati riguardanti la resistenza alla penetrazione virale risultante dalla scheda tecnica. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 2 punti; - No: 0 punti.	2	2	SI	2	SI	2	SI	2	SI	2	SI				
TUTELA DELL'AMBIENTE: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management system" Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management system" Il punteggio sarà attribuito come segue: - Si: 1 punto - No: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PMax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	1	1	SI	1	SI	1	SI	1	SI	1	SI				
Possesso della Certificazione UNIPAR 115:2021 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente le performance individuali e organizzative Il punteggio sarà attribuito come segue: - Si: 1 punto - No: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PMax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	1	1	SI	0	NO	0	NO	1	SI	1	SI				
TOTALE PUNTEGGIO	67,73	49,73	51,46	66,86	60,45										

LOTTO 4 - GUANTI IN FILO DI COTONE 100% BIANCO**REQUISITI MINIMI**

Guanti in puro cotone;
tessuti a maglia;
senza cuciture;
completi di bordino elasticizzato;
privi di sfilacciature sulle dita;
privi di amido e sbiancanti;
ambidestri;
non sterili;
riutilizzabili dopo lavaggio e sterilizzazione a vapore;
da usare come ausilio ai guanti di lattice per uso chirurgico o per ridurre la possibilità di fenomeni di sensibilizzazione.
misura dalla 6 alla 9.

FARMAC-ZABBAN S.p.A.	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

IDONEO



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.

LOTTO 6-GUANTI NON STERILI IN VINILE SENZA POLVERE						
REQUISITI MINIMI	ASPEN SANTAS SRL	BERICAH	CLINI-LAB S.R.L.	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	CHEMIL SRL	NACATUR INTERNATIONAL SRL
Quantità monouso:	X	X	X	X	X	X
non sterili:	X	X	X	X	X	X
in cloruro di polivinile elasticizzato	X	X	X	X	X	X
privi di lattice	X	X	X	X	X	X
senza polvere	X	X	X	X	X	X
forma anatomica intercambiabile DX e SX (ambidestri):	X	X	X	X	X	X
privi di saldature e di sbavature:	X	X	X	X	X	X
essere dotati di un polsino di lunghezza tale da consentire l'aderenza del guanto al camicia in qualunque posizione della mano;	X	X	X	X	X	X
il polsino deve essere dotato di polsino elastico	X	X	X	X	X	X
lunghezza minima complessiva 240mm	X	X	X	X	X	X
essere privi di additivi potenzialmente allergizzanti	X	X	X	X	X	X
AQL = < 1,5	X	X OK HA 0,65	X OK HA 0,65	X OK AQL 0,65	X	X
misure XS, S, M, L, XL	X	X	X	X	X	X
	IDONEO	IDONEO	IDONEO	IDONEO	IDONEO	IDONEO

REQUISITI PREFERENZIALI	VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE								
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE						
Criterio ambientale - Soluzioni per la riduzione dell'impatto dei confezionamenti Verrà attribuito un punteggio premiale in base all'impiego di materiali riciclati nei confezionamenti secondari e/o da trasporto, calcolato sul peso totale degli imballaggi forniti. ≥ 90% di peso di materiali riciclati (carta, cartone, plastica o altri) certificati → 3 punti 60-79% → 2 punti 30-59% → 1 punto < 30% o dato non dichiarato → 0 punti Il concorrente dovrà allegare dichiarazione del produttore o scheda tecnica con evidenza del contenuto di materiale riciclato.	3	0	≥ 80% NO 0 60-79% NO 0 30-59% NO 0 < 30% o dato non dichiarato NO 0	3	0	≥ 80% SI 3,00 60-79% NO 0 30-59% NO 0 < 30% o dato non dichiarato NO 0	3	0	≥ 80% SI 3,00 60-79% NO 0 30-59% NO 0 < 30% o dato non dichiarato NO 0	3	0	≥ 80% SI 3,00 60-79% NO 0 30-59% NO 0 < 30% o dato non dichiarato NO 0	3	0	≥ 80% SI 3,00 60-79% NO 0 30-59% NO 0 < 30% o dato non dichiarato NO 0	3	0	≥ 80% SI 3,00 60-79% NO 0 30-59% NO 0 < 30% o dato non dichiarato NO 0	3	0	≥ 80% SI 3,00 60-79% NO 0 30-59% NO 0 < 30% o dato non dichiarato NO 0			
Conferimento primario: scatola dispenser Maneggevolezza all'apertura, la facilità di estrazione del confezionamento primario, la robustezza del contenitore della confezione, la facilità di stoccaggio e la chiarezza delle indicazioni tecniche atte a individuare le caratteristiche del prodotto. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretamente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica".	4	2,4	ADEGUATO ADEGUATO ADEGUATO 0,60 0,60 0,60	4	2,4	ADEGUATO ADEGUATO ADEGUATO 0,60 0,60 0,60	4	2,4	OTTIMO OTTIMO OTTIMO 1,00 1,00 1,00	4	3,2	PIU' CHE ADEGUATO CHE ADEGUATO PIU' CHE ADEGUATO 0,80 0,80 0,80	4	3,2	PIU' CHE ADEGUATO CHE ADEGUATO PIU' CHE ADEGUATO 0,80 0,80 0,80	4	3,2	PIU' CHE ADEGUATO CHE ADEGUATO PIU' CHE ADEGUATO 0,80 0,80 0,80	4	3,2	PIU' CHE ADEGUATO CHE ADEGUATO PIU' CHE ADEGUATO 0,80 0,80 0,80			
Sensibilità tattile Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la sensibilità al polsarelli durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 kleenex, n.1 kocheb, n.1 porta agiti. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretamente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica".	8	4,8	ADEGUATO ADEGUATO ADEGUATO 0,60 0,60 0,60	8	4,8	ADEGUATO ADEGUATO ADEGUATO 0,60 0,60 0,60	8	4,8	OTTIMO OTTIMO OTTIMO 1,00 1,00 1,00	8	6,4	PIU' CHE ADEGUATO CHE ADEGUATO PIU' CHE ADEGUATO 0,80 0,80 0,80	8	6,4	PIU' CHE ADEGUATO CHE ADEGUATO PIU' CHE ADEGUATO 0,80 0,80 0,80	8	6,4	PIU' CHE ADEGUATO CHE ADEGUATO PIU' CHE ADEGUATO 0,80 0,80 0,80	8	6,4	PIU' CHE ADEGUATO CHE ADEGUATO PIU' CHE ADEGUATO 0,80 0,80 0,80			
Capacità di presa Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la capacità di presa durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 kleenex, n.1 kocheb, n.1 porta agiti su superficie bagnata e asciutta. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretamente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica".	8	4,8	ADEGUATO ADEGUATO ADEGUATO 0,60 0,60 0,60	8	4,8	ADEGUATO ADEGUATO ADEGUATO 0,60 0,60 0,60	8	4,8	OTTIMO OTTIMO OTTIMO 1,00 1,00 1,00	8	6,4	PIU' CHE ADEGUATO CHE ADEGUATO PIU' CHE ADEGUATO 0,80 0,80 0,80	8	6,4	PIU' CHE ADEGUATO CHE ADEGUATO PIU' CHE ADEGUATO 0,80 0,80 0,80	8	6,4	PIU' CHE ADEGUATO CHE ADEGUATO PIU' CHE ADEGUATO 0,80 0,80 0,80	8	6,4	PIU' CHE ADEGUATO CHE ADEGUATO PIU' CHE ADEGUATO 0,80 0,80 0,80			
Contenuto in secretanti (borax, carbonati, difenilgualidina, ecc.) La commissione attribuirà il coefficiente V=a al concorrente che offre il prodotto totalmente privo di acceleranti risultanti da scheda tecnica. SINO	6	0	NO	6	0	SI	6	0	NO	6	0	SI	6	0	NO	6	0	SI	6	0	SI	6	0	SI
Confort, indeformabilità e protezione per l'operatore Sarà oggetto di valutazione l'elasticità e la morbidezza del guanto, il grado di indeformabilità intesa come mantenimento della forma anatomica a livello del polsarelli durante l'utilizzo e la protezione per l'operatore intesa come maggiore lunghezza e migliore aderenza della manichetta al camicia. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretamente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica".	10	6	ADEGUATO ADEGUATO ADEGUATO 0,60 0,60 0,60	10	6	ADEGUATO ADEGUATO ADEGUATO 0,60 0,60 0,60	10	6	OTTIMO OTTIMO OTTIMO 1,00 1,00 1,00	10	8	PIU' CHE ADEGUATO CHE ADEGUATO PIU' CHE ADEGUATO 0,80 0,80 0,80	10	8	PIU' CHE ADEGUATO CHE ADEGUATO PIU' CHE ADEGUATO 0,80 0,80 0,80	10	8	PIU' CHE ADEGUATO CHE ADEGUATO PIU' CHE ADEGUATO 0,80 0,80 0,80	10	8	PIU' CHE ADEGUATO CHE ADEGUATO PIU' CHE ADEGUATO 0,80 0,80 0,80			
Facilità di indossamento Sarà oggetto di valutazione la facilità di indossamento e scivolosità del guanto in tutte le situazioni (anche in presenza di mani umide) intesa come minor resistenza all'ingresso e maggiore resistenza alla rottura nel momento in cui si indossano. Pigiati e coefficienti in modo da consentire l'indossabilità del guanto con tecnica asettica. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretamente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica".	9	5,4	ADEGUATO ADEGUATO ADEGUATO 0,60 0,60 0,60	9	5,4	ADEGUATO ADEGUATO ADEGUATO 0,60 0,60 0,60	9	5,4	OTTIMO OTTIMO OTTIMO 1,00 1,00 1,00	9	7,2	PIU' CHE ADEGUATO CHE ADEGUATO PIU' CHE ADEGUATO 0,80 0,80 0,80	9	7,2	PIU' CHE ADEGUATO CHE ADEGUATO PIU' CHE ADEGUATO 0,80 0,80 0,80	9	7,2	PIU' CHE ADEGUATO CHE ADEGUATO PIU' CHE ADEGUATO 0,80 0,80 0,80	9	7,2	PIU' CHE ADEGUATO CHE ADEGUATO PIU' CHE ADEGUATO 0,80 0,80 0,80			
Indice di resistenza allo strappo Sarà oggetto di valutazione l'indice di resistenza allo strappo dei guanti rispetto al minimo accettato dalla normativa (il minimo per il lattice) come risultato della scheda tecnica. La commissione attribuirà il coefficiente V=a al concorrente che offre il massimo indice di resistenza. Il coefficiente degli altri concorrenti sarà attribuito in maniera conseguente proporzionale secondo la seguente formula: V(a) = coefficiente del prodotto / massimo Vmax = massimo indice di resistenza V(a) = massimo indice di resistenza del prodotto offerto / Vmax	8	5,14	0,64 3,6 5,6	8	5,14	0,69 3,85 5,6	8	5,14	0,91 5,1 5,6	8	5,14	0,86 4,8 5,6	8	5,14	0,91 5,1 5,6	8	5,14	0,86 4,8 5,6	8	5,14	0,91 5,1 5,6			
Valore AQL (UNI EN 455 - I) Il punteggio verrà attribuito in base al minor valore di AQL per assenza di difetti risultanti dalla scheda tecnica. - per AQL=0,65: 8 punti; - per 0,65<AQL<1,5: 4 punti; - per AQL=1,5: 0 punti.	8	0	per AQL=0,65 NO 0 per 0,65<AQL<1,5 NO 0 per AQL=1,5 NO 0	8	0	per AQL=0,65 SI 8,00 per 0,65<AQL<1,5 NO 0 per AQL=1,5 NO 0	8	0	per AQL=0,65 SI 8,00 per 0,65<AQL<1,5 NO 0 per AQL=1,5 NO 0	8	0	per AQL=0,65 SI 8,00 per 0,65<AQL<1,5 NO 0 per AQL=1,5 NO 0	8	0	per AQL=0,65 SI 8,00 per 0,65<AQL<1,5 NO 0 per AQL=1,5 NO 0	8	0	per AQL=0,65 SI 8,00 per 0,65<AQL<1,5 NO 0 per AQL=1,5 NO 0	8	0	per AQL=0,65 SI 8,00 per 0,65<AQL<1,5 NO 0 per AQL=1,5 NO 0			
Resistenza agli antistatici più comunemente utilizzati in B.O. (cloridrina, isopropilalcol) Sarà oggetto di valutazione il possesso di test certificati da parte di Enti terzi di validità riguardante la resistenza agli antistatici più comunemente utilizzati in B.O. (cloridrina, isopropilalcol) risultante dalla scheda tecnica. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Si: 4 punti; - No: 0 punti.	4	0	NO	4	0	SI	4	0	NO	4	0	SI	4	0	NO	4	0	SI	4	0	SI	4	0	SI
TUTELA DELL'AMBIENTE: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 "Environmental management system" Il punteggio sarà attribuito come segue: - Si: 1 punto - No: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [(Pmax per il possesso della certificazione * %) di esecuzione del Servizio]	1	0	NO	1	0	SI	1	0	NO	1	0	SI	1	0	NO	1	0	SI	1	0	SI	1	0	SI
Possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001 "Sistema di gestione della qualità di genere" o equivalente le performance individuali e organizzative Il punteggio sarà attribuito come segue: - Si: 1 punto - No: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [(Pmax per il possesso della certificazione * %) di esecuzione del Servizio]	1	0	NO	1	0	SI	1	0	NO	1	0	SI	1	0	NO	1	0	SI	1	0	SI	1	0	SI
TOTALE PUNTEGGIO	25,64	54,40	61,50	61,49	57,86	68,19																		

REQUISITI MINIMI	BERICAH	CLINI-LAB S.R.L.	RAYS S.p.A.	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.	CHEMIL SRL	NACATUR INTERNATIONAL SRL
ASTM F1671: livello prestazionale di penetrazione 3 o superiore;	X	X	X	declara EN 374-1	declara EN 374-1	declara EN 374-1
prodotti in nitrile di prima qualità;	X	X	X	X	X	X
eventi da macchie	X	X	X	X	X	X
di colore chiaro, opaco	X	X	X	X	X	X
marcatura CE	X	X	X	X	X	X
DPI di III categoria;	X	X	X	X	X	X
privi di polvere lubrificante	X	X	X	X	X	X
contenuto residui additivi chimici facilitanti il processo produttivo assenti o sotto la soglia di rilevabilità;	X	X	X	X	X	X
assenza di saldature e di sbavature od imperfezioni di varia natura (il guanto deve risultare un corpo unico);	X	X	X	X	X	X
forma anatomica intercambiabile DX e SX (ambidestri);	X	X	X	X	X	X
manichetta lunga non inferiore a mm 270;	X	X	X	X	X	X
manichetta dotata di bordino prossimale antistrappo;	X	X	X	X	X	X
disponibilità di misura/taglia XS, S, M, L, XL.	X	X	X	X	X	X
	IDONEO	IDONEO	IDONEO	IDONEO	IDONEO	IDONEO

REQUISITI PREFERENZIALI	VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE									
Criterio ambientale - soluzioni per la riduzione dell'impatto dei confezionamenti Verrà attribuito un punteggio premiale in base all'impiego di materiali riciclati nei confezionamenti secondari (in base al trasporto, calcolati sul peso totale degli imballaggi forniti): - > 80% in peso di materiali riciclati (carta, cartone, plastica o altri certificati) -> 3 punti - 60-79% -> 2 punti - 30-59% -> 1 punto - < 30% o dato non dichiarato -> 0 punti Il concorrente dovrà allegare dichiarazioni del produttore o scheda tecnica con evidenza del contenuto di materiale riciclati.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE								
		3	3	> 80% SI 3,00 60-79% NO 0 30-59% NO 0 < 30% o dato non dichiarato NO 0	3	> 80% SI 3,00 60-79% NO 0 30-59% NO 0 < 30% o dato non dichiarato NO 0	3	> 80% SI 3,00 60-79% NO 0 30-59% NO 0 < 30% o dato non dichiarato NO 0	3	> 80% SI 3,00 60-79% NO 0 30-59% NO 0 < 30% o dato non dichiarato NO 0	3	> 80% SI 3,00 60-79% NO 0 30-59% NO 0 < 30% o dato non dichiarato NO 0	3	> 80% SI 3,00 60-79% NO 0 30-59% NO 0 < 30% o dato non dichiarato NO 0	3	> 80% SI 3,00 60-79% NO 0 30-59% NO 0 < 30% o dato non dichiarato NO 0	3	> 80% SI 3,00 60-79% NO 0 30-59% NO 0 < 30% o dato non dichiarato NO 0	3						
Confezionamento primario: scatola dispenser - Impermeabilità all'umidità: la facilità di estrazione del confezionamento primario, la robustezza del cartoncino della confezione, la facilità di stacco e la chiarezza delle indicazioni iconiche atte a individuare le caratteristiche del prodotto. Il coefficiente V(p) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica."	4	3,2	ZEPPETTI PIU' CHE ADEGUATO 0,80	FAGOTTI PIU' CHE ADEGUATO 0,80	TAIZZANI PIU' CHE ADEGUATO 0,80	3,2	ZEPPETTI PIU' CHE ADEGUATO 0,80	FAGOTTI PIU' CHE ADEGUATO 0,80	TAIZZANI PIU' CHE ADEGUATO 0,80	4	OTTIMO 1,00	OTTIMO 1,00	OTTIMO 1,00	3,2	ZEPPETTI PIU' CHE ADEGUATO 0,80	FAGOTTI PIU' CHE ADEGUATO 0,80	TAIZZANI PIU' CHE ADEGUATO 0,80	3,2	ZEPPETTI PIU' CHE ADEGUATO 0,80	FAGOTTI PIU' CHE ADEGUATO 0,80	TAIZZANI PIU' CHE ADEGUATO 0,80				
Sensibilità tattile Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la sensibilità al polso durante l'utilizzo della guaina di protezione. La prova sarà eseguita su oggetti "fissi" ovvero a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.	8	8	OTTIMO 1,00	OTTIMO 1,00	OTTIMO 1,00	8	OTTIMO 1,00	OTTIMO 1,00	OTTIMO 1,00	3,2	PARZIALMENTE ADEGUATO 0,40	PARZIALMENTE ADEGUATO 0,40	PARZIALMENTE ADEGUATO 0,40	8	OTTIMO 1,00	OTTIMO 1,00	OTTIMO 1,00	3,2	PARZIALMENTE ADEGUATO 0,40	PARZIALMENTE ADEGUATO 0,40	PARZIALMENTE ADEGUATO 0,40	8	OTTIMO 1,00	OTTIMO 1,00	OTTIMO 1,00
Capacità di presa Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la capacità di presa durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "fissi" ovvero a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900,																									

LOTTO 8 - GUANTI NON STERILI IN NITRILE LUNGO

REQUISITI MINIMI	ASPEX SNTAS SRL	BERICAH	CLIN-LAB S.R.L.	PAUL HARTMANN S.P.A.	RAY'S S.p.A.	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.	CHEMIL SRL	NACATUR INTERNATIONAL SRL
ASTM F1717: livello prestazionale di penetrazione 3 o superiore;	obbliga EN 374	X	X	X	X	obbliga EN 374	obbliga EN 374	X
prodotti in nitrile di prima qualità;	X	X	X	X	X	X	X	X
resistenti a macchie;	X	X	X	X	X	X	X	X
di colore chiaro, opaco;	X	X	X	X	X	X	X	X
struttura CE;	X	X	X	X	X	X	X	X
DPI di III categoria;	X	X	X	X	X	X	X	X
privi di polvere lubrificante;	X	X	X	X	X	X	X	X
contengono residui additivi chimici nocivi al processo produttivo assenti o sotto la soglia di rilevabilità;	X	X	X	X	X	X	X	X
presenza di saldature e di sbavature ed imperfezioni di varia natura (il guanto deve risultare un corpo unico);	X	X	X	X	X	X	X	X
forma anatomica intercambiabile DX e SX (ambidestro);	X	X	X	X	X	X	X	X
mollicella lunga non inferiore a mm 20(20);	X	X	X	X	X	X	X	X
manicotto dotato di bordino personalizzato antiscivolo;	X	X	X	X	X	X	X	X
disponibilità di misure taglia XS, S, M, L, XL;	X	X	X	X	X	X	X	X

REQUISITI PREFERENZIALI	VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE					
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			
1. Qualità del prodotto Vantaggi: presenza in base al tempo di consegna del materiale richiesto (confezionamento) e presenza di un servizio di assistenza tecnica e di supporto al cliente. Il prodotto deve essere conforme alle norme CE e alla direttiva 90/269/CEE. Il prodotto deve essere conforme alle norme CE e alla direttiva 90/269/CEE. Il prodotto deve essere conforme alle norme CE e alla direttiva 90/269/CEE.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
2. Capacità di prova Il prodotto deve essere conforme alle norme CE e alla direttiva 90/269/CEE. Il prodotto deve essere conforme alle norme CE e alla direttiva 90/269/CEE. Il prodotto deve essere conforme alle norme CE e alla direttiva 90/269/CEE.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
3. Contenuto in solventi (benzina, acetone, toluene, ecc.) La commissione attribuirà il punteggio V+1 al concorrente che offre il prodotto realizzato con il contenuto in solventi inferiore a 100 mg/kg.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
4. Conformità alla direttiva 90/269/CEE Il prodotto deve essere conforme alle norme CE e alla direttiva 90/269/CEE. Il prodotto deve essere conforme alle norme CE e alla direttiva 90/269/CEE. Il prodotto deve essere conforme alle norme CE e alla direttiva 90/269/CEE.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
5. Valore AQI (EN EN 455-1) Punteggio viene attribuito in base al valore AQI per acqua e per AQI per aria. Il punteggio sarà attribuito in base al valore AQI per acqua e per AQI per aria. Il punteggio sarà attribuito in base al valore AQI per acqua e per AQI per aria.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
6. Indicazioni agli anticorpi più comunemente utilizzati in R.U. (interferone, interferone) Il prodotto deve essere conforme alle norme CE e alla direttiva 90/269/CEE. Il prodotto deve essere conforme alle norme CE e alla direttiva 90/269/CEE. Il prodotto deve essere conforme alle norme CE e alla direttiva 90/269/CEE.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
7. TUTTA LA BELL'AMBIENTE. Presenza della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 "Environmental management system" Presenza della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 "Environmental management system". Il punteggio sarà attribuito in base alla presenza della certificazione.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%
8. Presenza della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 "Quality management system" Presenza della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 "Quality management system". Il punteggio sarà attribuito in base alla presenza della certificazione.	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%

TOTALE PUNTEGGIO

ASPEX SNTAS SRL	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%
BERICAH	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%
CLIN-LAB S.R.L.	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%
PAUL HARTMANN S.P.A.	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%
RAY'S S.p.A.	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%
CHEMIL SRL	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%
NACATUR INTERNATIONAL SRL	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%	42,00	42,00	100%

COEFFICIENTI

ASPEX SNTAS SRL	1,00
BERICAH	1,00
CLIN-LAB S.R.L.	1,00
PAUL HARTMANN S.P.A.	1,00
RAY'S S.p.A.	1,00
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.	1,00
CHEMIL SRL	1,00
NACATUR INTERNATIONAL SRL	1,00

REQUISITI MINIMI	BERICAH	CLINI-LAB S.R.L.	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.	Novamedisa Italia S.r.l.
Quanti non sterili	X	X	X	X
materiale sintetico di alta qualità come nitrile, poliuretano o neoprene;	X	X	X	X
lubrificati;	X	X	X	X
senza polvere;	X	X	X	X
devono tutelare l'operatore durante la manipolazione di farmaci antiblastici, rifiuti medici e materiale contaminato;	X	X	X	X
prodotti in polimeri sintetici, di prima qualità, esenti da macchie, colorati;	X	X	X	X
latex free;	X	X	X	X
esenti da PVC;	X	X	X	X
senza ftalati;	X	X	X	X
contenuto residui additivi chimici facilitanti il processo produttivo assenti o sotto la soglia di rilevabilità;	X	X	X	X
privi di polvere lubrificante;	X	X	X	X
assenza di saldature e di sbavature od imperfezioni di varia natura (il guanto deve risultare un corpo unico);	X	X	X	X
idonei per la manipolazione con tecniche sterili di farmaci chemioterapici e/o citotossici;	X	X	X	X
protezione del personale sanitario preposto alla preparazione di tali farmaci;	X	X	X	X
dotati di certificazione di test per antiblastici testati per le seguenti: Cisplatino, Carboplatino, Ciclofosfamide, Citeflofurouracile, Gemcitabina, Paclitaxel;	X	X	X	X
forma anatomica intercambiabile DX e SX, ambidestri;	X	X	X	X
a spessore differenziato crescente polso - palmo - polpastrello;	X	X	X	X
manichetta tale da garantire l'aderenza e la copertura del polsino del camice, con bordino tubolare antirotolamento e antristrappo;	X	X	X	X
lunghezza non inferiore a 270 mm;	X	X	X	X
disponibilità di misura/taglia XS, S, M, L, XL.	X	X	X	X
	IDONEO	IDONEO	IDONEO	IDONEO

REQUISITI PREFERENZIALI	VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				
	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ZEPETTI	FAGOTTI	TAIZZANI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ZEPETTI	FAGOTTI	TAIZZANI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ZEPETTI	FAGOTTI	TAIZZANI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ZEPETTI	FAGOTTI	TAIZZANI
Confezionamento primario: scatola dispenser Maggiorvolezza all'apertura, la facilità di estrazione del confezionamento primario, la robustezza del cartoncino della confezione, la facilità di stoccaggio e la chiarezza delle indicazioni tecniche atte a individuare le caratteristiche del prodotto. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica."	2	2	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	2	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	2	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	2	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
			1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
Sensibilità tattile Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la sensibilità al polpastrello durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta aghi. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica."	8	6,4	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	4,8	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	6,4	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	8	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
			0,80	0,80	0,80		0,60	0,60	0,60		0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00
Capacità di presa Sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione la capacità di presa durante le prove pratiche di utilizzo della campionatura ricevuta. La prova sarà eseguita su oggetti "freddi" ovvero n.1 klemmer, n.1 kocher, n.1 porta aghi su superficie liscia e asciutta. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica."	8	6,4	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	4,8	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	6,4	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	8	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
			0,80	0,80	0,80		0,60	0,60	0,60		0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00
Contenuto in acceleranti (tiourami, carbammati, difenilguanidina, ecc.) La commissione attribuirà il coefficiente V=1 al concorrente che offre il prodotto totalmente privo di acceleranti risultante da scheda tecnica. SINO	6	6	PRESENTE			6	PRESENTE			6	PRESENTE			6	PRESENTE		
			SI				SI				SI				NO		
Comfort, indeformabilità e protezione per l'operatore Sarà oggetto di valutazione l'elasticità e la morbidezza del guanto, il grado di indeformabilità in uso come mantenimento della forma anatomica a livello dei polpastrelli durante l'utilizzo e la protezione per l'operatore intesa come maggiore lunghezza e migliore aderenza della manichetta al camice. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica."	12	9,6	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	7,2	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	9,6	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	12	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
			0,80	0,80	0,80		0,60	0,60	0,60		0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00
Facilità di indossamento Sarà oggetto di valutazione la facilità di indossamento e scivolosità del guanto in tutte le situazioni (anche in presenza di mani umide) intesa come minor resistenza/ difficoltà all'ingresso e maggiore resistenza alla rottura nel momento in cui si indossa. Piegati e confezionati in modo da consentire l'indossabilità del guanto con tecnica asettica. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al presente Capitolato al paragrafo "metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica."	12	9,6	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	7,2	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	9,6	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	12	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
			0,80	0,80	0,80		0,60	0,60	0,60		0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00
Indice di resistenza allo strappo Sarà oggetto di valutazione l'indice di resistenza allo strappo dei guanti superiore al minimo accettato dalla normativa (9 newton per il lattice) come risultante dalla scheda tecnica. La commissione attribuirà il coefficiente V=1 al concorrente che offre il massimo indice di resistenza. Il coefficiente degli altri concorrenti sarà attribuito in maniera conseguentemente proporzionale secondo la seguente formula: Vai = Va/Vmax dove: Vai = coefficiente del prodotto i-esimo Vmax = massimo indice di resistenza Va = massimo indice di resistenza del prodotto offerto i-esimo	10	9,82	0,98	10,8	11	5,91	0,59	6,5	11	10	1	11	11	9,09	0,91	10	11
Test permeazione chemioterapici / antiblastici (UNI EN 374-3 o UNI EN 16523-1) Sarà oggetto di valutazione il numero di sostanze testate con livello prestazionale di permeazione superiore ai requisiti minimi richiesti come risultante dalla scheda tecnica. La commissione attribuirà il coefficiente V=1 al concorrente che offre il maggior numero di sostanze testate oltre a quelle richieste come minime. Il coefficiente degli altri concorrenti sarà attribuito in maniera conseguentemente proporzionale secondo la seguente formula: Vai = Va/Vmax dove: Vai = coefficiente del prodotto i-esimo Vmax = massimo indice di resistenza Va = massimo indice di resistenza del prodotto offerto i-esimo	10	7,17	0,72	43	60	3,33	0,33	20	60	3,5	0,35	21	60	10	1	60	60
TUTELA DELL'AMBIENTE: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" Il punteggio sarà attribuito come segue: - SI: 1 punto - NO: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [P]Tmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio	1	1	PRESENTE			1	PRESENTE			1	PRESENTE			1	PRESENTE		
			SI				SI				SI				SI		
Possesso della Certificazione UNI/PDR 1252022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente le performance individuali e organizzative Il punteggio sarà attribuito come segue: - SI: 1 punto - NO: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [P]Tmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio	1	1	PRESENTE			1	PRESENTE			1	PRESENTE			1	PRESENTE		
			SI				SI				SI				NO		
TOTALE PUNTEGGIO		58,98				43,24				55,50				62,09			

LOTTO II -GUANTI STERILI DI PROTEZIONE DAI RAGGI X		
REQUISITI MINIMI	BERICAH	CLINI-LAB S.R.L
conformi a Regolamento 2016/425/UE sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)	X	X
rispondenti a D.Lgs 46/97 e/o Regolamento 745/2017 e s.m.i	X	X
rispondenti alle normative: - UNI EN 420 o UNI EN 21420:2020 e smi - UNI EN 374 parte 1,2,3 (o EN 16523-1: 2015) e smi - UNI EN 455 parte 1, 2, 3, 4	X	X
sterili;	X	X
privi di lattice;	X	X
attenuazione 45% a 60 KWp E 26% a 100 KWp;	X	X
essere esenti da imperfezioni di qualsivoglia natura;	X	X
essere di forma anatomica rispettivamente dx e sx (la forma anatomica deve rispettare la sovrapposizione del pollice rispetto alle altre dita);	X	X
risultare di corpo unico, privi di saldature e di sbavature;	X	X
essere dotati di una buona elasticità e morbidezza, comodità e calzabilità in ragione del livello di protezione;	X	X
essere uniformemente sottili alla punta delle dita;	X	X
confezione massimo 50 paia;	X	X
presenza di pittogrammi relativi alle normative vigenti in modo indelebile sulla confezione originale (no applicazione di adesivi).	X	X
	IDONEO	IDONEO

REQUISITI PREFERENZIALI		VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE				
Contenuto di acceleranti Contenuto di acceleranti (tiourami, carbammati, defenilguanidina etc): è necessaria una dichiarazione del Produttore che specifichi l'assenza di contenuto di acceleranti nel guanto o l'elenco degli acceleranti presenti. - Non presenti (e dunque o nulli o sotto il livello di sensibilità dello strumento): 10 punti - In caso diverso: 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
	10	10	SI			10	SI		
Allergenicità Allergenicità per stabilizzanti/acceleranti si attribuiscono i punti previsti in presenza di test allergologico che dichiarino l'assenza di potenziale allergenico per il prodotto offerto. Il test deve essere svolto da laboratorio esterno al concorrente e strettamente riferito all'esatto nome commerciale dichiarato in offerta. In assenza del test o se individuato un potenziale allergenico, si attribuiscono 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
	10	10	SI			10	SI		
Sensibilità tattile Si valuta, calzato il guanto, quanto lo stesso riduca la sensibilità tattile dell'operatore.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ZEPPETTI	FAGOTTI	TAIZZANI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ZEPPETTI	FAGOTTI	TAIZZANI
	14	4,66666667	PARZIALMENTE ADEGUATO 0,40	PARZIALMENTE ADEGUATO 0,40	SCARSAMENTE ADEGUATO 0,20	14	OTTIMO 1,00	OTTIMO 1,00	OTTIMO 1,00
Resistenza allo strappo: Si verifica che, indossando il guanto, lo stesso non si rompa. Se verificato il requisito si attribuiscono i punti previsti, altrimenti si attribuiscono 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
	14	0	NO			0	NO		
Presenza del grip Presenza del grip per garantire una buona presa: - Ottima presa: 5 punti - Presa inadeguata: 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
	5	5	SI			5	SI		
Valore AQL (UNI EN 455 - 1) Il punteggio verrà attribuito in base al minor valore di AQL per assenza di fori risultante dalla scheda tecnica. - per AQL<=0,65: 8 punti; - per 0,65<AQL<1,5: 4 punti; - per AQL=1,5: 0 punti.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
	5	5	per AQL<=0,65	SI	5,00	5	per AQL<=0,65	SI	5,00
			per 0,65<AQL<1,5	NO	0		per 0,65<AQL<1,5	NO	0
			per AQL=1,5	NO	0		per AQL=1,5	NO	0
Facilità di calzata Facilità di calzata: si valuta la facilità con cui si indossa il guanto.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ZEPPETTI	FAGOTTI	TAIZZANI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	ZEPPETTI	FAGOTTI	TAIZZANI
	10	3,33333333	SCARSAMENTE ADEGUATO 0,20	PARZIALMENTE ADEGUATO 0,40	PARZIALMENTE ADEGUATO 0,40	10	OTTIMO 1,00	OTTIMO 1,00	OTTIMO 1,00
TUTELA DELL'AMBIENTE: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" Il punteggio sarà attribuito come segue: - Si: 1 punto - No: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
	1	1	SI			1	SI		
Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente le performance individuali e organizzative Il punteggio sarà attribuito come segue: - Si: 1 punto - No: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
	1	1	SI			1	SI		
TOTALE PUNTEGGIO			40,00				56,00		

LOTTO 12 - GUANTI STERILI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CEMOTERAPICI ANTIBLASTICI	
REQUISITI MINIMI	
Guanti per rischio chimico specifici per la manipolazione di farmaci antiblastici, sterili;	
In Nitrile;	
Senza polvere;	
Destrezza 5 secondo norma EN 420;	
AQL per assenza di fori pari a 1;	
Protezione meccanica: livelli prestazioni non richiesti;	
Disponibilità Taglie: da 6 a 8,5	

BERICAH

equivalenza: LA DITTA DICHIARA in FLEXYLONTM, polimero sintetico polistirenico di prima qualità. Non viene accettata, peggiora la protezione chimica e biologica richiesta da dispositivi che devono rispettare la norma nitrile.

CLINI-LAB S.R.L.

X
X
X
X
X
X
X

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.

X
X
equivalenza: sterile, prodotto in policloroprene sintetico
X
X
X
X
X

CHEMIL SRL

X
X
X
X
X
X
ASSENTE: non ha 8,5

NON IDONEO **IDONEO** **IDONEO** **NON IDONEO**

REQUISITI PREFERENZIALI		PUNTEGGIO ASSEGNABILE
Lunghezza del guanto Lunghezza del guanto ≥ 27 cm (fino all'avambraccio) Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Sì: 6 punti; - No: 0 punti.	1	6
Pressa e grip in condizioni di asciutto Si valuta se il guanto presenta una finitura ruvida o microruvida su: -dorso della dita -palmo della mano. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Sì: 10 punti; - No: 0 punti.	2	10
Pressa e grip in condizioni di bagnato Il punteggio sarà attribuito nel caso in cui il concorrente alleghe evidenze tecniche (test, dichiarazione del produttore o scheda tecnica) che dimostri l'efficacia della pressa anche in condizioni bagnate (es. contatto con liquidi, umidità, fluidi organici). - Sì: 10 punti; - No: 0 punti.	3	10
Facilità di indossamento (manipolazione mano asciutta e umida) Presenza di rivestimento interno polimerico/lubrificante che agevola la calzatura in condizioni asciutte e umide. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: - Sì: 10 punti; - No: 0 punti.	4	10
Resistenza ai chemioterapici (permeazione) Test eseguiti su almeno 3 dei seguenti farmaci: Bleomicina, Carboplatino, Carmustina, Cisplatino, Ciclofosfamide, Doxorubicina, Daunorubicina, Fluorouracile, Metotrexato, Mitomicina, Vinblastina, Vincristina. Il punteggio sarà attribuito in questo modo: punteggio: Test su ≥ 3 farmaci: 8 punti Test su ≥ 6 farmaci: 16 punti Test su ≥ 9 farmaci: 32 punti I test devono essere effettuati secondo lo standard ASTM D6978 (o equivalente) e allegati all'offerta.	5	32
TUTELA DELL'AMBIENTE: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 punto - No: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $2 \left[\frac{PT_{max}}{100} \times \left(\frac{Q}{100} \right) \right]$ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	6	1
Possesso della Certificazione UNI/PDR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" o equivalente le performance individuali e organizzative Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 punto - No: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $2 \left[\frac{PT_{max}}{100} \times \left(\frac{Q}{100} \right) \right]$ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	7	1
TOTALE PUNTEGGIO		

VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE
6	SI	6	SI				
10	SI	10	SI				
10	SI	10	SI				
10	SI	10	SI				
10	SI	10	SI				
32	Test su ≥ 3 farmaci: NO 0 Test su ≥ 6 farmaci: NO 0 Test su ≥ 9 farmaci: SI 32,00	32	Test su ≥ 3 farmaci: NO 0 Test su ≥ 6 farmaci: NO 0 Test su ≥ 9 farmaci: SI 32,00				
1	SI	1	SI				
1	SI	1	SI				
TOTALE PUNTEGGIO				TOTALE PUNTEGGIO			
70,00				70,00			

Numero Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
1	Valutato	NACATUR INTERNATIONAL S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	98,07	68,07	30,00	599.040,00	979200	38,82353	380160
1	Valutato	CLINI-LAB SRL	II Classificato	2	92,84	69,16	23,68	806.400,00	979200	17,64706	172800
1	Valutato	BERICAH		3	88,01	61,72	26,29	734.400,00	979200	25,00	244800
1	Valutato	CHEMIL SRL		4	87,24	57,80	29,44	622.080,00	979200	36,47059	357120
1	Valutato	MABE SRL		5	82,27	53,87	28,40	662.400,00	979200	32,35294	316800
2	Valutato	Cardinal Health Italy 509 S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	89,78	68,38	21,40	257.400,00	297000	13,33333	39600
2	Valutato	CHEMIL SRL	II Classificato	2	87,80	57,80	30,00	174.900,00	297000	41,11111	122100
2	Valutato	CLINI-LAB SRL		3	85,79	68,41	17,38	277.200,00	297000	6,66667	19800
2	Valutato	FARMAC-ZABBAN S.p.A.		4	80,82	52,65	28,17	198.000,00	297000	33,33333	99000
2	Valutato	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.		5	79,35	68,79	10,56	293.238,00	297000	1,26667	3762
3	Valutato	CLINI-LAB SRL	Aggiudicatario proposto	1	91,51	67,73	23,78	1.298.000,00	1584000	18,05556	286000
3	Valutato	CHEMIL SRL	II Classificato	2	90,91	66,86	24,05	1.287.000,00	1584000	18,75	297000
3	Valutato	NACATUR INTERNATIONAL S.R.L.		3	88,67	60,45	28,22	1.078.000,00	1584000	31,94444	506000
3	Valutato	RAYS S.p.A.		4	81,60	51,60	30,00	963.600,00	1584000	39,16667	620400
3	Valutato	FARMAC-ZABBAN S.p.A.		5	76,79	49,73	27,06	1.144.000,00	1584000	27,77778	440000
4	Conforme	FARMAC-ZABBAN S.p.A.	Aggiudicatario proposto	1	59.850,00	83700,00	23850,00				
5	Valutato	RAYS S.p.A.	Aggiudicatario proposto	1	89,24	59,85	29,39	795.648,00	1843200	56,83333	1047552
5	Valutato	NACATUR INTERNATIONAL S.R.L.	II Classificato	2	87,62	58,23	29,39	795.648,00	1843200	56,83333	1047552
5	Valutato	CLINI-LAB SRL		3	82,18	53,34	28,84	860.160,00	1843200	53,33333	983040
5	Valutato	CHEMIL SRL		4	76,77	46,77	30,00	721.920,00	1843200	60,83333	1121280
5	Valutato	BERICAH		5	74,29	45,40	28,89	854.016,00	1843200	53,66667	989184
5	Valutato	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.		6	65,70	42,45	23,25	1.363.968,00	1843200	26,00	479232
6	Valutato	CLINI-LAB SRL	Aggiudicatario proposto	1	90,65	61,50	29,15	192.120,00	384240	50,00	192120
6	Valutato	NACATUR INTERNATIONAL S.R.L.	II Classificato	2	88,50	60,19	28,31	210.051,20	384240	45,33333	174188,8
6	Valutato	CHEMIL SRL		3	87,06	57,06	30,00	172.908,00	384240	55,00	211332
6	Valutato	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.		4	83,18	61,49	21,69	312.515,20	384240	18,66667	71724,8
6	Valutato	BERICAH		5	82,39	54,40	27,99	216.455,20	384240	43,66667	167784,8
7	Valutato	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SR	Aggiudicatario proposto	1	90,40	63,45	26,95	5.340.400,00	10816000	50,625	5475600
7	Valutato	CLINI-LAB SRL	II Classificato	2	89,21	62,56	26,65	5.543.200,00	10816000	48,75	5272800
7	Valutato	NACATUR INTERNATIONAL S.R.L.		3	88,42	58,42	30,00	2.987.920,00	10816000	72,375	7828080
7	Valutato	BERICAH		4	82,59	56,53	26,06	5.921.760,00	10816000	45,25	4894240
8	Valutato	NACATUR INTERNATIONAL S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	93,43	63,43	30,00	222.488,00	649600	65,75	427112
8	Valutato	RAYS S.p.A.	II Classificato	2	93,00	63,00	30,00	222.488,00	649600	65,75	427112
8	Valutato	BERICAH		3	91,44	62,62	28,82	276.080,00	649600	57,50	373520
8	Valutato	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.		4	91,19	63,45	27,74	320.740,00	649600	50,625	328860
8	Valutato	CHEMIL SRL		5	91,15	61,53	29,62	240.352,00	649600	63,00	409248
8	Valutato	CLINI-LAB SRL		6	90,78	63,36	27,42	332.920,00	649600	48,75	316680
8	Valutato	PAUL HARTMANN S.P.A.		7	76,00	48,79	27,21	341.040,00	649600	47,50	308560
8	Valutato	ASPEN SANITAS S.R.L.		8	64,64	42,19	22,45	487.200,00	649600	25,00	162400
9	Valutato	BERICAH	Aggiudicatario proposto	1	88,98	58,98	30,00	11.696,00	41280	71,66667	29584
9	Valutato	Novamedisan Italia S.r.l.	II Classificato	2	85,96	62,09	23,87	27.468,40	41280	33,45833	13811,6
9	Valutato	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP.		3	84,91	55,50	29,41	13.588,00	41280	67,08333	27692
9	Valutato	CLINI-LAB SRL		4	72,49	43,24	29,25	14.104,00	41280	65,83333	27176
10	Valutato	NACATUR INTERNATIONAL S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	98,81	68,81	30,00	424.560,00	1392000	69,50	967440
10	Valutato	CLINI-LAB SRL	II Classificato	2	97,88	68,36	29,52	475.600,00	1392000	65,83333	916400
10	Valutato	BERICAH		3	95,56	66,42	29,14	513.880,00	1392000	63,08333	878120
10	Valutato	CHEMIL SRL		4	89,64	61,80	27,84	638.000,00	1392000	54,16667	754000
11	Valutato	CLINI-LAB SRL	Aggiudicatario proposto	1	86,00	56,00	30,00	165.000,00	209880	21,38365	44880
12	Valutato	CLINI-LAB SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	78.400,00	145600	46,15385	67200
12	Valutato	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SR	II Classificato	2	98,95	70,00	28,95	85.904,00	145600	41,00	59696