

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 19/03/2026

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, SUDDIVISA IN 118 LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI E ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE ED DELLA REGIONE UMBRIA. ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 - NONIES DELLA L. 241/1990 LOTTO 91.

VISTA la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 19/03/2026 dal Responsabile Unico del Progetto Dott.ssa Nicoletta Filistauri con il relativo allegato e precisamente:

- Allegato 1 (verbale del 11/03/2026)

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del 5/02/2026 è stata aggiudicata la Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs 36/2023, in forma centralizzata, per la fornitura di "Dispositivi medici per endoscopia Digestiva", occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria", suddivisa in 118 lotti, espletata in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del medesimo decreto, per il tramite della piattaforma di e-procurement denominata "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio - [S.TEL.LA](#)";
- all'esito della gara risulta per il lotto 91 "FILO GUIDA MONOUSO IN NITINOL", la seguente graduatoria:

| pos. | aggiudicatario | valore quadriennale di aggiudicazione |
|------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | OLYMPUS ITALIA SRL | 168.000,00 € |
| 2 | ASPEN SANITAS S.R.L. | 178.000,00 € |
| 3 | BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. | 160.000,00 € |

DATO ATTO CHE

- in data 18/02/2026 è stata notificata l'istanza di riesame da parte della Ditta Boston Scientific S.p.A. nei confronti delle Ditte Olympus Italia S.R.L e Aspen Sanitas Srl per la rivalutazione e conseguente

annullamento dell'aggiudicazione relativamente al lotto 91 "FILO GUIDA MONOUSO IN NITINOL" e per la declaratoria d'inefficacia della convenzione eventualmente stipulata;

- la Stazione Appaltante, previa sommaria istruttoria del RUP, ha rilevato la necessità di procedere ad un riesame della valutazione tecnica, al fine di verificare la fondatezza delle censure di carattere tecnico di cui al ricorso citato;

CONSIDERATO CHE l'operatore economico ricorrente Boston Scientific S.p.A. ha segnalato che i prodotti del primo classificato ed aggiudicatario (ditta Olympus Italia S.r.l.), e secondo classificato (ditta Aspen Sanitas S.r.l.) non sarebbero conformi ai requisiti minimi di gara;

DATO ATTO CHE

- la Commissione giudicatrice, riunitasi in data 11/03/2026 (verbale Allegato 1), ha riesaminato l'offerta tecnica dell'Operatore Economico Olympus Italia S.r.l., primo classificato, alla luce dei rilievi formulati dall'Operatore Economico Boston Scientific S.p.A.;
- all'esito ha concluso che:
 - l'offerta dell'Operatore Economico Olympus Italia S.r.l. non presenta il rivestimento in PTFE, richiesto quale requisito minimo obbligatorio dal capitolato tecnico a pena di esclusione, pur risultando conforme il requisito relativo alla lunghezza della punta idrofila radiopaca;
 - l'offerta dell'Operatore Economico Aspen Sanitas S.r.l. risulta conforme ai requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico;

RITENUTO PERTANTO di disporre l'esclusione dell'Operatore Economico Olympus Italia S.r.l. dal lotto n. 91 in quanto la mancanza del suddetto requisito minimo determina la non conformità tecnica dell'offerta e di confermare il giudizio di idoneità tecnica della offerta dell'Operatore Economico Aspen Sanitas S.r.l.

RITENUTO CHE

- ricorrono quindi, per le argomentazioni di cui ai precedenti punti, le condizioni previste dall'art. 21 - nonies della Legge 241/90 che consentono all'Amministrazione procedente di agire in autotutela.

PERTANTO

- la stazione appaltante recependo gli esiti del riesame condotta dalla Commissione giudicatrice deve procedere, nell'ordine a disporre:

- l'esclusione dalla gara, dell' operatore economico Olympus Italia S.r.l., aggiudicatario per il lotto 91, in quanto il prodotto dallo stesso offerto, non soddisfa il requisito minimo di cui alla lex specialis, con conseguente annullamento in autotutela dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990;
- di dover procedere allo scorrimento della graduatoria;
- che, all'esito del riesame, la società Aspen Sanitas S.r.l. risulta prima classificata tra le offerte valide, pienamente conforme ai requisiti di gara, dando contestualmente atto che sulla stessa sono state già esperite le attività di controllo di cui all'art. 17 comma 5 del d.lgs. 36/2023 (Verbale del 20/11/2025 - verbale esiti verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sugli aggiudicatari), con precisazione che il valore unitario offerto dalla Ditta Aspen Sanitas S.r.l. corrisponde ad € 89,00 (IVA esclusa), il valore complessivo offerto per il quadriennio corrisponde ad € 178.000,00 (IVA esclusa) nonchè seconda classificata Boston Scientific s.p.a.;

VISTO

- 1) l'art. 97 Costituzione della Repubblica Italiana;
- 2) la Legge 241/1990;
- 3) il D. Lgs 36/2023 "Codice dei Contratti pubblici";
- 4) il Regolamento Acquisti approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. del 08/05/2025

Tutto quanto premesso, visto e considerato, il sottoscritto

DECIDE DI

- 1. APPROVARE** il documento istruttorio relativo alla gara in oggetto che resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c. a r.l. in formato digitale (protocollo aziendale n.002741) insieme al relativo Allegato 1- Verbale di riesame commissione giudicatrice lotto 91;
- 2. DISPORRE:**
 - a) l'esclusione dalla procedura dell'operatore economico Olympus Italia S.r.l. per il lotto n. 91, per mancato rispetto di un requisito minimo essenziale previsto dalla lex specialis;
 - b) l'annullamento dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 21 - nonies della L. 241/1990, dell'aggiudicazione del lotto 91 "FILO GUIDA MONOUSO IN NITINOL" precedentemente disposta in favore della Olympus Italia S.r.l. con Determinazione Amministratore Unico del 05/02/2026;
 - c) e, per l'effetto, l'aggiudicazione nei confronti della Ditta Aspen Sanitas S.r.l., dando contestualmente atto che sulla stessa sono state già esperite le attività di controllo di cui

all'art. 17 comma 5 del d.lgs. 36/2023 (Verbale del 20/11/2025 - verbale esiti verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sugli aggiudicatari), con precisazione che il valore unitario offerto dalla Ditta Aspen Sanitas S.r.l. corrisponde ad € 89,00 (IVA esclusa), il valore complessivo offerto per il quadriennio corrisponde ad € 178.000,00 (IVA esclusa) nonchè seconda classificata Boston Scientific s.p.a.;

3. **DISPORRE** altresì ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 36/2023 la comunicazione del provvedimento conclusivo a tutte le ditte partecipanti al lotto n. 91;
4. **DISPORRE** la pubblicazione in PDA e sito web secondo normativa vigente nel rispetto della normativa vigente a tutela della privacy.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Ing. Alessandro Di Bello

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Leonardo Esposito

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82