

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, SUDDIVISA IN 118 LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI E ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE ED DELLA REGIONE UMBRIA.

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Seduta di revisione della valutazione tecnica - Lotto n. 91

“FILO GUIDA MONOUSO IN NITINOL”

PREMESSO CHE

- con determinazione dell'Amministratore Unico del giorno 04/11/2024 è stata nominata la Commissione giudicatrice composta come segue:
 - Dott. Raffaele Alberto Maria Colucci - Responsabile Endoscopia Digestiva Ospedale di Spoleto - Azienda USL Umbria 2 - in qualità di Presidente;
 - Dott. Danilo Castellani - Dirigente Medico Gastroenterologia - Azienda Ospedaliera di Perugia - in qualità di componente;
 - Dott. Gabriele Marinozzi - Dirigente Medico SC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Azienda Ospedaliera di Terni - in qualità di componente;
- con provvedimento dell'Amministratore Unico del 13/01/2026 è stata disposta la sostituzione del Presidente della Commissione giudicatrice Dott. Colucci Raffaele -in quiescenza- con contestuale nomina quale nuovo Presidente della Commissione giudicatrice la Dott.ssa Nicoletta Filistauri;
- in data 18/02/2026 è stata notificata l'istanza di riesame da parte della Ditta Boston Scientific S.p.A. nei confronti delle Ditte Olympus Italia S.R.L e Aspen Sanitas Srl per la rivalutazione e conseguente annullamento dell'aggiudicazione relativamente al lotto 91 denominato “FILO GUIDA MONOUSO IN NITINOL”;
- la Stazione Appaltante ha rilevato la necessità di procedere ad un riesame della valutazione tecnica, al fine di verificare la fondatezza delle censure di carattere tecnico di cui all'istanza citata;

PuntoZero S.c.a r.l.

Via G.B. Pontani, 39 - 06128 Perugia
C.F. - P.IVA - Reg. Imp. 02915750547
REA C.C.I.A.A. 250357
Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v.

Tel. 075.50271
Fax 075.5003402
puntozeroscarl@pec.it
www.puntozeroscarl.it



tanto premesso

La Commissione giudicatrice composta come segue, si è riunita in data 11/03/2026:

- Dott. Danilo Castellani - Dirigente Medico Gastroenterologo - Azienda Ospedaliera di Perugia - in qualità di componente;
- Dott. Gabriele Marinozzi - Dirigente Medico SC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Azienda Ospedaliera di Terni - in qualità di componente;
- Dott.ssa Nicoletta Filistauri - Coordinatrice Area acquisti dispositivi medici in qualità di Presidente;

per procedere al riesame di cui in premessa.

La Commissione preliminarmente prende atto che l'operatore economico ricorrente ha segnalato che i prodotti primo classificato (ditta Olympus Italia S.r.l.), e secondo classificato (ditta Aspen Sanitas S.r.l.) non sarebbero conformi ai requisiti minimi di gara, in particolare per quanto concerne:

- prodotto primo classificato (ditta Olympus Italia S.r.l.): sarebbe privo dei requisiti minimi **"ricoperto in PTFE, punta idrofila radiopaca da 5cm a 10 cm,"** previsti a pena di esclusione dalla *lex specialis* di gara.
- prodotto secondo classificato (ditta Aspen Sanitas S.r.l.): avrebbe privo dei requisiti minimi **"punta idrofila radiopaca da 5cm a 10cm"** e **"Filo guida monouso in nitinol"**

La Commissione giudicatrice, all'esito del riesame dell'intero fascicolo relativo all'offerta tecnica presentata dalla ditta Olympus Italia S.r.l., prima classificata, ed in particolare delle schede tecniche dei prodotti offerti, con riferimento ai rilievi formulati nell'istanza di riesame presentata dalla ditta Boston Scientific S.p.A. riguardanti i requisiti tecnici minimi relativi alla ricopertura in PTFE e alla presenza di *punta idrofila radiopaca da 5 cm a 10 cm*, rileva quanto segue.



Con riferimento alla ricopertura del filo guida, la documentazione tecnica prodotta dalla ditta Olympus Italia S.r.l. indica una copertura al fluoro. Con riguardo, invece, alla lunghezza della punta idrofila radiopaca, si rileva che la presenza di una punta idrofila lunghezza 7 cm rientra nel range previsto dal capitolato tecnico (5-10 cm), risultando pertanto conforme al requisito minimo richiesto.


Tuttavia, permanendo la non conformità rispetto al requisito minimo relativo alla ricopertura in PTFE espressamente richiesta dal capitolato tecnico, la Commissione giudicatrice rileva che il prodotto offerto dalla ditta Olympus Italia S.r.l. per il lotto 91 **non è idoneo** in quanto non presenta piena conformità ai requisiti minimi previsti dalla *lex specialis* di gara e pertanto deve essere disposta l'esclusione.

A tale scopo si trasmettono gli atti al RUP affinché disponga tutti gli atti conseguenti, nel rispetto della normativa vigente.

La Commissione procede poi all'esame delle ulteriori richieste formulate dalla Ditta Boston Scientific S.p.A. con riferimento all'offerta tecnica presentata dalla ditta Aspen Sanitas S.r.l., seconda classificata nella graduatoria del lotto 91. All'esito della rivalutazione della documentazione tecnica prodotta da quest'ultima ditta, la Commissione rileva che le caratteristiche del prodotto offerto, sia per quanto concerne la coerenza delle lunghezze offerte rispetto al range richiesto (da 5 a 10 cm) che con specifico riferimento ai materiali di composizione (nitinol), risultano entrambi conformi ai requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico e pertanto se ne conferma l'esito valutativo di sostanziale idoneità tecnica.

La graduatoria del lotto n. 91 viene rideterminata come di seguito illustrata nel rispetto del principio di cui all' art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023:


LOTTO	FORNITORE	STATO OFFERTA	VALORE OFFERTA
91	ASPEN SANITAS S.R.L.	Aggiudicatario	178.000,00
91	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.		160.000,00
91	Medical Lume		80.500,00
91	EUROMEDICAL SRL		105.600,00
91	M.G. LORENZATTO srl		144.000,00



puntozero

Pertanto la Commissione trasmette gli atti al RUP per l'adozione dei conseguenti atti.

Il verbale viene letto e confermato nel suo contenuto pertanto viene sottoscritto come segue in data 11/03/2026.

Dott.ssa Nicoletta Filistauri - Coordinatrice Area acquisti dispositivi medici in qualità di
Presidente 

Dr. Danilo Castellani Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia - Azienda Ospedaliera di
Perugia -in qualità di componente e segretario verbalizzante



Dott. Gabriele Marinozzi - Dirigente Medico SC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
- Azienda Ospedaliera di Terni - in qualità di componente;

