

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, SUDDIVISA IN 21 LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE (LOTTI DESERTI) ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA

La sottoscritta Commissione Giudicatrice nominata con determinazione dell'Amministratore Unico del giorno 18/11/2025 trasmette il seguente estratto del verbale di valutazione tecnica al fine di disporre i conseguenti atti di esclusione per le motivazioni appresso individuate:

LOTTO 5 - AGHI JAMSHIDI PER BIOPSIA ED ASPIRAZIONE DEL MIDOLLO OSSEO

- **DITTA BIOPSYBELL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE:** La Commissione rileva che il prodotto offerto è privo del requisito minimo "*Cannula centimetrata*", richiesto a pena di esclusione. Presa visione della dichiarazione di equivalenza presentata dall'Operatore Economico ai sensi dell'art. 79 del Codice e dell'Allegato II.5, la Commissione, dato atto che il centimetraggio è mandatorio per la sicurezza del paziente quando è nota la profondità del target, valuta che il prodotto offerto non può essere ritenuto equivalente. L'offerta **NON É AMMESSA** e l'Operatore Economico è escluso dalla procedura di gara.
- **DITTA GMG SRL:** La Commissione rileva che, tra la documentazione allegata alla busta tecnica, la ditta ha presentato l'Allegato 8 – Modello di offerta tecnica relativo al lotto 6, anziché quello riferito al lotto 5, richiesto a pena di esclusione dall'art. 16 del Disciplinare di gara, pertanto l'offerta **NON É AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.
- **DITTA HS HOSPITAL SERVICE S.p.A.:** La Commissione rileva che il prodotto offerto, anche a seguito dell'esame della campionatura prodotta, è privo del requisito minimo "*Cannula, stiletto ed estrattore in acciaio inox, conforme alle norme vigenti*", richiesto a pena di esclusione, pertanto l'offerta **NON É AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 7 - AGHI ASPIRANTI DI CHIBA

- **VIGEO SRL:** La Commissione rileva che il prodotto offerto, è privo del requisito minimo "*punta di chiba non tranciante*", richiesto a pena di esclusione, pertanto l'offerta **NON É AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.



LOTTO 8 - KIT PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA, CON FILTRO E SIRINGA

- **DITTA ALEA S.R.L. MEDICAL & DIAGNOSTICS SOLUTIONS SIGLABILE ALEA:** La Commissione rileva che il prodotto offerto, è privo del requisito minimo "*Siringa a perdita di resistenza con elevata scorrevolezza da 7 a 10 ml*", richiesto a pena di esclusione. Presa visione della dichiarazione di equivalenza presentata dall'Operatore Economico ai sensi dell'art. 79 del Codice e dell'Allegato II.5, la Commissione valuta non accoglibile l'equivalenza in quanto la fine di posizionare il catetere epidurale richiede un quantitativo di soluzione fisiologica maggiore di 6 ml. Pertanto l'offerta **NON É AMMESSA** e l'Operatore Economico escluso dalla procedura di gara.


LOTTO 11 - AGHI SPINALI CON PUNTA QUINCKE CON O SENZA INTRODUTTORE - MISURE STANDARD

- **DITTA THERAS CONSUMER HEALTH SRL (Ex ditta Pikkare Spa):** La Commissione rileva che il prodotto offerto, è privo del requisito minimo "*Introduttore obbligatorio per le misure 25 G e 27 G, facoltativo per le altre misure*", richiesto a pena di esclusione, pertanto l'offerta **NON É AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.
- **MEDICAL LUME SRL:** La Commissione rileva che il prodotto offerto, è privo del requisito minimo "*Introduttore obbligatorio per le misure 25 G e 27 G, facoltativo per le altre misure*", richiesto a pena di esclusione, pertanto l'offerta **NON É AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 12 - AGHI SPINALI CON PUNTA QUINCKE CON O SENZA INTRODUTTORE - MISURE SPECIALI

- **BECTON DICKINSON ITALIA SPA:** La Commissione rileva che il prodotto offerto, è privo del requisito minimo "*Misure: da G25 a G29 da 103 a 120 mm (tolleranza +/- 5%)*", richiesto a pena di esclusione, pertanto l'offerta **NON É AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

Dott.ssa Lucia Norgiolini




(Dirigente Medico Anestesista - Azienda USL Umbria 1- Presidente);

Dott.ssa Serena Natalini



(Dirigente Farmacista - Azienda Ospedaliera di Perugia - componente e Segretario verbalizzante);

Dott.ssa Cristina Proietti



(IFOC Oncologia Degenza, DH Oncologico ed Oncoematologia - Azienda Ospedaliera di Terni componente)

