

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI CON TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA" OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA.

Verbale n. 4


Premesso che

- con Determinazione del 29/10/2025 è stata indetta la "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023, con modalità telematiche, tramite la piattaforma e-procurement denominata "Appalti Umbria e Rete Acquisti - AURA", per l'affidamento della fornitura di "DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI CON TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA" occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria;
- il termine per proporre chiarimenti è scaduto in data 01/12/2025 e le relative risposte sono state pubblicate entro il termine previsto dal disciplinare di gara;
- il termine di formulazione delle offerte è scaduto in data 16/12/2025 ore 13.00;
- In data 15/01/2026, sciolta ogni riserva istruttoria, è stato reso noto l'elenco riepilogativo delle Ditte ammesse ed escluse, come da tabella di seguito riportata.

DITTA	LOTTI DI PARTECIPAZIONE
SANACILIA SERVICE SRL	1,2,3
CONVATEC ITALIA	5
MOLNLYCKE HEALTH CARE	6
SOLVENTUM ITALY SRL	1, 2, 3, 6
SMITH & NEPHEW SRL	1, 2, 4, 5
LOHMANN & RAUSCHER SRL	1, 2, 4, 5
NOVAMED	1, 2, 3
HOSPOTICA SRL	4, 5
PAUL HARTMANN SPA	1, 2

- con determinazione dell'Amministratore Unico del 05/02/2026 è stata nominata la relativa commissione giudicatrice come qui di seguito specificata:
 - Emanuela Santuro - I.F.O. Area Medica - Azienda Ospedaliera di Terni - Presidente;
 - Milena Casciari - Dirigente Farmacista - Azienda Ospedaliera di Perugia - componente;
 - Francesca Marchegiani - Dirigente Farmacista - Azienda Usl Umbria 2 - componente.
- La Commissione Giudicatrice, regolarmente costituita alla presenza di tutti i componenti, nella prima seduta del giorno 09/02/2026 svoltasi on line in videoconferenza mediante seduta riservata tramite GoogleMeet, ha dapprima assegnato le funzioni di verbalizzatore in capo al Presidente la quale ha eseguito in PDA le operazioni di identificazione con conseguente apertura virtuale delle buste tecniche confermando che, per gli operatori ammessi a tale fase, la documentazione è stata depositata in piattaforma correttamente.
- come da “Verbale n. 3 - requisiti minimi”, nel corso delle sedute riservate svoltesi presso la sede di PuntoZero S.c.a r.l. nelle giornate del 13/02/2026, 25/02/2026, 4/03/2026, 17/03/2026 e 27/03/2026, la Commissione giudicatrice ha proceduto alla verifica e alla disamina della documentazione tecnica presentata da tutti gli Operatori Economici, esaminando progressivamente le offerte dal lotto 1 al lotto 6, accertando la conformità delle offerte ai requisiti tecnici minimi previsti dal Capitolato. All'esito di tale verifica, la Commissione ha individuato le non conformità ai requisiti minimi, che hanno comportato l'esclusione delle offerte non idonee, per le motivazioni contenute nel succitato “Verbale n. 3 - requisiti minimi” :
 - Lotto 2 - Sanacilia Service Srl;
 - Lotto 5 - Lohmann Rauscher srl.

per le offerte risultate conformi, si procederà alla successiva fase di valutazione tecnica mediante attribuzione dei relativi punteggi.



TANTO PREMESSO

Si dà atto che nelle date 15/04/2026 e 19/05/2026 si è riunita la Commissione Giudicatrice come sopra composta, regolarmente costituita alla presenza dei componenti.

Viene ribadito che la procedura è espletata ai sensi dell'art. 25 del Dlgs 36/2023, mediante piattaforma di e-procurement denominata "Appalti Umbria e Rete Acquisti - AURA" (più avanti definita anche Sistema o PDA) che assicura la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato in essa conservato.

La Commissione Giudicatrice ha dato atto di avere espletato la lettura della documentazione di gara e, in particolare, del Capitolato Tecnico e delle risposte formulate alle richieste di chiarimenti pervenute nonché alla lettura del Disciplinare di gara ed in particolare del paragrafo 19.1 che reca i "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" e del paragrafo 19.2 "Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica". A tal proposito la Commissione giudicatrice aveva stabilito che i punteggi discrezionali saranno attribuiti secondo i seguenti parametri di valutazione:

Giudizio	Ottimo	Più che adeguato	Adeguito	Parzialmente adeguato	Scarsament e adeguato	Inadeguato
Coefficiente Cai assegnato	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

Viene inoltre preso atto della documentazione resa disponibile dalla Stazione Appaltante agli Operatori Economici mediante il modello di offerta tecnica, predisposto al fine di consentire una immediata e agevole individuazione degli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice. La Commissione osserva che tale modello - richiesto a pena di esclusione- risulta coerente con il principio di efficienza dell'azione amministrativa e del risultato, anche in relazione alle tempistiche di cui all'art. 1 dell'Allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023, pertanto si procederà ad attribuire un punteggio pari a zero per ciascun criterio per il quale non risulti una specifica valorizzazione all'interno del predetto modello conformemente alla previsione di cui al disciplinare di gara secondo cui "La compilazione dovrà avvenire secondo le




esatte indicazioni contenute nel modello stesso e la mancata valorizzazione del criterio premiante/mancata corrispondenza con la documentazione tecnica comporta attribuzione di punteggio pari a zero sulla relativa voce."

Avvalendosi della facoltà prevista dal paragrafo 16.1 del Disciplinare di gara, la Commissione giudicatrice, in data 16/04/2026, ha trasmesso, tramite la piattaforma "Appalti Umbria e Rete Acquisti - AURA", la comunicazione alle Ditte che hanno presentato offerta per i lotti n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 invitandole a presentare, in data 19/05/2026, la campionatura dei dispositivi completi del relativo materiale di consumo, quale elemento dimostrativo della qualità dell'offerta e della conformità alle caratteristiche tecniche richieste.

La Commissione preliminarmente rileva che il criterio n. 2 rubricato "Ergonomicità", presente su tutti i lotti, è stato formulato con la finalità espressa di prediligere "Minor peso e ingombro rilevabile dalla scheda tecnica. Verrà attribuito Il coefficiente massimo $V(a)=1$ all'offerta che presenta il valore minore espresso in chili e centimetri" attribuendo cioè il coefficiente massimo all'offerta recante il valore minore. A tal proposito la Commissione rileva che, la formula riportata nel Capitolato, nella parte in cui indica V_i/V_{max} , non appare coerente con la descrizione letterale del criterio, la quale prevede l'attribuzione del coefficiente massimo al valore minore.

Inoltre ai fini del calcolo dell'ingombro, La Commissione preliminarmente rileva che il criterio quantitativo n. 2 relativo all'ergonomicità, basato sul minor peso e ingombro del sistema, presuppone necessariamente una comparabilità omogenea delle configurazioni poste a confronto.

Tuttavia, dalla disamina complessiva della *lex specialis* di gara non risulta individuata una "configurazione tipo" a cui fare riferimento per poter mettere in comparazione tutte le offerte presentate ovvero una standardizzazione minima del volume di riferimento ai fini comparativi; invece le offerte possono essere caratterizzate da differenti configurazioni funzionali e da contenitori di raccolta (*canister*) aventi capacità volumetriche differenti.



Tale circostanza comporta che i valori relativi a peso e ingombro risultino direttamente influenzati dalla diversa capacità operativa dei sistemi offerti, impedendo una comparazione quantitativa neutrale e attendibile dei dati dichiarati.

La Commissione rileva altresì che la documentazione di gara non individua né un volume minimo del canister né una configurazione standardizzata del sistema ai fini del confronto comparativo, con conseguente impossibilità di determinare in modo oggettivo ed uniforme il parametro dell'ingombro e del peso senza introdurre elementi valutativi ulteriori non previsti dalla *lex specialis*.

Pertanto, al fine di evitare effetti distorsivi sulla valutazione comparativa delle offerte e nel rispetto dei principi di parità di trattamento e proporzionalità, **la Commissione per il criterio in discussione "Ergonomicità", presente in tutti i lotti, ritiene di attribuire ai concorrenti un coefficiente uniforme con riferimento al criterio in questione, ovvero pari ad 1.**

La Commissione procede con l'analisi dei lotti di cui si allegano al verbale le griglie di valutazione per costituirne parte essenziale.

Di seguito viene riportato l'esito delle operazioni svolte, per le ditte esaminate.


LOTTO 1 - SISTEMA FISSO E PORTATILE A PRESSIONE NEGATIVA STANDARD

● **SANACILIA SERVICE SRL**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente **IDONEO**, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **64,79** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

● **SOLVENTUM ITALY SRL**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente **IDONEO**, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **63,70** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del



dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

● **SMITH & NEPHEW SRL**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente **IDONEO**, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **73,00** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

● **LOHMANN & RAUSCHER SRL**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente **IDONEO**, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **54,07** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

● **NOVAMED**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente **IDONEO**, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **38,71** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

Il concorrente, ai sensi della lex specialis di gara par. 18.1 "Criterio di valutazione dell'offerta tecnica" **NON ACCEDE ALLA FASE SUCCESSIVA** della gara in quanto ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 48 su 80 punti. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

● **PAUL HARTMANN SPA**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza



di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente **IDONEO**, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **59,89** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

LOTTO 2 - SISTEMA A PRESSIONE NEGATIVA PER ADDOME APERTO

● **SOLVENTUM ITALY SRL**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente **IDONEO**, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **70,00** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

● **SMITH & NEPHEW SRL**


La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente **IDONEO**, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **74,67** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

● **LOHMANN & RAUSCHER SRL**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente **IDONEO**, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **65,90** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

● **NOVAMED**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza



di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente **IDONEO**, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **39,27** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

Il concorrente, ai sensi della lex specialis di gara par. 18.1 "Criterio di valutazione dell'offerta tecnica" è **NON ACCEDE ALLA FASE SUCCESSIVA** dalla gara in quanto ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 48 su 80 punti. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

● **PAUL HARTMANN SPA**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente **IDONEO**, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **69,33** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

**LOTTO 3 - SISTEMA PER TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA CON
INSTILLAZIONE/LAVAGGIO**

● **SANACILIA SERVICE SRL**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente **IDONEO**, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **61,24** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

● **SOLVENTUM ITALY SRL**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente



IDONEO, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **67,50** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

● **NOVAMED**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente **IDONEO**, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **38,90** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

Il concorrente, ai sensi della lex specialis di gara par. 18.1 "Criterio di valutazione dell'offerta tecnica" è **NON ACCEDE ALLA FASE SUCCESSIVA** dalla gara in quanto ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 48 su 80 punti. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 4 - SISTEMA MONOUSO PER LA TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA PER PREVENZIONE, DURATA MINIMA 7 GIORNI

● **SMITH & NEPHEW SRL**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente **IDONEO**, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **78,00** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

● **LOHMANN & RAUSCHER SRL**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente



IDONEO, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **49,00** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

● **HOSPOTICA**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente **IDONEO**, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **40,00** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

Il concorrente, ai sensi della lex specialis di gara par. 18.1 "Criterio di valutazione dell'offerta tecnica" è **ESCLUSO** dalla gara in quanto ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 48 su 80 punti. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.


LOTTO 5: SISTEMA MONOUSO PER LA TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA PER TRATTAMENTO, DURATA MINIMA 14 GIORNI

● **CONVATEC ITALIA SRL**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente **IDONEO**, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **66,30** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

● **SMITH & NEPHEW SRL**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente



IDONEO, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **75,33** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

● **HOSPOTICA**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente **IDONEO**, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **36,00** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

Il concorrente, ai sensi della lex specialis di gara par. 18.1 "Criterio di valutazione dell'offerta tecnica" è **ESCLUSO** dalla gara in quanto ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 48 su 80 punti. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 6: SISTEMA MONOUSO A PRESSIONE NEGATIVA CON CANISTER

● **DITTA MOLNLYCKE HEALTH CARE**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente **IDONEO**, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **69,63** punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

● **DITTA SOLVENTUM ITALY SRL**

La Commissione, precedentemente, dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto e avendolo dichiarato tecnicamente **IDONEO**, procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di:



59,00 punti. Tale valutazione tiene conto delle caratteristiche e performance del dispositivo e dei relativi consumabili, verificate e confermate tramite visione della campionatura.

Concluse le operazioni sopra descritte la Commissione demanda al Rup il seguito di competenza.

Si dà atto che le funzioni di verbalizzatore sono state eseguite dalla Presidente della Commissione giudicatrice.

Il verbale viene letto e confermato nel suo contenuto pertanto viene sottoscritto come segue.

Dott.ssa Emanuela Santuro _____

(I.F.O. Area Medica - Azienda Ospedaliera di Terni - Presidente);

Dott.ssa Milena Casciari _____

(Dirigente Farmacista - Azienda Ospedaliera di Perugia - componente e Segretario verbalizzante);

Dott.ssa Francesca Marchegiani _____

(Dirigente Farmacista - Azienda Usl Umbria 2 - componente)

LOTTO 1 - SISTEMA FISSO E PORTATILE A PRESSIONE NEGATIVA STANDARD							
Soglia di sbarramento 48							
CATEGORIA	REQUISITI MINIMI	SANACILIA SERVICE SRL	SOLVENTUM ITALY SRL	SMITH & NEPHEW SRL	LOHMANN & RAUSCHER	NOVAMED SRL	PAUL HARTMANN SPA
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'UNITA' TERAPEUTICA							
Pompa di aspirazione a funzionamento sia continuo che intermittente		x	x	X	X	X	X
Pressione compresa tra -25 e -175 mmHg		x	x	X	X	X	X
In grado di erogare, tramite un'unica unità terapeutica, pressione negativa anche su più ferite (vicine o lontane tra loro), garantendo una distribuzione omogenea della pressione		x	x	X	X	+	X
Sistema dotato di allarmi acustici e visivi per la sicurezza del paziente e dell'operatore. In particolare devono essere previsti almeno i seguenti allarmi: - contenitore fluido pieno - pressione di esercizio diversa dalla pressione impostata - perdita di vuoto - batteria guasta o scarica - ostruzione dei tubi		x	x	X	X	X	X
Dotato di display per la visualizzazione dei parametri impostati (almeno: valori di pressione esercitata, tipo di funzionalità in corso intermittente/continua, batteria residua)		x	x	X	X	X	X
Funzione "blocca tasti" per impedire l'accesso accidentale alle impostazioni di terapia		x	x	X	X	x	X
Possibilità di alimentazione sia tramite corrente elettrica che a batteria (sistema portatile: autonomia minima 10 ore con terapia standard a -125 mmHg; sistema fisso: autonomia minima 4 ore con terapia standard a -125 mmHg).		x	X	X	X	X	X
Correolata di tutto quanto necessario per il completo, corretto, sicuro utilizzo e per il trasporto.		x	X	X	X	X	X
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE DI CONSUMO							
Il Dispositivo di riempimento della ferita deve essere disponibile a scelta del richiedente in schiuma di poliuretano e/o in garza antimicrobica e antiaderente		x	x	x	x	x	X
Contenitore di raccolta fluidi monouso di almeno 200cc, graduato, dotato di sistema di contenimento degli odori e di solidificazione dei fluidi, trasparente per ispezione fluidi, sigillato, con verifica del sistema di ancoraggio e comprensivo di tutti gli eventuali accessori necessari per il ricambio		x	X	X	x	X	X
Sistema di drenaggio dotato di meccanismo che garantisce una distribuzione omogenea dell'aspirazione sul letto della ferita. Il sistema di drenaggio garantisce una pressione costante sul letto della ferita mentre la trama della medicazione distribuisce omogeneamente la pressione sulla superficie di contatto. L'aspirazione permette il richiamo dei fluidi corporei attraverso la tramatura delle medicazioni		x	X	X	x	X	X
Sistema di drenaggio e raccolta con tubi, dotato di dispositivo di sicurezza tipo luer lock o equivalente in grado di evitare il distacco accidentale del drenaggio e di facile utilizzo - Compresi (se richiesti) connettori a Y per il trattamento contemporaneo di più lesioni sullo stesso paziente.		x	X	X	x	X	X
Pellicole adesive trasparenti per sigillare la zona di applicazione;		x	X	X	x	X	X
Le medicazioni, i drenaggi devono essere sterili e latex free;		x	X	X	x	X	X
VALUTAZIONE IDONEITA' (IDONEO - NON IDONEO)		IDONEA	IDONEA	IDONEA	IDONEA	IDONEA	IDONEA

TIPO D/TQ	N.	REQUISITI PREFERENZIALI	SANACILIA SERVICE SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE			SOLVENTUM ITALY SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE			SMITH & NEPHEW SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE			LOHMANN & RAUSCHER SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE			NOVAMED	VALUTAZIONE COMMISSIONE			PAUL HARTMANN SPA	VALUTAZIONE COMMISSIONE									
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'UNITA'																																	
D	1	Gestione della macchina: la commissione valuterà con punteggio più alto la facilità di impostazione dei valori di pressione, semplicità di passaggio da la continua ad intermittente, rapidità di accesso ai comandi ed alle informazioni	PUNTEGGIO ASSEGNABILE 9	PUNTEGGIO CONSEGUITO 7.2	AOTR - Emanuela Santuro			AOPG - Milena Casciari			USL 2 - Francesca Marchegiani			PUNTEGGIO CONSEGUITO 9	AOTR - Emanuela Santuro			AOPG - Milena Casciari			USL 2 - Francesca Marchegiani			PUNTEGGIO CONSEGUITO 9	AOTR - Emanuela Santuro			AOPG - Milena Casciari			USL 2 - Francesca Marchegiani		
					PIU' CHE ADEGUATO			PIU' CHE ADEGUATO			PIU' CHE ADEGUATO				OTTIMO			OTTIMO			OTTIMO				ADEGUATO			ADEGUATO			ADEGUATO		
					0.80			0.80			0.80				0.80			1.00			1.00				1.00			0.60			0.60		
Q	2	Ergonomicita' Minor peso e ingombro rilevabile dalla scheda tecnica. Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta il valore minore espresso in chili e centimetri. I restanti punteggi verranno calcolati proporzionalmente secondo la seguente formula: V(a)= V1/Vmin.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE 6	PUNTEGGIO CONSEGUITO 6.00	V(a)			VI			Vmax			PUNTEGGIO CONSEGUITO 6.00	V(a)			VI			Vmax			PUNTEGGIO CONSEGUITO 6.00	V(a)			VI			Vmax		
					1										1										1								
T	3	Analisi delle performance Possibilità di valutare lo stato di salute della macchina. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 6 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE 5	PUNTEGGIO CONSEGUITO 5	PRESENTE						PUNTEGGIO CONSEGUITO 5			PUNTEGGIO CONSEGUITO 5	PRESENTE						PUNTEGGIO CONSEGUITO 5			PUNTEGGIO CONSEGUITO 5	PRESENTE								
					SI						SI				SI						SI				SI								
D	4	Informazioni terapia: la commissione valuterà con punteggio più alto la facilità di interpretazione e di risoluzione dei principali allarmi. Informazioni sulla terapia in corso e sullo storico terapia	PUNTEGGIO ASSEGNABILE 9	PUNTEGGIO CONSEGUITO 9	AOTR - Emanuela Santuro			AOPG - Milena Casciari			USL 2 - Francesca Marchegiani			PUNTEGGIO CONSEGUITO 9	AOTR - Emanuela Santuro			AOPG - Milena Casciari			USL 2 - Francesca Marchegiani			PUNTEGGIO CONSEGUITO 9	AOTR - Emanuela Santuro			AOPG - Milena Casciari			USL 2 - Francesca Marchegiani		
					OTTIMO			OTTIMO			OTTIMO				OTTIMO			OTTIMO			OTTIMO				OTTIMO								
					1.00			1.00			1.00				1.00			1.00			1.00				1.00								
CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL MATERIALE MONOUSO																																	
Q	5	Kit medicazione: ampiezza della disponibilità di gamma di misure e tipologie di kit schiuma/garza. Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta il numero maggiore di disponibilità di tipologie di misure. I restanti punteggi verranno calcolati proporzionalmente secondo la seguente formula: V(a)= V1/Vmax.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE 10	PUNTEGGIO CONSEGUITO 2.89	V(a)			VI			Vmax			PUNTEGGIO CONSEGUITO 6.67	V(a)			VI			Vmax			PUNTEGGIO CONSEGUITO 10.00	V(a)			VI			Vmax		
					0.2592592593			7			27				0.6666666667			18			27				1								
T	6	Drenaggio: presenza di drenaggio antidebuto. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica. Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE 3	PUNTEGGIO CONSEGUITO 3	PRESENTE						PUNTEGGIO CONSEGUITO 3			PUNTEGGIO CONSEGUITO 3	PRESENTE						PUNTEGGIO CONSEGUITO 3			PUNTEGGIO CONSEGUITO 3	PRESENTE								
					SI						SI				SI						SI				SI								

Il ke Ced

T	15	rilasciata da un organismo notifico appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Presenza della caratteristica = 1 Assenza della caratteristica = 0 Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $Z [PTmax \text{ per il possesso della certificazione } * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	1	1	SI	0	NO	1	SI	0	NO	0	NO	0	NO	1	SI
---	----	---	---	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----

T	16	CERTIFICAZIONI - Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a 1 punto solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Si: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $Z [PTmax \text{ per il possesso della certificazione } * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE
			1	0	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	NO

TOTALE PUNTEGGIO		64,79	63,70	73,00	54,07	38,71	59,89
SANACILIA SERVICE SRL		SOLVENTUM ITALY SRL	SMITH & NEPHEW SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	NOVAMED	PAUL HARTMANN SPA	

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

ESCLUSO - Non supera la soglia di sbarramento pari a 48

LL per Ch

LOTTO 2 - SISTEMA A PRESSIONE NEGATIVA PER ADDOME APERTO

Soglia di sbarramento 48							
CATEGORIA	REQUISITI MINIMI	SANACILIA SERVICE SRL	SOLVENTUM ITALY SRL	SMITH & NEPHEW SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	NOVAMED SRL	PAUL HARTMANN SPA
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'UNITA' TERAPEUTICA		Marca modello o# tecnica al 5					
Pompa di aspirazione a funzionamento sia continuo che intermittente			x	X	X	X	X
Sistema dotato di allarmi acustici e visivi per la sicurezza del paziente e dell'operatore. In particolare devono essere previsti almeno i seguenti allarmi: contenitore fluidi pieno pressione di esercizio diversa dalla pressione impostata perdite di vuoto batteria guasta o scarica ostruzione dei tubi			x	X	X	X	X
Dotato di display per la visualizzazione dei parametri impostati (almeno: valori di pressione esercitata, tipo di funzionalità in corso intermittente/continua, batteria residua)			x	X	X	X	X
Possibilità di alimentazione elettrica sia da rete che a batteria con autonomia minima o uguale a 6 ore			x	X	X	X	X
Corredato di tutto quanto necessario per il completo, corretto, sicuro utilizzo e per il trasporto:			x	X	X	X	X
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE DI CONSUMO							
Dotato di contenitore di raccolta fluidi, graduato, monouso di varie dimensioni, con capacità del contenitore minima 300 ml, dotato di sistema di contenimento degli odori e di solidificazione dei fluidi, trasparente per ispezione fluidi, sigillato, con verifica del sistema di ancoraggio e comprensivo di tutti gli eventuali accessori necessari per il ricambio			x	X	X	X	X
Sistema di drenaggio dotato di meccanismo che garantisce una distribuzione omogenea dell'aspirazione su tutto il comparto addominale. Il sistema di drenaggio garantisce una pressione costante sul letto della ferita mentre la trama della medicazione distribuisce omogeneamente la pressione sulla superficie di contatto. L'aspirazione permette il richiamo dei fluidi corporei attraverso la trasmuta delle medicazioni. Nella medicazione addominale la superficie a contatto con le viscere garantisce la totale aspirazione dei fluidi e la schiuma la distribuzione della pressione			x	X	X	X	X
Sistema di drenaggio e raccolta, con tubi dotati di dispositivo di sicurezza tipo luer lock o equivalente in grado di evitare il distacco accidentale del drenaggio e di facile utilizzo			x	X	X	X	X
Kit di riempimento della ferita in schiuma di poluretano completo di dispositivo di protezione dei visceri con medicazione non aderente e in materiale biocompatibile;			x	X	X	X	X
Pellicola adesiva trasparente per sigillare le zone di applicazione			x	X	X	X	X
Le medicazioni, i drenaggi devono essere sterili e latex free;			x	X	X	X	X
VALUTAZIONE IDONEITA' (IDONEO - NON IDONEO)		ESCLUSO	IDONEO	IDONEO	IDONEO	IDONEO	IDONEO

TIPO D/T/Q	N.	REQUISITI PREFERENZIALI	SANACILIA SERVICE SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE			SOLVENTUM ITALY SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE			SMITH & NEPHEW SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE			LOHMANN & RAUSCHER SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE			NOVAMED	VALUTAZIONE COMMISSIONE			PAUL HARTMANN SPA	VALUTAZIONE COMMISSIONE			
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'UNITA'																											
D	1	Gestione della macchina: la commissione valuterà con punteggio più alto la facilità di impostazione dei valori di pressione, semplicità di passaggio da filo continuo ad intermittente, rapidità di accesso ai comandi ed alle informazioni	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani
			9	0				9	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	9	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5,4	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	3,6	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	9	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
									1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60		0,40	0,40	0,40		1,00	1,00	1,00
Q	2	Ergonomicità Minor peso e ingombro rilevabile dalla scheda tecnica. Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta il valore minore espresso in chili e centimetri. I restanti punteggi verranno calcolati proporzionalmente secondo la seguente formula: V(a)= V/Vmin.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	V(i)	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	V(i)	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	V(i)	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	V(i)	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	V(i)	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	V(i)	Vmax
			6	6,00	1			6,00	1			6,00	1			6,00	1			6,00	1			6,00	1		
T	3	Analisi delle performance Possibilità del valutare lo stato della macchina. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 5 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
			5	0				5	SI			5	SI			5	SI			0	NO	NON VALORIZZATO	5	SI			
D	4	Informazioni terapia: la commissione valuterà con punteggio più alto la facilità di interpretazione e di risoluzione dei principali allarmi, informazioni sulla terapia in corso e sullo storico terapia	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani
			9	0				9	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	9	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	9	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	9	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	9	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
									1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL MATERIALE MONOUSO																											
T	5	Kit di medicazione: presenza di apposite medicazione adatta ai grandi edomi. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 10 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
			10	0				10	SI			10	SI			10	SI			0	NO	MISURE NON ADEGUATE	10	SI			
T	6	Drenaggio: presenza di drenaggio antidecubito. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica. Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
			3	0				3	SI			3	SI			3	SI			0	NO	NON VALORIZZATO	3	SI			
T	7	Drenaggio: presenza di drenaggio antischiumamento. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica. Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
			3	0				3	SI			3	SI			3	SI			0	NO	NON VALORIZZATO	3	SI			

2024. 10. 10

Q	8	Canister: maggior disponibilità di misure diverse. Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 al concorrente che offre la maggior gamma di misure disponibili espresse in ML. I restanti punteggi verranno calcolati proporzionalmente secondo la seguente formula: V(a)= V/Vmax.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)j	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)j	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)j	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)j	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)j	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)j	Vi	Vmax
			10	0.00				10.00	1	3	3	6.67	0.666666667	2	3	6.67	0.666666667	2	3	6.67	0.666666667	2	3	6.67	0.666666667	2	3

T	9	Canister: dotato di filtro antiodore e antibatterico incorporato, eliminabile al cambio del canister. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica. Presenza della caratteristica = 5 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	
			5	0			5	SI		5	SI		5	SI		5	SI		5	SI		5	SI		5	SI	

T	10	Pellicole: pellicole di adesione con ben specificate le fasi di rimozione e di inserimento della pellicola stessa. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica. Presenza della caratteristica = 5 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	non specifica fasi di rimozine	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	non specifica fasi di rimozine	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	non specifica fasi di rimozine	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	non specifica fasi di rimozine	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	non specifica fasi di rimozine
			5	0			0	NO		5	SI		0	NO		0	NO		0	NO		0	NO		0	NO	

ASSISTENZA TECNICA																											
D	11	Temptistiche e modalità di assistenza tecnica (ordinaria, straordinaria e con ripristino) in modo che sia garantita la continuità dell'attività assistenziale, piano descrittivo di una pagina a cura dei concorrenti di come viene garantita la presenza presso l'Ente. Sarà valutata in modo discrezionale.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani
			5	0				5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
								1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	

D	12	Disponibilità di personale per il supporto tecnico/clinico e formazione (Caratteristiche del programma formativo; pertinenza degli argomenti, numero delle sessioni, competenza – da documentare in offerta – dei formatori, tipologie di erogazione della formazione ecc.). Piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente di come viene garantita la presenza presso l'Ente. Sarà valutata in modo discrezionale.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani
			3	0				3	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	3	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	3	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	3	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	3	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
								1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	

GREEN																											
Q	13	Autonomia batteria: elemento che riduce il consumo energetico complessivo e l'impatto ambientale connesso alla produzione e allo smaltimento delle batterie. Maggior durata della batteria rilevabile dalla scheda tecnica in modalità continua a +125 mmHg. Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta il valore maggiore espresso in ore. I restanti punteggi verranno calcolati proporzionalmente secondo la seguente formula: V(a)= V/Vmax.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)j	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)j	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)j	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)j	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)j	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)j	Vi	Vmax
			4	#DIV/0!	#DIV/0!			1.00	0.25	6	24	4.00	1	24	24	3.83	0.958333333	23	24	1.00	0.25	6	24	2.67	0.666666667	16	24

CERTIFICAZIONI																											
T	14	CERTIFICAZIONI Procedura di gestione ambientale. Viene valutata la conformità della struttura gestionale del concorrente per l'integrazione delle pratiche di gestione ambientale, il perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a _____ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024: 2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Presenza della caratteristica = 1 Assenza della caratteristica = 0 Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]. Presenza della caratteristica = 1 punto Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	
			1	0				1	SI			0	NO			1	SI			0	NO	non comprovato nella doc amministrativa e tecnica		1	SI		

T	15	CERTIFICAZIONI - Parità di genere UNIPdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a _____ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNIPdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Presenza della caratteristica = 1 Assenza della caratteristica = 0 Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base delle quote di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
			1	0				0	NO			1	SI			0	NO			0	NO			1	SI			

T	16	CERTIFICAZIONI - Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari_1_ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato eimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $I = \frac{PT_{max}}{PT_{max}}$ per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	
			1	0		0	NO		0	NO		0	NO		0	NO		0	NO		0

TOTALE PUNTEGGIO			0.00			70.00			74.67			65.90			39.77			69.33		
ESCLUSO						SOLVENTUM ITALY SRL			SMITH & NEPHEW SRL			LOHMANN & RAUSCHER SRL			NOVAMED			PAUL HARTMANN SPA		

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1.00
PIU' CHE ADEGUATO	0.80
ADEGUATO	0.60
PARZIALMENTE /	0.40
SCARSAMENTE /	0.20
INADEGUATO	0.00

LOTTO 3 - SISTEMA PER TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA CON INSTILLAZIONE/LAVAGGIO				
Soglia di sbarramento 48				
CATEGORIA	REQUISITI MINIMI	SANACILIA SERVICE SRL	SOLVENTUM ITALY SRL	NOVAMED SRL
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'UNITA' TERAPEUTICA				
	Pompa di aspirazione a funzionamento sia continuo che intermittente, che permetta l'instaurarsi di una pressione compresa tra -25 e -175 mmHg, dotata di meccanismo integrato per l'instillazione di soluzione fisiologica, farmaci e soluzioni antisettiche ed in grado di erogare contemporaneamente tramite un'unica unità terapeutica, pressione negativa su più ferite (vicine o lontane tra loro), garantendo una distribuzione omogenea della pressione;	X	X	X
	Possibilità di programmare la funzione di instillazione dei liquidi, con regolazione dei volumi di instillazione e dei tempi di erogazione, ovvero tempo di posa del liquido instillato sul letto della ferita;	X	x	X
	Sistema dotato di allarmi acustici e visivi per la sicurezza del paziente e dell'operatore, in particolare devono essere previsti almeno i seguenti allarmi: contenitore fluidi pieno pressione di esercizio diversa dalla pressione impostata perdite di vuoto batteria guasta o scarica ostruzione dei tubi	X	X	X
	Dotato di display per la visualizzazione dei parametri impostati (almeno: valori di pressione esercitata, tipo di funzionalità in corso intermittente/continua, batteria residua, instillazione);	X	X	X
	Funzione "blocca tasti" per impedire l'accesso accidentale alle impostazioni di terapia;	X	X	X
	Possibilità di alimentazione sia tramite corrente elettrica che a batteria (nel caso di batteria è richiesta un'autonomia di almeno o superiore a 6 ore con terapia standard a -125 mmHg);	X	X	X
	Corredato di tutto quanto necessario per il completo, corretto e sicuro utilizzo.	X	X	X
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERILAE DI CONSUMO				
	Contenitore di raccolta fluidi monouso di almeno 200 cc, graduato, trasparente per ispezione fluidi, sigillato, con verifica del sistema di ancoraggio e comprensivo di tutti gli eventuali accessori necessari per il raccordo e dotato di sistema di contenimento degli odori e di solidificazione dei fluidi, per ispezione fluidi;	X	X	X
	Dispositivo di riempimento della ferita deve essere disponibile a scelta del richiedente in schiuma di poliuretano tra le varie dimensioni e forme	X	X	X
	Sistema di drenaggio dotato di meccanismo che garantisca una distribuzione omogenea dell'aspirazione sul letto della ferita	X	X	X
	Sistema di drenaggio e raccolta con tubi dotati di dispositivo di sicurezza tipo luer lock o equivalente in grado di evitare il distacco accidentale del drenaggio e di facile utilizzo - Compresi (se richiesti) connettori a Y per il trattamento contemporaneo di più lesioni sullo stesso paziente	X	X	X
	Pellicola adesiva trasparente per sigillare la zona di applicazione (completa, se necessario, di accessori che garantiscono maggiore sigillazione in regioni anatomiche con conformazione particolare)	X	X	X
	Set per instillazione di liquidi, corredato di tutto quanto necessario per il completo, corretto e sicuro utilizzo;	X	X	X
	Le medicazioni, i tubi di raccordo devono essere sterili e latex free;	X	X	X
VALUTAZIONE IDONEITA' (IDONEO - NON IDONEO)		IDONEA	IDONEA	IDONEA

TIPO D/T/Q	N.	REQUISITI PREFERENZIALI		SANACILIA SERVICE SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE			SOLVENTUM ITALY SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE			NOVAMED	VALUTAZIONE COMMISSIONE		
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'UNITA'															
D	1	Gestione della macchina: la commissione valuterà con punteggio più alto la facilità di impostazione dei valori di pressione, rapidità di accesso ai comandi ed alle informazioni, semplicità di impostazione dei parametri di instillazione controllata	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani
			9	9	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	9	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	3,6	PARZIALMEN TE ADEGUATO	PARZIALMEN TE ADEGUATO	PARZIALME NTE ADEGUATO
					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		0,40	0,40	0,40
Q	2	Ergonomicita' Minor peso e ingombro rilevabile dalla scheda tecnica. Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta il valore minore espresso in chili e centimetri. I restanti punteggi verranno calcolati proporzionalmente secondo la seguente formula: V(a)i= Vi/Vmin.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax
			6	6,00	1			6,00	1			6,00	1		

T	3	Analisi delle performance Possibilità di valutare lo stato della macchina. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 5 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	NON VALORIZZATO		
			5	5	SI		5	SI			5	SI			

D	4	Informazioni terapia: la commissione valuterà con punteggio più alto la facilità di interpretazione e di risoluzione dei principali allarmi, informazioni sulla terapia in corso e sullo storico terapia	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani
			9	9	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	9	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	9	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL MATERIALE MONOUSO															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Q	5	Kit medicazione: ampiezza della disponibilità di gamma di misure e tipologie. Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta il numero maggiore di disponibilità di tipologie di misure. I restanti punteggi verranno calcolati proporzionalmente secondo la seguente formula: V(a)i= Vi/Vmax.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax
			10	1,74	0,1739130435	4	23	10,00	1	23	23	1,30	0,1304347826	3	23

T	6	Drenaggio: presenza di drenaggio antidecubito. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica. Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	NON VALORIZZATO		
			3	3	SI		3	SI			0	NO			

T	7	Drenaggio: presenza di drenaggio antischiumamento. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica. Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	NON VALORIZZATO		
			3	3	SI		3	SI			0	NO			

Q	8	Canister: maggior disponibilità di misure diverse. Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 al concorrente che offre la maggior gamma di misure disponibili espresse in ML. I restanti punteggi verranno calcolati proporzionalmente secondo la seguente formula: V(a)i= Vi/Vmax.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax
			10	10,00	1	4	4	7,50	0,75	3	4	5,00	0,5	2	4

		Drenaggi: maggior numero di liquidi compatibili. Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 al concorrente che offre il numero maggiore di liquidi compatibili.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax

PC

PC

Q	9	I restanti punteggi verranno calcolati proporzionalmente secondo la seguente formula: $V(a)j = Vi/Vmax$.	5	0,50	0,1	1	10	5,00	1	10	10	0,00			non valorizzato
---	---	---	---	------	-----	---	----	------	---	----	----	------	--	--	-----------------

T	10	Pellicole: pellicole di adesione con ben specificate le fasi di rimozione e di inserimento della pellicola stessa. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica. Presenza della caratteristica = 5 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	
			5	0	NO	no specifica fasi di rimozine	0	NO	non specificata fasi di rimozione	0	NO	non valorizzato

D	11	Tempistiche e modalità di assistenza tecnica (ordinaria, straordinaria e con ripristino) in modo che sia garantita la continuità dell'attività assistenziale: piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente di come viene garantita la presenza presso l'Ente. Sarà valutata in modo discrezionale.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani
			5	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00				

D	12	Disponibilità di personale per il supporto tecnico/clinico e formazione (Caratteristiche del programma formativo: pertinenza degli argomenti, numero delle sessioni, competenze – da documentare in offerta – dei formatori, tipologie di erogazione della formazione ecc.). Piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente di come viene garantita la presenza presso l'Ente. Sarà valutata in modo discrezionale.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani
			3	3	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	3	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	3	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00

GREEN																
Q	13	Autonomia batteria: elemento che riduce il consumo energetico complessivo e l'impatto ambientale connesso alla produzione e allo smaltimento delle batterie. Maggior durata della batteria rilevabile dalla scheda tecnica in modalità continua a -125 mmHg. Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta il valore maggiore espresso in ore. I restanti punteggi verranno calcolati proporzionalmente secondo la seguente formula: V(a)i= Vi/Vmax.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	
			4	4.00	1	24	24	1.00	0.25	6	24	1.00	0.25	6	24	

CERTIFICAZIONI											
		CERTIFICAZIONI Procedura di gestione ambientale. Viene valutata la conformità della struttura gestionale del concorrente per l'integrazione delle pratiche di gestione ambientale, il perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a ____1____ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE

St
R
R

T	14	UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Presenza della caratteristica = 1 Assenza della caratteristica = 0 Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$ Presenza della caratteristica = 1 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	1	1	SI	1	SI	0	NO	non comprovato nella documentazione amministrativa e tecnica
---	----	---	---	---	----	---	----	---	----	--

T	15	CERTIFICAZIONI - Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari_1_ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Presenza della caratteristica = 1 Assenza della caratteristica = 0 Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE
			1	1	SI	0	NO	0	NO

T	16	CERTIFICAZIONI - Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari_1_ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - SI: 1 pt - NO: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE
			1	0	NO	0	NO	0	NO

TOTALE PUNTEGGIO			61,24
SANACILIA SERVICE SRL			

67,50	
SOLVENTUM ITALY SRL	

38,90	
NOVAMED	




GIUDIZIO		COEFFICIENTI
OTTIMO		1,00
PIU' CHE ADEGUATO		0,80
ADEGUATO		0,60
PARZIALMENTE A		0,40
SCARSAMENTE A		0,20
INADEGUATO		0,00


ESCLUSO - Non supera
la soglia di sbarramento
pari a 48

STC

Je Ch

LOTTO 4 - SISTEMA MONOUSO PER LA TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA PER PREVENZIONE, DURATA MINIMA 7 GIORNI				
Soglia di sbarramento 48				
CATEGORIA	REQUISITI MINIMI	SMITH & NEPHEW SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	HOSPOTICA
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'UNITA' TERAPEUTICA				
Sistema di aspirazione a batteria per la pressione negativa che permette l'instaurarsi di una pressione compresa tra -70 mmHg e -125 mmHg		X	X	X
Dotato di allarmi acustici e/o visivi per la sicurezza del paziente e dell'operatore, in particolare devono essere previsti almeno gli allarmi: esaurimento batterie		X	X	X
Senza canister		X	X	X
Durata del sistema non inferiore a 7 giorni comprensivo di almeno due medicazioni		X	X	X
Tutti i componenti presenti nel kit di medicazione devono essere sterili e latex free		X	X	X
CONFORMITA'				
Conformità alla normativa applicabile quale ad esempio normativa tecnica generale e particolare CEI EN 60601-1 "Norme generali per la sicurezza"		X	X	X
VALUTAZIONE IDONEITA' (IDONEO - NON IDONEO)		IDONEA	IDONEA	IDONEA

TIPO D/T/Q	N.	REQUISITI PREFERENZIALI		SMITH & NEPHEW SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE			LOHMANN & RAUSCHER SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE			HOSPOTICA SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE		
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'UNITA'															
D	1	Caratteristiche del dispositivo: facilità d'uso, semplicità di interpretazione degli allarmi	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani
			10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00		
Q	2	Ergonomicita' Minor peso e ingombro rilevabile dalla scheda tecnica. Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta il valore minore espresso in chili e centimetri. I restanti punteggi verranno calcolati proporzionalmente secondo la seguente formula: V(a)i= Vi/Vmax.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmin	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax
			8	8,00	1		8,00	1		8,00	1		8,00	1	
D	3	Gestione del dispositivo: semplicità di controllo della terapia erogata per il paziente e per l'operatore, assenza o minima necessità di interazione con il dispositivo per il paziente. Piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani
			10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00		
T	4	Sterilità: corpo macchina, batterie e accessori confezionati in maniera sterile.. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata. Presenza della caratteristica = 8 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE				PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE					
			8	8	SI				0	NO	non si evince se il corpo macchina sia sterile. Si parla solo del kit di medicazione				
											non valorizzato				
CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL MATERIALE MONOUSO															
Q	5	Kit medicazione: maggior numero di medicazioni conformate. Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta il valore maggiore espresso in numero. I restanti punteggi verranno calcolati proporzionalmente secondo la seguente formula: V(a)i= Vi/Vmax.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax



			8	8,00	1	2	2	0.00	non valorizzato	non valorizzato		0,00	non valorizzato	non valorizzato	non valorizzato
Q	6	Kit medicazione: maggiore numero di misure differenti. Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta il valore maggiore espresso in numero. I restanti punteggi verranno calcolati proporzionalmente secondo la seguente formula: V(a)= Vi/Vmax.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax
			9	9,00	1	10	10	0,00	non valorizzato	non valorizzato		0,00	non valorizzato	non valorizzato	non valorizzato
T	7	Drenaggio: presenza di drenaggio antidebubito. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica. Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	
			4	4	SI		4	SI		0	NO		non valorizzato		
T	8	Drenaggio: presenza di drenaggio antisciacchiamento. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica. Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	
			4	4	SI		4	SI		0	NO		non valorizzato		
T	9	Pellicole: pellicole di adesione con ben specificate le fasi di rimozione e di inserimento della pellicola stessa. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica. Presenza della caratteristica = 5 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	
			4	4	SI		0	NO	non specifica fasi di rimozine	0	NO		non specifica fasi di rimozine		
ASSISTENZA TECNICA															
D	10	Disponibilità di personale per il supporto tecnico/clinico e formazione (Caratteristiche del programma formativo: pertinenza degli argomenti, numero delle sessioni, competenze – da documentare in offerta – dei formatori, tipologie di erogazione della formazione ecc.). Piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente di come viene garantita la presenza presso l'Ente. Sarà valutata in modo discrezionale.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani
			4	4	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	4	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	4	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00		
GREEN															
T	11	Confezionamento: Confezionamento in unico kit comprensivo di unità motore, batterie e due medicazioni. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata Presenza della caratteristica = 8 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	
			8	8	SI		8	SI		8	SI				
CERTIFICAZIONI															
		CERTIFICAZIONI Procedura di gestione ambientale. Viene valutata la conformità della struttura gestionale del concorrente per l'integrazione delle pratiche di gestione ambientale, il perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a ____1____ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	




T	12	UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Presenza della caratteristica = 1 Assenza della caratteristica = 0 Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$ Presenza della caratteristica = 1 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	1	0	NO	1	SI	0	NO
---	----	--	---	---	----	---	----	---	----

T	13	CERTIFICAZIONI - Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari 1_1_ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Presenza della caratteristica = 1 Assenza della caratteristica = 0 Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE
			1	1	SI	0	NO	0	NO


T	14	CERTIFICAZIONI - Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari 1_1_ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - SI: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE
			1	0	NO	0	NO	0	NO

TOTALE PUNTEGGIO			78,00	49,00	40,00
			SMITH & NEPHEW SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	HOSPOTICA

ESCLUSO - Non supera la soglia di sbarramento pari a 48

GIUDIZIO
OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO

COEFFICIENTI
1,00
0,80



ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

LOTTO 5: SISTEMA MONOUSO PER LA TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA PER TRATTAMENTO, DURATA MINIMA 14 GIORNI																				
Soglia di sbarramento 48																				
CATEGORIA		REQUISITI MINIMI			CONVATEC ITALIA SRL	SMITH & NEPHEW SRL	LOHMANN & RAUSCHER SRL	HOSPOTICA SRL												
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'UNITA' TERAPEUTICA																				
Sistema di aspirazione a batteria per la pressione negativa, di dimensioni, peso e rumorosità contenuti, che permette l'instaurarsi di una pressione fissa compresa tra -80mmHg e -125mmHg;					X	X	X	x												
Dotato di allarmi acustici e/o visivi per la sicurezza del paziente e dell'operatore, in particolare devono essere previsti almeno gli allarmi: - esaurimento batterie - perdita del vuoto - ostruzione tubi					X	X	X	X												
Senza Canister					X	X	X	X												
Durata del sistema non inferiore a 14 giorni comprensivo di almeno due medicazioni					X	X	DURATA DEL SISTEMA OFFERTO E' 10 GG	x												
Tutti i componenti presenti nel kit di medicazione devono essere sterili e latex free					X	X	X	X												
CONFORMITA'																				
Conformità alla normativa applicabile quale ad esempio normativa tecnica generale e particolare CEI EN 60601-1 "Norme generali per la sicurezza"					X	X		x												
VALUTAZIONE IDONEITA' (IDONEO - NON IDONEO)					IDONEA	IDONEA	NON IDONEO	IDONEA												
TIPO D/T/Q	N.	REQUISITI PREFERENZIALI			CONVATEC ITALIA	VALUTAZIONE COMMISSIONE			SMITH & NEPHEW SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE			LOHMANN & RAUSCHER SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE			HOSPOTICA SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE		
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'UNITA'																				
D	1	Caratteristiche dispositivo: facilità d'uso, semplicità di interpretazione degli allarmi	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	
			12	12	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	12	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	12	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	
					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00						1,00	1,00	1,00	
Q	2	Ergonomicità Minor peso e ingombro rilevabile dalla scheda tecnica. Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta il valore minore espresso in chili e centimetri. I restanti punteggi verranno calcolati proporzionalmente secondo la seguente formula: V(a)= Vi/Vmin.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	
			12	12,00	1			12,00	1							12,00	1			
D	3	Gestione del dispositivo: semplicità di controllo della terapia erogata per il paziente e per l'operatore, assenza o minima necessità di interazione con il dispositivo per il paziente. Piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	
			12	12	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	12	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	12	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	
					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00						1,00	1,00	1,00	
CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL MATERIALE MONOUSO																				
Q	4	Kit medicazione: maggior numero di medicazioni conformate. Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta il valore maggiore espresso in numero. I restanti punteggi verranno calcolati proporzionalmente secondo la seguente formula: V(a)= Vi/Vmax.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	
			8	8,00	1	3	3	5,33	0,6666666667	2	3	0,00				0,00	non valorizzato			
Q	5	Kit medicazione: maggior numero di misure differenti. Verrà attribuito il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta il valore maggiore espresso in numero. I restanti punteggi verranno calcolati proporzionalmente secondo la seguente formula: V(a)= Vi/Vmax.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	
			9	6,30	0,7	7	10	9,00	1	10	10	0,00				0,00	non valorizzato			
		Drenaggio: presenza di drenaggio antidebubito. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			

T	6	Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	4	4	SI	4	SI	0	0	NO	non valorizzato								
T	7	Drenaggio: presenza di drenaggio antisciacchiamento. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica. Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE 4	PUNTEGGIO CONSEGUITO 4	PRESENTE SI	PUNTEGGIO CONSEGUITO 4	PRESENTE SI	PUNTEGGIO CONSEGUITO 0	PUNTEGGIO CONSEGUITO 0	PRESENTE NO	non valorizzato								
T	8	Pellicole: pellicole di adesione con ben specificate le fasi di rimozione e di inserimento della pellicola stessa. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica. Presenza della caratteristica = 5 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE 4	PUNTEGGIO CONSEGUITO 4	PRESENTE SI	PUNTEGGIO CONSEGUITO 4	PRESENTE SI	PUNTEGGIO CONSEGUITO 0	PUNTEGGIO CONSEGUITO 0	PRESENTE NO	è specificato con immagine solo fase di inserimento ma non rimozione								
ASSISTENZA TECNICA																			
D	9	Disponibilità di personale per il supporto tecnico/clinico e formazione (Caratteristiche del programma formativo: pertinenza degli argomenti, numero delle sessioni, competenze – da documentare in offerta – dei formatori, tipologie di erogazione della formazione ecc.). Piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente di come viene garantita la presenza presso l'Ente. Sarà valutata in modo discrezionale.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE 4	PUNTEGGIO CONSEGUITO 4	AOTR - Emanuela Santuro OTTIMO 1,00	AOPG - Milena Casciari OTTIMO 1,00	USL 2 - Francesca Marchegiani OTTIMO 1,00	PUNTEGGIO CONSEGUITO 4	AOTR - Emanuela Santuro OTTIMO 1,00	AOPG - Milena Casciari OTTIMO 1,00	USL 2 - Francesca Marchegiani OTTIMO 1,00	PUNTEGGIO CONSEGUITO 0	AOTR - Emanuela Santuro OTTIMO	AOPG - Milena Casciari OTTIMO	USL 2 - Francesca Marchegiani OTTIMO	PUNTEGGIO CONSEGUITO 4	AOTR - Emanuela Santuro OTTIMO 1,00	AOPG - Milena Casciari OTTIMO 1,00	USL 2 - Francesca Marchegiani OTTIMO 1,00
GREEN																			
T	10	Confezionamento: Confezionamento in unico kit comprensivo di unità motore, batterie e due medicazioni. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata Presenza della caratteristica = 8 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE 8	PUNTEGGIO CONSEGUITO 0	PRESENTE NO	non risulta pertinente né idonea a soddisfare la specifica finalità di sostenibilità ambientale sottesa al criterio di valutazione	PUNTEGGIO CONSEGUITO 8	PRESENTE SI	PUNTEGGIO CONSEGUITO 0	PUNTEGGIO CONSEGUITO 8	PRESENTE SI								
CERTIFICAZIONI																			
T	11	CERTIFICAZIONI Procedura di gestione ambientale. Viene valutata la conformità della struttura gestionale del concorrente per l'integrazione delle pratiche di gestione ambientale, il perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a ____1____ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024: 2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Presenza della caratteristica = 1 Assenza della caratteristica = 0 Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$ Presenza della caratteristica = 1 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE 1	PUNTEGGIO CONSEGUITO 0	PRESENTE NO	attività di produzione non riconducibili al concorrente ConvaTec Italia S.r.	PUNTEGGIO CONSEGUITO 0	PRESENTE NO	PUNTEGGIO CONSEGUITO 0	PUNTEGGIO CONSEGUITO 0	PRESENTE NO								
		CERTIFICAZIONI - Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari ____1____ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE									

T	12	rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Presenza della caratteristica = 1 Assenza della caratteristica = 0 Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	1	0	NO	1	0	0	NO
						SI			

T	13	CERTIFICAZIONI - Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari 1_ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - SI: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	1	0	NO		0	NO		0			0	NO	
---	----	---	---	---	----	--	---	----	--	---	--	--	---	----	--

TOTALE PUNTEGGIO			66,30	75,33	0,00	38,00
			CONVATEC	SMITH & NEPHEW	ESCLUSO	HOSPOTICA
GIUDIZIO			COEFFICIENTI			
OTTIMO			1,00			
PIU' CHE ADEGUATO			0,80			
ADEGUATO			0,60			
PARZIALMENTE A			0,40			
SCARSAMENTE A			0,20			
INADEGUATO			0,00			
			ESCLUSO - Non supera la soglia di sbarramento pari a 48			

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

LOTTO 6: SISTEMA MONOUSO A PRESSIONE NEGATIVA CON CANISTER											
Soglia di sbarramento 48											
CATEGORIA	REQUISITI MINIMI			MOLNLYCKE HEALTH CARE	SOLVENTUM ITALY SRL						
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'UNITA' TERAPEUTICA											
Sistema di aspirazione per la pressione negativa, che permette l'instaurarsi di una pressione minima, fissa compresa tra -70mmHg e -125mmHg;				x	x						
Alimentazione autonoma generica non dipendente dalla rete elettrica o capacità di funzionamento automatico con possibilità di ricarica tramite rete elettrica o batteria;				x	x						
Dotato di allarmi acustici e/o visivi per la sicurezza del paziente e dell'operatore, in particolare devono essere previsti almeno gli allarmi: - esaurimento carica - perdita del vuoto - ostruzione dei tubi				x	x						
Con Canister				x	x						
Durata del sistema non inferiore a 7 giorni comprensivo di almeno una medicazioni				x	x						
Tutti i componenti presenti nel kit di medicazione devono essere sterili e latex free				x	x						
CONFORMITA'											
Conformità alla normativa applicabile quale ad esempio normativa tecnica generale e particolare CEI EN 60601-1 "Norme generali per la sicurezza"				x	x						
VALUTAZIONE IDONEITA' (IDONEO - NON IDONEO)				idonea	idonea						
TIPO D/T/Q	N.	REQUISITI PREFERENZIALI		MOLNLYCKE HEALTH CARE	VALUTAZIONE COMMISSIONE			SOLVENTUM ITALY SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE		
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'UNITA'											
D	1	Caratteristiche dispositivo: facilità d'uso, semplicità di interpretazione degli allarmi	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani
			10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
Q	2	Ergonomicita' Minor peso e ingombro rilevabile dalla scheda tecnica. Verrà attribuito Il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta il valore minore espresso in chili e centimetri. I restanti punteggi verranno calcolati proporzionalmente secondo la seguente formula: V(a)i= Vi/Vmin.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax
			8	8,00	1			8,00	1		
D	3	Gestione del dispositivo: semplicità di controllo della terapia erogata per il paziente e per l'operatore, assenza o minima necessità di interazione con il dispositivo per il paziente. Piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani
			10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO

					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
T	4	Sterilità:corpo macchina, batteria e accessori confezionati in maniwra sterile. Il punteggio verrà attribuito sulkla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione di gara. Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			
			7	7	SI		0	NO			
CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL MATERIALE MONOUSO											
Q	5	Kit medicazione: maggior numero di misure e tipologie differenti. Verrà attribuito Il coefficiente massimo V(a)=1 all'offerta che presenta il valore maggiore espresso in numero. I restanti punteggi verranno calcolati proporzionalmente secondo la seguente formula: V(a)i= Vi/Vmax.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax
			10	5,63	0,5625	9	16	10,00	1	16	16
T	6	Drenaggio: presenza di drenaggio antideCubito. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica. Presenza della caratteristica = 3 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			
			4	4	SI		4	SI			
T	7	Drenaggio: presenza di drenaggio antischiacciamento. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica. Presenza della caratteristica = 4 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			
			4	4	SI		4	SI			
T	8	Canister: presenza di Canister sostituibile. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica. Presenza della caratteristica = 8 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			
			8	8	SI		8	SI			
T	9	Pellicole: pellicole di adesione con ben specificate le fasi di rimozione e di inserimento della pellicola stessa. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella scheda tecnica.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	non specifica le fasi di rimozione	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	non specifica le fasi di rimozione		

I	9	Presenza della caratteristica = 4 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	4	0	NO	non specifica le tasi di rimozione	0	NO	non specifica le tasi di rimozione
---	---	---	---	---	----	------------------------------------	---	----	------------------------------------

ASSISTENZA TECNICA

D	10	Disponibilità di personale per il supporto tecnico/clinico e formazione (Caratteristiche del programma formativo: pertinenza degli argomenti, numero delle sessioni, competenze – da documentare in offerta – dei formatori, tipologie di erogazione della formazione ecc.). Piano descrittivo di una pagina a cura del concorrente di come viene garantita la presenza presso l'Ente. Sarà valutata in modo discrezionale.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani	PUNTEGGIO CONSEGUITO	AOTR - Emanuela Santuro	AOPG - Milena Casciari	USL 2 - Francesca Marchegiani
			4	4	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	4	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00

GREEN

T	11	Confezionamento: Confezionamento in unico kit comprensivo di unità motore, batterie, canister e una medicazioni. Il punteggio verrà attribuito sulla base della presenza del requisito, riscontrabile nella documentazione allegata Presenza della caratteristica = 8 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	
			8	8	SI		0	NO	

CERTIFICAZIONI

T	12	CERTIFICAZIONI Procedura di gestione ambientale. Viene valutata la conformità della struttura gestionale del concorrente per l'integrazione delle pratiche di gestione ambientale, il perseguimento della protezione dell'ambiente, la prevenzione dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia e risorse. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari a ____1____ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI EN ISO 14000 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024: 2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Presenza della caratteristica = 1 Assenza della caratteristica = 0 Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$ Presenza della caratteristica = 1 punti Assenza della caratteristica = 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	
			1	1	SI		1	SI	

22 22 22

T	13	CERTIFICAZIONI - Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari __1__ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Presenza della caratteristica = 1 Assenza della caratteristica = 0 Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	
			1	0	NO		0	NO	
T	14	CERTIFICAZIONI - Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari __1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	non viene considerata equivalente perchè non garantisce il rispetto degli standard	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	
			1	0	NO		0	NO	

TOTALE PUNTEGGIO				69,63		59,00
				MOLNLYCKE HEALTH CARE		SOLVENTUM ITALY SRL

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUAT	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGI	0,40
SCARSAMENTE ADEGI	0,20
INADEGUATO	0,00

