

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI CON TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA" OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA.

Verbale n. 3

Premesso che

- con Determinazione del 29/10/2025 è stata indetta la "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023, con modalità telematiche, tramite la piattaforma e-procurement denominata "Appalti Umbria e Rete Acquisti - AURA", per l'affidamento della fornitura di "DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI CON TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA" occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria;
- il termine per proporre chiarimenti è scaduto in data 01/12/2025 e le relative risposte sono state pubblicate entro il termine previsto dal disciplinare di gara;
- il termine di formulazione delle offerte è scaduto in data 16/12/2025 ore 13.00;
- In data 15/01/2026, sciolta ogni riserva istruttoria, è stato reso noto l'elenco riepilogativo delle Ditte ammesse ed escluse, come da tabella di seguito riportata.

DITTA	LOTTI DI PARTECIPAZIONE
SANACILIA SERVICE SRL	1,2,3
CONVATEC ITALIA	5
MOLNLYCKE HEALTH CARE	6
SOLVENTUM ITALY SRL	1, 2, 3, 6
SMITH & NEPHEW SRL	1, 2, 4, 5
LOHMANN & RAUSCHER SRL	1, 2, 4, 5
NOVAMED	1, 2, 3
HOSPOTICA SRL	4, 5
PAUL HARTMANN SPA	1, 2

PuntoZero S.c.a r.l.

SEDE LEGALE

Via G.B. Pontani, 39 - 06128 Perugia

C.F. - P.IVA - Reg. Imp. 02915750547

REA C.C.I.A.A. 250357

Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v.

Tel. 075.50271

Fax 075.5003402

puntozeroscarl@pec.it

www.puntozeroscarl.it

- con determinazione dell'Amministratore Unico del 05/02/2026 è stata nominata la relativa commissione giudicatrice come qui di seguito specificata:
 - Emanuela Santuro - I.F.O. Area Medica - Azienda Ospedaliera di Terni - Presidente;
 - Milena Casciari - Dirigente Farmacista - Azienda Ospedaliera di Perugia - componente;
 - Francesca Marchegiani - Dirigente Farmacista - Azienda Usl Umbria 2 - componente.

TANTO PREMESSO

La Commissione Giudicatrice come sopra composta, regolarmente costituita alla presenza di tutti i componenti, nella prima seduta del giorno 09/02/2026 svoltasi on line in videoconferenza mediante seduta riservata tramite GoogleMeet, ha dapprima assegnato le funzioni di verbalizzatore in capo al Presidente la quale ha eseguito in PDA le operazioni di identificazione con conseguente apertura virtuale delle buste tecniche confermando che, per gli operatori ammessi a tale fase, la documentazione è stata depositata in piattaforma correttamente.

Viene ribadito che la procedura è espletata ai sensi dell'art. 25 del Dlgs 36/2023, mediante piattaforma di e-procurement denominata "Appalti Umbria e Rete Acquisti - AURA" (più avanti definita anche Sistema o PDA) che assicura la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato in essa conservato.

La Commissione Giudicatrice dà atto di avere espletato la lettura della documentazione di gara e, in particolare, del Capitolato Tecnico e delle risposte formulate alle richieste di chiarimenti pervenute nonché alla lettura del Disciplinare di gara ed in particolare del paragrafo 19.1 che reca i "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" e del paragrafo 19.2 "Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica". A tal proposito la Commissione giudicatrice ha stabilito che i punteggi discrezionali saranno attribuiti secondo i seguenti parametri di valutazione:



Giudizio	Ottimo	Più che adeguato	Adeguito	Parzialmente adeguato	Scarsament e adeguato	Inadeguato
Coefficiente Cai assegnato	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

Viene inoltre preso atto della documentazione resa disponibile dalla Stazione Appaltante agli Operatori Economici mediante il modello di offerta tecnica , predisposto al fine di consentire una immediata e agevole individuazione degli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice. La Commissione osserva che tale modello - richiesto a pena di esclusione- risulta coerente con il principio di efficienza dell'azione amministrativa e del risultato, anche in relazione alle tempistiche di cui all'art. 1 dell'Allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023, pertanto si procederà ad attribuire un punteggio pari a zero per ciascun criterio per il quale non risulti una specifica valorizzazione all'interno del predetto modello conformemente alla previsione di cui al disciplinare di gara secondo cui *"La compilazione dovrà avvenire secondo le esatte indicazioni contenute nel modello stesso e la mancata valorizzazione del criterio premiante/mancata corrispondenza con la documentazione tecnica comporta attribuzione di punteggio pari a zero sulla relativa voce."*

Nel corso delle sedute riservate svoltesi presso la sede di PuntoZero S.c.a r.l. e on line nelle giornate del 13/02/2026, 25/02/2026, 4/03/2026, 17/03/2026 e 27/03/2026, la Commissione giudicatrice ha proceduto alla verifica e alla disamina della documentazione tecnica presentata da tutti gli Operatori Economici, esaminando progressivamente le offerte dal lotto 1 al lotto 6.

In tale fase, la Commissione ha svolto una verifica preliminare, autonoma e distinta rispetto alla successiva valutazione qualitativa, finalizzata per il momento, all'accertamento della conformità delle offerte ai requisiti tecnici minimi previsti dal Capitolato. All'esito di tale verifica, la Commissione ha individuato le eventuali non conformità ai requisiti minimi, che comportano l'esclusione delle offerte non idonee, riservandosi di procedere, per le offerte



risultate conformi, alla successiva fase di valutazione tecnica mediante attribuzione dei relativi punteggi.

Di seguito viene riportato l'esito delle operazioni svolte:

LOTTO 1 - SISTEMA FISSO E PORTATILE A PRESSIONE NEGATIVA STANDARD

DITTA SANACILIA SERVICE SRL

La Commissione giudicatrice dà atto che, con riferimento all'offerta presentata dall'Operatore Economico SANACILIA S.r.l., la documentazione tecnica prodotta non consente di accertare in modo univoco la piena rispondenza al requisito minimo relativo al "Sistema dotato di allarmi acustici e visivi per la sicurezza del paziente e dell'operatore, in particolare devono essere previsti almeno i seguenti allarmi: - contenitore fluidi pieno - pressione di esercizio diversa dalla pressione impostata - perdite di vuoto - batteria guasta o scarica - ostruzione dei tubi".

In particolare, pur emergendo la presenza di alcuni sistemi di segnalazione, non risulta chiaramente comprovata, sulla base della documentazione disponibile, la sussistenza di tutte le funzionalità richieste nei termini sopra indicati.

Pertanto, la Commissione ritiene necessario procedere con una richiesta di chiarimenti istruttori, finalizzata ad acquisire evidenza documentale puntuale circa la presenza di tutti gli allarmi previsti quale requisito tecnico minimo, fermo restando che tale richiesta ha natura meramente esplicativa e non potrà comportare alcuna integrazione o modifica dell'offerta tecnica.

I chiarimenti sono stati trasmessi in piattaforma il giorno 25/03/2026 e in data 27/03/2026 è stata riscontrata in piattaforma la risposta dell'OE che si allega al presente verbale.

La Commissione, esaminati i chiarimenti resi dall'Operatore Economico, rileva che il sistema offerto è in grado di segnalare le variazioni della pressione rispetto al valore impostato attraverso specifici allarmi funzionali (perdita di vuoto, ostruzione, malfunzionamento), idonei a rappresentare le diverse condizioni operative del dispositivo.

Pertanto, il requisito deve ritenersi soddisfatto sotto il profilo sostanziale e viene dichiarato **IDONEO**, in quanto la funzione di segnalazione richiesta risulta comunque garantita. L'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione



di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;

DITTA SOLVENTUM ITALY SRL

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;

DITTA SMITH & NEPHEW SRL

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;

DITTA LOHMANN & RAUSCHER SRL

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;

DITTA NOVAMED SRL

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;

DITTA PAUL HARTMANN SPA

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara.



LOTTO 2 - SISTEMA A PRESSIONE NEGATIVA PER ADDOME APERTO

DITTA SANACILIA SERVICE SRL

Con riferimento all'offerta presentata dall'Operatore Economico SANACILIA SERVICE SRL la Commissione rileva che, per il lotto n.2, il documento denominato "Modello offerta tecnica (Allegato 6)" di cui al punto b) del paragrafo 16 del Disciplinare di gara, che deve essere contenuto nell'offerta tecnica A PENA DI ESCLUSIONE, non risulta presente per il lotto di partecipazione n.2 (è inserito il modello di offerta del lotto n.1). Con la conseguenza che constatata la carenza, l'offerta deve essere **ESCLUSA** a mente del richiamato Disciplinare di gara. Per tale ragione vengono trasmessi gli atti al RUP affinché disponga gli atti conseguenti;

DITTA SOLVENTUM ITALY SRL

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;

DITTA SMITH & NEPHEW SRL

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;

DITTA LOHMANN & RAUSCHER SRL

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;

DITTA NOVAMED SRL

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;



DITTA PAUL HARTMANN SPA

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;

**LOTTO 3 - SISTEMA PER TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA CON
INSTILLAZIONE/LAVAGGIO**

DITTA SANACILIA SERVICE SRL

Con riferimento al lotto 3 la Ditta SANACILIA SERVICE SRL, per il requisito “- Pompa di aspirazione a funzionamento sia continuo che intermittente, che permetta l'instaurarsi di una pressione compresa tra -25 e -175 mmHg, dotata di meccanismo integrato per l'instillazione di soluzione fisiologica” e “- Possibilità di programmare la funzione di instillazione dei liquidi, con regolazione dei volumi di instillazione e dei tempi di erogazione, ovvero tempo di posa del liquido instillato sul letto della ferita ” produce una dichiarazione di equivalenza ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In particolare, sono stati analizzati i seguenti punti di equivalenza rispetto alle specifiche tecniche del Lotto 3, requisiti 1 e 2. La Commissione ritiene che le caratteristiche tecniche e le modalità operative del sistema VT 200 garantiscano finalità terapeutiche e prestazioni equivalenti a quelle richieste nel capitolato di gara per il Lotto 3, requisiti 1 e 2 e permette di effettuare la terapia anche in maniera più appropriata in base agli standard clinici.

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;

DITTA SOLVENTUM ITALY SRL

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di



cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;

DITTA NOVAMED SRL

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;

LOTTO 4 - SISTEMA MONOUSO PER LA TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA PER PREVENZIONE, DURATA MINIMA 7 GIORNI

DITTA SMITH & NEPHEW SRL

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;

DITTA LOHMANN & RAUSCHER SRL

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;

DITTA HOSPOTICA SRL

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;

LOTTO 5: SISTEMA MONOUSO PER LA TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA PER TRATTAMENTO, DURATA MINIMA 14 GIORNI

DITTA CONVATEC ITALIA SRL

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici



minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;

DITTA SMITH & NEPHEW SRL

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;

DITTA LOHMANN & RAUSCHER SRL

La Commissione giudicatrice dà atto che, con riferimento al prodotto offerto dall'Operatore Economico LOHMANN & RAUSCHER SRL, è privo del requisito minimo relativo alla "*Durata del sistema non inferiore a 14 giorni comprensivo di almeno due medicazioni*" richiesto a pena di esclusione, pertanto l'offerta **NON É AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i conseguenti provvedimenti.

DITTA HOSPOTICA SRL

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;

LOTTO 6: SISTEMA MONOUSO A PRESSIONE NEGATIVA CON CANISTER

DITTA MOLNLYCKE HEALTH CARE

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;

DITTA SOLVENTUM ITALY SRL

La Commissione dopo aver verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto dalla citata ditta, lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e l'operatore




viene ammesso alle successive fasi di gara, ovvero al procedimento di valutazione di qualità, di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di Gara;

Concluse le operazioni sopra descritte la Commissione demanda al Rup il seguito di competenza.

Si dà atto che le funzioni di verbalizzatore sono state eseguite dalla Presidente della Commissione giudicatrice.

Il verbale viene letto e confermato nel suo contenuto pertanto viene sottoscritto come segue.

Dott.ssa Emanuela Santuro



(I.F.O. Area Medica - Azienda Ospedaliera di Terni - Presidente);

Dott.ssa Milena Casciari



(Dirigente Farmacista - Azienda Ospedaliera di Perugia - componente e Segretario verbalizzante);

Dott.ssa Francesca Marchegiani



(Dirigente Farmacista - Azienda Usi Umbria 2 - componente)

Spett. le
Puntozero S.c.a.r.l.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445: "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa")


PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, SUDDIVISA IN 6 LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI CON TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA", OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA

La sottoscritta **CRISTIANA FILLO** codice fiscale **FLLCST71T63E734J** nata a Luino (VA) il 23/12/1971 residente in Roma Via Cristoforo Colombo, 2522 nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Ditta **SANACILIA SERVICE Srl** con sede legale in Roma Viale Enrico Ortolani n. 115/117 cap 00125 partita Iva e codice fiscale 15578831008, telefono 06 5213471 fax 065213479 indirizzo di posta elettronica certificata PEC: sanaciliaservizisrl@legalmail.it,

con riferimento ai chiarimenti tecnici richiesti dichiara quanto segue:

Il Sistema offerto è dotato di allarmi acustici e visivi per la sicurezza del paziente e dell'operatore, in particolare sono previsti i seguenti allarmi:


- contenitore fluidi pieno

Contenitore fluidi pieno 	Quando il canister raggiunge il limite massimo di riempimento e deve essere sostituito gli allarmi visivi e sonori si attivano e compare il messaggio "VASO PIENO".
---	--

Vedi Scheda Tecnica pag. 6 punto 13 e Manuale d'Uso VT 100 pag. 18 e pag. 22

- pressione di esercizio diversa dalla pressione impostata

La pressione rappresenta l'effettiva forza di aspirazione misurata in mmHg, qualora tale forza, o pressione d'esercizio, risulti maggiore rispetto alla pressione impostata vuol dire che il sistema sta compensando una "ostruzione" del tubo adeguatamente segnalata dall'apposito indicatore di allarme. Se, al contrario, la pressione di esercizio risulta minore rispetto a quella impostata vuol dire che si sta manifestando una "perdita" che verrà adeguatamente segnalata dall'apposito indicatore di allarme. Tutti gli altri casi diversi da "ostruzione" e "perdita" verranno segnalati dall'indicatore di "malfunzionamento".





- perdite di vuoto

	Il sistema rileva il sopraggiungere di una perdita di pressione negativa/vuoto, gli allarmi visivi e sonori si attivano e il display visualizza il messaggio "PERDITA".
---	--


Vedi Scheda Tecnica pag. 6 punto 13 e Manuale d'Uso VT 100 pag. 22

- batteria guasta o scarica

	Viene rilevato lo stato della batteria segnalando il progressivo esaurimento o scarsa potenza, il display visualizza la dicitura "BATTERIA SCARICA".
---	---

Vedi Scheda Tecnica pag. 6 punto 13 e Manuale d'Uso VT 100 pag. 22

- ostruzione dei tubi

	Il sopraggiungere di un'ostruzione del tubo di drenaggio viene segnalata dagli allarmi sonori e visivi attraverso un messaggio di "OSTRUZIONE".
---	--

Vedi Scheda Tecnica pag. 6 punto 13 e Manuale d'Uso VT 100 pag. 22

Restiamo a disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o integrazione.

Roma, 27 marzo 2026

FIRMA



