

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, SUDDIVISA IN 86 LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI ED ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA" OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE ED DELLA REGIONE UMBRIA - VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICA LOTTO N. 52 POST OFFERTA MIGLIORATIVA E RIESAME VALUTAZIONE TECNICA LOTTO N. 85 E SUCCESSIVA APERTURA BUSTA ECONOMICA

VERBALE N. 4

Premesso che

- con Determinazione del 07/07/2025 è stata indetta la "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023, in forma centralizzata, suddivisa in 86 lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni ed accordi quadro per la fornitura di Dispositivi per Cardiochirurgia occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Umbria";
- il termine per proporre chiarimenti è scaduto in data 08/08/2025 ore 12:00 e le relative risposte sono state pubblicate entro il termine previsto dal disciplinare di gara;
- in data 15/10/2025 ore 16:00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte, comprendente anche le campionature quali parti integranti dell'offerta medesima.
- per la valutazione della procedura si è fatto ricorso all'istituto dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 D.lgs 36/2023 come illustrato nella *lex specialis*;
- con determinazione dell'Amministratore Unico del giorno 29/10/2025 è stata nominata la Commissione giudicatrice composta come segue:
- Dott.ssa Romina Pantanella - Dirigente Medico Cardiochirurgia - Azienda Ospedaliera di Perugia - in qualità di Presidente ;
- Dott. Francesco Fioriello - Dirigente Medico Cardiochirurgia - Azienda Ospedaliera di Terni - in qualità di componente;
- Dott. Emanuele Gnerucci - Perfusionista - Azienda Ospedaliera di Perugia - in qualità di componente;

Il Rup dà atto che per i seguenti lotti non sono pervenute offerte, pertanto vengono dichiarati DESERTI.

- LOTTO 27 - CAMPANA PER POMPA CENTRIFUGA
- LOTTO 38 - CATETERE TRANSURETRALE PER MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA CORPOREA
- LOTTO 42 - DISPOSITIVI MONOUSO DI ANCORAGGIO CANNULE ECMO O DRENAGGI CHIRURGICI, VARIE MISURE



- LOTTO 43 - SUPPORTO PIEGHEVOLE PER STABILIZZAZIONE DEL BRACCIO NEL MONITORAGGIO ARTERIOSO CRUENTO CONTINUO
- LOTTO 47 - COLLA CHIRURGICA A BASE DI GELATINA E RESORCINOLO - KIT COMPLETO
- LOTTO 80 - SISTEMA PER LA RIPERFUSIONE DEGLI ARTI PER ECMO PERIFERICO IN EMERGENZA

Il giorno 30/04/2026 si è ritualmente riunita la Commissione Giudicatrice, come sopra composta, per l'espletamento delle seguenti attività relative alla valutazione tecnica del lotto n. 52 e al riesame del lotto n. 85:

1) LOTTO 52 - SOFFIATORE NEBULIZZATORE DI CO2 PER CAMPO OPERATORIO

Dato atto che con verbale n. 3 del 14/04/2026 la Commissione, per il lotto n. 52 "Soffiatore nebulizzatore di CO2 per campo operatorio" ha provveduto all'invio, tramite le funzionalità della Piattaforma, di una richiesta di offerta migliorativa alle Ditte Medtronic Italia S.p.a. (Registro di Sistema PI078538-26) e Tau Medica S.r.l. (Registro di Sistema PI078539-26) che, come da verbale n. 1 risultano aver sottoscritto la medesima offerta economica trovandosi pertanto in una situazione di ex aequo. Il termine assegnato per la presentazione delle offerte è fissato, ai sensi della lex specialis, per giorno 24/04/2026 ore 11:30.

Le Ditte hanno risposto nei termini per la presentazione delle offerte migliorative e all'esito dell'apertura dei plichi virtuali si evidenzia la nuova graduatoria:

LOTTO 52 - SOFFIATORE NEBULIZZATORE DI CO2 PER CAMPO OPERATORIO

Numer o Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
52	TAU MEDICA S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	31.768,00	€ 32.560,00	2,43243	€ 792
52	MEDTRONIC ITALIA SPA	II Classificato	2	99,275	32.000,00	€ 32.560,00	1,7199	€560

La Commissione procede, pertanto, alla verifica della conformità dell'offerta tecnica del primo in graduatoria e dopo aver confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**, come da griglia allegata.

2) LOTTO N. 85 - SIGILLANTE EMOSTATICO

Dato atto che la Commissione Giudicatrice, come sopra composta, ha svolto le attività di valutazione



tecnica per ciascun lotto, sia quelli aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, sia quelli aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come da verbale n. 2 (Valutazione Tecnica).

Datto atto che, con Determinazione dell'Amministratore Unico di Puntozero Scarl del 09/04/2026 è stato dato atto delle offerte che non sono risultate idonee per carenza di requisiti tecnici minimi e che pertanto non hanno avuto accesso alla valutazione delle offerte economiche, ovvero:

- Ditta GETINGE ITALIA SRL, lotti: 1 e 65;
- Ditta SORIN GROUP ITALIA, lotti : 1, 2, 3, 5, 8, 11,16, 17, 24, 25, 39, 60, 61, 74 e 77;
- Ditta MEDICAL LUME, lotti: 2, 5 e 6;
- Ditta MEDTRONIC ITALIA SPA, lotti: 2, 5, 6, 7 e 86;
- Ditta TAU MEDICA, lotti: 8, 26, 32, 39, 72, 79 e 81;
- Ditta APTIVA MEDICAL lotti: 8, 12, 14 e 40;
- Ditta EDWARDS LIFESCIENCE ITALIA lotti: 7, 35 e 49;
- Ditta TECNOHEALTH lotti: 24;
- Ditta GADA ITALIA lotti: 24, 61 e 62;
- Ditta B.BRAUN MILANO lotti: 36 e 37;
- Ditta BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES lotti: 45;
- Ditta ELEMED lotti: 48 e 85;
- Ditta ASPEN SANITAS lotti: 49;
- Ditta LEVI BIOTECH lotti: 52, 56, 65, 68 e 71;
- Ditta BECTON DICKINSON ITALIA lotti: 54 e 56;
- Ditta ASSUT EUROPE lotti: 55;
- Ditta ALSE MEDICA lotti: 55;
- Ditta MEDICAL DEVICE SRL lotti: 70 e 72;
- Ditta MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP lotti: 72;
- Ditta MED TRADE SRL lotti: 72;
- Ditta STARMED lotti: 85;
- Ditta BAXTER lotti: 85.

Preso atto che con nota prot. 0003630 del 14/04/2026 è pervenuta un'istanza di riesame da parte della Ditta Starmed Srl per il lotto n. 85 con la quale la stessa chiede di procedere ad una nuova verifica del requisito minimo "*sigillante*".

La richiesta trae origine dal fatto che la Commissione giudicatrice, in sede di valutazione tecnica e come riportato nel verbale n. 2, aveva escluso la concorrente in quanto, nonostante la richiesta di chiarimenti tecnici non era stata in grado di evidenziare la capacità "*sigillante*" del dispositivo offerto fra i documenti presentati in sede di offerta. Con la suddetta istanza, la Ditta Starmed chiede il riesame della valutazione, sostenendo di aver frainteso la richiesta di chiarimento e che il prodotto offerto possiede effettivamente la capacità sigillante, come risulterebbe dalla scheda tecnica allegata alla documentazione di gara.

Tanto premesso, la Commissione giudicatrice, relativamente all'istanza della Ditta STARMED - di cui in



premessa - rileva quanto segue:

La Commissione Giudicatrice, riesaminata la documentazione di gara conferma la presenza del requisito minimo "sigillante" e accoglie l'istanza pervenuta e dichiara il prodotto tecnicamente **IDONEO**. All'esito del procedimento di valutazione di qualità, di cui al par. 19 del Disciplinare di gara, assegna complessivamente il punteggio di **59,60** riammettendo la Ditta al prosieguo della procedura di gara, per il lotto n. 85 (come da allegato al presente verbale).

Contestualmente la Commissione, trovandosi la Starmed come unica ditta concorrente idonea per il lotto n. 85, procede con l'apertura della busta economica e all'esito dell'apertura dei plichi virtuali si riporta la seguente offerta economica:

Numero Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Ran k	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
85	STARMED SRL	Aggiudicatario proposto	1	89,60	59,60	30,00	259.200,00	295.680	12,33766	36480


Per l'effetto la Commissione giudicatrice trasmette al RUP il presente verbale affinché dia seguito alle determinazioni conseguenti alle odierne rivalutazioni.

Il verbale viene letto e confermato nel suo contenuto pertanto viene sottoscritto come segue.


Dott.ssa ROMINA PANTANELLA - Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Presidente



Dr. FRANCESCO FIORIELLO - Azienda Ospedaliera di Terni, in qualità di componente e segretario verbalizzante





Dr. EMANUELE GNERUCCI - Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di componente



LOTTO 52 - SOFFIATORE NEBULIZZATORE DI CO2 PER CAMPO OPERATORIO

		1°	2°
DESCRIZIONE	REQUISITI MINIMI	TAU MEDICA	MEDTRONIC ITALIA
Confezionamento: singolo, sterile, monouso	Impugnatura con controllo di attivazione e disattivazione erogazione	X	
	asta sagomabile con basso profilo per avere la minore interferenza possibile sul campo operatorio	X	
	un set di tubo lungo 300 cm (Tolleranza sulle misure +/- 10%);	X	
	Punta atraumatica	X	
	Nell'estremità prossimale del tubo deve avere una connessione alla linea dei fluidi, dove una clamp scorrevole ne può regolare il flusso e un connettore alla linea dei gas medicali,	X	
	con filtro in linea da 0.2 micron.	X	
VALUTAZIONE IDONEITA' (IDONEO - NON IDONEO)		IDONEO	



LOTTO 85 - SIGILLANTE EMOSTATICO

DESCRIZIONE		REQUISITI MINIMI	STARMED
Confezionamento: singolo, monouso, sterile	Misure varie: da 3 e 5ml		X
	Sigillante emostatico sintetico		X
	Pronto all'uso		X
VALUTAZIONE IDONEITA' (IDONEO - NON IDONEO)			IDONEO

TIPO D/T/Q	N.	REQUISITI PREFERENZIALI		STARMED	VALUTAZIONE COMMISSIONE		
D	1	SPESSORE: Creare spessore nel punto di applicazione	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Pantanella Romina	Francesco Fioriello	Emanuele Gnerucci
			16	9,6	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO
					0,60	0,60	0,60
T	2	SOSTITUZIONE DEI PUNTALI: Sarà valutata la necessità o meno di sostituire i puntali durante la procedura chirurgica. Se non devono essere sostituiti = 10 pt Se devono essere sostituiti = 0 pt	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
			10	10	SI		
T	3	CATETERE LAPAROSCOPICO: Sarà valutata la presenza del catetere laparoscopico fra le dotazioni del dispositivo.. Se non devono essere sostituiti = 10 pt Se devono essere sostituiti = 0 pt	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
			10	10	SI		
D	4	TRASPARENZA: Sarà valutato il grado di trasparenza del dispositivo	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Pantanella Romina	Francesco Fioriello	Emanuele Gnerucci
			12	12	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
					1,00	1,00	1,00
		GAMMA DI MISURA Disponibilità di misure: Da 3 ml = 5 pt Da 5 ml = 5 pt	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		

fr

MA

2

T	5	Da 5 mi = 5 pt Per un massimo di 10 pt.	10	10	SI	
---	---	--	----	----	----	--


D	4	FACILITA' DI APERTURA: La Commissione valuterà la facilità di individuare l'angolo di apertura e la minor trazione all'apertura	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Pantanella Romina	Francesco Fioriello	Emanuele Gnerucci
			4	4	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
					1,00	1,00	1,00

D	5	ETICHETTATURA: La Commissione valuterà la chiarezza e la facilità di reperimento delle informazioni previste a norma di legge in relazione al confezionamento primario e secondario	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Pantanella Romina	Francesco Fioriello	Emanuele Gnerucci
			4	4	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
					1,00	1,00	1,00

T	7	CERTIFICAZIONI Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" Presenza della caratteristica = 1 Assenza della caratteristica = 0	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	Dichiara di averla allegata alla documentazione amministrativa. Non valutabile.
			1	0	NO	

T	8	CERTIFICAZIONI - Parità di genere UNI/PdR 125:2022 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari __1__ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Presenza della caratteristica = 1 Assenza della caratteristica = 0 Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	
			1	0	NO	

T	9	CERTIFICAZIONI - Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari __1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Si: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	
			1	0	NO	

T	10	Riduzione dell'impatto ambientale nel confezionamento	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	
		Saranno oggetto di valutazione le soluzioni per la riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento. Saranno valutate il possesso delle seguenti etichette ambientali di settore negli imballaggi secondari: Presenza dell'etichetta FSC sugli imballaggi (FSC 100%, FSC Riciclato, FSC Misto) > Pt. 0,5 Presenza dell'etichetta PEFC (Certificato PEFC, Riciclato PEFC) > Pt. 0,5 Il possesso del requisito sarà verificato attraverso la documentazione presentata a supporto della presenza dell'etichetta. - Sì: 1 pt - No: 0 pt†	1	0	NO	
TOTALE PUNTEGGIO			59,60			

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADE	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALEMEN	0,40
SCARSAMEN	0,20
INADEGUATO	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Numero Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
52	TAU MEDICA S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	0,00	100,00	31.768,00	32560	2,43243	792
52	MEDTRONIC ITALIA SPA	Il Classificato	2	99,275	0,00	99,275	32.000,00	32560	1,7199	560
52	LEVI BIOTECH SRL	Escluso			0,00	0,00	28.800,00	32560	11,54791	3760
85	STARMED SRL	Aggiudicatario proposto	1	89,60	59,60	30,00	259.200,00	295680	12,33766	36480