

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 09/04//2026

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, SUDDIVISA IN 86 LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI E ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. ESCLUSIONI TECNICHE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

VISTA la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato in data 09/04/2026 (Prot. n. 3479/2026) dal Responsabile Unico del Progetto Dott.ssa Chiara Scardazza con il relativo **Allegato A**;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del 07/07/2025 (Prot. n. 8845) è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con modalità telematiche, tramite la piattaforma e-procurement denominata "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA", per l'affidamento della fornitura di "CND C0 - DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA" occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria ed è stato approvato il Disciplinare di gara che prevede, per alcuni lotti, quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- con Determinazione dell'Amministratore unico di Punto Zero Scarl del 29/10/2025 è stata nominata la commissione giudicatrice composta da professionisti esperti nella categoria merceologica oggetto della gara e precisamente:
 - Dott.ssa Romina Pantanella - Dirigente Medico Cardiocirurgia - Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità di Presidente;
 - Dott. Francesco Fioriello - Dirigente Medico Cardiocirurgia - Azienda Ospedaliera di Terni - in qualità di componente;
 - Dott. Emanuele Gnerucci - Perfusionista - Azienda Ospedaliera di Perugia - in qualità di componente.
- con prot. n. 3226 del 31/03/2026, la commissione giudicatrice ha trasmesso al RUP l'elenco delle offerte ritenute non idonee, con le motivazioni di ciascuna esclusione riportate nella comunicazione allegata al presente atto quale **Allegato A (Comunicazione esclusioni)**;

CONSIDERATO CHE:

- l'accesso alla fase economica è precluso ai concorrenti i cui prodotti siano stati ritenuti **non idonei** dalla Commissione Giudicatrice a seguito della valutazione delle offerte tecniche.

DATO ATTO CHE :

- le offerte presentate dai seguenti operatori economici non sono risultate idonee e pertanto, non accedono alla fase di valutazione delle offerte economiche, come meglio specificato nella comunicazione costituente l'**Allegato A**, alla quale si rimanda integralmente.

- Ditta GETINGE ITALIA SRL, lotti: 1 e 65;
- Ditta SORIN GROUP ITALIA, lotti : 1, 2, 3, 5, 8, 11,16, 17, 24, 25, 39, 60, 61, 74 e 77;
- Ditta MEDICAL LUME, lotti: 2, 5 e 6;
- Ditta MEDTRONIC ITALIA SPA, lotti: 2, 5, 6, 7 e 86;
- Ditta TAU MEDICA, lotti: 8, 26, 32, 39, 72, 79 e 81;
- Ditta APTIVA MEDICAL lotti: 8, 12, 14 e 40;
- Ditta EDWARDS LIFESCIENCE ITALIA lotti: 7, 35 e 49;
- Ditta TECNOHEALTH lotti: 24;
- Ditta GADA ITALIA lotti: 24, 61 e 62;
- Ditta B.BRAUN MILANO lotti: 36 e 37;
- Ditta BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES lotti: 45;
- Ditta ELEMED lotti: 48 e 85;
- Ditta ASPEN SANITAS lotti: 49;
- Ditta LEVI BIOTECH lotti: 52, 56, 65, 68 e 71;
- Ditta BECTON DICKINSON ITALIA lotti: 54 e 56;
- Ditta ASSUT EUROPE lotti: 55;
- Ditta ALSE MEDICA lotti: 55;
- Ditta MEDICAL DEVICE SRL lotti: 70 e 72;
- Ditta MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP lotti: 72;
- Ditta MED TRADE SRL lotti: 72;
- Ditta STARMED lotti: 85;
- Ditta BAXTER lotti: 85.

➤ le offerte non espressamente escluse all'esito della valutazione tecnica sono considerate ammesse alla successiva fase di valutazione economica;

VISTO

1. il D.Lgs 36/2023 "Codice dei Contratti pubblici";
2. il D.Lgs 209/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici";
3. il Regolamento Acquisti approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico del 08/05/2025.

Tutto quanto premesso, visto e considerato, il sottoscritto

DECIDE DI

- 1) **APPROVARE** il documento istruttorio relativo alla gara in oggetto, con il relativo **Allegato A**, che resterà depositato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato digitale (Protocollo aziendale n. 3479 del 09/04/2026), costituendone parte integrante e sostanziale;
- 2) **ESCLUDERE** le offerte formulate dai seguenti Operatori Economici per le motivazioni riportate nell'**Allegato A**:
 - Ditta GETINGE ITALIA SRL, lotti: 1 e 65;

- Ditta SORIN GROUP ITALIA, lotti : 1, 2, 3, 5, 8, 11, 16, 17, 24, 25, 39, 60, 61, 74 e 77;
- Ditta MEDICAL LUME, lotti: 2, 5 e 6;
- Ditta MEDTRONIC ITALIA SPA, lotti: 2, 5, 6, 7 e 86;
- Ditta TAU MEDICA, lotti: 8, 26, 32, 39, 72, 79 e 81;
- Ditta APTIVA MEDICAL lotti: 8, 12, 14 e 40;
- Ditta EDWARDS LIFESCIENCE ITALIA lotti: 7, 35 e 49;
- Ditta TECNOHEALTH lotti: 24;
- Ditta GADA ITALIA lotti: 24, 61 e 62;
- Ditta B.BRAUN MILANO lotti: 36 e 37;
- Ditta BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES lotti: 45;
- Ditta ELEMED lotti: 48 e 85;
- Ditta ASPEN SANITAS lotti: 49;
- Ditta LEVI BIOTECH lotti: 52, 56, 65, 68 e 71;
- Ditta BECTON DICKINSON ITALIA lotti: 54 e 56;
- Ditta ASSUT EUROPE lotti: 55;
- Ditta ALSE MEDICA lotti: 55;
- Ditta MEDICAL DEVICE SRL lotti: 70 e 72;
- Ditta MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP lotti: 72;
- Ditta MED TRADE SRL lotti: 72;
- Ditta STARMED lotti: 85;
- Ditta BAXTER lotti: 85.

- 3) DARE ATTO CHE** le offerte non espressamente escluse all'esito della valutazione tecnica sono considerate ammesse alla successiva fase di valutazione economica;
- 4) DISPORRE** la comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023 nei confronti delle ditte escluse dal prosieguo della gara la relativa;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Ing. Alessandro Di Bello

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Leonardo Esposito

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, SUDDIVISA IN 86 LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI E ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. PROPOSTA DI ESCLUSIONE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del 07/07/2025 (Prot. n. 8845) è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con modalità telematiche, tramite la piattaforma e-procurement denominata "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA", per l'affidamento della fornitura di "CND C0 - DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA" occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria ed è stato approvato il Disciplinare di gara che prevede, per alcuni lotti, quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- con Determinazione dell'Amministratore unico di Punto Zero Scarl del 29/10/2025 è stata nominata la commissione giudicatrice composta da professionisti esperti nella categoria merceologica oggetto della gara e precisamente:
 - Dott.ssa Romina Pantanella - Dirigente Medico Cardiocirurgia - Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità di Presidente;
 - Dott. Francesco Fioriello - Dirigente Medico Cardiocirurgia - Azienda Ospedaliera di Terni - in qualità di componente;
 - Dott. Emanuele Gnerucci - Perfusionista - Azienda Ospedaliera di Perugia - in qualità di componente.
- con prot. n. 3226 del 31/03/2026, la commissione giudicatrice ha trasmesso al RUP l'elenco delle offerte ritenute non idonee, con le motivazioni di ciascuna esclusione riportate nella comunicazione allegata al presente atto quale **Allegato A (Comunicazione esclusioni)**;

CONSIDERATO CHE:

- l'accesso alla fase economica è precluso ai concorrenti i cui prodotti siano stati ritenuti **non idonei** dalla Commissione Giudicatrice a seguito della valutazione delle offerte tecniche.

DATO ATTO CHE :

- le offerte presentate dai seguenti operatori economici non sono risultate idonee e pertanto, non accedono alla fase di valutazione delle offerte economiche, come meglio specificato nella comunicazione costituente l'**Allegato A**, alla quale si rimanda integralmente.
 - Ditta GETINGE ITALIA SRL, lotti: 1 e 65;
 - Ditta SORIN GROUP ITALIA, lotti : 1, 2, 3, 5, 8, 11,16, 17, 24, 25, 39, 60, 61, 74 e 77;
 - Ditta MEDICAL LUME, lotti: 2, 5 e 6;

- Ditta MEDTRONIC ITALIA SPA, lotti: 2, 5, 6, 7 e 86;
- Ditta TAU MEDICA, lotti: 8, 26, 32, 39, 72, 79 e 81;
- Ditta APTIVA MEDICAL lotti: 8, 12, 14 e 40;
- Ditta EDWARDS LIFESCIENCE ITALIA lotti: 7, 35 e 49;
- Ditta TECNOHEALTH lotti: 24;
- Ditta GADA ITALIA lotti: 24, 61 e 62;
- Ditta B.BRAUN MILANO lotti: 36 e 37;
- Ditta BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES lotti: 45;
- Ditta ELEMED lotti: 48 e 85;
- Ditta ASPEN SANITAS lotti: 49;
- Ditta LEVI BIOTECH lotti: 52, 56, 65, 68 e 71;
- Ditta BECTON DICKINSON ITALIA lotti: 54 e 56;
- Ditta ASSUT EUROPE lotti: 55;
- Ditta ALSE MEDICA lotti: 55;
- Ditta MEDICAL DEVICE SRL lotti: 70 e 72;
- Ditta MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP lotti: 72;
- Ditta MED TRADE SRL lotti: 72;
- Ditta STARMED lotti: 85;
- Ditta BAXTER lotti: 85.

- le offerte non espressamente escluse all'esito della valutazione tecnica sono considerate ammesse alla successiva fase di valutazione economica;

VISTO

- il D.Lgs 36/2023 "Codice dei Contratti pubblici";
- il D.Lgs 209/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici";
- il Regolamento Acquisti approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico del 08/05/2025.

In considerazione di quanto esposto nel presente documento istruttorio, si propone all'Amministratore Unico di PuntoZero S.c.a r.l. di adottare l'atto con il quale:

- 1) APPROVARE** il documento istruttorio relativo alla gara in oggetto, con il relativo **Allegato A**, che resterà depositato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato digitale (Protocollo aziendale), costituendone parte integrante e sostanziale;
- 2) ESCLUDERE** le offerte formulate dai seguenti Operatori Economici per le motivazioni riportate nell'**Allegato A**:
 - Ditta GETINGE ITALIA SRL, lotti: 1 e 65;
 - Ditta SORIN GROUP ITALIA, lotti : 1, 2, 3, 5, 8, 11,16, 17, 24, 25, 39, 60, 61, 74 e 77;
 - Ditta MEDICAL LUME, lotti: 2, 5 e 6;
 - Ditta MEDTRONIC ITALIA SPA, lotti: 2, 5, 6, 7 e 86;
 - Ditta TAU MEDICA, lotti: 8, 26, 32, 39, 72, 79 e 81;

- Ditta APTIVA MEDICAL lotti: 8, 12, 14 e 40;
- Ditta EDWARDS LIFESCIENCE ITALIA lotti: 7, 35 e 49;
- Ditta TECNOHEALTH lotti: 24;
- Ditta GADA ITALIA lotti: 24, 61 e 62;
- Ditta B.BRAUN MILANO lotti: 36 e 37;
- Ditta BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES lotti: 45;
- Ditta ELEMED lotti: 48 e 85;
- Ditta ASPEN SANITAS lotti: 49;
- Ditta LEVI BIOTECH lotti: 52, 56, 65, 68 e 71;
- Ditta BECTON DICKINSON ITALIA lotti: 54 e 56;
- Ditta ASSUT EUROPE lotti: 55;
- Ditta ALSE MEDICA lotti: 55;
- Ditta MEDICAL DEVICE SRL lotti: 70 e 72;
- Ditta MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP lotti: 72;
- Ditta MED TRADE SRL lotti: 72;
- Ditta STARMED lotti: 85;
- Ditta BAXTER lotti: 85.

3) DARE ATTO CHE le offerte non espressamente escluse all'esito della valutazione tecnica sono considerate ammesse alla successiva fase di valutazione economica;

4) DISPORRE la comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023 nei confronti delle ditte escluse dal prosieguo della gara la relativa ;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott.ssa Chiara Scardazza

IL COORDINATORE AREA DISPOSITIVI MEDICI

Dott.ssa Nicoletta Filistauri

IL DIRETTORE DELLA CENTRALE REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITÀ

Ing. Alessandro Di Bello

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, SUDDIVISA IN 86 LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI ED ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA" OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE ED DELLA REGIONE UMBRIA

La sottoscritta Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione dell'Amministratore Unico del giorno 29/10/2025 trasmette il seguente estratto del verbale di valutazione tecnica al fine di disporre i conseguenti atti di esclusione per le motivazioni appresso individuate:

LOTTO 1 - CANNULE ARTERIOSE PER CANNULAZIONE PERCUTANEA

- **GETINGE ITALIA SRL:** La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima "con kit di introduzione percutanea (che può offerto anche separatamente)", chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito. La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025673-26 del 06/02/2026. La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI031000-26 del 12/02/2026. Nel chiarimento la ditta segnala che la documentazione relativa al "kit di introduzione percutanea" è riscontrabile in un altro dei lotti ai quali la ditta ha partecipato, segnatamente il n. 79. La Commissione ai sensi del Disciplinare di gara che prevede l'allegazione per ogni lotto delle schede tecniche dei prodotti offerti, non può accogliere il chiarimento e dichiara l'offerta **NON IDONEA**. Pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **SORIN GROUP ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: la cannula offerta è in PVC e non in poliuretano, non è utilizzabile per la cannulazione femorale e non dispone delle misure richieste. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 2 - CANNULE ARTERIOSE

- **MEDICAL LUME:** La Commissione rileva l'assenza fra la documentazione allegata alla busta tecnica dell'all. 8 "Modello di offerta tecnica", richiesta a pena di esclusione dall'art. 16 del Disciplinare di gara, Pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.
- **SORIN GROUP ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone delle

misure richieste con riferimento alla lunghezza. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

- **MEDTRONIC ITALIA SPA:** La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima "introduttore con markers", chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito. La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025691-26 del 06/02/2026. La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI032721-26 del 16/02/2026. Nonostante i chiarimenti presentati, l'offerta originale **NON É IDONEA** in quanto la presenza dell' "introduttore con markers" non è riscontrabile dalla documentazione tecnica. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 3 - CANNULE ARTERIOSE RETTE

- **SORIN GROUP ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: dispone delle misure richieste, non ha una linea guida per tutta la lunghezza e il trattamento biocompatibile. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 4: CANNULA ARTERIOSA MININVASIVA

- **MEDTRONIC ITALIA:** La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima "da utilizzare nella cannulazione ascellare", chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito. La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025709-26 del 06/02/2026. La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI032727-26 del 16/02/2026. Nonostante i chiarimenti presentati, l'offerta originale **NON É IDONEA** in quanto la possibilità di uso con la cannulazione ascellare non è riscontrabile dalla documentazione tecnica. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 5 - CANNULE VENOSE DOPPIO STADIO

- **MEDICAL LUME:** La Commissione rileva l'assenza fra la documentazione allegata alla busta tecnica dell'all. 8 "Modello di offerta tecnica", richiesta a pena di esclusione dall'art. 16 del Disciplinare di gara, Pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.
- **SORIN GROUP ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone di una delle misure richieste. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 6 - CANNULE VENOSE PER CANNULAZIONE BICAVALE

- **MEDICAL LUME:** La Commissione rileva l'assenza fra la documentazione allegata alla busta tecnica dell'all. 8 "Modello di offerta tecnica", richiesta a pena di esclusione dall'art. 16 del Disciplinare di gara, Pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 7: CANNULE VENOSE SINGOLO STADIO

- **MEDICAL LUME :** La Commissione rileva l'assenza fra la documentazione allegata alla busta tecnica dell'all. 8 "Modello di offerta tecnica", richiesta a pena di esclusione dall'art. 16 del Disciplinare di gara, Pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 8: CATETERE PER ASPIRAZIONE VENTRICOLARE

- **TAU MEDICA**

La Commissione chiede alla Ditta l'invio della campionatura a corredo dell'offerta.

La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025804-26 del 06/02/2026.

La campionatura richiesta è pervenuta il giorno 16/02/2026 (prot.n. 1576) ed è stata immagazzinata presso la sede della Stazione Appaltante PuntoZero Scarl e messa a disposizione della Commissione. La Commissione rileva la mancanza del requisito di minima "*linea radiopaca per tutta la lunghezza*" Pertanto l'offerta originale **NON É IDONEA**. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

- **SORIN GROUP ITALIA GROUP ITALIA**

La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima "*linea radiopaca per tutta la lunghezza*", chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito.

La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025818-26 del 06/02/2026. La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI027867-26 del 09/02/2026 e ha dichiarato che la "caratteristica tecnica *linea radiopaca per tutta la lunghezza* non è una caratteristica del prodotto offerto". Pertanto l'offerta originale **NON É IDONEA**. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

- **MEDTRONIC ITALIA**

La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima "*linea radiopaca per tutta la lunghezza*", chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito. La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025744-26 del 06/02/2026. La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI032729-26 del 16/02/2026. Nonostante i chiarimenti presentati, l'offerta

originale **NON É IDONEA**, in quanto non è rilevabile la presenza della “linea radiopaca per tutta la lunghezza”, pertanto l’operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

- **APTIVA MEDICAL:** La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima “linea radiopaca per tutta la lunghezza”, chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l’esatta indicazione del requisito. La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025777-26 del 06/02/2026. La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI030466-26 del 11/02/2026 e ha dichiarato che la “il catetere per aspirazione ventricolare non include una linea radiopaca lungo tutta la sua lunghezza”. Pertanto l’offerta originale **NON É AMMESSA**. L’operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 9 - ASPIRATORI PER CAVITÀ PERICARDICA

- **DITTA MEDTRONIC ITALIA ITALIA**

La Commissione rileva che l’allegato n. 8 “Modello di offerta tecnica”, benché allegato, non risulta compilato come richiesto dal Disciplinare di gara. Pertanto l’offerta **NON E’ AMMESSA** e l’operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara

LOTTO 11 - ASPIRATORE DI CAMPO INTRACARDIACO

- **SORIN GROUP ITALIA GROUP ITALIA** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **15,13 punti**. Il concorrente, ai sensi della *lex specialis* di gara par. 19 “Criterio di aggiudicazione” è **ESCLUSO** dalla gara in quanto ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 su 70 punti. L’operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 12 - SET DISTRIBUZIONE CARDIOPLEGIA

- **APTIVA MEDICAL SRL:** La Commissione verifica che dalla scheda dalla scheda tecnica non si evincono le lunghezze delle singole gambe del dispositivo, tale requisito che non trova riscontro nella campionatura presentata a corredo dell’offerta. L’offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l’operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 14 - CANNULA CARDIOPLEGIA ANTEROGRADA

- **APTIVA MEDICAL:** La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima “tip radiopaco”, chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l’esatta indicazione del requisito.

La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025861-26 del 06/02/2025.

La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI030472-26 del 11/02/2026 e ha comunicato che la “cannula per cardioplegia anterograda non include una punta radiopaca”. Pertanto

l'offerta originale **NON É IDONEA**. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 15 - CANNULE PER OSTI CORONARICI

- **MEDTRONIC ITALIA ITALIA:** La Commissione rileva che l'allegato n. 8 "Modello di offerta tecnica", benché allegato, non risulta compilato come richiesto dal Disciplinare di gara. Pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 16 - KIT PER RETRO PERFUSIONE CEREBRALE

- **SORIN GROUP ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone delle misure richieste e della siringa. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.
- **MEDTRONIC ITALIA ITALIA:** La Commissione rileva che l'allegato n. 8 "Modello di offerta tecnica", benché allegato, non risulta compilato come richiesto dal Disciplinare di gara. Pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 17 - CANNULA PER CARDIOPLEGIA RETROGRADA

- **EDWARDS LIFESCIENCE ITALIA**

La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima *"rinforzato da una spirale metallica"*, chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito.

La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025892-26 del 06/02/2026. La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI028591-26 del 10/02/2026 e ha dichiarato che il dispositivo offerto "non è in possesso di una spirale metallica come richiesto da capitolato". Pertanto l'offerta originale **NON É IDONEA**. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

- **SORIN GROUP ITALIA**

La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima *"rinforzato da una spirale metallica"*, chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito. La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025875-26 del 06/02/2026.

La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI027874-26 del 09/02/2026 e ha dichiarato che la "caratteristica tecnica *rinforzato da una spirale metallica* non è una caratteristica del prodotto offerto". Pertanto l'offerta originale **NON É IDONEA**. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

- **MEDTRONIC ITALIA**

La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima *“presenza di un palloncino nella parte terminale texturizzato per incrementare la tenuta”*, chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito per le misure richieste dal Capitolato Tecnico. La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025925-26 del 06/02/2026. La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI032733-26 del 16/02/2026.

Nonostante i chiarimenti presentati, l'offerta originale **NON É IDONEA**, in quanto per la misura da 13 Fr offerta, rientrante nel range richiesto, non dispone del palloncino texturizzato.

L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 24 - OSSIGENATORE PER CEC PER ADULTI

- **TECNOHEALTH** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: il *“volume minimo operativo di 200 ml”* è di 300 ml, *“Possibilità di ruotare il connettore da ½ di pollice del ritorno venoso e dei moduli per la connessione degli aspiratori”*, non ruotano i moduli. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.
- **GADA ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: *“Possibilità di ruotare il connettore da ½ di pollice del ritorno venoso e dei moduli per la connessione degli aspiratori”*, non ruotano i moduli. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.
- **SORIN GROUP ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: *“Volume statico di riempimento circa 260 ml (tolleranza +/- 10%)”*; la ditta offre un volume statico di riempimento (modulo ossigenante + scambiatore di calore + filtro arteriale integrato) pari a 366 ml. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 25 - OSSIGENATORE PER CEC PER PICCOLI ADULTI

- **SORIN GROUP ITALIA SRL:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione. In particolare: *“5 L, con volume di priming non superiore ai 175 ml (in presenza di filtro arterioso integrato priming non superiore a 295 ml) e valori della pressure drop non superiori a 10mmHg/L per ogni litro di portata”*; *“Presenza di valvola autoventante sul lato venoso del modulo ossigenante e connettore addizionale, con*

valvola unidirezionale, per il collegamento diretto di un emoconcentratore" e "Reservoir venoso con capacità non superiore a 4200 ml.".. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 26 - KIT PER INFUSIONE CARDIOPLEGICA

- **TAU MEDICA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: *"con trappola per bolle dotata di schermo filtrante da 105 micron (circa) che permettano di convogliare l'aria verso l'alto e successivamente evacuarla attraverso una membrana idrofoba ed una valvola unidirezionale"* non si rileva la presenza della valvola unidirezionale; *"grado di filtrazione schermo: 105 micron"* la ditta offre 200 micron. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 32 - KIT PER IL DRENAGGIO VENOSO ASSISTITO CON VUOTO

- **TAU MEDICA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti, in particolare la presenza del *separatori di umidità* come richiesto dal Capitolato di gara. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 35 - CATETERE DI SWAN GANZ FIBRE OTTICHE

- **EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti, in particolare l'assenza di n. 7 lumi come richiesto dal Capitolato di gara, l'O.E. dichiara infatti n. 6 lumi, elemento riscontrabile anche dalla campionatura presentata. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara

LOTTO 36 - CATETERE SWAN GANZ TERMODILUIZIONE

- **B.BRAUN MILANO:** La Commissione rileva l'assenza fra la documentazione allegata alla busta tecnica dell'all. 8 "Modello di offerta tecnica", richiesta a pena di esclusione dall'art. 16 del Disciplinare di gara, Pertanto l'offerta è **NON AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 37 - INTRODUTTORI PER SWANN GANZ

- **B.BRAUN MILANO:** La Commissione rileva che l'operatore ha inserito l'allegato 10 "Dettaglio offerta economica" all'interno della busta tecnica precisando che sono visibili tutti i prezzi di

riferimento, contravvenendo la normativa di gara di cui al par. 16 del Disciplinare di gara, Pertanto l'offerta è **NON AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 39 - CANNULA PERCUTANEA VENOSA MULTISTADIO CON KIT DI INSERZIONE PER MININVASIVA

- **TAU MEDICA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone del marker sull'introduttore. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.
- **SORIN GROUP ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: la cannula proposta è in PVC e non in poliuretano. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 40 - AGO CARDIOPLEGIA ANTEROGRADA PER INTERVENTI DI MININVASIVA

- **APTIVA MEDICAL:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone della lunghezza di *"almeno 30 cm"* che è di 28 cm. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 45 - CAUTERIO ALTA TEMPERATURA

- **BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: *"autoalimentato con temperatura di lavoro 1200°C"*, mentre offrono una la temperatura di lavoro pari a 1150° C; e *"la lunghezza 125 mm e 75 mm"* mentre l'offerta è di 127 mm e 50 mm. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 48 - COLLA CHIRURGICA SIGILLANTE EMOSTATICO

- **ELEMED:** La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima *"sigillante"* chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito. La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI26102-26 del 06/02/2026.

La ditta ha risposto alla Stazione Appaltante tramite PEC, assunta a protocollo con il numero 1741 in data 19/02/2026. Tale comunicazione, tuttavia, è stata trasmessa oltre il termine di 10 giorni stabilito, in contrasto con quanto prescritto dalla *lex specialis* di gara (paragrafi 14 e 16). Inoltre, la

ditta non ha utilizzato la piattaforma S.Tel.La come canale di comunicazione, contravvenendo alle indicazioni della documentazione di gara (paragrafo 2.2).

La comunicazione, essendo pervenuta in ritardo non può essere accolta e valutata dalla Commissione che, alla luce della documentazione originaria depositata nell'offerta tecnica, ha ritenuto che quanto descritto non sia esaustivo al fine di riconoscere l'idoneità tecnica del prodotto offerto, pertanto l'offerta è **NON IDONEA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 49 - MORSETTO BULLDOG

- **ASPEN SANITAS:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di 44,40. Il concorrente, ai sensi della lex specialis di gara par. 19 "Criterio di aggiudicazione" è **ESCLUSO** dalla gara in quanto ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 su 70 punti. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.
- **EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA:** La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima "angolati a 45°" chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito. La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025993-26 del 06/02/2026.

La ditta ha risposto nei termini con comunicazione Registro di Sistema PI030135-26 del 11/02/2026. Nonostante i chiarimenti presentati, l'offerta originale **NON É IDONEA** in quanto nella risposta la ditta dichiara quanto segue: "pur non presentando un'angolazione fissa pari a 45°, sono progettati con una geometria e una configurazione tali da assicurare un orientamento equivalente, garantendo le medesime prestazioni operative e funzionali richieste". L'equivalenza funzionale dichiarata nella risposta non può essere valutata in quanto integrativa rispetto all'offerta originale. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 52 - SOFFIATORE NEBULIZZATORE DI CO2 PER CAMPO OPERATORIO

- **LEVI BIOTECH:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare la misura del filtro in linea è di 0,45µm e non di 0,2 micron come richiesto. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 54 - PATCH IN PTFE FELT

- **BECTON DICKINSON ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: assente il requisito "pretagliato"; dal campione si evince anche che il patch è integro e non pre tagliato come confermato

dal chiarimento. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 55 - PATCH IN POLIESTERE

- **ASSUT EUROPE:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: *"Tessuto sottile di maglia in poliestere"; "resistente allo sfilacciamento in corrispondenza dei bordi tagliati", "Privo di reazioni infiammatorie", "non modificabile per via enzimatica"*. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.
- **ALSE MEDICA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: in merito al requisito *"Privo di reazioni infiammatorie"* è stato riscontrato dalla documentazione che può provocare febbre. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 56 - PLEDGET PRETAGLIATO PTFE SOFFICE

- **BECTON DICKINSON ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone della *"Misura: 9 X 4,5 X 1,6"* ma offre 9,5 X 4,8 X 1,65. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.
- **LEVI BIOTECH:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone della *"Misura: 9 X 4,5 X 1,6"* ma offre 9 x 5 x 1. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 60 - KIT TOURNIQUET IN SILICONE

- **MEDTRONIC ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: il tubo è in plastica e non in silicone, non dispongono della misura 15 FR richiesta. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.
- **SORIN GROUP ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: il tubo è in PVC e non in silicone, non dispongono della misura 15 FR richiesta. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 61 - KIT TOURNIQUET IN SILICONE - 6 TUBI

- **MEDTRONIC ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: offre il dispositivo in plastica e non in silicone come richiesto. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.
- **SORIN GROUP ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: i tubi offerti sono in PVC, e rispetto al requisito "4 tubi FR 15" nel prodotto offerto il diametro interno è: 9 Fr circa, e diametro esterno: 12 Fr circa. Per il requisito "2 tubi Fr 15, lunghezza 25 cm (Tolleranza sulle misure +/- 10%)" nel prodotto offerto il diametro interno è: 9 Fr circa, e diametro esterno: 12 Fr circa. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.
- **GADA ITALIA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente IDONEO e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **40,20 punti**. Il concorrente, ai sensi della *lex specialis* di gara par. 19 "Criterio di aggiudicazione" è **ESCLUSO** dalla gara in quanto ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 su 70 punti. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 62 - KIT TOURNIQUET IN SILICONE - 3 TUBI

- **MEDTRONIC ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: offre il dispositivo in plastica e non in silicone come richiesto. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.
- **GADA ITALIA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente IDONEO e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **40,20 punti**. Il concorrente, ai sensi della *lex specialis* di gara par. 19 "Criterio di aggiudicazione" è **ESCLUSO** dalla gara in quanto ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 su 70 punti. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 65 - KIT PER STABILIZZATORE CARDIACO

- **GETINGE ITALIA SRL:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: il braccio snodabile non è rivestito da una membrana in silicone. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **LEVI BIOTECH SRL:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: il braccio snodabile non è

rivestito da una membrana in silicone. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 68 - CORDE TENDINEE IN PTFE PRECONFEZIONATE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE VALVOLA MITRALE

- **LEVI BIOTECH SRL:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: le corde sono in politetrafluoroetilene (PTFE), non espanso, e presenta un solo pledget pre-caricato nella sutura. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 70 - SET PROCEDURALE MONOUSO STERILE PER INTERVENTO DI CARDIOCHIRURGIA E GARZE LAPAROTOMICHE

- **MEDICAL DEVICE SRL:** La Commissione rileva l'assenza fra la documentazione allegata alla busta tecnica della "Relazione tecnico illustrativa", richiesta a pena di esclusione dall'art. 16 del Disciplinare di gara, Pertanto l'offerta è **NON AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 71 - ORGANIZZATORI PER SUTURA

- **LEVI BIOTECH SRL:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone di varie misure ma di un'unica misura con 8 postazioni per sutura. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 72 - KIT MONOUSO IN TNT

- **MEDICAL DEVICE SRL:** La Commissione rileva l'assenza fra la documentazione allegata alla busta tecnica della "Relazione tecnico illustrativa", richiesta a pena di esclusione dall'art. 16 del Disciplinare di gara, Pertanto l'offerta è **NON AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.
- **MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone di "*passacavi integrati*". L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.
- **MED TRADE SRL:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla

valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **41,40 punti**. Il concorrente, ai sensi della *lex specialis* di gara par. 19 "Criterio di aggiudicazione" è **ESCLUSO** dalla gara in quanto ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 su 70 punti. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

- **TAU MEDICA SRL:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **40,73 punti**. Il concorrente, ai sensi della *lex specialis* di gara par. 19 "Criterio di aggiudicazione" è **ESCLUSO** dalla gara in quanto ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 su 70 punti. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 74 - CONNETTORI

- **SORIN GROUP ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone della misura richiesta $\frac{3}{8}$ - LL. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 77 - SISTEMA MONITORAGGIO IN LINEA PER CEC IN NOLEGGIO E PROBE PER LA RILEVAZIONE DEI PARAMETRI EMOGASANALITICI ED EMODINAMICI IN CONTINUO

- **SORIN GROUP ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone lettura diretta del flusso di perfusione. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 78 - MACCHINA ECMO

- **MEDTRONIC ITALIA ITALIA:** La Commissione rileva che l'allegato n. 8 "Modello di offerta tecnica", benché allegato, non risulta compilato come richiesto dal Disciplinare di gara. Pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 79 - CANNULE PER ECMO

- **MEDTRONIC ITALIA SPA** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: presenta solo una lunghezza da 180 mm per il kit d'introduzione. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

- **TAU MEDICA** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: presenta solo la lunghezza da 80 mm e da 180 mm per il kit d'introduzione.. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 81- CANNULINE SELETTIVE PER INFUSIONE CARDIOPLEGICA

- **TAU MEDICA SRL:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non sono cannule per cardioplegia selettiva e non hanno il palloncino richiesto. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 84 - CANNULA VENOSA PERCUTANEA

- **MEDTRONIC ITALIA SPA:** La Commissione rileva che l'allegato n. 8 "Modello di offerta tecnica", benché allegato, non risulta compilato come richiesto dal Disciplinare di gara. Pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 85- SIGILLANTE EMOSTATICO

- **ELEMED:** La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima "sigillante" chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito. La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI026026-26 del 06/02/2026. La ditta ha risposto alla Stazione Appaltante tramite due note PEC, assunte a protocollo con il numero 1743 del 19/02/2026, e numero 1836 del 23/02/2026. Tale comunicazione, tuttavia, è stata trasmessa oltre il termine di 10 giorni stabilito, in contrasto con quanto prescritto dalla lex specialis di gara (paragrafi 14 e 16). Inoltre, la ditta non ha utilizzato la piattaforma S.Tel.La come canale di comunicazione, contravvenendo alle indicazioni della documentazione di gara (paragrafo 2.2). La comunicazione, ed essendo pervenuta in ritardo non può essere accolta e valutata dalla Commissione che, alla luce della documentazione originaria depositata nell'offerta tecnica, ha ritenuto che quanto descritto non sia esaustivo al fine di procedere a riconoscere l'idoneità tecnica del prodotto offerto, pertanto l'offerta è **NON IDONEA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive.
- **STARMED:** La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima "sigillante". chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito. La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI026015-26 del 06/02/2026. La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI027162-26 del 09/02/2026. Nonostante i chiarimenti presentati, l'offerta originale **NON È IDONEA** in quanto l'operatore economico non ha saputo evidenziare la capacità "sigillante" del

dispositivo offerto fra i documenti presentati in sede di offerta. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

- **BAXTER:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in quanto non ha le misure richieste, non è un sigillante emostatico sintetico e non è pronta all'uso. Pertanto l'offerta è **NON IDONEA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

LOTTO 86 - CANNULE VENOSE PROFILO PIATTO


- **MEDICAL LUME:** La Commissione rileva l'assenza fra la documentazione allegata alla busta tecnica dell'all. 8 "Modello di offerta tecnica", richiesta a pena di esclusione dall'art. 16 del Disciplinare di gara, Pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

31/03/2026

Dott.ssa ROMINA PANTANELLA - Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Presidente



Dr. FRANCESCO FIORIELLO - Azienda Ospedaliera di Terni, in qualità di componente e segretario verbalizzante



Dr. EMANUELE GNERUCCI - Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di componente

