

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, SUDDIVISA IN 86 LOTTI, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI ED ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA" OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE ED DELLA REGIONE UMBRIA

VERBALE N. 2

Premesso che

- con Determinazione del 07/07/2025 è stata indetta la "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023, in forma centralizzata, suddivisa in 86 lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni ed accordi quadro per la fornitura di Dispositivi per Cardiocirurgia occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Umbria";
- il termine per proporre chiarimenti è scaduto in data 08/08/2025 ore 12:00 e le relative risposte sono state pubblicate entro il termine previsto dal disciplinare di gara;
- in data 15/10/2025 ore 16:00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte, comprendente anche le campionature quali parti integranti dell'offerta medesima.
- per la valutazione della procedura si è fatto ricorso all'istituto dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs 36/2023 come illustrato nella *lex specialis*;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico del giorno 29/10/2025 è stata nominata la Commissione giudicatrice composta come segue:
 - o Dott.ssa Romina Pantanella - Dirigente Medico Cardiocirurgia - Azienda Ospedaliera di Perugia - in qualità di Presidente ;
 - o Dott. Francesco Fioriello - Dirigente Medico Cardiocirurgia - Azienda Ospedaliera di Terni - in qualità di componente;
 - o Dott. Emanuele Gnerucci - Perfusionista - Azienda Ospedaliera di Perugia - in qualità di componente;

Il Rup dà atto che per i seguenti lotti non sono pervenute offerte, pertanto vengono dichiarati DESERTI.

- LOTTO 27 - CAMPANA PER POMPA CENTRIFUGA
- LOTTO 38 - CATETERE TRANSURETRALE PER MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA CORPOREA

PuntoZero S.c.a r.l.

SEDE LEGALE

Via G.B. Pontani, 39 - 06128 Perugia
C.F. - P.IVA - Reg. Imp. 02915750547
REA C.C.I.A.A. 250357
Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v.

Tel. 075.50271
Fax 075.5003402
puntozeroscarl@pec.it
www.puntozeroscarl.it

- LOTTO 42 - DISPOSITIVI MONOUSO DI ANCORAGGIO CANNULE ECMO O DRENAGGI CHIRURGICI, VARIE MISURE
- LOTTO 43 - SUPPORTO PIEGHEVOLE PER STABILIZZAZIONE DEL BRACCIO NEL MONITORAGGIO ARTERIOSO CRUENTO CONTINUO
- LOTTO 47 - COLLA CHIRURGICA A BASE DI GELATINA E RESORCINOLO - KIT COMPLETO
- LOTTO 80 - SISTEMA PER LA RIPERFUSIONE DEGLI ARTI PER ECMO PERIFERICO IN EMERGENZA

TANTO PREMESSO

Si dà atto che nelle date 12/11/2025, 27/11/2025, 02/12/2025, 09/12/2025, 23/12/2025, 09/01/2026, 16/01/2026, 19/01/2026, 28/01/2026, 06/02/2026, 11/02/2026, 26/02/2026, 13/03/2026, 31/03/2026, si è riunita la Commissione Giudicatrice come sopra composta, regolarmente costituita alla presenza dei componenti e che le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite in capo al Dott. Francesco Fioriello.

La Commissione giudicatrice verifica e dà atto della integrità delle campionature pervenute e del loro imballaggio destinando la loro conservazione presso i locali degli uffici di PuntoZero Scarl in armadiatura chiusa a chiave.

Ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 36/2023, la procedura si svolge mediante piattaforma di e-procurement "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA" che assicura la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

La Commissione ha disposto l'apertura della sezione tecnica dei lotti **da valutare al prezzo più basso** procedendo a verificare il deposito telematico della documentazione inviata dai concorrenti.

Vengono preliminarmente esaminati i documenti richiesti a pena di esclusione ai sensi dell'art.16 del Disciplinare di gara:

- Modello di offerta tecnica (all. 8);
- Schede tecniche dei prodotti;

La Commissione procede alla lettura della documentazione di gara e, in particolare, del Capitolato Tecnico degli allegati e delle risposte formulate alle richieste di chiarimenti pervenute.

Considerato che per la valutazione della procedura si è fatto ricorso all'istituto dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 D.lgs 36/2023 come illustrato nella lex specialis è stato dato



un giudizio di idoneità tecnica del concorrente primo in graduatoria per ciascun lotto, come da verbale n. 1 del 12/11/2025.

La Commissione procede con l'analisi dei lotti di cui si allegano al verbale le griglie di valutazione per costituirne parte essenziale. Le campionature vengono di volta in volta aperte in occasione della valutazione tecnica per ogni lotto per la verifica dell'idoneità tecnica (corrispondenza alle caratteristiche minime coerentemente alla *lex specialis*).

Di seguito viene riportato l'esito delle operazioni svolte, per le ditte esaminate.

LOTTO 10: ASPIRATORE DI CAMPO DEDICATO

- **1° classificato - APTIVA MEDICAL SRL**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 12: SET DISTRIBUZIONE CARDIOPLEGIA

- **1° classificato - APTIVA MEDICAL SRL**

La Commissione verifica che dalla scheda tecnica non si evincono le lunghezze delle singole gambe del dispositivo, tale requisito che non trova riscontro nella campionatura presentata a corredo dell'offerta. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

La Commissione procede pertanto all'analisi dell'offerta del concorrente classificatosi secondo.

- **2° classificato - SORIN GROUP ITALIA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 13 - STRAIGHT ADAPTOR ¼ LL

- **1° classificato - TAU MEDICA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**. Per quanto riguarda la seguente caratteristica "[...] pvc" pur in presenza di una soluzione tecnica diversa rispetto a quella prevista dalla *lex specialis*, la Commissione ritiene che il prodotto offerto garantisca il



soddisfacimento dei requisiti richiesti in termini funzionali e prestazionali equivalenti, sulla base della documentazione tecnica prodotta e delle evidenze emerse dall'esame del campione.

LOTTO 18 - KIT PER INSERZIONE PERCUTANEA ARTERIOSA

- **1° classificato - MEDTRONIC ITALIA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 19 - KIT PER INSERZIONE PERCUTANEA VENOSA

- **1° classificato - MEDTRONIC ITALIA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 25 - OSSIGENATORE PER CEC PER PICCOLI ADULTI

- **1° classificato - SORIN GROUP ITALIA**

La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione. In particolare: *"5 L, con volume di priming non superiore ai 175 ml (in presenza di filtro arterioso integrato priming non superiore a 295 ml) e valori della pressure drop non superiori a 10mmHg/L per ogni litro di portata"; "Presenza di valvola autoventante sul lato venoso del modulo ossigenante e connettore addizionale, con valvola unidirezionale, per il collegamento diretto di un emoconcentratore" e "Reservoir venoso con capacità non superiore a 4200 ml."*. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 28 - EMOFILTRO

- **1° classificato - SORIN GROUP ITALIA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.



LOTTO 29 - CIRCUITO PER INFUSIONE CARDIOPLEGICA PER CUSTODIOL

- **1° classificato - ARTECH**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 30 - CIRCUITO PER CARDIOPLEGIA FREDDA DEL NIDO

- **1° classificato - SORIN GROUP ITALIA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 31 - TRAPPOLA PER BOLLE PER CEC ADULTI

- **1° classificato - SORIN GROUP ITALIA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 32 - KIT PER IL DRENAGGIO VENOSO ASSISTITO CON VUOTO

- **1° classificato - TAU MEDICA**

La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti, in particolare la presenza del *separatore di umidità* come richiesto dal Capitolato di gara. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara.

Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

La Commissione procede pertanto all'analisi dell'offerta del concorrente classificatosi secondo.

- **2° classificato - SORIN GROUP ITALIA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 33 - RACCORDO KAZUI

- **1° classificato - SORIN GROUP ITALIA**



La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 34 - CATETERE ARTERIOSO PER TECNICA SELDINGER

- **1° classificato - Vygon Italia**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 35 - CATETERE DI SWAN GANZ FIBRE OTTICHE

- **1° classificato - Edwards Italia**

La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti, in particolare l'assenza di n. 7 lumi come richiesto dal Capitolato di gara, l'O.E. dichiara infatti n. 6 lumi, elemento riscontrabile anche dalla campionatura presentata. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara

LOTTO 41 - ADATTATORE PER CARDIOPLEGIA IN MININVASIVA

- **1° classificato - Aptiva**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 46 - COLLA CHIRURGICA A BASE DI ALBUMINA SERICA BOVINA - KIT COMPLETO

- **1° classificato - Surgiline**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 48 - COLLA CHIRURGICA SIGILLANTE EMOSTATICO

- **1° classificato - Elemed**



La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima "sigillante" chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito. La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI26102-26 del 06/02/2026.

La ditta ha risposto alla Stazione Appaltante tramite PEC, assunta a protocollo con il numero 1741 in data 19/02/2026. Tale comunicazione, tuttavia, è stata trasmessa oltre il termine di 10 giorni stabilito, in contrasto con quanto prescritto dalla *lex specialis* di gara (paragrafi 14 e 16). Inoltre, la ditta non ha utilizzato la piattaforma S.Tel.La come canale di comunicazione, contravvenendo alle indicazioni della documentazione di gara (paragrafo 2.2).

La comunicazione, essendo pervenuta in ritardo non può essere accolta e valutata dalla Commissione che, alla luce della documentazione originaria depositata nell'offerta tecnica, ha ritenuto che quanto descritto non sia esaustivo al fine di riconoscere l'idoneità tecnica del prodotto offerto, pertanto l'offerta è **NON IDONEA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

La Commissione procede pertanto all'analisi dell'offerta del concorrente classificatosi secondo.

- **2° classificato - SEROM MEDICAL TECHNOLOGY** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 50 - MICRO LAMA PER ARTERIA CORONARICA

- **1° classificato - Tau Medica**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 51 - MICRO LANCIA PER ARTERIA CORONARICA

- **1° classificato - Tau Medica**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 52 - SOFFIATORE NEBULIZZATORE DI CO2 PER CAMPO OPERATORIO

- **1° classificato - Levi Biotech srl**



La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare la misura del filtro in linea è di 0,45 µm e non di 0,2 micron come richiesto. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

La Commissione, dovendo procedere a valutare l'offerta del secondo classificato rileva, ai sensi del verbale n. 1 del 12/11/2025 che le ditte Medtronic Italia spa e Tau Medica srl hanno formulato un'offerta con il medesimo prezzo complessivo. Pertanto ai sensi del Disciplinare di gara, par. 22 "Valutazione delle offerte tecniche ed economiche" la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di un'offerta migliorativa sul prezzo. Sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato la migliore offerta economica.

LOTTO 58 - NASTRO IN POLIESTERE CON AGO

- **1° classificato - Assut Europe**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 59 - KIT TOURNIQUET IN SILICONE

- **1° classificato - Olinto Martelli**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 60 - KIT TOURNIQUET IN SILICONE

- **1° classificato - Medtronic**

La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: il tubo è in plastica e non in silicone, non dispongono della misura 15 FR richiesta. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

La Commissione procede pertanto all'analisi dell'offerta del concorrente classificatosi secondo.



- **2° classificato - Sorin Group Italia**

La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: il tubo è in PVC e non in silicone, non dispongono della misura 15 FR richiesta. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

La Commissione procede pertanto all'analisi dell'offerta del concorrente classificatosi terzo.

- **3° classificato - Olinto Martelli**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 63 - TUBO DRENAGGIO TORACICO RETTO/ANGOLATO IN PVC

- **1° classificato - Tau Medica**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 64 - TUBO DRENAGGIO CAVO MEDIASTINICO E PLEURICO SILICONICO

- **1° classificato - OLINTO MARTELLI**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 73 - DIVARICATORE PER LEMBI VALVOLARI

- **1° classificato - STARMED**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 75 - SPEZZONE DI TUBO E TUBO

- **1° classificato - TAU MEDICA**



La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

LOTTO 76 - FILTRO PER MICROAGGREGATI

- **1° classificato - TAU MEDICA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto, lo dichiara tecnicamente **IDONEO**.

La Commissione ha disposto l'apertura della sezione tecnica procedendo a verificare il deposito telematico della documentazione inviata dai concorrenti per la valutazione dei lotti da **valutare con miglior rapporto qualità prezzo**.

Vengono preliminarmente esaminati i documenti richiesti a pena di esclusione ai sensi dell'art. 16 del Disciplinare di gara:

- Modello di offerta tecnica (all. 8);
- Schede tecniche dei prodotti;
- Relazione tecnico - descrittiva

La Commissione procede alla lettura della documentazione di gara e, in particolare, del Capitolato Tecnico e delle risposte formulate alle richieste di chiarimenti pervenute nonché alla lettura del Disciplinare di gara ed in particolare del paragrafo 19.1 e 19.2 che reca i "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" e "Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica".

La Commissione procede con l'analisi dei lotti che saranno aggiudicati con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui si allegano al verbale le griglie di valutazione tecnica con i punteggi parziali per singolo criterio di valutazione, per costituirne parte essenziale.

Le campionature vengono di volta in volta aperte in occasione della valutazione tecnica per ogni lotto, sia per la verifica dell'idoneità tecnica (corrispondenza alle caratteristiche minime coerentemente alla *lex specialis*) e che una migliore valutazione qualitativa.

Di seguito viene riportato l'esito delle operazioni svolte, per le ditte esaminate.



LOTTO 1: CANNULE ARTERIOSE FEMORALI

- **GETINGE ITALIA SRL**

La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima *“con kit di introduzione percutanea (che può offerto anche separatamente)”*, chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito.

La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025673-26 del 06/02/2026.

La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI031000-26 del 12/02/2026.

Nel chiarimento la ditta segnala che la documentazione relativa al “kit di introduzione percutanea” è riscontrabile in un altro dei lotti ai quali la ditta ha partecipato, segnatamente il n. 79. La Commissione ai sensi del Disciplinare di gara che prevede l'allegazione per ogni lotto delle schede tecniche dei prodotti offerti, non può accogliere il chiarimento e dichiara l'offerta **NON IDONEA**. Pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

- **MEDTRONIC ITALIA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **68,00 punti**.

- **SORIN GROUP ITALIA**

La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: la cannula offerta è in PVC e non in poliuretano, non è utilizzabile per la cannulazione femorale e non dispone delle misure richieste. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 2: CANNULA ARTERIOSA

- **MEDTRONIC ITALIA**

La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima *“introdotto con markers”*, chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito.

La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025691-26 del 06/02/2026.

La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI032721-26 del 16/02/2026.



Nonostante i chiarimenti presentati, l'offerta originale **NON É AMMESSA** in quanto la presenza dell' "introduttore con markers" non è riscontrabile dalla documentazione tecnica. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

- **MEDICAL LUME**

La Commissione rileva l'assenza fra la documentazione allegata alla busta tecnica dell'all. 8 "Modello di offerta tecnica", richiesta a pena di esclusione dall'art. 16 del Disciplinare di gara. Pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

- **SORIN GROUP ITALIA**

La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone delle misure richieste con riferimento alla lunghezza. Pertanto l'offerta è **NON IDONEA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 3: CANNULE ARTERIOSE RETTE

- **MEDTRONIC ITALIA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **68,00 punti**.

- **SORIN GROUP ITALIA**

La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: dispone delle misure richieste, non ha una linea guida per tutta la lunghezza e il trattamento biocompatibile. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 4: CANNULA ARTERIOSA MININVASIVA

- **EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **68,00 punti**.

- **MEDTRONIC ITALIA**



La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima *“da utilizzare nella cannulazione ascellare”*, chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito.

La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025709-26 del 06/02/2026.

La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI032727-26 del 16/02/2026. Nonostante i chiarimenti presentati, l'offerta originale **NON É IDONEA**, in quanto la possibilità di uso con la cannulazione ascellare non è riscontrabile dalla documentazione tecnica. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 5: CANNULE VENOSE DOPPIO STADIO

- **MEDICAL LUME**

La Commissione rileva l'assenza fra la documentazione allegata alla busta tecnica dell'all. 8 “Modello di offerta tecnica”, richiesta a pena di esclusione dall'art. 16 del Disciplinare di gara, Pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

- **SORIN GROUP ITALIA**

La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone di una delle misure richieste. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

- **MEDTRONIC ITALIA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **68,00 punti**.

LOTTO 6: CANNULE VENOSE PER CANNULAZIONE BICAVALE

- **MEDICAL LUME**

La Commissione rileva l'assenza fra la documentazione allegata alla busta tecnica dell'all. 8 “Modello di offerta tecnica”, richiesta a pena di esclusione dall'art. 16 del Disciplinare di gara, Pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi

provvedimenti.

- **MEDTRONIC ITALIA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **68,00 punti**.

- **SORIN GROUP ITALIA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **60,80 punti**.

LOTTO 7: CANNULE VENOSE SINGOLO STADIO

- **MEDTRONIC ITALIA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **68,00 punti**.

- **TAU MEDICA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO**. Per quanto riguarda la seguente caratteristica "[...] pvc" pur in presenza di una soluzione tecnica diversa rispetto a quella prevista dalla lex specialis, la Commissione ritiene che il prodotto offerto garantisca il soddisfacimento dei requisiti richiesti in termini funzionali e prestazionali equivalenti, sulla base della documentazione tecnica prodotta e delle evidenze emerse dall'esame del campione. La Commissione procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **56,09 punti**.

- **MEDICAL LUME**

La Commissione rileva l'assenza fra la documentazione allegata alla busta tecnica dell'all. 8 "Modello di offerta tecnica", richiesta a pena di esclusione dall'art. 16 del Disciplinare di gara, Pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 8: CATETERE PER ASPIRAZIONE VENTRICOLARE

- **TAU MEDICA**

La Commissione chiede alla Ditta l'invio della campionatura a corredo dell'offerta.

La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema



PI025804-26 del 06/02/2026.

La campionatura richiesta è pervenuta il giorno 16/02/2026 (prot.n. 1576) ed è stata immagazzinata presso la sede della Stazione Appaltante PuntoZero Scarl e messa a disposizione della Commissione. La Commissione rileva la mancanza del requisito di minima *“linea radiopaca per tutta la lunghezza”* Pertanto l'offerta originale **NON É IDONEA**. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

- **SORIN GROUP ITALIA GROUP ITALIA**

La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima *“linea radiopaca per tutta la lunghezza”*, chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito.

La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025818-26 del 06/02/2026.

La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI027867-26 del 09/02/2026 e ha dichiarato che la *“caratteristica tecnica linea radiopaca per tutta la lunghezza non è una caratteristica del prodotto offerto”*.

Pertanto l'offerta originale **NON É IDONEA**. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti

- **MEDTRONIC ITALIA**

La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima *“linea radiopaca per tutta la lunghezza”*, chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito.

La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025744-26 del 06/02/2026. La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI032729-26 del 16/02/2026. Nonostante i chiarimenti presentati, l'offerta originale **NON É IDONEA**, in quanto non è rilevabile la presenza della *“linea radiopaca per tutta la lunghezza”*, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti

- **APTIVA MEDICAL**

La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima *“linea radiopaca per tutta la lunghezza”*, chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito.

La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025777-26 del 06/02/2026.



La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI030466-26 del 11/02/2026 e ha dichiarato che la "il catetere per aspirazione ventricolare non include una linea radiopaca lungo tutta la sua lunghezza". Pertanto l'offerta originale **NON É AMMESSA**. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti

LOTTO 9: ASPIRATORI PER CAVITÀ PERICARDICA

- **MEDTRONIC ITALIA ITALIA**

La Commissione rileva che l'allegato n. 8 "Modello di offerta tecnica", benché allegato, non risulta compilato come richiesto dal Disciplinare di gara. Pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

- **APTIVA MEDICAL**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **65,53 punti**.

- **TAU MEDICA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **66,07 punti**.

- **SORIN GROUP ITALIA GROUP ITALIA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **67,00 punti**.

LOTTO 11 - ASPIRATORE DI CAMPO INTRACARDIACO

- **MEDTRONIC ITALIA ITALIA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **68,00 punti**.

- **APTIVA MEDICAL**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione



qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **66,00 punti**.

- **TAU MEDICA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO**. Per quanto riguarda la seguente caratteristica "[...] pvc" pur in presenza di una soluzione tecnica diversa rispetto a quella prevista dalla *lex specialis*, la Commissione ritiene che il prodotto offerto garantisca il soddisfacimento dei requisiti richiesti in termini funzionali e prestazionali equivalenti, sulla base della documentazione tecnica prodotta e delle evidenze emerse dall'esame del campione. La Commissione procede alla. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **67,00 punti**.

- **SORIN GROUP ITALIA GROUP ITALIA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **15,13 punti**. Il concorrente, ai sensi della *lex specialis* di gara par. 19 "Criterio di aggiudicazione" è **ESCLUSO** dalla gara in quanto ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 su 70 punti. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 14: CANNULA CARDIOPLEGIA ANTEROGRADA

- **TAU MEDICA**

La Commissione chiede alla Ditta l'invio della campionatura a corredo dell'offerta.

La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025842-26 del 06/02/2026.

La campionatura richiesta è pervenuta il giorno 16/02/2026 (prot.n. 1576) ed è stata immagazzinata presso la sede della Stazione Appaltante PuntoZero Scarl e messa a disposizione della Commissione.

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **67,00 punti**.

- **SORIN GROUP ITALIA GROUP ITALIA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **56,40 punti**.



- **MEDTRONIC ITALIA ITALIA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **68,00 punti**.

- **APTIVA MEDICAL**

La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima *"tip radiopaco"*, chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito.

La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025861-26 del 06/02/2025.

La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI030472-26 del 11/02/2026 e ha comunicato che la "cannula per cardioplegia anterograda non include una punta radiopaca". Pertanto l'offerta originale **NON É IDONEA**. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti

LOTTO 15: CANNULE PER OSTI CORONARICI

- **MEDTRONIC ITALIA ITALIA**

La Commissione rileva che l'allegato n. 8 "Modello di offerta tecnica", benché allegato, non risulta compilato come richiesto dal Disciplinare di gara. Pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

- **APTIVA MEDICAL**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **61,00 punti**.

- **TAU MEDICA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **51,20 punti**.

- **SORIN GROUP ITALIA GROUP ITALIA**

La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **54,60 punti**.



LOTTO 16: KIT PER RETROPERFUSIONE CELEBRALE

• **MEDTRONIC ITALIA ITALIA**

La Commissione rileva che l'allegato n. 8 "Modello di offerta tecnica", benché allegato, non risulta compilato come richiesto dal Disciplinare di gara. Pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

• **SORIN GROUP ITALIA**

La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone delle misure richieste e della siringa. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 17: CANNULA PER CARDIOPLEGIA RETROGRADA

• **EDWARDS LIFESCIENCE ITALIA**

La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima *"rinforzato da una spirale metallica"*, chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito.

La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025892-26 del 06/02/2026

La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI028591-26 del 10/02/2026 e ha dichiarato che il dispositivo offerto "non è in possesso di una spirale metallica come richiesto da capitolato".


Pertanto l'offerta originale **NON É IDONEA**. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

• **SORIN GROUP ITALIA**

La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima *"rinforzato da una spirale metallica"*, chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito.

La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025875-26 del 06/02/2026.

La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI027874-26 del 09/02/2026 e ha dichiarato che la "caratteristica tecnica *rinforzato da una spirale metallica* non è una



caratteristica del prodotto offerto”.

Pertanto l'offerta originale **NON É IDONEA**. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti

- **MEDTRONIC ITALIA**

La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima *“presenza di un palloncino nella parte terminale texturizzato per incrementare la tenuta”*, chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito per le misure richieste dal Capitolato Tecnico.

La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025925-26 del 06/02/2026.

La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI032733-26 del 16/02/2026.


Nonostante i chiarimenti presentati, l'offerta originale **NON É IDONEA**, in quanto per la misura da 13 Fr offerta, rientrante nel range richiesto, non dispone del palloncino texturizzato.

L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 20 - CIRCUITI PER CEC AOTR

La Commissione, all'unanimità, esaminate le offerte presentate per il lotto e al fine di garantire *il favor participationis* degli Operatori Economici, ha deliberato di ammettere una tolleranza sulla misura *“indice di durezza standard di 74 Shore”* qualora questa non fosse esattamente conforme a quanto indicato nel Capitolato Tecnico (all. A), verificato che la difformità della misura non pregiudica la funzionalità prestazionale dell'elemento e del set nel suo complesso.

- **SORIN GROUP ITALIA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **67,00 punti**.
- **TAU MEDICA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **48,13 punti**.



LOTTO 21 - CIRCUITI PER CEC AOPG

- **SORIN GROUP ITALIA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **67,00 punti**.
- **TAU MEDICA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **51,07 punti**.

LOTTO 22 - KIT OSSIGENANTE PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA

- **SORIN GROUP ITALIA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO**. Pur in presenza di una soluzione tecnica diversa rispetto a quella prevista dalla lex specialis, la Commissione ritiene che il prodotto offerto garantisca il soddisfacimento dei requisiti richiesti in termini funzionali e prestazionali equivalenti, sulla base della documentazione tecnica prodotta. La Commissione procede alla valutazione qualitativa e il punteggio complessivo ottenuto è di: **67,00 punti**.

LOTTO 23 - KIT OSSIGENANTE PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA

- **SORIN GROUP ITALIA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **67,00 punti**.

LOTTO 24 - OSSIGENATORE PER CEC PER ADULTI

- **TECNOHEALTH:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: il "*volume minimo operativo di 200 ml*" è di 300 ml, "*Possibilità di ruotare il connettore da ½ di pollice del ritorno venoso e dei moduli per la connessione degli aspiratori*", non ruotano i moduli. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi



provvedimenti.

- **MEDTRONIC ITALIA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **68,00 punti**.
- **TAU MEDICA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **66,00 punti**.
- **GADA ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: "Possibilità di ruotare il connettore da ½ di pollice del ritorno venoso e dei moduli per la connessione degli aspiratori", non ruotano i moduli. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **SORIN GROUP ITALIA:** la Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: "*Volume statico di riempimento circa 260 ml (tolleranza +/- 10%)*", la ditta offre un volume statico di riempimento (modulo ossigenante + scambiatore di calore + filtro arteriale integrato) pari a 366 ml. L'offerta **NON È AMMESSA** e l'Operatore Economico è escluso dalla procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 26 - KIT PER INFUSIONE CARDIOPLEGICA

- **TAU MEDICA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: "con trappola per bolle dotata di schermo filtrante da 105 micron (circa) che permettano di convogliare l'aria verso l'alto e successivamente evacuarla attraverso una membrana idrofoba ed una valvola unidirezionale" non si rileva la presenza della valvola unidirezionale; "grado di filtrazione schermo: 105 micron" la ditta offre 200 micron. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **SORIN GROUP ITALIA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **67,00 punti**.

LOTTO 36 - CATETERE SWAN GANZ TERMODILUIZIONE




- **B.BRAUN MILANO:** La Commissione rileva l'assenza fra la documentazione allegata alla busta tecnica dell'all. 8 "Modello di offerta tecnica", richiesta a pena di esclusione dall'art. 16 del Disciplinare di gara, Pertanto l'offerta è **NON AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **68,50 punti**.

LOTTO 37 - INTRODUTTORI PER SWANN GANZ

- **B.BRAUN MILANO:** La Commissione rileva che l'operatore ha inserito l'allegato 10 "Dettaglio offerta economica" all'interno della busta tecnica precisando che sono visibili tutti i prezzi di riferimento, contravvenendo la normativa di gara di cui al par. 16 del Disciplinare di gara, Pertanto l'offerta è **NON AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 39 - CANNULA PERCUTANEA VENOSA MULTISTADIO CON KIT DI INSERIZIONE PER MININVASIVA

- **MEDTRONIC ITALIA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **68,00 punti**.
- **TAU MEDICA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone del marker sull'introduttore. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **SORIN GROUP ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: la cannula proposta è in PVC e non in poliuretano. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.



LOTTO 40 - AGO CARDIOPLEGIA ANTEROGRADA PER INTERVENTI DI MININVASIVA

- **APTIVA MEDICAL:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone della lunghezza di “almeno 30 cm” che è di 28 cm. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **MEDTRONIC ITALIA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **68,00 punti**.
- **TAU MEDICA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **60,80 punti**.
- **SORIN GROUP ITALIA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **61,80 punti**.

LOTTO 44 - APPLICATORI E CLIP IN TITANIO PER SAFENA o MAMMARIA

- **CARBINI:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO**. Per quanto riguarda la seguente caratteristica “dotate di adesivo alla base per ancoraggio” pur in presenza di una soluzione tecnica diversa rispetto a quella prevista dalla lex specialis, la Commissione ritiene che il prodotto offerto garantisca il soddisfacimento dei requisiti richiesti in termini funzionali e prestazionali equivalenti, sulla base della documentazione tecnica prodotta e delle evidenze emerse dall'esame del campione. La Commissione procede alla valutazione qualitativa, e il punteggio complessivo ottenuto è di: **61,40 punti**.
- **ASPEN SANITAS :** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **66,00 punti**.
- **SURGILINE:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **57,60 punti**.
- **B.BRAUN MILANO:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di



tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **66,00 punti**.

- **TAU MEDICA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **64,00 punti**.


LOTTO 45 - CAUTERIO ALTA TEMPERATURA

- **FIAB:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **66,50 punti**.
- **BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: "autoalimentato con temperatura di lavoro 1200°C", mentre offrono una la temperatura di lavoro pari a 1150° C; e "la lunghezza 125 mm e 75 mm" mentre l'offerta è di 127 mm e 50 mm. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 49 - MORSETTO BULLDOG

- **ASPEN SANITAS:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di **44,40**. Il concorrente, ai sensi della *lex specialis* di gara par. 19 "Criterio di aggiudicazione" è **ESCLUSO** dalla gara in quanto ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 su 70 punti. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA:** La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima "angolati a 45°" chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito. La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI025993-26 del 06/02/2026.

La ditta ha risposto nei termini con comunicazione Registro di Sistema PI030135-26 del 11/02/2026. Nonostante i chiarimenti presentati, l'offerta originale **NON É IDONEA** in quanto nella risposta la ditta dichiara quanto segue: "pur non presentando un'angolazione



fissa pari a 45°, sono progettati con una geometria e una configurazione tali da assicurare un orientamento equivalente, garantendo le medesime prestazioni operative e funzionali richieste". L'equivalenza funzionale dichiarata nella risposta non può essere valutata in quanto integrativa rispetto all'offerta originale. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 53 - PUNCH AORTICI

- **APTIVA MEDICAL:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **51,89 punti**.
- **ASSUT EUROPE:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **62,00 punti**.
- **TAU MEDICA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **55,74 punti**.
- **ASPEN SANITAS:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **66,00 punti**.

LOTTO 54 - PATCH IN PTFE FELT

- **BIO SUD MEDICAL SYSTEMS:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **59,55 punti**.
- **ASSUT EUROPE:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **66,93 punti**.
- **BECTON DICKINSON ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: assente il requisito "pretagliato"; dal campione si evince anche che il patch è integro e non pre tagliato come confermato dal chiarimento. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.



- **LEVI BIOTECH:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **55,29 punti**.

LOTTO 55 - PATCH IN POLIESTERE

- **ASSUT EUROPE** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: "Tessuto sottile di maglia in poliestere"; "resistente allo sfilacciamento in corrispondenza dei bordi tagliati", "Privo di reazioni infiammatorie", "non modificabile per via enzimatica". L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **ALSE MEDICA** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: in merito al requisito "Privo di reazioni infiammatorie" è stato riscontrato dalla documentazione che può provocare febbre. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 56 - PLEDGET PRETAGLIATO PTFE SOFFICE

- **BIO SUD MEDICAL SYSTEMS** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **65,33 punti**.
- **ASSUT EUROPE:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **66,40 punti**.
- **BECTON DICKINSON ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone della "Misura: 9 X 4,5 X 1,6" ma offre 9,5 X 4,8 X 1,65. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **LEVI BIOTECH:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone della "Misura: 9 X 4,5 X 1,6" ma offre 9 x 5 x 1. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti



sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 57 - SHUNT INTRACORONARICI

- **MEDTRONIC ITALIA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **68,00 punti**.

LOTTO 61 - KIT TOURNIQUET IN SILICONE - 6 TUBI

- **OLINTO MARTELLI:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **66,00 punti**.
- **MEDTRONIC ITALIA** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: il tubo è in plastica e non in silicone. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **GADA ITALIA** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **40,20 punti**. Il concorrente, ai sensi della *lex specialis* di gara par. 19 "Criterio di aggiudicazione" è **ESCLUSO** dalla gara in quanto ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 su 70 punti. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **SORIN GROUP ITALIA** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: i tubi offerti sono in PVC, e rispetto al requisito "4 tubi FR 15" nel prodotto offerto il diametro interno è: 9 Fr circa, e diametro esterno: 12 Fr circa. Per il requisito "2 tubi Fr 15, lunghezza 25 cm (Tolleranza sulle misure +/- 10%)" nel prodotto offerto il diametro interno è: 9 Fr circa, e diametro esterno: 12 Fr circa. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 62 - KIT TOURNIQUET IN SILICONE - 3 TUBI

- **OLINTO MARTELLI:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **66,00 punti**.



- **MEDTRONIC ITALIA** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: offre il dispositivo in plastica e non in silicone come richiesto. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **GADA ITALIA** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **40,20 punti**. I concorrente, ai sensi della *lex specialis* di gara par. 19 "Criterio di aggiudicazione" è **ESCLUSO** dalla gara in quanto ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 su 70 punti. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 65 - KIT PER STABILIZZATORE CARDIACO

- **MEDTRONIC ITALIA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **68,00 punti**.
- **GETINGE ITALIA SRL** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: il braccio snodabile non è rivestito da una membrana in silicone. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **LEVI BIOTECH SRL** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: il braccio snodabile non è rivestito da una membrana in silicone. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 66 - DISPOSITIVO LUSSATORE CARDIACO

- **MEDTRONIC ITALIA** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **68,00 punti**.
- **GETINGE ITALIA SRL** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente



IDONEO e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **63,20 punti**.

LOTTO 67 - SISTEMA MINI-INVASIVO PER IL PRELIEVO ENDOSCOPICO DELLA VENA SAFENA E ARTERIA RADIALE

- **GADA ITALIA SPA** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **51,77 punti**.
- **GETINGE ITALIA SRL** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **66,00 punti**.

LOTTO 68 - CORDE TENDINEE IN PTFE PRECONFEZIONATE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE VALVOLA MITRALE

- **LEVI BIOTECH SRL** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: le corde sono in politetrafluoroetilene (PTFE), non espanso, e presenta un solo pledget pre-caricato nella sutura. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 69 - ELETTRODO PER STIMOLAZIONE CARDIACA TEMPORANEA

- **FIAB** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **66,50 punti**.

LOTTO 70 - SET PROCEDURALE MONOUSO STERILE PER INTERVENTO DI CARDIOCHIRURGIA E GARZE LAPAROTOMICHE

La Commissione, all'unanimità, esaminate le offerte presentate per il lotto e al fine di garantire *il favor participationis* degli Operatori Economici, ha deliberato di ammettere una tolleranza sulle misure dei singoli componenti del set qualora queste non fossero esattamente conformi a quanto indicato nel Capitolato Tecnico (all. A) e nei chiarimenti, verificato che la difformità della misura non pregiudichi la funzionalità prestazionale dell'elemento e del set nel suo complesso.



- **BETATEX SPA** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **57,40 punti**.
- **LOHMANN & RAUSCHER SRL** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO**. Pur in presenza di una soluzione tecnica diversa rispetto a quella prevista dalla lex specialis, la Commissione ritiene che il prodotto offerto garantisca il soddisfacimento dei requisiti richiesti in termini funzionali e prestazionali equivalenti, sulla base della documentazione tecnica prodotta e della campionatura presentata. La Commissione procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **47,70 punti**.
- **MEDIBERG SRL** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO**. Pur in presenza di una soluzione tecnica diversa rispetto a quella prevista dalla lex specialis, la Commissione ritiene che il prodotto offerto garantisca il soddisfacimento dei requisiti richiesti in termini funzionali e prestazionali equivalenti, sulla base della documentazione tecnica prodotta e della campionatura presentata. La Commissione procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **69,00**.
- **MEDICAL DEVICE SRL** La Commissione rileva l'assenza fra la documentazione allegata alla busta tecnica dell'all. "Relazione tecnico descrittiva", richiesta a pena di esclusione dall'art. 16 del Disciplinare di gara, Pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **MOLNLYCKE HEALTH CARE** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO**. Pur in presenza di una soluzione tecnica diversa rispetto a quella prevista dalla lex specialis, la Commissione ritiene che il prodotto offerto garantisca il soddisfacimento dei requisiti richiesti in termini funzionali e prestazionali equivalenti, sulla base della documentazione tecnica prodotta e della campionatura presentata. La Commissione procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **64,70 punti**.

LOTTO 71 ORGANIZZATORI PER SUTURA

- **LEVI BIOTECH SRL** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone



di varie misure ma di un'unica misura con 8 postazioni per sutura. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

- **STARMED:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **66,00 punti**.

LOTTO 72 - KIT MONOUSO IN TNT

La Commissione, all'unanimità, esaminate le offerte presentate per il lotto e al fine di garantire // *favor participationis* degli Operatori Economici, ha deliberato di ammettere una tolleranza sulle misure dei singoli componenti del set qualora queste non fossero esattamente conformi a quanto indicato nel Capitolato Tecnico (all. A) e nei chiarimenti, verificato che la difformità della misura non pregiudichi la funzionalità prestazionale dell'elemento e del set nel suo complesso.

- **BETATEX SPA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **51,60 punti**.
- **LOHAMANN & RAUSHER SRL:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO**. Pur in presenza di una soluzione tecnica diversa rispetto a quella prevista dalla *lex specialis*, la Commissione ritiene che il prodotto offerto garantisca il soddisfacimento dei requisiti richiesti in termini funzionali e prestazionali equivalenti, sulla base della documentazione tecnica prodotta e della campionatura presentata. La Commissione procede alla valutazione qualitativa e il punteggio complessivo ottenuto è di: **58,30 punti**.
- **MED TRADE SRL:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **41,40 punti**. Il concorrente, ai sensi della *lex specialis* di gara par. 19 "Criterio di aggiudicazione" **È ESCLUSO** dalla gara in quanto ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 su 70 punti. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **MEDIBERG SRL:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO**. Pur in presenza di una soluzione tecnica diversa rispetto a quella prevista dalla *lex specialis*, la Commissione ritiene che il prodotto offerto garantisca il soddisfacimento dei requisiti



richiesti in termini funzionali e prestazionali equivalenti, sulla base della documentazione tecnica prodotta e della campionatura presentata. La Commissione procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **52,60 punti**.

- **MEDICAL DEVICE SRL:** La Commissione rileva l'assenza fra la documentazione allegata alla busta tecnica dell'all. "Relazione tecnico descrittiva", richiesta a pena di esclusione dall'art. 16 del Disciplinare di gara, pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **MED-ITALIA BIOMEDICA SRL:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **45,60 punti**.
- **MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone di "passacavi integrati". Pertanto l'offerta è **NON IDONEA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **MOLNLYCKE HEALTH CARE:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO**. Pur in presenza di una soluzione tecnica diversa rispetto a quella prevista dalla *lex specialis*, la Commissione ritiene che il prodotto offerto garantisca il soddisfacimento dei requisiti richiesti in termini funzionali e prestazionali equivalenti, sulla base della documentazione tecnica prodotta e della campionatura presentata. La Commissione procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **66,50 punti**.
- **TAU MEDICA SRL:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **40,73 punti**. Il concorrente, ai sensi della *lex specialis* di gara par. 19 "Criterio di aggiudicazione" **È ESCLUSO** dalla gara in quanto ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45 su 70 punti. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 74 - CONNETTORI

- **SORIN GROUP ITALIA:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva



la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone della misura richiesta $\frac{3}{8}$ - LL. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.


- **TAU MEDICA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **66,00 punti**.

LOTTO 77 - SISTEMA MONITORAGGIO IN LINEA PER CEC IN NOLEGGIO E PROBE PER LA RILEVAZIONE DEI PARAMETRI EMOGASANALITICI ED EMODINAMICI IN CONTINUO

- **SORIN GROUP ITALIA SRL:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non dispone lettura diretta del flusso di perfusione. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **TAU MEDICA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **62,40 punti**.

LOTTO 78 - MACCHINA PER SISTEMA ECMO

- **GETINGE ITALIA SRL** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Avvalendosi della facoltà prevista dal paragrafo 17 del Disciplinare di gara, la Commissione giudicatrice, in data 13/03/2026 (registro di sistema PI054684-26), ha trasmesso, tramite la piattaforma S.TEL.LA, la comunicazione alla Ditta invitandola a presentare, in data 31/03/2026, le apparecchiature complete, quale elemento dimostrativo della qualità dell'offerta e della conformità alle caratteristiche tecniche richieste. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **66,00 punti**.
- **MEDTRONIC ITALIA ITALIA:** La Commissione rileva che l'allegato n. 8 "Modello di offerta tecnica", benché allegato, non risulta compilato come richiesto dal Disciplinare di gara. Pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.



LOTTO 79 - CANNULE PER ECMO

- **GETINGE ITALIA SRL** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **61,07 punti**.
- **MEDTRONIC ITALIA SPA** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: presenta solo una lunghezza da 180 mm per il kit d'introduzione. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **TAU MEDICA** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: presenta solo la lunghezza da 80 mm e da 180 mm per il kit d'introduzione. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 81- CANNULINE SELETTIVE PER INFUSIONE CARDIOPLEGICA

- **MEDTRONIC ITALIA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **60,80 punti**.
- **SORIN GROUP ITALIA:**La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **67,00 punti**.
- **TAU MEDICA :** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in particolare: non sono cannule per cardioplegia selettiva e non hanno il palloncino richiesto. L'offerta è dichiarata **NON IDONEA**, pertanto l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 82 - DISPOSITIVO COSTITUITO DA PATCH SIGILLANTE EMOSTATICO

- **BAXTER:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **66,00 punti**



LOTTO 83 - CANNULE FEMORALI AUTOESPANDIBILI

- **ARTECH S.R.L.:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **66,00 punti**.


LOTTO 84 - CANNULA VENOSA PERCUTANEA

- **MEDTRONIC ITALIA ITALIA**

La Commissione rileva che l'allegato n. 8 "Modello di offerta tecnica", benché allegato, non risulta compilato come richiesto dal Disciplinare di gara. Pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 85 - SIGILLANTE EMOSTATICO

- **BAXTER:** La Commissione analizzata la documentazione presentata, rileva la mancanza di requisiti di minima previsti a pena di esclusione, in quanto non ha le misure richieste, non è un sigillante emostatico sintetico e non è pronta all'uso. Pertanto l'offerta è **NON IDONEA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **ELEMED:** La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima "*sigillante*" chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito. La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI026026-26 del 06/02/2026. La ditta ha risposto alla Stazione Appaltante tramite due note PEC, assunte a protocollo con il numero 1743 del 19/02/2026, e numero 1836 del 23/02/2026. Tale comunicazione, tuttavia, è stata trasmessa oltre il termine di 10 giorni stabilito, in contrasto con quanto prescritto dalla *lex specialis* di gara (paragrafi 14 e 16). Inoltre, la ditta non ha utilizzato la piattaforma S.Tel.La come canale di comunicazione, contravvenendo alle indicazioni della documentazione di gara (paragrafo 2.2). La comunicazione, essendo pervenuta in ritardo non può essere accolta e valutata dalla Commissione che, alla luce della documentazione originaria depositata nell'offerta tecnica, ha ritenuto che quanto descritto non sia esaustivo al fine di procedere a riconoscere l'idoneità tecnica del prodotto offerto, pertanto l'offerta è **NON IDONEA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.
- **STARMED:** La Commissione rispetto alla caratteristica tecnica di minima "*sigillante*".



chiede alla ditta un chiarimento per evidenziare tra la documentazione tecnica già inoltrata l'esatta indicazione del requisito. La richiesta è stata inoltrata tramite la Piattaforma con numero Registro di Sistema PI026015-26 del 06/02/2026.


La ditta ha risposto nei termini come da Registro di Sistema PI027162-26 del 09/02/2026.


Nonostante i chiarimenti presentati, l'offerta originale **NON È IDONEA** in quanto l'operatore economico non ha saputo evidenziare la capacità "sigillante" del dispositivo offerto fra i documenti presentati in sede di offerta. L'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

LOTTO 86 - CANNULE VENOSE PROFILO PIATTO

- **MEDTRONIC ITALIA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **68,00 punti**.
- **TAU MEDICA:** La Commissione dopo avere verificato e confermato la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi del prodotto offerto lo dichiara tecnicamente **IDONEO** e procede alla valutazione qualitativa. Il punteggio complessivo ottenuto è di: **56,00 punti**.
- **MEDICAL LUME:** La Commissione rileva l'assenza fra la documentazione allegata alla busta tecnica dell'all. 8 "Modello di offerta tecnica", richiesta a pena di esclusione dall'art. 16 del Disciplinare di gara, Pertanto l'offerta **NON E' AMMESSA** e l'operatore non è ammesso alle fasi successive della procedura di gara. Gli atti sono trasmessi al RUP per i relativi provvedimenti.

Il verbale viene letto e confermato nel suo contenuto pertanto viene sottoscritto come segue.

Dott.ssa ROMINA PANTANELLA - Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Presidente


Dr. FRANCESCO FIORIELLO - Azienda Ospedaliera di Terni, in qualità di componente e segretario verbalizzante


Dr. EMANUELE GNERUCCI - Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di componente
