

## Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Antisettici e Disinfettanti

Protocollo gara: Antisettici e Disinfettanti MP

Ente: Centrale di Acquisto per la Sanità (CRAS)

Data creazione report: 23/06/2022 08:42

### Chiarimento n. 1 : DOCUMENTI GARA

da **Fornitore** alle 06/06/2022 17:54

Buongiorno,  
non riusciamo a scaricare i documenti di gara ( e quando dopo vari tentativi ci riusciamo, questi risultano danneggiati)  
richiediamo l' invio del disciplinare e del capitolato tecnico tramite mail

grazie

### Risposta n. 1 :

**Re:DOCUMENTI GARA**

da **Ente** alle 08/06/2022 09:35

Buongiorno,  
i documenti di gara risultano regolarmente accessibili e scaricabili dalla piattaforma. La circostanza ci è stata confermata anche dalla società Net4Market che gestisce la stessa piattaforma.  
Si precisa che gli stessi documenti possono essere scaricati anche dal sito di PuntoZero scarl - CRAS al seguente link:  
<https://www.umbriasalute.com/bandi/procedura-aperta-ai-sensi-dellart-60-del-d-lgs-502016-per-laffidamento-della-fornitura-di-antisettici-e-disinfettanti-occorrenti-alle-aziende-sanitarie-e-ospedaliere-della-regione-umbria>  
Per eventuali ulteriori informazioni di carattere tecnico contattare Net4Market: Tel. 0372-080703 e 0372-080708  
email: imprese@ net4market.com

### Chiarimento n. 2 : TERMINI CHIARIMENTI

da **Fornitore** alle 08/06/2022 12:41

Buongiorno,  
non riuscendo a scaricare il file timing gara si richiede quali siano i termini per la richiesta dei chiarimenti.

Grazie

### Risposta n. 2 :

**Re:TERMINI CHIARIMENTI**

da **Ente** alle 10/06/2022 13:24

Buongiorno,  
i documenti di gara risultano regolarmente accessibili e scaricabili dalla piattaforma. La circostanza ci è stata confermata anche dalla società Net4Market che gestisce la stessa piattaforma.  
Si precisa che gli stessi documenti possono essere scaricati anche dal sito di PuntoZero scarl - CRAS al seguente link:  
<https://www.umbriasalute.com/bandi/procedura-aperta-ai-sensi-dellart-60-del-d-lgs-502016-per-laffidamento-della-fornitura-di-antisettici-e-disinfettanti-occorrenti-alle-aziende-sanitarie-e-ospedaliere-della-regione-umbria>  
Per eventuali ulteriori informazioni di carattere tecnico contattare Net4Market: Tel. 0372-080703 e 0372-080708  
email: imprese@ net4market.com

### Chiarimento n. 3 : CHIARIMENTO SEZIONE 15 DISCIPLINARE DI GARA

da **Fornitore** alle 13/06/2022 10:14

Con riferimento al Disciplinare di Gara Sezione 15. **OFFERTA TECNICA** punto **d)"Certificazione CE"**, si chiede cosa si intende "Certificazione CE in copia conforme all'originale con annessa dichiarazione dell'Organismo Notificato". Già il Certificato CE rilasciato dall'Ente, ha funzione di dichiarazione che i prodotti in esso elencati sono fabbricati secondo le Normative vigenti.

### Risposta n. 3 :

**Re:CHIARIMENTO SEZIONE 15 DISCIPLINARE DI GARA**

da Ente alle 16/06/2022 17:29

Si deve inviare la copia conforme all'originale della certificazione CE con dichiarazione di conformità all'originale.

**Chiarimento n. 4 : Richiesta revisione Basi d'asta lotti 29 e 30**

da Fornitore alle 15/06/2022 12:06

Buongiorno,

in considerazione dei numerosi aumenti delle materie prime e dei trasporti del nostro settore, cortesemente richiediamo la revisione dei prezzi a base d'asta dei lotti indicati.

Cordiali saluti

COREMEC S.r.l.

**Risposta n. 4 :****Re:Richiesta revisione Basi d'asta lotti 29 e 30**

da Ente alle 16/06/2022 17:31

Si conferma la documentazione di gara. Si evidenzia l'art. 3 del Disciplinare di gara che prevede, a determinate condizioni, l'eventuale revisione dei prezzi ex art. 106, co. 1, lett. a) del Codice appalti e dell'art. 29 D.L. 4/2022.

**Chiarimento n. 5 : Termine ultimo presentazione chiarimenti**

da Fornitore alle 16/06/2022 14:55

Siamo a chiedere una gentile conferma circa il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, indicato in piattaforma entro ore 12.00 del 20/06 p.v. e nel disciplinare telematico entro ore 23.59 del 20/06 p.v.

Ringraziando porgiamo distinti saluti.

**Risposta n. 5 :****Re:Termine ultimo presentazione chiarimenti**

da Ente alle 16/06/2022 17:33

Termine ultimo: 20/6/2022 ore 23:59 così come indicato nel Disciplinare telematico.

Nel ringraziare per la segnalazione, si comunica che si è provveduto a correggere il refuso in piattaforma.

**Chiarimento n. 6 : Richiesta chiarimenti amministrativi**

da Fornitore alle 20/06/2022 09:39

Con la presente siamo ad inviare la seguente richiesta di chiarimento:

- chiediamo conferma che la garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno possono essere prodotte sottoscritte digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Cordiali Saluti

**Risposta n. 6 :****Re:Richiesta chiarimenti amministrativi**

da Ente alle 20/06/2022 11:48

Si conferma.

**Chiarimento n. 7 : richiesta di chiarimenti**

da Fornitore alle 20/06/2022 11:35

Si chiedono i seguenti chiarimenti:

**LOTTI 2-3:** si chiede se è tassativo il principio attivo acetilcaprolattame e in alternativa se vengono accettati altri precursori.

Si evidenzia che la norma sporicida indicata in capitolato EN13704 è obsoleta, attualmente è in vigore per l'area medica EN17126. In funzione della nuova norma anche i tempi di contatto minimi sono aumentati da 5

a 10 minuti. Si chiede pertanto una presa d'atto e rettifica della richiesta.

Si chiede infine se il test per valutare l'attività sterilizzante EN14937 verrà considerato per la valutazione dell'efficacia del prodotto

**LOTTO 5:** si chiede se vengono accettati prodotti con diverso principio attivo ma uguale destinazione d'uso e spettro di attività.

Si rimane in attesa di Vs. pronto riscontro e porgiamo cordiali saluti.

### **Risposta n. 7 :**

#### **Re:richiesta di chiarimenti**

da Ente alle 22/06/2022 13:31

LOTTE 2 e 3:

- Si conferma la documentazione di gara.
- Si conferma la documentazione di gara con la precisazione che si accettano gli aggiornamenti delle norme tecniche ivi indicate.
- La norma EN14937 non è indicata tra i requisiti specifici dei lotti 2 e 3.

LOTTO 5:

- Si conferma la documentazione di gara.

### **Chiarimento n. 8 : Richiesta Chiarimenti**

da Fornitore alle 20/06/2022 16:00 , allegato(1): 20220620160022126\_2022\_0519\_MateriePrime\_def.pdf

Buongiorno,

con la presente si trasmettono i seguenti chiarimenti:

OSSERVAZIONE 1:

In riferimento al DISCIPLINARE DI GARA Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento della fornitura di antisettici e disinfettanti (CND D) per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria, suddivisa in n. 53 Lotti, si chiede allo Spettabile Ente di prevedere un aumento delle basi d'asta almeno pari al 50 % per i Lotti nn.18 e 19 in funzione dell'aumento del costo delle materie prime e delle difficoltà contingenti, come confermato dal recente studio condotto da Confindustria che si allega alla

presente nota, nel quale si evince come le Imprese dei dispositivi medici stiano sostenendo costi per acquisto di materie prime, in media, maggiori del 50% circa rispetto all'anno precedente a fronte del perdurare della situazione pandemica, aggravata dal conflitto in ucraina.

CHIARIMENTO 2:

In merito al LOTTO 34 nelle specifiche tecniche dell'Allegato D al Capitolato Oneri, descrizione lotti e requisiti specifici, si richiedono salviette della misura 20x20 circa (+/- 10%). Stante la

corrispondenza della destinazione d'uso e del principio attivo, si chiede allo spettabile Ente se è possibile partecipare al lotto con salviette della misura 20x30 cm al fine di garantire la più ampia partecipazione nella procedura di gara e, così, la più ampia concorrenza, nonché l'opportunità di ricevere le migliori offerte, si chiede di rendere il lotto accessibile anche ad altre Aziende ricorrenti sul mercato.

Vale altresì ricordare come lo stesso art. 68 del Codice degli Appalti, nel comma 4, indichi testualmente e in maniera inequivocabile come "le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare direttamente o indirettamente la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza".

#### CHIARIMENTO 3:

In merito al LOTTO 45 nelle specifiche tecniche dell'Allegato D al Capitolato Oneri, descrizione lotti e requisiti specifici, si richiedono salviette della misura 20x20 circa (+/- 10%). Stante la corrispondenza della destinazione d'uso e del principio attivo, si chiede allo spettabile Ente se è possibile partecipare al lotto con salviette della misura 20x15,2 cm anziché 20x20 fine di garantire la più ampia partecipazione nella procedura di gara e, così, la più ampia concorrenza, nonché l'opportunità di ricevere le migliori offerte, si chiede di rendere il lotto accessibile anche ad altre Aziende ricorrenti sul mercato.

Vale altresì ricordare come lo stesso art. 68 del Codice degli Appalti, nel comma 4, indichi testualmente e in maniera inequivocabile come "le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare direttamente o indirettamente la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza".

Cordiali Saluti

#### **Risposta n. 8 :**

##### **Re:Richiesta Chiarimenti**

da Ente alle 22/06/2022 13:36

##### **OSSERVAZIONE 1:**

Si conferma la documentazione di gara evidenziando la clausola di revisione dei prezzi prevista all'art. 3 del Disciplinare di gara.

##### **CHIARIMENTO 2:**

Si: è possibile presentare prodotti di dimensioni maggiori rispetto a quanto richiesto nei documenti di gara.

##### **CHIARIMENTO 3:**

No: non è possibile presentare prodotti di dimensioni inferiori rispetto a quanto richiesto nei documenti di gara.