

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Dispositivi medici per oftalmologia per le aziende sanitarie regione Umbria - Lotti al MINOR PREZZO

Protocollo gara: MP Oftalmologia BIS

Ente: Centrale di Acquisto per la Sanità (CRAS)

Data creazione report: 17/10/2022 13:56

Chiarimento n. 1 : Chiarimento

da **Fornitore** alle 22/09/2022 11:31

Gent.mo Dott. Andrea Ciucci

siamo a chiedere se i file in PDF da allegare sulla piattaforma oltre ad essere firmati digitalmente devono essere pure marcati temporalmente.

Nel ringraziarla anticipatamente porgiamo distinti saluti.

Risposta n. 1 :

Re:Chiarimento

da **Ente** alle 17/10/2022 13:42

Si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara e nel disciplinare telematico.

Chiarimento n. 2 : richiesta chiarimenti

da **Fornitore** alle 26/09/2022 11:35

Spettabile Stazione Appaltante,

siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

1) in riferimento al lotto 4 si chiede di chiarire se il bisturi per sclerotonia precalibrato richiesto, è del tipo "stab knife" con angolazione variabile 15°, 22°,30°, 45°, oppure bisturi di tipo "meringotomo precalibrato retto"

2) in riferimento al lotto 31 si chiede di chiarire se per soluzione oftalmica sterile di fluoresceina si intende soluzione in gocce oppure fiammiferi

Cordiali Saluti

Risposta n. 2 :

Re:richiesta chiarimenti

da **Ente** alle 17/10/2022 13:46

1) Si deve intendere bisturi per sclerotonia a profondità calibrata

2) E' indifferente: sono validi e accettati entrambi

Chiarimento n. 3 : CHIARIMENTO RUP 27/09/2022 - ERRATA CORRIGE TABELLA all. C al Capitolato d'oneri

da **Ente** alle 27/09/2022 15:51 , allegato(1): 20220927155133473_Chiarimento RUP oftalmologia BIS.pdf

Si prega di prendere visione dell'allegato documento.

Chiarimento n. 4 : RICHIESTA CHIARIMENTO LOTTO 8 SUB C

da **Fornitore** alle 03/10/2022 15:01

Spett.le Ente,

con riferimento alla gara in oggetto, e nello specifico al lotto 8 sub c "*Kit per iontoforesi corneale costituito da: a) applicatore corneale per iontoforesi (bicchierino a suzione) b) elettrodo di ritorno (anodo adesivo)*", si chiede **di verificare e di rivedere** il prezzo unitario indicato in tabella (€ 33,00), in quanto non corrispondente al prezzo di mercato, supportato anche dal fatto che, lo stesso lotto al sub b "*Soluzione riboflavina ipotonica ml 1,5 con*

enhancer e senza destrano, insieme ad applicatore corneale per iontoforesi, utilizzata per il trattamento di cross linking corneale, iontoforesi assistito, nel cheratocono, in confezione singola sterile" esprime correttamente il prezzo comprensivo di applicatore corneale.

Fiduciosi di un accoglimento l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Risposta n. 4 :

Re:RICHIESTA CHIARIMENTO LOTTO 8 SUB C

da Ente alle 17/10/2022 13:48

Si conferma la documentazione di gara

Chiarimento n. 5 : Lotto 34:

da Fornitore alle 10/10/2022 09:48

La salvietta Umida deve contenere un agente antimicrobico al suo interno?

La classe del Dispositivo Medico richiesta deve essere IIa o IIb?

Risposta n. 5 :

Re:Lotto 34:

da Ente alle 17/10/2022 13:52

- Non necessariamente
- E' sufficiente la classe IIA

Chiarimento n. 6 : chiarimenti lotto 23 e 27

da Fornitore alle 10/10/2022 10:15

Buongiorno,

con la presente poniamo i seguenti chiarimenti:

LOTTO 23: "Stiletto per chirurgia vitreoretinica 23/25 g per incisione della membrana limitante interna e delle membrane epiretinali" con stiletto si intende un bisturi ma non capiamo il nesso con la ILM. Volete un bisturi MVR o una pinza per ILM?

LOTTO 27: "mantenitori di camera anteriore", quale gauge?

Ringraziamo in anticipo per le risposte.

Cordiali saluti,

Risposta n. 6 :

Re:chiarimenti lotto 23 e 27

da Ente alle 17/10/2022 13:55

- LOTTO 23: Bisturi MVR di piccolo calibro
- LOTTO 27: Diversi gauge