

Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, di dispositivi medici per chirurgia maxillo-facciale, suddivisa in 24 lotti per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e dell'Azienda Ospedaliera di Terni. Importo a base d'asta € 5.888.435,00, oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 8543331. CIG VARI

VERBALE N. 8 DI SEDUTA RISERVATA

Richiesta chiarimenti

(01/09/2022)

PREMESSO

- che in data 19/07/2022, dalle ore 09.20 alle ore 12.36, come da verbale in pari data n. 1, si è tenuta la seduta pubblica della Commissione Giudicatrice per la verifica della completezza della documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici - stante la previsione dell'inversione procedimentale - di seguito riportati:

Fornitore	Lotti
Biopsybell S.r.l.	18
GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA SRL	23
HIGH TECH SCREW SRL UNIP.	7, 9, 10, 12, 13, 18, 23, 24
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	2, 3, 7, 9
MARTIN ITALIA S.R.L.	1, 2, 3, 7, 9, 13, 20
MECTRON SPA	21
Medival S.r.l.	22
MT ORTHO SRL	7
Newpharm S.r.l.	15
NEXT MEDICAL SRL	1, 3
RENOVA BIOMED S.R.L.	18
STRYKER ITALIA SRL	1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 15, 22
Tekka srl	3, 7, 13
UBER ROS S.p.A.	7
VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A.	6, 11

VER SAN & DAFNE MD SRL	7, 9, 12, 13
------------------------	--------------

- che nessuna offerta è pervenuta per i lotti 5, 14, 16, 17, 19;
- che, nel corso della seduta pubblica veniva rilevata la mancata produzione della dichiarazione di conformità ai requisiti di minima di cui agli artt. 4, 6 Capitolato Speciale Prestazionale e Allegato 1 "Specifiche tecniche e requisiti minimi", da rendere ai sensi degli artt. 46, 27, 76 D.P.R. 28. 12.2000, n. 445, utilizzando preferibilmente il modello 7, da parte degli O.E., MECTRON SPA, Newpharm S.r.l. e UBER ROS S.p.A., i quali venivano, pertanto, ammessi con riserva al prosieguo della gara;
- che in merito alla mancata produzione di cui al punto precedente, la Commissione si riservava di richiedere chiarimenti agli O.E. MECTRON SPA, Newpharm S.r.l. e UBER ROS S.p.A.;
- che a seguito del riscontro documentale gli operatori economici venivano, pertanto, ammessi alla fase successiva di disamina e valutazione delle offerte tecniche, come di seguito indicato:


Fornitore	Esito
Biopsybell S.r.l.	Ammesso
GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA SRL	Ammesso
HIGH TECH SCREW SRL UNIP.	Ammesso
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Ammesso
MARTIN ITALIA S.R.L.	Ammesso
MECTRON SPA	Ammesso con riserva
Medival S.r.l.	Ammesso
MT ORTHO SRL	Ammesso
Newpharm S.r.l.	Ammesso con riserva
NEXT MEDICAL SRL	Ammesso
RENOVA BIOMED S.R.L.	Ammesso
STRYKER ITALIA SRL	Ammesso
Tekka srl	Ammesso
UBER ROS S.p.A.	Ammesso con riserva
VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A.	Ammesso
VER SAN & DAFNE MD SRL	Ammesso

- che in data 19/07/2022, la Commissione Giudicatrice dava avvio, in seduta riservata, all'attività valutativa delle offerte degli O.E. ammessi al prosieguo della procedura;
- che veniva verificato l'invio della campionatura da parte degli O.E. concorrenti, come richiesto dal Capitolato Speciale Prestazionale e dall'Allegato 1 allo stesso denominato "Specifiche tecniche e requisiti minimi" e l'integrità dei plichi pervenuti;

- che nel corso della medesima seduta riservata, la Commissione in esito alla valutazione dell'offerta tecnica presentata per il lotto n. 1 da Next Medical S.r.l., ammetteva lo stesso al prosieguo della procedura;
- che il RUP, in autotutela, alla presenza di n. 2 testimoni, disponeva di richiedere agli O.E. MECTRON SPA, Newpharm S.r.l. e UBER ROS S.p.A. l'integrazione della dichiarazione di cui al mod. 7, trattandosi di mera integrazione che non modifica il contenuto dell'offerta già presentata (cfr. verbale n. 3 del 20/07/2022);
- che il RUP procedeva, in autotutela, a rettificare l'elenco degli O.E. ammessi al prosieguo della procedura riportato nel verbale di seduta pubblica del 19/07/2022, inserendo anche VER SAN & DAFNE MD SRL, non riportato nel verbale n. 1 del 19/07/2022 per mero errore materiale (cfr. verbale n. 4 del 29/07/2022);
- che con seduta pubblica dell'11/08/2022, verificata la produzione della dichiarazione mancante da parte degli O.E. MECTRON SPA, Newpharm S.r.l. e UBER ROS S.p.A. secondo quanto richiesto dal Disciplinare di gara, la Commissione scioglieva la riserva sull'ammissione dei medesimi che, pertanto, venivano ammessi al prosieguo della procedura (cfr. verbale n. 5 dell'11/08/2022);
- che nel corso della seduta riservata dell'11/08/2022, in esito all'attività valutativa svolta, la Commissione Giudicatrice procedeva:
 - ad escludere l'O.E. Next Medical S.p.A., limitatamente ai lotti n. 1 e n. 3, per la mancanza, all'interno dell'offerta tecnica presentata, del "trapano e cacciavite angolato con frese per foro viti e lama cacciavite dedicati" richiesto dall'Allegato 1 "Specifiche tecniche e requisiti minimi" per entrambi i lotti citati a pena di esclusione.
 - ad escludere l'O.E. MARTIN ITALIA S.R.L., limitatamente al lotto n.1, in quanto le viti autofilettanti offerte hanno diametro di 1.5 mm, non rientrante nei range riportati nell'Allegato 1 "Specifiche tecniche e requisiti minimi", richiesti a pena di esclusione, e precisamente:
 - viti autofilettanti per sistema "upper face": diametro compreso tra 1.2 mm e 1.3 mm;
 - viti autofilettanti per sistema "mid-face": diametro compreso tra 1.6 mm e 1.7 mm;
 - a sospendere la valutazione del criterio del lotto n. 3 "Disegno e spessore delle mesh in titanio afferenti al sistema trauma craniofacciale" per lo svolgimento di ulteriori approfondimenti.
- che il RUP, con note pec inoltrate tramite la piattaforma NET4MARKET in data 12/08/2022, procedeva a comunicare agli O.E. Next Medical S.p.A. e MARTIN ITALIA S.R.L., le esclusioni sopra riportate;
- che nel corso della seduta riservata dell'01/09/2022, la Commissione Giudicatrice constatava che la campionatura presentata dall'O.E. VER SAN & DAFNE MD SRL è contenuta all'interno di scatola in cartone recante la denominazione sociale dell'O.E. STRYKER ITALIA SRL;
- che, pertanto, rimetteva al RUP la valutazione circa lo svolgimento di approfondimenti in ordine all'accertamento di eventuale collegamento tra STRYKER ITALIA SRL e VER SAN & DAFNE MD SRL.;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 1 (uno) del mese di Settembre ore 17.15 in Perugia, nella "Sala Riunioni" della Struttura Complessa Acquisti e Appalti, Piazza Lucio Severi, 1, 06132 Perugia, Ellisse 5° piano sono presenti:





Dott.ssa Francesca Gernini	Collaboratore amm.vo prof.le presso Az. Ospedaliera di Perugia	Responsabile Unico del Procedimento
Rag. Andrea Minciotti	Assistente amministrativo presso Az. Ospedaliera di Perugia	Testimone
Dott.ssa Alessandra D'Ippolito Catalano	Collaboratore amm.vo prof.le presso Az. Ospedaliera di Perugia	Testimone

Il RUP, alla presenza dei testimoni, informata la Commissione:

- preso atto, che nella scatola in cartone contenente la campionatura dell'O.E. VER SAN & DAFNE MD SRL è riportata la denominazione sociale dell'O.E. STRYKER ITALIA SRL, dispone, in autotutela, di richiedere chiarimenti agli O.E. VER SAN & DAFNE MD SRL e STRYKER ITALIA SRL, ai sensi dell'art. 85, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di scongiurare la presenza di collegamento tra le medesime e, in particolare, stabilisce di richiedere agli stessi dichiarazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in ordine all'assenza di collegamento e di fornire ogni documentazione utile a comprovare quanto eventualmente dichiarato (es. visura camerale).
- alle ore 17.30 di oggi 01/09/2022 dichiara chiusa la seduta riservata.

Il presente verbale, composto da n. 4 (quattro) pagine, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti del Seggio di gara.

Dott.ssa Francesca Gernini	
Rag. Andrea Minciotti	
Dott.ssa Alessandra D'Ippolito Catalano	