

OGGETTO: PROCEDURA APERTA ACCELERATA AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA

VERBALE N. 8 DEL 17/01/2023

Premesso che

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora PuntoZero S.c.ar.l.) del 11/10/2022 è stata indetta "Procedura aperta accelerata ai sensi dell'art. 60, comma 3, per l'affidamento della fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria", suddivisa in 141 lotti merceologici con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo i criteri espressamente riportati in corrispondenza di ciascun lotto, nella colonna "F" della Tabella lotti e valori del fascicolo di gara (Allegato A) e come appresso sinteticamente illustrati:
 - o minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice;
 - o offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 6, tenuto conto che il punteggio economico rappresenta il 20% del punteggio complessivo mentre il punteggio qualità rappresenta l'80% del punteggio complessivo che è pari a 100 punti;
 - o ai sensi dell'art. 35, comma 11, dando contestualmente atto della sussistenza delle condizioni di applicabilità;
- in considerazione del particolare momento storico caratterizzato da estrema variabilità dei costi delle materie prime e delle conseguenti ripercussioni sui prezzi di riferimento dei dispositivi medici nonché tenuto conto dell'alta specialità tecnologica dei prodotti messi a gara contraddistinti da un elevato grado di obsolescenza nel breve termine, tale da incidere anche nelle pratiche cliniche, la fornitura avrà una durata di 24 mesi;
- il valore economico stimato pertanto dell'intero appalto è di seguito illustrato.
 - o Il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi ammonta ad € 21.752.905,00 (IVA esclusa).
 - o I fabbisogni complessivi stimati regionali biennali potranno essere incrementati in misura non superiore al 10%, secondo le previsioni di cui all par. 3.2.2 del Disciplinare di gara, con

- conseguente proporzionale variazione del valore complessivo stimato regionale suindicato (vedasi colonna "Q" della Tabella lotti e valori, All. cit.).
- o I fabbisogni complessivi stimati regionali biennali potranno essere incrementati ovvero decrementati, in relazione alle esigenze effettive che in concreto andranno a determinarsi nel corso della fornitura, in misura non superiore al 50%, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione di cui al par. 3.2.1, determinando un incrementabilità del valore biennale regionale dell'appalto di € 10.876.452,50 (IVA esclusa, ovvero riducibili fino alla medesima quota). Conseguente il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi comprensivo della quota massima opzionale ammonta ad € 32.629.357,50 (IVA esclusa).
 - o il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi, comprensivo degli eventuali incrementi sopra detti (opzionali, di cui ai par. 3.2.1 e 3.2.2 del Disciplinare di gara) ammonta ad € 33.714.441,00 (IVA esclusa).
 - o Gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali trattandosi di fornitura senza posa in opera sono pari ad € 0,00.
- ad eccezione dei lotti n. 11-12-21-24-29-40-43-74-108-123-124-125-133-137-141 per i quali è prevista la stipula di un accordo quadro plurifornitore ex art. 54 del Codice tra PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria, per tutti gli altri lotti è prevista l'aggiudicazione nei confronti dell'unico fornitore aggiudicatario e la conseguente cessazione dei compiti del RUP della procedura di gara (salvo quanto disposto al punto 3.2.1 del Disciplinare). Ciascuna Azienda Sanitaria provvederà alla conseguente stipula di un contratto di fornitura con l'unico operatore economico aggiudicatario;
 - per i lotti suindicati (n. 11-12-21-24-29-40-43-74-108-123-124-125-133-137-141) è prevista la stipula di appositi accordi quadro plurifornitore ex art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, senza ulteriori confronti competitivi, tra PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria. In tal caso al RUP della procedura di gara che resta confermato anche per la relativa fase esecutiva, compete l'eventuale attivazione delle opzioni di cui al par. 3.2 del Disciplinare di gara, rimanendo in capo alle singole Aziende sanitarie l'eventuale sottoscrizione di contratti esecutivi dell'accordo quadro e l'emissione degli ordinativi di fornitura.
 - In considerazione della necessità di contenere la durata dell'iter di gara all'interno di un contenuto arco temporale in vista delle prossime scadenze delle forniture in corso, ed al fine di garantire la semplificazione e la speditezza dell'azione amministrativa, nella presente procedura le offerte

tecniche saranno esaminate prima della documentazione economica ed amministrativa in applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale di cui al comma 8, dell'art. 133, del D.Lgs. 50/2016 che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019, come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito con legge 108/2021), si applica anche ai settori ordinari. La Stazione Appaltante garantisce in ogni caso la verifica, in modo imparziale e trasparente, dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione escludendo la possibilità di addivenire all'aggiudicazione nei confronti di uno o più offerenti che avrebbe/avrebbero dovuto essere escluso/esclusi ai sensi dell'art. 136 o che non soddisfa i criteri di selezione;

- Viste le imminenti scadenze dei contratti di fornitura per i dispositivi oggetto della presente procedura, evidenziate dalle Aziende Sanitarie, si è reso necessario espletare la gara nella modalità della procedura aperta accelerata ai sensi dell'art. 60, comma 3, fissando il termine di presentazione delle offerte non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara, al fine di garantire alle Aziende sanitarie la tempestiva attivazione della fornitura in oggetto, il conseguente rispetto dei livelli di servizio pubblico erogato dalle Strutture di Endoscopia Digestiva delle Aziende sanitarie regionali dell' Umbria, nel preminente interesse pubblico di tutela della salute coerentemente con l'art. 32 della Costituzione;
- in data 03/11/2022 ore 13:00:00 è spirato il termine di presentazione delle offerte, comprendente anche le campionature quali parti integranti dell'offerta medesima;
- con provvedimento dell'Amministratore unico di Puntozero Scarl del 24/11/2022 è stata nominata la commissione giudicatrice composta come segue:

❖ Dr. Ugo Germani – Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva- Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Presidente;

❖ Dott.ssa Luisa Riccardi – Dirigente Medico UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Azienda Usl Umbria 1, in qualità di membro;

❖ Dott. Gabriele Torti – Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva – Azienda Usl Umbria 2, in qualità di membro.

E, con funzioni di segretario verbalizzante, è stata altresì nominata la Dott.ssa Nicoletta Filistauri di PuntoZero Scarl;

- la Commissione giudicatrice suddetta si è riunita per la prima riunione in data 2/12/2022 dando inizio alle operazioni di apertura delle offerte tecniche e conseguente valutazione delle stesse;



TANTO PREMESSO

Il Presidente della Commissione dà atto che in data odierna 17/01/2023 alle ore 8.45 si è nuovamente riunita, presso la sede legale di Puntozero Scarl, la Commissione Giudicatrice regolarmente costituita alla presenza di tutti i componenti sopra enunciati in premesse, unitamente alla Dott.ssa Nicoletta Filistauri che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, con la collaborazione della Dott.ssa Giovanna Carotenuto di Puntozero scarl e della Dott.ssa Valentina Alabastri di Puntozero Scarl.

Si procede ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 50/2016, mediante piattaforma di eprocurement Net4Market che assicura la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

La Commissione giudicatrice dopo aver riepilogato le attività precedentemente svolte, verifica e ricorda che le campionature sono rimaste conservate, dall'ultima seduta di gara, presso i locali degli uffici di PuntoZero Scarl in armadiatura chiusa a chiave, dove si svolgono le sedute di gara. Le campionature vengono di volta in volta aperte in occasione della valutazione tecnica da svolgersi per ogni lotto: sia per quanto concerne la verifica dell'idoneità tecnica (corrispondenza alle caratteristiche minime coerentemente alla lex specialis par. 22.2) che per la valutazione di qualità, comprendente anche l'espletamento di prove in vitro ove previste e la conseguente assegnazione dei punteggi rispetto alle caratteristiche preferenziali.

La Commissione pertanto continua l'attività di valutazione tecnica avviata nella precedente seduta di gara del 10/01/2023, esaminando le ulteriori Ditte partecipanti per singoli lotti, il cui esito viene di seguito riepilogato con allegazione al presente verbale delle griglie contenenti la valutazione nel dettaglio:

LOTTO 104:

- DITTA INNOVAMEDICA SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata che rispetto al requisito tecnico minimo “*diametro 0,035” e inferiore*” nella scheda tecnica veniva offerto espressamente il diametro da 0,035” nonchè la disponibilità di “vari diametri” senza tuttavia dare evidenza nel dettaglio di quali ulteriori diametri presenti in offerta, in particolare se inferiori a 0,035”.

Conseguentemente la Commissione decide di avvalersi della facoltà prevista al par. 15 del Disciplinare di gara (la cui legittimità è peraltro confermata da autorevole e consolidata giurisprudenza: *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2022, n. 7882; Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2022, n. 7821; Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2022, n. 1663; Cons. Stato, sez. III, 23 marzo



4

2022, n. 2130; Cons. Stato, sez. III, 11 agosto 2021, n. 5850; Cons. Stato, sez. III, 9 febbraio 2021, n. 1225; Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 4 aprile 2022, n. 75; 14 marzo 2022, n. 57; 3 febbraio 2022, n. 22 secondo cui “il soccorso procedimentale assolve alla ben differente funzione di risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica, e ciò tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente, a condizione peraltro che tali chiarimenti non assumano carattere integrativo dell’offerta ma siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del concorrente, superandone eventuali ambiguità”) e invita la citata concorrente a fornire chiarimenti in ordine alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione tecnica precisando espressamente e nel dettaglio le misure dei “vari diametri” offerti di cui ha espresso disponibilità nella scheda tecnica.

La Commissione precisa che la Ditta dovrà rispondere entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta via pec all’indirizzo puntozeroscarl@pec.it ricordando che la carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara e che in caso di mancato/non esaustivo riscontro sarà parimenti disposta l’esclusione della Ditta in osservanza ai principi di efficienza e tempestività sottesi alla normativa degli appalti pubblici, nel rispetto delle regole di *par condicio* dei concorrenti e tenuto conto del canone di autoresponsabilità del concorrente nella predisposizione delle offerte.

La valutazione delle offerte dell’intero lotto n.104 viene temporaneamente sospesa in attesa di acquisire i chiarimenti dalla Ditta INNOVAMEDICA SPA.

LOTTO 105:

- DITTA INNOVAMEDICA SPA : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;


LOTTO 106:



- DITTA ASPEN SANITAS SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata la non conformità al requisito minimo “*configurazione dritta e a J*” in quanto il dispositivo offerto presenta punta solamente “retta” non viene offerta punta “*a J*” pertanto il prodotto offerto viene dichiarato NON IDONEO e NON ACCEDE alla fase successiva di gara;
- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA M.G LORENZATTO : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **65,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA EUROMEDICAL SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **65,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- MEDITALIA SAS IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **61,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 107:

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **77,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;



Handwritten signatures in blue ink, including a large 'R' and several other stylized signatures.

- DITTA COOK ITALIA SRL : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **75,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA OLYMPUS ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA INNOVAMEDICA SPA:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **63,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 108:

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **77,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA COOK ITALIA SRL : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **75,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA INNOVAMEDICA SPA:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **58,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

7

- DITTA M.G. LORENZATTO SRL : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **55,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA OLYMPUS ITALIA SRL : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **61,33**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **78,33**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 109:

- DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **78,33**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 110:

- DITTA COOK ITALIA SRL : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **75,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 111:

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata la non conformità al requisito minimo “da

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature] 8 *[Handwritten signature]*

22-25-15 G” in quanto il dispositivo offerto NON presenta la misura da “15Gauge” pertanto il prodotto offerto viene dichiarato NON IDONEO e NON ACCEDE alla fase successiva di gara;

- DITTA M.G. LORENZATTO SRL : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata la non conformità al requisito minimo “da 22-25-15 G” in quanto il dispositivo offerto NON presenta la misura da “15Gauge” pertanto il prodotto offerto viene dichiarato NON IDONEO e NON ACCEDE alla fase successiva di gara;
- DITTA INNOVAMEDICA SPA : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata la non conformità al requisito minimo “da 22-25-15 G” in quanto il dispositivo offerto NON presenta la misura da "15 Gauge" pertanto il prodotto offerto viene dichiarato NON IDONEO e NON ACCEDE alla fase successiva di gara;


Il lotto è dichiarato deserto per assenza di offerte valide.

LOTTO 112:

- DITTA ENDOVASCULAR SERVICE SRL : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **76,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 115:

- DITTA PENTAX ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata la non conformità al requisito minimo “vari modelli (a pallina in ceramica, ad uncino, a triangolo, a pomello ed a punta sferica isolata)” in quanto il dispositivo offerto NON presenta la completezza dei vari modelli richiesti come da elencazione del capitolato tecnico pertanto il prodotto offerto viene dichiarato NON IDONEO e NON ACCEDE alla fase successiva di gara;
- DITTA OLYMPUS ITALIA SRL : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti




80,00. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

- DITTA INNOVAMEDICA SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata la non conformità al requisito minimo “vari modelli (a pallina in ceramica, ad uncino, a triangolo, a pomello ed a punta sferica isolata)” in quanto il dispositivo offerto NON presenta la completezza dei vari modelli richiesti come da elencazione del capitolato tecnico pertanto il prodotto offerto viene dichiarato NON IDONEO e NON ACCEDE alla fase successiva di gara;
- DITTA MEDTRONIC SPA : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata la non conformità al requisito minimo “vari modelli (a pallina in ceramica, ad uncino, a triangolo, a pomello ed a punta sferica isolata)” in quanto il dispositivo offerto NON presenta la completezza dei vari modelli richiesti come da elencazione del capitolato tecnico pertanto il prodotto offerto viene dichiarato NON IDONEO e NON ACCEDE alla fase successiva di gara;

LOTTO 116:

- DITTA PENTAX ITALIA SRL: : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **61,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- OLYMPUS ITALIA SRL: : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- INNOVAMEDICA SPA: : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **61,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;



- AORTA SRL: : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **61,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 117:

- DITTA OLYMPUS ITALIA SRL : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **75,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 118:

- DITTA OLYMPUS ITALIA SRL : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **76,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 119:

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONE ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 120:


- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

- DITTA NEOS MEDICA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata la non conformità al requisito minimo “con foro laterale, per gastroscopi e colonscopi” in quanto il dispositivo offerto NON presenta foro laterale pertanto il prodotto offerto viene dichiarato NON IDONEO e NON ACCEDE alla fase successiva di gara;
- DITTA OLYMPUS ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **76,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA PENTAX MEDICAL SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA INNOVAMEDICA SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **76,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti.

Lotto 121 deserto per mancanza di offerte.

LOTTO 122:

- DITTA NEOS MEDICA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA OLYMPUS ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti






76,00. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

- DITTA INNOVAMEDICA SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **76,00.** Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti.

Alle ore 16.30 la Commissione sospende i lavori di valutazione tecnica fino alla successiva seduta di gara da fissare per il prosieguo delle attività.

Il verbale viene letto e confermato nel suo contenuto pertanto viene sottoscritto come segue.

- Dr. Ugo Germani- in qualità di Presidente 
- Dott.ssa Luisa Riccardi- in qualità di membro 
- Dott. Gabriele Torti- in qualità di membro 
- Dott.ssa Nicoletta Filistauri - segretario verbalizzante 
- Dott.ssa Valentina Alabastri - collaboratore e testimone 
- Dott.ssa Giovanna Carotenuto- collaboratore e testimone 

Perugia 17/01/2023

Spett.le

INNOVAMEDICA SPA

pec: innovamedica@registerpec.it

gare@innovamedica.com

oggetto: Procedura aperta accelerata, in forma centralizzata, per l'affidamento della fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria GARA ANAC 8749975 - Richiesta di chiarimenti ai sensi del par. 15 del DIsCIPLINARE di gara

La Commissione nel corso dell'odierna seduta di valutazione tecnica del prodotto offerto da Codesta Ditta per il lotto n. 104, durante la verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi, ha constatato che rispetto al requisito tecnico minimo "diametro 0,035" e inferiore" nella scheda tecnica veniva offerto espressamente il diametro da 0,035" nonchè la disponibilità di "vari diametri" senza tuttavia dare evidenza nel dettaglio di quali ulteriori diametri presenti in offerta, in particolare se inferiori a 0,035".

Conseguentemente la Commissione ha deciso di avvalersi della facoltà prevista al par. 15 del Disciplinare di gara (la cui legittimità è peraltro confermata da autorevole e consolidata giurisprudenza: *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2022, n. 7882; Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2022, n. 7821; Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2022, n. 1663; Cons. Stato, sez. III, 23 marzo 2022, n. 2130; Cons. Stato, sez. III, 11 agosto 2021, n. 5850; Cons. Stato, sez. III, 9 febbraio 2021, n. 1225; Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680; TRGA Trentino-Alto Adige/Südtirol, Trento, 4 aprile 2022, n. 75; 14 marzo 2022, n. 57; 3 febbraio 2022, n. 22 secondo cui "il soccorso procedimentale assolve alla ben differente funzione di risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica, e ciò tramite l'acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente, a condizione peraltro che tali chiarimenti non assumano carattere integrativo dell'offerta ma siano finalizzati unicamente a consentirne l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del concorrente, superandone eventuali ambiguità") e di invitare Codesta concorrente a fornire chiarimenti in ordine alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione

tecnica precisando espressamente e nel dettaglio le misure dei “vari diametri” offerti di cui ha espresso disponibilità nella scheda tecnica.

La Commissione precisa che la Ditta dovrà rispondere via pec all'indirizzo puntozeroscarl@pec.it entro le ore 12.00 del 24/01/2023.


Si ricorda che la carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara e che in caso di mancato/non esaustivo riscontro sarà parimenti disposta l'esclusione della Ditta in osservanza ai principi di efficienza e tempestività sottesi alla normativa degli appalti pubblici, nel rispetto delle regole di *par condicio* dei concorrenti e tenuto conto del canone di autoresponsabilità del concorrente nella predisposizione delle offerte.

La valutazione delle offerte dell'intero lotto n.104 viene temporaneamente sospesa in attesa di acquisire i chiarimenti dalla Ditta INNOVAMEDICA SPA.

Distinti saluti.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE


Dr. Ugo Germani- Presidente



Dott.ssa Luisa Riccardi- membro



Dott. Gabriele Torti- membro



LOTTO 105- FILO GUIDA METALLICO						
REQUISITI MINIMI			INNOVAMEDICA SPA			
Filo guida metallico			X			
con punta atraumatica flessibile spiralata			X			
da usarsi con i dilatatori SAVARY			X			
Varie misure e lunghezze			X			
pluriuso			X			
			IDONEO			
1	CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DELLA GUIDA La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore qualità del materiale della guida. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
2	FLESSIBILITÀ E ATRAUMATICITA' DELLA PUNTA La commissione valuterà con maggior punteggio la migliore flessibilità e la minore traumaticità mediante esame in vitro. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
3	RIGIDITA' DELLA GUIDA La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore rigidità della guida, in base alla valutazione in vitro. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
4	MANEGGEVOLEZZA E SCORREVOLEZZA La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore scorrevolezza tramite inserimento in catetere. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
5	RADIOCAPITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		5	4	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			64,00			

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Mys", "S.T.S.", and others.

LOTTO 106- FILO GUIDA MONOUSO IN NITINOL																						
REQUISITI MINIMI			ASPEN SANITAS SRL				BOSTON SCIENTIFIC SPA				EUROMEDICAL SRL				M.G. LORENZATTO SRL				MEDITALIA SAS IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA			
Filo guida monouso in nitinol			X				X				X				X				X			
ricoperto in PTFE			X				X				X				X				X			
punta idrofila radiopaca da 5cm a 10cm			X				X				X				X				X			
configurazione dritta e a J			NON HA LA CONFIGURAZIONE A J				X				X				X				X			
varie lunghezze			X				X				X				X				X			
Diametro 0.035"			X				X				X				X				X			
			NON IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO			
1	CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DELLA GUIDA La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore qualità del materiale della guida. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE					PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20					20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO
								1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80				
2	FLESSIBILITÀ E 'ATRAUMATICITA' DELLA PUNTA La commissione valuterà con maggior punteggio la migliore flessibilità e la minore traumaticità mediante esame in vitro. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE					PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20					20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
								1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80				
3	RIGIDITA' DELLA GUIDA La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore rigidità della guida, in base alla valutazione in vitro. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE					PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15					15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
								1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80				
4	MANEGGEVOLEZZA E SCORREVOLEZZA La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore scorrevolezza tramite inserimento in catetere. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE					PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20					20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
								1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80				
5	RADIOCAPITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE					PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		5					5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
								1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00				
TOTALE PUNTEGGIO							80,00				65,00				65,00				61,00			

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTTO 107- KIT PER AGOASPIRATO ECOENDOGUIDATO																		
REQUISITI MINIMI			BOSTON SCIENTIFIC SPA			COOK ITALIA SRL				INNOVAMEDICA SPA				OLYMPUS ITALIA SRL				
Kit per agoaspirato ecoendoguidato			X			X				X				X				
monouso			X			X				X				X				
sterile			X			X				X				X				
con siringa di aspirazione			X			X				X				X				
di vari diametri fino a 20 G.			X			X				X				X				
			IDONEO			IDONEO				IDONEO				IDONEO				
1	RADIOPACITÀ La commissione valuterà la migliore radiopacità in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80				
2	SCORREVOLEZZA La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore scorrevolezza tramite esame in vitro inserimento in catetere. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	
3	MANEGGEVOLEZZA La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore scorrevolezza tramite esame in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	
4	FACILITA' DI RICONOSCIMENTO DEL PRODOTTO IN RAPPORTO AL PACKAGING La commissione valuterà con il maggior punteggio la facilità nel riconoscere la tipologia dell'ago in rapporto al packaging (descrizione del prodotto). Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	0,80	0,80		0,80		
5	ERGONOMIA DEL MANIPOLO La Commissione valuterà la maggiore maneggevolezza ed ergonomia del manipolo post assemblamento tramite esame in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	9	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60		0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			77,00				75,00				63,00				64,00			

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 108- AGO PER PRELIEVO DI TESSUTO ECOENDO GUIDATO																																
REQUISITI MINIMI			BOSTON SCIENTIFIC SPA				COOK ITALIA SRL				INNOVAMEDICA SPA				M.G. LORENZATTO SRL				OLYMPUS ITALIA SRL				MEDTRONIC ITALIA SPA									
Kit per agoaspirato ecoendoguidato			X				X				X				X				X				X									
monouso			X				X				X				X				X				X									
sterile			X				X				X				X				X				X									
per istologia			X				X				X				X				X				X									
con estremità distale adatta all'ottenimento di un frustolo di tessuto			X				X				X				X				X				X									
diametri: 25-22-19 G.			X				X				X				X				X				X									
			IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO									
1	RADIOPIACITÀ La commissione valuterà la migliore radiopacità in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI						
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	18,33333333	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	23,33333333	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO						
				1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		0,60	0,60	0,60		0,80	0,80	0,80		0,80	0,60	0,80		1,00	0,80	1,00						
2	SCORREVOLEZZA La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore scorrevolezza tramite esame in vitro l'inserimento in catetere. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI						
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	9	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	11	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO						
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0,80		0,80	0,80	0,60		0,60	0,60	0,80		0,60	0,80	1,00		1,00	1,00							
3	MANEGGEVOLEZZA La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore scorrevolezza tramite esame in vitro. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI						
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	9	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO						
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0,80		0,80	0,80	0,60		0,60	0,60	0,80		0,80	0,80	1,00		1,00	1,00							
4	FACILITA' DI RICONOSCIMENTO DEL PRODOTTO IN RAPPORTO AL PACKAGING La commissione valuterà con il maggior punteggio la facilità nel riconoscere la tipologia dell'ago in rapporto al packaging (descrizione del prodotto). Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI						
		10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO						
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	1,00	1,00		1,00								
5	ERGONOMIA DEL MANIPOLO La Commissione valuterà la maggiore maneggevolezza ed ergonomia del manipolo post assemblamento tramite esame in vitro. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI						
		15	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	9	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	9	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO						
				0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,80		0,80	0,80	1,00		1,00	1,00							
TOTALE PUNTEGGIO			77,00					75,00					58,00					55,00					61,33					78,33				

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "R", "M", "G", "S", "A", and "P".

LOTTO 109-SISTEMA PER BIOPSIA ECOENDOGUIDATA						
REQUISITI MINIMI			MEDTRONIC ITALIA SPA			
ago sottile di diversi diametri			X			
precaricato sulla medesima piattaforma			X			
manipolo di introduzione ecoendoscopico dedicato			X			
			IDONEO			
	RADIOPACITÀ La commissione valuterà la migliore radiopacità in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica 1 Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	23,33333333	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	OTTIMO
				0,80	1,00	1,00
	SCORREVOLEZZA La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore scorrevolezza tramite esame in vitro inserimento in catetere. 2 Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
	MANEGGEVOLEZZA La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore scorrevolezza tramite esame in vitro. 3 Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
	FACILITA' DI RICONOSCIMENTO DEL PRODOTTO IN RAPPORTO AL PACKAGING La commissione valuterà con il maggior punteggio la facilità nel riconoscere la tipologia dell'ago in rapporto al packaging (descrizione del prodotto). 4 Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
	ERGONOMIA DEL MANIPOLO La Commissione valuterà la maggiore maneggevolezza ed ergonomia del manipolo post assemblamento tramite esame in vitro. 5 Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
TOTALE PUNTEGGIO			78,33			

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

2
-570
on
JH
H
H

LOTTO 110 -KIT CON AGO DA ECOENDOSCOPIA						
REQUISITI MINIMI			COOK ITALIA SRL			
monouso			X			
sterile			X			
per accesso ai dotti biliari ai dotti pancreatici o iniezione di materiale dentro a tessuto.			X			
			IDONEO			
1	RADIOPACITÀ La commissione valuterà la migliore radiopacità in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
2	SCORREVOLEZZA La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore scorrevolezza tramite esame in vitro inserimento in catetere. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
3	MANEGGEVOLEZZA La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore scorrevolezza tramite esame in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
4	FACILITA' DI RICONOSCIMENTO DEL PRODOTTO IN RAPPORTO AL PACKAGING La commissione valuterà con il maggior punteggio la facilità nel riconoscere la tipologia dell'ago in rapporto al packaging (descrizione del prodotto). Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
5	ERGONOMIA DEL MANIPOLO La Commissione valuterà la maggiore maneggevolezza ed ergonomia del manipolo post assemblamento tramite esame in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
TOTALE PUNTEGGIO			75,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "L", "R", "S", "G", and "A".

LOTTO 111 -AGO DA ECOENDOSCOPIA PER CITOLOGIA CON MANDRINO IN NITINOL														
REQUISITI MINIMI			M.G LORENZATTO				INNOVAMEDICA SPA				BOSTON SCIENTIFICA SPA			
da 22-25-15 G			manca requisito minimo misura 15G				manca requisito minimo misura 15G				manca requisito minimo misura 15G			
latex free			NON IDONEO				NON IDONEO				NON IDONEO			
1	RADIOPACITÀ La commissione valuterà la migliore radiopacità in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE												
		25												
2	SCORREVOLEZZA La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore scorrevolezza tramite esame in vitro inserimento in catetere. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE												
		15												
3	MANEGGEVOLEZZA La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore scorrevolezza tramite esame in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE												
		15												
4	FACILITA' DI RICONOSCIMENTO DEL PRODOTTO IN RAPPORTO AL PACKAGING La commissione valuterà con il maggior punteggio la facilità nel riconoscere la tipologia dell'ago in rapporto al packaging (descrizione del prodotto). Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE												
		10												
5	ERGONOMIA DEL MANIPOLO La Commissione valuterà la maggiore maneggevolezza ed ergonomia del manipolo post assemblamento tramite esame in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE												
		15												
TOTALE PUNTEGGIO														

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

av
sta
Ry

LOTTO 112 -AGO ECO-ENDOSCOPICO						
REQUISITI MINIMI			ENDOVASCULA SERVICE SRL			
monopolare raffreddato ad acqua per l'ablazione con radiofrequenza delle lesioni pancreatiche,			X			
lunghezza catetere 150 cm, ago con diametro 18 G e 19G.			X			
Lunghezza da 5mm a 30 mm.			X			
			IDONEO			
1	RADIOCAPITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
2	MANEGGEVOLEZZA E ATRAUMATICITA' La commissione valuterà con maggior punteggio in relazione alla maggiore scorrevolezza del device nel canale operatore e della sua minore traumaticità. Esame in vitro e canale operatore. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
3	ERGONOMIA DEL MANIPOLO La Commissione valuterà la maggiore maneggevolezza ed ergonomia del manipolo post assemblamento tramite esame in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		10	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
4	FACILITA' DI RICONOSCIMENTO DEL PRODOTTO IN RAPPORTO AL PACKAGING La commissione valuterà con il maggior punteggio la facilità nel riconoscere la tipologia dell'ago in rapporto al packaging (descrizione del prodotto). Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		10	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
5	EROGAZIONE DISPERSIONE DELLA RADIOFREQUENZA La Commissione valuterà la migliore erogazione e la minore dispersione della radiofrequenza in base alla letteratura scientifica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			76,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTTO 115 -DISPOSITIVO MONOUSO PER DISSEZIONE SOTTOMUCOSA																		
REQUISITI MINIMI			PENTAX ITALIA SRL				OLYMPUS ITALIA SRL				INNOVAMEDICA SPA				MEDTRONIC ITALIA SPA			
punta elettrificata			x				X				X							
vari modelli (a pallina in ceramica, ad uncino, a triangolo, a pomello ed a punta sferica isolata).			presenta solo un modello di punta				X				non presenta la completezza dei vari modelli richiesti				non presenta la completezza dei vari modelli richiesti			
			NON IDONEO				IDONEO				NON IDONEO				NON IDONEO			
1	FLESSIBILITÀ SCORREVOLEZZA E INDEFORMABILITÀ DEI CATETERI (AGHI) La commissione valuterà la maggior flessibilità, scorrevolezza e capacità di resistere alle deformazioni del device tramite esame in vitro del campione. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI					PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	0				25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO					0			
				FALSO	FALSO	FALSO		1,00	1,00	1,00						FALSO	FALSO	FALSO
2	ERGONOMICITÀ DEL SISTEMA DI IMPUGNATURA/APERTURA La commissione valuterà con il maggiore punteggio il device che dopo ripetuti utilizzi mantiene la maggiore capacità di impugnatura ed apertura tramite valutazione in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		5	0				5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	#VALORE!				0			
				FALSO	FALSO	FALSO		1,00	1,00	1,00		FALSO	FALSO	FALSO		FALSO	FALSO	FALSO
3	FACILITA' DI RICONOSCIMENTO DEL DEVICE La commissione valuterà con il maggior punteggio il prodotto più facilmente riconoscibile dal packaging e dalle indicazioni riportate sull'involucro primario (più esterno). esame in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI					PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	0				25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO					0			
				FALSO	FALSO	FALSO		1,00	1,00	1,00						FALSO	FALSO	FALSO
4	ATRAUMATICITÀ la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per minore traumaticità. da relazione descrittiva e letteratura. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI					PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	0				25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO					0			
				FALSO	FALSO	FALSO		1,00	1,00	1,00						FALSO	FALSO	FALSO
TOTALE PUNTEGGIO			0,00				80,00								0,00			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "av", "A", "2", "sta", and several stylized signatures.

LOTTO 116 -DISPOSITIVO PER DISSEZIONE SOTTOMUCOSA																		
REQUISITI MINIMI		PENTAX ITALIA SRL				OLYMPUS ITALIA SRL				INNOVAMEDICA SPA				AORTA SRL				
con funzione waterjet integrata.		x				x				x				x				
		IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				
1	FLESSIBILITÀ SCORREVOLEZZA E INDEFORMABILITÀ DEI CATETERI (AGHI) La commissione valuterà la maggior flessibilità, scorrevolezza e capacità di resistere alle deformazioni del device tramite esame in vitro del campione. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
2	ERGONOMICITÀ DEL SISTEMA DI IMPUGNATURA/APERTURA La commissione valuterà con il maggiore punteggio il device che dopo ripetuti utilizzi mantiene la maggiore capacità di impugnatura ed apertura tramite valutazione in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		5	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	
3	FACILITA' DI RICONOSCIMENTO DEL DEVICE La commissione valuterà con il maggior punteggio il prodotto più facilmente riconoscibile dal packaging e dalle indicazioni riportate sull'involucro primario (più esterno). esame in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	18,33333333	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	18,33333333	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	18,33333333	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO
				0,80	0,60	0,80		1,00	1,00	1,00		0,60	0,80	0,80		0,80	0,80	0,60
4	ATRAUMATICITÀ la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per minore traumaticità. da relazione descrittiva e letteratura. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	18,33333333	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	18,33333333	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	18,33333333	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,60		1,00	1,00	1,00		0,80	0,60	0,80		0,60	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO		61,67				80,00				61,67				61,67				

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '2' and several cursive signatures.

LOTTO 117 -DISPOSITIVO MONOUSO DI SUPPORTO PER DISSEZIONE SOTTOMUCOSA					
REQUISITI MINIMI		OLYMPUS ITALIA SRL			
con cappuccio e pinza per sollevare il tessuto integrati.		X			
		IDONEO			
FLESSIBILITÀ SCORREVOLEZZA E INDEFORMABILITÀ DEI CATETERI (AGHI) La commissione valuterà la maggior flessibilità, scorrevolezza e capacità di resistere alle deformazioni del device tramite esame in vitro del campione. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
	25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
			0,80	0,80	0,80
ERGONOMICITÀ DEL SISTEMA DI IMPUGNATURA/APERTURA La commissione valuterà con il maggiore punteggio il device che dopo ripetuti utilizzi mantiene la maggiore capacità di impugnatura ed apertura tramite valutazione in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
	5	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
			1,00	1,00	1,00
FACILITA' DI RICONOSCIMENTO DEL DEVICE La commissione valuterà con il maggior punteggio il prodotto più facilmente riconoscibile dal packaging e dalle indicazioni riportate sull'involucro primario (più esterno). esame in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
	25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
			1,00	1,00	1,00
ATRAUMATICITÀ la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per minore traumaticità. da relazione descrittiva e letteratura. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
	25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
			1,00	1,00	1,00
TOTALE PUNTEGGIO		75,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LOTTO 118 - KIT MUCOSECTOMIA						
REQUISITI MINIMI			OLYMPUS ITALIA SRL			
A- Cappuccio distale, per mucosectomia; accessorio da apporre sul terminale distale dello strumento endoscopico per la suzione della mucosa. Cappuccio trasparente per una migliore visione endoscopica con bordo e scanalatura interna per facilitare il posizionamento dell'ansa diatermica, con diametri vari adattabili ai vari strumenti (13-14mm), con distale dritto e obliquo, sterile, monouso.			x			
B- .ansa diatermica per cappuccio: ansa dedicata asimmetrica con diametro mm25 circa, lunghezz ansa circa 230cm, monofilamento, sterile, monouso			x			
			IDONEO			
1	ERGONOMICITÀ DEL SISTEMA La commissione valuterà con punteggio più alto le caratteristiche tecniche del prodotto che agevolano l'applicabilità del device anche in condizioni di stress sfavorevoli. La valutazione avverrà esaminando il campione comprensivo di applicatore. Il coefficiente V(a) _i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
2	DISPONIBILITÀ DI ACCESSORI La commissione valuterà con maggiore punteggio l'offerta con la più ampia disponibilità di accessori presentati nell'offerta tecnica. Il coefficiente V(a) _i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
3	ADATTABILITÀ DELL'ANSA AL CAPPuccio La commissione valuterà con punteggio più alto la capacità dell'ansa di adattarsi alla scanalatura e alla forma del cappuccio. Valutazione in vitro. Il coefficiente V(a) _i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
4	ATRAUMATICITÀ la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per minore traumaticità. da relazione descrittiva e letteratura. Il coefficiente V(a) _i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
TOTALE PUNTEGGIO			76,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "av", "Z", "yf", "pl", and "GWS".

LOTTO 119 - KIT MUCOSECTOMIA						
REQUISITI MINIMI			BOSTON SCIENTIFIC SPA			
A. Cappuccio distale, con lacci premontati, per mucosectomia; accessorio da apporre sul terminale distale dello strumento endoscopico per la suzione della mucosa. Cappuccio trasparente per una migliore visione endoscopica			X			
B- ansa diatermica dedicata monouso			X			
			IDONEO			
1	ERGONOMICITÀ DEL SISTEMA La commissione valuterà con punteggio più alto le caratteristiche tecniche del prodotto che agevolano l'applicabilità del device anche in condizioni di stress sfavorevoli. La valutazione avverrà esaminando il campione comprensivo di applicatore. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
2	DISPONIBILITÀ DI ACCESSORI La commissione valuterà con maggiore punteggio l'offerta con la più ampia disponibilità di accessori presentati nell'offerta tecnica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
3	ADATTABILITÀ DELL'ANSA AL CAPPuccio La commissione valuterà con punteggio più alto la capacità dell'ansa di adattarsi alla scanalatura e alla forma del cappuccio. Valutazione in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
4	ATRAUMATICITÀ la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per minore traumaticità. da relazione descrittiva e letteratura. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			64,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "STB" and "my".

LOTTO 120 - CAPPuccio DISTANZIATORE																										
REQUISITI MINIMI		M.G LORENZATTO SRL					NEOS MEDICA SRL					OLYMPUS ITALIA SRL					PENTAX MEDICAL SRL					INNOVAMEDICA SPA				
monouso		x					X					X					X					X				
trasparente		x					X					X					X					X				
dritto		x					X					X					X					X				
con foro laterale, per gastroscopi e colonscopi		x					MANCA IL FORO LATERALE					X					X					X				
		IDONEO					NON IDONEO					IDONEO					IDONEO					IDONEO				
1	STABILITA' DEL PRODOTTO La commissione valuterà con maggiore punteggio il prodotto che garantisce la maggiore stabilità durante l'utilizzo a tal fine sarà testato dalla Commissione in vitro attraverso l'immersione. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI					PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI				
				PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO						OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO				
				0,80	0,80	0,80						1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00				
2	COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL MATERIALE La commissione valuterà con maggiore punteggio il prodotto che presenta una maggiore trasparenza, morbidezza e atraumaticità a tal fine sarà testato dalla Commissione in vitro. Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI					PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI				
				PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO						OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO		PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO				
				0,80	0,80	0,80						1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00				
3	SEMPLICITÀ D'UTILIZZO, MANEGGEVOLEZZA E VERSATILITA' DEL DISPOSITIVO La commissione valuterà con punteggio maggiore il prodotto più semplice da usare, più maneggevole (da applicazione in vitro) e più versatile (cioè adattabile ai vari tipi di endoscopi disponibili sul mercato risultante da schede tecniche). Il coefficiente V(a) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI					PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI				
				PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO						PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		PIU' CHE ADEGUATO						
				0,80	0,80	0,80						0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80						
TOTALE PUNTEGGIO		64,00					0,00					76,00					64,00					76,00				

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTTO 122 -DISPOSITIVO MONOUSO PER DISTENSIONE PLICHE IN COLONSCOPIA

REQUISITI MINIMI	NEOS MEDICA SRL	OLYMPUS ITALIA SRL	INNOVAMEDICA SPA
da montare all'estremità dell'endoscopio,	X	X	X
con sistema (es: ring/alette) per ottenere la distensione delle pliche in colonscopia.	X	X	X
	IDONEO	IDONEO	IDONEO

1	STABILITA' DEL PRODOTTO La commissione valuterà con maggiore punteggio il prodotto che garantisce la maggiore stabilità durante l'utilizzo a tal fine sarà testato dalla Commissione in vitro attraverso l'immersione. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
2	COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL MATERIALE La commissione valuterà con maggiore punteggio il prodotto che presenta una maggiore trasparenza, morbidezza e atraumaticità a tal fine sarà testato dalla Commissione in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		35	28	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	35	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	35	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
3	SEMPLICITÀ D'UTILIZZO, MANEGGEVOLEZZA E VERSATILITA' DEL DISPOSITIVO La commissione valuterà con punteggio maggiore il prodotto più semplice da usare, più maneggevole (da applicazione in vitro) e più versatile (cioè adattabile ai vari tipi di endoscopi disponibili sul mercato risultante da schede tecniche). Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			64,00				76,00				76,00			

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.