

OGGETTO: PROCEDURA APERTA ACCELERATA AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA

VERBALE N. 6 DEL 04/01/2023

Premesso che

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora PuntoZero S.c.ar.l.) del 11/10/2022 è stata indetta "Procedura aperta accelerata ai sensi dell'art. 60, comma 3, per l'affidamento della fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria", suddivisa in 141 lotti merceologici con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo i criteri espressamente riportati in corrispondenza di ciascun lotto, nella colonna "F" della Tabella lotti e valori del fascicolo di gara (Allegato A) e come appresso sinteticamente illustrati:
 - o minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice;
 - o offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 6, tenuto conto che il punteggio economico rappresenta il 20% del punteggio complessivo mentre il punteggio qualità rappresenta l'80% del punteggio complessivo che è pari a 100 punti;
 - o ai sensi dell'art. 35, comma 11, dando contestualmente atto della sussistenza delle condizioni di applicabilità;
- in considerazione del particolare momento storico caratterizzato da estrema variabilità dei costi delle materie prime e delle conseguenti ripercussioni sui prezzi di riferimento dei dispositivi medici nonché tenuto conto dell'alta specialità tecnologica dei prodotti messi a gara contraddistinti da un elevato grado di obsolescenza nel breve termine, tale da incidere anche nelle pratiche cliniche, la fornitura avrà una durata di 24 mesi;
- il valore economico stimato pertanto dell'intero appalto è di seguito illustrato.
 - o Il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi ammonta ad € 21.752.905,00 (IVA esclusa).
 - o I fabbisogni complessivi stimati regionali biennali potranno essere incrementati in misura non superiore al 10%, secondo le previsioni di cui all par. 3.2.2 del Disciplinare di gara, con

- conseguente proporzionale variazione del valore complessivo stimato regionale suindicato (vedasi colonna "Q" della Tabella lotti e valori, All. cit.).
- o I fabbisogni complessivi stimati regionali biennali potranno essere incrementati ovvero decrementati, in relazione alle esigenze effettive che in concreto andranno a determinarsi nel corso della fornitura, in misura non superiore al 50%, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione di cui al par. 3.2.1, determinando un incrementabilità del valore biennale regionale dell'appalto di € 10.876.452,50 (IVA esclusa, ovvero riducibili fino alla medesima quota). Conseguente il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi comprensivo della quota massima opzionale ammonta ad € 32.629.357,50 (IVA esclusa).
 - o il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi, comprensivo degli eventuali incrementi sopra detti (opzionali, di cui ai par. 3.2.1 e 3.2.2 del Disciplinare di gara) ammonta ad € 33.714.441,00 (IVA esclusa).
 - o Gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali trattandosi di fornitura senza posa in opera sono pari ad € 0,00.
- ad eccezione dei lotti n. 11-12-21-24-29-40-43-74-108-123-124-125-133-137-141 per i quali è prevista la stipula di un accordo quadro plurifornitore ex art. 54 del Codice tra PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria, per tutti gli altri lotti è prevista l'aggiudicazione nei confronti dell'unico fornitore aggiudicatario e la conseguente cessazione dei compiti del RUP della procedura di gara (salvo quanto disposto al punto 3.2.1 del Disciplinare). Ciascuna Azienda Sanitaria provvederà alla conseguente stipula di un contratto di fornitura con l'unico operatore economico aggiudicatario;
 - per i lotti suindicati (n. 11-12-21-24-29-40-43-74-108-123-124-125-133-137-141) è prevista la stipula di appositi accordi quadro plurifornitore ex art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, senza ulteriori confronti competitivi, tra PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria. In tal caso al RUP della procedura di gara che resta confermato anche per la relativa fase esecutiva, compete l'eventuale attivazione delle opzioni di cui al par. 3.2 del Disciplinare di gara, rimanendo in capo alle singole Aziende sanitarie l'eventuale sottoscrizione di contratti esecutivi dell'accordo quadro e l'emissione degli ordinativi di fornitura.
 - In considerazione della necessità di contenere la durata dell'iter di gara all'interno di un contenuto arco temporale in vista delle prossime scadenze delle forniture in corso, ed al fine di garantire la semplificazione e la speditezza dell'azione amministrativa, nella presente procedura le offerte

tecniche saranno esaminate prima della documentazione economica ed amministrativa in applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale di cui al comma 8, dell'art. 133, del D.Lgs. 50/2016 che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019, come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito con legge 108/2021), si applica anche ai settori ordinari. La Stazione Appaltante garantisce in ogni caso la verifica, in modo imparziale e trasparente, dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione escludendo la possibilità di addivenire all'aggiudicazione nei confronti di uno o più offerenti che avrebbe/avrebbero dovuto essere escluso/esclusi ai sensi dell'art. 136 o che non soddisfa i criteri di selezione;

- Viste le imminenti scadenze dei contratti di fornitura per i dispositivi oggetto della presente procedura, evidenziate dalle Aziende Sanitarie, si è reso necessario espletare la gara nella modalità della procedura aperta accelerata ai sensi dell'art. 60, comma 3, fissando il termine di presentazione delle offerte non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara, al fine di garantire alle Aziende sanitarie la tempestiva attivazione della fornitura in oggetto, il conseguente rispetto dei livelli di servizio pubblico erogato dalle Strutture di Endoscopia Digestiva delle Aziende sanitarie regionali dell' Umbria, nel preminente interesse pubblico di tutela della salute coerentemente con l'art. 32 della Costituzione;
- in data 03/11/2022 ore 13:00:00 è spirato il termine di presentazione delle offerte, comprendente anche le campionature quali parti integranti dell'offerta medesima;
- con provvedimento dell'Amministratore unico di Puntozero Scarl del 24/11/2022 è stata nominata la commissione giudicatrice composta come segue:

❖ Dr. Ugo Germani – Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva- Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Presidente;

❖ Dott.ssa Luisa Riccardi – Dirigente Medico UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Azienda Usl Umbria 1, in qualità di membro;

❖ Dott. Gabriele Torti – Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva – Azienda Usl Umbria 2, in qualità di membro.

E, con funzioni di segretario verbalizzante, è stata altresì nominata la Dott.ssa Nicoletta Filistauri di PuntoZero Scarl;

- la Commissione giudicatrice suddetta si è riunita per la prima riunione in data 2/12/2022 dando inizio alle operazioni di apertura delle offerte tecniche e conseguente valutazione delle stesse;

TANTO PREMESSO

Il Presidente della Commissione dà atto che in data odierna 04/01/2023 alle ore 8.40 si è nuovamente riunita, presso la sede legale di Puntozero Scarl, la Commissione Giudicatrice regolarmente costituita alla presenza di tutti i componenti sopra enunciati in premesse, unitamente alla Dott.ssa Nicoletta Filistauri che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, con la collaborazione della Dott.ssa Giovanna Carotenuto di Puntozero scarl e della Dott.ssa Valentina Alabastri di Puntozero Scarl.


Si procede ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 50/2016, mediante piattaforma di eprocurement Net4Market che assicura la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

La Commissione giudicatrice dopo aver riepilogato le attività precedentemente svolte, verifica e ricorda che le campionature sono rimaste conservate, dall'ultima seduta di gara, presso i locali degli uffici di PuntoZero Scarl in armadiatura chiusa a chiave, dove si svolgono le sedute di gara. Le campionature vengono di volta in volta aperte in occasione della valutazione tecnica da svolgersi per ogni lotto: sia per quanto concerne la verifica dell'idoneità tecnica (corrispondenza alle caratteristiche minime coerentemente alla lex specialis par. 22.2) che per la valutazione di qualità, comprendente anche l'espletamento di prove in vitro ove previste e la conseguente assegnazione dei punteggi rispetto alle caratteristiche preferenziali.

La Commissione pertanto continua l'attività di valutazione tecnica avviata nella precedente seduta di gara del 29/12/2022, esaminando le ulteriori Ditte partecipanti per singoli lotti, il cui esito viene di seguito riepilogato con allegazione al presente verbale delle griglie contenenti la valutazione nel dettaglio:

LOTTO 61:

- DITTA CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un



punteggio di qualità pari a punti **58,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

- DITTA MEDITALIA SAS IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **49,33**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA QURE SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **48,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 62:

- DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON SOCIO UNICO: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA INNOVAMEDICA SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **73,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

Several handwritten signatures in blue ink are visible in the bottom right corner of the page. There are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or names, written in a cursive style.

LOTTO 63:

- DITTA CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **59,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA ASPEN SANITAS SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA QURE SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **62,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 64:

- DITTA ASPEN SANITAS SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA QURE SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **62,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 65:

- DITTA DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT: La Commissione constata che dalla documentazione tecnica presentata e dall'esame della campionatura il prodotto offerto dalla Ditta non corrisponde a quello richiesto dal Capitolato tecnico "SONDA TRANSGASTRICA PER ALIMENTAZIONE DIGIUNALE" in quanto sia nella documentazione di offerta tecnica della Ditta che dal campione presentato si rileva che trattasi di *"un sondino naso digiunale e non una sonda transgastrica"*. Per tali circostanze la Commissione giudicatrice rileva la NON IDONEITA' del prodotto offerto che conseguentemente non accede alle successive fasi di gara.
- DITTA INNOVAMEDICA SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi constatandone la NON sussistenza in quanto nella documentazione di offerta tecnica del prodotto si evince che "è assente la misura da 10FR" e per tale ragione, essendo difforme ad un requisito minimo previsto a pena di esclusione, il prodotto offerto è dichiarato NON IDONEO e non accede alle fasi successive di gara;

Per tali ragioni il lotto n. 65 si dà atto che risulta deserto.

Per il lotto n.66 non sono pervenute offerte; si dà pertanto atto che il lotto è deserto.

LOTTO 67:

- DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 68:

- DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il

prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 69:

- DITTA CARDINAL HEALTH ITALY SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **54,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 70:

- DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **56,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA COOK ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;


LOTTO 71:

- DITTA INNOVAMEDICA SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

Per i lotti nn. 72 e 73 non sono pervenute offerte; si dà atto pertanto che i lotti sono deserti.

LOTTO 74:

- DITTA ASPEN SANITAS SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **73,33**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA HD HEALTH DEFENCE SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **51,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA M.G. LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di



- qualità pari a punti **51,33** Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA EUROMEDICAL SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **48,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
 - DITTA MEDITALIA SAS IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **48,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
 - DITTA COOK ITALIA SRL :La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
 - DITTA OLYMPUS ITALIA SRL :La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **52,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
 - DITTA PENTAX ITALIA SRL CON SOCIO UNICO: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica

pl
G. G. G.
Z. M.
Q.

assegnando un punteggio di qualità pari a punti **48,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 75:

- DITTA MEDITALIA SAS IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **65,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 76:

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **60,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA M.G. LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **59,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA HD HEALTH DEFENCE SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **49,67** Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA INNOVAMEDICA SPA : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto

Handwritten signatures and initials:
YJ-Sar
Z. P. R. A.
M. I.

offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00** Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;


- DITTA MEDITALIA SAS IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **48,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA EUROMEDICAL SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **59,00** .Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA OLYMPUS ITALIA SRL : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **59,00**.Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 77:

- DITTA MEDITALIA SAS IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 78:

- DITTA MEDITALIA SAS IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **32,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **76,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA HD HEALTH DEFENCE SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **76,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA INNOVAMEDICA SPA : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **60,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA PENTAX ITALIA SRL CON SOCIO UNICO: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **50,00**. Ai sensi del par. 17.3 del



Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;





LOTTO 79:

- DITTA HD HEALTH DEFENCE SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **60,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA M.G. LORENZATTO SRL : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

Si allegano le griglie di valutazione di ogni lotto valutato nella seduta odierna.

Alle ore 14.30 la Commissione sospende i lavori di valutazione tecnica fino alla successiva seduta di gara da fissare per il prosieguo delle attività.

Il verbale viene letto e confermato nel suo contenuto pertanto viene sottoscritto come segue.

- Dr. Ugo Germani- in qualità di Presidente 
- Dott.ssa Luisa Riccardi- in qualità di membro 
- Dott. Gabriele Torti- in qualità di membro 
- Dott.ssa Nicoletta Filistauri - segretario verbalizzante 
- Dott.ssa Valentina Alabastri - collaboratore e testimone 
- Dott.ssa Giovanna Carotenuto- collaboratore e testimone 

LOTTO 61 -SONDA DI RICAMBIO PEG														
REQUISITI MINIMI			DITTA CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL				DITTA MEDITALIA SAS				DITTA QURE SRL			
Sonda di ricambio PEG sonda in silicone o materiale equivalente biocompatibile			x				x				x			
sistema a palloncino marcatura graduata per verifica posizionamento			x				x				x			
parte distale rastremata sterile			x				x				x			
monouso diametro 24 Fr			x				x				x			
connessione enfit			x				x				x			
Assenza di Lattice			x				x				x			
Ftalati			x				x				x			
			IDONEO				IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	CARATTERISTICHE DEL MATERIALE IN TERMINI DI RESISTENZA E BIOCOMPATIBILITÀ (TEMPO DI PERMANENZA DELLA SONDA). la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per capacità di non deteriorarsi con il tempo, capacità di mantenere in situ dopo il posizionamento, possibilità di controllare il corretto posizionamento del catetere transcutaneo. La valutazione è eseguita sul campione Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	18,33333333	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	10	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO
				0,60	0,60	0,60		0,80	0,60	0,80		0,40	0,40	0,40
2	ATRAUMATICITÀ, RASTREMATURA DELLA PUNTA. la Commissione valuterà con il massimo punteggio l'ergonomicità del sistema di bloccaggio alla parete che assicura meno traumaticità e maggiore protezione della fistola di parete. Verrà valutato la facilità dell'introduzione del catetere attraverso il giudizio delle caratteristiche e del disegno della punta. esame in vitro Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	10	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO
				0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60		0,40	0,40	0,40
3	VARIABILITÀ DI DIAMETRI. La Commissione valuterà con il massimo punteggio l'offerta che presenta la gamma più ampia di diametri. Valutazione scheda tecnica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	8	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00		0,40	0,40	0,40		1,00	1,00	1,00
4	FACILITA' DI RIMOZIONE la Commissione valuterà con il massimo punteggio il dispositivo che presenta la più agevole rimozione e il minor traumatismo ad essa correlata. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame sul campione	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		10	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	
TOTALE PUNTEGGIO			58,00				49,33				48,00			

GIUDIZIO
OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

LOTTO 62 -SONDA PEG-J										
REQUISITI MINIMI			DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON SOCIO UNICO				DITTA INNOVAMEDICA			
Sonda PEG-J in materiale morbido biocompatibile radiopaco			X				X			
diametro 9/10 FR			X				X			
per nutrizione digiunale distale			X				X			
da inserire in sonda PEG			X				X			
sterile			X				X			
monouso			X				X			
			IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	COMPATIBILITÀ E SCORREVOLEZZA CON IL SISTEMA PEG la Commissione valuterà con maggior punteggio la facilità del posizionamento della sonda J attraverso il sistema PEG. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00
2	CARATTERISTICHE DEL MATERIALE IN TERMINI DI RIGIDITÀ La Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per capacità di non deteriorarsi con il tempo. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	21,66666667	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		1,00	0,80	0,80
3	STABILITÀ DEL SISTEMA DI CONNESSIONE la Commissione valuterà con punteggio più alto la facilità del sistema di bloccaggio alla parete che assicura meno traumaticità e maggiore protezione della fistola di parete. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00
4	ASSEMBLAGGIO E COMPLETEZZA DEL KIT la Commissione valuterà con il massimo punteggio la presentazione,la completezza e la facilità di assemblaggio del kit. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			64,00				73,67			

GIUDIZIO
OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LOTTO 63 - DISPOSITIVO A BOTTONE PER ADULTI														
REQUISITI MINIMI			DITTA CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL				DITTA ASPEN SANITAS				DITTA QURE			
Dispositivo a bottone per adulti a basso profilo, in materiale biocompatibile			X				X				X			
dotato di valvola antireflusso e adattatori sconnettibili			X				X				X			
Varie misure con tubi per alimentazione e decompressione			X				X				X			
Assenza di lattice			X				X				X			
pvc e ftalati			X				X				X			
Connessione ENFIT			X				X				X			
			IDONEO				IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	SISTEMA DI BLOCCAGGIO la Commissione valuterà con punteggio più alto la facilità del sistema di bloccaggio alla parete che assicura meno traumaticità e maggiore protezione della fistola di parete. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,60	0,60	0,60		1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80
2	QUALITÀ DEL MATERIALE (RIGIDITÀ,TRASPARENZA, RESISTENZA) la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per capacità di non deteriorarsi con il tempo, tenuta del palloncino dopo il posizionamento, possibilità di controllare il corretto posizionamento del device e tempo di permanenza in situ del device. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica, relazione tecnica e da prova in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	22	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00		0,60	0,80	0,80
3	ASSEMBLAGGIO E COMPLETEZZA DEL KIT la Commissione valuterà con il massimo punteggio la presentazione,la completezza e la facilità di assemblaggio del kit. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			59,00				80,00				62,00			

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTTO 64 - DISPOSITIVO A BOTTONE PEDIATRICO										
REQUISITI MINIMI			DITTA ASPEN SANITAS				DITTA QURE			
Dispositivo a bottone pediatrico a basso profilo, in materiale biocompatibile			X				X			
dotato di valvola antireflusso e adattatori sconnettibili			X				X			
Varie misure con tubi per alimentazione e decompressione			X				X			
Assenza di lattice			X				X			
pvc e ftalati			X				X			
Connessione ENFIT			X				X			
			IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	SISTEMA DI BLOCCAGGIO la Commissione valuterà con punteggio più alto la facilità del sistema di bloccaggio alla parete che assicura meno traumaticità e maggiore protezione della fistola di parete. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80
2	QUALITÀ DEL MATERIALE (RIGIDITÀ,TRASPARENZA, RESISTENZA) la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per capacità di non deteriorarsi con il tempo, tenuta del palloncino dopo il posizionamento, possibilità di controllare il corretto posizionamento del device e tempo di permanenza in situ del device. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica, relazione tecnica e da prova in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	22	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,60
3	ASSEMBLAGGIO E COMPLETEZZA DEL KIT la Commissione valuterà con il massimo punteggio la presentazione,la completezza e la facilità di assemblaggio del kit. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			80,00				62,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 65 - SONDA TRANSGASTRICA PER ALIMENTAZIONE DIGIUNALE										
REQUISITI MINIMI			DITTA INNOVAMEDICA SPA				DITTA DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT			
da 10 fr e tratto terminale radiopaco.			ASSENTE (non ha la misura da 10FR)				trattasi di un prodotto differente: presenta il sondino naso digiunale e non una sonda transgastrica (sia nella scheda tecnica che nel campione presentato)			
			NON IDONEO				NON IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	CARATTERISTICHE DEL MATERIALE IN TERMINI DI RESISTENZA BIOCOMPATIBILITÀ la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per capacità di non deteriorarsi con il tempo, capacità di mantenere in situ dopo il posizionamento, possibilità di controllare il corretto posizionamento del catetere transcutaneo. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE								
		30								
2	ATRAUMATICITÀ E RASTREMATURA DELLA PUNTA la Commissione valuterà con il massimo punteggio l’ergonomicità del sistema di bloccaggio alla parete che assicura meno traumaticità e maggiore protezione della fistola di parete. Verrà valutato la facilità dell’introduzione del catetere attraverso il giudizio delle caratteristiche e del disegno della punta. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE								
		30								
3	VARIABILITÀ DI DIAMETRI la Commissione valuterà con il massimo punteggio l’offerta che presenta la gamma più ampia di diametri. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE								
		30								
TOTALE PUNTEGGIO										

GIUDIZIO

- OTTIMO
- PIU' CHE ADEGUATO
- ADEGUATO
- PARZIALMENTE ADEGUATO
- SCARSAMENTE ADEGUATO
- INADEGUATO

COEFFICIENTI

- 1,00
- 0,80
- 0,60
- 0,40
- 0,20
- 0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTTO 67 - SONDA DIGIUNALE PER DIGIUNOSTOMIA						
REQUISITI MINIMI			FRESENIUS KABI ITALIA SRL			
vari diametri			x			
connessione ENFIT			x			
			IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	CARATTERISTICHE DEL MATERIALE IN TERMINI DI RESISTENZA E BIOCOMPATIBILITÀ (TEMPO DI PERMANENZA DELLA SONDA). la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per capacità di non deteriorarsi con il tempo, capacità di mantenere in situ dopo il posizionamento, possibilità di controllare il corretto posizionamento del catetere transcutaneo. La valutazione è eseguita sul campione Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
2	ATRAUMATICITÀ, RASTREMATURA DELLA PUNTA. la Commissione valuterà con il massimo punteggio l'ergonomicità del sistema di bloccaggio alla parete che assicura meno traumaticità e maggiore protezione della fistola di parete. Verrà valutato la facilità dell'introduzione del catetere attraverso il giudizio delle caratteristiche e del disegno della punta. esame in vitro Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
3	VARIABILITÀ DI DIAMETRI. La Commissione valuterà con il massimo punteggio l'offerta che presenta la gamma più ampia di diametri. Valutazione scheda tecnica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	4	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO
				0,20	0,20	0,20
4	FACILITA' DI RIMOZIONE la Commissione valuterà con il massimo punteggio il dispositivo che presenta la più agevole rimozione e il minor traumatismo ad essa correlata. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame sul campione	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
TOTALE PUNTEGGIO			64,00			

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTTO 68 - SONDA COASSIALE BILUME RADIOPACA PER ASPIRAZIONE GASTRICA						
REQUISITI MINIMI			FRESENIUS KABI ITALIA SRL			
regolabile			X			
Dotata di fori laterali sia nella parte gastrica che digiunale.			X			
Lunghezza di almeno 160 cm			X			
Sterile, monouso.			X			
			IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	SCORREVOLEZZA DEL SISTEMA La commissione valuterà la maggior scorrevolezza del device tramite esame del campione. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
2	ATRAUMATICITA' la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per minore traumaticità. la Commissione valuterà con il massimo punteggio l'offerta che presenta la gamma più completa di misure presentate nella schede tecnica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
3	QUALITÀ DEL MATERIALE la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta materiali più performanti. Da relazione illustrativa e schede tecniche. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
4	RADIOCAPITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità tramite schede tecniche e letteratura scientifica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00
TOTALE PUNTEGGIO			80,00			

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

ay YJ-513
2 Pw

LOTTO 69 -SONDINO NASO-DIGIUNALE PER NUTRIZIONE ENTERALE										
REQUISITI MINIMI			CARDINAL HEALTH ITALY SRL				DITTA DANONE NUTRICIA SPA SOCIETA' BENEFIT			
con dispositivo radiopaco terminale			X				X			
lunghezza minima di 130 cm			X				X			
applicabile con filo guida e dotato di foro in punta (all'apice prossimale) per applicazione			X				X			
Vari calibri			X				X			
Sterile, monouso.			X				X			
			IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	CARATTERISTICHE DEL MATERIALE IN TERMINI DI SCORREVOLEZZA E BIOCOMPATIBILITÀ La commissione valuterà la maggior flessibilità e scorrevolezza del device tramite esame del campione. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	18	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		0,60	0,60	0,60
2	DISPONIBILITÀ DI VARI DIAMETRI E LUNGHEZZE La commissione valuterà il maggior numero di diametri e lunghezze offerte indicate nella scheda tecnica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		0,60	0,60	0,60
3	RADIOCAPITÀ E CAPACITÀ DI PROGRESSIONE E ANTIDISLOCAMENTO IN SENSO ORO CAUDALE La commissione valuterà positivamente la maggiore capacità del filo guida di non migrare verso il basso. Schede tecniche e letteratura scientifica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			64,00				54,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LOTTO 70 -SONDINO NASO-DIGIUNALE PER NUTRIZIONE ENTERALE										
REQUISITI MINIMI			FRESENIUS KABI ITALIA SRL				COOK ITALIA SRL			
regolabile			X				X			
Dotata di fori laterali sia nella parte gastrica che digiunale.			X				X			
Lunghezza di almeno 160 cm			X				X			
Sterile, monouso.			X				X			
			IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	SCORREVOLEZZA DEL SISTEMA La commissione valuterà la maggior scorrevolezza del device tramite esame del campione. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,60	0,60	0,60		1,00	1,00	1,00
2	ATRAUMATICITA' la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per minore traumaticità. la Commissione valuterà con il massimo punteggio l’offerta che presenta la gamma più completa di misure presentate nella schede tecnica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,60	0,60	0,60		1,00	1,00	1,00
3	QUALITÀ DEL MATERIALE la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta materiali più performanti. Da relazione illustrativa e schede tecniche. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,60	0,60	0,60		1,00	1,00	1,00
3	RADIOPACITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità tramite schede tecniche e letteratura scientifica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
TOTALE PUNTEGGIO			56,00				80,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "G. S. S.", "2", "P. N.", and "M. J.".

LOTTO 71-SONDINO NASO-DIGIUNALE PER NUTRIZIONE ENTERALE						
REQUISITI MINIMI			INNOVAMEDICA SPA			
inseribile senza guida radiologica			X			
Dotato di foro (all'aice prossimale) in punta per applicazione			X			
			IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	SCORREVOLEZZA DEL SISTEMA La commissione valuterà la maggior scorrevolezza del device tramite esame del campione. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
2	ATRAUMATICITA' la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per minore traumaticità. la Commissione valuterà con il massimo punteggio l'offerta che presenta la gamma più completa di misure presentate nella schede tecnica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
3	QUALITÀ DEL MATERIALE la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta materiali più performanti. Da relazione illustrativa e schede tecniche. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
4	RADIOPACITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità tramite schede tecniche e letteratura scientifica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			64,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTTO 74 -PINZE MONOUSO PER BIOSIA																																							
REQUISITI MINIMI				ASPEN SANTAS SRL				BOSTON SCIENTIFIC SPA				HD HEALTH DEFENCE SPA				M.G LORENZATTO SRL				MEDITALIA IMPORT/EXPORT SAS				COOK ITALIA SRL				EUROMEDICAL SRL				OLYMPUS ITALIA SRL				DITTA PENTAX ITALIA SRL CON SOCIO UNICO			
con valze fenestrate				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
con e senza ago di reperimento,				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
evito essere nei diversi tipi per esofago-gastro-colonosopia, adulti e pediatriche,				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
varie misure (standard, large,extra large, pediatriche)				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
con codice colore nel packaging per distinguere la lunghezza.				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
REQUISITI PREFERENZIALI				IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	FLESSIBILITÀ E SCORREVOLEZZA DEL SISTEMA. La commissione valuterà con maggiore punteggio la maggior flessibilità e scorrevolezza del device tramite esame del campione. Il coefficiente V(g) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretivamente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame del campione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI					
				PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	16,66666667	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	18,33333333	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	25	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO						
				0,90	0,90	0,90	25	1,00	1,00	1,00	0,80	0,60	0,60	0,90	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60						
2	ERGONOMIA E SICUREZZA DEL SISTEMA DI IMPIANTAZIONE/ASPORTAZIONE. La commissione valuterà con maggiore punteggio il migliore sistema di apertura e chiusura delle valze controllato dall'impugnatura del device. Esame del campione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI					
				OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	25	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO					
				1,00	0,80	1,00	25	1,00	1,00	1,00	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60						
3	MORSO ADEGUATO DELLA VALVA (NON TROPPO TAGLIANTE). La commissione giudicherà con maggior punteggio il prodotto in grado di assicurare il maggiore livello di tenuta e una minore traumaticità. Il coefficiente V(g) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discretivamente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame del campione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI					
				OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	18	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	18	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	22	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	18	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO					
				1,00	1,00	1,00	30	1,00	1,00	1,00	0,80	0,60	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60						
TOTALE PUNTEGGIO				73,33				88,00				51,67				51,33				48,00				88,00				48,00				52,00				48,00			

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,90
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature at the top right and several smaller initials below it.

LOTTO 75 -PINZA MONOUSO BIOPSIA MULTIPRELIEVO						
REQUISITI MINIMI			MEDITALIA IMPORT/EXPORT SAS			
valve in nitinol,			X			
prelievo fino a 4 campioni in un unico passaggio			X			
canale operativo minimo 2.8 mm, lunghezza 240 mm			X			
			IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	FLESSIBILITÀ E SCORREVOLEZZA DEL SISTEMA La commissione valuterà con maggiore punteggio la maggior flessibilità e scorrevolezza del device tramite esame del campione. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame del campione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
2	ERGONOMICITÀ DEL SISTEMA DI IMPUGNATURA/APERTURA La commissione valuterà con maggiore punteggio il migliore sistema di apertura e chiusura delle valve controllato dall'impugnatura del device. Esame del campione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	21,66666667	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO
				0,80	0,80	1,00
3	MORSO ADEGUATO DELLA VALVA (NON TROPPO TAGLIENTE) La commissione giudicherà con maggior punteggio il prodotto in grado di assicurare il maggior prelievo di tessuto e una minore traumaticità. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame del campione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			65,67			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

LOTTO 76-PINZA MONOUSO PER BIOPSIA HOT																																							
REQUISITI MINIMI		BOSTON SCIENTIFIC SPA				M.G. LORENZATTO SRL				HD HEALTH DEFENCE SPA				INNOVAMEDICA SPA				MEDITALIA SAS IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA				EUROMEDICAL SRL				OLYMPUS ITALIA SRL													
pinza a caldo		X				X				X				X				X				X				X													
per gastro e colon		X				X				X				X				X				X				X													
REQUISITI PREFERENZIALI		IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO													
		VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE													
1	FLESSIBILITÀ E SCORREVOLEZZA DEL SISTEMA La commissione valuterà con maggiore punteggio la maggior flessibilità e scorrevolezza del device tramite esame del campione. Il coefficiente V(i) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame del campione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI									
				PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO		ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO		ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO		ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO		ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO		ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO			
				0,80	0,80	0,80		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60		
2	ERGONOMICITÀ DEL SISTEMA DI IMPUGNATURA/APERTURA La commissione valuterà con maggiore punteggio il migliore sistema di apertura e chiusura delle valve controllato dall'impugnatura del device. Esame del campione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI					
				PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	
				0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	MORSO ADEGUATO DELLA VALVA (NON TROPPO TAGLIANTE) La commissione giudicherà con maggior punteggio il prodotto in grado di assicurare il maggior prelievo di tessuto e una minore traumaticità. Il coefficiente V(i) sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame del campione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI					
				ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO		PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO		PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,60	0,80	0,60		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO		60,00				59,00				49,67				64,00				48,00				59,00				59,00													

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00







LOTTO 77 -PINZA MONOUSO PER POLIPI DIMINUTIVI						
REQUISITI MINIMI			MEDITALIA SAS IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA			
compatibile cn canale operativo da 2.8 mm e 3.7 mm o superiore			X			
lunghezze: 160 cm e 240 cm			X			
			IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	FLESSIBILITÀ E SCORREVOLEZZA DEL SISTEMA La commissione valuterà con maggiore punteggio la maggior flessibilità e scorrevolezza del device tramite esame del campione. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame del campione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
2	ERGONOMICITÀ DEL SISTEMA DI IMPUGNATURA/APERTURA La commissione valuterà con maggiore punteggio il migliore sistema di apertura e chiusura delle valve controllato dall'impugnatura del device. Esame del campione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
3	MORSO ADEGUATO DELLA VALVA (NON TROPPO TAGLIENTE) La commissione giudicherà con maggior punteggio il prodotto in grado di assicurare il maggior prelievo di tessuto e una minore traumaticità. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame del campione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			64,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

pl
GJ-STB
R
a

LOTTO 79 -PINZE PLURIUSO PER BIOPSIA										
REQUISITI MINIMI			HD HEALTH DEFENCE SPA				M.G. LORENZATTO SRL			
con tratto terminale snodato da 7 a 10 cm			X				X			
compatibile con strumento a visione laterale.			X				X			
			IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	FLESSIBILITÀ, SCORREVOLEZZA DEL SISTEMA E INDEFORMABILITÀ La commissione valuterà la maggior flessibilità, scorrevolezza e capacità di resistere alle deformazioni del device tramite esame in vitro del campione. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame del campione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		10	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00
2	ERGONOMICITÀ DEL SISTEMA DI IMPUGNATURA/APERTURA La commissione valuterà con il maggiore punteggio la pinza che risponde meglio alle sollecitazioni di apertura e chiusura (rapporto 1 a 1). Inoltre valuterà l'ergonomicità dell'impugnatura del manipolo del device. valutazione in vitro. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
3	STRESS DA USURA La commissione valuterà con il maggiore punteggio la pinza che presenta la minore tendenza al deterioramento con l'utilizzo ripetuto. Nello specifico si giudicherà meglio il device in grado di mantenere il rapporto di apertura e chiusura (1 a 1). Relazione tecnica e letteratura scientifica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00
4	MORSO ADEGUATO DELLA VALVA (NON TROPPO TAGLIENTE) La commissione valuterà con maggiore punteggio alla pinza che mantiene la presa dopo ripetuti utilizzi; valutazione in vitro della capacità di presa della pinza dopo ripetuti utilizzi. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Esame del campione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	18	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,60	0,60	0,60		1,00	1,00	1,00
TOTALE PUNTEGGIO			60,00				80,00			

GIUDIZIO
OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.