


OGGETTO: PROCEDURA APERTA ACCELERATA AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA – APPROVAZIONE DEL FASCICOLO DI GARA E INDIZIONE. CODICE GARA ANAC 8749975

VERBALE N. 3 DEL 15/12/2022

Premesso che

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora PuntoZero S.c.ar.l.) del 11/10/2022 è stata indetta “Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art. 60, comma 3, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria”, suddivisa in 141 lotti merceologici con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo i criteri espressamente riportati in corrispondenza di ciascun lotto, nella colonna “F” della Tabella lotti e valori del fascicolo di gara (Allegato A) e come appresso sinteticamente illustrati:
 - o minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice;
 - o offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 6, tenuto conto che il punteggio economico rappresenta il 20% del punteggio complessivo mentre il punteggio qualità rappresenta l’80% del punteggio complessivo che è pari a 100 punti;
 - o ai sensi dell’art. 35, comma 11, dando contestualmente atto della sussistenza delle condizioni di applicabilità;
- in considerazione del particolare momento storico caratterizzato da estrema variabilità dei costi delle materie prime e delle conseguenti ripercussioni sui prezzi di riferimento dei dispositivi medici nonché tenuto conto dell’alta specialità tecnologica dei prodotti messi a gara contraddistinti da un elevato grado di obsolescenza nel breve termine, tale da incidere anche nelle pratiche cliniche, la fornitura avrà una durata di 24 mesi;
- il valore economico stimato pertanto dell’intero appalto è di seguito illustrato.

- o Il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi ammonta ad € 21.752.905,00 (IVA esclusa).
 - o I fabbisogni complessivi stimati regionali biennali potranno essere incrementati in misura non superiore al 10%, secondo le previsioni di cui al par. 3.2.2 del Disciplinare di gara, con conseguente proporzionale variazione del valore complessivo stimato regionale suindicato (vedasi colonna "Q" della Tabella lotti e valori, All. cit.).
 - o I fabbisogni complessivi stimati regionali biennali potranno essere incrementati ovvero decrementati, in relazione alle esigenze effettive che in concreto andranno a determinarsi nel corso della fornitura, in misura non superiore al 50%, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione di cui al par. 3.2.1, determinando un incrementabilità del valore biennale regionale dell'appalto di € 10.876.452,50 (IVA esclusa, ovvero riducibili fino alla medesima quota). Conseguente il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi comprensivo della quota massima opzionale ammonta ad € 32.629.357,50 (IVA esclusa).
 - o il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi, comprensivo degli eventuali incrementi sopra detti (opzionali, di cui ai par. 3.2.1 e 3.2.2 del Disciplinare di gara) ammonta ad € 33.714.441,00 (IVA esclusa).
 - o Gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali trattandosi di fornitura senza posa in opera sono pari ad € 0,00.
- ad eccezione dei lotti n. 11-12-21-24-29-40-43-74-108-123-124-125-133-137-141 per i quali è prevista la stipula di un accordo quadro plurifornitore ex art. 54 del Codice tra PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria, per tutti gli altri lotti è prevista l'aggiudicazione nei confronti dell'unico fornitore aggiudicatario e la conseguente cessazione dei compiti del RUP della procedura di gara (salvo quanto disposto al punto 3.2.1 del Disciplinare). Ciascuna Azienda Sanitaria provvederà alla conseguente stipula di un contratto di fornitura con l'unico operatore economico aggiudicatario;
 - per i lotti suindicati (n. 11-12-21-24-29-40-43-74-108-123-124-125-133-137-141) è prevista



la stipula di appositi accordi quadro plurifornitore ex art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, senza ulteriori confronti competitivi, tra PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria. In tal caso al RUP della procedura di gara che resta confermato anche per la relativa fase esecutiva, compete l'eventuale attivazione delle opzioni di cui al par. 3.2 del Disciplinare di gara, rimanendo in capo alle singole Aziende sanitarie l'eventuale sottoscrizione di contratti esecutivi dell'accordo quadro e l'emissione degli ordinativi di fornitura.

- In considerazione della necessità di contenere la durata dell'iter di gara all'interno di un contenuto arco temporale in vista delle prossime scadenze delle forniture in corso, ed al fine di garantire la semplificazione e la speditezza dell'azione amministrativa, nella presente procedura le offerte tecniche saranno esaminate prima della documentazione economica ed amministrativa in applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale di cui al comma 8, dell'art. 133, del D.Lgs. 50/2016 che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019, come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito con legge 108/2021), si applica anche ai settori ordinari. La Stazione Appaltante garantisce in ogni caso la verifica, in modo imparziale e trasparente, dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione escludendo la possibilità di addivenire all'aggiudicazione nei confronti di uno o più offerenti che avrebbe/avrebbero dovuto essere escluso/esclusi ai sensi dell'art. 136 o che non soddisfa i criteri di selezione;
- Viste le imminenti scadenze dei contratti di fornitura per i dispositivi oggetto della presente procedura, evidenziate dalle Aziende Sanitarie, si è reso necessario espletare la gara nella modalità della procedura aperta accelerata ai sensi dell'art. 60, comma 3, fissando il termine di presentazione delle offerte non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara, al fine di garantire alle Aziende sanitarie la tempestiva attivazione della fornitura in oggetto, il conseguente rispetto dei livelli di servizio pubblico erogato dalle Strutture di Endoscopia Digestiva delle Aziende sanitarie regionali dell' Umbria, nel preminente interesse pubblico di tutela della salute coerentemente con l'art. 32 della Costituzione;



- in data 03/11/2022 ore 13:00:00 è spirato il termine di presentazione delle offerte, comprendente anche le campionature quali parti integranti dell'offerta medesima;
- con provvedimento dell'Amministratore unico di Puntozero Scarl del 24/11/2022 è stata nominata la commissione giudicatrice composta come segue:

- ❖ Dr. Ugo Germani – Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva- Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Presidente;
- ❖ Dott.ssa Luisa Riccardi – Dirigente Medico UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Azienda Usl Umbria 1, in qualità di membro;
- ❖ Dott. Gabriele Torti – Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva – Azienda Usl Umbria 2, in qualità di membro.

E, con funzioni di segretario verbalizzante, è stata altresì nominata la Dott.ssa Nicoletta Filistauri di PuntoZero Scarl;

- la Commissione giudicatrice suddetta si è riunita per la prima riunione in data 2/12/2022 dando inizio alle operazioni di apertura delle offerte tecniche e conseguente valutazione delle stesse;

TANTO PREMESSO

Il Presidente della Commissione dà atto che in data odierna 15/12/2022 alle ore 8.30 si è nuovamente riunita, presso la sede legale di Puntozero Scarl, la Commissione Giudicatrice regolarmente costituita alla presenza di tutti i componenti sopra enunciati in premesse, unitamente alla Dott.ssa Nicoletta Filistauri che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, con la collaborazione della Dott.ssa Giovanna Carotenuto di Puntozero scarl e della Dott.ssa Valentina Alabastri di Puntozero Scarl.

Si procede ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 50/2016, mediante piattaforma di eprocurement Net4Market che assicura la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.



Handwritten signatures of the commission members and secretary, including the name 'STZ' in the center.

La Commissione giudicatrice preliminarmente esamina la nota pervenuta dalla Ditta COOK ITALIA SRL ed acquisita agli atti con Protocollo 0011397 del 14/12/2022 con la quale viene richiesta la rivalutazione dell'esclusione dal lotto n.4 disposta per mancanza del requisito minimo "compatibile con sistema a rapido scambio". Si procede quindi a riesaminare la documentazione tecnica della Ditta per il lotto in discussione; la Commissione dà atto che la Ditta ha utilizzato una definizione non convenzionale per indicare la caratteristica richiesta e senza specifica indicazione all'interno del Modello di offerta tecnica predisposto dalla Stazione Appaltante per agevolare i lavori della Commissione e pertanto non facilmente rilevabile.

La Commissione dispone la riammissione in gara dell'offerta in discussione e all'esito del riesame conferma la sussistenza di tutti i requisiti tecnici minimi; procede alla valutazione di qualità assegnando il punteggio di **61,33** con conseguente superamento della soglia di sbarramento di cui alla *lex specialis* di gara (48 punti) e procede a trasmettere gli atti al RUP per le comunicazioni conseguenti. Le griglie recanti l'esito complessivo del lotto n.4 a seguito di valutazione sono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante.

La Commissione giudicatrice dopo aver riepilogato le attività precedentemente svolte, verifica e ricorda che le campionature sono rimaste conservate, dall'ultima seduta di gara, presso i locali degli uffici di PuntoZero Scarl in armadiatura chiusa a chiave, dove si svolgono le sedute di gara. Le campionature vengono di volta in volta aperte in occasione della valutazione tecnica da svolgersi per ogni lotto: sia per quanto concerne la verifica dell'idoneità tecnica (corrispondenza alle caratteristiche minime coerentemente alla *lex specialis* par. 22.2) che per la valutazione di qualità, comprendente anche l'espletamento di prove in vitro ove previste e la conseguente assegnazione dei punteggi rispetto alle caratteristiche preferenziali.

La Commissione pertanto continua l'attività di valutazione tecnica avviata nella precedente seduta di gara del 07/12/2022, esaminando le ulteriori Ditte partecipanti per singoli lotti, il cui esito viene di seguito riepilogato con allegazione al presente verbale delle griglie contenenti la valutazione nel dettaglio:

LOTTO 19:

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, likely representing the members of the Commission or the RUP.

- DITTA ASPEN SANITAS: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA EUROMEDICAL SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **45,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **MANCATO SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA H.D. HEALTH DEFENCE : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **23,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **MANCATO SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA MEDITALIA S.A.S IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **32,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **MANCATO SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 22:

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **68,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;



- DITTA OLYMPUS SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **68,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 23

- DITTA AORTA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA H.D. HEALTH DEFENCE : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA OLYMPUS : La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **76,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 24

- DITTA AORTA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **52,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including the word 'STER' and the number '22'.

- DITTA ASPEN SANITAS SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **59,33**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA COOK ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **78,33**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA M.G. LORENZATTO: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **60,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **60,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 25

- DITTA ASPEN SANITAS SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **78,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;



- DITTA COOK ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **56,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA EUROMEDICAL SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **59,33**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA H.D. HEALTH DEFENCE: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **46,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **MANCATO SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA LUME IMPORT SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **46,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **MANCATO SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA M.G. LORENZATTO: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **50,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA MEDIMAR SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di



qualità pari a punti **44,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **MANCATO SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

- DITTA MEDITALIA S.A.S IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **50,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA PENTAX ITALIA S.R.L. con socio unico: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **50,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 26

- DITTA MEDIMAR SRL: La Commissione constata che in luogo della campionatura richiesta la Ditta presenta una dichiarazione che viene allegata e acquisita agli atti, dichiarando *“non abbiamo in magazzino il modello di ansa indicato in sede di gara”* e procedono ad inviare differente dispositivo al fine di dimostrare la qualità del monofilamento. Per tali ragioni, stante la sostanziale discordanza tra il dispositivo richiesto in gara (ansa) e quello offerto in campionatura (pinza), in applicazione alle previsioni di cui al par. 15.1 del Disciplinare di gara la Ditta viene ESCLUSA DALLA GARA (*“A pena di esclusione le campionature presentate devono corrispondere a quanto dichiarato nell’offerta tecnica”*).
- DITTA ASPEN SANITAS SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di



qualità pari a punti **74,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

- DITTA H.D. HEALTH DEFENCE: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto **IDONEO**; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **44,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **MANCATO SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA M.G. LORENZATTO: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto **IDONEO**; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **58,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA MEDITALIA S.A.S IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto **IDONEO**; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **54,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 27

- DITTA MEDIMAR SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e constata la mancanza del requisito minimo "*diametro maggiore di 5 cm*" e dichiara il prodotto offerto **NON IDONEO**; procede quindi alla **ESCLUSIONE**.
- DITTA PENTAX ITALIA S.R.L. con socio unico: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto **IDONEO**; procede quindi alla valutazione tecnica



assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 28

- DITTA EUROMEDICAL SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **66,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA M.G. LORENZATTO: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **54,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA COOK ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **74,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA MEDITALIA S.A.S IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **46,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **MANCATO SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;



LOTTO 29







- DITTA M.G. LORENZATTO: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **52,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA MEDITALIA S.A.S IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **51,33**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA H.D. HEALTH DEFENCE: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **46,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **MANCATO SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA INNOVAMEDICA SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **74,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **70,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;



- DITTA OLYMPUS ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **62,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del **SUPERAMENTO** della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

Alle ore 14.40 la Commissione sospende i lavori di valutazione tecnica fino alla successiva seduta di gara da fissare per il prosieguo delle attività.

Il verbale viene letto e confermato nel suo contenuto pertanto viene sottoscritto come segue.

- Dr. Ugo Germani, in qualità di Presidente 
- Dott.ssa Luisa Riccardi, in qualità di membro 
- Dott. Gabriele Torti in qualità di membro 
- Dott.ssa Nicoletta Filistauri - segretario verbalizzante 
- Dott.ssa Valentina Alabastri - collaboratore e testimone 
- Dott.ssa Giovanna Carotenuto- collaboratore e testimone 



COOK ITALIA S.R.L.
VIA GALILEO GALILEI, 32
20834 - NOVA MILANESE (MB)
ITALIA
TEL: +39 02 69682853
E-MAIL: IT.ORDERS@COOKMEDICAL.COM
E-MAIL: GARE@COOKMEDICAL.COM
FAX: UFF. ORDINI +39 02 69682854
FAX: UFF. GARE E PREVENTIVI +39 02 69430252
WWW.COOKMEDICAL.COM

Spetta.le
PUNTOZERO S.c.a. r.l.
Via G. B. Pontani, 39
06128 - PERUGIA

Alla c.a. Del Responsabile del procedimento Dr.ssa Nicoletta Filistauri

PEC: puntozeroscarl@pec.it

Lì, 13 dicembre 2022

Dossier 232888

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l'affidamento della fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria.

Facciamo seguito alla Vostra comunicazione del 9/12/2022 con la quale ci avete comunicato l'esclusione dal Lotto 4 per mancanza del requisito minimo "compatibile con sistema a rapido scambio".

Poiché riteniamo che, trattandosi di errore così palese, l'inesatta valutazione operata dalla Commissione possa essere frutto di una mera svista, con la presente La invitiamo, quale RUP della procedura in oggetto, a provvedere a riconvocare la Commissione Giudicatrice affinché riveda il giudizio espresso sulla nostra offerta tecnica ed assuma le conseguenti determinazioni in merito.

Nell'attesa di adeguato e tempestivo riscontro, ci è gradita l'occasione per inviare i migliori saluti.

COOK ITALIA Srl

Allegati:

- scheda tecnica
- relazione tecnica

LOTTO 4 - DILATATORI BILIARI A PALLONCINO A SCAMBIO RAPIDO														
REQUISITI MINIMI			DITTA BOSTON				DITTA COOK				DITTA EUROMEDICAL			
monouso			X				x				X			
sterili			X				x				X			
doppio lume			X				x				X			
posizionabili attraverso il canale operativo dello strumento endoscopico			X				x				X			
materiale plastico a bassa compliance			X				x				X			
devono accettare il filo guida da 0.035.			X				x				X			
Palloni di vari diametri e lunghezze.			X				x				X			
Compatibile con sistema a rapido scambio.			X				x				X			
USO GRATUITO il manometro e la siringa di gonfiaggio.			X				x				X			
			IDONEO				IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE							
1	RADIOCAPITÀ E VISIBILITÀ DEL CATETERE E DEL PALLONE: La commissione valuterà la maggiore radiopacità e la migliore visibilità del catetere e del pallone tramite esame del campione	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	22	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	22	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		0,80	0,60	0,80		0,80	0,60	0,80
2	FLESSIBILITÀ DEL CATETERE La commissione valuterà la maggior flessibilità del catetere tramite esame del campione	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	18,33333333	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	18,33333333	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		0,80	0,60	0,80		0,60	0,80	0,80
3	ADATTABILITÀ DEL PALLONCINO/MANOVRABILITÀ FORZA RADIALE La commissione valuterà la migliore adattabilità , la migliore manovrabilità e la migliore forza radiale del palloncino.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
4	VARIABILITÀ MISURE La commissione valuterà il maggior numero di diametri e lunghezza del pallone offerte.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		5	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00		
TOTALE PUNTEGGIO			80,00				61,33				61,33			

GIUDIZIO
OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 19 - CLIP EMOSTATICA ENDOSCOPICA RIMOVIBILE																						
REQUISITI MINIMI			DITTA ASPEN SANITAS				DITTA EUROMEDICAL SRL				DITTA H.D. HEALTH DEFENCE				DITTA MEDITALIA S.A.S IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA							
Clip emostatica rimovibile con apertura da 11 mm e con possibilità di ampliare l'apertura fino a 16 mm,			X				X				X				X							
rotanti			X				X				X				X							
riapribili			X				X				X				X							
certificata per utilizzo con il duodenoscopio			X				X				X				X							
monouso			X				X				X				X							
sterile			X				X				X				X							
			IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO							
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE							
1	RESISTENZA ALLO STRESS DI APPLICAZIONE La commissione valuterà con maggior punteggio la risposta della CLIP allo stimolo di rotazione con strumento in retroflessione e in caso di utilizzo con strumento a visione laterale.Valutazione in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI				
		40	40	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	18,66666667	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	8	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	8	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO				
				1,00	1,00	1,00		0,60	0,40	0,40		0,20	0,20	0,20		0,20	0,20	0,20				
2	TENUTA CLIPS La commissione valuterà con il punteggio più alto la clip con maggiore capacità di chiusura: valutazione in vitro della capacità di mantenere le valve ravvicinate una volta chiusa la clip.Valutazione in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI				
		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	4	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	8	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO				
				1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60		0,20	0,20	0,20		0,40	0,40	0,40				
3	DISPONIBILITÀ DIVERSE MISURE Maggiore punteggio alla maggiore varietà di fogge e misure offerte.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI				
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	9	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO				
				1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		0,60	0,60	0,60		1,00	1,00	1,00				
4	FACILITÀ SISTEMA DI RILASCIO La commissione valuterà con il maggior punteggio il sistema più ergonomico. valutazione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI				
		5	5	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	3	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	2,666666667	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	1	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO				
				1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60		0,40	0,60	0,60		0,20	0,20	0,20				
TOTALE PUNTEGGIO			80,00					45,67					23,67					32,00				

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

Handwritten signatures and initials:

- Top right: "av" and a large signature.
- Middle right: "S. D. S." and a signature.
- Bottom right: "2" and a signature.
- Far bottom right: "ny" and a signature.

LOTTO 22 - CATETERE EMOSTATICO BIPOLARE PER ELETTRO-COAGULAZIONE										
REQUISITI MINIMI			DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA				DITTA OLYMPUS			
monouso			X				X			
con e senza ago, da 7 e 10 fr			X				X			
Lunghezza oltre i 210 cm			X				X			
certificata per utilizzo con il duodenoscopio			X				X			
Compatibile con elettrobisturi in dotazione			X				X			
			IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	SCORREVOLEZZA DEL DEVICE La commissione valuterà la maggiore scorrevolezza del device. Valutazione in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	28	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	OTTIMO	28	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO
				0,80	1,00	1,00		1,00	0,80	1,00
2	ATRAUMATICITA' DEL CATETERE SULLA SUPERFICIE DI CONTATTO La commissione valuterà con maggior punteggio il device con la minore traumaticità alla prova in vitro e relazione tecnica.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	16	OTTIMO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	16	ADEGUATO	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO
				1,00	0,60	0,80		0,60	1,00	0,80
3	SICUREZZA DEL DEVICE La commissione valuterà con maggior punteggio il device che presenta minori rischi sul paziente. Valutazione scheda tecnica.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			68,00				68,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 23 - ANSA PER PROFILASSI EMORRAGICA														
REQUISITI MINIMI			DITTA AORTA				DITTA H.D. HEALTH DEFENCE				DITTA OLYMPUS			
composta da: sonda con dispositivo di sganciamento lacci per incarcerare polipi, preventivamente alla polipectomia, ed evitarne il sanguinamento			X				X				X			
Sistema premontato, monouso			X				X				X			
Sterile			X				X				X			
Possibilità di utilizzo in canale endoscopico da 2,8 mm			X				X				X			
lunghezza introduttore 230 cm circa			X				X				X			
diametro ansa 30 mm circa.			X				X				X			
			IDONEO				IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	ERGONOMICITÀ DEL SISTEMA La commissione valuterà con punteggio più alto le caratteristiche tecniche del prodotto che agevolano l'applicabilità del device anche in condizioni di stress sfavorevoli. La valutazione avverrà esaminando il campione comprensivo di applicatore	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80
2	QUALITA' DEL MATERIALE La commissione valuterà con maggior punteggio il device con la minore traumaticità alla prova in vitro e relazione tecnica	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	
3	CONTROLLO DEL SISTEMA DI APERTURA/CHIUSURA La commissione valuterà con maggiore punteggio il migliore il miglior rapporto fra apertura e chiusura del loop - controller del manipolo. Esame del campione in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	
TOTALE PUNTEGGIO			80,00				80,00				76,00			

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 24 - SOSTANZE EMOSTATICHE																																				
REQUISITI MINIMI		DITTA AORTA						DITTA ASPEN SANITAS						DITTA COOK ITALIA SRL						DITTA M.G. LORENZATTO						DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA										
spray, polvere o gel che si attivino sia al momento del sanguinamento in atto o anche senza sanguinamento		X						X						X						X						X										
Utilizzo per via endoscopica.		X						X						X						X						X										
		IDONEO						IDONEO						IDONEO						IDONEO						IDONEO										
REQUISITI PREFERENZIALI		VALUTAZIONE COMMISSIONE						VALUTAZIONE COMMISSIONE						VALUTAZIONE COMMISSIONE						VALUTAZIONE COMMISSIONE						VALUTAZIONE COMMISSIONE										
1	ERGONOMIA DELL'APPLICATORE La commissione valuterà con punteggio più alto le caratteristiche tecniche del prodotto che agevolano l'applicabilità del device anche in condizioni di stress sfavorevoli. La valutazione avverrà esaminando il campione comprensivo di applicatore.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI										
		25	18,33333333	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	23,33333333	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	OTTIMO	18,33333333	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	18,33333333	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	18,33333333	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO										
				0,80	0,80	0,60		0,80	0,80	0,80		0,80	1,00	1,00		0,80	0,60	0,80		0,60	0,80	0,80														
2	COMPLETEZZA DEL KIT La Commissione valuterà positivamente la più ampia disponibilità di varie misure del catetere.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI										
		20	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	14,66666667	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	14,66666667	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	14,66666667	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	14,66666667	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO										
				0,60	0,60	0,60		0,60	0,80	0,80		0,80	1,00	1,00		1,00	0,60	0,80		0,80	0,80	0,80		0,60												
3	FACILITÀ DI UTILIZZO La commissione valuterà la semplicità e la velocità di assemblaggio per l'utilizzo del prodotto tramite esame del campione.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI										
		20	13,33333333	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	14,66666667	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO										
				0,80	0,60	0,60		0,80	0,80	0,60		1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60														
4	TEMPO DI EMOSTASI La Commissione prediligerà il minor tempo di emostasi del prodotto offerto in condizioni standard. Il tempo di emostasi dovrà risultare dalla scheda tecnica	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI										
		15	9	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	10	ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO										
				0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60		0,80	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00												
TOTALE PUNTEGGIO		52,67							59,33							78,33							60,00							60,00						

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

[Handwritten signatures and initials]

506 78 21
 1111
 1111

LOTTO 26 - ANSA MONOUSO DA POLIPECTOMIA MONOFILAMENTO																											
REQUISITI MINIMI			DITTA ASPEN SANITAS				DITTA H.D. HEALTH DEFENCE				DITTA M.G. LORENZATTO				DITTA MEDIMAR				DITTA MEDITALIA								
monofilamento rotante e non			X				X				X				X				X								
varie dimensioni, varie aperture e lunghezza, varie forme			X				X				X				X				X								
compatibili con canale operativo minimo 2.8 mm			X				X				X				X				X								
			IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO								
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE								
1	MANEGGEVOLEZZA DEL MECCANISMO DI APERTURA La commissione valuterà positivamente il prodotto più maneggevole sulla base della campionatura ricevuta	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI					
		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	6,666666667	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	10,66666667	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	0				12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO					
				1,00	1,00	1,00		0,40	0,40	0,20		0,40	0,60	0,60		FALSO	FALSO	FALSO		0,60	0,60	0,60					
2	DISPONIBILITÀ DI DIAMETRI E CONFORMAZIONI La commissione valuterà con maggiore punteggio l'offerta con la più ampia gamma di diametri, misure e conformazioni	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI					
		30	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0				24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO					
				0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		FALSO	FALSO	FALSO		0,80	0,80	0,80					
3	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI RIGIDITÀ E PERFORMANCE (RISPOSTA ALLA CHIUSURA, NON DEFORMABILITÀ DELL'ANSA E DELLA GUAINA) La commissione valuterà con maggiore punteggio il prodotto offerto in cui siano maggiormente presenti le caratteristiche sopra elencate da esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI					
		30	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	8	PARZIALMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	18	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	0				18	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO					
				1,00	1,00	1,00		0,40	0,20	0,20		0,60	0,60	0,60		FALSO	FALSO	FALSO		0,60	0,60	0,60					
TOTALE PUNTEGGIO			74,00					44,67					58,67					0,00	NON VALUTABILE PER CAMPIONE DIFFERENTE DALLA SCHEDA TECNICA E NON ATTINENTE				54,00				

GIUDIZIO
OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00


-Gottlieb-





LOTTO 27 - ANSA MONOUSO PLURIFILAMENTO										
REQUISITI MINIMI			DITTA MEDIMAR				DITTA PENTAX ITALIA SRL			
monouso plurifilamento			X				X			
di diametro maggiore di 5 cm			ASSENTE				X			
adatte a canale operativo 2,8 e lunghezza di circa 240 cm			X				X			
			NON IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	MANEGGEVOLEZZA DEL MECCANISMO DI APERTURA La commissione valuterà positivamente il prodotto più maneggevole sulla base della campionatura ricevuta	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	0				16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				FALSO	FALSO	FALSO		0,80	0,80	0,80
2	DISPONIBILITÀ DI DIAMETRI E CONFORMAZIONI La commissione valuterà con maggiore punteggio l'offerta con la più ampia gamma di diametri, misure e conformazioni	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	0				24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				FALSO	FALSO	FALSO		0,80	0,80	0,80
3	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI RIGIDITÀ E PERFORMANCE (RISPOSTA ALLA CHIUSURA, NON DEFORMABILITA' DELL'ANSA E DELLA GUAINA) La commissione valuterà con maggiore punteggio il prodotto offerto in cui siano maggiormente presenti le caratteristiche sopra elencate da esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	0				24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				FALSO	FALSO	FALSO		0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			0,00				64,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

av
Sott. del
H
Mg

LOTTO 28 - ANSA DA POLIPECTOMIA ASIMMETRICA PLURIFILAMENTO																			
REQUISITI MINIMI		DITTA EUROMEDICAL				DITTA M.G LORENZATTO				DITTA COOK ITALIA SRL				DITTA MEDITALIA S.A.S					
Ansa da polipectomia crescent		X				X				X				X					
monouso		X				X				X				X					
diametri da 15 a 30 mm circa		X				X				X				X					
canale operativo minimo 2.8 mm		X				X				X				X					
varie lunghezze		X				X				X				X					
		IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO					
REQUISITI PREFERENZIALI		VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE					
1	MANEGGEVOLEZZA DEL MECCANISMO DI APERTURA La commissione valuterà positivamente il prodotto più maneggevole sulla base della campionatura ricevuta	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	ADEGUATO	8	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	8	SCARSAMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	
				0,80	1,00	0,60		0,40	0,40	0,40		1,00	1,00	1,00		0,20	0,40	0,60	
2	DISPONIBILITÀ DI DIAMETRI E CONFORMAZIONI La commissione valuterà con maggiore punteggio l'offerta con la più ampia gamma di diametri, misure e conformazioni	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		30	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00	
3	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI RIGIDITÀ E PERFORMANCE (RISPOSTA ALLA CHIUSURA, NON DEFORMABILITA' DELL'ANSA E DELLA GUAINA) La commissione valuterà con maggiore punteggio il prodotto offerto in cui siano maggiormente presenti le caratteristiche sopra elencate da esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		30	20	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	16	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	8	PARZIALMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	
				0,80	0,60	0,60		0,60	0,40	0,60		1,00	1,00	1,00		0,40	0,20	0,20	
TOTALE PUNTEGGIO		66,00				54,00				74,00				46,00					

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 28 - ANSA DA POLIPECTOMIA ASIMMETRICA PLURIFILAMENTO																		
REQUISITI MINIMI			DITTA EUROMEDICAL			DITTA M.G LORENZATTO				DITTA COOK ITALIA SRL				DITTA MEDITALIA S.A.S				
Ansa da polipectomia crescent			X			X				X				X				
monouso			X			X				X				X				
diametri da 15 a 30 mm circa			X			X				X				X				
canale operativo minimo 2.8 mm			X			X				X				X				
varie lunghezze			X			X				X				X				
			IDONEO			IDONEO				IDONEO				IDONEO				
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				
1	MANEGGEVOLEZZA DEL MECCANISMO DI APERTURA La commissione valuterà positivamente il prodotto più maneggevole sulla base della campionatura ricevuta	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	ADEGUATO	8	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	8	SCARSAMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO
				0,80	1,00	0,60		0,40	0,40	0,40		1,00	1,00	1,00		0,20	0,40	0,60
2	DISPONIBILITÀ DI DIAMETRI E CONFORMAZIONI La commissione valuterà con maggiore punteggio l'offerta con la più ampia gamma di diametri, misure e conformazioni	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00
3	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI RIGIDITÀ E PERFORMANCE (RISPOSTA ALLA CHIUSURA, NON DEFORMABILITA' DELL'ANSA E DELLA GUAINA) La commissione valuterà con maggiore punteggio il prodotto offerto in cui siano maggiormente presenti le caratteristiche sopra elencate da esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	20	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	16	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	8	PARZIALMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO
				0,80	0,60	0,60		0,60	0,40	0,60		1,00	1,00	1,00		0,40	0,20	0,20
TOTALE PUNTEGGIO			66,00			54,00				74,00				46,00				

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

Handwritten signatures and initials.