

PROCEDURA APERTA, DISPOSITIVI MEDICI PER OFTALMOLOGIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA, CODICE GARA ANAC 8686711

VERBALE 1

SEDUTA DI GARA

3/11/2022 ORE 10:00

Negli uffici dell'Ospedale di Orvieto sito in Orvieto (TR) in Loc.Ciconia1, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Andrea Ciucci, apre la seduta telematica relativa alla procedura in oggetto, per la quale si avvale della collaborazione della Sig.ra Brunella Pasquini dipendente della Centrale Regionale Acquisti in Sanità, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

Premesso che

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute s.c. a r.l. del 15/09/2022, si è provveduto ad indire gara e ad approvare il relativo fascicolo per l'affidamento della la Fornitura di Dispositivi Medici per oftalmologia occorrenti alle aziende sanitarie e ospedaliere della regione Umbria (lotti non aggiudicat), da svolgersi ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016, in forma centralizzata, con modalità telematiche ai sensi dell'art.58 del medesimo decreto, per il tramite della piattaforma Net4market, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl, suddivisa in 42 lotti con aggiudicazione, per singoli lotti:
 - secondo il criterio del prezzo più basso per i lotti n1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-25-36-37-38-39-40 con aggiudicazione al prezzo più basso nella scheda di gara 1 - MP;
 - secondo il miglior rapporto qualità/prezzo (OEPV), ai sensi di quanto previsto all'art. 95 c.4 del D.lgs. 50/2016, per i lotti 41 e 42 nella scheda di gara 2-OEPV.
- sono stati pubblicati sulla piattaforma di eprocurement Net4Market i relativi chiarimenti - costituenti anch'essi *lex specialis* di gara- pervenuti entro il 10/10/2022 con relative risposte dalla Stazione appaltante pubblicate il 19/10/2022 e riportati anche sul sito web di PuntoZero scarl nella sezione dedicata alla presente procedura, dandone contestuale visibilità a tutte le ditte profilate sul sistema Net4Market;

tanto premesso

Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare di gara, la seduta si svolge in modalità telematica, senza la presenza del pubblico.

La seduta si svolgerà mediante piattaforma Net4Market attraverso la quale l'O.E. precedentemente abilitato potrà verificare *ex post*, l'avvenuta apertura dei plichi virtuali di gara e della busta virtuale amministrativa.

L'utilizzo della piattaforma telematica garantisce in ogni caso, ai sensi di legge, la segretezza e l'inviolabilità delle offerte a prescindere dalla presenza del pubblico. Le attività svolte sono

riepilogate nel pedissequo verbale odierno.

Il RUP ricorda che, come previsto dalle norme di gara, si procederà nella seduta odierna a:

1. verificare il deposito telematico della documentazione inviata dai concorrenti e, una volta aperte le relative cartelle;
2. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Il RUP preleva le buste amministrative selezionando l'apposito pulsante "Apri busta amministrativa in modalità seduta pubblica" verifica che le ditte partecipanti sopra elencate, abbiano provveduto al deposito telematico della documentazione amministrativa nei termini e con le modalità prescritte dalle norme di gara, riscontrandone la tempestività.

L'operazione viene compiuta sia per la sezione MP (Minor Prezzo) che per la sezione OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa).

Il RUP visualizza mediante piattaforma telematica le ditte partecipanti ed i relativi lotti per i quali si sono abilitate e che di seguito si riportano:

Ditte partecipanti	Lotti (abilitazione)
ABBVIE S.R.L.	2
ALFA INTES S.R.L.	1, 28, 38
BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD	9, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 27
CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO	42
D.O.R.C. ITALY SRL	13, 18, 19, 21, 22,42
E.JANACH SRL	42
EYE PHARMA SPA	38
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	8, 29
MEDIKA VISION SRL	1, 4, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 35, 37, 40, 42
POLIMEDICA SRL	1, 4, 5, 6, 17, 19, 22, 23, 26,41
SANITER BICE MARIOTTINI SRL	17, 18
SANTEN ITALY S.R.L.	3
TEC MED MARCHE S.R.L.	15, 42
TEC MED S.R.L.	10, 11, 12, 13, 14, 22, 24, 26, 42
TECNOFTALMICA SRL	4, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 31

A conclusione delle operazioni di apertura delle buste amministrative, si riporta, di seguito, l'esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici e le criticità rilevate:

Operatore economico	Criticità	Valutazioni
ABBVIE S.R.L.	Nessuna	Ammesso
ALFA INTES S.R.L.	Nessuna	Ammesso
BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD	Nessuna	Ammesso
CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO	Nessuna	Ammesso
D.O.R.C. ITALY SRL	Nessuna	Ammesso
E.JANACH SRL	Il pdf di stampa del PassOE è in bianco. L'o.e. comunica che "dopo l'interruzione del portale ANAC dovuta al passaggio al sistema FVOE da venerdì 21/10 a giovedì 27/10, siamo riusciti a fare il PassOE ma nella stampa non compaiono i dati. Nella nota è riportata la schermata del portale ANAC dove è presente, tra i PassOE quello relativo alla presente gara generato in data 27/10/2022.	<u>Soccorso istruttorio</u> : si richiede il PASSOE completo
EYE PHARMA SPA	Nessuna	Ammesso
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	Nessuna	Ammesso
MEDIKA VISION SRL	Nessuna	Ammesso
POLIMEDICA SRL	Nessuna	Ammesso
SANITER BICE MARIOTTINI SRL	Nessuna	Ammesso
SANTEN ITALY S.R.L.	Nessuna	Ammesso
TEC MED MARCHE S.R.L.	L' o.e. ha regolarmente chiesto l'abilitazione per il lotto 42 ma erroneamente ha caricato la documentazione amministrativa relativa del lotto 15 (già caricata	<u>Soccorso istruttorio</u> : In considerazione della corretta richiesta di abilitazione al lotto 42 si ritiene di ricorrere al soccorso istruttorio. Si richiede: <u>la documentazione amministrativa riferita al lotto 42</u> ed in particolare: Garanzia




	nella sezione MP).	fidejussoria e impegno al rilascio della garanzia definitiva, PassOE, Ricevuta pagamento contributo ANAC di data anteriore alla scadenza di presentazione della domanda.
TEC MED S.R.L.	Nessuna	Ammesso
TECNOFTALMICA SRL	Nessuna	Ammesso

Si dà atto che la seduta di gara è stata sospesa alle ore 10:15, E' stata successivamente ripresa il 4/11/2022 dalle ore 10:30 alle ore 13:30, il 7/11/2022 dalle ore 12:00 alle ore 13:30 e l'8/11/2022 dalle ore 10:00 alle ore 13:00.


Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 13:00 dell'8/11/2022 dichiara sospesa la seduta di gara in attesa di risposte alle richieste di soccorso istruttorio che saranno inviate alle ditte attraverso la piattaforma Net4market.

Verbale letto e sottoscritto per approvazione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dr. Andrea Ciucci 

IL SUPPORTO

Sig.ra Brunella Pasquini 

PROCEDURA APERTA, DISPOSITIVI MEDICI PER OFTALMOLOGIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA, CODICE GARA ANAC 8686711

VERBALE 2

SEDUTA DI GARA

16/11/2022 ORE 11:00

Negli uffici dell'Ospedale di Orvieto sito in Orvieto (TR) in Loc.Ciconia1, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Andrea Ciucci, con la presenza della Sig.ra Giuliana Mechelli, dipendente dell'Azienda USL Umbria 2 in qualità di testimone, apre la seduta telematica relativa alla procedura in oggetto.

Il responsabile Unico del Procedimento riprende il verbale della precedente seduta telematica del 3/11/2022 durante la quale, tra l'altro, si prese atto della necessità di attivare la procedura di soccorso istruttorio per gli operatori ammessi con riserva ed in particolare:

Operatore economico	Criticità	Valutazioni
E.JANACH SRL	Il pdf di stampa del PassOE è in bianco. L'o.e. comunica che "dopo l'interruzione del portale ANAC dovuta al passaggio al sistema FVOE da venerdì 21/10 a giovedì 27/10, siamo riusciti a fare il PassOE ma nella stampa non compaiono i dati. Nella nota è riportata la schermata del portale ANAC dove è presente, tra i PassOE quello relativo alla presente gara generato in data 27/10/2022.	<u>Soccorso istruttorio</u> : si richiede il PASSOE completo
TEC MED MARCHE S.R.L.	L' o.e. ha regolarmente chiesto l'abilitazione per il lotto 42 ma erroneamente ha caricato la documentazione amministrativa relativa del lotto 15 (già caricata nella sezione MP).	<u>Soccorso istruttorio</u> : In considerazione della corretta richiesta di abilitazione al lotto 42 si ritiene di ricorrere al soccorso istruttorio. Si richiede: la documentazione amministrativa riferita al lotto 42 ed in particolare: Garanzia fidejussoria e impegno al rilascio della garanzia definitiva, PassOE, Ricevuta pagamento contributo ANAC di data anteriore alla scadenza di presentazione della domanda.

Il Rup dà atto che in data 9/11/2022 attraverso la piattaforma net4Market sono state inviate comunicazioni a mezzo Pec ai suddetti operatori economici comunicando le irregolarità riscontrate nella documentazione

amministrativa da loro presentata e assegnando il termine ultimo del 19/11/2022 per provvedere a regolarizzare la loro posizione. Tutte le comunicazioni risultano essere state regolarmente consegnate ai destinatari.

Il Rup prende atto dei riscontri ricevuti dagli operatori economici pervenute il 9/11/2022 ed il 10/11/2022 che di seguito si riportano e sulla scorta dei quali si formulano le seguenti valutazioni:

Operatore economico	Criticità	Soccorso istruttorio	Riscontro operatore economico	Valutazione
E.JANACH SRL	Il pdf di stampa del PassOE è in bianco. L'o.e. comunica che "dopo l'interruzione del portale ANAC dovuta al passaggio al sistema FVOE da venerdì 21/10 a giovedì 27/10, siamo riusciti a fare il PassOE ma nella stampa non compaiono i dati. Nella nota è riportata la schermata del portale ANAC dove è presente, tra i PassOE quello relativo alla presente gara generato in data 27/10/2022.	<u>Soccorso istruttorio</u> : si richiede il PASSOE completo	L'o.e. ha trasmesso il PassOE completo	AMMESSO
TEC MED MARCHE S.R.L.	L' o.e. ha regolarmente chiesto l'abilitazione per il lotto 42 ma erroneamente ha caricato la documentazione amministrativa relativa del lotto 15 (già caricata nella sezione MP).	<u>Soccorso istruttorio</u> : Si richiede: la documentazione amministrativa riferita al lotto 42.	L'o.e. ha trasmesso tutta la documentazione mancante (in particolare la garanzia provvisoria con impegno, la ricevuta di pagamento del contributo ANAC pagato il 23/9/22 e il PassOE)	AMMESSO

Conseguentemente, tenuto conto delle risultanze del precedente verbale risulta che i seguenti operatori economici sono ammessi a partecipare alla gara per i lotti di seguito indicati:

Ditte partecipanti	LOTTI (abilitazione)
ABBVIE S.R.L.	2
ALFA INTES S.R.L.	1, 28, 38
BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD	9, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 27
CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO	42
D.O.R.C. ITALY SRL	13, 18, 19, 21, 22,42
E.JANACH SRL	42
EYE PHARMA SPA	38
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	8, 29
MEDIKA VISION SRL	1, 4, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 35, 37, 40, 42

POLIMEDICA SRL	1, 4, 5, 6, 17, 19, 22, 23, 26,41
SANITER BICE MARIOTTINI SRL	17, 18
SANTEN ITALY SRL	3
TEC MED MARCHE SRL	15, 42
TEC MED SRL	10, 11, 12, 13, 14, 22, 24, 26, 42
TECNOFTALMICA SRL	4, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 31

Da ciò ne consegue il seguente riepilogo di lotti con le rispettive ditte partecipanti


Lotto 1	ALFA INTES SRL, MEDIKA VISION SRL, POLIMEDICA SRL
Lotto 2	ABBVIE SRL
Lotto 3	SANTEN ITALY SRL
Lotto 4	MEDIKA VISION SRL, POLIMEDICA SRL, TECNOFTALMICA SRL
Lotto 5	POLIMEDICA SRL
Lotto 6	POLIMEDICA SRL
Lotto 7	
Lotto 8	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
Lotto 9	BEAVER VISITEC INT. SALES LTD
Lotto 10	TEC MED SRL
Lotto 11	TEC MED SRL, TECNOFTALMICA SRL
Lotto 12	TEC MED SRL, TECNOFTALMICA SRL
Lotto 13	D.O.R.C. ITALY SRL, MEDIKA VISION SRL, TEC MED SRL, TECNOFTALMICA SRL
Lotto 14	TEC MED SRL
Lotto 15	BEAVER VISITEC INT. SALES LTD, TEC MED MARCHE SRL
Lotto 16	
Lotto 17	BEAVER VISITEC INT. SALES LTD, MEDIKA VISION SRL, POLIMEDICA SRL, SANITER BICE MARIOTTINI SRL, TECNOFTALMICA SRL
Lotto 18	BEAVER VISITEC INT. SALES LTD, D.O.R.C. ITALY SRL, SANITER BICE MARIOTTINI SRL, TECNOFTALMICA SRL
Lotto 19	BEAVER VISITEC INT. SALES LTD, D.O.R.C. ITALY SRL, MEDIKA VISION SRL, POLIMEDICA SRL, TECNOFTALMICA SRL
Lotto 20	TECNOFTALMICA SRL
Lotto 21	D.O.R.C. ITALY SRL
Lotto 22	BEAVER VISITEC INT. SALES LTD, D.O.R.C. ITALY SRL, MEDIKA VISION SRL, POLIMEDICA SRL, TEC MED SRL, TECNOFTALMICA SRL
Lotto 23	MEDIKA VISION SRL, POLIMEDICA SRL, TECNOFTALMICA SRL
Lotto 24	MEDIKA VISION SRL, TEC MED SRL
Lotto 25	BEAVER VISITEC INT. SALES LTD, MEDIKA VISION SRL
Lotto 26	MEDIKA VISION SRL, POLIMEDICA SRL, TEC MED SRL
Lotto 27	BEAVER VISITEC INT. SALES LTD, MEDIKA VISION SRL, TECNOFTALMICA SRL
Lotto 28	ALFA INTES SRL
Lotto 29	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
Lotto 30	

Lotto 31	TECNOFTALMICA SRL
Lotto 32	MEDIKA VISION SRL
Lotto 33	
Lotto 34	
Lotto 35	MEDIKA VISION SRL
Lotto 36	
Lotto 37	MEDIKA VISION SRL
Lotto 38	ALFA INTES SRL, EYE PHARMA SPA
Lotto 39	
Lotto 40	MEDIKA VISION SRL
Lotto 41	POLIMEDICA SRL
Lotto 42	CARL ZEISS SPA SU, D.O.R.C. ITALY SRL, E.JANACH SRL, MEDIKA VISION SRL, TEC MED MARCHE SRL, TEC MED SRL

Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 12:00 dichiara conclusa la seduta di gara.
Verbale letto e sottoscritto per approvazione.


IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dr. Andrea Ciucci



LA TESTIMONE

Sig.ra Giuliana Mechelli



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER OFTALMOLOGIA
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA
CODICE GARA ANAC 8686711**

VERBALE 3

SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 31/01/2023

ORE 12:30

Negli uffici amministrativi dell'Ospedale di Orvieto siti in Orvieto in Loc. Ciconia 1, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Andrea Ciucci, apre la seduta telematica relativa alla procedura in oggetto.

In collegamento da remoto collegati sulla piattaforma Google Meet sono presenti i membri della Commissione giudicatrice nominata con Determina dell'Amministratore Unico del 21/12/2022 nelle persone dei Sigg.ri:

- Dr. Enrico Poddi - Presidente
- Dr. Tito Fiore – Membro
- Dr. Francesco Cometa – Membro

In collegamento da remoto collegata piattaforma Google Meet è presente anche la Sig.ra Brunella Pasquini dipendente di PuntoZero Scarl in qualità di supporto al RUP e testimone.

Tutti i presenti dichiarano di trovarsi in ambiente riservato e senza la presenza di altri soggetti.

Il responsabile Unico del Procedimento ricorda che nella seduta odierna si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.

Il RUP si collega con la piattaforma Net4Market e procede ad ulteriore ultimo controllo della idoneità delle aziende partecipanti in seguito alla verifica, già fatta, della documentazione amministrativa.

Il RUP illustra brevemente alla Commissione tempi e modalità operative della seduta odierna e successivamente viene aperta la seduta on line sulla piattaforma net4Market per l'apertura delle offerte tecniche.

Il RUP dà lettura delle ditte che hanno presentato le offerte tecniche. Dall'esame delle cartelle presenti in piattaforma risulta che tutte le ditte ammesse hanno presentato le rispettive cartelle il cui contenuto non viene verificato né valutato in quanto sarà oggetto di attività della Commissione giudicatrice.

Il RUP comunica ai presenti che trasmetterà loro le offerte tecniche affinché possano iniziare l'attività istruttoria di verifica della documentazione che sarà oggetto di valutazione congiunta in una prossima seduta in data da definirsi.

Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 13:20 dichiara conclusa la seduta di gara.

Verbale letto e approvato.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dr. Andrea Ciucci



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER
OFTALMOLOGIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA
REGIONE UMBRIA
CODICE GARA ANAC 8686711**

VERBALE 4

SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 23/03/2023

ORE 9:00

Presso la sala riunioni dell'Ospedale di Orvieto sito in Orvieto in Loc. Ciconia 1 si è riunita la Commissione istituita e nominata con Determina dell'Amministratore Unico del 21/12/2022 nelle persone dei Sigg.ri:

- Dr. Enrico Poddi - Presidente
- Dr. Tito Fiore – Membro
- Dr. Francesco Cometa – Membro

E' presente inoltre il RUP, Dr. Andrea Ciucci con funzione di segretario verbalizzante coadiuvato dalla Sig.ra Brunella Pasquini, dipendente di PuntZero scarl.

Nella seduta odierna i commissari, che nel frattempo hanno ricevuto dal RUP i files contenenti le offerte tecniche, provvederanno ad esaminare congiuntamente la documentazione tecnica delle ditte partecipanti al fine di verificare l'idoneità o meno dei prodotti offerti. Successivamente passeranno alla valutazione delle offerte tecniche presentate per i lotti 41 e 42 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Preliminarmente il RUP ricorda che nella seduta del 16/11/2022 sono stati ammessi alle fasi successive della gara i seguenti operatori economici per i lotti appresso indicati:

Ditte partecipanti	LOTTI (abilitazione)
ABBVIE S.R.L.	2
ALFA INTES S.R.L.	1, 28, 38
BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD	9, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 27
CARL ZEISS SPA CON SOCIO UNICO	42
D.O.R.C. ITALY SRL	13, 18, 19, 21, 22,42
E.JANACH SRL	42
EYE PHARMA SPA	38
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	8, 29

MEDIKA VISION SRL	1, 4, 13, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 35, 37, 40, 42
POLIMEDICA SRL	1, 4, 5, 6, 17, 19, 22, 23, 26,41
SANITER BICE MARIOTTINI SRL	17, 18
SANTEN ITALY SRL	3
TEC MED MARCHE SRL	15, 42
TEC MED SRL	10, 11, 12, 13, 14, 22, 24, 26, 42
TECNOFTALMICA SRL	4, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 31

Tutti commissari hanno preso atto della documentazione tecnica contenuta nei files e dopo attento esame della stessa formulano le conclusioni per ogni lotto esaminato così come di seguito indicato:

LOTTO	DITTA	IDONEITA' OFFERTA
LOTTO 1	ALFA INTES SRL	IDONEO
	MEDIKA VISION SRL	NON IDONEA perchè il prodotto offerto è di unica misura anziché varie misure e modelli così come richiesto dai documenti di gara (allegato B al capitolato tecnico)
	POLIMEDICA SRL	NON IDONEA perchè Il prodotto offerto è una valvola tipo Ahmed anziché "tipo Molteno" così come richiesto dai documenti di gara (allegato B al capitolato tecnico)
LOTTO 2	ABBVIE SRL	IDONEO
LOTTO 3	SANTEN ITALY SRL	IDONEO
LOTTO 4	MEDIKA VISION SRL	IDONEO
	POLIMEDICA SRL	NON IDONEA perché il prodotto offerto è un bisturi con "precisione di profondità" anziché "profondità precalibrata varie misure" così come richiesto nei documenti di gara (allegato B al capitolato tecnico)
	TECNOFTALMICA SRL	NON IDONEA perché il prodotto offerto non è un bisturi precalibrato così come richiesto dai documenti di gara (allegato B al capitolato

		tecnico)
LOTTO 5	POLIMEDICA SRL	IDONEA
LOTTO 6	POLIMEDICA SRL	IDONEA
LOTTO 7	Deserto	_____
LOTTO 8	FIDIA FARMACEUTICI SPA	IDONEA
LOTTO 9	BEAVER VISITEC INT. SALES LTD	IDONEA
LOTTO 10	TEC MED SRL	IDONEA
LOTTO 11	TEC MED SRL	IDONEA
	TECNOFTALMICA SRL	NON IDONEA perché il prodotto offerto ha un diametro di 20 G, superiore alla tolleranza massima prevista del 10% rispetto al diametro di 18 G così come richiesto dai documenti di gara (Art.2, ultimo capoverso, del capitolato tecnico e All. B capitolato d'oneri)
LOTTO 12	TEC MED SRL	IDONEA
	TECNOFTALMICA SRL	NON IDONEA perché il prodotto offerto ha un diametro di 20 G, superiore alla tolleranza massima prevista del 10% rispetto al diametro di 18 G così come richiesto dai documenti di gara (Art.2, ultimo capoverso, del capitolato tecnico e All. B capitolato d'oneri)
LOTTO 13	D.O.R.C. ITALY SRL	IDONEA
	MEDIKA VISION SRL	IDONEA
	TEC MED SRL	IDONEA
	TECNOFTALMICA SRL	IDONEA
LOTTO 14	TEC MED SRL	IDONEA
LOTTO 15	BEAVER VISITEC INT. SALES LTD	IDONEA
	TEC MED MARCHE SRL	IDONEA
LOTTO 16	Deserto	_____
LOTTO 17	BEAVER VISITEC INT. SALES LTD	NON IDONEA perché la cannula offerta, per come descritta nella documentazione, non è "a doppio percorso coassiale (dual bore)" così come richiesto nei documenti di gara (all. B al

		capitolato d'oneri).
	MEDIKA VISION SRL	IDONEA
	POLIMEDICA SRL	IDONEA
	SANITER BICE MARIOTTINI SRL	IDONEA
	TECNOFTALMICA SRL	IDONEA
LOTTO 18	BEAVER VISITEC INT. SALES LTD	NON IDONEA perché dotata di una sola misura di diametro (20 G) anziché "vari gauge" così come richiesto nei documenti di gara (all. B al capitolato d'oneri).
	D.O.R.C. ITALY SRL	NON IDONEA perché dotata di una sola misura di diametro (20 G) anziché "vari gauge" così come richiesto nei documenti di gara (all. B al Capitolato d'oneri).
	SANITER BICE MARIOTTINI SRL	IDONEA
	TECNOFTALMICA SRL	NON IDONEA perché dotata di una sola misura di diametro (20 G) anziché "vari gauge" così come richiesto nei documenti di gara (all. B al Capitolato d'oneri).
LOTTO 19	BEAVER VISITEC INT. SALES LTD	NON IDONEA perché il prodotto offerto non è dotato di "luer lock" così come richiesto nei documenti di gara (all. B al Capitolato d'oneri).
	D.O.R.C. ITALY SRL	IDONEA
	MEDIKA VISION SRL	IDONEA
	POLIMEDICA SRL	NON IDONEA perché il prodotto offerto non è dotato di "luer lock" così come richiesto nei documenti di gara (all. B al Capitolato d'oneri).
	TECNOFTALMICA SRL	NON IDONEA perché il prodotto offerto non è dotato di "luer lock" così come richiesto nei documenti di gara (all. B al Capitolato d'oneri).
LOTTO 20	TECNOFTALMICA SRL	IDONEA
LOTTO 21	D.O.R.C. ITALY SRL	IDONEA
LOTTO 22	BEAVER VISITEC INT. SALES LTD	IDONEA

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'FB'.

	D.O.R.C. ITALY SRL	IDONEA
	MEDIKA VISION SRL	NON IDONEA perché il prodotto offerto è una cannula da infusione non per sostanze tamponanti anziché "cannula da infusione per sostanze tamponanti" così come richiesto dai documenti di gara (all. B al Capitolato d'oneri).
	POLIMEDICA SRL	NON IDONEA perché è stata proposta "cannula per backflush" anziché "cannula da infusione per sostanze tamponanti" così come richiesto dai documenti di gara (all. B al Capitolato d'oneri).
	TEC MED SRL	IDONEA
	TECNOFTALMICA SRL	IDONEA
LOTTO 23	MEDIKA VISION SRL	IDONEA
	POLIMEDICA SRL	NON IDONEA perché è stata proposta lancia sclerale anziché "stiletto per chirurgia vitroretinica" così come richiesto dai documenti di gara (all. B al Capitolato d'oneri).
	TECNOFTALMICA SRL	NON IDONEA perché è stata proposta lancia sclerale anziché "stiletto per chirurgia vitroretinica" così come richiesto nei documenti di gara (all. B al Capitolato d'oneri).
LOTTO 24	MEDIKA VISION SRL	IDONEA
	TEC MED SRL	NON IDONEA perché le proprietà fisiche del prodotto offerto ("RMN3") non corrispondono a quanto richiesto nei documenti di gara ("F6H8") (all. B al Capitolato d'oneri).
LOTTO 25	BEAVER VISITEC INT. SALES LTD	IDONEA
	MEDIKA VISION SRL	IDONEA
LOTTO 26	MEDIKA VISION SRL	IDONEA
	POLIMEDICA SRL	IDONEA
	TEC MED SRL	IDONEA
LOTTO 27	BEAVER VISITEC INT. SALES LTD	NON IDONEA perché il prodotto offerto

		presenta un'unica misura di gauge anziché "diverse misure" come richiesto nell'all. B al capitolato d'oneri e ribadito nel chiarimento n. 6 ("diversi gauge").
	MEDIKA VISION SRL	IDONEA
	TECNOFTALMICA SRL	IDONEA
LOTTO 28	ALFA INTES SRL	IDONEA
LOTTO 29	FIDIA FARMACEUTICI SPA	IDONEA
LOTTO 30	Deserto	_____
LOTTO 31	TECNOFTALMICA SRL	IDONEA
LOTTO 32	MEDIKA VISION SRL	IDONEA
LOTTO 33	Deserto	_____
LOTTO 34	Deserto	_____
LOTTO 35	MEDIKA VISION SRL	IDONEA
LOTTO 36	Deserto	_____
LOTTO 37	MEDIKA VISION SRL	IDONEA
LOTTO 38	ALFA INTES SRL	NON IDONEA in quanto il prodotto offerto è mancante di aloe così come richiesto nei documenti di gara (all. B al Capitolato d'oneri).
	EYE PHARMA SPA	IDONEA
LOTTO 39	Deserto	_____
LOTTO 40	MEDIKA VISION SRL	IDONEA

Successivamente la Commissione inizia la valutazione delle offerte tecniche pervenute per i lotti 41 e 42 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). Pertanto si procede:

- preliminarmente alla verifica dei requisiti generici e le caratteristiche tecniche e i requisiti minimi previsti del Capitolato tecnico e negli allegati, nonché nel disciplinare di gara e condizioni di fornitura
- successivamente alla valutazione delle offerte tecniche con le modalità indicate negli atti di gara e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 163/2006, Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il RUP ricorda che per i lotti 41 e 42 da aggiudicare con il criterio OEPV, sono stati ammessi i seguenti operatori economici:

LOTTO 41	POLIMEDICA SRL
LOTTO 42	CARL ZEISS SPA SU; D.O.R.C. ITALY SRL; E. JANACH SRL; MEDIKA VISION SRL; TEC MED MARCHE SRL; TEC MED SRL

La Commissione prende atto dei parametri di valutazione qualitativa che saranno oggetto di esame da parte dei singoli componenti, indicati all'art. 4 del Capitolato tecnico.

La Commissione, altresì, prende atto dei criteri motivazionali che saranno alla base dei coefficienti di valutazione che i singoli componenti assegneranno ai singoli parametri di valutazione delle offerte tecniche così come individuati dall'art. 4 del Capitolato tecnico - Disciplinare di gara art.17.2 - e che di seguito si trascrivono:

CRITERIO MOTIVAZIONALE	Descrizione criterio motivazionale	COEFFICIENTE
INADEGUATA	Soluzione proposta risulta inadeguata e non attinente a quanto richiesto ovvero requisito non valutabile per carenza di documentazione tecnica e/o campionatura	0
SCARSA	Soluzione proposta risulta inadeguata e poco attinente a quanto richiesto	0,2
INSUFFICIENTE	Soluzione proposta risponde in maniera insoddisfacente a quanto richiesto. Requisito trattato in misura non esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale.	0,4
SUFFICIENTE	Soluzione proposta risponde in maniera appena soddisfacente a quanto richiesto. Requisito trattato in misura appena esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale.	0,6
BUONA	Soluzione proposta risponde in maniera più che soddisfacente a quanto richiesto. Requisito trattato in maniera più che esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale.	0,8
OTTIMA	Soluzione proposta risponde pienamente a quanto richiesto. Requisito trattato in maniera pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale.	1

La Commissione dà quindi inizio all'esame delle offerte tecniche procedendo preliminarmente alla verifica dei requisiti tecnici minimi previsti e successivamente alla valutazione delle offerte tecniche e della campionatura presentate dagli operatori economici concorrenti.

Lotto n. 41

L'unica ditta partecipante, POLIMEDICA S.R.L., non viene ammessa alla valutazione tecnico-qualitativa in quanto l'offerta tecnica presentata è composta dei soli riferimenti A, B, C, D e mancano i riferimenti E ed F.

Handwritten signatures of the commission members, including a large signature on the left and a signature with 'ca' above it on the right.

Lotto n. 42

La ditta CARL ZEISS SPA SU non viene ammessa alla valutazione tecnico-qualitativa in quanto il prodotto offerto per il riferimento B non presenta viscosità estensionale di 2000 cs così come richiesto dai documenti di gara (All B al capitolato d'Oneri)

La ditta TEC MED MARCHE SRL non viene ammessa alla valutazione tecnico-qualitativa in quanto il prodotto offerto per il riferimento B non presenta viscosità estensionale di 2000 cs così come richiesto dai documenti di gara (All B al capitolato d'Oneri)

La ditta TEC MED SRL non viene ammessa alla valutazione tecnico-qualitativa in quanto in quanto il prodotto offerto per il riferimento A il prodotto offerto "olio di silicone" non è contenuto in "siringa da 10 ml" così come richiesto dai documenti di gara.

Le ditte D.O.R.C. ITALY SRL, E. JANACH SRL, MEDIKA VISION SRL hanno presentato prodotti aventi le caratteristiche minime previste e sono per tanto ammesse alla fase di valutazione.

Dai risultati delle schede allegate nelle quali sono evidenziati i punteggi assegnati ai diversi requisiti ed il calcolo del punteggio complessivo, eventualmente riparametrato, risultano assegnati i seguenti punteggi:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTI
D.O.R.C. ITALY SRL	80,00
E. JANACH SRL	53,00
MEDIKA VISION SRL	62,00

Alle ore 13:15 il Presidente sospende i lavori, assembla la documentazione tecnica e la campionatura esaminata e la consegna al RUP che provvederà a custodirla negli uffici del presidio ospedaliero di Orvieto chiusa a chiave.

I presenti fissano la data del 29/3/2023 alle ore 12:00 per procedere all'apertura delle offerte economiche.

Verbale letto e sottoscritto per approvazione e corredato con allegate schede di valutazione relative ai singoli lotti.

Dr. Enrico Poddi – Presidente



Dr. Tito Fiore – Membro




Dr. Francesco Cometa – Membro




COLLABORATRICE del RUP - dipendente di PUNTOZERO S.C.A.R.L.

Sig.ra Brunella Pasquini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pasquini Brunella', written over a horizontal line.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO e Segretario verbalizzante

Dr. Andrea Ciucci

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ciucci Andrea', written over a horizontal line.

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER OFTALMOLOGIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE E
 OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA Gara ANAC 8686711

LOTTO 42: FLUIDI PER TAMPONAMENTO INTRAOCULARE

Ditta D.O.R.C. ITALY SRL

Rif.	Parametri di valutazione qualitativa	Punteggio Max discrezionale	Coefficiente Dr. Poddi (a)	Coefficiente Dr. Fiore (b)	Coefficiente Dr. Cometa (c)	Coefficiente medio D (a+b+c):3	Punti assegnati (punteggio max x coefficiente medio D	Punteggio totale riparametrato
A	- grado di purezza	Pa	100% : p. 20 - 99% : p. 15 - 98%: p. 10 - 97%: p. 5 - < 97%: p. 0				20	20
B	- ISO 16672-2020 si/no	Pb	NO: p. 0 / SI: p. 10				10	10
C	- Quantità di Oligosiloxani (minore è meglio) - Peso molecolare (maggiore è meglio) - Viscosità estensionale (maggiore è meglio) - Presenza di sostanze attive agli UV (minore è meglio) - Valore di polidispersione (minore è meglio)	Pc	1	1	1	1	30	30
D	Letteratura scientifica, impact factor, verranno valutati gli studi clinici presentati e la loro rilevanza in base all'importanza della rivista dove sono pubblicati, ai casi descritti e ai risultati pubblicati in relazione all'efficacia e alla qualità del presidio	Pd	1	1	1	1	10	10
E	Confezionamento : verrà valutata la facilità di apertura, in doppia busta, robustezza dell'involucro, minimo ingombro e facilità di stoccaggio ,siringa preinsempita	Pe	1	1	1	1	10	10
TOTALE							80	80
TOTALE RIPARAMETRATO							80	80

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the right side.
 - Initials "R" and "D" below it.

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER OFTALMOLOGIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE E
 OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA Gara ANAC 8686711

LOTTO 42: FLUIDI PER TAMPONAMENTO INTRAOCULARE

Ditta E. JANACH SRL

Rif.	Parametri di valutazione qualitativa		Punteggio Max discrez.le	Coefficiente Dr. Poddi (a)	Coefficiente Dr. Fiore (b)	Coefficiente Dr. Cometa (c)	Coefficiente medio D (a+b+c):3	Punti assegnati (punteggio max x coefficiente medio D	Punteggio totale riparametrato
A	- grado di purezza	Pa					100% : p. 20 - 99% : p. 15 - 98%: p. 10 - 97%: p. 5 - < 97%: p. 0	5	5
B	- ISO 16672-2020 si/no	Pb					NO: p. 0 / SI: p. 10	10	10
C	- Quantità di Oligosiloxani (minore è meglio) - Peso molecolare (maggiore è meglio) - Viscosità estensionale (maggiore è meglio) - Presenza di sostanze attive agli UV (minore è meglio) - Valore di polidispersione (minore è meglio)	Pc	30	0,8	0,8	0,8	0,8	24	24
D	Letteratura scientifica, impact factor, verranno valutati gli studi clinici presentati e la loro rilevanza in base all'importanza della rivista dove sono pubblicati, ai casi descritti e ai risultati pubblicati in relazione all'efficacia e alla qualità' del presidio	Pd	10	0,4	0,4	0,4	0,4	4	4
E	Confezionamento : verrà valutata la facilità di apertura, in doppia busta, robustezza dell'involucro, minimo ingombro e facilità di stoccaggio ,siringa pretempita	Pe	10	1	1	1	1	10	10
TOTALE									53
TOTALE RIPARAMETRATO									53

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER OFTALMOLOGIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA Gara ANAC 8686711

LOTTO 42: FLUIDI PER TAMPONAMENTO INTRAOCULARE

Ditta MEDIKA VISION SRL

Rif.	Parametri di valutazione qualitativa	Punteggio Max discrezionale	Coefficiente Dr. Poddi (a)	Coefficiente Dr. Fiore (b)	Coefficiente Dr. Cometa (c)	Coefficiente medio D (a+b+c):3	Punti assegnati (punteggio max x coefficiente medio D)	Punteggio totale riparametrato	
A	- grado di purezza	Pa	100% : p. 20 - 99% : p.15 - 98%: p. 10 - 97%: p. 5 - < 97%: p. 0					20	20
B	- ISO 16672-2020 si/no	Pb	NO: p. 0 / SI: p. 10					0	0
C	- Quantità di Oligosiloxani (minore è meglio) - Peso molecolare (maggiore è meglio) - Viscosità estensionale (maggiore è meglio) - Presenza di sostanze attive agli UV (minore è meglio) - Valore di polidispersione (minore è meglio)	Pc	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	24	24
D	Letteratura scientifica, impact factor, verranno valutati gli studi clinici presentati e la loro rilevanza in base all'importanza della rivista dove sono pubblicati, ai casi descritti e ai risultati pubblicati in relazione all'efficacia e alla qualità del presidio	Pd	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	8	8
E	Confezionamento : verrà valutata la facilità di apertura, in doppia busta, robustezza dell'involucro, minimo ingombro e facilità di stoccaggio ,siringe preriempita	Pe	1	1	1	1	1	10	10
TOTALE							TOTALE	62	
TOTALE RIPARAMETRATO							TOTALE RIPARAMETRATO	62	

ke 

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER OFTALMOLOGIA
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA
CODICE GARA ANAC 8686711**

VERBALE 5

SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 29/03/2023

ORE 12:15

Negli uffici amministrativi dell'Ospedale di Orvieto siti in Orvieto in Loc. Ciconia 1, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Andrea Ciucci, apre la seduta telematica relativa alla procedura in oggetto.

In collegamento da remoto collegati sulla piattaforma Google Meet sono presenti i membri della Commissione giudicatrice nominata con Determina dell'Amministratore Unico del 21/12/2022 nelle persone dei Sigg.ri:

- Dr. Enrico Poddi - Presidente
- Dr. Tito Fiore – Membro
- Dr. Francesco Cometa – Membro

In collegamento da remoto collegata piattaforma Google Meet è presente anche la Sig.ra Brunella Pasquini dipendente di PuntoZero Scarl in qualità di supporto al RUP e testimone.

Tutti i presenti dichiarano di trovarsi in ambiente riservato e senza la presenza di altri soggetti.

Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che la ditta Polimedica srl con pec del 27/3/2023 (prot. 3763) ha fatto pervenire osservazioni in merito alla sua esclusione dalla partecipazione ai lotti 1, 4 e 19 che sono state prontamente inoltrate ai commissari per una valutazione preliminare.

Si riportano di seguito le osservazioni pervenute da parte della ditta Polimedica srl:

"...omissis.."

- *Lotto 1: Ci notificate che la valvola da noi offerta sia una valvola tipo Ahmed anzichè tipo Molteno. Vi preghiamo di rivedere la scheda tecnica del prodotto alla pagina 1 dove al terzo rigo si parla di impianto del glaucoma Ahmed ClerPath che è differente dalla valvola di Ahmed che è l'unica valvola esistente al mondo e guardando il depliant noterete che la ClearPath Ahmed è simile alla Molteno come da Vs. richiesta.*
- *Lotto 4: La Commissione dichiara che il Ns. prodotto non ha una precisione di profondità (tacca) probabilmente gli è sfuggito che avevamo offerto N. 4 misure e precisaMTE 300-350-550 E 600 MICRON come depliant che alleghiamo.*
- *Lotto 19: Facciamo presente che abbiamo presentato le cannule sub-retiniche che vengono costruite tutte con Luer Lock vista la complessità degli interventi, per cui è implicito l'esistenza dell'attacco Luer Lock come da Vs. richiesta.*

Facciamo questi rilievi per essere riammessi in gara ...omissis..."

Riscontro alle osservazioni formulate dalla ditta Polimedica srl: Preso atto di quanto sopra la Commissione rileva quanto segue:

Lotto 1: Dopo avere riesaminato attentamente la documentazione della ditta Polimedica si prende atto che il prodotto offerto è la perfetta copia della Molteno e risponde quindi a quanto richiesto nei documenti di gara.

Lotto 4: Dopo avere riesaminato attentamente la documentazione della ditta Polimedica si prende atto il prodotto offerto presenta diverse misure e risponde quindi a quanto richiesto nei documenti di gara.

Lotto 19: Dopo avere riesaminato attentamente la documentazione della ditta Polimedica, considerato che l'offerta tecnica non si può integrare e che la Commissione non può valutare ulteriore documentazione che non sia quella prodotta dalla ditta concorrente entro il termine assegnato, né può dedurre implicitamente caratteristiche tecniche che non siano espressamente dichiarate, si conferma che nella documentazione tecnica inviata non è presente la dichiarazione/prova che il prodotto offerto disponga di "attacco luer lock" così come richiesto nei documenti di gara (all. B al Capitolato d'oneri)

In considerazione di quanto sopra, la Commissione all'unanimità ritiene di rettificare in parte il verbale 4, ammettere la ditta Polimedica srl alla partecipazione dei lotti 1 e 4 e confermare l'esclusione della stessa ditta dalla partecipazione al lotto 19.

Il Responsabile Unico del Procedimento passa quindi alla fase successiva della gara e cioè all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Il RUP illustra brevemente alla Commissione tempi e modalità operative della seduta odierna.

Alle ore 12:51 il RUP, con l'assistenza della Sig.ra Brunella Pasquini, procede all'apertura delle buste economiche degli operatori sulla piattaforma Net4Market e dà lettura delle offerte economiche.

Alle ore 13:00 il RUP sospende i lavori per procedere in separata sede alla verifica delle offerte economiche, all'assegnazione dei punteggi e all'elaborazione delle graduatorie dei singoli lotti.

Successivamente alle ore 13:05 il RUP, assistito dalla Sig.ra Brunella Pasquini procede alla verifica delle offerte economiche presentate dalle ditte e procede alla ammissione / esclusione delle ditte alla fase successiva.

Alle ore 15:20 viene chiusa la fase di verifica delle offerte economiche ed il RUP visualizza il report delle graduatorie che viene stampato e che si riporta in allegato (All. 1 per i lotti MP e All. 2 per i lotti OEPV).


Successivamente visualizza il report di verifica delle offerte anomale che viene stampato e che si riporta in allegato (All. 3).

Accertata la presenza di offerta anormalmente bassa per il lotto 42, il RUP alle ore 15:30 sospende la seduta per richiedere alla ditta interessata (DORC) le giustificazioni e successivamente procedere alla verifica della congruità dell'offerta economica.

Verbale redatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dr. Andrea Ciucci



Graduatoria

Oggetto: Dispositivi medici per oftalmologia per le aziende sanitarie regione Umbria - Lotti al MINOR PREZZO

Round: 1 - Immissione valore offerta

1 - Impianto - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito							
Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud. Data Sort. agg.
1	POLIMEDICA SRL	12320.000		25.333	Si	Si	Si No
2	ALFA INTES S.R.L.	16412.000		0.533	Si	Si	No No

2 - stent - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito							
Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud. Data Sort. agg.
1	ABBVIE S.r.l.	357390.000		2.031	Si	Si	Si No

3 - microstent - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito							
Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud. Data Sort. agg.
1	Santen Italy s.r.l.	28800.000		0.000	Si	Si	Si No

4 - bisturi precalibrato - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	Medika Vision Srl	2077.000		76.071	Si	Si	Si	No
2	POLIMEDICA SRL	2139.000		75.357	Si	Si	No	No

5 - Materiali per correzione difetti palpebrali - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	POLIMEDICA SRL	20044.000		3.635	Si	Si	Si	No

6 - materiali per intubazione delle vie lacrimali - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	POLIMEDICA SRL	30087.000		11.504	Si	Si	Si	No

8 - materiale per cross linking - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	FIDIA FARMACEUTICI s.p.a.	42990.000		0.214	Si	Si	Si	No

9 - criostato - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD	13720.000		2.000	Si	Si	Si	No

10 - endocalamita - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	TEC MED S.R.L.	2186.800		58.583	Si	Si	Si	No

11 - pinza da corpo estraneo - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito						
Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua Idonea	Data Sort. agg.
1	TEC MED S.R.L.	3589.740		54.675	Si Si	No

12 - pinza da pallino - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito						
Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua Idonea	Data Sort. agg.
1	TEC MED S.R.L.	2396.760		55.616	Si Si	No

13 - pic/uncino - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito						
Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua Idonea	Data Sort. agg.
1	TECNOFTALMICA SRL	155.400		92.600	Si Si	No
2	TEC MED S.R.L.	750.900		64.243	Si No	No
3	Medika Vision Srl	1236.900		41.100	Si No	No
4	D.O.R.C. Italy Srl	1650.000		21.429	Si No	No

14 - viscodissettore - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	TEC MED S.R.L.	5241.200		66.403	Si	Si	Si	No

15 - liquido protezione cornea - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD	7600.000		5.000	Si	Si	Si	No
2	Tec Med Marche S.r.l.	7900.000		1.250	Si	Si	No	No

17 - cannula Á dual boreÁ - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	TECNOFTALMICA SRL	14828.000		57.875	Si	Si	Si	No
2	Medika Vision Srl	17424.000		50.500	Si	Si	No	No
3	SANITER BICE MARIOTTINI srl	29568.000		16.000	Si	Si	No	No
4	POLIMEDICA SRL	31592.000		10.250	Si	Si	No	No

18 - cannula infusione - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	SANITER BICE MARIOTTINI srl	2419.200		16.000	Si	Si	Si	No

19 - cannula aspirazione - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	Medika Vision Srl	800.000		33.333	Si	Si	No
2	D.O.R.C. Italy Srl	1000.000		16.667	Si	No	No

20 - cannula sottoretinica - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	TECNOFTALMICA SRL	1290.000		50.000	Si	Si	No

21 - ago sottoretinico - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	D.O.R.C. Italy Srl	3850.000		40.769	Si	Si	No

22 - cannula per sostanze tamponanti - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito								
Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	TECNOFALMICA SRL	1762.900		79.260	Si	Si	Si	No
2	BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD	1785.000		79.000	Si	Si	No	No
3	TEC MED S.R.L.	2754.000		67.600	Si	Si	No	No
4	D.O.R.C. Italy Srl	3060.000		64.000	Si	Si	No	No

23 - stiletto - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito								
Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	Medika Vision Srl	396.900		63.250	Si	Si	Si	No

24 - olio di silicone pesante - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito							
Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud. Data Sort. agg.
1	Medika Vision Srl	67200.000		2.609	Si	Si	No

25 - dilatatore pupillare - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito							
Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud. Data Sort. agg.
1	Medika Vision Srl	18400.000		23.333	Si	Si	No
2	BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD	20800.000		13.333	Si	No	No

26 - anello di tensione - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	POLIMEDICA SRL	14800.000		50.667	Si	Si	Si	No
2	Medika Vision Srl	15000.000		50.000	Si	Si	No	No
3	TEC MED S.R.L.	16000.000		46.667	Si	Si	No	No

27 - Cannula - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	TECNOFTALMICA SRL	2600.000		43.478	Si	Si	Si	No
2	Medika Vision Srl	4500.000		2.174	Si	Si	No	No

28 - colorante per il vitreo micronizzato - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	ALFA INTES S.R.L.	59500.000		1.163	Si	Si	Si	No

29 - colorante per il vitreo - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito						
Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua Idonea	Aggiud. Data Sort. agg.
1	FIDIA FARMACEUTICI s.p.a.	44100.000		36.364	Si	Si No

31 - coloranti - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito						
Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua Idonea	Aggiud. Data Sort. agg.
1	TECNOFTALMICA SRL	5208.000		81.760	Si	Si No

32 - cavo bipolare - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito						
Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua Idonea	Aggiud. Data Sort. agg.
1	Medika Vision Srl	8391.600		0.100	Si	Si No

35 - lente per BIOM - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	Medika Vision Srl	4796.000		0.909	Si	Si	Si	No

37 - sistema panoramico monouso - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	Medika Vision Srl	43800.000		0.455	Si	Si	Si	No

38 - lente a contatto - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	Eye Pharma spa	6468.000		7.600	Si	Si	Si	No

40 - matita - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data Sort. agg.
1	Medika Vision Srl	1944.000		46.000	Si	Si	Si	No

Graduatoria

Oggetto: Dispositivi medici per oftalmologia per le aziende sanitarie regione Umbria - Lotti OEPV

Round: 1 - Immissione valore offerta

42 - LIQUIDI - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito									
Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Data Sort.
1	D.O.R.C. Italy Srl	68600.000		20.000	80.000	100.000	34.038	Si	No
2	Medika Vision Srl	78174.000		18.735	62.000	80.735	24.833	No	No
3	E.JANACH SRL	79485.000		18.580	53.000	71.580	23.572	No	No

Offerte anormalmente basse

Oggetto: Dispositivi medici per oftalmologia per le aziende sanitarie regione Umbria - Lotti OEPV

Round: 1 - Immissione valore offerta

42 - LIQUIDI - Soglia quantitativa: 16.000 - Soglia qualitativa: 64.000 - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito									
Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo non riparametrato	Punt. totale	Ribasso (%)	Anomala
D.O.R.C. Italy Srl	68600.000		20.000	80.000	80.000	80.000	100.000	34.038	Si
Medika Vision Srl	78174.000		18.735	62.000	62.000	62.000	80.735	24.833	No
E.JANACH SRL	79485.000		18.580	53.000	53.000	53.000	71.580	23.572	No

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER OFTALMOLOGIA
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA
CODICE GARA ANAC 8686711**

VERBALE 6

SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 4/4/2023

ORE 8:30

Negli uffici amministrativi dell'Ospedale di Orvieto siti in Orvieto in Loc. Ciconia 1, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Andrea Ciucci, apre la seduta telematica relativa alla procedura in oggetto.

In collegamento da remoto collegati sulla piattaforma Google Meet sono presenti i membri della Commissione giudicatrice nominata con Determina dell'Amministratore Unico del 21/12/2022 nelle persone dei Sigg.ri:

- Dr. Enrico Poddi - Presidente
- Dr. Tito Fiore – Membro
- Dr. Francesco Cometa – Membro

In collegamento da remoto collegata piattaforma Google Meet è presente anche la Sig.ra Brunella Pasquini dipendente di PuntoZero Scarl in qualità di supporto al RUP e testimone.

Tutti i presenti dichiarano di trovarsi in ambiente riservato e senza la presenza di altri soggetti.

Il Presidente, verificato il regolare insediamento della Commissione, apre la seduta durante la quale si esamineranno e valuteranno le osservazioni pervenute dalla ditta D.O.R.C. Italy srl che ha presentato offerta anomala per il lotto 42 e alla quale sono state richieste le giustificazioni, così come precisato nel verbale precedente n. 5.

Il RUP comunica di avere inoltrato alle ditte suddette pec tramite piattaforma Net4Market in data 29/1/2023 con la richiesta di giustificazioni da trasmettere entro l'8/3/2023. In anticipo rispetto al termine assegnato la DORC Italy srl ha fornito riscontro che il, nella seduta odierna, si accinge a valutare.

Di seguito si riportano sinteticamente le giustificazioni pervenute.

DORC ITALY srl (nota del 30/3/2023): risponde per il lotto 42 dichiarando che i termini economici dell'offerta hanno tenuto in considerazione i fattori di riduzione di prezzo come meglio specificati: Entità dell'importo a base d'asta, Quantità totale dei pezzi richiesti in gara, Produzione diretta del prodotto oggetto dell'offerta, Produzione attraverso nuovi sistemi ad alta tecnologia di proprietà di DORC International B.V. con conseguente riduzione dei costi.

Indica infine in dettaglio, ed in percentuale, le voci di prezzo che compongono l'offerta.

Il RUP e la Commissione prendono atto delle dichiarazioni suddette e, ritenendo appropriate e fondate le giustificazioni ricevute, confermano la posizione della stessa ditta DORC Italy srl nella graduatoria per il lotto 42.

Successivamente il RUP, a conclusione dei lavori di valutazione di verifica della documentazione tecnica, e di presa d'atto delle offerte economiche così come risultano dal verbale 5, nonché della verifica dell'offerta anormalmente bassa per il lotto 42, determina le seguenti graduatorie finali con conseguente aggiudicazione in favore degli operatori economici primi classificati:

LOTTO 1	
Pos.	Ragione sociale
1	POLIMEDICA srl
2	ALFA INTES srl

LOTTO 2	
Pos.	Ragione sociale
1	ABBVIE srl

LOTTO 3	
Pos.	Ragione sociale
1	SANTEN ITALY srl

LOTTO 4	
Pos.	Ragione sociale
1	MEDIKA VISION srl
2	POLIMEDICA srl

LOTTO 5	
Pos.	Ragione sociale
1	POLIMEDICA srl

LOTTO 6	
Pos.	Ragione sociale
1	POLIMEDICA srl

LOTTO 8	
Pos.	Ragione sociale
1	FIDIA FARMACEUTICI spa

LOTTO 9	
Pos.	Ragione sociale
1	BEAVER VISITEC INT.LTD

LOTTO 10	
Pos.	Ragione sociale
1	TEC MED srl

LOTTO 11	
Pos.	Ragione sociale
1	TEC MED srl

LOTTO 12	
Pos.	Ragione sociale
1	TEC MED srl



LOTTO 13	
Pos.	Ragione sociale
1	TECNOFTALMICA srl
2	TEC MED srl
3	MEDIKA VISION srl
4	D.O.R.C. ITALY srl

LOTTO 14	
Pos.	Ragione sociale
1	TEC MED srl

LOTTO 15	
Pos.	Ragione sociale
1	BEAVER VISITEC INT. LTD
2	TEC MED MARCHE srl

LOTTO 17	
Pos.	Ragione sociale
1	TECNOFTALMICA srl
2	MEDIKA VISION srl
3	SANITER BICE MARIOTTINI srl
4	POLIMEDICA srl

LOTTO 18	
Pos.	Ragione sociale
1	SANITER BICE MARIOTTINI srl

LOTTO 19	
1	MEDIKA VISION srl
2	D.O.R.C. ITALY srl

LOTTO 20	
Pos.	Ragione sociale
1	TECNOFTALMICA srl

LOTTO 21	
Pos.	Ragione sociale
1	D.O.R.C. ITALY srl

LOTTO 22	
Pos.	Ragione sociale
1	TECNOFTALMICA srl
2	BEAVER VISITEC INT. LTD
3	TEC MED srl
4	D.O.R.C. ITALY srl

LOTTO 23	
Pos.	Ragione sociale
1	MEDIKA VISION srl

LOTTO 24	
Pos.	Ragione sociale
1	MEDIKA VISION srl

LOTTO 25	
Pos.	Ragione sociale
1	MEDIKA VISION srl
2	BEAVER VISITEC INT. LTD

LOTTO 26	
Pos.	Ragione sociale
1	POLIMEDICA srl
2	MEDIKA VISION srl
3	TEC MED srl

LOTTO 27	
Pos.	Ragione sociale
1	TECNOFTALMICA srl
2	MEDIKA VISION srl

LOTTO 28	
1	ALFA INTES srl

LOTTO 29	
Pos.	Ragione sociale
1	FIDIA FARMACEUTICI spa

LOTTO 31	
Pos.	Ragione sociale
1	TECNOFTALMICA srl

LOTTO 32	
1	MEDIKA VISION srl

LOTTO 35	
1	MEDIKA VISION srl

LOTTO 37	
1	MEDIKA VISION srl

LOTTO 38	
1	EYE PHARMA spa

LOTTO 40	
1	MEDIKA VISION srl

LOTTO 42	
Pos.	Ragione sociale
1	D.O.R.C. ITALY srl
2	MEDIKA VISION srl
3	E. JANACH srl

Si dichiarano non aggiudicati i lotti:

- 41 in quanto nessuna offerta è risultata idonea
 - 7, 16, 30, 33, 34, 36 e 39 in quanto nessuna offerta è stata presentata (lotti deserti)
- Alle ore 8:45 il RUP dichiara conclusi i lavori.

Verbale redatto, letto e approvato.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dr. Andrea Ciucci

