

Verbale di seduta della Commissione Giudicatrice del 30/01/2023

Affidamento mediante Accordo Quadro (lotti n. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 85, 87, 110) e mediante aggiudicazione al 1° in graduatoria (lotti n. 1, 2, 3, 7, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 62, 63, 67, 68, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111) della fornitura di Mezzi di Osteosintesi e Sintesi Tendineo Legamentosa occorrenti alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera di Terni, dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, dell'Azienda Usl Umbria 1 e Azienda Usl Umbria 2.

Gara telematica espletata tramite la piattaforma Net4market

CODICE GARA ANAC 8352561

PRESO ATTO:

- ✓ della Determinazione dell'Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l. del 10/02/2022 con la quale sono stati revocati i lotti nn. 42, 44, 73, 78, 79 e 110 e rettificata parzialmente la documentazione di gara;
- ✓ come rilevabile dai Verbali del 24-25/02/2022 e del 01/03/2022 relativi all'apertura della documentazione amministrativa delle ditte che hanno presentato offerta tramite piattaforma Net4market;
- ✓ come rilevabile dal Verbale del 15/03/2022 relativo alla seduta riservata durante la quale è stata valutata la documentazione amministrativa prodotta dalle ditte ammesse al soccorso istruttorio;
- ✓ come rilevabile dai I Verbale del 15/03/2022 2022 relativo all'apertura della documentazione tecnica delle ditte ammesse a seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa;
- ✓ come rilevabile daii verbali del 12/07/2022 del 19/09/2022, 22/09/2022 e del 18/10/2022, la commissione in seduta pubblica, in videoconferenza, verifica la documentazione tecnica prodotta dagli O.E. per ogni lotto;
- ✓ della Determinazione dell'Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l. del 30/11/2022 con la quale è stato nominato RUP per la procedura in oggetto il Dott. Giorgio Maglio di PuntoZero Scarl, in sostituzione della Dott.ssa Maria Perrone, dimissionaria il 18/11/2022;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il giorno **30 gennaio 2023**, alle ore **09:30**, si è riunita, presso la sede operativa di Puntozero scarl, via Enrico dal Pozzo snc, Perugia, la Commissione Giudicatrice, composta come indicato dalla Determinazione dell'Amministratore Unico del 27/05/2022, ovvero:

Nome e Cognome	Ente di appartenenza	Ruolo nella Commissione
----------------	----------------------	-------------------------

Dott.sa Serena Natalini	Azienda Ospedaliera di Perugia	Presidente
Dott. Andrea Nardi	Azienda Ospedaliera di Perugia	Membro
Dott. David D'Eramo	Azienda Ospedaliera di Terni	Membro
Dott. Andrea Leli	AUSL Umbria 1	Membro
Dott. Fabio Perrone	AUSL Umbria 2	Membro

per l'espletamento delle operazioni relative all'esame della documentazione tecnica dei seguenti operatori economici ammessi a tale fase, come di seguito riportato:

Scheda di gara Prot. 8352561 – Lotti da aggiudicare al 1° in graduatoria

N. DENOMINAZIONE	CONCORRENTE	LOTTI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
1	3D SYSTEM SRL	32, 62, 68, 91
2	ACTIVA S.R.L.	63, 108, 109
3	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	97, 99, 103
4	ARTHREX ITALIA S.R.L.	1, 67, 89, 94,96,102,103, 107
5	ASPEN SANITAS S.R.L.	67,68, 75, 111
6	ASSUT EUROPE S.P.A	102, 103
7	BONE S.R.L.	62, 86, 108
8	CITIEFFE S.R.L.	62, 76, 80
9	CLINIKA S.R.L.	7
10	CONMED ITALIA S.R.L.	92, 96, 97, 98, 100,101, 102, 103, 107
11	EPISCAN S.R.L.	62, 67, 83, 86
12	EUROPA TRADING S.R.L.	86
13	EVOLUZIONI MEDICHE S.R.L.	32
14	GLOBUS MEDICAL ITALY S.R.L.	35
15	GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L	42, 62, 80, 81, 89
16	INTRAUMA S.P.A.	67, 84, 89, 108, 109
17	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	33, 67, 80, 81, 111, 1, 94, 95, 96, 97, 101, 103, 98, 105, 106
18	LIMACORPORATE S.P.A	62, 63, 67, 68, 82,84, 86, 88, 91
19	MEDIFIX S.R.L.	83
20	MEDIFOR S.R.L.	75, 76, 80,81, 86, 93, 102
21	MIKAI S.P.A	23 MIKAI S.P.A 30, 32, 75, 80, 81, 86
22	ORTHOFIX S.R.L.	62, 75, 80, 109
23	SMITH & NEPHEW S.R.L.	2, 75, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,107
24	STRYKER ITALIA S.R.L.	3, 32, 67, 68, 75, 80, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 105, 106
25	UBER ROS S.P.A.	35
26	UNIMEDICAL BIO TECH S.R.L. C.S.U.	77



2

27	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107
----	-----------------------------	--

Scheda di gara Prot. 8352561/01 - Lotti da affidare mediante la definizione di Accordi Quadro

N. DENOMINAZIONE	CONCORRENTE	LOTTE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
1	3D SYSTEM SRL	4, 6, 9, 14, 23, 24, 25, 26, 28, 46, 56, 61, 65
2	ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	17
3	ARTHREX ITALIA S.R.L.	4, 5, 10, 17, 23, 24, 28, 46, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 65, 66, 87
4	ASPEN SANITAS S.R.L.	65, 66
5	BONE S.R.L.	51, 53, 55, 56, 61, 64, 65, 66, 87, 110
6	CITIEFFE S.R.L.	12, 13, 21, 46, 60, 65, 72, 87
7	CONMED ITALIA S.R.L.	4, 17
8	CORMAN HOSPITAL S.R.L.	6, 9, 14, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 85
9	EPISCAN S.R.	28, 61, 64, 65, 66, 70, 87
10	EUROPA TRADING S.R.L.	6, 9, 19, 20, 39, 48, 49, 51, 55, 57
11	EVOLUZIONI MEDICHE S.R.L.	23, 24, 29
12	GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.	6, 9, 16, 19, 23, 24, 25, 46, 47, 51, 56, 59, 71
13	INTRAUMA S.P.A.	15, 21, 23, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 64, 65, 87
14	OHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 69, 70, 71, 74, 85, 87, 43
15	LIMACORPORATE S.P.A	10, 13, 27, 28, 65, 66, 87
16	MEDIFIX S.R.L.	10, 20, 25, 28, 55, 56, 61, 66, 87
17	MEDIFOR S.R.L.	11, 51, 53, 71, 72, 74
18	MIKAI S.P.A	14, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 51, 55, 61, 64, 72, 74
19	NEWPHARM S.R.L.	65, 66
20	NEXT MEDICAL S.R.L.	23, 28, 29, 51, 56, 64
21	ORTHOFIX S.R.L.	9, 23, 29, 70, 72, 74, 85, 87
22	SERF S.R.L.	64, 65
23	SMITH & NEPHEW S.R.L.	5, 11, 23, 24, 52, 54, 57, 60, 74
24	STRYKER ITALIA S.R.L.	6, 8, 9, 13, 16, 19, 23, 24, 29, 51, 52, 56, 60, 61, 65, 66, 74, 87
25	UBER ROS S.P.A.	9, 13, 19, 23, 51, 56
26	UNIMEDICAL BIO TECH S.R.L. C.S.U.	27, 58

(Handwritten signatures and initials)

27	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	4, 5, 6, 8,9,12,13, 14,15, 16, 17, 18,19, 20, 24, 26, 28, 29, 39, 41, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 65, 69, 70, 71, 87
----	-----------------------------	--

Il segretario verbalizzante è il dott. Giorgio Maglio, RUP della procedura in oggetto. Sono presenti la Dott.ssa Emanuela Schiaffella e la Dott.ssa Valeria Proietti, in servizio presso l'unità CRAS di Puntozero scarl, in qualità di testimoni.

Il RUP comunica alla Commissione che, a causa della decorrenza dei termini delle polizze fideiussorie provvisorie, è stata richiesta, tramite il portale telematico Net4market, la proroga di validità di tali garanzie per ulteriori 240 giorni, come previsto nel paragrafo 10 punto 3.8 del disciplinare di gara; tutti gli operatori economici hanno ottemperato ed i relativi documenti sono disponibili negli atti dell'ufficio CRAS.

Il RUP comunica, altresì, che con prot. n. 0011528 del 19/12/2022 e n. 0000523 del 17/01/2023 è stato comunicato che la ditta CLINIKA S.R.L. (cedente) ha trasferito a NEXT MEDICAL S.R.L. (cessionaria) il ramo d'azienda consistente nel commercio e nella distribuzione dei prodotti e strumenti chirurgici fabbricati da Acumed, come da atto notarile del dott. Antonio Lampugnani di Milano, registrato il 19/12/2022 – atto n. 104504.

La commissione prende atto di quanto sopra, e comincia i lavori di valutazione attribuendo i punteggi degli elementi tecnico qualitativi, delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici per i parametri previsti dal capitolato tecnico – 70/100 punti per la qualità come rilevabile dall'art. 7 e 8.

Scheda di gara Prot. 8352561 (Lotti da aggiudicare al 1° in graduatoria)

LOTTO 1:

- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **56,00 punti**;
- La Commissione, per la ditta DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A., non rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi previsti in quanto non si evince la presenza della placca metallica come richiesta da capitolato.

Per tale lotto la ditta non viene ammessa alle fase successive di gara.

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ARTHREX ITALIA S.R.L.	56,00	70,00



LOTTO 2:

- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **56,00 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
SMITH & NEPHEW S.R.L.	56,00	70,00

LOTTO 3:

- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **56,00 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
STRYKER ITALIA S.R.L.	56,00	70,00

LOTTO 7:

- CLINIKA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **56,00 punti**;



5

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
CLINIKA S.R.L.	56,00	70,00

LOTTO 30:

- MIKAI S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **66,00 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
MIKAI S.P.A	66,00	70,00

LOTTO 32:

- 3D SYSTEM SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **49,00 punti**;
- EVOLUZIONI MEDICHE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **48,60 punti**;
- MIKAI S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **68,60. punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **56,60 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:



6

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
MIKAI S.P.A	68,60	70.00
STRYKER ITALIA S.R.L.	56,60	57.76
3D SYSTEM SRL	49,00	50.00
EVOLUZIONI MEDICHE S.R.L.	48,60	49.59

LOTTO 33:

- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **64,40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	64,40	70,00

LOTTO 35:

- GLOBUS MEDICAL ITALY S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,80 punti**;
- UBER ROS S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **66,40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:




Handwritten signatures in blue ink, including a signature that appears to be 'Uber'.

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
GLOBUS MEDICAL ITALY S.R.L.	54,80	57.77
UBER ROS S.P.A.	66,40	70.00

LOTTO 62:

- 3D SYSTEM SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **55.40 punti**.
- BONE SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **55.40 punti**.
- CITIEFFE SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **48. punti**.
- EPISCAN SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **48.00 punti**
- GRUPPO BIOIMPIANTI SRL: **La Commissione non rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi previsti in quanto il prodotto offerto non risponde alle caratteristiche tecniche richieste.**
- LIMACORPORATE S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **48.00 punti**
- ORTHOFIX SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **48.00 punti**.

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
LIMACORPORATE SPA	48.00	60.65
3D SYSTEM SRL	55.40	70.00









BONE SRL	55.40	70.00
CITIEFFE S.R.L	48.00	60.65
EPISCAN S.R.L	48.00	60.65
ORTHOFIX SRL	48.00	60.65

LOTTO 63:

- LIMACORPORATE S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **62,20 punti**;
- La Commissione rileva per la ditta **ACTIVA SPA** la non sussistenza dei requisiti tecnici minimi previsti in quanto non è presente scheda tecnica conforme al lotto come previsto da capitolato.

Per tale lotto la suddetta ditta non viene ammessa alle fase successive di gara.

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
LIMACORPORATE SPA	62,20	70.00

LOTTO 67:

- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **55,40 punti**;
- ASPEN SANITAS S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **62,00 punti**;
- EPISCAN S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **47,00 punti**;




- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **47,00 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **62,00 punti**;
- LIMACORPORATE S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **47,00 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,00 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ARTHREX ITALIA S.R.L	55.40	62.55
ASPEN SANITAS S.R.L.	62,00	70.00
EPISCAN S.R.L.	47,00	53.06
INTRAUMA S.P.A.	47,00	53.06
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	62,00	70.00
LIMACORPORATE S.P.A	47,00	53.06
STRYKER ITALIA S.R.L.	54,00	60.97

LOTTO 68:





- 3D SYSTEM SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;
- ASPEN SANITAS S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale: **46,60 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;
- **La Commissione per la ditta LIMACORPORATE SPA non rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi previsti in quanto il prodotto offerto non è attinente a quanto richiesto da capitolato.**


Per tale lotto la suddetta ditta non viene ammessa alle fase successive di gara.

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
3D SYSTEM SRL	54,60	70.00
ASPEN SANITAS S.R.L.	46,60	59.74
STRYKER ITALIA S.R.L.	54,60	70.00

LOTTO 75:

- ASPEN SANITAS S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;
- MEDIFOR S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;
- MIKAI S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;
- ORTHOFIX S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;






- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ASPEN SANITAS S.R.L.	54,60	70.00
MEDIFOR S.R.L.	54,60	70.00
MIKAI S.P.A	54,60	70.00
ORTHOFIX S.R.L.	54,60	70.00
SMITH & NEPHEW S.R.L.	54,60	70.00
STRYKER ITALIA S.R.L.	54,60	70.00

LOTTO 76:

- CITIEFFE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **56,00 punti**;
- MEDIFOR S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **35,00 punti**; la Commissione dispone la non prosecuzione alla fase successiva per mancato raggiungimento della soglia minima del punteggio di qualità pari 42,00, così come disposto dall'art. 8 del capitolato tecnico. allegato al disciplinare della presente gara.

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:



OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
CITIEFFE S.R.L.	56,00	70,00

LOTTO 77:

- UNIMEDICAL BIO TECH S.R.L. C.S.U.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **62,00 punti**;

In osservanza alla lex specialis di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
UNIMEDICAL BIO TECH S.R.L. C.S.U.	62,00	70,00

LOTTO 80:

GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **59,60 punti**;

- CITIEFFE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **68,60 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **68,60 punti**;
- MEDIFOR S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **50,60 punti**;
- MIKAI S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **50,60 punti**;
- ORTHOFIX S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **67,60 punti**;



- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **68,60 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.	59,60	60.82
CITIEFFE S.R.L.	68,60	70.00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	68,60	70.00
MEDIFOR S.R.L.	50,60	51.63
MIKAI S.P.A.	50,60	51.63
ORTHOFIX S.R.L.	67,60	68.98
STRYKER ITALIA S.R.L.	68,60	70.00

LOTTO 81:

- GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **48,00 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **56,00 punti**;
- MIKAI S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **56,00 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:



OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.	48,00	60,00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	56,00	70,00
MIKAI S.P.A.	56,00	70,00

LOTTO 82:

- LIMACORPORATE S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
LIMACORPORATE S.P.A	54,60	70,00

LOTTO 83:

- EPISCAN S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **53,60 punti**;
- MEDIFIX S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **46,60 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
---------------------	-------------------------------------	--

EPISCAN S.R.L.	53,60	70.00
MEDIFIX S.R.L.	46,60	60.86

LOTTO 84:

- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **46,60 punti**;
- LIMACORPORATE S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
INTRAUMA S.P.A.	46,60	59.74
LIMACORPORATE S.P.A	54,60	70.00

LOTTO 86:

- BONE SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **53,60 punti**;
- EPISCAN S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **53,60 punti**;
- EUROPA TRADING S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **62,80 punti**;
- MEDIFOR S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **44,40 punti**;
- MIKAI S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **44,40 punti**;

- La Commissione, per quanto riguarda l'offerta della ditta LIMACORPORATE SPA, non rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi previsti in quanto il prodotto offerto non prevede l'utilizzo di fili in titanio come richiesto da capitolato.
Per tale lotto la suddetta ditta non viene ammessa alle fase successive di gara.

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
BONE SRL	53,60	59.75
EPISCAN S.R.L.	53,60	59.75
EUROPA TRADING S.R.L.	62,80	70.00
MEDIFOR S.R.L.	44,40	49.49
MIKAI S.P.A	44,40	49.49

LOTTO 88:

- LIMACORPORATE S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **60,60 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
LIMACORPORATE S.P.A	60,60	70,00



LOTTO 89:

- 3D SYSTEM SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **56,00 punti**;
- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **55,60 punti**;
- GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **55,20 punti**;
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **48,00 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
3D SYSTEM SRL	56,00	70.00
ARTHREX ITALIA S.R.L.	55,60	69.50
GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.	55,20	69.00
INTRAUMA S.P.A.	48,00	60.00

LOTTO 91:

- LIMACORPORATE S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **56,40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:



OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
LIMACORPORATE S.P.A	56,40	70,00

LOTTO 92:

- CONMED ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **67,20 punti**;
- La Commissione per la ditta **ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.** non rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi previsti in quanto il prodotto offerto non presenta la gamma di misure richieste e il rivestimento in idrossiapatite a quanto richiesto da capitolato.

Per tale lotto la suddetta ditta non viene ammessa alle fasi successive di gara.

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:


OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
CONMED ITALIA S.R.L.	54,60	56.88
SMITH & NEPHEW S.R.L.	67,20	70.00

La commissione rinvia a successiva seduta riservata la valutazione delle offerte tecniche dei lotti rimanenti.

La seduta termina alle ore 13.00 di oggi

Il presente verbale è costituito da n. 19 pag. si intende letto, approvato e sottoscritto.

Dott.ssa Serena Natalini – con funzioni di Presidente



Dott. Andrea Nardi – in qualità di membro



Dott. Andrea Leli – in qualità di membro



Dott. David D'Eramo – in qualità di membro




Dott. Fabio Perrone – in qualità di membro



Dott. Giorgio Maglio – segretario verbalizzante



Dott.ssa Valeria Proietti - collaboratore e testimone



TESTIMONE
EMANUELA SCHIAFFELLA



LOTTO 1	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA ARTHREX ITALIA S.R.L.	MOTIVAZIONE DITTA ARTHREX ITALIA S.R.L.
	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criterio max 45)		COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
	- ampiezza gamma per tipologia e foggia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40.00	0.80	32
	- diverse opzioni proposte, modularità e	5.00	0.80	4
Spalla - Latarjet open	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18.00	0.80	14.4
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2.00	0.80	1.6
	Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5.00	0.80	4
	TOTALE	70.00		56


LOTTO 2	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA SMITH & NEPHEW S.R.L.			
Spalla - Latarjet endoscopica	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criterio max 45)	- ampiezza gamma per tipologia e foggia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente <u>0,8</u> (...) punti 32	0.80	32
		- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente <u>0,8</u> () punti 4	0.80	4
		Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente <u>0,8</u> () punti <u>14,4</u>	0.80	14.4
		Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente <u>0,8</u> () punti 1,6	0.80	1.6
		Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente <u>0,8</u> () punti <u>4</u>	0.80	4
TOTALE		70			56	

LOTTO 3	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA STRYKER ITALIA S.R.L.	STRYKER ITALIA S.R.L.		
Spalla - Spaziatore sotto acromiale	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criterio max 45)	- ampiezza gamma per tipologia e foggia: forma e - diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	40	Coefficiente <u>0,8</u> (...) punti 32	0.80	32
			5	Coefficiente <u>0,8</u> () punti 4	0.80	4
			18	Coefficiente <u>0,8</u> () punti <u>14,4</u>	0.80	14,4
			2	Coefficiente <u>0,8</u> () punti 1,6	0.80	1.6
			5	Coefficiente <u>0,8</u> () punti <u>4</u>	0.80	4
Assistenza tecnica e servizio post - vendita		5				
TOTALE		70			56	

LOTTO 7	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA CLINIKA S.R.L.	DITTA CLINIKA S.R.L.	PUNTEGGIO
Scapola - Placca titanio scapola	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criterio max 39)			COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
	- ampiezza gamma per tipologia e foggia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente _____ (____0,8____) punti _28____	0.80	28
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente _____ (____0,8____) punti ____1,6_	0.80	1.6
	- sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2			2
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente _____ (____0,8____) punti _19,2____	0.80	19.2
Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente _____ (____0,6____) punti 1,2____	0.60	1.2	
Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente _____ (____0,8____) punti _4____	0.80	4	
TOTALE		70			56

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature at the top left and several smaller ones below it.

LOTTO 30	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA MIKAI S.P.A.	DITTA MIKAI S.P.A.		
Mano - Protesi trapezio metacarpica	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criterio max 45)			COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	
		- ampiezza gamma per tipologia e foggia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente 1 (40) punti	1.00	40
		- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente 1 (5) punti	1.00	5
		Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente 0.8 (14.4) punti	0.80	14.4
		Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente 0.8 (1,6) punti	0.80	1.6
Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente 1 (5) punti	1.00	5		
TOTALE		70			66	


LOTTO 22	CATEGORIA DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	OFFERTA DI SYSTEM S.A.L.		MOTIVAZIONE OFFERTA DI SYSTEM S.A.L.	OFFERTA EVOLUZIONI MEDICHE OFFERTA DI SYSTEM S.A.L.		MOTIVAZIONE OFFERTA EVOLUZIONI MEDICHE OFFERTA DI SYSTEM S.A.L.	OFFERTA MIMAS S.A.L.		MOTIVAZIONE OFFERTA MIMAS S.A.L.	OFFERTA SYNERGY ITALIA S.A.L.		MOTIVAZIONE OFFERTA SYNERGY ITALIA S.A.L.
			COEFFICIENTE	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	
Nastro - Preset all'azione meccanica: Panigra e Inter	- ampiezza gamma per tecnologia e qualità: forma e dimensioni (Qualità e durata)	40	Coefficiente (0,8) punti 24	0,80	24	Coefficiente (0,4) punti 24	0,40	24	Coefficiente (0,8) punti 40	1,00	40	Coefficiente (0,8) punti 24	0,80	24
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente (0,8) punti 4	0,80	4	Coefficiente (0,4) punti 4	0,40	4	Coefficiente (0,8) punti 4	0,80	4	Coefficiente (0,8) punti 4	0,80	4
	- Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico - ergonomici e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente (0,4) punti 14,4	0,80	14,4	Coefficiente (0,4) punti 14,4	0,40	14,4	Coefficiente (0,8) punti 18	1,00	18	Coefficiente (0,8) punti 14,4	0,80	14,4
	- Affidabilità scientifica di supporto in merito all'uso clinico	2	Coefficiente (0,8) punti 1,6	0,80	1,6	Coefficiente (0,4) punti 1,2	0,40	1,2	Coefficiente (0,8) punti 2	0,80	1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,2	0,40	1,2
	- Affidabilità tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente (1) punti 5	1,00	5	Coefficiente (1) punti 5	1,00	5	Coefficiente (1) punti 5	1,00	5	Coefficiente (1) punti 5	1,00	5
TOTALE		70			49			48,4			64,4			54,4

LOTTO 33	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONI DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A
Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criterio max 39)						
- ampiezza gamma per tipologia e foggia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta		35	Coefficiente _____ (1) punti 35	1.00	35	
- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)		2	Coefficiente _____ (1) punti 2	1.00	2	
- sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)		2			2	
Bacino - Placca acciaio bacino						
Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità		24	Coefficiente _____ (0,8) punti 19,2	0.80	19.2	
Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico		2	Coefficiente _____ (0,6) punti 1,2	0.60	1.2	
Assistenza tecnica e servizio post - vendita		5	Coefficiente _____ (1) punti 5	1.00	5	
TOTALE		70			64.4	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO 35	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA GLOBUS MEDICAL ITALY S.R.L.	DITTA GLOBUS MEDICAL ITALY S.R.L.		MOTIVAZIONE DITTA GLOBUS MEDICAL ITALY S.R.L.	DITTA UBER ROS S.P.A.	DITTA UBER ROS S.P.A.		MOTIVAZIONE DITTA UBER ROS S.P.A.
				COEFFICIENTE	PUNTEGGIO			COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	
Stabilizzazione spino-pelvica - Sistema di fissazione lombo- pelvica	- ampiezza gamma per tipologia e foggia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente _____ (0,8) punti 32	0,80	32		Coefficiente _____ 40 (1) punti	1,00	40	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente _____ (0,8) punti 4	0,80	4		Coefficiente _____ punti 4 (0,8)	0,80	4	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente _____ (0,8) punti 14,4	0,80	14,4		Coefficiente _____ 18 (1) punti	1,00	18	
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente _____ (0,2) punti 0,4	0,20	0,4	scarsa letteratura	Coefficiente _____ (0,2) punti 0,4	0,20	0,4	scarsa letteratura
	Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente _____ (0,8) punti 4	0,80	4		Coefficiente _____ punti 4 (0,8)	0,80	4	
TOTALE		70			54,8				66,4	

LOTTO 63	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA LIMACORPORATE SPA	DITTA DITTA LIMACORPORATE SPA	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA LIMACORPORATE SPA
Seno del tarso - Vite riassorbibile per piede piatto	- ampiezza gamma per tipologia e foggia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente _____ (0,8) punti 28	0.80	28		
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente _____ (0,8) punti 1,6	0.80	1.6		
	- sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2			2		
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente _____ (1) punti 24	1.00	24		
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente _____ (0,8) punti 1,6	0.80	1.6		
Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente _____ (1) punti 5	1.00	5			
TOTALE		70			62.2		

LOTTO 68	CITRINI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA 3D SYSTEM S.R.L.	DITTA 3D SYSTEM S.R.L.		MOTIVAZIONE DITTA 3D SYSTEM S.R.L.	DITTA ASPEN SANITAS SRL	DITTA ASPEN SANITAS SRL		MOTIVAZIONE DITTA ASPEN SANITAS SRL	DITTA STRYVEN ITALIA SRL	DITTA STRYVEN ITALIA SRL		MOTIVAZIONE DITTA STRYVEN ITALIA SRL
				COEFFICIENTE	PUNTEGGIO			COEFFICIENTE	PUNTEGGIO			COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	
Ampiole - Protesi metatarsi - Valenza del raggio.	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criteri max 45)	40	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	0,80	32	Coefficiente $\frac{0,6}{24}$ punti	0,60	24	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	0,80	32			
	- ampiezza gamma per tipologia e fogglia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	5	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	0,80	4	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	0,80	4	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	0,80	4			
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	18	Coefficiente $\frac{0,8}{14,40}$ punti	0,80	14,4	Coefficiente $\frac{0,8}{14,40}$ punti	0,80	14,4	Coefficiente $\frac{0,8}{14,40}$ punti	0,80	14,4			
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	2	Coefficiente $\frac{0,6}{1,2}$ punti	0,60	1,2	Coefficiente $\frac{0,6}{1,2}$ punti	0,60	1,2	Coefficiente $\frac{0,6}{1,2}$ punti	0,60	1,2			
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'risultato clinico	5	Coefficiente $\frac{0,6}{3}$ punti	0,60	3	Coefficiente $\frac{0,6}{3}$ punti	0,60	3	Coefficiente $\frac{0,6}{3}$ punti	0,60	3			
	Assistenza tecnica e servizio post - vendita													
	TOTALE	70			54,6			48,6				54,6		

LIVELLO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO OTTENUTO		PUNTEGGIO OTTENUTO		PUNTEGGIO OTTENUTO		PUNTEGGIO OTTENUTO		PUNTEGGIO OTTENUTO		PUNTEGGIO OTTENUTO		PUNTEGGIO OTTENUTO		PUNTEGGIO OTTENUTO		
			COMPONENTI	PUNTEGGIO	COMPONENTI	PUNTEGGIO	COMPONENTI	PUNTEGGIO	COMPONENTI	PUNTEGGIO	COMPONENTI	PUNTEGGIO	COMPONENTI	PUNTEGGIO	COMPONENTI	PUNTEGGIO	COMPONENTI	PUNTEGGIO	
MATERIA DI SCIENZE INTEGRATE	Conoscenza teorica ed applicativa e abilità specifiche di base (100% - 100/100)	40	Contribuzione 0/4 100%	40	Contribuzione 0/4 100%	40	40	Contribuzione 0/4 100%	40	40	Contribuzione 0/4 100%	40	40	Contribuzione 0/4 100%	40	40	Contribuzione 0/4 100%	40	
	- Capacità di analisi e sintesi - Capacità di applicare le conoscenze acquisite - Capacità di risolvere problemi - Capacità di lavorare in gruppo	5	Contribuzione 0/5 100%	5	5	Contribuzione 0/5 100%	5	5	Contribuzione 0/5 100%	5	5	Contribuzione 0/5 100%	5	5	Contribuzione 0/5 100%	5	5	Contribuzione 0/5 100%	5
	Conoscenza teorica ed applicativa e abilità specifiche di base (100% - 100/100)	14	Contribuzione 0/14 100%	14	14	Contribuzione 0/14 100%	14	14	Contribuzione 0/14 100%	14	14	Contribuzione 0/14 100%	14	14	Contribuzione 0/14 100%	14	14	Contribuzione 0/14 100%	14
	- Capacità di analisi e sintesi - Capacità di applicare le conoscenze acquisite - Capacità di risolvere problemi - Capacità di lavorare in gruppo	3	Contribuzione 0/3 100%	3	3	Contribuzione 0/3 100%	3	3	Contribuzione 0/3 100%	3	3	Contribuzione 0/3 100%	3	3	Contribuzione 0/3 100%	3	3	Contribuzione 0/3 100%	3
	Abilità tecniche e metodologiche	5	Contribuzione 0/5 100%	5	5	Contribuzione 0/5 100%	5	5	Contribuzione 0/5 100%	5	5	Contribuzione 0/5 100%	5	5	Contribuzione 0/5 100%	5	5	Contribuzione 0/5 100%	5
TOTALE		70		70		70		70		70		70		70		70		70	







LOTTO 76	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDIFOR SRL	DITTA MEDIFOR SRL	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA MEDIFOR SRL	DITTA CITIEFFE SRL	DITTA CITIEFFE SRL	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA CITIEFFE SRL
Varie - Sistema di fissazione esterna articolato per gomito, polso, caviglia e ginocchio Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criterio max 45)			COEFFICIENTE						
	- ampiezza gamma per tipologia e foglia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente _____ (0,8) punti 16	0,40	16	Solo fissatore esterno gomito e bacino. Non articolari	Coefficiente _____ (0,8) punti 32	0,80	32	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente _____ (0,5) punti 3	0,50	3		Coefficiente _____ (0,8) punti 4	0,80	4	
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente _____ (0,5) punti 1,2	0,50	1,2		Coefficiente _____ (0,8) punti 1,6	0,80	1,6	
	Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente _____ (0,8) punti 4	0,80	4		Coefficiente _____ (0,8) punti 4	0,80	4	
	TOTALE	70			35				56	

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.

LOTTO 77	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA UNIMEDICAL BIOTECH SRL C.S.U.	DITTA UNIMEDICAL BIOTECH SRL C.S.U.	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA UNIMEDICAL BIOTECH SRL C.S.U.
Varie - Chiodo e placche in lega di carbonio omero, tibia e femore - ampiezza gamma per tipologia e foggia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri) - diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico Assistenza tecnica e servizio post - vendita	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criterio max 45)			COEFFICIENTE		
		40	Coefficiente $\frac{\quad}{(\quad 0.8 \quad)}$ punti $\frac{\quad}{\quad 32}$	0.80	32	
		5	Coefficiente $\frac{\quad}{(\quad 1 \quad)}$ punti $\frac{\quad}{\quad 5}$	1.00	5	
		18	Coefficiente $\frac{\quad}{(\quad 1 \quad)}$ punti $\frac{\quad}{\quad 18}$	1.00	18	
		2	Coefficiente $\frac{\quad}{(\quad 1 \quad)}$ punti $\frac{\quad}{\quad 2}$	1.00	2	
	TOTALE	70	Coefficiente $\frac{\quad}{(\quad 1 \quad)}$ punti $\frac{\quad}{\quad 5}$	1.00	5	
					62	

LOTTO B1	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA GRUPPO BIOMPIANTI S.R.L.	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA BIOMPIANTI S.R.L.	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	DITTA MIKAI SPA	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA MIKAI SPA
Vari - Fiches in titanio	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criterio max 45)													
	- ampiezza gamma per tipologia e fogglia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente $\frac{\quad}{0,6 \quad}$ punti $\frac{\quad}{24 \quad}$	0,60	24		Coefficiente $\frac{\quad}{0,8 \quad}$ punti $\frac{\quad}{32 \quad}$	0,80	32		Coefficiente $\frac{\quad}{0,8 \quad}$ punti $\frac{\quad}{32 \quad}$	0,80	32	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8 \quad}$ punti $\frac{\quad}{4 \quad}$	0,80	4		Coefficiente $\frac{\quad}{0,8 \quad}$ punti $\frac{\quad}{4 \quad}$	0,80	4		Coefficiente $\frac{\quad}{0,8 \quad}$ punti $\frac{\quad}{4 \quad}$	0,80	4	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8 \quad}$ punti $\frac{\quad}{14,4 \quad}$	0,80	14,4		Coefficiente $\frac{\quad}{0,8 \quad}$ punti $\frac{\quad}{14,4 \quad}$	0,80	14,4		Coefficiente $\frac{\quad}{0,8 \quad}$ punti $\frac{\quad}{14,4 \quad}$	0,80	14,4	
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'uso clinico	2	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8 \quad}$ punti $\frac{\quad}{1,6 \quad}$	0,80	1,6		Coefficiente $\frac{\quad}{0,8 \quad}$ punti $\frac{\quad}{1,6 \quad}$	0,80	1,6		Coefficiente $\frac{\quad}{0,8 \quad}$ punti $\frac{\quad}{1,6 \quad}$	0,80	1,6	
Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8 \quad}$ punti $\frac{\quad}{4 \quad}$	0,80	4		Coefficiente $\frac{\quad}{0,8 \quad}$ punti $\frac{\quad}{4 \quad}$	0,80	4		Coefficiente $\frac{\quad}{0,8 \quad}$ punti $\frac{\quad}{4 \quad}$	0,80	4		
	TOTALE	70			48				56				56	

LOTTO 82	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA LIMACORPORATE SPA	DITTA LIMACORPORATE SPA	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA LIMACORPORATE SPA
Vari - Cambra a memoria di forma in titanio	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criterio max 45)						
	- ampiezza gamma per tipologia e foggia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente <u>0,8</u> (<u>32</u>) punti		0.80	32	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente <u>0,8</u> (<u>4</u>) punti		0.80	4	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente <u>0,8</u> (<u>14,40</u>) punti		0.80	14.4	
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente <u>0,6</u> (<u>1,2</u>) punti		0.60	1.2	
Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente <u>0,6</u> (<u>3</u>) punti		0.60	3		
TOTALE		70				54,6	

LOTTO 83	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA EPISCAN SRL	DITTA EPISCAN SRL	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA EPISCAN SRL	DITTA MEDIPIX SRL	DITTA MEDIPIX SRL	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA MEDIPIX SRL
Vari - Cambra Cambra dentata in titanio per micro frammenti	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criterio max 45)			COEFFICIENTE				COEFFICIENTE		
	- ampiezza gamma per tipologia e foglia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente $\frac{0,8}{()}$ punti $\frac{32}{4}$	0,80	32		Coefficiente $\frac{0,6}{()}$ punti $\frac{24}{4}$	0,60	24	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente $\frac{0,8}{()}$ punti $\frac{4}{4}$	0,80	4		Coefficiente $\frac{0,8}{()}$ punti $\frac{4}{4}$	0,80	4	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente $\frac{0,8}{()}$ punti $\frac{14,40}{4}$	0,80	14,4		Coefficiente $\frac{0,8}{()}$ punti $\frac{14,40}{4}$	0,80	14,4	
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente $\frac{0,6}{()}$ punti $\frac{1,2}{1,2}$	0,60	1,2		Coefficiente $\frac{0,6}{()}$ punti $\frac{1,2}{1,2}$	0,60	1,2	
Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente $\frac{0,4}{()}$ punti $\frac{2}{2}$	0,40	2		Coefficiente $\frac{0,6}{()}$ punti $\frac{3}{3}$	0,60	3		
TOTALE		70			53,6				46,6	

LOTTO 84	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA INTRAUMA SPA	DITTA INTRAUMA SPA		MOTIVAZIONE DITTA INTRAUMA SPA	DITTA LIMACORPORATE SPA	DITTA LIMACORPORATE SPA		MOTIVAZIONE DITTA LIMACORPORATE SPA
				COEFFICIENTE	PUNTEGGIO			COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	
Vari - Cambra in titanio	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criterio max 45)									
	- ampiezza gamma per tipologia e foggia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente <u>0,6</u> (<u>24</u>) punti	0,60	24	Coefficiente <u>0,8</u> (<u>32</u>) punti	0,80	32		
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente <u>0,8</u> (<u>4</u>) punti	0,80	4	Coefficiente <u>0,8</u> (<u>4</u>) punti	0,80	4		
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente <u>0,8</u> (<u>14,40</u>) punti	0,80	14,4	Coefficiente <u>0,8</u> (<u>14,40</u>) punti	0,80	14,4		
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente <u>0,6</u> (<u>1,2</u>) punti	0,60	1,2	Coefficiente <u>0,6</u> (<u>1,2</u>) punti	0,60	1,2		
Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente <u>0,6</u> (<u>3</u>) punti	0,60	3	Coefficiente <u>0,6</u> (<u>3</u>) punti	0,60	3			
TOTALE		70			46,6			54,6		

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature in blue and several smaller ones in black.

LIVELLO IN	CATEGORIA DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO MIN	GRUPPO A		PUNTEGGIO	AGGIUSTAZIONE GRUPPO A	GRUPPO B	PUNTEGGIO	AGGIUSTAZIONE GRUPPO B	GRUPPO C	PUNTEGGIO	AGGIUSTAZIONE GRUPPO C	GRUPPO D	PUNTEGGIO	AGGIUSTAZIONE GRUPPO D	GRUPPO E	PUNTEGGIO	AGGIUSTAZIONE GRUPPO E		
				COMMENTI	PUNTEGGIO																
Votazione finale promozionale di 500 studenti	Competenze tecniche del dipartimento e della facoltà di Ingegneria: gestione di risorse, impieghi e bilanci Metodi e tecnologie del computer Capacità di analisi, progettazione, validazione e implementazione	12		Condizione - 0,8 1,0	0,8	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8			
		15		Condizione - 0,8 1,0	0,8	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8			
		4		Condizione - 0,8 1,0	0,8	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8			
		14		Condizione - 0,8 1,0	0,8	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8			
		2					1														
		11,00		Condizione - 0,8 1,0	0,8	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8
		3		Condizione - 0,8 1,0	0,8	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8
		2		Condizione - 0,8 1,0	0,8	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8
		5		Condizione - 0,8 1,0	0,8	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8		Condizione - 0,8 1,0	0,8
		70																			

LOTTO 88	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA LIMACORPORATE SPA	DITTA LIMACORPORATE SPA	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA LIMACORPORATE SPA
Vari - Filo di cerchiaggio asolato in acciaio amagnetico	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criterio max 45)						
	- ampiezza gamma per tipologia e foggia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti 32		0.80	32	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti 4		0.80	4	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente _____ (1 _____) punti 18		1.00	18	
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti 1,6		0.80	1.6	
Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente _____ (1 _____) punti 5		1.00	5		
TOTALE		70				60.6	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

LOTTO 89	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA 3D SYSTEM SRL	DITTA 3D SYSTEM SRL	MOTIVAZIONE DITTA 3D SYSTEM SRL	DITTA ARTHIEX ITALIA SRL	DITTA ARTHIEX ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA ARTHIEX ITALIA SRL	DITTA GRUPPO BIOMIMANTI SRL	DITTA GRUPPO BIOMIMANTI SRL	MOTIVAZIONE DITTA GRUPPO BIOMIMANTI SRL	DITTA INTALUMA SPA	DITTA INTALUMA SPA	MOTIVAZIONE DITTA INTALUMA SPA
	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianti (Tot. Criterio max 45)		Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	0,80	32	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	0,80	32	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	0,80	32	Coefficiente $\frac{0,6}{24}$ punti	0,60	24
	- ampiezza gamma per tipologia e foglia: forma e dimensioni (lunghezza e diametro)	40	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	0,80	32	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	0,80	32	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	0,80	32	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	0,80	32
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	0,80	4	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	0,80	4	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	0,80	4	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	0,80	4
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente $\frac{0,8}{14,4}$ punti	0,80	14,4	Coefficiente $\frac{0,8}{14,4}$ punti	0,80	14,4	Coefficiente $\frac{0,8}{14,4}$ punti	0,80	14,4	Coefficiente $\frac{0,8}{14,4}$ punti	0,80	14,4
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'effetto clinico	2	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti	0,80	1,6	Coefficiente $\frac{0,6}{1,2}$ punti	0,60	1,2	Coefficiente $\frac{0,8}{0,8}$ punti	0,80	0,8	Coefficiente $\frac{0,8}{1,0}$ punti	0,80	1,0
	Assistenza tecnica e servizio post- vendita	5	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	0,80	4	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	0,80	4	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	0,80	4	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	0,80	4
	TOTALE	70		56			55,6			55,2			48	

LOTTO 91	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA LIMACORPORATE SPA	DITTA LIMACORPORATE SPA	MOTIVAZIONE DITTA LIMACORPORATE SPA	
Vari - Pin, cambre e viti riassorbibili)	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criterio max 39)			COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	
	- ampiezza gamma per tipologia e foggia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 28 <u> </u>	0.80	28	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u>	0.80	1,6	
	- sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2			2	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 19,2 <u> </u>	0.80	19.2	
Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u>	0.80	1,6		
Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u>	0.80	4		
TOTALE		70			56,4	

LOTTO 92	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA CONMED ITALIA SRL	DITTA CONMED ITALIA SRL		MOTIVAZIONE DITTA CONMED ITALIA SRL	DITTA SMITH & NEPHEW SRL	DITTA SMITH & NEPHEW SRL		MOTIVAZIONE DITTA SMITH & NEPHEW SRL
				COEFFICIENTE	PUNTEGGIO			COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	
Vari - Ancora grandi articolazioni	- ampiezza gamma per tipologia e foggia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente 0,8] punti 32	0,80	32		Coefficiente 1] punti 40	1,00	40	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente 0,8] punti 4	0,80	4		Coefficiente 1] punti 5	1,00	5	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente 0,8] punti 14,40	0,80	14,4		Coefficiente 1] punti 18	1,00	18	
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente 0,6] punti 1,2	0,60	1,2		Coefficiente 0,6] punti 1,2	0,60	1,2	
	Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente 0,6] punti 3	0,60	3		Coefficiente 0,6] punti 3	0,60	3	
TOTALE		70			54,6				67,2	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a signature that appears to be 'Ghar', and other initials and marks at the bottom.

Verbale di seduta della Commissione Giudicatrice del 13/02/2023

Affidamento mediante Accordo Quadro (lotti n. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 85, 87, 110) e mediante aggiudicazione al 1° in graduatoria (lotti n. 1, 2, 3, 7, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 62, 63, 67, 68, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111) della fornitura di Mezzi di Osteosintesi e Sintesi Tendineo Legamentosa occorrenti alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera di Terni, dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, dell'Azienda Usl Umbria 1 e Azienda Usl Umbria 2.

Gara telematica espletata tramite la piattaforma Net4market

CODICE GARA ANAC 8352561

PRESO ATTO:

- ✓ della Determinazione dell'Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l. del 10/02/2022 con la quale sono stati revocati i lotti nn. 42, 44, 73, 78, 79 e 110 e rettificata parzialmente la documentazione di gara;
- ✓ come rilevabile dai Verbali del 24-25/02/2022 e del 01/03/2022 relativi all'apertura della documentazione amministrativa delle ditte che hanno presentato offerta tramite piattaforma Net4market;
- ✓ come rilevabile dal Verbale del 15/03/2022 relativo alla seduta riservata durante la quale è stata valutata la documentazione amministrativa prodotta dalle ditte ammesse al soccorso istruttorio;
- ✓ come rilevabile da 15/03/2022 2022 relativo all'apertura della documentazione tecnica delle ditte ammesse a seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa;
- ✓ come rilevabile dai verbali del 12/07/2022 del 19/09/2022, 22/09/2022 e del 18/10/2022, la commissione in seduta pubblica, in videoconferenza, verifica la documentazione tecnica prodotta dagli O.E. per ogni lotto;
- ✓ della Determinazione dell'Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l. del 30/11/2022 con la quale è stato nominato RUP per la procedura in oggetto il Dott. Giorgio Maglio di PuntoZero Scarl, in sostituzione della Dott.ssa Maria Perrone, dimissionaria il 18/11/2022;
- ✓ come rilevabile dal verbale del 30/01/2023 la commissione in seduta riservata inizia i lavori di valutazione delle offerte per i parametri previsti dal capitolato tecnico;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il giorno 13/02/2023 alle ore 9.00 presso la sede operativa di PuntoZero scarl, in via Enrico dal Pozzo, la commissione prosegue i lavori di valutazione degli elementi tecnico qualitativi delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici per i parametri previsti dal capitolato tecnico.

Scheda di gara Prot. 8352561 (Lotti da aggiudicare al 1° in graduatoria)

LOTTO 93:


- MEDIFOR S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **46,60 punti**;
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **67,20 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;

In osservanza alla lex specialis di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
MEDIFOR S.R.L.	46,60	48.54
SMITH & NEPHEW S.R.L..	67,20	70.00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	54,60	56.88

LOTTO 94:

- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **42,00 punti**;




- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **42,00 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **42,00 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ARTHREX ITALIA S.R.L.	54,60	70.00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	42,00	53.85
SMITH & NEPHEW S.R.L.	54,60	70.00
STRYKER ITALIA S.R.L.	42,00	53.85
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	42,00	53.85

LOTTO 95:

- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **42,00 punti**;
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **20,40 punti**



legato essenzialmente all'unica misurazione offerta del prodotto; **la Commissione dispone la non prosecuzione alla fase successiva per mancato raggiungimento della soglia minima del punteggio di qualità pari 42,00, così come disposto dall'art. 8 del capitolato tecnico allegato al disciplinare della presente gara.**

- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	42,00	53.85
SMITH & NEPHEW S.R.L.	54,60	70.00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	54,60	70.00

LOTTO 96:

- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60. punti**;
- CONMED ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **20,40 punti** legato essenzialmente all'unica misurazione offerta del prodotto; **la Commissione dispone la non prosecuzione alla fase successiva per mancato raggiungimento della soglia minima del punteggio di qualità pari 42,00, così come disposto dall'art. 8 del capitolato tecnico allegato al disciplinare della presente gara.**



- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ARTHREX ITALIA S.R.L.	54,60	70.00
CONMED ITALIA S.R.L.	54,60	70.00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	54.60	70.00
STRYKER ITALIA S.R.L.	54,60	70.00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	54,60	70.00

LOTTO 97:

- ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **42,00 punti**;
- CONMED ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54.60 punti**;



- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **42.00 punti**;


In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	42.00	53.85
CONMED ITALIA S.R.L.	54.60	70.00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	54.60	70.00
SMITH & NEPHEW S.R.L.	42.00	53.85

LOTTO 98:

- CONMED ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **67.20 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54.60 punti**;
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **42,00 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54,60 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:



OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
CONMED ITALIA S.R.L.	67.20	70.00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	54.60	56.88
SMITH & NEPHEW S.R.L.	42.00	43.75
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	54.60	56.88

LOTTO 99:

- ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54.60 punti**;
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54.60 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54.60 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	54.60	70.00
SMITH & NEPHEW S.R.L.	54.60	70.00



ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	54.60	70.00
-----------------------------	-------	-------

LOTTO 100:

- CONMED ITALIA S.R.L.: La Commissione non rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi previsti in quanto non si tratta di pistola ma di passa suture. **Per tale lotto la ditta non viene ammessa alle fase successive di gara.;**
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54.60 punti;**
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54.60 punti;**

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
SMITH & NEPHEW S.R.L.	54.60	70.00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	54.60	70.00

LOTTO 101:

- CONMED ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54.60 punti;**
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **67.20 punti;**
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54.60 punti;**




- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **67.20 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
CONMED ITALIA S.R.L.	54.60	56.88
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	67.20	70.00
SMITH & NEPHEW S.R.L.	54.60	56.88
STRYKER ITALIA S.R.L.	67.20	70.00

LOTTO 102:

- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **64,00 punti**;
- ASSUT EUROPE S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **56,00 punti**;
- CONMED ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **56,00 punti**;
- MEDIFOR S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **46,00 punti**;
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **56,00 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **64,00 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **64,00 punti**;



In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ARTHREX ITALIA S.R.L.	64.00	70.00
ASSUT EUROPE S.P.A	56.00	61.25
CONMED ITALIA S.R.L.	56.00	61.25
MEDIFOR S.R.L.	47.00	51.41
SMITH & NEPHEW S.R.L.	56.00	61.25
STRYKER ITALIA S.R.L.	64.00	70.00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	64.00	70.00

LOTTO 103:


- ANIKA THERAPEUTICS S.R.L. : La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **59.60 punti**;
- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **68.60 punti**;
- ASSUT EUROPE S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **59.60 punti**;
- CONMED ITALIA S.R.L. : La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **59.60 punti**



- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **59.60 punti**;
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **59.60 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **59.60 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **59.60 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	59.60	60.82
ARTHREX ITALIA S.R.L.	68.60	70.00
ASSUT EUROPE S.P.A	59.60	60.82
CONMED ITALIA S.R.L.	59.60	60.82
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	59.60	60.82
SMITH & NEPHEW S.R.L.	59.60	60.82
STRYKER ITALIA S.R.L.	59.60	60.82
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	59.60	60.82



LOTTO 104:

- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54.60 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54.60 punti**;


In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
SMITH & NEPHEW S.R.L.	54.60	70.00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	54.60	70.00

LOTTO 105:

- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54.60 punti**;
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54.60 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54.60 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:




OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	54.60	70.00
SMITH & NEPHEW S.R.L.	54.60	70.00
STRYKER ITALIA S.R.L.	54.60	70.00

LOTTO 106:

- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54.60 punti**;
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **67.20 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54.60. punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **42.00 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	54.60	56.88
SMITH & NEPHEW S.R.L.	67.20	70.00
STRYKER ITALIA S.R.L.	54.60	56.88



ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	42.00	43.75
-----------------------------	-------	-------

LOTTO 107:


- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **54.60 punti**;
- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione non rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi previsti in quanto non si tratta di pistola ma di passa suture; per tale lotto la ditta non viene ammessa alle fase successive di gara;
- CONMED ITALIA S.R.L.: La Commissione non rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi previsti in quanto non si tratta di pistola ma di passa suture; per tale lotto la ditta non viene ammessa alle fase successive di gara;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione non rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi previsti in quanto non si tratta di pistola ma di passa suture; per tale lotto la ditta non viene ammessa alle fase successive di gara;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
SMITH & NEPHEW S.R.L.	54.60	70.00

LOTTO 108:

- ACTIVA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **59.60 punti**;
- BONE S.R.L. : La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **67.60 punti**
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **43.40 punti**.



In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ACTIVA S.R.L.	59,60	61.72
BONE S.R.L.	67,60	70.00
INTRAUMA S.P.A.	43,40	44.94

LOTTO 109:

- ACTIVA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **57,40 punti**;
- La Commissione rileva per le ditte INTRAUMA SPA e ORTHOFIX SRL la non sussistenza dei requisiti tecnici minimi previsti in quanto dalla scheda tecnica non si evince la presenza di antibiotici come previsto da capitolato; per tale lotto le suddette ditte non vengono ammesse alle fase successive di gara.

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ACTIVA S.R.L.	57,40	70,00

LOTTO 111:

- ASPEN SANITAS S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **59.60 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative con il seguente esito finale **67,60 punti**;



In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ASPEN SANITAS S.R.L.	59.60	61.72
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	67.60	70.00


La commissione dopo aver completato la valutazione della **Scheda di gara Prot. 8352561 (Lotti da aggiudicare al 1° in graduatoria)**, e visto che nessun operatore economico ha raggiunto il punteggio massimo nel singolo criterio procede altresì alla riparametrazione come previsto dal capitolato tecnico, come rilevabile dall'allegato A .


Concluse le operazioni sopra descritte, Il Presidente dichiara conclusa la seduta riservata di gara.


La seduta termina alle ore 13.00 della data odierna


Il presente verbale è costituito da n. 16 pagine e si intende letto, approvato e sottoscritto.


Al presente verbale si allegano le griglie di valutazione di ogni singolo lotto (allegato A).


Dott.ssa Serena Natalini – con funzioni di Presidente 


Dott. Andrea Nardi – in qualità di membro 


Dott. Andrea Leli – in qualità di membro 


Dott. David D'Eramo – in qualità di membro 

Dott. Fabio Perrone – in qualità di membro 

Dott. Giorgio Maglio – segretario verbalizzante 

Dott.ssa Valeria Proietti - collaboratore e testimone 

Dott.ssa Emanuela Schiaffella - collaboratore e testimone 




LOTTO 93	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDIFOR SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA COMED ITALIA SRL	DITTA SMITH & NEPHEW SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA SMITH & NEPHEW SRL	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
Vari - Ancora piccole articolazioni	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criterio max 45)												
	- ampiezza gamma per tipologia e foglia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente $\frac{0,6}{24}$ punti	0,60	24		Coefficiente $\frac{1}{40}$ punti	1,00	40		Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	0,80	32
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	0,80	4		Coefficiente $\frac{1}{5}$ punti	1,00	5		Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	0,80	4
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente $\frac{0,8}{14,40}$ punti	0,80	14,4		Coefficiente $\frac{1}{18}$ punti	1,00	18		Coefficiente $\frac{0,8}{14,40}$ punti	0,80	14,4
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente $\frac{0,6}{1,7}$ punti	0,60	1,2		Coefficiente $\frac{0,6}{1,7}$ punti	0,60	1,2		Coefficiente $\frac{0,6}{1,7}$ punti	0,60	1,2
Assistenza tecnica e servizio post- vendita	5	Coefficiente $\frac{0,6}{3}$ punti	0,60	3		Coefficiente $\frac{0,6}{3}$ punti	0,60	3		Coefficiente $\frac{0,6}{3}$ punti	0,60	3	
TOTALE		70			46,6				67,2				54,6

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

LITTO M	CATEGORIA DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA ANTHONY ITALIA SRL		MOTIVAZIONE DITTA ANTHONY ITALIA SRL		DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		MOTIVAZIONE DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		DITTA SMITH & NICHOLSON SPA		MOTIVAZIONE DITTA SMITH & NICHOLSON SPA		DITTA STERIS ITALIA SRL		MOTIVAZIONE DITTA STERIS ITALIA SRL		DITTA ZIMMER BOWTEC ITALIA SRL		MOTIVAZIONE DITTA ZIMMER BOWTEC ITALIA SRL				
			COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO									
Vn1 - Accessi inferiori	- semplicità gamma per l'osteotomia e taglio: forma e dimensioni (lunghezza e diametro)	40	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	0,80	32	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	0,80	32	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	0,80	32	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	0,80	32	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	0,80	32	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	0,80	32	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	0,80	32		
	- diverse opzioni proxioli, modularità e compatibilità	5	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	0,80	4	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	0,80	4	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	0,80	4	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	0,80	4	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	0,80	4	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	0,80	4	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	0,80	4		
	- praticità di impiego in medio e grande osteotomia	18	Coefficiente $\frac{0,8}{14,4}$ punti	0,80	14,4	Coefficiente $\frac{0,8}{14,4}$ punti	0,80	14,4	Coefficiente $\frac{0,8}{14,4}$ punti	0,80	14,4	Coefficiente $\frac{0,8}{14,4}$ punti	0,80	14,4	Coefficiente $\frac{0,8}{14,4}$ punti	0,80	14,4	Coefficiente $\frac{0,8}{14,4}$ punti	0,80	14,4	Coefficiente $\frac{0,8}{14,4}$ punti	0,80	14,4		
	- presenza di supporto in medio e grande osteotomia	2	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti	0,80	1,6	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti	0,80	1,6	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti	0,80	1,6	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti	0,80	1,6	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti	0,80	1,6	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti	0,80	1,6	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti	0,80	1,6		
	- Adattabilità tecnica a servizio post - vendita	5	Coefficiente $\frac{0,8}{3,6}$ punti	0,80	3,6	Coefficiente $\frac{0,8}{3,6}$ punti	0,80	3,6	Coefficiente $\frac{0,8}{3,6}$ punti	0,80	3,6	Coefficiente $\frac{0,8}{3,6}$ punti	0,80	3,6	Coefficiente $\frac{0,8}{3,6}$ punti	0,80	3,6	Coefficiente $\frac{0,8}{3,6}$ punti	0,80	3,6	Coefficiente $\frac{0,8}{3,6}$ punti	0,80	3,6		
TOTALE		70		54,8	54,8		42		54,8	54,8		42		54,8	54,8		42		54,8	54,8		42		54,8	54,8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO 95	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE	DITTA SMITH & NEPHEW SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE	DITTA STYERER ITALIA SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE	DITTA ZIMMERMANN BIOMET ITALIA SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE	
	Caratteristiche tecniche del dispositivo e delle tipologie di impianto (Tec. Critico max 45)																		
	- ampiezza gamma per tipologia e foglio: forma e dimensioni (lunghezza e diametro)	40	Coefficiente () punti	0,60	24		Coefficiente () punti	0,60	32		Coefficiente () punti	0,30	8		Coefficiente () punti	0,80	32		
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente () punti	0,60	3		Coefficiente () punti	0,80	4		Coefficiente () punti	0,30	1		Coefficiente () punti	0,80	4		
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente () punti	0,60	10,8		Coefficiente () punti	0,80	14,4		Coefficiente () punti	0,40	7,2		Coefficiente () punti	0,80	14,4		
	Evidenza identica di supporto in merito all'alto livello	2	Coefficiente () punti	0,60	1,2		Coefficiente () punti	0,60	1,2		Coefficiente () punti	0,60	1,2		Coefficiente () punti	0,60	1,2		
	Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente () punti	0,50	3		Coefficiente () punti	0,60	3		Coefficiente () punti	0,50	3		Coefficiente () punti	0,60	3		
	TOTALE	70			42				54,6				20,4				54,6		

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large stylized 'A' at the bottom left and various scribbles and initials throughout the page.]

LETTO 34	CATEGORIA DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DETTA ARTHIX ITALIA SRL	CORRISPONDENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DETTA	DETTA COMAD ITALIA SRL	CORRISPONDENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DETTA	DETTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	CORRISPONDENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DETTA	DETTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	CORRISPONDENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DETTA	DETTA SMITH & NEPHEW SRL	CORRISPONDENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DETTA	DETTA STEVEN ITALIA SRL	CORRISPONDENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DETTA	DETTA SHARPS BOWMET ITALIA SRL	CORRISPONDENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DETTA
	Caratteristiche tecniche ed applicative e altre (prestazioni di Impianti Tm, Criteri max 40)	40	Confidenza pari	0,20	32		Confidenza pari	0,20	32		Confidenza pari	0,20	32		Confidenza pari	0,20	32		Confidenza pari	0,20	8		Confidenza pari	0,20	32		Confidenza pari	0,20	32	
	- Impianto gamma per (pedigree + legge, forma e dimensioni) (prestazioni e servizi)	5	Confidenza pari	0,20	4		Confidenza pari	0,20	4		Confidenza pari	0,20	4		Confidenza pari	0,20	1		Confidenza pari	0,20	1		Confidenza pari	0,20	4		Confidenza pari	0,20	4	
	- Altri sistemi proposti, modularità e compatibilità	18	Confidenza pari	0,20	14,4		Confidenza pari	0,20	14,4		Confidenza pari	0,20	14,4		Confidenza pari	0,20	14,4		Confidenza pari	0,20	7,2		Confidenza pari	0,20	14,4		Confidenza pari	0,20	14,4	
	Caratteristiche tecniche della committenza (prestazioni e servizi di ufficio)	2	Confidenza pari	0,20	1,2		Confidenza pari	0,20	1,2		Confidenza pari	0,20	1,2		Confidenza pari	0,20	1,2		Confidenza pari	0,20	1,2		Confidenza pari	0,20	1,2		Confidenza pari	0,20	1,2	
	Indagini statistiche di risposta in merito alle altre offerte	5	Confidenza pari	0,20	1		Confidenza pari	0,20	1		Confidenza pari	0,20	1		Confidenza pari	0,20	1		Confidenza pari	0,20	1		Confidenza pari	0,20	1		Confidenza pari	0,20	1	
	Analisi tecnica a verde per vendita	70			54,4				54,4				54,4				54,4				32,4				54,4				54,4	
	TOTALE																													

LOTTO 97	Criteri di valutazione	Punteggio MAX	Ditta ANIMA THIODIUTICS SRL	Coefficiente	Punteggio	MOTIVAZIONE DITTA	Ditta CONMED ITALIA SRL	Coefficiente	Punteggio	MOTIVAZIONE DITTA	Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Coefficiente	Punteggio	MOTIVAZIONE DITTA	Ditta SMITH & NEPHEW SRL	Coefficiente	Punteggio	MOTIVAZIONE DITTA
	Caratteristiche tecniche del dispositivo e della tipologia di impianto (Tot. Criterio max 45)	40	Coefficiente _____ punti	0,60	24		Coefficiente _____ punti	0,60	32		Coefficiente _____ punti	0,60	32		Coefficiente _____ punti	0,60	24	
	- ampiezza gamma per tipologia e taglie; forma e dimensioni (lunghezza e diametro)	5	Coefficiente _____ punti	0,60	3		Coefficiente _____ punti	0,60	4		Coefficiente _____ punti	0,60	4		Coefficiente _____ punti	0,60	3	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	18	Coefficiente _____ punti	0,60	10,8		Coefficiente _____ punti	0,60	14,4		Coefficiente _____ punti	0,60	14,4		Coefficiente _____ punti	0,60	10,8	
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	2	Coefficiente _____ punti	0,60	1,2		Coefficiente _____ punti	0,60	1,2		Coefficiente _____ punti	0,60	1,2		Coefficiente _____ punti	0,60	1,2	
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'età d'uso	5	Coefficiente _____ punti	0,60	3		Coefficiente _____ punti	0,60	3		Coefficiente _____ punti	0,60	3		Coefficiente _____ punti	0,60	3	
	Austerità tecnica e service post - vendita	70			42				54,6				54,6				42	
	TOTALE																	

0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO 98	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA COMAND ITALIA SRL		MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		MOTIVAZIONE DITTA	DITTA SAKITA & NISHIDA SRL		MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIONETTI ITALIA SRL		MOTIVAZIONE DITTA
			COEFFICIENTE	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	
	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianti (Tot. Chierico max 45)													
	- ampiezza gamma per tipologia e fogglie: forma e dimensioni (lunghezza e diametro)	40	Coefficiente () punti 1,00	40		Coefficiente () punti 0,80	32		Coefficiente () punti 0,60	24		Coefficiente () punti 0,80	32	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente () punti 1,00	5		Coefficiente () punti 0,80	4		Coefficiente () punti 0,60	3		Coefficiente () punti 0,80	4	
	Caratteristiche tecniche delle strumentazioni da utilizzare - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente () punti 1,00	18		Coefficiente () punti 0,80	14,4		Coefficiente () punti 0,60	10,8		Coefficiente () punti 0,80	14,4	
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'uso clinico	2	Coefficiente () punti 0,60	1,2		Coefficiente () punti 0,60	1,2		Coefficiente () punti 0,60	1,2		Coefficiente () punti 0,60	1,2	
	Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente () punti 0,60	3		Coefficiente () punti 0,60	3		Coefficiente () punti 0,60	3		Coefficiente () punti 0,60	3	
	TOTALE	70		67,2			54,8			42			54,8	

P

NP

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

LOTTO 99	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA ANIMA THERAPEUTICS SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA SMITH & NEPHEW SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA	
															COEFFICIENTE
Veh - Ago per pinza passastura	- ampiezza gamma per topologia e foglie: forma e dimensioni (lunghezza e compatibilità)	40	Coefficiente _____ punti _____	0,80	32		Coefficiente _____ punti _____	0,80	32		Coefficiente _____ punti _____	0,80	32		
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente _____ punti _____	0,80	4		Coefficiente _____ punti _____	0,80	4		Coefficiente _____ punti _____	0,80	4		
	Caratteristiche tecniche dello strumento clinico: - ergonomia e semplicità	18	Coefficiente _____ punti _____	0,80	14,4		Coefficiente _____ punti _____	0,80	14,4			Coefficiente _____ punti _____	0,80	14,4	
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'effetto clinico	2	Coefficiente _____ punti _____	0,60	1,2		Coefficiente _____ punti _____	0,60	1,2			Coefficiente _____ punti _____	0,60	1,2	
	Assistenza tecnica e servizio post- vendita	5	Coefficiente _____ punti _____	0,60	3		Coefficiente _____ punti _____	0,60	3			Coefficiente _____ punti _____	0,60	3	
TOTALE		70			54,6				54,6				54,6		

0


AP



AP

Star

Star



LOTTO 100	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA SMITH & NEPHEW SRL	COEFFICIENTE		MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	COEFFICIENTE		MOTIVAZIONE DITTA
				PUNTEGGIO				PUNTEGGIO		
Vari - Pistola passa- sutura	- ampiezza gamma per tipologia e foglia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente _____ (_____) punti	0,80	32		Coefficiente _____ (_____) punti	0,80	32	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente _____ (_____) punti	0,80	4		Coefficiente _____ (_____) punti	0,80	4	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente _____ (_____) punti	0,80	14,4		Coefficiente _____ (_____) punti	0,80	14,4	
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente _____ (_____) punti	0,60	1,2		Coefficiente _____ (_____) punti	0,60	1,2	
	Assistenza tecnica e servizio post- vendita	5	Coefficiente _____ (_____) punti	0,60	3		Coefficiente _____ (_____) punti	0,60	3	
TOTALE		70			54,6				54,6	

0

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

LOTTO 101	CENTRO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA CONMED ITALIA SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA SMITH & NEMPHY SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA STRYKER ITALIA SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA
Ved. - Caricula ortopedica	Caratteristiche tecniche del dispositivo e della tipologia di impianto (col. Caricula max 45)		Coefficiente () punti	0,80	32		Coefficiente () punti	1,00	40		Coefficiente () punti	0,80	32		Coefficiente () punti	1,00	40	
	- ampia gamma per tipologia e foglio: forma e dimensioni (lunghezza e diametro)		Coefficiente () punti	0,80	4		Coefficiente () punti	1,00	5		Coefficiente () punti	0,80	4		Coefficiente () punti	1,00	5	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità		Coefficiente () punti	0,80	14,4		Coefficiente () punti	1,00	18		Coefficiente () punti	0,80	14,4		Coefficiente () punti	1,00	18	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo		Coefficiente () punti	0,80	12,2		Coefficiente () punti	0,60	12		Coefficiente () punti	0,60	12		Coefficiente () punti	0,60	12	
	Validazione scientifica di supporto in merito all'uso diretto		Coefficiente () punti	0,60	3		Coefficiente () punti	0,60	3		Coefficiente () punti	0,60	3		Coefficiente () punti	0,60	3	
Assistenza tecnica e servizio post - vendita		5			3													
TOTALE		70			54,6				67,2				54,6				67,2	

C

P

V

S

A

LOTTO 104	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA SMITH & NEPHEW SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA
Vari - Sutura mensicale sola sutura	- ampiezza gamma per tipologia e foggia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente _____ (_____) punti	0.80	32		Coefficiente _____ (_____) punti	0.80	32	
	- diverse opzioni proposte: modularità e compatibilità	5	Coefficiente _____ (_____) punti	0.80	4		Coefficiente _____ (_____) punti	0.80	4	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente _____ (_____) punti	0.80	14.4		Coefficiente _____ (_____) punti	0.80	14.4	
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente _____ (_____) punti	0.60	1.2		Coefficiente _____ (_____) punti	0.60	1.2	
	Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente _____ (_____) punti	0.60	3		Coefficiente _____ (_____) punti	0.60	3	
TOTALE		70			54.6				54.6	

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO 105	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA SMITH & NEPHEW SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA STYWER ITALIA SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA
	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criterio max 45)		Coefficiente () punti	0,80	32		Coefficiente () punti	0,80	32		Coefficiente () punti	0,80	32	
	- ampiezza gamma per tipologia e foggia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente () punti	0,80	32		Coefficiente () punti	0,80	32		Coefficiente () punti	0,80	32	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente () punti	0,80	4		Coefficiente () punti	0,80	4		Coefficiente () punti	0,80	4	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente () punti	0,80	14,4		Coefficiente () punti	0,80	14,4		Coefficiente () punti	0,80	14,4	
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'evento clinico	2	Coefficiente () punti	0,60	1,2		Coefficiente () punti	0,60	1,2		Coefficiente () punti	0,60	1,2	
	Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente () punti	0,60	3		Coefficiente () punti	0,60	3		Coefficiente () punti	0,60	3	
	TOTALE	70			54,6				54,6				54,6	

LOTTO L06	CANTIERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		MOTIVAZIONE DITTA	DITTA SMITH & KNEPVEW SRL		MOTIVAZIONE DITTA	DITTA STYNER ITALIA SRL		MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET SRL		MOTIVAZIONE DITTA
			COEFFICIENTE	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	
Vni - Fresa retrograda	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impasto (For. Chemo max 45)													
	- ampiezza gamma per tipologia e foglio: forma e dimensioni (lunghezza e diametro)	40	Coefficiente _____ punti	0,80	32	Coefficiente _____ punti	1,00	40	Coefficiente _____ punti	0,80	32	Coefficiente _____ punti	0,60	24
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente _____ punti	0,80	4	Coefficiente _____ punti	1,00	5	Coefficiente _____ punti	0,80	4	Coefficiente _____ punti	0,60	3
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico	18	Coefficiente _____ punti	0,80	14,4	Coefficiente _____ punti	1,00	18	Coefficiente _____ punti	0,80	14,4	Coefficiente _____ punti	0,60	10,8
	Capacità e semplicità di utilizzo	2	Coefficiente _____ punti	0,60	1,2	Coefficiente _____ punti	0,60	1,2	Coefficiente _____ punti	0,60	1,2	Coefficiente _____ punti	0,60	1,2
Validazione scientifica di supporto in merito all'uso clinico	5	Coefficiente _____ punti	0,60	3	Coefficiente _____ punti	0,60	3	Coefficiente _____ punti	0,60	3	Coefficiente _____ punti	0,60	3	
Assistenza tecnica e servizio post - vendita														
TOTALE		70		54,6		67,2		54,6		42				

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

LOTTO 107	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA SMITH & NEPHEW SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA
Vari - Pistola sutura meniscale	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criterio max 45)					
	- ampiezza gamma per tipologia e foggia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente (<u> </u>) punti <u> </u>	0.80	32	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente (<u> </u>) punti <u> </u>	0.80	4	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente (<u> </u>) punti <u> </u>	0.80	14.4	
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente (<u> </u>) punti <u> </u>	0.60	1.2	
Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente (<u> </u>) punti <u> </u>	0.60	3		
TOTALE		70			54.6	




LOTTO 108	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA BONE SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA INTRAUMA SPA	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA
Vari - Stecca d'osso di origine animale	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criterio max 45)	40	Coefficiente _____ (0,8) punti 32	0,80	32		Coefficiente _____ (1) punti 40	1,00	40		Coefficiente _____ punti 24 (0,6)	0,60	24	
	- ampiezza gamma per tipologia e foglia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)										Coefficiente _____ (0,6)	0,60	3	
	- diversa opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente _____ (0,8) punti 4	0,80	4		Coefficiente _____ (0,8) punti 4	0,80	4		Coefficiente _____ punti 3 (0,6)	0,60	3	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente _____ (1) punti 18	1,00	18		Coefficiente _____ (1) punti 18	1,00	18		Coefficiente _____ punti 10,8 (0,6)	0,60	10,8	
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente _____ (0,8) punti 1,6	0,80	1,6		Coefficiente _____ (0,8) punti 1,6	0,80	1,6		Coefficiente _____ punti 1,6 (0,8)	0,80	1,6	
Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente _____ (0,8) punti 4	0,80	4		Coefficiente _____ (0,8) punti 4	0,80	4		Coefficiente _____ punti 4 (0,8)	0,80	4		
TOTALE		70			59,6				67,6				43,4	

LOTTO 109	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA
Vari - Sostituto d'osso iniettabile e perforabile in idrossiapatite e calcio solfato	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criterio max 45)					
	- ampiezza gamma per tipologia e foggia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente _____ (0,8) punti 32	0.80	32	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente _____ (1) punti 5	1.00	5	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente _____ (0,8) punti 14,4	0.80	14.4	
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente _____ (1) punti 2	1.00	2	
Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente _____ (0,8) punti 4	0.80	4		
TOTALE		70			57.4	

P

P

Chavez


Chavez

LOTTO 111	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA ASPEN SANITAS SRL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	MOTIVAZIONE DITTA
Varie - Sistema per prelievo cortico-spongioso dalla cresta iliaca	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto (Tot. Criterio max 45)									
	- ampiezza gamma per tipologia e foggia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente $\frac{1}{0,8}$ punti 32	0,80	32		Coefficiente $\frac{1}{40}$ punti 40	1,00	40	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente $\frac{1}{0,8}$ punti 4	0,80	4		Coefficiente $\frac{1}{4}$ punti 4	0,80	4	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente $\frac{1}{18}$ punti 18	1,00	18		Coefficiente $\frac{1}{18}$ punti 18	1,00	18	
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente $\frac{1}{0,8}$ punti 1,6	0,80	1,6		Coefficiente $\frac{1}{1,6}$ punti 1,6	0,80	1,6	
Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente $\frac{1}{4}$ punti 4	0,80	4		Coefficiente $\frac{1}{4}$ punti 4	0,80	4		
TOTALE		70			59,6				67,6	

W



W

Verbale di seduta della Commissione Giudicatrice del 10/03/2023

Affidamento mediante Accordo Quadro (lotti n. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 85, 87, 110) e mediante aggiudicazione al 1° in graduatoria (lotti n. 1, 2, 3, 7, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 62, 63, 67, 68, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111) della fornitura di Mezzi di Osteosintesi e Sintesi Tendineo Legamentosa occorrenti alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera di Terni, dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, dell'Azienda UsI Umbria 1 e Azienda UsI Umbria 2.

Gara telematica espletata tramite la piattaforma Net4market

CODICE GARA ANAC 8352561

PRESO ATTO:

- ✓ della Determinazione dell'Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l. del 10/02/2022 con la quale sono stati revocati i lotti nn. 42, 44, 73, 78, 79 e 110 e rettificata parzialmente la documentazione di gara;
- ✓ come rilevabile dai Verbali del 24-25/02/2022 e del 01/03/2022 relativi all'apertura della documentazione amministrativa delle ditte che hanno presentato offerta tramite piattaforma Net4market;
- ✓ come rilevabile dal Verbale del 15/03/2022 relativo alla seduta riservata durante la quale è stata valutata la documentazione amministrativa prodotta dalle ditte ammesse al soccorso istruttorio;
- ✓ come rilevabile da 15/03/2022 2022 relativo all'apertura della documentazione tecnica delle ditte ammesse a seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa;
- ✓ come rilevabile dai verbali del 12/07/2022 del 19/09/2022, 22/09/2022 e del 18/10/2022, la commissione in seduta pubblica, in videoconferenza, verifica la documentazione tecnica prodotta dagli O.E. per ogni lotto;
- ✓ della Determinazione dell'Amministratore Unico di Punto Zero S.c.a.r.l. del 30/11/2022 con la quale è stato nominato RUP per la procedura in oggetto il Dott. Giorgio Maglio di PuntoZero Scarl, in sostituzione della Dott.ssa Maria Perrone, dimissionaria il 18/11/2022;
- ✓ come rilevabile dal verbale del 30/01/2023 la commissione in seduta riservata inizia i lavori di valutazione delle offerte per i parametri previsti dal capitolato tecnico;
- ✓ come rilevabile dal verbale del 13/02/2023 la commissione in seduta riservata finisce la valutazione dei lotti da aggiudicare al 1° in graduatoria;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il giorno 10/03/2023 alle ore 9.30 presso la sede operativa di PuntoZero scarl, in via Enrico dal Pozzo, la commissione prosegue i lavori di valutazione degli elementi tecnico qualitativi delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici per i parametri previsti dal capitolato tecnico.

La commissione aggiudicatrice inizia la valutazione relativa alla Scheda di gara Prot. 8352561/01 (Lotti da affidare mediante la definizione di Accordi Quadro, attribuendo i relativi punteggi come previsti dal capitolato tecnico:

LOTTO 4:

- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale punti;
- CONMED ITALIA S.R.L. : La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale punti;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale punti;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale punti;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ARTHREX ITALIA S.R.L.	53.60	55.83
CONMED ITALIA S.R.L.	53.60	55.83
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	42.00	43.75




ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	67.20	70.00
-----------------------------	-------	-------

LOTTO 5:

- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.60 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.60 punti**;
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.60 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.60 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ARTHREX ITALIA S.R.L.	54.60	70.00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	54.60	70.00
SMITH & NEPHEW S.R.L.	54.60	70.00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	54.60	70.00

Alberici



LOTTO 6:

- 3D SYSTEM SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- CORMAN HOSPITAL S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.00punti**;
- EUROPA TRADING S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **57.80 punti**;
- GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **48.00 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
3D SYSTEM SRL	56.40	68.30
CORMAN HOSPITAL S.R.L.	49.00	59.34
EUROPA TRADING S.R.L.	57.80	70.00



GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.	54.40	65.88
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	56.40	68.30
STRYKER ITALIA S.R.L.	56.40	68.30
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	48.00	53.13

LOTTO 8:



- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **63.40 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **63.40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	63.40	70.00
STRYKER ITALIA S.R.L.	56.40	62.27
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	63.40	70.00

LOTTO 9:

- 3D SYSTEM SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.00 punti**;
- CORMAN HOSPITAL S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.00 punti**;
- EUROPA TRADING S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.80 punti**;
- GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **63.80 punti**;
- ORTHOFIX S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **48.40 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.80 punti**;
- UBER ROS S.P.A.: : La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.80 punti**;




In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
3D SYSTEM SRL	49.00	53.76
CORMAN HOSPITAL S.R.L.	49.00	53.76
EUROPA TRADING S.R.L.	56.80	62.32
GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.	54.40	59.69
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	63.80	70.00
ORTHOFIX S.R.L.	48.40	53.10
STRYKER ITALIA S.R.L.	56.80	62.32
UBER ROS S.P.A.	54.40	59.69
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	54.80	60.13

LOTTO 10:

- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.40 punti**;
- LIMACORPORATE S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.40 punti**;
- MEDIFIX S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.40 punti**;


In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ARTHREX ITALIA S.R.L.	55.40	70.00
LIMACORPORATE S.P.A	55.40	70.00
MEDIFIX S.R.L.	55.40	70.00

LOTTO 11:

- MEDIFOR S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **53.00 punti**;
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **64.60 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:


OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
MEDIFOR S.R.L.	53.00	57.43
SMITH & NEPHEW S.R.L.	64.60	70.00

LOTTO 12:

- CITIEFFE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.40 punti**;





- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **62.00 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **58.20 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
CITIEFFE S.R.L.	55.40	62.55
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	62.00	70.00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	58.20	65.71

LOTTO 13:

- CITIEFFE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **58.20 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **60.00 punti**;
- LIMACORPORATE S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **58.20 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.:La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **58.20 punti**;








- **UBER ROS S.P.A.:** La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **53.00 punti**;
- **ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.:** La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **58.20 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
CITIEFFE S.R.L.	58.20	67.90
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	60.00	70.00
LIMACORPORATE S.P.A	58.20	67.90
STRYKER ITALIA S.R.L	58.20	67.90
UBER ROS S.P.A.	53.00	61.83
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L	58.20	67.90

LOTTO 14:

- **3D SYSTEM SRL:** La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40 punti**;
- **CORMAN HOSPITAL S.R.L.:** La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.:** La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **63.40 punti**;



- MIKAI S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;


In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELL A RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
3D SYSTEM SRL	54.40	60.06
CORMAN HOSPITAL S.R.L.	56.40	62.27
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	63.40	70.00
MIKAI S.P.A	56.40	62.27
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	56.40	62.27

LOTTO 15:

- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.40 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.80 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.80 punti**;







In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
INTRAUMA S.P.A.	55.40	68.27
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	56.80	70.00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	56.80	70.00


LOTTO 16:

- CORMAN HOSPITAL S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **59.60 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **61.60 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **68.20 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **61.60 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
---------------------	-------------------------------------	--







CORMAN HOSPITAL S.R.L.	56.40	57.89
GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.	59.60	61.17
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	61.60	63.23
STRYKER ITALIA S.R.L.	68.20	70.00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	61.60	63.23

LOTTO 17:

- ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **48.00 punti**;
- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.00 punti**;
- CONMED ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **47.00 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **48.00 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **64.00 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:




OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ANIKA THERAPEUTICS S.R.L.	48.00	52.50
ARTHREX ITALIA S.R.L.:	56.00	61.25
CONMED ITALIA S.R.L.	47.00	51.41
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	48.00	52.50
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	64.00	70.00

LOTTO 18:

- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **57.40 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **64.80 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	57.40	62.01
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	64.80	70.00




LOTTO 19:

- CORMAN HOSPITAL S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **61.80 punti**;
- EUROPA TRADING S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.00 punti**;
- GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **53.20 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.20 punti**;
- MIKAI S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **50.00 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- UBER ROS S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **52.00 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **62.20 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:


OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
CORMAN HOSPITAL S.R.L.	61.80	69.55
EUROPA TRADING S.R.L.	56.00	63.02



GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.	53.20	59.87
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	55.20	62.12
MIKAI S.P.A.	50.00	56.27
STRYKER ITALIA S.R.L.	56.40	63.47
UBER ROS S.P.A.	52.00	58.52
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	62.20	70.00

LOTTO 20:

- CORMAN HOSPITAL S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.60 punti**;
- EUROPA TRADING S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **63.00 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.60 punti**;
- MEDIFIX S.R.L. : La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **48.00 punti**;
- MIKAI S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;



In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
CORMAN HOSPITAL S.R.L.	55.60	61.78
EUROPA TRADING S.R.L.	63.00	70.00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	55.60	61.78
MEDIFIX S.R.L.	48.00	53.33
MIKAI S.P.A	56.40	62.67
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	56.40	62.67

LOTTO 21:

- CITIEFFE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.20 punti**;
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **67.20 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **53.60 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:



OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
CITIEFFE S.R.L.	49.20	51.25
INTRAUMA S.P.A.	67.20	70.00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	53.60	55.83

LOTTO 22:


- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **67.20 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	67.20	70.00

LOTTO 23:

- 3D SYSTEM SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **42.20 punti**
- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **53.00 punti**;
- EVOLUZIONI MEDICHE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **42.80 punti**;



- GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **42.20 punti**
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **67.20 punti**;
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.00 punti**;
- MIKAI S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **67.20 punti**;
- NEXT MEDICAL S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **42.80 punti**;
- ORTHOFIX S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **42.80 punti**;
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.00 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **67.20 punti**;
- UBER ROS S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **42.20 punti**

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
3D SYSTEM SRL	42.20	43.96

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'Uber' and several other illegible signatures.

ARTHREX ITALIA S.R.L.	53.00	55.21
EVOLUZIONI MEDICHE S.R.L.	42.80	44.58
GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.	42.20	43.96
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	67.20	70.00
INTRAUMA S.P.A.	55.00	57.29
MIKAI S.P.A.	67.20	70.00
NEXT MEDICAL S.R.L.	42.80	44.58
ORTHOFIX S.R.L.	42.80	44.58
SMITH & NEPHEW S.R.L.	54.00	56.25
STRYKER ITALIA S.R.L.	67.20	70.00
UBER ROS S.P.A.	42.20	43.96

LOTTO 24:

- 3D SYSTEM SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **59.80 punti**;
- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **53.00 punti**;
- CORMAN HOSPITAL S.R.L. La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **42.80 punti**;



- EVOLUZIONI MEDICHE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **42.80 punti**;
- GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **45.60 punti**;
- MIKAI S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **67.20 punti**;
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.00 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.00 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **67.20 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:


OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
3D SYSTEM SRL	59.80	62.29
ARTHREX ITALIA S.R.L.	53.00	55.21
CORMAN HOSPITAL S.R.L.	42.80	44.58
EVOLUZIONI MEDICHE S.R.L.	42.80	44.58

GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.	45.60	47.50
MIKAI SPA	67.20	70.00
SMITH & NEPHEW S.R.L.	54.00	56.25
STRYKER ITALIA S.R.L.	55.00	57.29
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	67.20	70.00

LOTTO 25:

- 3D SYSTEM SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **42.20 punti**;
- CORMAN HOSPITAL S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **43.20 punti**;
- GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **42.20 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **67.20 punti**;
- MEDIFIX S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **43.20 punti**;
- MIKAI S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **67.20 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:




OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
3D SYSTEM SRL	42.20	43.96
CORMAN HOSPITAL S.R.L.	43.20	45.00
GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.	42.20	43.96
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	67.20	70.00
MEDIFIX S.R.L.	43.20	45.00
MIKAI S.P.A.	67.20	70.00

LOTTO 26:

- 3D SYSTEM SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.00punti**;
- CORMAN HOSPITAL S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.00 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.00. punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.00 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
---------------------	-------------------------------------	--



3D SYSTEM SRL	54.00	68.73
CORMAN HOSPITAL S.R.L.	54.00	68.73
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	55.00	70.00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	55.00	70.00

LOTTO 27:

- LIMACORPORATE S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.40 punti**;
- UNIMEDICAL BIO TECH S.R.L. C.S.U.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
LIMACORPORATE S.P.A:	55.40	70.00
UNIMEDICAL BIO TECH S.R.L. C.S.U.	55.40	70.00

LOTTO 28:


- 3D SYSTEM SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **50.20 punti**;



- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **50.20 punti**;
- EPISCAN S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.00. punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **50.20 punti**;;
- LIMACORPORATE S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.20 punti**;
- MEDIFIX S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **50.20 punti**;
- MIKAI S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.20 punti**;
- NEXT MEDICAL S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **50.20 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **50.20 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:


OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
3D SYSTEM SRL	50.20	63.89
ARTHREX ITALIA S.R.L.	50.20	63.89
EPISCAN S.R.L	55.00	70.00



JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	50.20	63.89
LIMACORPORATE S.P.A	49.20	62.62
MEDIFIX S.R.L.	50.20	63.89
MIKAI S.P.A.	49.20	62.62
NEXT MEDICAL S.R.L.	50.20	63.89
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	50.20	63.89

LOTTO 29:

- EVOLUZIONI MEDICHE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **48.80 punti**;
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **47.80 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.80 punti**;
- MIKAI S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.60 punti**;
- NEXT MEDICAL S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.80 punti**;
- ORTHOFIX S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **47.80 punti**;




- STRYKER ITALIA S.R.L. La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.80 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.80 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
EVOLUZIONI MEDICHE S.R.L.	48.80	62.56
INTRAUMA S.P.A.	47.80	61.28
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	49.80	63.85
MIKAI S.P.A	54.60	70.00
NEXT MEDICAL S.R.L.	49.80	63.85
ORTHOFIX S.R.L.	47.80	62.28
STRYKER ITALIA S.R.L.	49.80	63.85
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	49.80	63.85

LOTTO 36:

- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.80 punti**;



In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	56.80	70.00

LOTTO 37:


- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.00 punti**;
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **51.60 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	56.00	70.00
INTRAUMA S.P.A.	51.60	64.50

LOTTO 38:

- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.40 punti**;



- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	49.40	61.31
INTRAUMA SPA.	56.40	70.00

LOTTO 39:

- EUROPA TRADING S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.00 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.00 punti**;
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **63.80 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
---------------------	-------------------------------------	--

EUROPA TRADING S.R.L.	56.00	61.44
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	56.00	61.44
INTRAUMA SPA	56.40	61.88
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	63.80	70.00

LOTTO 40:

- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.00 punti**;
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	49.00	60.82
INTRAUMA SPA	56.40	70.00

LOTTO 41:

- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.00 punti**;



- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:


OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	49.00	60.82
INTRAUMA SPA	56.40	70.00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	49.40	61.31

LOTTO 43:

- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.00 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	56.00	70.00





LOTTO 46:

- 3D SYSTEM SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.40 punti**;
- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **48.40 punti**;
- CITIEFFE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **48.40 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **48.40 punti**;
- GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
3D SYSTEM SRL	55.40	68.76
ARTHREX ITALIA S.R.L.	48.40	60.07
CITIEFFE S.R.L.	48.40	60.07
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	56.40	70.00
INTRAUMA S.P.A.	48.40	60.07








GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.	56.40	70.00
---------------------------	-------	-------

LOTTO 47:

- GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **42.40 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **42.80 punti**;
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **42.80 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **48.80 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.	42.40	60.82
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	42.80	61.39
INTRAUMA SPA	42.80	61.39
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	48.80	70.00



LOTTO 48:

- EUROPA TRADING S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **62.40 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
EUROPA TRADING S.R.L.	62.40	70.00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	56.40	63.27
INTRAUMA SPA	56.40	63.27
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	56.40	63.27

LOTTO 49:

- EUROPA TRADING S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **63.40 punti**;



- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.80 punti**;
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
EUROPA TRADING S.R.L.	63.40	70.00
INTRAUMA S.P.A.	56.80 56,40	62.71 62,27
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	56.40	62.27

LOTTO 50:

- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;


In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	56.40	70.00

LOTTO 51:

- BONE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40 punti**;
- EUROPA TRADING S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **63.40 punti**;
- GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **61.40 punti**;
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.40 punti**;
- MIKAI S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- NEXT MEDICAL S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **63.40 punti**;
- UBER ROS S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.80 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **63.40 punti**;


In osservanza alla lex specialis di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

The image shows four distinct handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The first signature on the left is a cursive 'G. B. B.'. The second is a stylized 'W'. The third is a more complex signature with a large loop. The fourth is a simple, bold signature.

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
BONE S.R.L.	54.40	60.06
EUROPA TRADING S.R.L.	63.40	70.00
GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.	61.40	67.79
INTRAUMA S.P.A.	55.40	61.17
MIKAI S.P.A.	56.40	62.27
NEXT MEDICAL S.R.L.	56.40	62.27
STRYKER ITALIA S.R.L.	63.40	68.90
UBER ROS S.P.A.	54.40	60.06
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	56.80	62.71
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	63.40	70.00

LOTTO 52:

- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.40 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;


- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.40 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ARTHREX ITALIA S.R.L.	55.40	68.76
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	56.40	70.00
INTRAUMA SPA	56.40	70.00
SMITH & NEPHEW S.R.L.	55.40	68.76
STRYKER ITALIA S.R.L.	56.40	70.00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	56.40	70.00

LOTTO 53:

- BONE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40 punti**;
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.40 punti**;



- MEDIFOR S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **68.74 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
BONE S.R.L.	54.40	68.74
INTRAUMA S.P.A.	55.40	70.00
MEDIFOR S.R.L.	54.40	68.74



LOTTO 54:

- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale ~~55.40 punti~~; **54,40 PUNTI**
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **63.40 punti**;
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:


OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
---------------------	-------------------------------------	--



ARTHREX ITALIA S.R.L.	55.40 54.40		61.17 60.06	
INTRAUMA S.P.A.	56.40		62.27	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	63.40		70.00	
SMITH & NEPHEW S.R.L.	56.40		62.27	

LOTTO 55:

- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- BONE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40 punti**;
- EUROPA TRADING S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.40 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- MEDIFIX S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40 punti**;
- MIKAI S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;






In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ARTHREX ITALIA S.R.L.	56.40	70.00
BONE S.R.L.	54.40	67.52
EUROPA TRADING S.R.L.	56.40	70.00
INTRAUMA S.P.A.	49.40	61.31
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	56.40	70.00
MEDIFIX S.R.L.	54.40	67.52
MIKAI S.P.A	56.40	70.00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	56.40	70.00

LOTTO 56:


- 3D SYSTEM SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.40 punti**;
- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- BONE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40 punti**;



- EUROPA TRADING S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.80 punti**;
- GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **47.40 punti**;
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.40 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- MEDIFIX S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.00 punti**;
- NEXT MEDICAL S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.00 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- UBER ROS S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **47.00 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:


OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
3D SYSTEM SRL	49.40	60.88



ARTHREX ITALIA S.R.L.	56.40	69.51
BONE S.R.L.	54.40	67.04
EUROPA TRADING S.R.L.	56.80	70.00
GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.	47.40	58.42
INTRAUMA S.P.A.	49.40	60.88
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	56.40	69.51
MEDIFIX S.R.L.	54.00	66.55
NEXT MEDICAL S.R.L.	56.00	69.01
STRYKER ITALIA S.R.L.	56.40	69.51
UBER ROS S.P.A.	47.00	57.92
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	56.40	69.51

LOTTO 57:

- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.40 punti**;



- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ARTHREX ITALIA S.R.L.	54.40	67.52
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	56.40	70.00
SMITH & NEPHEW S.R.L.	55.40	67.76
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	56.40	70.00

LOTTO 58:

- UNIMEDICAL BIO TECH S.R.L. C.S.U.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
UNIMEDICAL BIO TECH S.R.L. C.S.U.	55.40	70.00

LOTTO 59:




- GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.	54.40	67.52
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	56.40	70.00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	56.40	70.00

LOTTO 60:

- CITIEFFE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **45.60 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.80 punti**;
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.80 punti**;




- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **61.00 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
CITIEFFE S.R.L.	45.60	52.33
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	55.80	64.03
SMITH & NEPHEW S.R.L.	55.80	64.03
STRYKER ITALIA S.R.L.	61.00	70.00

LOTTO 61:


- 3D SYSTEM SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **42.20 punti**;
- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **47.00 punti**;
- BONE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.80 punti**;
- EPISCAN S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **37.60 punti**; **La Commissione dispone la non prosecuzione alla fase successiva per mancato raggiungimento della soglia minima del punteggio di qualità pari 42,00, così come disposto dall'art. 8 del capitolato tecnico allegato al disciplinare della presente gara.**

- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **42.80 .punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.80 punti**;
- MEDIFIX S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **42.20 punti**;
- MIKAI S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **42.80. punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **42.80 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **40.80. punti**; **La Commissione dispone la non prosecuzione alla fase successiva per mancato raggiungimento della soglia minima del punteggio di qualità pari 42,00, così come disposto dall'art. 8 del capitolato tecnico allegato al disciplinare della presente gara.**

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
3D SYSTEM SRL	42.20	58.76
ARTHREX ITALIA S.R.L.	47.00	66.06
BONE S.R.L.	49.80	70.00
INTRAUMA S.P.A.	42.80	60.16



JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	49.80	70.00
MEDIFIX S.R.L.	42.20	59.32
MIKAI S.P.A	42.80	60.16
STRYKER ITALIA S.R.L.	42.80	60.16

LOTTO 64:


- BONE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.00 punti**;
- EPISCAN S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **53.40 punti**;
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **45.40 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **63.00 punti**;
- MIKAI S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **48.60 punti**;
- NEXT MEDICAL S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.80 punti**;
- SERF S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **46.40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
BONE S.R.L.	54.00	60.00
EPISCAN S.R.L.	53.40	59.33
INTRAUMA S.P.A.	45.40	54.44
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	63.00	70.00
MIKAI S.P.A	48.60	54.00
NEXT MEDICAL S.R.L.	54.80	60.89
SERF S.R.L.	46.40	51.56

LOTTO 65:

- 3D SYSTEM SRL: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.40 punti**;
- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **53.40 punti**;
- ASPEN SANITAS S.R.L. La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40 punti**;
- BONE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40 punti**;
- CITIEFFE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40. punti**;

- EPISCAN S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.40 punti**;
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **53.40 punti**;
- LIMACORPORATE S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54 .40 punti**;
- NEWPHARM S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40 . punti**;
- SERF S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40. punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **53.40 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:


OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
3D SYSTEM SRL	55.40	70.00
ARTHREX ITALIA S.R.L.	53.40	67.47
ASPEN SANITAS S.R.L.	54.40	68.74
BONE S.R.L.	54.40	68.74



CITIEFFE S.R.L.	54.40	68.74
EPISCAN S.R.L.	55.40	70.00
INTRAUMA S.P.A.	53.40	67.47
LIMACORPORATE S.P.A	54.40	68.74
NEWPHARM S.R.L.	54.40	68.74
SERF S.R.L.	54.40	68.74
STRYKER ITALIA S.R.L.	53.40	67.47
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	54.40	68.74

LOTTO 66:

- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **50.20 punti**;
- ASPEN SANITAS S.R.L. La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.20 punti**;
- BONE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.20. punti**;
- EPISCAN S.R.L: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.20. punti**;
- LIMACORPORATE S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.20 punti**;




- MEDIFIX S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **50.20. punti**;
- NEWPHARM S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.20 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **50.20. punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ARTHREX ITALIA S.R.L.	50.20	70.00
ASPEN SANITAS S.R.L.	49.20	68.61
BONE S.R.L.	49.20	68.61
EPISCAN S.R.L.	49.20	68.61
LIMACORPORATE S.P.A	49.20	68.61
MEDIFIX S.R.L.	50.20	70.00
NEWPHARM S.R.L.	49.20	68.61
STRYKER ITALIA S.R.L.	50.20	70.00





LOTTO 69:


- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.00 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	56.00	69.60
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	56.40	70.00

LOTTO 70:

- EPISCAN S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.00 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **63.00 punti**;
- ORTHOFIX S.R.L.: **la commissione non rileva la presenza dei requisiti previsti per il lotto in oggetto in quanto la ditta ha offerto prodotti differenti da quelli richiesti da bando, e per questo non viene ammessa al prosieguo della gara.**



- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **63.00 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:


OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
EPISCAN S.R.L.	53.80	62.22
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	63.00	70.00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	63.00	70.00

LOTTO 71:

- GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **59.80 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **61.80 punti**;
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- MEDIFOR S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40 punti**;

*DITA NON ABILITATA CONE DA VERIBALE
22/08/2022*

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:



OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.	59.80	67.73
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	61.80	70.00
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	56.40	63.88
MEDIFOR SRL	54.40	61.62

LOTTO 72:

- CITIEFFE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **50.80 punti**;
- MEDIFOR S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **43.40 punti**;
- MIKAI S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **52.40 punti**;
- ORTHOFIX S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **52.40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
CITIEFFE S.R.L.	50.80	67.86



MEDIFOR S.R.L.	43.40	57.98
MIKAI S.P.A	52.40	70.00
ORTHOFIX S.R.L.	52.40	70.00

LOTTO 74:

- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.00 punti**;
- MEDIFOR S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **43.00 punti**;
- MIKAI S.P.A: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **60.60 punti**;
- ORTHOFIX S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **60.60 punti**;
- SMITH & NEPHEW S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **60.60 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **60.60 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	56.00	64.69




MEDIFOR S.R.L.	43.00	49.67
MIKAI S.P.A	60.60	70.00
ORTHOFIX S.R.L.	60.60	70.00
SMITH & NEPHEW S.R.L.	60.60	70.00
STRYKER ITALIA S.R.L.	60.60	70.00

LOTTO 85:

- CORMAN HOSPITAL S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.80 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.80 punti**;
- ORTHOFIX S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.80 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
CORMAN HOSPITAL S.R.L.	55.80	70.00
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	55.80	70.00
ORTHOFIX S.R.L.	55.80	70.00



LOTTO 87:

- ARTHREX ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- BONE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40 punti**;
- CITIEFFE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- EPISCAN S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- INTRAUMA S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **54.40 punti**;
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.40 punti**;
- LIMACORPORATE S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.40 punti**;
- MEDIFIX S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- MIKAI S.P.A.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- ORTHOFIX S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **56.40 punti**;
- STRYKER ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **49.00 punti**;

Abol

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **55.40 punti**;

In osservanza alla *lex specialis* di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
ARTHREX ITALIA S.R.L.	56.40	70.00
BONE S.R.L.	54.40	67.52
CITIEFFE S.R.L.	56.40	70.00
EPISCAN S.R.L.	56.40	70.00
INTRAUMA S.P.A.	54.40	67.52
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	55.40	68.76
LIMACORPORATE S.P.A	55.40	68.76
MEDIFIX S.R.L.	56.40	70.00
ORTHOFIX S.R.L.	56.40	70.00
STRYKER ITALIA S.R.L.	49.00	60.82
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L	55.40	68.76

LOTTO RIVISITATO CON DETERMINAZIONE AV 10/02/2022

LOTTO 110:

- BONE S.R.L.: La Commissione rileva la sussistenza dei requisiti tecnici minimi e pertanto procede alla valutazione delle caratteristiche migliorative anche mediante esame della campionatura con il seguente esito finale **48.00. punti**;

In osservanza alla lex specialis di gara si procede alla riparametrazione dei totali conseguiti, come da tabella che segue:

OPERATORE ECONOMICO	TOTALE PRIMA DELLA RIPARAMETRAZIONE	TOTALE DEFINITIVO DOPO LA RIPARAMETRAZIONE
BONE S.R.L.	48.00	70.00

La commissione dopo aver completato la valutazione della **Scheda di gara Prot. 8352561/01 (Lotti da affidare mediante la definizione di Accordi Quadro)**, come da allegato B, da mandato al Rup, di inviare, tramite piattaforma Net4market, la comunicazione agli O.E dell'esclusione dalla procedura di gara sia per la procedura del I aggiudicatario e dell'Accordo Quadro.

La commissione procederà successivamente in data 22/03/2023 all'apertura delle buste economiche.

Concluse le operazioni sopra descritte, Il Presidente dichiara conclusa la seduta riservata di gara. alle ore 13.30 della data odierna

Il presente verbale si intende letto, approvato e sottoscritto.

Al presente verbale si allegano le griglie di valutazione di ogni singolo lotto dell'Accordo Quadro - Allegato B.

Dott.ssa Serena Natalini – con funzioni di Presidente collegata in videoconferenza

Dott. Andrea Nardi – in qualità di membro

Dott. Andrea Leli – in qualità di membro

Dott. David D'Eramo – in qualità di membro

Dott. Fabio Perrone – in qualità di membro

Dott. Giorgio Maglio – segretario verbalizzante

Dott.ssa Valeria Proietti - collaboratore e testimone

Dott.ssa Emanuela Schiaffella – collaboratore e testimone.

LOTTO 5	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA ARTHREX ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA SMITH & NEPHEW SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
Spalla - Sistema in sospensione endoscopica	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: - ampiezza gamma per tipologia e foggia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente(0,80) punti 32		Coefficiente(0,80) punti 32		Coefficiente(0,80) punti 32		Coefficiente(0,80) punti 32	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente(0,80) punti 4		Coefficiente(0,80) punti 4		Coefficiente(0,80) punti 4		Coefficiente(0,80) punti 4	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente(0,80) punti 14,4		Coefficiente(0,80) punti 14,4		Coefficiente(0,80) punti 14,4		Coefficiente(0,80) punti 14,4	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente (0,60) punti 1,2		Coefficiente (0,60) punti 1,2		Coefficiente (0,60) punti 1,2		Coefficiente (0,60) punti 1,2	
	- Assistenza tecnica e servizio post-vendita	5	Coefficiente (0,60) punti 3		Coefficiente (0,60) punti 3		Coefficiente (0,60) punti 3		Coefficiente (0,60) punti 3	
	TOTALE	70	54,6		54,6		54,6		54,6	

54,60 P


abov

ER

AR

l

LOTTO 6	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA SD SYSTEM SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA COMMON HOSPITAL SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA EUROPA TRADING SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA GRUPPO BIONPLANTI SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA STRYKER ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: - ampiezza gamma per tipologia e foglia: - palette: forma, conformazione, lunghezza e tipologia (origi, passiva, attiva, passiva, laterale, passiva, laterale e passiva) - diversa opzioni ancore, moduli (a) e compatibilità (max. 2 punti)	35	Coefficiente $\frac{28}{35}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{21}{35}$ $\frac{0,6}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{28}{35}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{28}{35}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{28}{35}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{28}{35}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{21}{35}$ $\frac{0,6}{1}$ punti	
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente $\frac{19,2}{24}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{19,2}{24}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{19,2}{24}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{19,2}{24}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{19,2}{24}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{19,2}{24}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{19,2}{24}$ $\frac{0,8}{1}$ punti	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'effetto clinico	2	Coefficiente $\frac{1,6}{2}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{1,6}{2}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{1,6}{2}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{1,6}{2}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{1,6}{2}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{1,6}{2}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{1,6}{2}$ $\frac{0,8}{1}$ punti	
	- Assistenza tecnica e servizio post-vendita	5	Coefficiente $\frac{4}{5}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{4}{5}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{4}{5}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{4}{5}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{4}{5}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{4}{5}$ $\frac{0,8}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{4}{5}$ $\frac{0,8}{1}$ punti	
	TOTALE	70	56,4		49		57,8		54,4		55,40		56,4		48	



LOTTO 8	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA STRYKER ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
Omero - Placca acciaio omero prossimale	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foglia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>35</u>	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>28</u>	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>35</u>			
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>2</u>	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>2</u>	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>2</u>			
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>2</u>	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>2</u>	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>2</u>			
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>19,2</u>	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>19,2</u>	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>19,2</u>			
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>1,6</u>	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>1,6</u>	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>1,6</u>			
-Assistenza tecnica e servizio post-vendita	5	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>4</u>	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>4</u>	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>4</u>				
TOTALE		70	63,4	56,4	63,4			





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


LOTTO 10	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA ARTHREX ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA LIMACORPORATE SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MEDIPIX SRL	MOTIVAZIONE DITTA
Omero - Placca peek omero prossimale	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: - ampiezza gamma per tipologia e foggia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _28_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _28_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _28_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _28_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _28_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _28_
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _1,6_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _1,6_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _1,6_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _1,6_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _1,6_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _1,6_
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente _____ punti _1_	Coefficiente _____ punti _1_	Coefficiente _____ punti _1_	Coefficiente _____ punti _1_	Coefficiente _____ punti _1_	Coefficiente _____ punti _1_
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _19,2_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _19,2_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _19,2_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _19,2_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _19,2_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _19,2_
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _1,6_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _1,6_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _1,6_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _1,6_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _1,6_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _1,6_
- Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _4_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _4_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _4_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _4_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _4_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _4_	Coefficiente _____ (0,8 _____) punti _4_
TOTALE	70	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4

LOTTO 11	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDI/FOR SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA SMITH & NEPHEW SRL	MOTIVAZIONE DITTA
<p>Omero/Femore/Tibia - Chiodo titanio con sistema di bloccaggio elettromagnetico</p>	<p>Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: - gamma di misure: lunghezze e calibri</p>	12	Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti __9,6__		Coefficiente _____ (__1____) punti ____12	
	- foggia: morfologia dei componenti	16	Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti __12,8__		Coefficiente _____ (__1____) punti ____16	
	- diverse opzioni proposte, modularità, e compatibilità	4	Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti __3,2__		Coefficiente _____ (__1____) punti ____4	
	- tipologia bloccaggi: numero, orientamento e conformazione dei fori	14	Coefficiente _____ (____ 0,6 ____) punti __8,4__		Coefficiente _____ (__1____) punti ____14	
	- sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente _____ (____) punti __1__		Coefficiente _____ (____) punti __1__	
	<p>Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - strumentario: ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità; cacciavite dotato di sistema di ritenzione della vite</p>	13	Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti __10,4		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti __10,4	
	- cessione gratuita dello strumentario base di estrazione al termine del contratto di fornitura (es. bullone di estrazione e cacciavite)	2	Coefficiente _____ (__1____) punti 2		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti __1,6	
Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti __1,6__		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti __1,6		
Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti __4		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti __4		
TOTALE	70	53		64,6		



LOTTO 12	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA CITEFFE SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: - gamma di misure: lunghezze e calibri	12	Coefficiente <u> </u> punti <u>9,6</u>	Coefficiente <u>1</u> punti <u>12</u>	Coefficiente <u> </u> punti <u>12,8</u>	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>9,6</u>		
	- foggia: morfologia dei componenti	16	Coefficiente <u> </u> punti <u>12,8</u>	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>12,8</u>	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>12,8</u>	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>12,8</u>		
	- diverse opzioni proposte, modularità, e compatibilità	4	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>3,2</u>	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>3,2</u>	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>3,2</u>	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>3,2</u>		
	- tipologia bloccaggi: numero, orientamento e conformazione dei fori	14	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>11,2</u>	Coefficiente <u>1</u> punti <u>14</u>	Coefficiente <u>1</u> punti <u>14</u>	Coefficiente <u>1</u> punti <u>14</u>		
	- sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente <u> </u> punti <u>1</u>	Coefficiente <u>2</u> punti <u> </u>	Coefficiente <u> </u> punti <u> </u>	Coefficiente <u> </u> punti <u>1</u>		
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - strumentario: ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità; cacciavite dotato di sistema di ritenzione della vite	13	Coefficiente <u> </u> punti <u>10,4</u>	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>10,4</u>	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>10,4</u>	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>10,4</u>		
	- cessione gratuita dello strumentario base di estrazione al termine del contratto di fornitura (es. bullone di estrazione e cacciavite)	2	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>1,6</u>	Coefficiente <u>1</u> punti <u>2</u>	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>1,6</u>	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>1,6</u>		
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'estrso clinico	2	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>1,6</u>	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>1,6</u>	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>1,6</u>	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>1,6</u>		
	Assistenza tecnica e servizio post- vendita	5	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>4</u>	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>4</u>	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>4</u>	Coefficiente <u>0,8</u> punti <u>4</u>		
	TOTALE	70	55,4	62	58,2			





LOTTO 14	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA 3D SYSTEM SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA CORMAN HOSPITAL SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MIYAKI SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	
Omero - Fisica (titanio omero distale extra-articolare)	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: - ampiezza gamma per tipologia e foglia; - piastra: forma, conformazione, lunghezza e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, peso, innesto e punta	35	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 28 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 28 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 35 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 28 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 28 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 28 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 28 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 28 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 28 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 28 \quad}$	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 pezzi); - sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$ Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad \quad \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$ Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad \quad \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$ Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad \quad \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$ Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad \quad \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$ Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad \quad \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$ Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad \quad \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$ Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad \quad \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$ Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad \quad \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$ Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad \quad \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$ Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad \quad \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$ Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad \quad \quad}$
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 19,2 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 19,2 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 19,2 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 19,2 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 19,2 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 19,2 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 19,2 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 19,2 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 19,2 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 19,2 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 19,2 \quad}$
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'uso clinico	2	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 1,6 \quad}$
- Assistenza tecnica e servizio post-vendita	5	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 4 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 4 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 4 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 4 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 4 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 4 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 4 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 4 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 4 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 4 \quad}$	Coefficiente $\frac{\quad}{0,8}$ punti $\underline{\quad 4 \quad}$	
TOTALE	70	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	


LOTTO 15	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA INTRAUMA SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
Omero -Placca acciaio omero distale articolare	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u> <u> </u>) punti <u>1,6</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>1</u> <u> </u>) punti <u>2</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>1</u> <u> </u>) punti <u>2</u>	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>1</u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>2</u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>2</u>	
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versabilità	24	Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u> <u> </u>) punti <u>19,2</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u> <u> </u>) punti <u>19,2</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u> <u> </u>) punti <u>19,2</u>	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u> <u> </u>) punti <u>1,6</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u> <u> </u>) punti <u>1,6</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u> <u> </u>) punti <u>1,6</u>	
	-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u> <u> </u>) punti <u>4</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u> <u> </u>) punti <u>4</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u> <u> </u>) punti <u>4</u>	
TOTALE		70	55,4		56,8		56,8	


LOTTO 16	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA CORMAN HOSPITAL SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA GRUPPO BIOMPIANTI SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA STRYKER ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIONET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
Omero - Placca titanio omero distale articolare	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologie e foglia; -placca: forma, conformazione, lunghezza e tipologia fori; -vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente $\frac{0,8}{28}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{28}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{28}$ punti		Coefficiente $\frac{1}{35}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{28}$ punti	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti		Coefficiente $\frac{1}{2}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{2}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti		Coefficiente $\frac{1}{2}$ punti	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente $\frac{1}{2}$ punti		Coefficiente $\frac{1}{2}$ punti		Coefficiente $\frac{1}{2}$ punti		Coefficiente $\frac{1}{2}$ punti		Coefficiente $\frac{1}{2}$ punti	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: -ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente $\frac{0,8}{19,2}$ punti		Coefficiente $\frac{1}{24}$ punti		Coefficiente $\frac{1}{24}$ punti		Coefficiente $\frac{1}{24}$ punti		Coefficiente $\frac{1}{24}$ punti	
- Evidenza scientifica di supporto in merito all'uso clinico	2	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti		
-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti		
TOTALE		70	56,4		59,5		61,5		68,2		61,5	


LOTTO 17	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA ANIKA THERAPEUTICS SRL	MOTIVAZIONE DITTA	ARTHEX ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	COMMED ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
Onero/Radio - Sistema in sospensione	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: - ampiezza gamma per tipologia e foglia: (forma e dimensioni (lunghezza e diametri))	40	Coefficiente (0,6) punti 24	Coefficiente (0,8) punti 32	Coefficiente (0,6) punti 24	Coefficiente (0,5) punti 24	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (1) punti 40				
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,6) punti 3	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4					
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente (0,8) punti 14,4	Coefficiente (0,8) punti 14,4	Coefficiente (0,8) punti 14,4	Coefficiente (0,8) punti 14,4	Coefficiente (0,8) punti 14,4					
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'uso clinico	2	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6					
- Assistenza tecnica e servizio post-vendita	5	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4						
TOTALE	70	48	56	47	48	64						


LOTTO 18	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
Ulina - Placca acciaio ulina prossimale	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: - ampiezza gamma per tipologia e foggia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente _____ (0,8) punti 28		Coefficiente _____ (1) punti 35	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente _____ (0,8) punti 1,6		Coefficiente _____ (1) punti 2	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente _____ punti 2 (1)		Coefficiente _____ (1) punti 2	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente _____ (0,8) punti 19,2		Coefficiente _____ (0,8) punti 19,2	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente _____ (0,8) punti 1,6		Coefficiente _____ (0,8) punti 1,6	
-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente _____ (1) punti 5		Coefficiente _____ (1) punti 5		
TOTALE		70	57,4		64,8	

LOTTO 19	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA COBAM HOSPITAL SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA EUROPA TRADING SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA GRUPPO BIOMIMANT SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SNA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MIKAL SNA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA STYRER ITALIA SNA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA USBR KOS SNA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZAMBRA BONNET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	
UNA, AUCO MINOX UNA PROSSIMAT	Caratteristiche tecniche ed impianti: -ampiezza gamma per tipologia e figura: forma, conformazione, lunghezza e tipologia fili; -vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente _____ (1) loop laterali per stabilizzazione	Coefficiente _____ (0,8) punt 28	Coefficiente _____ (0,8) punt 28	Coefficiente _____ (0,8) punt 28	Coefficiente _____ (0,8) punt 28	Coefficiente _____ (0,8) punt 28	Coefficiente _____ (0,8) punt 28	Coefficiente _____ (0,8) punt 28	Coefficiente _____ (0,8) punt 28	Coefficiente _____ (0,8) punt 28	Coefficiente _____ (0,8) punt 28	Coefficiente _____ (0,8) punt 28	Coefficiente _____ (0,8) punt 28	Coefficiente _____ (0,8) punt 28	Coefficiente _____ (0,8) punt 28	Coefficiente _____ (0,8) punt 28	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente _____ (0,5) punt 1,6	Coefficiente _____ (0,5) punt 1,6	Coefficiente _____ (0,5) punt 1,6	Coefficiente _____ (0,5) punt 1,2	Coefficiente _____ (0,5) punt 1,2	Coefficiente _____ (0,5) punt 1,2	Coefficiente _____ (0,5) punt 1,2	Coefficiente _____ (0,5) punt 1,2	Coefficiente _____ (0,5) punt 1,2	Coefficiente _____ (0,5) punt 1,2	Coefficiente _____ (0,5) punt 1,6	Coefficiente _____ (0,5) punt 1,6	Coefficiente _____ (0,5) punt 1,2	Coefficiente _____ (0,5) punt 1,6	Coefficiente _____ (0,5) punt 1,6	Coefficiente _____ (0,5) punt 1,6	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito da sterile che no (0)	2	Coefficiente _____ (1) punt 2	Coefficiente _____ (1) punt 2	Coefficiente _____ (1) punt 2	Coefficiente _____ (1) punt 2	Coefficiente _____ (1) punt 2	Coefficiente _____ (1) punt 2	Coefficiente _____ (1) punt 2	Coefficiente _____ (1) punt 2	Coefficiente _____ (1) punt 2	Coefficiente _____ (1) punt 2	Coefficiente _____ (1) punt 2	Coefficiente _____ (1) punt 2	Coefficiente _____ (1) punt 2	Coefficiente _____ (1) punt 2	Coefficiente _____ (1) punt 2	Coefficiente _____ (1) punt 2	Coefficiente _____ (1) punt 2
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente _____ (0,8) punt 19,2	Coefficiente _____ (0,8) punt 19,2	Coefficiente _____ (0,8) punt 19,2	Coefficiente _____ (0,8) punt 19,2	Coefficiente _____ (0,8) punt 19,2	Coefficiente _____ (0,8) punt 19,2	Coefficiente _____ (0,8) punt 19,2	Coefficiente _____ (0,8) punt 19,2	Coefficiente _____ (0,8) punt 19,2	Coefficiente _____ (0,8) punt 19,2	Coefficiente _____ (0,8) punt 19,2	Coefficiente _____ (0,8) punt 19,2	Coefficiente _____ (0,8) punt 19,2	Coefficiente _____ (0,8) punt 19,2	Coefficiente _____ (0,8) punt 19,2	Coefficiente _____ (0,8) punt 19,2	Coefficiente _____ (0,8) punt 19,2
	- Fedeltà scientifica di supporto in merito al corso di base	2	Coefficiente _____ (0) punt 0	Coefficiente _____ (0,6) punt 1,2	Coefficiente _____ (0,6) punt 1,2	Coefficiente _____ (0,4) punt 0,8	Coefficiente _____ (0,4) punt 0,8	Coefficiente _____ (0,4) punt 0,8	Coefficiente _____ (0,4) punt 0,8	Coefficiente _____ (0,4) punt 0,8	Coefficiente _____ (0,4) punt 0,8	Coefficiente _____ (0,4) punt 0,8	Coefficiente _____ (0,4) punt 0,8	Coefficiente _____ (0,4) punt 1,6	Coefficiente _____ (0,4) punt 1,6	Coefficiente _____ (0,4) punt 1,6	Coefficiente _____ (0,4) punt 1,6	Coefficiente _____ (0,4) punt 1,6	Coefficiente _____ (0,4) punt 1,6
-Analizza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente _____ (0,8) punt 4	Coefficiente _____ (0,8) punt 4	Coefficiente _____ (0,8) punt 4	Coefficiente _____ (0,8) punt 4	Coefficiente _____ (0,8) punt 4	Coefficiente _____ (0,8) punt 4	Coefficiente _____ (0,8) punt 4	Coefficiente _____ (0,8) punt 4	Coefficiente _____ (0,8) punt 4	Coefficiente _____ (0,8) punt 4	Coefficiente _____ (0,8) punt 4	Coefficiente _____ (0,8) punt 4	Coefficiente _____ (0,8) punt 4	Coefficiente _____ (0,8) punt 4	Coefficiente _____ (0,8) punt 4	Coefficiente _____ (0,8) punt 4	Coefficiente _____ (0,8) punt 4	
TOTALE	70	61,8			56		53,20		55,2		50		56,4		52		62,2		

LOTTO 20	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	CORMAN HOSPITAL SRL	MOTIVAZIONE DITTA	EUROPA TRADING SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MEDI-FIX SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MIKAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
Radio - placca titanio capitolo radiale	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: - ampia gamma per tipologia e fogglia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _28_		Coefficiente (<u>1</u>)] punti _35_	ampia gamma di misure disponibili	Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _28_		Coefficiente (<u>0,6</u>)] punti _21_		Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _28_		Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _28_	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _1,6_		Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _1,6_	placche ultra prossimale	Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _1,5_		Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _1,6_		Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _1,6_		Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _1,6_	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente (<u>2</u>)] punti _2_		Coefficiente (<u>2</u>)] punti _2_		Coefficiente (<u>2</u>)] punti _2_		Coefficiente (<u>1</u>)] punti _1_		Coefficiente (<u>2</u>)] punti _2_		Coefficiente (<u>2</u>)] punti _2_	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _19,2_		Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _19,2_		Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _19,2_		Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _19,2_		Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _19,2_		Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _19,2_	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'evento clinico	2	Coefficiente (<u>0,4</u>)] punti _0,8_	non presentata	Coefficiente (<u>0,6</u>)] punti _1,2_		Coefficiente (<u>0,4</u>)] punti _0,8_		Coefficiente (<u>0,6</u>)] punti _1,2_		Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _1,6_		Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _1,6_	
- Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _55,6_		Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _63_		Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _4_		Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _4_		Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _4_		Coefficiente (<u>0,8</u>)] punti _4_		
	TOTALE	70												










LOTTO 21	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA CITIEFFE SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA INTRAUMA SPA	MOTIVAZIONE DITTA
Radio - Placca acciaio radio distale volare	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foggia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente (0.8) punti 28		Coefficiente (1) punti 35		Coefficiente (0.8) punti 28	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente (0.6) punti 1.2		Coefficiente (1) punti 2		Coefficiente (0.6) punti 1.2	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente () punti 1		Coefficiente () punti 2		Coefficiente () punti 1	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente (0.6) punti 14.4		Coefficiente (1) punti 24		Coefficiente (0.8) punti 19.2	
- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente (0.6) punti 1.6		Coefficiente (0.6) punti 1.6		Coefficiente (0.6) punti 1.6		
-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente (0.6) punti 3		Coefficiente (0.6) punti 3		Coefficiente (0.6) punti 3		
TOTALE		70	49,20		53,60		67,20	


LOTTO 22	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA
Radio - Placca acciaio radio distale dorsale	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foggia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente _____ (_____ 1 _____) punti _____ 35 _____	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente _____ (_____ 1 _____) punti _____ 2 _____	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente _____ (_____) punti _____ 2 _____	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente _____ (_____ 1 _____) punti _____ 24 _____	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente _____ (_____ 0,6 _____) punti _____ 1,2 _____	
-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente _____ (_____ 0,6 _____) punti _____ 3 _____		
TOTALE		70	67,20	


LETTO 23	CENTRO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	DETTA 23	MOTIVAZIONE DETTA	DETTA ANTECEDENTE	MOTIVAZIONE ANTECEDENTE	DETTA INVOCAZIONE	MOTIVAZIONE INVOCAZIONE	DETTA ESPERTO	MOTIVAZIONE ESPERTO	DETTA AZIONE & AZIONE	MOTIVAZIONE AZIONE & AZIONE	DETTA INIZIATIVA	MOTIVAZIONE INIZIATIVA	DETTA AZIONE	MOTIVAZIONE AZIONE	DETTA NEXT	MOTIVAZIONE NEXT	DETTA AZIONE	MOTIVAZIONE AZIONE	DETTA AZIONE	MOTIVAZIONE AZIONE	DETTA AZIONE	MOTIVAZIONE AZIONE	DETTA AZIONE	MOTIVAZIONE AZIONE	DETTA AZIONE	MOTIVAZIONE AZIONE
	Caratteristiche tecniche del dispositivo e della tipologia di servizio per la tipologia di rete, conformazione geografica e storica, in-terferenze, tempistica, costi, risorse, tecnica e...	35	Confidenza 0.6 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	Confidenza 0.8 1.0 2.1	
	Altre - Piana... (vedi nota 10)...	2	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	Confidenza 0.2 1.5	
	Caratteristiche tecniche del... (vedi nota 10)...	24	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	Confidenza 0.6 1.4	
	Altre - Piana... (vedi nota 10)...	2	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	
	Altre - Piana... (vedi nota 10)...	5	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	Confidenza 0.6 1.1	
	TOTALE	70	43.2	51	43.2	51	43.2	51	43.2	51	43.2	51	43.2	51	43.2	51	43.2	51	43.2	51	43.2	51	43.2	51	43.2	51	43.2	51








LOTTO 24	CENTRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DATA 30 SYSTEM SRL	MOTIVAZIONE DATA	DATA ANTHEX ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DATA	DATA CIMMAN HOSPITAL SRL	MOTIVAZIONE DATA	DATA EVOLZIONI MEDICE SRL	MOTIVAZIONI E DATA	DATA GRUPPO BIODIPNATI SRL	MOTIVAZIONE DATA	DATA MASA SPA	MOTIVAZIONE DATA	DATA SANTA S. NPIREVI SPA	MOTIVAZIONE DATA	DATA STYMER ITALIA SPA	MOTIVAZIONE DATA	DATA ZINIERE BOKETT ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DATA
	Caratteristiche tecniche ed esigenze generali per tipologie e layout: -Piazza: forma, conformazione, lunghezza e sporgenza for: -distanzo, piano, finitura e pareti	35	Coefficiente (0,8) punti 28	Coefficiente (0,8) punti 28	Coefficiente (0,8) punti 21	Coefficiente (0,8) punti 21	Coefficiente (0,8) punti 21	Coefficiente (0,8) punti 21	Coefficiente (0,8) punti 21	Coefficiente (0,8) punti 21	Coefficiente (0,8) punti 21	Coefficiente (0,8) punti 21	Coefficiente (0,8) punti 21	Coefficiente (0,8) punti 21	Coefficiente (0,8) punti 21	Coefficiente (0,8) punti 21	Coefficiente (0,8) punti 21	Coefficiente (0,8) punti 21	Coefficiente (0,8) punti 21	Coefficiente (0,8) punti 21
	diverse opzioni proposte, modellata e compatibilità (foto e punti)	2	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6
	Caratteristiche tecniche ed esigenze generali per tipologie e layout: -Piazza: forma, conformazione, lunghezza e sporgenza for: -distanzo, piano, finitura e pareti	2	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6
	Caratteristiche tecniche ed esigenze generali per tipologie e layout: -Piazza: forma, conformazione, lunghezza e sporgenza for: -distanzo, piano, finitura e pareti	24	Coefficiente (0,8) punti 19,2	Coefficiente (0,8) punti 19,2	Coefficiente (0,8) punti 14,4	Coefficiente (0,8) punti 14,4	Coefficiente (0,8) punti 14,4	Coefficiente (0,8) punti 14,4	Coefficiente (0,8) punti 14,4	Coefficiente (0,8) punti 14,4	Coefficiente (0,8) punti 14,4	Coefficiente (0,8) punti 14,4	Coefficiente (0,8) punti 14,4	Coefficiente (0,8) punti 14,4	Coefficiente (0,8) punti 14,4	Coefficiente (0,8) punti 14,4	Coefficiente (0,8) punti 14,4	Coefficiente (0,8) punti 14,4	Coefficiente (0,8) punti 14,4	Coefficiente (0,8) punti 14,4
	Caratteristiche tecniche ed esigenze generali per tipologie e layout: -Piazza: forma, conformazione, lunghezza e sporgenza for: -distanzo, piano, finitura e pareti	2	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6
	Caratteristiche tecniche ed esigenze generali per tipologie e layout: -Piazza: forma, conformazione, lunghezza e sporgenza for: -distanzo, piano, finitura e pareti	5	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4
	TOTALE	70	59,8	59	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	45,8	67,2	54	55	67,2						














LOTTO 25	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA 3D SYSTEM SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA COMMAN HOSPITAL SRL	MOTIVAZIONE DITTA	GRUPPO BIOMIPIANI SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MEDIFIX SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MIKAI SPA	MOTIVAZIONE DITTA
	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foggsi: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>21</u>		Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>21</u>		Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>21</u>		Coefficiente (<u>1</u>) punti <u>35</u>		Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>21</u>		Coefficiente (<u>1</u>) punti <u>35</u>	
	Radio - Placca tibiano radio distale volare	2	Coefficiente (<u>0,8</u>) punti <u>1,6</u>		Coefficiente (<u>0,8</u>) punti <u>1,6</u>		Coefficiente (<u>0,8</u>) punti <u>1,6</u>		Coefficiente (<u>1</u>) punti <u>2</u>		Coefficiente (<u>0,8</u>) punti <u>1,6</u>		Coefficiente (<u>1</u>) punti <u>2</u>	
	diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente (<u>1</u>) punti <u>1</u>		Coefficiente (<u>1</u>) punti <u>2</u>		Coefficiente (<u>1</u>) punti <u>1</u>		Coefficiente (<u>1</u>) punti <u>2</u>		Coefficiente (<u>1</u>) punti <u>2</u>		Coefficiente (<u>1</u>) punti <u>2</u>	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>1,2</u>		Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>1,2</u>		Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>1,2</u>		Coefficiente (<u>1</u>) punti <u>2</u>		Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>1,2</u>		Coefficiente (<u>1</u>) punti <u>2</u>	
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomicità, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versabilità	24	Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>14,4</u>		Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>14,4</u>		Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>14,4</u>		Coefficiente (<u>1</u>) punti <u>24</u>		Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>14,4</u>		Coefficiente (<u>1</u>) punti <u>24</u>	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>1,2</u>		Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>1,2</u>		Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>1,2</u>		Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>1,2</u>		Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>1,2</u>		Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>1,2</u>	
	-assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>3</u>		Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>3</u>		Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>3</u>		Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>3</u>		Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>3</u>		Coefficiente (<u>0,6</u>) punti <u>3</u>	
	TOTALE	70	42,2		43,2		42,2		67,2		43,2		67,2	

LOTTO 26	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA 3D SYSTEM SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA CORMAN HOSPITAL SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
Radio - Piacca titanio metalceramica polso	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente <u> </u> (<u>0.8</u>) punti <u>1.6</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0.8</u>) punti <u>1.6</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0.8</u>) punti <u>1.6</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0.8</u>) punti <u>1.6</u>	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>1</u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>1</u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>2</u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>2</u>	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente <u> </u> (<u>0.8</u>) punti <u>19.2</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0.8</u>) punti <u>19.2</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0.8</u>) punti <u>19.2</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0.8</u>) punti <u>19.2</u>	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente <u> </u> (<u>0.6</u>) punti <u>1.2</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0.6</u>) punti <u>1.2</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0.6</u>) punti <u>1.2</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0.6</u>) punti <u>1.2</u>	
-Assistenza tecnica e servizio post - Vendita	5	Coefficiente <u> </u> (<u>0.6</u>) punti <u>3</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0.6</u>) punti <u>3</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0.6</u>) punti <u>3</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0.6</u>) punti <u>3</u>		
TOTALE		70	54		54		55		55	

LOTTO 27	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA LIMA CORPORATE SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA UNIMEDICAL BIO TECH SRL	MOTIVAZIONE DITTA
Radio - Placca peek poliso	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foggia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> <u> </u> 28 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> <u> </u> 28 <u> </u>	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> <u> </u> 1,6 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> <u> </u> 1,6 <u> </u>	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u> </u> <u> </u> 1 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u> </u> <u> </u> 1 <u> </u>	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> <u> </u> 19,2 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> <u> </u> 19,2 <u> </u>	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> <u> </u> 1,6 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> <u> </u> 1,6 <u> </u>	
-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> <u> </u> 4 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> <u> </u> 4 <u> </u>		
TOTALE		70	55,4		55,4	





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO 2B	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA 30 SYSTEM SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ARTHREX ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA EPICAN SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA LIAMA COMPONENTE SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MEDICA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MIKSA SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA NEXT MEDICAL SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMERA BIONETTI ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
	Caratteristiche tecniche del impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foglia: -placca: forma, conformazione, lunghezza e tipologia fori: -vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente 0,8] punti 28		Coefficiente 0,8] punti 28		Coefficiente 0,8] punti 28		Coefficiente 0,8] punti 28		Coefficiente 0,8] punti 28		Coefficiente 0,8] punti 28		Coefficiente 0,8] punti 28		Coefficiente 0,8] punti 28		Coefficiente 0,9] punti 28	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente 0,8] punti 1,6		Coefficiente 0,8] punti 1,6		Coefficiente 0,8] punti 1,6		Coefficiente 0,8] punti 1,6		Coefficiente 0,8] punti 1,6		Coefficiente 0,8] punti 1,6		Coefficiente 0,8] punti 1,6		Coefficiente 0,8] punti 1,6		Coefficiente 0,8] punti 1,6	
	Scalole carpale - Viti tranco scalole carpale	2	Coefficiente] punti 2		Coefficiente] punti 2		Coefficiente] punti 2		Coefficiente] punti 2		Coefficiente] punti 1		Coefficiente] punti 2		Coefficiente] punti 1		Coefficiente] punti 2		Coefficiente] punti 2	
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente 0,5] punti 14,4		Coefficiente 0,6] punti 14,4		Coefficiente 0,8] punti 19,2		Coefficiente 0,6] punti 14,4		Coefficiente 0,5] punti 14,4		Coefficiente 0,6] punti 14,4		Coefficiente 0,5] punti 14,4		Coefficiente 0,6] punti 14,4		Coefficiente 0,6] punti 14,4	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'uso clinico	2	Coefficiente 0,6] punti 1,2		Coefficiente 0,6] punti 1,2		Coefficiente 0,6] punti 1,2		Coefficiente 0,6] punti 1,2		Coefficiente 0,6] punti 1,2		Coefficiente 0,6] punti 1,2		Coefficiente 0,6] punti 1,2		Coefficiente 0,6] punti 1,2		Coefficiente 0,6] punti 1,2	
	-Assistenza tecnica e servizio post- vendita	5	Coefficiente 0,6] punti 3		Coefficiente 0,6] punti 3		Coefficiente 0,6] punti 3		Coefficiente 0,6] punti 3		Coefficiente 0,6] punti 3		Coefficiente 0,6] punti 3		Coefficiente 0,6] punti 3		Coefficiente 0,6] punti 3		Coefficiente 0,6] punti 3	
	TOTALE	70	50,2		50,2		55		50,2		49,2		50,2		49,2		50,2		50,2	

LOTTO 29	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA SOLUZIONI MEDICHE SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA INTRAVIVA SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MINDUS SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA NEXT MEDICAL SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ORTHOFIX SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA STYNER ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA SIMMER BIONNET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
	Caratteristiche tecniche del dispositivo e delle tipologie di impianto: - semplicità gamma per tipologia e fogglia; - plicca: forma, conformazione, liscivia e sporga fori; - vite: forma, larghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente $\frac{0,8}{28}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{28}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{28}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{28}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{28}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{28}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{28}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{28}$ punti	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente $\frac{0,6}{1,2}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{1,2}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{1,2}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{1,2}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{1,2}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{1,2}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{1,2}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{1,2}$ punti	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito su serrie (2) no (2)	2	Coefficiente $\frac{1}{1}$ punti		Coefficiente $\frac{2}{2}$ punti		Coefficiente $\frac{0}{0}$ punti		Coefficiente $\frac{2}{2}$ punti		Coefficiente $\frac{1,3}{1,3}$ punti		Coefficiente $\frac{0}{0}$ punti		Coefficiente $\frac{1,2}{1,2}$ punti		Coefficiente $\frac{1}{1}$ punti	
	Caratteristiche tecniche ed/o strumentazione chirurgica: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/collata e versatilità	24	Coefficiente $\frac{0,6}{14,4}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{14,4}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{14,4}$ punti		Coefficiente $\frac{0,8}{19,2}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{14,4}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{14,4}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{14,4}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{14,4}$ punti	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente $\frac{0,6}{1,2}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{1,2}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{1,2}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{1,2}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{1,2}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{1,2}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{1,2}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{1,2}$ punti	
	-assistenza tecnica e servizio post- vendita	5	Coefficiente $\frac{0,6}{3}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{3}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{3}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{3}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{3}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{3}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{3}$ punti		Coefficiente $\frac{0,6}{3}$ punti	
	TOTALE	70	48,8		49,8		47,8		54,6		49,8		47,8		49,8		49,8	

LOTTO 36	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA
<p>Femore Vite-Placca titanio per frattura peritrocantérica</p>	<p>Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foggia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta</p>	35	<p>Coefficiente <u>0,8</u> (<u>28</u>) punti</p>	
	<p>-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)</p>	2	<p>Coefficiente <u>0,8</u> (<u>1,6</u>) punti</p>	
	<p>sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)</p>	2	<p>Coefficiente <u>1</u> (<u>2</u>) punti</p>	
	<p>Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità</p>	24	<p>Coefficiente <u>0,8</u> (<u>19,2</u>) punti</p>	
	<p>- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico</p>	2	<p>Coefficiente <u>1</u> (<u>2</u>) punti</p>	
<p>-Assistenza tecnica e servizio post - vendita</p>	5	<p>Coefficiente <u>0,8</u> (<u>4</u>) punti</p>		
<p>TOTALE</p>	70	56,8		

Abel

P

LOTTO 37	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA INTRAUMA SPA	MOTIVAZIONE DITTA
Femore - Sistema titanio per frattura collo femore	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foggia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente _____0,8____ (____28____) punti		Coefficiente _____0,8____ (____28____) punti	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente _____0,8____ (____1,6____) punti		Coefficiente _____0,8____ (____1,6____) punti	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente _____1____ (____2____) punti		Coefficiente _____1____ (____2____) punti	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente _____0,8____ (____19,2____) punti	Presenza di unica maschera guida per il posizionamento di vite/i di bloccaggio distale e vite	Coefficiente _____0,6____ (____14,4____) punti	Alcuni passaggi risultano più macchinosi poiché prevedono l'utilizzo di guide diverse per il posizionamento della vite cefalica e vite antrotazionale successivamente
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente _____0,6____ (____1,2____) punti	Studi in vivo con casistiche limitate o case-report	Coefficiente _____0,8____ (____1,6____) punti	
-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente _____0,8____ (____4____) punti		Coefficiente _____0,8____ (____4____) punti		
TOTALE		70	56		51,6	

P

Cher
[Signature]
[Signature]
[Signature]

LOTTO 38	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA INTRAUMA SPA	MOTIVAZIONE DITTA
Femore - Placche per fissazione di fratture periprotesi di femore in titanio a stabilità angolare	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foglia: -placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; -vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente <u>0,6</u> (<u>21</u>) punti		Coefficiente <u>0,8</u> (<u>28</u>) punti	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente <u>0,8</u> (<u>1,6</u>) punti		Coefficiente <u>1</u> (<u>2</u>) punti	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente <u>1</u> (<u>2</u>) punti		Coefficiente <u>1</u> (<u>2</u>) punti	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente <u>0,8</u> (<u>19,2</u>) punti		Coefficiente <u>0,8</u> (<u>19,2</u>) punti	
- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente <u>0,8</u> (<u>1,6</u>) punti		Coefficiente <u>0,6</u> (<u>1,2</u>) punti		
-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente <u>0,8</u> (<u>4</u>) punti		Coefficiente <u>0,8</u> (<u>4</u>) punti		
TOTALE	70	49,4		56,4		

Abol

Al

Al

Al


Al

LOTTO 39	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA EUROPA TRADING SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JHONSON & JHONSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA INTRAUNA SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foglia: -placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; -vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente <u>0,8</u> _____) punti <u>28</u> _____		Coefficiente <u>0,8</u> _____) punti <u>28</u> _____		Coefficiente <u>0,8</u> _____) punti <u>28</u> _____		Coefficiente <u>1</u> _____) punti <u>35</u> _____	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente <u>0,6</u> _____) punti <u>1,2</u> _____		Coefficiente <u>0,6</u> _____) punti <u>1,2</u> _____		Coefficiente <u>0,8</u> _____) punti <u>1,6</u> _____		Coefficiente <u>1</u> _____) punti <u>2</u> _____	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente <u>1</u> _____) punti <u>2</u> _____		Coefficiente <u>1</u> _____) punti <u>2</u> _____		Coefficiente <u>1</u> _____) punti <u>2</u> _____		Coefficiente <u>1</u> _____) punti <u>2</u> _____	
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: -ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente <u>0,8</u> _____) punti <u>19,2</u> _____		Coefficiente <u>0,8</u> _____) punti <u>19,2</u> _____		Coefficiente <u>0,8</u> _____) punti <u>19,2</u> _____		Coefficiente <u>0,8</u> _____) punti <u>19,2</u> _____	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente <u>0,8</u> _____) punti <u>1,6</u> _____		Coefficiente <u>0,8</u> _____) punti <u>1,6</u> _____		Coefficiente <u>0,8</u> _____) punti <u>1,6</u> _____		Coefficiente <u>0,8</u> _____) punti <u>1,6</u> _____	
	-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente <u>0,8</u> _____) punti <u>4</u> _____		Coefficiente <u>0,8</u> _____) punti <u>4</u> _____		Coefficiente <u>0,8</u> _____) punti <u>4</u> _____		Coefficiente <u>0,8</u> _____) punti <u>4</u> _____	
	TOTALE	70	56		56		56,4		63,8	







Finzione - Preceduta per
distribuzione in
Finzione in Italia e
Materia europea
Finzione

LOTTO 40	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA JHONSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA INTRAUMA SPA	MOTIVAZIONE DITTA
Femore - Piacche per fissazione di fratture femore in titanio a stabilità angolare	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foggia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente <u> </u> 0,6 <u> </u> (<u> </u>) punti <u> </u> 21 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> 0,8 <u> </u> (<u> </u>) punti <u> </u> 28 <u> </u>	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente <u> </u> 0,6 <u> </u> (<u> </u>) punti <u> </u> 1,2 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> 0,8 <u> </u> (<u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u>	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente <u> </u> 1 <u> </u> (<u> </u>) punti <u> </u> 2 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> 1 <u> </u> (<u> </u>) punti <u> </u> 2 <u> </u>	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente <u> </u> 0,8 <u> </u> (<u> </u>) punti <u> </u> 19,2 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> 0,8 <u> </u> (<u> </u>) punti <u> </u> 19,2 <u> </u>	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente <u> </u> 0,8 <u> </u> (<u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> 0,8 <u> </u> (<u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u>	
-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente <u> </u> 0,8 <u> </u> (<u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> 0,8 <u> </u> (<u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u>		
TOTALE		70	49		56,4	


LOTTO 41	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA JHONSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA INTRAUMA SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
Femore - Placche per fissazione di fratture di femore in titanio a stabilità angolare Introposta	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foglia: -placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; -vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente <u>0,6</u> (<u>21</u>) punti	Nell'offerta presentata relativa al lotto manca una placca preformata per femore prossimale (viene presentata infatti solo placca con uncini e cavi di cerchiaggio per le fratture trocateriche).	Coefficiente <u>0,8</u> (<u>28</u>) punti	Placca dedicata con uncini trocaterici per il trattamento di fratture del femore prossimale, placche diafisarie e placche preformate per il femore distale. Possibilità di ottenere un costruito statico o dinamico mediante il sistema dedicato	Coefficiente <u>0,6</u> (<u>21</u>) punti	Nell'offerta presentata relativa al lotto manca una placca preformata per femore prossimale. Possibilità di utilizzo della stabilità angolare poliasiale su tutti i fori della placca
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente <u>0,6</u> (<u>1,2</u>) punti		Coefficiente <u>0,8</u> (<u>1,6</u>) punti	Possibilità di implementare al sistema placca-viti cerchiaggi metallici solidali con la	Coefficiente <u>0,8</u> (<u>1,6</u>) punti	Possibilità di implementare al sistema placca-viti cerchiaggi metallici solidali con la placca
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente <u>1</u> (<u>2</u>) punti		Coefficiente <u>1</u> (<u>2</u>) punti		Coefficiente <u>1</u> (<u>2</u>) punti	
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente <u>0,8</u> (<u>19,2</u>) punti		Coefficiente <u>0,8</u> (<u>19,2</u>) punti		Coefficiente <u>0,8</u> (<u>19,2</u>) punti	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente <u>0,8</u> (<u>1,6</u>) punti		Coefficiente <u>0,8</u> (<u>1,6</u>) punti		Coefficiente <u>0,8</u> (<u>1,6</u>) punti	
-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente <u>0,8</u> (<u>4</u>) punti		Coefficiente <u>0,8</u> (<u>4</u>) punti		Coefficiente <u>0,8</u> (<u>4</u>) punti		
TOTALE		70	49		56,4		49,4	





LOTTO 43	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA
Legamento crociato - Pin e vite	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: - ampiezza gamma per tipologia e foglia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente _____ (____0,8____) punti __32__	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente _____ (____0,8____) punti __4__	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente _____ (____0,8____) punti __14,4__	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente _____ (____0,8____) punti __1,6__	
- Assistenza tecnica e servizio post-vendita		5	Coefficiente _____ (____0,8____) punti __4__	
	TOTALE	70	56	




LOTTO 46	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA 3D SYSTEM SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ARTIRREX ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA CITTIFE SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA GRUPPO BIOMPIANTI SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA INTIPALMA SPA	MOTIVAZIONE DITTA
Tela - Piacca in titanio colorato Dibala	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foglia: - piacca: forma, conformazione, lunghezza e tipologia fori: - vice: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente (0,8) punti 28	Coefficiente (0,5) punti 21	Coefficiente (0,6) punti 21	Coefficiente (0,8) punti 28	Coefficiente (0,8) punti 28	Coefficiente (0,8) punti 28	Coefficiente (0,8) punti 28	Coefficiente (0,8) punti 28	Coefficiente (0,8) punti 28	Coefficiente (0,8) punti 28	Coefficiente (0,5) punti 21	Coefficiente (0,5) punti 21
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente () punti 1	Coefficiente () punti 1	Coefficiente () punti 1	Coefficiente () punti 1	Coefficiente () punti 1	Coefficiente () punti 1	Coefficiente () punti 2	Coefficiente () punti 2	Coefficiente () punti 2	Coefficiente () punti 2	Coefficiente () punti 1	Coefficiente () punti 1
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente (0,8) punti 19,2	Coefficiente (0,8) punti 19,2	Coefficiente (0,8) punti 19,2	Coefficiente (0,8) punti 19,2	Coefficiente (0,8) punti 19,2	Coefficiente (0,8) punti 19,2	Coefficiente (0,8) punti 19,2	Coefficiente (0,8) punti 19,2	Coefficiente (0,8) punti 19,2	Coefficiente (0,8) punti 19,2	Coefficiente (0,8) punti 19,2	Coefficiente (0,8) punti 19,2
- Evidenza scientifica di supporto in merito all'uso clinico	2	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	Coefficiente (0,8) punti 1,6	
-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	Coefficiente (0,8) punti 4	
	TOTALE	70	55,4	48,4	48,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	48,4	48,4	




LOTTO 47	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA GRUPPO BIONIMPIANTI SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA INTRAUNA SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
Tibia - Piacca tibiale modulare a bloccata in titanio e acciaio inossidabile	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foglia: -placca: forma, conformazione, lunghezza e tipologia fori; -vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente () 0,6) punti 21		Coefficiente 0,6 () 21) punti		Coefficiente 0,6 () 21) punti		Coefficiente 0,8 () punti 28	Buona gamma e tipologie di viti. La placca laterale di tibia prossimale presenta una doppia filiera di viti per spongiosa per un buon sostegno del piano articolare. Previste 2 curvature diverse nella parte prossimale per una aderenza migliore a seconda della tipologia
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente () 0,6) punti 1,2		Coefficiente 0,6 () punti 1,2		Coefficiente 0,6 () punti 1,2		Coefficiente 0,6 () punti 1,2	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente () 2) punti 2		Coefficiente 2 () punti 2		Coefficiente 2 () punti 2		Coefficiente 1 () punti 1	Attualmente il materiale per la placca laterale viene fornito non sterile
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versabilità	24	Coefficiente () 0,6) punti 14,4		Coefficiente 0,6 () punti 14,4		Coefficiente 0,6 () punti 14,4		Coefficiente 0,6 () punti 14,4	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente () 0,4) punti 0,8	scarsa documentazione e scientifica a supporto	Coefficiente 0,6 () punti 1,2		Coefficiente 0,6 () punti 1,2		Coefficiente 0,6 () punti 1,2	
-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente () 0,6)		Coefficiente 0,6 () punti 3		Coefficiente 0,6 () punti 3		Coefficiente 0,6 () punti 3		
TOTALE		70	42,4		42,8		42,8		48,8	

LOTTO 48	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA EUROPA TRADING SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA INTRAUMA SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMERT BIOMET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
<p>Tela - Pieno titolo accoppiata al telaio in acciaio A 304/316 Modello INTERCOSTA</p>	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto:	35	Coefficiente (<u> 1 </u>) punti <u> 35 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 28 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 28 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 28 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 28 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 28 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 28 </u>	
	-ampiezza gamma per tipologia e foglia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	2	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 1,6 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 1,6 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 1,6 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 1,6 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 1,6 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 1,6 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 1,6 </u>	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente (<u> 1 </u>) punti <u> 1 </u>	Coefficiente (<u> 1 </u>) punti <u> 2 </u>	Coefficiente (<u> 1 </u>) punti <u> 2 </u>	Coefficiente (<u> 1 </u>) punti <u> 2 </u>	Coefficiente (<u> 1 </u>) punti <u> 2 </u>	Coefficiente (<u> 1 </u>) punti <u> 2 </u>	Coefficiente (<u> 1 </u>) punti <u> 2 </u>	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	24	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 19,2 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 19,2 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 19,2 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 19,2 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 19,2 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 19,2 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 19,2 </u>	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	2	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 1,6 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 1,6 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 1,6 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 1,6 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 1,6 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 1,6 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 1,6 </u>	
- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	5	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 4 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 4 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 4 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 4 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 4 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 4 </u>	Coefficiente (<u> 0,8 </u>) punti <u> 4 </u>		
-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	70	62,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4		
TOTALE										

LOTTO 49	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA EUROPA TRADING SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA INTRAUMA SPA	MOTIVAZIONE DITTA
	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foggia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente (<u> </u> 1 <u> </u>) punti <u> </u> 35 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 28 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 28 <u> </u>	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 1 <u> </u>) punti <u> </u> 2 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u>	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente (<u> </u> <u> </u>) punti <u> </u> 2 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u> </u> 2 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u> </u> 2 <u> </u>	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 19,2 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 19,2 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 19,2 <u> </u>	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u>	
	-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u>	
	TOTALE	70	63,4		56,4		56,4	

Tibia - Placca tibiale
Proximale polare
in titanio




[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LOTTO 50	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA
<p>Tibia - Placca tibiale prossimale posteriore in acciaio</p>	<p>Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foggia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta</p>	35	<p>Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u> <u> </u>) punti <u>28</u></p>	
	<p>-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)</p>	2	<p>Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u> <u> </u>) punti <u>1,6</u></p>	
	<p>sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)</p>	2	<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>2</u></p>	
	<p>Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità</p>	24	<p>Coefficiente <u> </u> (0,8) punti <u>19,2</u></p>	
<p>- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico</p>	2	<p>Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u> <u> </u>) punti <u>1,6</u></p>		
<p>-Assistenza tecnica e servizio post - Vendita</p>	5	<p>Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u> <u> </u>) punti <u>4</u></p>		
<p>TOTALE</p>	70	56,4		


Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

LOTTO 51	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA BONE SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA TRADING SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA GRUPPO BIOPHARMATI SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA INTALMA SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MIRA SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MEDICAL SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA STERNA ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA USER ROS SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZANUSI BIONET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
	Caratteristiche tecniche del dispositivo e della spregola di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foglia: -piacca: forma, conformazione, lunghezza e tipologia fori; -filamento, lunghezza, diametro, passo, striscio e punta	35	Coefficiente (0,8) punti 28		Coefficiente (1) punti 35		Coefficiente (1) punti 35		Coefficiente (1) punti 35		Coefficiente (0,8) punti 28		Coefficiente (0,8) punti 20		Coefficiente (0,8) punti 20		Coefficiente (1) punti 35		Coefficiente (0,8) punti 28		Coefficiente (1) punti 35	
	-forma: angoli preparati, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), tenore aa sterile che no (2)	2	Coefficiente (0) punti 0		Coefficiente (1) punti 2		Coefficiente (0) punti 0		Coefficiente (1) punti 2		Coefficiente (0) punti 0		Coefficiente (0) punti 0		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0) punti 0		Coefficiente (0) punti 0		Coefficiente (0) punti 0	
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: -ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e estensibilità	24	Coefficiente (0,8) punti 19,2		Coefficiente (0,8) punti 19,2		Coefficiente (0,8) punti 19,2		Coefficiente (0,8) punti 19,2		Coefficiente (0,8) punti 19,2		Coefficiente (0,8) punti 19,2		Coefficiente (0,8) punti 19,2		Coefficiente (0,8) punti 19,2		Coefficiente (0,8) punti 19,2		Coefficiente (0,8) punti 19,2	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'uso clinico	2	Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6	
	-assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente (0,8) punti 4		Coefficiente (0,8) punti 4		Coefficiente (0,8) punti 4		Coefficiente (0,8) punti 4		Coefficiente (0,8) punti 4		Coefficiente (0,8) punti 4		Coefficiente (0,8) punti 4		Coefficiente (0,8) punti 4		Coefficiente (0,8) punti 4		Coefficiente (0,8) punti 4	
	TOTALE	70	54,4		63,4		61,4		63,4		53,4		56,4		56,4		63,4		54,4		56,8	

LOTTO 52	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA ARTHEX ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA INTRALUMA SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA SMITH & NEPHEW SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA STRYKER ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMEDT ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: - ampiezza gamma per tipologia e foglia: - placca: forma, conformazione, lunghezza e tipologia fori: - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) J punti 28		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 28		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 28		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 28		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 28		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 28	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) J punti 1,6		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 1,6		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 1,6		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 1,6		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 1,6		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 1,6	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente (<u> </u> <u> </u>) punti 1		Coefficiente (<u> </u> <u> </u>) punti 2		Coefficiente (<u> </u> <u> </u>) punti 2		Coefficiente (<u> </u> <u> </u>) punti 1		Coefficiente (<u> </u> <u> </u>) punti 2		Coefficiente (<u> </u> <u> </u>) punti 2	
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) J punti 19,2		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 19,2		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 19,2		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 19,2		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 19,2		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 19,2	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'istito clinico	2	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) J punti 1,6		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 1,6		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 1,6		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 1,6		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 1,6		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 1,6	
	-Assistenza tecnica e servizio post- vendita	5	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) J punti 4		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 4		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 4		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 4		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 4		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti 4	
	TOTALE	70	55,4		55,4		55,4		55,4		55,4		55,4	

53	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA BONE SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA INTRAUMA SPA	MOTIVAZIONE DITTA	MEDIFOR SRL	MOTIVAZIONE DITTA
Tibia - Placca tibiale distale in titanio a stabilità angolare	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foggia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u>) punti <u>28</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u>) punti <u>28</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u>) punti <u>28</u>	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u>) punti <u>1,6</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u>) punti <u>1,6</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u>) punti <u>1,6</u>	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>0</u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>1</u>		Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>0</u>	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u>) punti <u>19,2</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u>) punti <u>19,2</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u>) punti <u>19,2</u>	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente <u> </u> punti <u>1,6</u> (0,8)		Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u>) punti <u>1,6</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u>) punti <u>1,6</u>	
	-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u>) punti <u>4</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u>) punti <u>4</u>		Coefficiente <u> </u> (<u>0,8</u>) punti <u>4</u>	
TOTALE	70	54,4		55,4		54,4		








LOTTO 54	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA ARTHREX ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA INTRAUMA SPA	MOTIVAZIONE DITTA	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	SMITH & NEPHEW SRL	MOTIVAZIONE DITTA
Tibia - Placca tibiale distale acciaio a stabilità angolare	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foggia: -placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; -vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>)) punti 28		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>)) punti 28		Coefficiente (<u> </u> 1 <u> </u>)) punti 35		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>)) punti 28	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max: 2 punti)	2	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>)) punti 1,6		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>)) punti 1,6		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>)) punti 1,6		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>)) punti 1,6	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente (<u> </u> 1 <u> </u>)) punti 0		Coefficiente (<u> </u>)) punti 2		Coefficiente (<u> </u>)) punti 2		Coefficiente (<u> </u>)) punti 2	
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>)) punti 19,2		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>)) punti 19,2		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>)) punti 19,2		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>)) punti 19,2	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>)) punti 1,6		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>)) punti 1,6		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>)) punti 1,6		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>)) punti 1,6	
-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>)) punti 4		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>)) punti 4		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>)) punti 4		Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>)) punti 4		
TOTALE	70	54,4		56,4		63,4		56,4		

LOTTO 55	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA ARTIBEX ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA BONE SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA LUNDA TRADING SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA INTUQUAMA SPA	MOTIVAZIONE DITTA	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MEDRIX SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MIKAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIONNET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foglia: - placca: forma, conformazione, lunghezza e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente 0,8 J punti 28	Coefficiente 0,8 J punti 28	Coefficiente 0,8 J punti 28	Coefficiente 0,8 J punti 28	Coefficiente 0,8 J punti 28	Coefficiente 0,8 J punti 28	Coefficiente 0,8 J punti 28	Coefficiente 0,8 J punti 28	Coefficiente 0,8 J punti 28	Coefficiente 0,8 J punti 28	Coefficiente 0,8 J punti 28	Coefficiente 0,8 J punti 28	Coefficiente 0,8 J punti 28	Coefficiente 0,8 J punti 28	Coefficiente 0,8 J punti 28	Coefficiente 0,8 J punti 28
	diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente J punti 2	Coefficiente J punti 0	Coefficiente J punti 0	Coefficiente J punti 0	Coefficiente J punti 0	Coefficiente J punti 0	Coefficiente J punti 0	Coefficiente J punti 0	Coefficiente J punti 0	Coefficiente J punti 0	Coefficiente J punti 0	Coefficiente J punti 0	Coefficiente J punti 0	Coefficiente J punti 0	Coefficiente J punti 0	Coefficiente J punti 0
	Caratteristica tecnica delle articolazioni: compatibilità - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente 0,8 J punti 19,2	Coefficiente 0,8 J punti 19,2	Coefficiente 0,8 J punti 19,2	Coefficiente 0,8 J punti 19,2	Coefficiente 0,8 J punti 19,2	Coefficiente 0,8 J punti 19,2	Coefficiente 0,8 J punti 19,2	Coefficiente 0,8 J punti 19,2	Coefficiente 0,8 J punti 19,2	Coefficiente 0,8 J punti 19,2	Coefficiente 0,8 J punti 19,2	Coefficiente 0,8 J punti 19,2	Coefficiente 0,8 J punti 19,2	Coefficiente 0,8 J punti 19,2	Coefficiente 0,8 J punti 19,2	Coefficiente 0,8 J punti 19,2
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'uso clinico	2	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6	Coefficiente 0,8 J punti 1,6
	-assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente 0,8 J punti 4	Coefficiente 0,8 J punti 4	Coefficiente 0,8 J punti 4	Coefficiente 0,8 J punti 4	Coefficiente 0,8 J punti 4	Coefficiente 0,8 J punti 4	Coefficiente 0,8 J punti 4	Coefficiente 0,8 J punti 4	Coefficiente 0,8 J punti 4	Coefficiente 0,8 J punti 4	Coefficiente 0,8 J punti 4	Coefficiente 0,8 J punti 4	Coefficiente 0,8 J punti 4	Coefficiente 0,8 J punti 4	Coefficiente 0,8 J punti 4	Coefficiente 0,8 J punti 4
	TOTALE	70	55,4	54,4	54,4	55,4	55,4	54,4	49,4	55,4	55,4	54,4	54,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4













LOTTO 57	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA ARTHREX ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA SMITH & NEPHEW SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foggia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente (0,8) punti 28		Coefficiente (0,8) punti 28		Coefficiente (0,8) punti 28		Coefficiente (0,8) punti 28	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente () punti 0		Coefficiente () punti 2		Coefficiente () punti 1		Coefficiente () punti 2	
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente (0,8) punti 19,2		Coefficiente (0,8) punti 19,2		Coefficiente (0,8) punti 19,2		Coefficiente (0,8) punti 19,2	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente (0,8) punti 1,6	
	-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente (0,8) punti		Coefficiente (0,8) punti 4		Coefficiente (0,8) punti 4		Coefficiente (0,8) punti 4	
	TOTALE	70	54,4		56,4		55,4		56,4	



LOTTO 58	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	UNIMEDICAL BIO TECH SRL	MOTIVAZIONE DITTA
Perone - Placca perone laterale in peek a stabilita angolare	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foglia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u>28</u>	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u>1,6</u>	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u>1</u>	
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u>19,2</u>	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u>1,6</u>	
-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u>4</u>		
TOTALE		70	55,4	

LOTTO 59	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA GRUPPO BIOMPIANTI SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
Perone - Placca perone laterale in titanio e acciaio a stabilità angolare	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foglia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente _____ (_____ 0,8 _____) punti _____ 28 _____		Coefficiente _____ (_____ 0,8 _____) punti _____ 28 _____		Coefficiente _____ (_____ 0,8 _____) punti _____ 28 _____	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente _____ (_____ 0,8 _____) punti _____ 1,6 _____		Coefficiente _____ (_____ 0,8 _____) punti _____ 1,6 _____		Coefficiente _____ (_____ 0,8 _____) punti _____ 1,6 _____	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente _____ punti _____ 0 _____ ()		Coefficiente _____ punti _____ 2 _____ ()		Coefficiente _____ () punti _____ 2 _____	
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente _____ (_____ 0,8 _____) punti _____ 19,2 _____		Coefficiente _____ (_____ 0,8 _____) punti _____ 19,2 _____		Coefficiente _____ (_____ 0,8 _____) punti _____ 19,2 _____	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente _____ (_____ 0,8 _____) punti _____ 1,6 _____		Coefficiente _____ (_____ 0,8 _____) punti _____ 1,6 _____		Coefficiente _____ (_____ 0,8 _____) punti _____ 1,6 _____	
-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente _____ (_____ 0,8 _____) punti _____ 4 _____		Coefficiente _____ (_____ 0,8 _____) punti _____ 4 _____		Coefficiente _____ (_____ 0,8 _____) punti _____ 4 _____		
TOTALE	70	54,4		56,4		56,4		








LOTTO 60	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA CITIEFFE SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA SMITH & NERHEW SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA STRYKER ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
<p>Articolazione astragalica - Chiedo retrogrado in titanio per artrodesi tibio-astragalica e/o sotto-astragalica</p>	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: - gamma di misure: lunghezza e callibri	12	Coefficiente _____ (____ 0,6 ____) punti _____ 7,2 _____	offerta relativa a chiodi e.m. di femore e tibia, non artrodesi caviglia	Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 9,6 _____		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 9,6 _____		Coefficiente _____ (____ 1 ____) punti _____ 12 _____	maggiori lunghezze
	- foglie: morfologia dei componenti	16	Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 12,8 _____		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 12,8 _____		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 12,8 _____		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 12,8 _____	
	- diverse opzioni proposte, modularità, e compatibilità	4	Coefficiente _____ (____ 0 ____) punti _____ 0 _____	non idoneo ad artrodesi caviglia	Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 3,2 _____		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 3,2 _____		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 3,2 _____	
	- tipologia bloccaggi: numero, orientamento e conformazione dei fori	14	Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 11,2 _____		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 11,2 _____		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 11,2 _____		Coefficiente _____ (____ 1 ____) punti _____ 14 _____	maggior n° fori
	- sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente _____ (____) punti _____ 1 _____		Coefficiente _____ (____) punti _____ 1 _____		Coefficiente _____ (____) punti _____ 1 _____		Coefficiente _____ (____) punti _____ 1 _____	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - strumentario: ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità; cacciavite dotato di sistema di ritenzione della vite	13	Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 10,4 _____		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 10,4 _____		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 10,4 _____		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 10,4 _____	
	- cessione gratuita dello strumentario base di estrazione al termine del contratto di fornitura (es. buldione di estrazione e cacciavite)	2	Coefficiente _____ (____ 1 ____) punti _____ 2 _____		Coefficiente _____ (____ 1 ____) punti _____ 2 _____		Coefficiente _____ (____ 1 ____) punti _____ 2 _____		Coefficiente _____ (____ 1 ____) punti _____ 2 _____	
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 1,6 _____		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 1,6 _____		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 1,6 _____		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 1,6 _____	
	Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 4 _____		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 4 _____		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 4 _____		Coefficiente _____ (____ 0,8 ____) punti _____ 4 _____	
	TOTALE		70	45,60		55,8		55,8		61

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO 54	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA BONE SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA EUSCAN SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA INTRAUMA SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MIKAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA NEXT MEDICAL SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA SEF SRL	MOTIVAZIONE DITTA
	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di Implants: -ampiezza gamma per tipologia e fogli: - placca: forma, conformazioni, lunghezza e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 28		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 28		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,6)}$ punti 21		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 35		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,6)}$ punti 21		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 28		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,6)}$ punti 21	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 1,6		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,6)}$ punti 1,2		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,6)}$ punti 1,2		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 1,6		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,6)}$ punti 1,2		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 1,6		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,6)}$ punti 1,2	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 0		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 1		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 0		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 2		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 2		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 2		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 1	
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: -ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 19,2		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 19,2		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 19,2		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 19,2		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 19,2		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 19,2		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 19,2	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'uso clinico	2	Coefficiente $\frac{\quad}{(0,6)}$ punti 1,2		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 0	NO LETTERATURA	Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 4		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,6)}$ punti 1,2		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,6)}$ punti 1,2		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 0		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 1,2	no letteratura
	-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 4		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 4		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 4		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 4		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 4		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 4		Coefficiente $\frac{\quad}{(0,8)}$ punti 4	
	TOTALE	70	54		53,60		45,4		61		48,6		54,8		44,4	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO 56	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA ASPEN SANITAS SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA AMPRIX ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA BONE SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA EPICAN SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA LIMACORPORATE SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MEDIRX SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA NEWPHARM SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA STRYKER ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA		
a doppia in (max. 2 punti) (1), fornito sia sterile che no (2) sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2) Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità - Evidenza scientifica di supporto in merito all'uso clinico -Assistenza tecnica e servizio post - vendita	Caratteristiche tecniche del dispositivo e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foglia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente (0,8)) punti 28		Coefficiente (0,8)) punti 28		Coefficiente (0,8)) punti 28		Coefficiente (0,8)) punti 28		Coefficiente (0,8)) punti 28		Coefficiente (0,8)) punti 28		Coefficiente (0,8)) punti 28		Coefficiente (0,8)) punti 28			
	-diverse opzioni proposte, modulare e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente (0,8)) punti 1,6		Coefficiente (0,8)) punti 1,6		Coefficiente (0,8)) punti 1,6		Coefficiente (0,8)) punti 1,6		Coefficiente (0,8)) punti 1,6		Coefficiente (0,8)) punti 1,6		Coefficiente (0,8)) punti 1,6		Coefficiente (0,8)) punti 1,6			
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente ()) punti 1		Coefficiente ()) punti 2		Coefficiente ()) punti 1		Coefficiente ()) punti 1		Coefficiente ()) punti 1		Coefficiente ()) punti 1		Coefficiente ()) punti 2		Coefficiente ()) punti 1		Coefficiente ()) punti 2	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente (0,5)) punti 14,4		Coefficiente (0,5)) punti 14,4		Coefficiente (0,5)) punti 14,4		Coefficiente (0,5)) punti 14,4		Coefficiente (0,5)) punti 14,4		Coefficiente (0,5)) punti 14,4		Coefficiente (0,5)) punti 14,4		Coefficiente (0,5)) punti 14,4		Coefficiente (0,5)) punti 14,4	
- Evidenza scientifica di supporto in merito all'uso clinico	2	Coefficiente (0,6)) punti 1,2		Coefficiente (0,6)) punti 1,2		Coefficiente (0,6)) punti 1,2		Coefficiente (0,6)) punti 1,2		Coefficiente (0,6)) punti 1,2		Coefficiente (0,6)) punti 1,2		Coefficiente (0,6)) punti 1,2		Coefficiente (0,6)) punti 1,2		Coefficiente (0,6)) punti 1,2		
-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente (0,5)) punti 3		Coefficiente (0,5)) punti 3		Coefficiente (0,5)) punti 3		Coefficiente (0,5)) punti 3		Coefficiente (0,5)) punti 3		Coefficiente (0,5)) punti 3		Coefficiente (0,5)) punti 3		Coefficiente (0,5)) punti 3		Coefficiente (0,5)) punti 3		
TOTALE		70	49,2		50,2		49,2		49,2		49,2		50,2		49,2		50,2		50,2	

LOTTO 69	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIONMET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
Vari - Viti e placche tradizionali in acciaio amagnetico e titanio per piccoli frammenti epifisari 3,5 - 4	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foglia: - placca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta	35	Coefficiente _____ (0,8) punti 28		Coefficiente _____ (0,8) punti 28	
	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente _____ (0,8) punti 1,6		Coefficiente _____ (0,8) punti 1,6	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente _____ () punti 2		Coefficiente _____ () punti 2	
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente _____ (0,8) punti 19,2		Coefficiente _____ (0,8) punti 19,2	
- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente _____ (0,6) punti 1,2		Coefficiente _____ (0,8) punti 1,6		
-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente _____ (0,8) punti 4		Coefficiente _____ (0,8) punti 4		
TOTALE		70	56		56,4	

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

LOTTO 70	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA EPISCAN SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
Vari - Viti e placche tradizionali in titanio piccoli frammenti dialfasi 3,5 - 4	-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)	2	Coefficiente (0,8) punti 1,6		Coefficiente _____ (0,8) punti 1,6		Coefficiente _____ (0,8) punti 1,6	
	sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente (_____) punti 1		Coefficiente _____ (_____) punti 2		Coefficiente _____ (_____) punti _____ 2	
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità	24	Coefficiente (0,8) punti 19,2		Coefficiente _____ (0,8) punti 19,2		Coefficiente _____ (0,8) punti 19,2	
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente (_____) punti 0	NO LETTERATURA	Coefficiente _____ (0,6) punti 1,2		Coefficiente _____ (0,6) punti 1,2	
	-Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente (0,8) punti 4		Coefficiente _____ (0,8) punti 4		Coefficiente _____ (0,8) punti 4	
TOTALE		70	53,80		63		63	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO 71	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA GRUPPO BIOMPIANTI SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MEDIFOR SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
<p>Nota - Scheda di Motivazione 41-5</p>	<p>Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: -ampiezza gamma per tipologia e foglia: - piacca: forma, conformazione, lunghezze e tipologia fori; - vite: forma, lunghezza, diametro, passo, innesto e punta</p>	35	<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 1 <u> </u>) punti <u> </u> 35 <u> </u></p>		<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 1 <u> </u>) punti <u> </u> 35 <u> </u></p>		<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 28 <u> </u></p>		<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 28 <u> </u></p>	
	<p>-diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità (max. 2 punti)</p>	2	<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u></p>		<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u></p>		<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u></p>		<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u></p>	
	<p>sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)</p>	2	<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0 <u> </u>) punti <u> </u> 0 <u> </u></p>		<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u> </u> 2 <u> </u></p>		<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u> </u> 0 <u> </u></p>		<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u>) punti <u> </u> 2 <u> </u></p>	
	<p>Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versabilità</p>	24	<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 19,2 <u> </u></p>		<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 19,2 <u> </u></p>		<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 19,2 <u> </u></p>		<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 19,2 <u> </u></p>	
<p>- Evidenza scientifica di supporto in merito all'uso clinico</p>	2	<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0 <u> </u>) punti <u> </u> 0 <u> </u></p>	<p>non documentazione</p>	<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0 <u> </u>) punti <u> </u> 0 <u> </u></p>	<p>documentazione non relativa a piastre da ricostruzione</p>	<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u></p>		<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u></p>		
<p>- Assistenza tecnica e servizio post - vendita</p>	5	<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u></p>		<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u></p>		<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u></p>		<p>Coefficiente <u> </u> (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u></p>		
	TOTALE	70	59,8	61,8	54,0	56,4				







LOTTO 72	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA CITEFFE SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MEDFOR SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MIKA SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ORTHOFIX SRL	MOTIVAZIONE DITTA
Vati - Sistema modulare di fissazione esterna tubolare	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: - ampiezza gamma per tipologia e fogglia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 32 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,6 <u> </u>) punti <u> </u> 24 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 32 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 32 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 32 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 32 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 32 <u> </u>	
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,6 <u> </u>) punti <u> </u> 3 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u>		
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente (<u> </u> 0,6 <u> </u>) punti <u> </u> 10,8 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,6 <u> </u>) punti <u> </u> 10,8 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,6 <u> </u>) punti <u> </u> 10,8 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,6 <u> </u>) punti <u> </u> 10,8 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,6 <u> </u>) punti <u> </u> 10,8 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,6 <u> </u>) punti <u> </u> 10,8 <u> </u>		
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente (<u> </u> 0 <u> </u>) punti <u> </u> 0 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 1,6 <u> </u>		
	- Assistenza tecnica e servizio post-vendita	5	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u>	Coefficiente (<u> </u> 0,8 <u> </u>) punti <u> </u> 4 <u> </u>		
	TOTALE	70	50,8	43,4	52,4	52,4	52,4	52,4		

LOTTO 24	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MEDISON SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MIKAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ORTHOPEDIC SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA SMITH & NEPHEW SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA STYNER ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
	Caratteristiche tecniche del dispositivo e delle tipologie di impiego: grado per tipologia e (spalle, femore, tibiale, polso) (lunghezza e diametri)	40	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{32}$ punti
	- diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità	5	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{3}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{5}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{5}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{5}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{5}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{5}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{5}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{5}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{5}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{5}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{5}$ punti
	Caratteristiche tecniche dello strumento chirurgico: - ergonomia e semplicità di utilizzo	18	Coefficiente $\frac{0,8}{14,4}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{10,8}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{18}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{18}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{18}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{18}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{18}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{18}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{18}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{18}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{18}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{18}$ punti
	- Evidenza scientifica di supporto in merito all'uso clinico	2	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{1,2}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{1,6}$ punti
	- Assistenza tecnica e servizio post-vendita	5	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti	Coefficiente $\frac{0,8}{4}$ punti
	TOTALE	70	56	43	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6







LOTTO 85	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA CORMAN HOSPITAL SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ORTHOFIX SRL	MOTIVAZIONE DITTA
	Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto: - gamma di misure: lunghezze e calibri	12	Coefficiente _____ (0,8) punti __9,6__		Coefficiente _____ (0,8) punti __9,6__		Coefficiente _____ (0,8) punti __9,6__	
	- fogglia: morfologia dei componenti	16	Coefficiente _____ (0,8) punti __12,8__		Coefficiente _____ (0,8) punti __12,8__		Coefficiente _____ (0,8) punti __12,8__	
	- diverse opzioni proposte, modularità, e compatibilità	4	Coefficiente _____ (0,8) punti __3,2__		Coefficiente _____ (0,8) punti __3,2__		Coefficiente _____ (0,8) punti __3,2__	
	- tipologia bloccaggi: numero, orientamento e conformazione dei fori	14	Coefficiente _____ (0,8) punti __11,2__		Coefficiente _____ (0,8) punti __11,2__		Coefficiente _____ (0,8) punti __11,2__	
	- sterilità: non sterile (0), sterile (1), fornito sia sterile che no (2)	2	Coefficiente _____ () punti __1__		Coefficiente _____ () punti __1__		Coefficiente _____ () punti __1__	
	Vari - Chioldo elastico in titanio							
	Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico: - strumentario: ergonomia, semplicità di assemblaggio/utilizzo e versatilità; cacciavite dotato di sistema di ritenzione della vite	13	Coefficiente _____ (0,8) punti __10,4__		Coefficiente _____ (0,8) punti __10,4__		Coefficiente _____ (0,8) punti __10,4__	
	- cessione gratuita dello strumentario base di estrazione al termine del contratto di fornitura (es. bulone di estrazione e cacciavite)	2	Coefficiente _____ (1) punti __2__		Coefficiente _____ (1) punti __2__		Coefficiente _____ (1) punti __2__	
	Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico	2	Coefficiente _____ (0,8) punti __1,6__		Coefficiente _____ (0,8) punti __1,6__		Coefficiente _____ (0,8) punti __1,6__	
	Assistenza tecnica e servizio post - vendita	5	Coefficiente _____ (0,8) punti __4__		Coefficiente _____ (0,8) punti __4__		Coefficiente _____ (0,8) punti __4__	
	TOTALE	70	55,8		55,8		55,8	




[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO #7	CITTA' DI VALTIONE	PUNTEGGIO MAX	DTTA AMBROS ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DTTR	DTTA S.M.	MOTIVAZIONE DTTR	CITTE' S.M.	MOTIVAZIONE DTTR	DTTA PROFAN SRL	MOTIVAZIONE DTTR	DTTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SRL	MOTIVAZIONE DTTR	DTTA UNICORPORA S.M.	MOTIVAZIONE DTTR	DTTA MEDIS SRL	MOTIVAZIONE DTTR	DTTA PROFAN ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DTTR	DTTA ZHANG ROBERT ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DTTR
	Caratteristica tecnica del dispositivo e delle specifiche di compatibilità gamma per tipologia e legge: -perforazione, conformazione, -materiale, lunghezza, -diametro, peso, inerzia e peso	35	Confidenza 0,8 J pont 28	Confidenza 0,8 J pont 28	Confidenza 0,8 J pont 28	Confidenza 0,8 J pont 28	Confidenza 0,8 J pont 28	Confidenza 0,8 J pont 28	Confidenza 0,8 J pont 28	Confidenza 0,8 J pont 28	Confidenza 0,8 J pont 28	Confidenza 0,8 J pont 28	Confidenza 0,8 J pont 28	Confidenza 0,8 J pont 28	Confidenza 0,8 J pont 28	Confidenza 0,8 J pont 28	Confidenza 0,8 J pont 28	Confidenza 0,8 J pont 28	Confidenza 0,8 J pont 28	Confidenza 0,8 J pont 28
	diversi opzioni proposte, non sono compatibili (max. 2 punti)	2	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14
	infillo con punta (1), sterili (1), lenza 30 (1) (2) (3) (2)	2	Confidenza 0,8 J pont 2	Confidenza 0,8 J pont 2	Confidenza 0,8 J pont 2	Confidenza 0,8 J pont 2	Confidenza 0,8 J pont 2	Confidenza 0,8 J pont 2	Confidenza 0,8 J pont 2	Confidenza 0,8 J pont 2	Confidenza 0,8 J pont 2	Confidenza 0,8 J pont 2	Confidenza 0,8 J pont 2	Confidenza 0,8 J pont 2	Confidenza 0,8 J pont 2	Confidenza 0,8 J pont 2	Confidenza 0,8 J pont 2	Confidenza 0,8 J pont 2	Confidenza 0,8 J pont 2	Confidenza 0,8 J pont 2
	Caratteristica tecnica della apparecchiatura: -tipologia, compatibilità e versatilità	24	Confidenza 0,8 J pont 512	Confidenza 0,8 J pont 512	Confidenza 0,8 J pont 512	Confidenza 0,8 J pont 512	Confidenza 0,8 J pont 512	Confidenza 0,8 J pont 512	Confidenza 0,8 J pont 512	Confidenza 0,8 J pont 512	Confidenza 0,8 J pont 512	Confidenza 0,8 J pont 512	Confidenza 0,8 J pont 512	Confidenza 0,8 J pont 512	Confidenza 0,8 J pont 512	Confidenza 0,8 J pont 512	Confidenza 0,8 J pont 512	Confidenza 0,8 J pont 512	Confidenza 0,8 J pont 512	Confidenza 0,8 J pont 512
	-abbona sicurezza di uso in servizio presso ditta	3	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14	Confidenza 0,8 J pont 14
	-Altezza tecnica e servizio post- vendita	5	Confidenza 0,8 J pont 4	Confidenza 0,8 J pont 4	Confidenza 0,8 J pont 4	Confidenza 0,8 J pont 4	Confidenza 0,8 J pont 4	Confidenza 0,8 J pont 4	Confidenza 0,8 J pont 4	Confidenza 0,8 J pont 4	Confidenza 0,8 J pont 4	Confidenza 0,8 J pont 4	Confidenza 0,8 J pont 4	Confidenza 0,8 J pont 4	Confidenza 0,8 J pont 4	Confidenza 0,8 J pont 4	Confidenza 0,8 J pont 4	Confidenza 0,8 J pont 4	Confidenza 0,8 J pont 4	Confidenza 0,8 J pont 4
	TOTALE	70	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4

LOTTO 110	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	DITTA BONE SRL	MOTIVAZIONE DITTA
<p>Varie - Sistema di riempimento a lento rilascio in solfato di calcio riassorbibile</p> <p>Caratteristiche tecniche dello strumentario chirurgico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ergonomia e semplicità di utilizzo - Evidenza scientifica di supporto in merito all'esito clinico - Assistenza tecnica e servizio post-vendita 	<p>Caratteristiche tecniche dei dispositivi e delle tipologie di impianto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ampiezza gamma per tipologia e foggia: forma e dimensioni (lunghezza e diametri) 	40	Coefficiente _____ (0,6) punti 24	
	<ul style="list-style-type: none"> - diverse opzioni proposte, modularità e compatibilità 	5	Coefficiente _____ (0,6) punti 3	
		18	Coefficiente _____ (0,8) punti 14,4	
		2	Coefficiente _____ (0,8) punti 1,6	
		5	Coefficiente _____ (1) punti 5	
TOTALE		70	48	

Luca
Basso

Abel

M

R

F

F