

**OGGETTO: Procedura ristretta, in forma centralizzata ai sensi dell'art 61 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di: "DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA ANCHE DISPOSITIVI E DMC PER PNEUMOLOGIA", per l'approvvigionamento delle Aziende sanitarie della Regione Umbria – Codice Gara ANAC 8451487**

### VERBALE DEL 27 FEBBRAIO 2023

In data 27/02/2023 alle ore 09:30, presso una sala dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, è tornata a riunirsi la Comm.ne giudicatrice nominata dapprima, con Determinazione dell'Amministratore Unico del 12.10.2022 e successivamente modificata con Determinazione dell'Amministratore Unico del 20.10.2022 per la procedura in oggetto indicata.

Sono presenti:

- Dott. Fabrizio Armando Ferilli – - Responsabile SSD Cardioanestesia e Direttore ff. Dipartimento Cardio Toraco-Vascolare dell'Azienda Ospedaliera Terni, in qualità di Presidente di Commissione;
- Dott. Mattia Meattelli - Dirigente Medico Anestesista dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Membro;
- Dott. ssa Binella Calarota - Dirigente Farmacista dell'Azienda Usl Umbria 1, in qualità di Membro.

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Valentina Valentini – Rup.

La Comm.ne, richiamati i verbali del 20/01, del 01/02 e dell'08/02 u.s., procede – conformemente alla *lex specialis di gara* - alla valutazione dei Lotti di seguito indicati, della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti e all'esame della campionatura (presentata entro i termini perentori previsti dalla documentazione di gara) attribuendo – per ciascun lotto e ciascun concorrente - i coefficienti e conseguenti punteggi nonché i relativi giudizi di conformità e redigendo apposite schede di valutazione, allegate al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale:

– Scheda di gara 8451487/1: Lotti nn. 2-11-56-64-110-111-116-117;

– Scheda di gara 8451487: Lotti nn. 12-17-114-115-122-128-138-142-143.

Relativamente alla scheda di gara n. 8451487 e al Lotto n. 114 offerto dalla Ditta Air Liquide (la cui campionatura è stata presentata oltre il termine perentorio previsto dalla documentazione di gara, come risulta dalla nota trasmessa dal Magazzino della S.C. di Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e conservata agli atti della pratica), la Commissione ha proposto l'esclusione della citata Ditta Air Liquide, in applicazione del principio della par condicio dei concorrenti, avendo valutando che “ *La campionatura costituisce imprescindibile elemento valutativo dell'offerta per comprovare l'effettiva idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze richieste anche in ragione degli interessi pubblici sottesi*”.

Relativamente alla scheda di gara n. 8451487 e al Lotto n. 128 offerto dalla Ditta Medival (la cui campionatura è pervenuta oltre i termini previsti dalla documentazione di gara esclusivamente per n. 1 collo, risultando tempestiva per n. 2 colli, come risulta dalla nota trasmessa dal Magazzino della S.C. di Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e conservata agli atti della pratica) la Commissione, dopo avere preliminarmente verificato l'invio tempestivo della campionatura del Lotto citato (n. 128 – pervenuto nel collo trasmesso entro i termini perentori di gara), ha proceduto alla valutazione del medesimo, della documentazione tecnica prodotta dalla Ditta concorrente e all'esame della relativa campionatura, attribuendo i coefficienti e conseguenti punteggi, conformemente alla *lex specialis* di gara.


Successivamente, la Comm.ne decide di riaggiornarsi a data da destinarsi e il Presidente alle ore 15,00 dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Fabrizio Armando Ferilli – in qualità di Presidente




Dott. Mattia Meattelli – in qualità di Membro



Dott. ssa Binella Calarota – in qualità di Membro



Dott.ssa Valentina Valentini – Segretario verbalizzante



LOTTO 2	DESCRIZIONE	DITTA BENEFIS SRL	DITTA DEAS SRL	DITTA INTERSURGICAL SPA	DITTA SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	DITTA TAU MEDICA SRL
CANNULA GUEDEL MONOUSO	Cannula orofaringea di Guedel monouso, aruamatica, in materiale atossico, con estremità prossimale rinforzata non deformabile, punta aperta smussa con bordi perfettamente arrotondati, con sistema di identificazione delle diverse misure con codice colore aderente agli standard internazionali. Sterile, in confezione singola. Tutte le misure.	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME





LOTTO 11	DESCRIZIONE	DITTA SANITER BICE MARIOTTINI SRL
TUBI LARINGEI MONOUSO LTS-D	Tubo laringeo per ventilazione d'emergenza, dotato di doppio canale per l'inserimento di un sondino per aspirazione gastrica; linea radiopaca, marker di riferimento per il corretto posizionamento; semirigido e punta morbida; connettore standard per il circuito di anestesia; valvola luer lock che permetta il gonfiaggio di entrambe le cuffie (faringea ed esofagea); possibilità di inserimento del fibroscopio. Sterile, in confezione singola. Tutte le misure.	CONFORME



LOTTO 56	DESCRIZIONE	DITTA SMITHS MEDICAL ITALIA SRL
VALVOLA FONAZIONE SPIRO - SET COMPLETO	VALVOLA FONATORIA: monouso, sterile, per paziente tracheostomizzato, a una via, completa di raccordo da 15 mm per l'uso con cannule fenestrate; provvista di due tappi uno estetico e l'altro per ossigenoterapia. Mis:standard	CONFORME




LOTTO 64	DESCRIZIONE	DITTA MEHOS SRL	DITTA SANITER BICE MARIOTTINI
<p>TUBO ENDOTRACHEALE MONOUSO TIPO MONTANDON</p>	<p>Tubo monouso preformato tipo Montandon per laringectomia, destinato all'intubazione attraverso lo stoma tracheale: in PVC siliconato termosensibile per un ottimale adattamento alle vie aeree, radiopaco, con connettore standard per il circuito di anestesia, armato, con cuffia ad alto volume e bassa pressione dotata di palloncino pilota esterno per la valutazione della pressione interna munita di valvola di non ritorno e attacco standard per siringa. Sterile, in confezione singola. Tutte le misure.</p>	<p>CONFORME</p>	<p>CONFORME</p>





LOTTO 110	DESCRIZIONE	DITTA SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	DITTA MPMI ITALIA SRL
DISTANZIATORE MONOPAZIETE PER SOMMINISTRAZIONE FARMACI PREDOSATI	Distanziatore monopaziente per aerosol predosati completo di maschera e/o boccaglio, per l'ottimizzazione della terapia inalatoria in pazienti anziani o pediatrici, in materiale plastico trasparente di grado medicale.	CONFORME	CONFORME






LOTTO 111	DESCRIZIONE	DITTA FLEXICARE SRL	DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA	DITTA SANITER BICE MARIOTTINI SRL
PALLONE PLURIBUSO PER APPARECCHIO DI ANESTESIA IN SILICONE	Pallone per apparecchio di anestesia in silicone o altro idoneo materiale sintetico: privo di PVC con raccordo diametro interno 22 mm. In confezione singola, autoclavabile. Con capacità di 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3L.	CONFORME	CONFORME	CONFORME





LOTTO 116	DESCRIZIONE	DITTA ALSE MEDICA SRL	DITTA DEAS SRL	DITTA FLEXICARE SRL	DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA	DITTA MEHOS SRL
<p>FILTRO HME MONOUSO NEONIALE/PEDIATRICO</p>	<p>Filtro HME, antibatterico/antiviral/umidificatore neonatale monouso, a filtrazione elettrostatica. Membrana idrofobica, superficie filtrante superiore a 10 cm<sup>2</sup>. Volume uguale o inferiore a 10 ml, peso non superiore a 10g, minima resistenza al flusso, elevata e validata efficacia sulla rimozione di batteri e virus superiore al 99,99%, capacità di umidificazione uguale o superiore a 25 mg H<sub>2</sub>O/l, temperatura gas circa 34° C, connessioni universali a norma ISO. Munito di via di monitoraggio per la CO<sub>2</sub>. Steril, in confezione singola.</p>	<p>NON CONFORME. LA DITTA HA OFFERTO UN PRODOTTO CON MEMBRANA IPOROGONICA, SUPERFICIE FILTRANTE INFERIORE A 10 CM2. VOLUME 11ML, PESO 12g. NON CONFORME RISPETTO A QUANTO RICHIESTO DAL CAPITOLATO DI GARA.</p>	<p>NON CONFORME. LA DITTA HA OFFERTO UN PRODOTTO CON CAPACITA' FILTRANTE INFERIORE 99,9%.</p>	<p>NON CONFORME. LA DITTA HA OFFERTO UN PRODOTTO CON SUPERFICIE FILTRANTE INFERIORE DI 8,8 CM2. NON CONFORME RISPETTO A QUANTO RICHIESTO DAL CAPITOLATO DI GARA.</p>	<p>CONFORME</p>	<p>CONFORME</p>


LOTTO 117	DESCRIZIONE	DITTA INTERSURGICAL SPA	DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA	DITTA SANITER BICE MARIOTTINI
<p>FILTRO HME NEONATALE ANGOLATO</p>	<p>Filtro antibatterico ed antivirale neonatale, angolato, bidirezionale con scambiatore di calore e umidità (HME) con membrana idrofobica a filtrazione elettrostatica con un'efficienza di ritenzione batterica/virale &gt; 99,9%, capacità di umidificazione superiore a 26 mg H<sub>2</sub>O/litro di aria ventilata, superficie filtrante superiore a 10 cm<sup>2</sup>, bassa resistenza al flusso, volume del filtro incluso le connessioni 11 ml circa, corredato di presa per capnografo Luer lock, connessioni 15M/15F ISO a perfetta tenuta, durata di impiego non inferiore a 24h, privo di lattice e ftalati.</p>	<p>NON CONFORME. LA DITTA HA OFFERTO UN PRODOTTO CON SUPERFICIE FILTRANTE DI 8 CM2</p>	<p>CONFORME</p>	<p>NON CONFORME. LA DITTA HA OFFERTO UN ' PRODOTTO NON ANGOLATO, NON BIDIREZIONALE COME RICHIESTO DA CAPITOLATO TECNICO</p>





LOTTO 12	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA	MOTIVAZIONE	DITTA	MOTIVAZIONE	DITTA	MOTIVAZIONE	DITTA	MOTIVAZIONE
	1. INDEFORMABILITA' DELLA CUFFIA dopo prova di cuffiaggio ad elevate pressioni e dopo multipli gonfiaggi e sgonfiaggi	20	D	MEDTRONIC ITALIA SPA Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		DITTA MEHOS SR Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		DITTA SANITER BICE MARIOTTINI SR Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		DITTA SMITHS MEDICAL ITALIA SRL Coefficiente 1 (eccellente) punti 20	
	2. MORFOLOGIA DELLA CUFFIA che non deve occludere l'anello di Murphy, non deve sporgere oltre la punta del tubo, deve gonfiarsi simmetricamente attorno al tubo.	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	3. PALLONCINO DELLA CUFFIA E CANALE DI CUFFIAGGIO BEN IDENTIFICABILI, di colore differente dal resto del presidio	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	4. ANGOLO DI CURVATURA adeguato alla fisiologica conformazione del tratto naso-faringeo	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	5. MARGINI DISTALI ARROTONDATI ED ATRAUMATICI	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	6. RECUPERO DELLA FORMA dopo prova di piegamento	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	TOTALE	70		70		70		70		70	

LOTTO 17	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA COOK SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MEHIOS SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA SANITER BICE MARIOTTINI SR	MOTIVAZIONE DITTA
SCAMBIATUBO MONOUSO OSSIGENABILE ADULTO, PEDIATRICO E NEONATALE	1. BORDI SIMUSI ED ATRAUMATICI	20	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		Coefficiente 0,4 (discreto) punti 8	punta rigida e margini non simusi.
	2. INDEFORMABILITA' DOPO SCHIACCIAMENTO E PIEGAMENTO	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 0,2 (sufficiente) punti 2	assenza di memoria sottoposto a piegamento.	Coefficiente 0,2 (sufficiente) punti 2	assenza di memoria sottoposto a piegamento.
	3. CALIBRI MULTIPLI PER DIFFERENTI MISURE DI TUBO ENDOTRACHEALE	10	Q	punti 10	da scheda tecnica riscontrate n. 4 misure.	punti 7,5	da scheda tecnica riscontrate n. 3 misure.	punti 7,5	da scheda tecnica riscontrate n. 3 misure.
	4. MISURA CON CALIBRO MAGGIORE PER PASSAGGIO FIBROSCOPIO	10	Q	punti 10		punti 0	assente.	punti 0	assente.
	5. FORI LATERALI DISTALI	10	T	punti 10		punti 10		punti 0	assente.
	6. PRESENZA RACCORDO PER BRONCOSCOPIO	10	T	punti 0	assente.	punti 0	assente.	punti 0	assente.
	<b>TOTALE</b>			60		39,5 - ESCLUSA		17,5 - ESCLUSA	

LOTTO 114	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA AIR LIQUIDE	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA AMBU SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA BENERIS SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA FLENGARE SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA INTERSURGICAL S.P.A.	MOTIVAZIONE DITTA	
PALONE DA VENTILAZIONE AUTOSPANSIBILE MONOUSO COMPLETO ADULTO, REPARABILE MECHANALE	1. RESISTENZA E RECUPERO FORMA DOPO SCRICCIAMENTO	20	0	Coefficiente _____ ( _____ ) punti	Ditta esclusa per mancato invio della campionatura nei termini previsti dalla documentazione di gara (art. 6 del Capitolato speciale di forniture) in applicazione del principio della parità di condizioni con la campionatura consegnata.	Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		
	2. VALVOLA ADI REGOLABILE AD ALTA PRESSIONE	20	0	Coefficiente _____ ( _____ ) punti		Coefficiente 0 (insufficiente) punti 0	assenza di valvola ARI	Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		Coefficiente 0 (insufficiente) punti 0	assenza di valvola ARI	Coefficiente 0 (insufficiente) punti 0	assenza di valvola ARI	
	3. AGGANCIO ROTANTE A 360°	10	1	punti _____	elemento valutativo dell'offerta per comprovare l'effettiva idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze richieste anche in ragione degli interessi pubblici scarsi.	punti 10		punti 10		punti 10		punti 10		
	4. FASCIA DI SUPPORTO PER L'IMPUGNATURA ANTISCUOLO	10	1	punti _____	elemento valutativo dell'offerta per comprovare l'effettiva idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze richieste anche in ragione degli interessi pubblici scarsi.	punti 10		punti 0	assenza di fascia di supporto antiscuolo.		punti 10		punti 10	
	5. SUPERFICIE ERGONOMICA ANTISCUOLO	10	0	Coefficiente _____ ( _____ ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		
	TOTALE	70		ESCLUSA		50		60		50		50		

LOTTO 115	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA BENEFIS SRL	MOTIVAZIONE DITTA
PALLONE DA VENTILAZIONE AUTOESPANSIBILE PLURIUSO COMPLETO ADULTO, PEDIATRICO E NEONATALE	1. RESISTENZA E RECUPERO FORMA DOPO SCHIACCIAMENTO	20	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 20	
	2. VALVOLA APL REGOLABILE AD ALTA PRECISIONE	20	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 20	
	3. AGGANCIO ROTANTE A 360°	10	T	punti 10	
	4. FASCIA DI SUPPORTO PER L'IMPUGNATURA ANTISCIVOLO	10	T	punti 10	
	5. SUPERFICIE ERGONOMICA ANTISCIVOLO	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>		<b>70</b>	






LOTTO 122	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA FLEXICARE SRL	MOTIVAZIONE DITTA
FILTRO HME CON SCAMBIATORE DI CALORE E UMIDITA' INTEGRATO	Caratteristiche tecniche desumibili dalla descrizione e dalla campionatura	25	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 25	
	Grado di sicurezza del dispositivo per l' operatore e il paziente	15	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 15	
	Affidabilità del dispositivo offerto in base alla destinazione d uso	15	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 15	
	Caratteristiche del confezionamento	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	Servizio di assistenza tecnica post vendita , di aggiornamento tecnico scientifico	5	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 5	
	<b>TOTALE</b>	70		70	

LOTTO 128	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA MEDIVAL CENTRO SRL	MOTIVAZIONE DITTA
KIT COMPLETO MONUSO PER LAVAGGIO BRONCOALVEOLARE E PRELIEVO DI CAMPIONI	Caratteristiche tecniche desumibili dalla descrizione e dalla campionatura	25	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 25	
	Grado di sicurezza del dispositivo per l' operatore e il paziente	15	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 15	
	Affidabilità del dispositivo offerto in base alla destinazione d'uso	15	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 15	
	Caratteristiche del confezionamento	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	Servizio di assistenza tecnica post vendita , di aggiornamento tecnico scientifico	5	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 5	
	<b>TOTALE</b>	70		70	



LOTTO 138	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA BURKE & BURKE SPA	MOTIVAZIONE DITTA
KIT NEBULIZZATORE FARMACI	Caratteristiche tecniche desumibili dalla descrizione e dalla campionatura	25	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 25	
	Grado di sicurezza del dispositivo per l' operatore e il paziente	15	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 15	
	Affidabilità del dispositivo offerto in base alla destinazione d uso	15	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 15	
	Caratteristiche del confezionamento	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	Servizio di assistenza tecnica post vendita , di aggiornamento tecnico scientifico	5	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 5	
	<b>TOTALE</b>	70		70	


LOTTO 142	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA COLMA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
CANNULA ASPIRAZIONE (RIGIDA) PER BRONCOSCOPIO RIGIDO	Caratteristiche tecniche desumibili dalla descrizione e dalla campionatura	25	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 25	
	Grado di sicurezza del dispositivo per l' operatore e il paziente	15	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 15	
	Affidabilità del dispositivo offerto in base alla destinazione d uso	15	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 15	
	Caratteristiche del confezionamento	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	Servizio di assistenza tecnica post vendita , di aggiornamento tecnico scientifico	5	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 5	
	<b>TOTALE</b>	70		70	




LOTTO 143	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA OLYMPUS ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
CATETERE A PALLONCINO PER ENDOSCOPIA BRONCOPOLMONARE	Caratteristiche tecniche desumibili dalla descrizione e dalla campionatura	25	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 25	
	Grado di sicurezza del dispositivo per l' operatore e il paziente	15	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 15	
	Affidabilità del dispositivo offerto in base alla destinazione	15	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 15	
	Caratteristiche del confezionamento	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	Servizio di assistenza tecnica post vendita , di aggiornamento tecnico scientifico	5	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 5	
	<b>TOTALE</b>	70		70	


**OGGETTO: Procedura ristretta, in forma centralizzata ai sensi dell'art 61 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di: "DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA ANCHE DISPOSITIVI E DMC PER PNEUMOLOGIA", per l'approvvigionamento delle Aziende sanitarie della Regione Umbria – Codice Gara ANAC 8451487**

### VERBALE DEL 7 MARZO 2023

In data 07/03/2023 alle ore 09:30, presso una sala dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, è tornata a riunirsi la Comm.ne giudicatrice nominata dapprima, con Determinazione dell'Amministratore Unico del 12.10.2022 e successivamente modificata con Determinazione dell'Amministratore Unico del 20.10.2022 per la procedura in oggetto indicata.

Sono presenti:

- Dott. Fabrizio Armando Ferilli – - Responsabile SSD Cardioanestesia e Direttore ff. Dipartimento Cardio Toraco-Vascolare dell'Azienda Ospedaliera Terni, in qualità di Presidente di Commissione;
- Dott. Mattia Meattelli - Dirigente Medico Anestesista dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Membro;
- Dott. ssa Binella Calarota - Dirigente Farmacista dell'Azienda Usl Umbria 1, in qualità di Membro.

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Valentina Valentini – Rup.

La Comm.ne, richiamati i verbali del 20/01, del 01/02, dell'08/02 e del 27/02 u.s., procede – conformemente alla *lex specialis* di gara - alla valutazione dei Lotti di seguito indicati, della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti e all'esame della campionatura (presentata entro i termini perentori previsti dalla documentazione di gara) attribuendo – per ciascun lotto e ciascun concorrente - i coefficienti e conseguenti punteggi e redigendo apposite schede di valutazione, allegate al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale:

– Scheda di gara 8451487: Lotti nn. 80-81-129-148.

Relativamente alla scheda di gara n. 8451487 e al Lotto n. 80 offerto dalla Ditta Air Liquide Srl (la cui campionatura è stata presentata oltre il termine perentorio previsto dalla documentazione di gara , come risulta dalla nota trasmessa dal Magazzino della S.C. di Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e conservata agli atti della pratica), la Commissione ha proposto l'esclusione della citata Ditta Air Liquide Srl, in applicazione del principio della par condicio dei concorrenti, avendo valutando che “ *La campionatura costituisce imprescindibile elemento valutativo*


*dell'offerta per comprovare l'effettiva idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze richieste anche in ragione degli interessi pubblici sottesi”.*

Relativamente alla scheda di gara n. 8451487 e ai Lotti nn. 80 e 129 offerti dalla Ditta Medival (la cui campionatura è pervenuta oltre i termini previsti dalla documentazione di gara esclusivamente per n. 1 collo, risultando tempestiva per n. 2 colli, come risulta dalla nota trasmessa dal Magazzino della S.C. di Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e conservata agli atti della pratica) la Commissione, dopo avere preliminarmente verificato l'invio tempestivo della campionatura dei Lotti citati (n. 80 e 129 – pervenuti nei colli trasmessi entro i termini perentori di gara), ha proceduto alla valutazione dei medesimi, della documentazione tecnica prodotta dalla Ditta concorrente e all'esame della relativa campionatura, attribuendo i coefficienti e conseguenti punteggi, conformemente alla lex specialis di gara.

Successivamente, la Comm.ne decide di riaggiornarsi a data da destinarsi e il Presidente alle ore 15,00 dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Fabrizio Armando Ferilli – in qualità di Presidente




Dott. Mattia Meattelli – in qualità di Membro



Dott. ssa Binella Calarota – in qualità di Membro



Dott.ssa Valentina Valentini – Segretario verbalizzante





LOTTO 81	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA ALSE MEDICA SRL UNIPERSONALE	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA AMBU SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA BENEFIS SRL	MOTIVAZIONE DITTA
MASCHERA ANESTESIA MONOUSO SENZA CUSCINETTO GONFIABILE	1. BORDO ATTRAUMATICO	20	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		Coefficiente 0,2 (sufficiente) punti 4	dalla valutazione della campionatura si riscontra un bordo traumatico ed estremamente rigido.
	2. CONFORMAZIONE ERGONOMICA CHE CONSENTA UNA BUONA ADESIONE AL VISO DEL PAZIENTE	20	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		Coefficiente 0,2 (sufficiente) punti 4	non ergonomica, non permette una perfetta aderenza al viso del paziente.	Coefficiente 0,2 (sufficiente) punti 4	dalla valutazione della campionatura il prodotto offerto risulta non ergonomico, che non permette una perfetta aderenza al viso del paziente.
	3. CONFORMAZIONE ERGONOMICA CHE CONSENTA UNA COMODA IMPUGNATURA DA PARTE DELL'OPERATORE	15	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 15		Coefficiente 0,2 (sufficiente) punti 3	la maschera non consente una buona aderenza al viso del paziente, ne consegue una maggiore difficoltà per l'operatore nell'utilizzo della stessa per garantire una adeguata ventilazione. Dovendo applicare pressioni eccessive sulla maschera per garantire l'adesione al viso, rende quest'ultima traumatica.	Coefficiente 0,2 (sufficiente) punti 3	la maschera non consente una buona aderenza al viso del paziente, ne consegue una maggiore difficoltà per l'operatore nell'utilizzo della stessa per garantire una adeguata ventilazione. Dovendo applicare pressioni eccessive sulla maschera per garantire l'adesione al viso, rende quest'ultima traumatica.
	4. BORDO COLORATO SECONDO CODICE COLORE	15	T	punti 15		punti 15		punti 15	
	TOTALE	70		70		42		26 - ESCLUSA	

LOTTO 129	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA ALEA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA DAHLHAUSEN ITALY SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA FIEGICARE SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MEDIVAL CENTRO SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA	MOTIVAZIONE DITTA	
SISTEMA CHIRURGO DI ASPIRAZIONE TRACHEALE DA UTILIZZARE IN AULE DA CANTINA E TRACHEOSTOMICA	Caratteristiche tecniche desumibili dalla descrizione e dalla composizione	25	0	Coefficiente 1 (eccellente) punti 25		Coefficiente 1 (eccellente) punti 25		Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 25		Coefficiente 1 (eccellente) punti 25		
	Grado di sicurezza dei dispositivi per l'operatore e il paziente	15	0	Coefficiente 1 (eccellente) punti 15		Coefficiente 1 (eccellente) punti 15		Coefficiente ( ) punti	La Ditta Rescare è esclusa in quanto non ha fornito i dati necessari per la valutazione. Il candidato manca la validità a tenuta per il passaggio del sondino nel tubo tracheale, che ne compromette l'efficacia e l'efficienza. Inoltre, il candidato non ha fornito la data di scadenza del prodotto. Come indicato da scheda tecnica la durata del dispositivo è inferiore a 24h, per tanto non conforme a quanto richiesto e candidato.		Coefficiente 1 (eccellente) punti 15		Coefficiente 1 (eccellente) punti 15	
	Affidabilità del dispositivo offerto in base alla destinazione d'uso	15	0	Coefficiente 1 (eccellente) punti 15		Coefficiente 1 (eccellente) punti 15		Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 15		Coefficiente 1 (eccellente) punti 15		
	Caratteristiche del conferimento	10	0	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		
	Servizio di assistenza tecnica post-vendita, di aggiornamento tecnico e scientifico	5	0	Coefficiente 1 (eccellente) punti 5		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5		Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5		
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>		<b>70</b>		<b>70</b>		<b>ESCLUSA</b>		<b>70</b>		<b>70</b>		

LOTTO 148	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA AMBU SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MEHOS SRL	MOTIVAZIONE DITTA
	Caratteristiche tecniche desumibili dalla descrizione e dalla campionatura	25	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 25		Coefficiente 1 (eccellente) punti 25		Coefficiente 1 (eccellente) punti 25	
	Grado di sicurezza del dispositivo per l'operatore e il paziente	15	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 15		Coefficiente 1 (eccellente) punti 15		Coefficiente 1 (eccellente) punti 15	
	MANOMETRO PER LA REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DELLE CUFFIE DEI TUBI TRACHEALI								
	Affidabilità del dispositivo offerto in base alla descrizione	15	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 15		Coefficiente 1 (eccellente) punti 15		Coefficiente 1 (eccellente) punti 15	
	Caratteristiche del confezionamento	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	Servizio di assistenza tecnica post vendita, di aggiornamento tecnico scientifico	5	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 5		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5	
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>		<b>70</b>		<b>70</b>		<b>70</b>	




**OGGETTO: Procedura ristretta, in forma centralizzata ai sensi dell'art 61 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di: "DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA ANCHE DISPOSITIVI E DMC PER PNEUMOLOGIA", per l'approvvigionamento delle Aziende sanitarie della Regione Umbria – Codice Gara ANAC 8451487**

### VERBALE DEL 15 MARZO 2023

In data 15/03/2023 alle ore 09:30, presso una sala dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, è tornata a riunirsi la Comm.ne giudicatrice nominata dapprima, con Determinazione dell'Amministratore Unico del 12.10.2022 e successivamente modificata con Determinazione dell'Amministratore Unico del 20.10.2022 per la procedura in oggetto indicata.

Sono presenti:

- Dott. Fabrizio Armando Ferilli – - Responsabile SSD Cardioanestesia e Direttore ff. Dipartimento Cardio Toraco-Vascolare dell'Azienda Ospedaliera Terni, in qualità di Presidente di Commissione;
- Dott. Mattia Meattelli - Dirigente Medico Anestesista dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Membro;
- Dott. ssa Binella Calarota - Dirigente Farmacista dell'Azienda Usl Umbria 1, in qualità di Membro.

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Valentina Valentini – Rup.

La Comm.ne, richiamati i verbali del 20/01, del 01/02, dell'08/02, del 27/02 e del 07/03 u.s., procede – conformemente alla *lex specialis* di gara - alla valutazione dei Lotti di seguito indicati, della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti e all'esame della campionatura (presentata entro i termini perentori previsti dalla documentazione di gara) attribuendo – per ciascun lotto e ciascun concorrente - i coefficienti e conseguenti punteggi nonché i relativi giudizi di conformità e redigendo apposite schede di valutazione, allegate al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale:

- Scheda di gara 8451487/1: Lotto n. 84

– Scheda di gara 8451487: Lotti nn. 82-83-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98.


Relativamente a tale scheda di gara 8451487 e ai Lotti nn. 85-86-87-88-89-90-91-92-93-97-98 offerti dalla Ditta Air Liquide (la cui campionatura è stata presentata oltre il termine perentorio previsto dalla documentazione di gara, come risulta dalla nota trasmessa dal Magazzino della S.C. di Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e conservata agli atti della pratica), la

Commissione ha proposto l'esclusione della citata Ditta Medival, in applicazione del principio della par condicio dei concorrenti, avendo valutando che “ *La campionatura costituisce imprescindibile elemento valutativo dell'offerta per comprovare l'effettiva idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze richieste anche in ragione degli interessi pubblici sottesi*”.

Successivamente, la Comm.ne decide di riaggiornarsi a data da destinarsi e il Presidente alle ore 14,40 dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Fabrizio Armando Ferilli – in qualità di Presidente



Dott. Mattia Meattelli – in qualità di Membro



Dott. ssa Binella Calarota – in qualità di Membro



Dott/ssa Valentina Valentini – Segretario verbalizzante



LOTTO 84	DESCRIZIONE	ALSE MEDICA SRL	DIMAR SRL	DITTA HAROL SRL
CASCO PER NIV MONOPAZIENTE PEDIATRICO CON CERNIERA	Custom pack per NIV monopaziente composta da un casco per NIV in PVC atossico o materiale equivalente, con valvola antisofofocamento bidirezionale, con sganciamiento tramite cerniera per accesso al paziente, provvisto di uscite per il passaggio a tenuta del sondino nasogastrico, dei cateteri ed altri dispositivi necessari, tubo corrugato, sistema di fissaggio, valvola PEEP regolabile, misure pediatriche. La ditta aggiudicatrice dovrà fornire i flussimetri ad alta portata.	CONFORME	CONFORME	CONFORME





LOTTO 82	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA ALSE MEDICA SRL UNIPERSONALE	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA DIMAR SRL A SOCIO UNICO	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA HAROL SRL	MOTIVAZIONE DITTA
CASCO CPAP MONOPAZIENTE CON OBILO'	1. FACILITA' E RAPIDITA' DI ASSEMBLAGGIO	15	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 15		Coefficiente 0,4 (discreto) punti 6	gli ingressi del casco sono indistinguibili. Non viene riportata nessuna indicazione di assemblaggio in caso di emergenza.	Coefficiente 1 (eccellente) punti 15	
	2. PRESENZA CENTIMETRO MONOUSO PER MISURAZIONE COLLO	15	T	punti 15		punti 15		punti 15	
	3. PRESENZA VALVOLE PEEP REGOLABILE	15	T	punti 15		punti 15		punti 15	
	4. PRESENZA SISTEMA DI VENTURIO EQUIVALENTE PER REGOLAZIONE FIO2	15	T	punti 15		punti 15		punti 15	
	5. PRESENZA TAPPI AURICOLARI IN GOMMA MORBIDA	10	T	punti 10		punti 10		punti 10	
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>		<b>70</b>		<b>61</b>		<b>70</b>	

LOTTO 83	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA ALISE MEDICA SRL UNIPERSONALE	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA DIMAR SRL SOCIO UNICO	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA HAROL SRL	MOTIVAZIONE DITTA
CASCO NIV MONOPAZIENTE CON OBLIO'	1.COMFORT E LEGGEREZZA ELEVATI NWL POSIZIONAMENTO	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 0,2 (sufficiente) punti 2	altezza del casco insufficiente atta a consentire un più rapido wash out di anidride carbonica, un eccessivo re-breathing, sensazione di claustrofobia.	Coefficiente 0,2 (sufficiente) punti 2	altezza del casco insufficiente atta a consentire un più rapido wash out di anidride carbonica, un eccessivo re-breathing, sensazione di claustrofobia.
	2 CARATTERISTICHE DI COMFORT DEL FISSAGGIO E TENUTA ED EFFICACIA DELLA TERAPIA	20	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		Coefficiente 0,2 (sufficiente) punti 4	valvola bidirezionale anti soffocamento a membrana meno efficiente in base alle posizioni della testa.	Coefficiente 0,2 (sufficiente) punti 4	valvola bidirezionale anti soffocamento a membrana meno efficiente in base alle posizioni della testa.
	3. CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PER GARANTIRE IL FACILE ACCESSO AL VISO DEL PAZIENTE	15	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 15		Coefficiente 1 (eccellente) punti 15		Coefficiente 1 (eccellente) punti 15	
	4. PRESENZA DI DIFFUSORI DI FLUSSO PER RIDURRE IL RUMORE DEL DISPOSITIVO IN TERMINI DI COMFORT DEL PAZIENTE	10	T	punti 10		punti 10		punti 0	assenza di diffusori di flusso per ridurre il rumore del dispositivo in termini di comfort del paziente.
	5. PRESENZA DI CUSCINETTO INTEGRATO PREASSEMBLATO	10	T	punti 10		punti 10		punti 10	
	6. UTILIZZO E FACILITA' DI UTILIZZO E SANIFICAZIONE	5	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 5		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5	
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>		<b>70</b>		<b>46</b>		<b>36 - ESCLUSA</b>	

LOTTO 85	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA AIR LIQUIDE SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MEDICAIR CENTRO SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MPM ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
MASCHERA NASALE VENTILATA PER NIV	1. FACILTA' E RAPIDITA' DI ASSEMBLAGGIO	10	D	Coefficiente ( ) punti	Ditta esclusa per mancato invio della campionario nei termini previsti dalla documentazione di gara (art. 6 del Capitolato speciale di fornitura) in applicazione del principio della par condicio dei concorrenti. La campionario costituisce imprescindibile elemento valutativo dell'offerta per comprovare l'effettiva idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze richieste anche in ragione degli interessi pubblici sortesi.	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	2. ADERENZA AL VISO DEL PAZIENTE	10	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	3. AGGANCIO UNIVERSALE PER CATHETER MOUNT	10	T	punti		punti 0	assenza di aggancio universale per catheter mount.	punti 0	assenza di aggancio universale per catheter mount.
	4. PRESENZA RACCORDO PER BRONCOSCOPIA FLESSIBILE	10	T	punti		punti 0	assenza raccordo per broncoscopia flessibile.	punti 0	assenza raccordo per broncoscopia flessibile.
	5. CUFFIA NON DEFORMABILE E RESISTENTE ALLA TRAZIONE	5	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5	
	6. PRIVE DI ODORE	5	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5	
	7. PRESENZA LINEE DI PRESSIONE O CAPNOGRAFIA	5	T	punti		punti 0	assenza di linee di pressione o capnografia.	punti 0	assenza di linee di pressione o capnografia.
	8. DOTATE DI SISTEMI AVANZATI ANTIDECUBITO	5	T	punti		punti 5		punti 5	
	9. COMPATIBILI CON SISTEMI DI AEROSOL TERAPIA	5	T	punti		punti 5		punti 5	
	10. PRESENZA DI FASCIA DI SOSTEGNO PER IL MENTO	5	T	punti		punti 0	assenza di fascia di sostegno per il mento.	punti 0	assenza di fascia di sostegno per il mento.
	<b>TOTALE</b>	70		ESCLUSA		40 - ESCLUSA		40 - ESCLUSA	

LOTTO 86	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA AIR LIQUIDE SRL	MOTIVAZIONE DITTA
	1. FACILITA' E RAPIDITA' DI ASSEMBLAGGIO	10	D	Coefficiente _____ ( _____ ) punti _____	<p>Ditta esclusa per mancato invio della campionatura nei termini previsti dalla documentazione di gara (art. 6 del Capitolato speciale di fornitura) in applicazione del principio della par condicio dei concorrenti. La campionatura costituisce imprescindibile elemento valutativo dell'offerta per comprovare l'effettiva idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze richieste anche in ragione degli interessi pubblici sottesi.</p>
	2. ADERENZA AL VISO DEL PAZIENTE	10	D	Coefficiente _____ ( _____ ) punti _____	
	3. AGGANCIO UNIVERSALE PER CATHETER MOUNT	10	T	Coefficiente _____ ( _____ ) punti _____	
	4. PRESENZA RACCORDO PER BRONCOSCOPIA FLESSIBILE	10	T	Coefficiente _____ ( _____ ) punti _____	
	5. CUFFIA NON DEFORMABILE E RESISTENTE ALLA TRAZIONE	5	D	Coefficiente _____ ( _____ ) punti _____	
	6. PRIVE DI ODORE	5	D	Coefficiente _____ ( _____ ) punti _____	
	7. PRESENZA LINEE DI PRESSIONE O CAPNOGRAFIA	5	T	Coefficiente _____ ( _____ ) punti _____	
	8. DOTATE DI SISTEMI AVANZATI ANTIDECUBITO	5	T	Coefficiente _____ ( _____ ) punti _____	
	9. COMPATIBILI CON SISTEMI DI AEROSOL TERAPIA	5	T	Coefficiente _____ ( _____ ) punti _____	
	10. PRESENZA DI FASCIA DI SOSTEGNO PER IL MENTO	5	T	Coefficiente _____ ( _____ ) punti _____	

LOTTO 87	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA AIR LIQUIDE SRL	MOTIVAZIONE DITTA
	1. FACILITA' E RAPIDITA' D'ASSEMBLAGGIO	10	D	Coefficiente _____ ( _____ ) punti _____	<p>Ditta esclusa per mancato invio della campionatura nei termini previsti dalla documentazione di gara (art. 6 del Capitolato speciale di fornitura) in applicazione del principio della par condicio dei concorrenti. La campionatura costituisce imprescindibile elemento valutativo dell'offerta per comprovare l'effettiva idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze richieste anche in ragione degli interessi pubblici sottesi.</p>
	2. ADERENZA AL VISO DEL PAZIENTE	10	D	Coefficiente _____ ( _____ ) punti _____	
	3. AGGANCIO UNIVERSALE PER CATHETER MOUNT	10	T	Coefficiente _____ ( _____ ) punti _____	
	4. PRESENZA RACCORDO PER BRONCOSCOPIA FLESSIBILE	10	T	Coefficiente _____ ( _____ ) punti _____	
	5. CUFFIA NON DEFORMABILE E RESISTENTE ALLA TRAZIONE	5	D	Coefficiente _____ ( _____ ) punti _____	
	6. PRIVE DI ODORE	5	D	Coefficiente _____ ( _____ ) punti _____	
	7. PRESENZA LINEE DI PRESSIONE O CAPNOGRAFIA	5	T	Coefficiente _____ ( _____ ) punti _____	
	8. DOTATE DI SISTEMI AVANZATI ANTIDECUBITO	5	T	Coefficiente _____ ( _____ ) punti _____	
	9. COMPATIBILI CON SISTEMI DI AEROSOL TERAPIA	5	T	Coefficiente _____ ( _____ ) punti _____	
	10. PRESENZA DI FASCIA DI SOSTEGNO PER IL MENTO	5	T	Coefficiente _____ ( _____ ) punti _____	

LOTTO 88	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA AIR LIQUIDE SRL	MOTIVAZIONE DITTA
	1. FACILITA' E RAPIDITA' DI ASSEMBLAGGIO	10	D	Coefficiente ( ) punti	<p>Ditta esclusa per mancato invio della campionatura nei termini previsti dalla documentazione di gara (art. 6 del Capitolato speciale di fornitura) in applicazione del principio della par condicio dei concorrenti. La campionatura costituisce imprescindibile elemento valutativo dell'offerta per comprovare l'effettiva idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze richieste anche in ragione degli interessi pubblici sottesi.</p>
	2. ADERENZA AL VISO DEL PAZIENTE	10	D	Coefficiente ( ) punti	
	3. AGGANCIO UNIVERSALE PER CATHETER MOUNT	10	T	Coefficiente ( ) punti	
	4. PRESENZA RACCORDO PER BRONCOSCOPIA FLESSIBILE	10	T	Coefficiente ( ) punti	
	5. CUFFIA NON DEFORMABILE E RESISTENTE ALLA TRAZIONE	5	D	Coefficiente ( ) punti	
	6. PRIVE DI ODORE	5	D	Coefficiente ( ) punti	
	7. PRESENZA LINEE DI PRESSIONE O CAPNOGRAFIA	5	T	Coefficiente ( ) punti	
	8. DOTATE DI SISTEMI AVANZATI ANTIDECUBITO	5	T	Coefficiente ( ) punti	
	9. COMPATIBILI CON SISTEMI DI AEROSOL TERAPIA	5	T	Coefficiente ( ) punti	
	10. PRESENZA DI FASCIA DI SOSTEGNO PER IL MIENTO	5	T	Coefficiente ( ) punti	

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller ones, located at the bottom of the page.

LOTTO 89	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA AIR LIQUIDE SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA DIMAR SRL A SOCIO UNICO	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MPM ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA TAU MEDICA MSRL	MOTIVAZIONE DITTA
MASCHERA ORONASALE VENTILATA PER NIV	1. FACILTA' E RAPIDITA' DI ASSEMBLAGGIO	10	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente ( ) punti	
	2. ADERENZA AL VISO DEL PAZIENTE	10	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente ( ) punti	
	3. AGGANCIO UNIVERSALE PER CATHETER MOUNT	10	T	punti	Ditta esclusa per mancato invio della campionario nei termini previsti dalla documentazione di gara (art. 6 del Capitolato speciale di forniture) in applicazione del principio della par condicio dei concorrenti. La campionario costituisce imprescindibile elemento valutativo dell'offerta per comprovare l'effettiva idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze richieste anche in ragione degli interessi pubblici sottesi.	punti 10		punti 0	assenza di aggancio universale per catheter mount.	punti	la Ditta ha offerto una maschera non ventilata, non conforme ai requisiti minimi descritti dal capitolato; pertanto la Ditta e da considerarsi esclusa.
	4. PRESENZA RACCORDO PER BRONCOSCOPIA FLESSIBILE	10	T	punti		punti 10		punti 0	assenza di raccordo per broncoscopio flessibile.	punti	
	5. CURVA NON DEFORMABILE E RESISTENTE ALLA TRAZIONE	10	T	punti		punti 10		punti 10		punti	
	6. PRIVE DI ODORE	5	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5		Coefficiente ( ) punti	
	7. PRESENZA LINEE DI PRESSIONE O CAPNOGRAFIA	5	T	punti		punti 5		punti 0	assenza di linee di pressione e capnografia.	punti	
	8. DOTATE DI SISTEMI AVANZATI ANTIDECUBITO	5	T	punti		punti 5		punti 5		punti	
	9. COMPATIBILI CON SISTEMI DI AEROCOL TERAPIA	5	T	punti		punti 5		punti 0	non compatibile con sistemi di aerosol terapia.	punti	
	TOTALE	70		ESCLUSA		70		40- ESCLUSA		ESCLUSA	

LOTTO 90	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA AIR LIQUIDE SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA DIMAR	MOTIVAZIONE DITTA
MASCHERA ORONASALE NON VENTILATA PER NIV	1. FACILITA' E RAPIDITA' DI ASSEMBLAGGIO	10	D	Coefficiente ( ) punti	Ditta esclusa per mancato invio della campionatura nei termini previsti dalla documentazione di gara (art. 6 del Capitolato speciale di fornitura) in applicazione del principio della par condicio dei concorrenti. La campionatura costituisce imprescindibile elemento valutativo dell'offerta per comprovare l'effettiva idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze richieste anche in ragione degli interessi pubblici sottesi.	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	2. ADERENZA AL VISO DEL PAZIENTE	10	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	3. AGGANCIO UNIVERSALE PER CATHETER MOUNT	10	T	punti		punti 10	
	4. PRESENZA RACCORDO PER BRONCOSCOPIA FLESSIBILE	10	T	punti		punti 10	
	5. CUFFIA NON DEFORMABILE E RESISTENTE ALLA TRAZIONE	10	T	punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	6. PRIVE DI ODORE	5	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5	
	7. PRESENZA LINEE DI PRESSIONE O CAPNOGRAFIA	5	T	punti		punti 5	
	8. DOTATE DI SISTEMI AVANZATI ANTIDECUBITO	5	T	punti		punti 5	
	9. COMPATIBILI CON SISTEMI DI AEROSOL TERAPIA	5	T	punti		punti 5	
	<b>TOTALE</b>	70		ESCLUSA		70	

LOTTO 91	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA AIR LIQUIDE	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA DIMAR	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MEDICAIR CENTRO SRL	MOTIVAZIONE DITTA
MASCHERA ORO-NASALE VENTILATA PER NIV CON APPOGGIO FRONTALE	1. FACILTA' E RAPIDITA' DI ASSEMBLAGGIO	10	D	Coefficiente ( ) punti	Ditta esclusa per mancato invio della campionatura nei termini previsti dalla documentazione di gara (art. 6 del Capitolato speciale di forniture) in applicazione del principio della par condicio dei concorrenti. La campionatura costituisce imprescindibile elemento valutativo dell'offerta per comprovare l'effettiva idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze richieste anche in ragione degli interessi pubblici sottesi.	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	2. ADERENZA AL VISO DEL PAZIENTE	10	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	3. AGGANCIO UNIVERSALE PER CATHETER MOUNT	10	T	punti ____		punti 10		punti 10	
	4. PRESENZA RACCORDO PER BRONCOSCOPIA FLESSIBILE	10	T	) punti ____		punti __10		punti __10	
	5. CUFFIA NON DEFORMABILE E RESISTENTE ALLA TRAZIONE	10	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	6. PRIVE DI ODORE	5	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5	
	7. PRESENZA LINEE DI PRESSIONE O CARNOGRAFIA	5	T	punti ____		punti 5		punti 5	
	8. DOTATE DI SISTEMI AVANZATI ANTIDECUBITO	5	T	punti ____		punti 5		punti 5	
	9. COMPATIBILI CON SISTEMI DI AEROSOL TERAPIA	5	T	punti ____		punti 5		punti 5	
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>		<b>ESCLUSA</b>	<b>70</b>		<b>70</b>		

LOTTO 92	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA AIR LIQUIDE	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA DIMAR	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MEDICAIR CENTRO SRL	MOTIVAZIONE DITTA
MASCHERA ORO-NASALE NON VENTILATA PER INV CON APPOGGIO FRONTALE	1. FACILITA' E RAPIDITA' DI ASSEMBLAGGIO	10	D	Coefficiente ( ) punti	Ditta esclusa per mancato invio della campionatura nei termini previsti dalla documentazione di gara (art. 6 del Capitolato speciale di forniture) in applicazione del principio della par condicio dei concorrenti. La campionatura costituisce imprescindibile elemento valutativo dell'offerta per comprovare l'effettiva idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze richieste anche in ragione degli interessi pubblici sottesi.	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	2. ADERENZA AL VISO DEL PAZIENTE	10	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	3. AGGANCO UNIVERSALE PER CATHETER MOUNT	10	T	punti		punti 10		punti 10	
	4. PRESENZA RACCORDO PER BRONCOSCOPIA FLESSIBILE	10	T	punti		punti _10		punti _10	
	5. CUFFIA NON DEFORMABILE E RESISTENTE ALLA TRAZIONE	10	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	6. PRIVE DI ODORE	5	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5	
	7. PRESENZA LINEE DI PRESSIONE O CAPNOGRAFIA	5	T	punti		punti 5		punti 5	
	8. DOTATE DI SISTEMI AVANZATI ANTIDECURBITO	5	T	punti		punti 5		punti 5	
	9. COMPATIBILI CON SISTEMI DI AEROSOL TERAPIA	5	T	punti		punti 5		punti 5	
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>		<b>ESCLUSA</b>		<b>70</b>		<b>70</b>	

LOTTO 93	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA AIR LIQUIDE	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ALSE MEDICA SRL UNIPERSONALE	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA DIMAR SRL A SOCIO UNICO	MOTIVAZIONE DITTA
MASCHERA FULLFACE PER NIV VENTILATA	1. FACILITA' E RAPIDITA' DI ASSEMBLAGGIO	10	D	Coefficiente ( ) punti	Ditta esclusa per mancato invio della campionatura nei termini previsti dalla documentazione di gara (art. 6 del Capitolato speciale di fornitura) in applicazione del principio della pari condicio dei concorrenti. La campionatura costituisce imprescindibile elemento valutativo dell'offerta per comprovare l'effettiva idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze richieste anche in ragione degli interessi pubblici sortesi.	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	la maschera non consente una buona aderenza al viso del paziente. Dovendo applicare pressioni eccessive sulla maschera per garantire l'aderenza al viso, rende quest'ultima traumatica.
	2. ADERENZA AL VISO DEL PAZIENTE	10	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 0,4 (discreto) punti 4	
	3. AGGANCIO UNIVERSALE PER CATHETER MOUNT	10	T	punti		punti 10		punti 10	
	4. PRESENZA RACCORDO PER BRONCOSCOPIA FLESSIBILE	10	T	punti		punti 0	assenza raccordo bronscopia.	punti 0	assenza raccordo bronscopia.
	5. CUFFIA NON DEFORMABILE E RESISTENTE ALLA TRAZIONE	10	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	6. PRIVE DI ODORE	5	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5	
	7. PRESENZA LINEE DI PRESSIONE O CAPNOGRAFIA	5	T	punti		punti 5		punti 5	
	8. DOTATE DI SISTEMI AVANZATI ANTIDECUBITO	5	T	punti		punti 5		punti 5	
	9. COMPATIBILI CON SISTEMI DI AEROSOL TERAPIA	5	T	punti		punti 5		punti 5	
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>		<b>ESCLUSA</b>		<b>60</b>		<b>54</b>	

LOTTO 94	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA ALSE MEDICA SRL UNIPERSONALE	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA DIMAR SRL A SOCIO UNICO	MOTIVAZIONE DITTA
MASCHERA FULLFACE PER NIV NON VENTILATA	1. FACILITA' E RAPIDITA' DI ASSEMBLAGGIO	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	2. ADERENZA AL VISO DEL PAZIENTE	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 0,4 (discreto) punti 4	la maschera non consente una buona aderenza al viso del paziente. Dovendo applicare pressioni eccessive sulla maschera per garantire l'aderenza al viso, rende quest'ultima traumatica.
	3. AGGANCIO UNIVERSALE PER CATHETER MOUNT	10	T	punti 10		punti 10	
	4. PRESENZA RACCORDO PER BRONCOSCOPIA FLESSIBILE	10	T	punti 0	assenza raccordo broncoscopia	punti 0	assenza raccordo broncoscopia
	5. CUFFIA NON DEFORMABILE E RESISTENTE ALLA TRAZIONE	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	6. PRIVE DI ODORE	5	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 5		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5	
	7. PRESENZA LINEE DI PRESSIONE O CAPNOGRAFIA	5	T	punti 5		punti 5	
	8. DOTATE DI SISTEMI AVANZATI ANTIDECUBITO	5	T	punti 5		punti 5	
	9. COMPATIBILI CON SISTEMI DI AEROSOL TERAPIA	5	T	punti 5		punti 5	
	<b>TOTALE</b>	70		60		54	

LOTTO 95	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA ALSE MEDICA SRL UNIPERSONALE	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA DIMAR SRL A SOCIO UNICO	MOTIVAZIONE DITTA
MASCHERA FULLFACE PER NIV VENTILATA CON SNG	1. FACILITA' E RAPIDITA' DI ASSEMBLAGGIO	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	2. ADERENZA AL VISO DEL PAZIENTE	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 0,4 (discreto) punti 4	la maschera non consente una buona aderenza al viso del paziente. Dovendo applicare pressioni eccessive sulla maschera per garantire l'aderenza al viso, rende quest'ultima traumatica.
	3. AGGANCIAMENTO UNIVERSALE PER CATHETER MOUNT	10	T	punti 10		punti 10	
	4. PRESENZA RACCORDO PER BRONCOSCOPIA FLESSIBILE	10	T	punti 10		punti 10	
	5. CUFFIA NON DEFORMABILE E RESISTENTE ALLA TRAZIONE	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	6. PRIVE DI ODORE	5	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 5		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5	
	7. PRESENZA LINEE DI PRESSIONE O CAPNOGRAFIA	5	T	punti 5		punti 5	
	8. DOTATE DI SISTEMI AVANZATI ANTIDECUBITO	5	T	punti 5		punti 5	
	9. COMPATIBILI CON SISTEMI DI AEROSOL TERAPIA	5	T	punti 5		punti 5	
<b>TOTALE</b>		<b>70</b>		<b>70</b>		<b>64</b>	

LOTTO 96	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA ALSE MEDICA SRL UNIPERSONALE	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA DIMAR SRL A SOCIO UNICO	MOTIVAZIONE DITTA
MASCHERA FULLFACE PER NIV NON VENTILATA CON SMG	1. FACILITA' E RAPIDITA' DI ASSEMBLAGGIO	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	2. ADERENZA AL VISO DEL PAZIENTE	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 0,4 (discreto) punti 4	la maschera non consente una buona aderenza al viso del paziente. Dovendo applicare pressioni eccessive sulla maschera per garantire l'aderenza al viso, rende quest'ultima traumatica.
	3. AGGANCIO UNIVERSALE PER CATHETER MOUNT	10	T	punti 10		punti 10	
	4. PRESENZA RACCORDO PER BRONCOSCOPIA FLESSIBILE	10	T	punti 10		punti 10	
	5. CUFFIA NON DEFORMABILE E RESISTENTE ALLA TRAZIONE	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	6. PRIVE DI ODORE	5	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 5		Coefficiente 1 (eccellente) punti 5	
	7. PRESENZA LINEE DI PRESSIONE O CAPNOGRAFIA	5	T	punti 5		punti 5	
	8. DOTATE DI SISTEMI AVANZATI ANTIDECUBITO	5	T	punti 5		punti 5	
	9. COMPATIBILI CON SISTEMI DI AEROSOL TERAPIA	5	T	punti 5		punti 5	
	<b>TOTALE</b>	70		70		64	

LOTTO 97	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA AIR LIQUIDE	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA ALSE MEDICA SRL UNIPERSONALE	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA HAROL SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA DIMAR SRL A SOCIO UNICO	MOTIVAZIONE DITTA
MASCHERA TOTAL FACE PER VENTILAZIONE NON INVASIVA	1. FACILTA' E RAPIDITA' DI ASSEMBLAGGIO	20	D	Coefficiente ( ) punti	Ditta esclusa per mancato invio della campionatura nei termini previsti dalla documentazione di gara (art. 6 del Capitolato speciale di forniture) in applicazione del principio della par condicio dei concorrenti. La campionatura costituisce imprescindibile elemento valutativo dell'offerta per comprovare l'effettiva idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze richieste anche in ragione degli interessi pubblici sottesi.	Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		Coefficiente 1 (eccellente) punti 20	
	2. ADERENZA AL VISO DEL PAZIENTE	20	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		Coefficiente 0,4 (discreto) punti 8	scarsa aderenza al viso del paziente.
	3. PRIVE DI ODORE	10	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	4. DOTATE DI SISTEMI AVANZATI ANTIDECUBITO	10	T	punti		punti 10		punti 10		punti 10	
	5. PRESENZA DI FORTE PER SING	10	T	punti		punti 10		punti 10		punti 10	
	TOTALE	70		ESCLUSA		70		70		58	

LOTTO 98	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA AIR LIQUIDE	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MEDICAIR CENTRO SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA MPPI ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
MASCHERA PER VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA CON OLIVE NASALI	1. FACILITA' E RAPIDITA' DI ASSEMBLAGGIO	20	D	Coefficiente ( ) punti	Ditta esclusa per mancato invio della campionatura nei termini previsti dalla documentazione di gara (art. 6 del Capitolato speciale di forniture) in applicazione del principio della par condicio dei concorrenti. La campionatura costituisce imprescindibile elemento valutativo dell'offerta per comprovare l'effettiva idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze richieste anche in ragione degli interessi pubblici sottesi.	Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		Coefficiente 1 (eccellente) punti 20	
	2. ADERENZA AL VISO DEL PAZIENTE	20	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		Coefficiente 1 (eccellente) punti 20	
	3. PRIVE DI ODORE	10	D	Coefficiente ( ) punti		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	4. DOTATE DI SISTEMI AVANZATI ANTIDECUBITO	10	T	punti		punti 10		punti 10	
	5. PRESENZA DI FASCIA DI SOSTEGNO PER IL MENTO	10	T	punti		punti 0	assenza di fascia di sostegno per il mento.	punti 0	assenza di fascia di sostegno per il mento.
	TOTALE			ESCLUSA		60		60	