

**OGGETTO: Procedura ristretta, in forma centralizzata ai sensi dell'art 61 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di: "DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA ANCHE DISPOSITIVI E DMC PER PNEUMOLOGIA", per l'approvvigionamento delle Aziende sanitarie della Regione Umbria – Codice Gara ANAC 8451487**

### VERBALE DEL 22 MARZO 2023

In data 22/03/2023 alle ore 09:30, presso una sala dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, è tornata a riunirsi la Comm.ne giudicatrice nominata dapprima, con Determinazione dell'Amministratore Unico del 12.10.2022 e successivamente modificata con Determinazione dell'Amministratore Unico del 20.10.2022 per la procedura in oggetto indicata.

Sono presenti:

- Dott. Fabrizio Armando Ferilli – - Responsabile SSD Cardioanestesia e Direttore ff. Dipartimento Cardio Toraco-Vascolare dell'Azienda Ospedaliera Terni, in qualità di Presidente di Commissione;
- Dott. Mattia Meattelli - Dirigente Medico Anestesista dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Membro;
- Dott. ssa Binella Calarota - Dirigente Farmacista dell'Azienda Usl Umbria 1, in qualità di Membro.

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Valentina Valentini – Rup.

La Comm.ne, richiamati i verbali del 20/01, del 01/02, dell'08/02, del 27/02, del 07/03 e del 15/03 u.s., procede – tenuto conto della *lex specialis* di gara - alla valutazione dei Lotti di seguito indicati, della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti e all'esame della campionatura (presentata entro i termini perentori previsti dalla documentazione di gara) attribuendo – per ciascun lotto e ciascun concorrente - i coefficienti e conseguenti punteggi nonché i relativi giudizi di conformità e redigendo apposite schede di valutazione, allegate al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale:

- Scheda di gara 8451487/1: Lotti n. 22-16-47-48-50-52-54-55-57-59-66-65-78-79-100-102-137;

- Scheda di gara 8451487: Lotti nn. 25-99.

Relativamente alla scheda di gara n. 8451487/1 e al Lotto n. 102 offerto dalla Ditta Air Liquide Srl (la cui campionatura è stata presentata oltre il termine perentorio previsto dalla documentazione di gara , come risulta dalla nota trasmessa dal Magazzino della S.C. di Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e conservata agli atti della pratica), la Commissione ha proposto

l'esclusione della citata Ditta Air Liquide Srl, in applicazione del principio della par condicio dei concorrenti, avendo valutando che “ *La campionatura costituisce imprescindibile elemento valutativo dell'offerta per comprovare l'effettiva idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze richieste anche in ragione degli interessi pubblici sottesi*”.

Relativamente alla scheda di gara n. 8451487/1 e ai Lotti nn. 59 e 57 offerti dalla Ditta Medival (la cui campionatura è pervenuta oltre i termini previsti dalla documentazione di gara esclusivamente per n. 1 collo, risultando tempestiva per n. 2 colli, come risulta dalla nota trasmessa dal Magazzino della S.C. di Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e conservata agli atti della pratica) la Commissione, dopo avere preliminarmente verificato l'invio tempestivo della campionatura dei Lotti citati (n. 59 e 57 – pervenuti nei colli trasmessi entro i termini perentori di gara), ha proceduto alla valutazione dei medesimi, della documentazione tecnica prodotta dalla Ditta concorrente e all'esame della relativa campionatura, attribuendo i coefficienti e conseguenti punteggi, conformemente alla lex specialis di gara.

Successivamente, la Comm.ne dà atto di aver concluso la valutazione tecnica dei Lotti relativi alla scheda di gara n. 8451487 (qualità/prezzo) e decide di riaggiornarsi a data da destinarsi per il completamento della valutazione tecnica dei lotti relativi alla scheda di gara 8451487/1 (minor prezzo).

Il Presidente alle ore 14,50 dichiara chiusa la seduta.


Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Fabrizio Armando Ferilli – in qualità di Presidente



---

Dott. Mattia Meattelli – in qualità di Membro



---

Dott. ssa Binella Calarota – in qualità di Membro



---

Dott. ssa Valentina Valentini – Segretario verbalizzante



---

LOTTO 16	DESCRIZIONE	DITTA ALEA	DITTA BENEFIS SRL	DITTA DAHLHAUSEN ITALY SRL	DITTA DEAS SRL	DITTA INTERSURGICAL SPA	DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA	DITTA SANITER BICE MARIOTTINI SRL
MANDRINO TUBI ENDOTRACHEALI	Mandrino di intubazione per tubi endotracheali: semirigido, stelo flessibile con punta morbida direzionabile. Deve mantenere la forma imposta dall'operatore. In confezione singola monouso, sterile. Misure: small (per tubi diametro da mm 2,5 a mm 4,0), medium (per tubi diametro diametro da mm 4,5 mm a mm 5,5), large (per tubi diametro diametro da mm 6,0 a mm 10,0)	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME: LA DITTA HA OFFERTO UN PRODOTTO RIGIDO CHE NON MANTIENE LA FORMA DATA DALL'OPERATORE	CONFORME	CONFORME






LOTTO 22	DESCRIZIONE	DITTA SANITER BICE MARIOTTINI SRL
TUBO ENDOTRACHEALE MONOUSO PER LA VENTILAZIONE POLMONARE SELETTIVA	Tubo endotracheale monouso per la ventilazione polmonare selettiva in silicone: con bloccatore, cuffia a bassa pressione, occlusore in poliuretano con sistema di controllo della torsione, doppia cuffia e valvola unidirezionale per il gonfiaggio ed il controllo della pressione con palloncino pilota, anello di reperi standard sul tubo endotracheale, ed anelli di reperi a 1-5 cm dalla cuffia principale. Sterile, in confezione singola. Tutte le misure.	CONFORME




LOTTO 47	DESCRIZIONE	DITTA SANITER BICE MARIOTTINI SRL
CONTROCANNULE PER CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO TRACHEOFIX	<p>In PVC, per cannule tracheostomiche tipo Tracheofix, nelle misure i.d. da mm 7.0 a mm 11.0 per una lunghezza da mm 70 a mm 86. Per tutte le tipologie di cannula: con raccordo da mm 15 ed anello di fissaggio; con raccordo a basso profilo ed anello di fissaggio; con raccordo da mm 15, anello di fissaggio e fonazione; con raccordo a basso profilo, anello di fissaggio e fonazione.</p>	CONFORME



LOTTO 48	DESCRIZIONE	DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA
CONTROCANNULE PER CANNULE TRACHEOSTOMICHE TIPO SHILEY XLT	In PVC, per cannule tracheostomiche extra-lunghe, nelle misure di D.I. da mm 5,0 a mm 8,0 per una lunghezza da mm 90 a mm 105.	CONFORME



LOTTO 50	DESCRIZIONE	DITTA SANITER BICE MARIOTTINI
TAPPO DI CHIUSURA PER CANNULE TRACHEOSTOMICHE	Tappo di protezione per tosse da cannula tracheostomica, misura adeguata al raccordo standard per circuiti di anestesia. Sterili, in confezione singola.	CONFORME



LOTTO 52	DESCRIZIONE	DITTA MEHOS SRL
VALVOLA FONATORIA TIPO PASSY-MUIR PER CANNULA TRACHEOSTOMICA	Valvola fonatoria a basso profilo trasparente da tracheostomia per ventilazione spontanea ed assistita, adatta per raccordo standard 15 mm di cannule tracheali.	CONFORME



LOTTO 54	DESCRIZIONE	DITTA SANITER BICE MARIOTTINI SRL
VALVOLA FONATORIA PER CANNULA TRACHEOSTOMICA TIPO TRACHEOFIX	Valvola fonatoria con membrana in silicone con e senza raccordi da mm 15 con adattatore per ossigeno	CONFORME



LOTTO 55	DESCRIZIONE	DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA	DITTA MEHOS SPA
VALVOLA FONATORIA PER CANNULA TRACHEOSTOMICA TIPO SHILEY	Valvola fonatoria con diaframma in silicone con presa integrata per ossigeno	CONFORME	NON CONFORME, LA DITTA HA PRESENTATO UN PRODOTTO CON ASSENZA DI PRESA INTEGRATA PER OSSIGENO


LOTTO 57	DESCRIZIONE	DITTA MEDIVAL	DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA
FASCETTA MONOUSO FISSAGGIO TUBI OROTRACHEALI	Fascia per fissaggio, pretagliata, con sistema di aggancio che si adatta a qualsiasi tubo tracheale. Con strisce di velcro per permettere un rapido e facile posizionamento. Confezione singola.	CONFORME	CONFORME





LOTTO 59	DESCRIZIONE	DITTA ALEA SRL	DITTA BIOPSYBELL SRL	DITTA DEAS SRL	DITTA MEDIVAL	DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA
FASCIA FISSAGGIO CANNULA TRACHEALE	Fascia di fissaggio per cannule tracheotomiche, pretagliata, con sistema di fissaggio a velcro per le ali della cannula. Misura universale. In tessuto tipo "velfoam" per ridurre il rischio di irritazione cutanea. Con strisce di velcro per permettere un rapido e facile posizionamento. Confezione singola, monouso, sterilmente pulita.	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME





LOTTO 65	DESCRIZIONE	DITTA MEHOS SRL
INTRODOTTORE TRACHEALE MALLEABILE	<p>Dispositivo per intubazione difficile da utilizzare sia con laringoscopia tradizionale che con videolaringoscopia senza canale. Costituito da catetere rigido ma malleabile per preformare il tubo tracheale, con punta curva smussa ed atraumatica e fori distali per permettere l'ossigenazione durante la procedura attraverso connettore rimovibile da 15 mm luer-lock, con tacche centimetrare. Sterile, monouso, privo di ftalati, in confezione singola. Tutte le misure.</p>	CONFORME



LOTTO 66	DESCRIZIONE	COOK ITALIA SRL	DITTA MEHOS SRL	DITTA VYGON
INTRODOTTORE MONOUSO TIPO PROVA ADULTO E PEDIATRICO	Dispositivo per l'intubazione difficile tipo Frova in polietilene radiopaco, dotato di punta smussa e curva e di mandrino removibile; deve permettere l'ossigenazione durante le manovre di intubazione. Sterile, in confezione singola. Misura adulti e pediatrico.	CONFORME	NON CONFORME. LA DITTA HA PRESENTATO UN PRODOTTO CON ASSENZA DI MANDRINO METALLICO RIGIDO INTERNO RIMOVIBILE. NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO SUL CAPITOLATO TECNICO	NON CONFORME. LA DITTA HA PRESENTATO UN PRODOTTO ECCESSIVAMENTE FLESSIBILE. NON MANTIENE LA MEMORIA SE MANIPOLATO. CANALE DI VENTILAZIONE INSUFFICIENTE PER ADEGUATA VENTILAZIONE; ASSENZA DI MANDRINO.


LOTTO 78	DESCRIZIONE	DITTA ALSE MEDICA SRL	BENEFIS SRL
<p>MASCHERA FACCIALE CIRCOLARE DA RIANIMAZIONE IN SILICONE</p>	<p>Maschere da rianimazione in silicone: trasparente, di forma circolare, autoclavabili. Sterile, in confezione singola. Tutte le misure comprese le pediatriche e neonatali.</p>	<p>CONFORME</p>	<p>CONFORME</p>

*Alse*

*Alse*


*Alse*

LOTTO 79	DESCRIZIONE	BENEFIS SRL	SANITER BICE MARIOTTINI
<p>MASCHERA FACIALE DA RIANIMAZIONE IN SILICONE</p>	<p>Maschere da rianimazione in silicone: trasparente, di forma ergonomica, autoclavabili. Sterile, in confezione singola. Tutte le misure comprese le pediatriche e neonatali.</p>	<p>CONFORME</p>	<p>CONFORME</p>






LOTTO 100	DESCRIZIONE	DIMAR SRL	DITTA VYGON ITALIA SRL
CPAP BOUSSIGNAC MANOMETRO	Manometro per CPAP Bousignac da connettere al cono del generatore di pressione tramite il tubo connettore incluso. Scala da 0 a 25cm H2O.	CONFORME	CONFORME






LOTTO 102	DESCRIZIONE	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM SRL	DITTA BENEHIS SRL	DITTA FIAB SPA	DITTA FLEXICARE SRL
<p>MASCHERA OSSIGENO ALTA CONCENTRAZIONE CON RESERVOIR MONOPAZIENTE ADULTO E PEDIATRICO</p>	<p>Maschere per ossigeno monopaziente ad alta concentrazione con reservoir, in grado di fornire concentrazioni di ossigeno superiori all'80%, ad un flusso di 10-15 l/min. In confezione singola. Tutte le misure comprese le pediatriche e neonatali.</p>	<p>DITTA ESCLUSA PER MANCATO INVIO DELLA CAMPIONATURA NEI TERMINI PREVISTI ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (ART. 6 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA), IN APLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDIZIONE DEI CONCORRENTI. LA CAMPIONATURA COSTITUISCE IMPRESCINDIBILE ELEMENTO VALUTATIVO DELL'OFFERTA PER CONFERMARE L'EFFETTIVA IDONEITA' DEL PRODOTTO A SODDISFARE LE ESIGENZE RICHIESTE ANCHE IN RAGIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI SOTTESI</p>	<p>CONFORME</p>	<p>CONFORME</p>	<p>CONFORME</p>


LOTTO 137	DESCRIZIONE	DITTA CAIR ITALIA SRL
SISTEMA DECONTAMINANTE CIRCUITO ASPIRAZIONE	Sistema di decontaminazione del circuito di broncoaspirazione a circuito chiuso, composto da tubo di aspirazione con connessioni coniche alle estremità, flacone per soluzione disinfettante di lavaggio di circa 1000 ml e valvola per il controllo dell'aspirazione compatibile con i comuni sistemi di raccolta monouso.	CONFORME



LOTTO 25	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
CANNULA TRACHEOTOMICA MONOUSO IN PVC CUFFIATA CON LINEA IRRIGAZIONE/ASPIRAZIONE SECREZIONI SOTTOGLOTTICHE	1. INDEFORMABILITA' DELLA CUFFIA dopo prova di cuffiaggio ad elevate pressioni e dopo multipli gonfiaggi e sgonfiaggi	20	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 20	
	2. MORFOLOGIA DELLA CUFFIA che non deve sporgere oltre la punta del tubo, deve gonfiarsi simmetricamente attorno al tubo.	20	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 20	
	3. PALLONCINO DELLA CUFFIA E CANALE DI CUFFIAGGIO BEN IDENTIFICABILI, di colore differente dal resto del presidio	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	4. MARGINI DISTALI ARROTONDATI ED ATRAUMATICI	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	5. RECUPERO DELLA FORMA dopo prova di piegamento	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10	
	<b>TOTALE</b>	70		70	




LOTTO 99	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	TIP.	DITTA ALSE MEDICA SRL UNIPERSONALE	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA DIMAR SRL A SOCIO UNICO	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA HAROL SRL	MOTIVAZIONE DITTA	DITTA VYGON ITALIA SRL	MOTIVAZIONE DITTA
SET CPAP BOUSSIGNAC CON REGOLATORE FIO2	1. FACILITA' E RAPIDITA' DI ASSEMBLAGGIO	20	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		Coefficiente ( ) punti		Coefficiente ( ) punti	
	2. ADERENZA AL VISO DEL PAZIENTE	20	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		Coefficiente 1 (eccellente) punti 20		Coefficiente ( ) punti		Coefficiente ( ) punti	
	3. CUFFIA NON DEFORMABILE E RESISTENTE ALLA TRAZIONE	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente ( ) punti		Coefficiente ( ) punti	
	4. PRIVE DI ODORE	10	D	Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente 1 (eccellente) punti 10		Coefficiente ( ) punti		Coefficiente ( ) punti	
	5. DOTATE DI SISTEMI AVANZATI ANTIDECURBITO	10	T	punti 10		punti 10		punti		punti	
	<b>TOTALE</b>	70		70		70		ESCLUSA		ESCLUSA	