

**OGGETTO: Procedura ristretta, in forma centralizzata ai sensi dell'art 61 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di: "DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA ANCHE DISPOSITIVI E DMC PER PNEUMOLOGIA", per l'approvvigionamento delle Aziende sanitarie della Regione Umbria – Codice Gara ANAC 8451487**

### VERBALE DEL 19 APRILE 2023

In data 19/04/2023 alle ore 09:30, presso una sala dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, è tornata a riunirsi la Comm.ne giudicatrice nominata dapprima, con Determinazione dell'Amministratore Unico del 12.10.2022 e successivamente modificata con Determinazione dell'Amministratore Unico del 20.10.2022 per la procedura in oggetto indicata.

Sono presenti:

- Dott. Fabrizio Armando Ferilli – - Responsabile SSD Cardioanestesia e Direttore ff. Dipartimento Cardio Toraco-Vascolare dell'Azienda Ospedaliera Terni, in qualità di Presidente di Commissione;
- Dott. Mattia Meattelli - Dirigente Medico Anestesista dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Membro;
- Dott. ssa Binella Calarota - Dirigente Farmacista dell'Azienda Usl Umbria 1, in qualità di Membro.

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Valentina Valentini – Rup.

La Comm.ne, richiamati i verbali del 20/01, del 01/02, dell'08/02, del 27/02, del 07/03, 15/03 e del 22/03 u.s., procede – tenuto conto della *lex specialis* di gara - alla definitiva valutazione dei Lotti di seguito indicati, della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti e all'esame della campionatura (presentata entro i termini perentori previsti dalla documentazione di gara) attribuendo – per ciascun lotto e ciascun concorrente - i relativi giudizi di conformità e redigendo apposite schede di valutazione, allegate al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale:

- Scheda di gara 8451487/1: Lotti nn. 75-76-101-104-105-106-107-108-109-118-119-120-121-123-124-125-126-127-130-131-132-133-134-135-136-139-140-141-145-150.

Relativamente alla scheda di gara n. 8451487/1 e ai Lotti nn. 76, 106, 120, 121, 123 e 127 offerti dalla Ditta Air Liquide Srl (la cui campionatura è stata presentata oltre il termine perentorio previsto dalla documentazione di gara , come risulta dalla nota trasmessa dal Magazzino della S.C. di Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e conservata agli atti della pratica), la

Commissione ha proposto l'esclusione della citata Ditta Air Liquide Srl, in applicazione del principio della *par condicio* dei concorrenti, avendo valutando che “ *La campionatura costituisce imprescindibile elemento valutativo dell'offerta per comprovare l'effettiva idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze richieste anche in ragione degli interessi pubblici sottesi*”.

Relativamente alla scheda di gara n. 8451487/1 e ai Lotti nn. 104, 108, 120, 123, 124 offerti dalla Ditta Medival (la cui campionatura è pervenuta oltre i termini previsti dalla documentazione di gara esclusivamente per n. 1 collo, risultando tempestiva per n. 2 colli, come risulta dalla nota trasmessa dal Magazzino della S.C. di Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e conservata agli atti della pratica) la Commissione, dopo avere preliminarmente verificato l'invio tempestivo della campionatura dei Lotti citati (n. 104, 108, 120, 123, 124 – pervenuti nei colli trasmessi entro i termini perentori di gara), ha proceduto alla valutazione dei medesimi, della documentazione tecnica prodotta dalla Ditta concorrente e all'esame della relativa campionatura, attribuendo i coefficienti e conseguenti punteggi, conformemente alla *lex specialis* di gara.

Relativamente alla scheda di gara n. 8451487/1 e al Lotto n. 132 offerto dalla Ditta Medival (la cui campionatura è stata presentata oltre i termini previsti dalla documentazione di gara esclusivamente per n. 1 collo, risultando tempestiva per n. 2 colli, come risulta dalla nota trasmessa dal Magazzino della S.C. di Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e conservata agli atti della pratica) la Commissione, dopo avere preliminarmente verificato l'invio tardivo della campionatura del Lotto citato (n. 132– pervenuto nel collo trasmesso in data 12/09 p.v., ovvero oltre i termini perentori di gara), hanno proposto l'esclusione della citata Ditta Medival, in applicazione del principio della *par condicio creditorum* avendo valutando che “ *La campionatura costituisce imprescindibile elemento valutativo dell'offerta per comprovare l'effettiva idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze richieste anche in ragione degli interessi pubblici sottesi*”.

Relativamente alla scheda di gara n. 8451487/1 e ai Lotti nn. 109, 125 e 126 offerti dalla Ditta Carbini (la cui campionatura è stata presentata oltre il termine perentorio previsto dalla documentazione di gara , come risulta dalla nota trasmessa dal Magazzino della S.C. di Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e conservata agli atti della pratica), la Commissione ha proposto l'esclusione della citata Ditta Carbini, in applicazione del principio della *par condicio* dei concorrenti, avendo valutando che “ *La campionatura costituisce imprescindibile elemento valutativo dell'offerta per comprovare l'effettiva idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze richieste anche in ragione degli interessi pubblici sottesi*”.

A conclusione dei lavori la Commissione dà atto che per ciascuna scheda di gara e ciascun lotto risulta la seguente situazione:

**8451487 – Scheda di gara Prezzo/Qualità:**

**LOTTO 3:**

**DITTA**

**PUNTEGGIO**

AMBU SRL

70

FLEXICARE SRL

42

**LOTTO 5:**

**PUNTEGGIO**

**DITTA**

SANITER BICE MARIOTTINI SRL

70

**LOTTO 6:**

**PUNTEGGIO**

**DITTA**

SANITER BICE MARIOTTINI SRL

70

**LOTTO 7**

**PUNTEGGIO**

**DITTA**

MEDTRONIC ITALIA SPA

70

SANITER BICE MARIOTTINI SRL

52

**LOTTO 8**

**PUNTEGGIO**

**DITTA**

ALEA SRL

50

DEAS SRL

50

MEDTRONIC	70
MEHOS SRL	60
SANITER BICE MARIOTTINI SRL	70
SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	58

**LOTTO 9**

**PUNTEGGIO**

**DITTA**

ALEA SRL	56
DEAS SRL	56
MEDTRONIC ITALIA SPA	70
MEHOS SRL	66
SANITER BICE MARIOTTINI SRL	70
SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	64

**LOTTO 10**

**PUNTEGGIO**

**DITTA**

MEDTRONIC ITALIA SPA	64
SANITER BICE MARIOTTINI SRL	70
SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	ESCLUSA

**LOTTO 12**

**PUNTEGGIO**

**DITTA**

MEDITRONIC ITALIA SPA	70
-----------------------	----

MEHOS SRL	70
SANITER BICE MARIOTTINI SRL	70
SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	70

**LOTTO 13**

**PUNTEGGIO**

**DITTA**

SANITER BICE MARIOTTINI	70
-------------------------	----

**LOTTO 14**

**PUNTEGGIO**

**DITTA**

MEDTRONIC ITALIA SPA	70
SANITER MEDICAL ITALY SRL	ESCLUSA

**LOTTO 15**

**PUNTEGGIO**

**DITTA**

ALEA SRL	62
DAHLHAUSEN ITALY SRL	62
DEAS SRL	60
INTERSURGICAL SRL	60
MEDTRONIC ITALIA SPA	70
MEHOS SRL	60
SANITER BICE MARIOTTINI SRL	60
SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	60

**LOTTO 17**

DITTA

COOK SRL

MEHOS SRL

SANITER BICE MARIOTTINI SRL

**PUNTEGGIO**

60

39,5 - ESCLUSA

17,5 – ESCLUSA

**LOTTO 24**

DITTA

SANITER BICE MARIOTTINI

SMITHS MEDICAL ITALIA SRL

**PUNTEGGIO**

ESCLUSA

70

**LOTTO 25**

DITTA

SMITHS MEDICAL ITALIA SRL

**PUNTEGGIO**

70

**LOTTO 26**

DITTA

MEDTRONIC ITALIA SRL

**PUNTEGGIO**

70

**LOTTO 60**

DITTA

COOK SRL

**PUNTEGGIO**

45

**LOTTO 62**

**DITTA**

COOK SRL

MEHOS

SANITER BICE MARIOTTINI SRL

SMITHS MEDICAL ITALIA SRL

**PUNTEGGIO**

58

29 - ESCLUSA

ESCLUSA

65

**LOTTO 63**

**DITTA**

DEAS SRL

MEHOS

SMITHS MEDICAL ITALIA SRL

**PUNTEGGIO**

64

19 - ESCLUSA

70

**LOTTO 67**

**DITTA**

DEAS SRL

MEDTRONIC ITALIA SPA

MEHOS SRL

SANITER BICE MARIOTTINI SRL

**PUNTEGGIO**

36 - ESCLUSA

70

36 - ESCLUSA

60

**LOTTO 68**

**DITTA**

AIR LIQUIDE SRL

**PUNTEGGIO**

ESCLUSA

DEAS SRL 60

MEDTRONIC ITALIA SPA 70

**LOTTO 69**

**PUNTEGGIO**

DITTA

MEDTRONIC ITALIA SPA 70

**LOTTO 70**

**PUNTEGGIO**

DITTA

AIR LIQUIDE SRL ESCLUSA

ALSE MEDICA SRL 60

MEDTRONIC ITALIA SPA 60

MEHOS SRL 28-ESCLUSA

**LOTTO 80**

**PUNTEGGIO**

DITTA

AIR LIQUIDE SRL ESCLUSA

ALEA SRL 70

AMBU 70

BENEFIS 28- ESCLUSA

DAHLHAUSEN ITALY SRL 55

FLEXICARE 70

INTERSURGICAL 70

MEDIVAL 70

MEDTRONIC ITALIA SPA ESCLUSA

MEHOS SRL 32 – ESCLUSA

SMITHS MEDICAL ITALIA SRL 70

**LOTTO 81**

**PUNTEGGIO**

DITTA

ALSE MEDICA SRL 70

AMBU 42

BENEFIS 26 - ESCLUSA

**LOTTO 82**

**PUNTEGGIO**

DITTA

ALSE MEDICA SRL 70

DIMAR 61

HAROL SRL 70

**LOTTO 83**

**PUNTEGGIO**

DITTA

ALSE MEDICA SRL 70

DIMAR 46

HAROL SRL 36 - ESCLUSA

**LOTTO 85**

DITTA

AIR LIQUIDE SRL

MEDICAIR CENTRO SRL

MPM ITALIA

**PUNTEGGIO**

ESCLUSA

40 - ESCLUSA

40 – ESCLUSA

**LOTTO 86**

DITTA

AIR LIQUIDE SRL

**PUNTEGGIO**

ESCLUSA

**LOTTO 87**

DITTA

AIR LIQUIDE SRL

**PUNTEGGIO**

ESCLUSA

**LOTTO 88**

DITTA

AIR LIQUIDE SRL

**PUNTEGGIO**

ESCLUSA

**LOTTO 89**

DITTA

AIR LIQUIDE SRL

DIMAR

MPM ITALIA SRL

**PUNTEGGIO**

ESCLUSA

70

40 – ESCLUSA

TAU MEDICA

ESCLUSA

**LOTTO 90**

**PUNTEGGIO**

DITTA

AIR LIQUIDE SRL

ESCLUSA

DIMAR

70

**LOTTO 91**

**PUNTEGGIO**

DITTA

AIR LIQUIDE SRL

ESCLUSA

DIMAR

70

MEDICAIR CENTRO SRL

70

**LOTTO 92**

**PUNTEGGIO**

DITTA

AIR LIQUIDE SRL

ESCLUSA

DIMAR

70

MEDICAIR CENTRO SRL

70

**LOTTO 93**

**PUNTEGGIO**

DITTA

AIR LIQUIDE SRL

ESCLUSA

ALSE MEDICA

60

DIMAR 54

**LOTTO 94**

**PUNTEGGIO**

DITTA

ALSE MEDICA

60

DIMAR

54

**LOTTO 95**

**PUNTEGGIO**

DITTA

ALSE MEDICA

70

DIMAR

64

**LOTTO 96**

**PUNTEGGIO**

DITTA

ALSE MEDICA

70

DIMAR

64

**LOTTO 97**

**PUNTEGGIO**

DITTA

AIR LIQUIDE SRL

ESCLUSA

ALSE MEDICA

70

HAROL SRL

70

DIMAR

58

**LOTTO 98**

DITTA

AIR LIQUIDE SRL

MEDICAIR CENTRO SRL

MPM ITALIA SRL

**PUNTEGGIO**

ESCLUSA

60

60

**LOTTO 99**

DITTA

ALSE MEDICA

DIMAR

HAROL

VYGON

**PUNTEGGIO**

70

70

ESCLUSA

ESCLUSA

**LOTTO 113**

DITTA

ALSE MEDICA

DEAS SRL

FLEXICARE

MEDTRONIC

SANITER BICA MARIOTTINI

**PUNTEGGIO**

70

70

ESCLUSA

60

60

**LOTTO 114**

DITTA

AIR LIQUIDE SRL

AMBU SRL

BENEFIS

FLEXICARE

INTERSURGICAL

**PUNTEGGIO**

ESCLUSA

50

60

50

50

**LOTTO 115**

DITTA

BENEFIS

**PUNTEGGIO**

70

**LOTTO 122**

DITTA

FLEXICARE

**PUNTEGGIO**

70

**LOTTO 128**

DITTA

MEDIVAL

**PUNTEGGIO**

70

**LOTTO 129**

DITTA

ALEA

**PUNTEGGIO**

70

DAHLHAUSEN	70
FLEXICARE	ESCLUSA
MEDIVAL	70
MEDTRONIC	70

**LOTTO 138**

**PUNTEGGIO**

DITTA	
BURKE E BURKE	70

**LOTTO 142**

**PUNTEGGIO**

DITTA	
COLMA	70

**LOTTO 143**

**PUNTEGGIO**

DITTA	
OLYMPUS	70

**LOTTO 148**

**PUNTEGGIO**

DITTA	
AMBU	70
MEDTRONIC	70
MEHOS	70

**8451487/1 – Scheda di gara Minor prezzo:**

**LOTTO 2 :**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

BENEFIS SRL

CONFORME

DEAS SRL

CONFORME

INTERSURGICAL SPA

CONFORME

SMITHS MEDICA ITALIA

CONFORME

TAU MEDICA SRL

CONFORME

**LOTTO 4 :**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

ALSE MEDICA SRL

CONFORME

**LOTTO 11 :**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

SANITER BICE MARIOTTINI SRL

CONFORME

**LOTTO 16 :**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

ALEA

CONFORME

BENEFIS SRL

CONFORME

DHALHAUSEN ITALY SRL

CONFORME

DEAS SRL

CONFORME

INTERUSRGICAL SPA

NONCONFORME

MEDTRONIC ITALIA SPA

CONFORME

SANITER BICE MARIOTTINI SRL

CONFORME

**LOTTO 19 :**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

DEAS SRL

CONFORME

MEDTRONIC ITALIA SPA

CONFORME

SANITER BICE MARIOTTINI

CONFORME

**LOTTO 20 :**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

COOK SRL

CONFORME

SANITER BICE MARIOTTINI

CONFORME

**LOTTO 21 :**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

COOK SRL

CONFORME

**LOTTO 22 :**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

SANITER BICE MARIOTTINI

CONFORME

**LOTTO 23 :**

**DITTA**

SANITER BICE MARIOTTINI

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 30 :**

**DITTA**

MEHOS SRL

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 31 :**

**DITTA**

MEDTRONIC ITALIA SPA

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 32 :**

**DITTA**

MEDTRONIC ITALIA SPA

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 33 :**

**DITTA**

ALEA SRL

MEDTRONIC ITALIA SPA

**GIUDIZIO**

NON CONFORME

CONFORME

**LOTTO 34 :**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

MEDTRONIC ITALIA SPA

CONFORME

**LOTTO 35:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

MEDTRONIC ITALIA SPA

CONFORME

**LOTTO 36:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

MEDTRONIC ITALIA SPA

CONFORME

**LOTTO 37:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

MEDTRONIC ITALIA SPA

CONFORME

**LOTTO 38:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

MEDTRONIC ITALIA SPA

CONFORME

**LOTTO 39:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

MEDTRONIC ITALIA SPA

CONFORME

**LOTTO 40:**

**DITTA**

MEDTRONIC ITALIA SPA

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 41:**

**DITTA**

MEDTRONIC ITALIA SPA

MEHOS SRL

**GIUDIZIO**

CONFORME

NON CONFORME

**LOTTO 42:**

**DITTA**

MEDTRONIC ITALIA SPA

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 43:**

**DITTA**

MEHOS SRL

SANITER BICE MARIOTTINI

**GIUDIZIO**

NON CONFORME

CONFORME

**LOTTO 44:**

**DITTA**

MEHOS SRL

SANITER BICE MARIOTTINI

**GIUDIZIO**

NON VALUTABILE

CONFORME

**LOTTO 45:**

**DITTA**

MEHOS SRL

SANITER BICE MARIOTTINI

**GIUDIZIO**

NON CONFORME

CONFORME

**LOTTO 46:**

**DITTA**

MEHOS SRL

SANITER BICE MARIOTTINI

**GIUDIZIO**

NON CONFORME

CONFORME

**LOTTO 47:**

**DITTA**

SANITER BICE MARIOTTINI

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 48:**

**DITTA**

MEDTRONIC ITALIA SPA

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 50:**

**DITTA**

SANITER BICE MARIOTTINI

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 52:**

**DITTA**

MEHOS SRL

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 54:**

**DITTA**

SANITER BICE MARIOTTINI

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 55:**

**DITTA**

MEDTRONIC ITALIA SPA

MEHOS SPA

**GIUDIZIO**

CONFORME

NON CONFORME

**LOTTO 56:**

**DITTA**

SMITHS MEDICAL ITALIA

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 57:**

**DITTA**

MEDIVAL

MEDTRONIC ITALIA SPA

**GIUDIZIO**

CONFORME

CONFORME

**LOTTO 59:**

**DITTA**

ALEA SRL

BIOPSYBELL

DEAS SRL

MEDIVAL

MEDTRONIC ITALIA SPA

**GIUDIZIO**

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

**LOTTO 61:**

**DITTA**

SANITER BICE MARIOTTINI

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 64:**

**DITTA**

MEHOS SRL

SANITER BICE MARIOTTINI

**GIUDIZIO**

CONFORME

CONFORME

**LOTTO 65:**

**DITTA**

MEHOS SRL

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 66:**

**DITTA**

COOK ITALIA SRL

MEHOS SRL

VYGON

**GIUDIZIO**

CONFORME

NON CONFORME

NON CONFORME

**LOTTO 72:**

**DITTA**

FLEXICARE SRL

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 75:**

**DITTA**

DEAS SRL

FLEXICARE

MEHOS

MEDTRONIC ITALIA SPA

SAITER BICE MARIOTTINI

**GIUDIZIO**

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

**LOTTO 76:**

**DITTA**

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM

ALSE MEDICA SRL

DEAS SRL

**GIUDIZIO**

ESCLUSA

CONFORME

NON CONFORME

MEHOS

NON CONFORME

MEDTRONIC ITALIA SPA

CONFORME

SANITER BICE MARIOTTINI

NON CONFORME

**LOTTO 78:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

ALSE MEDICA SRL

CONFORME

BENEFIS SRL

CONFORME

**LOTTO 79:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

BENEFIS SRL

CONFORME

SANITER BICE MARIOTTINI

CONFORME

**LOTTO 84:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

ALSE MEDICA SRL

CONFORME

DIMAR SRL

CONFORME

HAROLS RL

CONFORME

**LOTTO 100:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

DIMAR SRL

CONFORME

VYGON ITALIA

CONFORME

**LOTTO 101:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

BENEFIS SRL

CONFORME

FIAB SPA

CONFORME

**LOTTO 102:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM

ESCLUSA

BENEFIS SRL

CONFORME

FIAB SPA

CONFORME

FLEXICARE SRL

CONFORME

**LOTTO 104:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

MEDIVAL SRL

CONFORME

**LOTTO 105:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

BENEFIS SRL

CONFORME

FIAB SPA

CONFORME

INTERSURGICAL SPA

CONFORME

**LOTTO 106:**

**DITTA**

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM

BENEFIS SRL

DEAS

FIAB SPA

FLEXICARE SRL

**GIUDIZIO**

ESCLUSA

NON CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

**LOTTO 107:**

**DITTA**

BENEFIS SRL

DEAS

FIAB SPA

FLEXICARE SRL

INTERUSRGICAL SPA

MEDLINE

MEDTRONIC

**GIUDIZIO**

NON CONFORME

NON CONFORME

NON CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

NON CONFORME

**LOTTO 108:**

**DITTA**

ALSE MEDICA

BENEFIS SRL

DEAS

**GIUDIZIO**

CONFORME

CONFORME

CONFORME

FLEXICARE SRL

CONFORME

MEDIVAL

CONFORME

MEDLINE

CONFORME

MEDTRONIC

CONFORME

**LOTTO 109:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

ALSE MEDICA

CONFORME

BENEFIS SRL

CONFORME

CARBINI

ESCLUSA

DHALHAUSEN

CONFORME

FLEXICARE SRL

CONFORME

MEDLINE

CONFORME

MEDTRONIC

CONFORME

**LOTTO 110:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

SMITHS MEDICAL

CONFORME

MPM ITALIA

CONFORME

**LOTTO 111:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

FLEXICARE

CONFORME

MEDTRONIC

CONFORME

SANITER BICE MARIOTTINI

CONFORME

**LOTTO 116:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

ALSE MEDICA

NON CONFORME

DEAS

NON CONFORME

FLEXICARE SRL

NON CONFORME

MEDTRONIC

CONFORME

MEHOS

CONFORME

**LOTTO 117:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

INTERSURGICAL

NON CONFORME

MEDTRONIC

CONFORME

SANITER BICE MARIOTTINI

NON CONFORME

**LOTTO 118:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

ALSE MEDICA

CONFORME

DEAS SRL

NON CONFORME

FLEXICARE SRL

NON CONFORME

MEDTRONIC

CONFORME

MEHOS

CONFORME

SANITER BICE MERIOTTINI

CONFORME

**LOTTO 119:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

ALSE MEDICA

NON CONFORME

DEAS SRL

NON CONFORME

FLEXICARE SRL

NON CONFORME

MEDTRONIC

CONFORME

PALL ITALIA

CONFORME

SANITER BICE MERIOTTINI

NON CONFORME

**LOTTO 120:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

AIR LIQUIDE

ESCLUSA

DEAS SRL

NON CONFORME

FLEXICARE SRL

NON CONFORME

MEDIVAL

CONFORME

MEDTRONIC

NON CONFORME

MEHOS

NON CONFORME

SANITER BICE MARIOTTINI

CONFORME

**LOTTO 121:**

**DITTA**

AIR LIQUIDE

SANITER BICE MARIOTTINI

**GIUDIZIO**

ESCLUSA

CONFORME

**LOTTO 123:**

**DITTA**

AIR LIQUIDE

ALSE MEDICA

BIOPSYBELL

DEAS SRL

FLEXICARE

MEDIVAL

MEDTRONIC

MEHOS

SMITHS MEDICAL

**GIUDIZIO**

ESCLUSA

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

**LOTTO 124:**

**DITTA**

BIOP SYBELL

FLEXICARE

MEDIVAL

**GIUDIZIO**

CONFORME

NON CONFORME

NON CONFORME

**LOTTO 125:**

**DITTA**

BENEFIS

CARBINI

**GIUDIZIO**

CONFORME

ESCLUSA

**LOTTO 126:**

**DITTA**

BENEFIS

CARBINI

**GIUDIZIO**

CONFORME

ESCLUSA

**LOTTO 127:**

**DITTA**

AIR LIQUIDE

**GIUDIZIO**

ESCLUSA

**LOTTO 130:**

**DITTA**

BENEFIS

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 131:**

**DITTA**

BENEFIS

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 132:**

**DITTA**

CAIR ITALIA

DEAS

MEDIVAL

MEDTRONIC

VYGON ITALIA

**GIUDIZIO**

CONFORME

CONFORME

ESCLUSA

CONFORME

CONFORME

**LOTTO 133:**

**DITTA**

MG LORENZATTO

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 134:**

**DITTA**

MG LORENZATTO

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 135:**

**DITTA**

SMITHS MEDICAL

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 136:**

**DITTA**

BENEFIS

**GIUDIZIO**

CONFORME

DEAS SRL

CONFORME

MPM ITALIA

NON CONFORME

MEDTRONIC

CONFORME

**LOTTO 137:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

CAIR ITALIA

CONFORME

**LOTTO 139:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

DEAS SRL

CONFORME

SANITER BICE MARIOTTINI

CONFORME

**LOTTO 140:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

DEAS SRL

CONFORME

SANITER BICE MARIOTTINI

CONFORME

**LOTTO 141:**

**DITTA**

**GIUDIZIO**

FLEXICARE

CONFORME

**LOTTO 145:**

**DITTA**

COLMA

**GIUDIZIO**

CONFORME

**LOTTO 150:**

**DITTA**

DEAS SRL

**GIUDIZIO**

CONFORME

La Commissione dà atto che per la scheda di gara n. 8451487, relativamente ai Lotti nn 27-27-29-71-73-74-146-149 e per la scheda di gara n. 8451487/1, relativamente ai Lotti nn. 1-18-49-51-53-58-77-103-112-144-147 non è pervenuta alcuna offerta.

Successivamente la Comm.ne dando atto di aver concluso la valutazione tecnica dei Lotti relativi alla scheda di gara n. 8451487 (qualità/prezzo) e n. 8451487/1 (minor prezzo), consegna gli atti al segretario verbalizzante per i conseguenti adempimenti.

Il Presidente alle ore 13,00 dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.


Dott. Fabrizio Armando Ferilli – in qualità di Presidente

Dott. Mattia Meattelli – in qualità di Membro

Dott. ssa Binella Calarota – in qualità di Membro

Dott.ssa Valentina Valentini – Segretario verbalizzante

LOTTO 75	DESCRIZIONE	DITTA DEAS SRL	FLEXICARE SRL	DITTA MEHOS	DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA	DITTA SANITER BICE MARIOTTINI SRL
CATETERE MOUNT MONOUSO ADULTO, PEDIATRICO E NEONATALE	Catetere mount con raccordo di Cobb 15F 22M, girevole nei due sensi, con foro per bronco aspirazione in linea con l'accesso al tubo tracheale dotato di otturatore in gomma e tappo in gomma rimovibile per l'accesso agevole di sonde di maggiori dimensioni. In PVC trasparente non elettroconduttore, corrugato esternamente con interno liscio. Lunghezza cm 5, 10 e 15. Sterile, in confezione singola.	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME






LOTTO 76	DESCRIZIONE	AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM SRL	DITTA ALSE MEDICA SRL	DITTA DEAS SRL	DITTA MEMOS	DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA	DITTA SANITER BICE MARIOTTINI SRL
CATERE MOUNT MONOUSO ESTENSIBILE	Caterere mount estensibile di circa 7 cm x circa 16 cm, con accordo di Gabb. USE 23M, applicabile nel due anni, con l'eventuale applicazione in linea con l'accesso al tubo tracheale dotato di rotatore in gomma e tappo in gomma rimovibile per l'accesso allepoie di sonde di maggior dimensioni. In PVC trasparente non elettroconduttore, corrugato esternamente con interno liscio. Sterile. In confezione singola.	DITTA EGUISA PER MANCATO INVIO DELLA CAMPIONATURA NEI TERMINI PREVISTI ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (ART. 6 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA), IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDUCO DEI CONCORRENTI, LA CAMPIONATURA COSTITUISCE IMPRESCRIBIBILE ELEMENTO VALUTATIVO DELL'OFFERTA PER CONFERMARE L'EFFETTIVA IDENTITA' DEL PRODOTTO A SODDISFARNE LE ESIGENZE INCANATE ANCHE IN MODONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI SOTTESI	CONFORME	NON CONFORME, LA DITTA HA OFFERTO UN CATERE MOUNT ESTENSIBILE DA 8 A 14 CM, NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO NEL CAPITOLATO TECNICO DI GARA	NON CONFORME, LA DITTA HA OFFERTO UN CATERE MOUNT ESTENSIBILE DA 8 A 15 CM, NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO NEL CAPITOLATO TECNICO DI GARA	CONFORME	NON CONFORME, LA DITTA HA OFFERTO UN CATERE MOUNT ESTENSIBILE DA 9 A 15 CM, NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO NEL CAPITOLATO TECNICO DI GARA






LOTTO 101	DESCRIZIONE	DITTA BENEFIS SRL	DITTA FIAB SPA
<p>MASCHERA OSSIGENO VENTURI MONOPAZIENTE ADULTO E PEDIATRICO</p>	<p>Maschere per ossigeno terapia monopaziente tipo Venturi: in materiale plastico di grado medicale morbido, antidecubito, trasparenti, complete di prolunga di 2 metri circa, con stringinaso traumatico regolabile, bordo curvo morbido che si adatta bene al viso e che non crea irritazioni, fornito di elastico morbido, regolabile, per il mantenimento della maschera al viso. Deve erogare concentrazioni prefissate di ossigeno sfruttando l'effetto Venturi, deve essere dotata di un tubo corrugato flessibile della lunghezza di circa 15 cm cui viene collegato il miscelatore Venturi e fornita con una gamma di parzializzatori che consenta erogazione di varie concentrazioni tra il 24 e 60%. Deve essere indicato sui differenti connettori il flusso di ossigeno necessario per ottenere la percentuale scelta espresso in litri al minuto. In confezione singola. Tutte le misure comprese le pediatriche e neonatali.</p>	<p>CONFORME</p>	<p>CONFORME</p>



LOTTO 104	DESCRIZIONE	DITTA MEDIVAL SRL
MASCHERA OSSIGENO NO REBREATHING MONOPAZIENTE ADULTO E PEDIATRICO	<p>Maschera aperta per ossigenoterapia con riduzione del rebreathing della CO2 e possibilità di utilizzare flussi molto elevati di O2 (fino a 30 l/min) raggiungendo FiO2 &gt; 60%: in materiale plastico di grado medicale morbido, antidecubito, trasparenti, complete di prolunga di 2 metri circa, con stringinaso atraumatico regolabile, bordo curvo morbido che si adatta bene al viso e che non crei irritazioni, fornito di elastico morbido, regolabile, per il mantenimento della maschera al viso. Con fori di diametro elevato sulla maschera che consentono di eseguire manovre invasive in O2 ad alto flusso, riduzione del senso di claustrofobia. In confezione singola. Tutte le misure comprese le pediatriche e neonatali.</p>	CONFORME



LOTTO 105	DESCRIZIONE	DITTA BENEFIS SRL	DITTA FIAB SPA	DITTA INTERSURGICAL SPA
<p>OCCHIALI OSSIGENO MONOPAZIENTE ADULTO E PEDIATRICO</p>	<p>Cannule Nasali per ossigenoterapia (occhiali) con linguetta para-labbro anatomica, beccucci nasali ricurvi e morbidi per adattarsi al profilo anatomico del naso, con tubo di raccordo alla fonte di ossigeno di circa 2m. In confezione singola. Tutte le misure comprese le pediatriche e neonatali.</p>	<p>CONFORME</p>	<p>CONFORME</p>	<p>CONFORME</p>


LOTTO 106	DESCRIZIONE	DITTA AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL	DITTA BENERIS SRL	DITTA DEAS SRL	DITTA FIAB SPA	DITTA FLEXICARE SRL
RACCORDO OSSIGNOTERAPIA	Tubi di connessione monouso per ossigenoterapia in materiale plastico di grado medicale, flessibile, disponibili con connessione F/F e M/F, lunghezza circa 2 m. In confezione singola.	DITTA ESCLUSA PER MANCATO INVIO DELLA CAMPIONATURA NEI TERMINI PREVISTI ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (ART. 6 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA), IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARCONDIZIONE DEI CONCORRENTI, LA CAMPIONATURA COSTITUISCE IMPRESCINDIBILE ELEMENTO VALUTATIVO DELL'OFFERTA PER COMPROVARE L'EFFETTIVA IDONEITA' DEL PRODOTTO A SODDISFARE LE ESIGENZE RICHIESTE ANCHE IN RAGIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI SOTTESI	NON CONFORME, LA DITTA HA OFFERTO UN PRODOTTO CHE PRESENTA COMMISSIONE F/F E NO M/F COME RIPORTATO NEL CAPITOLATO DI GARA.	CONFORME	CONFORME	CONFORME


LOTTO 107	DESCRIZIONE	DITTA BENEFIS SRL	DITTA DEAS SRL	DITTA FIAB SPA	DITTA FLEXICARE SRL	DITTA INTENSURIGICAL SPA	DITTA MEDINE INTERNATIONAL ITALY SRL	DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA
KIT MONOPOLIZIANTE PER ALESSI, TEMPA ADULTO E PEDIATRICO	Kit per aerosolterapia monopulzante con maschera: in PVC o altro materiale plastico di grado medico, con ampolla per farmaco, traspirante, graduata in un volume circa 10 ml, con tubo di connessione alla fonte di ossigeno antischiusamento di circa 2 m. Nebulizzazione delle particelle inferiore a 3 micron, utilizzabile in posizione sia verticale sia orizzontale, minimo volume residuo in posizione eretta: 10 mg/ml, tube filtrate e compresse e pedali che e accessori.	NON CONFORME LA DITTA HA OFFERTO UN PRODOTTO CON NEBULIZZAZIONE DELLE PARTICELLE A 5 MICRON NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO NEL CAPITOLATO TECNICO DI GARA	NON CONFORME LA DITTA HA OFFERTO UN PRODOTTO CON NEBULIZZAZIONE DELLE PARTICELLE DIAMETRO MEDIO 4,88 MILLIMICRON, VOLUME DI 6 ML NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO NEL CAPITOLATO TECNICO DI GARA	NON CONFORME LA DITTA HA OFFERTO UN PRODOTTO CON NEBULIZZAZIONE DELLE PARTICELLE INFERIORE A 5 MICRON, VOLUME DI 6 ML, NON HA OFFERTO MISURA FIDATIFICA, NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO NEL CAPITOLATO TECNICO DI GARA	CONFORME	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME, LA DITTA HA OFFERTO UN PRODOTTO CHE PRESENTA AMPIOLTAZIONE IN POSIZIONE ORIZZONTALE

LOTTO 108	DESCRIZIONE	DITTA ALSE MEDICA SRL	DITTA BENEFIS SRL	DITTA DEAS SRL	DITTA FLEXICARE SRL	DITTA MEDIVAL	DITTA MEDICINE INTERNATIONAL ITALY SRL	DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA
REINIZIAZIONE INDIPAZIENTE PER AEMCOOL TERAPIA	Reiniziazione di particelle (2,5 micron) in materiale plastico rigido trasparente; ad alta prestazione sia in posizione verticale che orizzontale; con attacco adatto alla maggior parte degli apparecchi per ultrasuoni (20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/190/200/210/220/230/240/250/260/270/280/290/300/310/320/330/340/350/360/370/380/390/400/410/420/430/440/450/460/470/480/490/500/510/520/530/540/550/560/570/580/590/600/610/620/630/640/650/660/670/680/690/700/710/720/730/740/750/760/770/780/790/800/810/820/830/840/850/860/870/880/890/900/910/920/930/940/950/960/970/980/990/1000/1010/1020/1030/1040/1050/1060/1070/1080/1090/1100/1110/1120/1130/1140/1150/1160/1170/1180/1190/1200/1210/1220/1230/1240/1250/1260/1270/1280/1290/1300/1310/1320/1330/1340/1350/1360/1370/1380/1390/1400/1410/1420/1430/1440/1450/1460/1470/1480/1490/1500/1510/1520/1530/1540/1550/1560/1570/1580/1590/1600/1610/1620/1630/1640/1650/1660/1670/1680/1690/1700/1710/1720/1730/1740/1750/1760/1770/1780/1790/1800/1810/1820/1830/1840/1850/1860/1870/1880/1890/1900/1910/1920/1930/1940/1950/1960/1970/1980/1990/2000/2010/2020/2030/2040/2050/2060/2070/2080/2090/2100/2110/2120/2130/2140/2150/2160/2170/2180/2190/2200/2210/2220/2230/2240/2250/2260/2270/2280/2290/2300/2310/2320/2330/2340/2350/2360/2370/2380/2390/2400/2410/2420/2430/2440/2450/2460/2470/2480/2490/2500/2510/2520/2530/2540/2550/2560/2570/2580/2590/2600/2610/2620/2630/2640/2650/2660/2670/2680/2690/2700/2710/2720/2730/2740/2750/2760/2770/2780/2790/2800/2810/2820/2830/2840/2850/2860/2870/2880/2890/2900/2910/2920/2930/2940/2950/2960/2970/2980/2990/3000/3010/3020/3030/3040/3050/3060/3070/3080/3090/3100/3110/3120/3130/3140/3150/3160/3170/3180/3190/3200/3210/3220/3230/3240/3250/3260/3270/3280/3290/3300/3310/3320/3330/3340/3350/3360/3370/3380/3390/3400/3410/3420/3430/3440/3450/3460/3470/3480/3490/3500/3510/3520/3530/3540/3550/3560/3570/3580/3590/3600/3610/3620/3630/3640/3650/3660/3670/3680/3690/3700/3710/3720/3730/3740/3750/3760/3770/3780/3790/3800/3810/3820/3830/3840/3850/3860/3870/3880/3890/3900/3910/3920/3930/3940/3950/3960/3970/3980/3990/4000/4010/4020/4030/4040/4050/4060/4070/4080/4090/4100/4110/4120/4130/4140/4150/4160/4170/4180/4190/4200/4210/4220/4230/4240/4250/4260/4270/4280/4290/4300/4310/4320/4330/4340/4350/4360/4370/4380/4390/4400/4410/4420/4430/4440/4450/4460/4470/4480/4490/4500/4510/4520/4530/4540/4550/4560/4570/4580/4590/4600/4610/4620/4630/4640/4650/4660/4670/4680/4690/4700/4710/4720/4730/4740/4750/4760/4770/4780/4790/4800/4810/4820/4830/4840/4850/4860/4870/4880/4890/4900/4910/4920/4930/4940/4950/4960/4970/4980/4990/5000/5010/5020/5030/5040/5050/5060/5070/5080/5090/5100/5110/5120/5130/5140/5150/5160/5170/5180/5190/5200/5210/5220/5230/5240/5250/5260/5270/5280/5290/5300/5310/5320/5330/5340/5350/5360/5370/5380/5390/5400/5410/5420/5430/5440/5450/5460/5470/5480/5490/5500/5510/5520/5530/5540/5550/5560/5570/5580/5590/5600/5610/5620/5630/5640/5650/5660/5670/5680/5690/5700/5710/5720/5730/5740/5750/5760/5770/5780/5790/5800/5810/5820/5830/5840/5850/5860/5870/5880/5890/5900/5910/5920/5930/5940/5950/5960/5970/5980/5990/6000/6010/6020/6030/6040/6050/6060/6070/6080/6090/6100/6110/6120/6130/6140/6150/6160/6170/6180/6190/6200/6210/6220/6230/6240/6250/6260/6270/6280/6290/6300/6310/6320/6330/6340/6350/6360/6370/6380/6390/6400/6410/6420/6430/6440/6450/6460/6470/6480/6490/6500/6510/6520/6530/6540/6550/6560/6570/6580/6590/6600/6610/6620/6630/6640/6650/6660/6670/6680/6690/6700/6710/6720/6730/6740/6750/6760/6770/6780/6790/6800/6810/6820/6830/6840/6850/6860/6870/6880/6890/6900/6910/6920/6930/6940/6950/6960/6970/6980/6990/7000/7010/7020/7030/7040/7050/7060/7070/7080/7090/7100/7110/7120/7130/7140/7150/7160/7170/7180/7190/7200/7210/7220/7230/7240/7250/7260/7270/7280/7290/7300/7310/7320/7330/7340/7350/7360/7370/7380/7390/7400/7410/7420/7430/7440/7450/7460/7470/7480/7490/7500/7510/7520/7530/7540/7550/7560/7570/7580/7590/7600/7610/7620/7630/7640/7650/7660/7670/7680/7690/7700/7710/7720/7730/7740/7750/7760/7770/7780/7790/7800/7810/7820/7830/7840/7850/7860/7870/7880/7890/7900/7910/7920/7930/7940/7950/7960/7970/7980/7990/8000/8010/8020/8030/8040/8050/8060/8070/8080/8090/8100/8110/8120/8130/8140/8150/8160/8170/8180/8190/8200/8210/8220/8230/8240/8250/8260/8270/8280/8290/8300/8310/8320/8330/8340/8350/8360/8370/8380/8390/8400/8410/8420/8430/8440/8450/8460/8470/8480/8490/8500/8510/8520/8530/8540/8550/8560/8570/8580/8590/8600/8610/8620/8630/8640/8650/8660/8670/8680/8690/8700/8710/8720/8730/8740/8750/8760/8770/8780/8790/8800/8810/8820/8830/8840/8850/8860/8870/8880/8890/8900/8910/8920/8930/8940/8950/8960/8970/8980/8990/9000/9010/9020/9030/9040/9050/9060/9070/9080/9090/9100/9110/9120/9130/9140/9150/9160/9170/9180/9190/9200/9210/9220/9230/9240/9250/9260/9270/9280/9290/9300/9310/9320/9330/9340/9350/9360/9370/9380/9390/9400/9410/9420/9430/9440/9450/9460/9470/9480/9490/9500/9510/9520/9530/9540/9550/9560/9570/9580/9590/9600/9610/9620/9630/9640/9650/9660/9670/9680/9690/9700/9710/9720/9730/9740/9750/9760/9770/9780/9790/9800/9810/9820/9830/9840/9850/9860/9870/9880/9890/9900/9910/9920/9930/9940/9950/9960/9970/9980/9990/10000/10001/10002/10003/10004/10005/10006/10007/10008/10009/10010/10011/10012/10013/10014/10015/10016/10017/10018/10019/10020/10021/10022/10023/10024/10025/10026/10027/10028/10029/10030/10031/10032/10033/10034/10035/10036/10037/10038/10039/10040/10041/10042/10043/10044/10045/10046/10047/10048/10049/10050/10051/10052/10053/10054/10055/10056/10057/10058/10059/10060/10061/10062/10063/10064/10065/10066/10067/10068/10069/10070/10071/10072/10073/10074/10075/10076/10077/10078/10079/10080/10081/10082/10083/10084/10085/10086/10087/10088/10089/10090/10091/10092/10093/10094/10095/10096/10097/10098/10099/10100/10101/10102/10103/10104/10105/10106/10107/10108/10109/10110/10111/10112/10113/10114/10115/10116/10117/10118/10119/10120/10121/10122/10123/10124/10125/10126/10127/10128/10129/10130/10131/10132/10133/10134/10135/10136/10137/10138/10139/10140/10141/10142/10143/10144/10145/10146/10147/10148/10149/10150/10151/10152/10153/10154/10155/10156/10157/10158/10159/10160/10161/10162/10163/10164/10165/10166/10167/10168/10169/10170/10171/10172/10173/10174/10175/10176/10177/10178/10179/10180/10181/10182/10183/10184/10185/10186/10187/10188/10189/10190/10191/10192/10193/10194/10195/10196/10197/10198/10199/10200/10201/10202/10203/10204/10205/10206/10207/10208/10209/10210/10211/10212/10213/10214/10215/10216/10217/10218/10219/10220/10221/10222/10223/10224/10225/10226/10227/10228/10229/10230/10231/10232/10233/10234/10235/10236/10237/10238/10239/10240/10241/10242/10243/10244/10245/10246/10247/10248/10249/10250/10251/10252/10253/10254/10255/10256/10257/10258/10259/10260/10261/10262/10263/10264/10265/10266/10267/10268/10269/10270/10271/10272/10273/10274/10275/10276/10277/10278/10279/10280/10281/10282/10283/10284/10285/10286/10287/10288/10289/10290/10291/10292/10293/10294/10295/10296/10297/10298/10299/10300/10301/10302/10303/10304/10305/10306/10307/10308/10309/10310/10311/10312/10313/10314/10315/10316/10317/10318/10319/10320/10321/10322/10323/10324/10325/10326/10327/10328/10329/10330/10331/10332/10333/10334/10335/10336/10337/10338/10339/10340/10341/10342/10343/10344/10345/10346/10347/10348/10349/10350/10351/10352/10353/10354/10355/10356/10357/10358/10359/10360/10361/10362/10363/10364/10365/10366/10367/10368/10369/10370/10371/10372/10373/10374/10375/10376/10377/10378/10379/10380/10381/10382/10383/10384/10385/10386/10387/10388/10389/10390/10391/10392/10393/10394/10395/10396/10397/10398/10399/10400/10401/10402/10403/10404/10405/10406/10407/10408/10409/10410/10411/10412/10413/10414/10415/10416/10417/10418/10419/10420/10421/10422/10423/10424/10425/10426/10427/10428/10429/10430/10431/10432/10433/10434/10435/10436/10437/10438/10439/10440/10441/10442/10443/10444/10445/10446/10447/10448/10449/10450/10451/10452/10453/10454/10455/10456/10457/10458/10459/10460/10461/10462/10463/10464/10465/10466/10467/10468/10469/10470/10471/10472/10473/10474/10475/10476/10477/10478/10479/10480/10481/10482/10483/10484/10485/10486/10487/10488/10489/10490/10491/10492/10493/10494/10495/10496/10497/10498/10499/10500/10501/10502/10503/10504/10505/10506/10507/10508/10509/10510/10511/10512/10513/10514/10515/10516/10517/10518/10519/10520/10521/10522/10523/10524/10525/10526/10527/10528/10529/10530/10531/10532/10533/10534/10535/10536/10537/10538/10539/10540/10541/10542/10543/10544/10545/10546/10547/10548/10549/10550/10551/10552/10553/10554/10555/10556/10557/10558/10559/10560/10561/10562/10563/10564/10565/10566/10567/10568/10569/10570/10571/10572/10573/10574/10575/10576/10577/10578/10579/10580/10581/10582/10583/10584/10585/10586/10587/10588/10589/10590/10591/10592/10593/10594/10595/10596/10597/10598/10599/10600/10601/10602/10603/10604/10605/10606/10607/10608/10609/10610/10611/10612/10613/10614/10615/10616/10617/10618/10619/10620/10621/10622/10623/10624/10625/10626/10627/10628/10629/10630/10631/10632/10633/10634/10635/10636/10637/10638/10639/10640/10641/10642/10643/10644/10645/10646/10647/10648/10649/10650/10651/10652/10653/10654/10655/10656/10657/10658/10659/10660/10661/10662/10663/10664/10665/10666/10667/10668/10669/10670/10671/10672/10673/10674/10675/10676/10677/10678/10679/10680/10681/10682/10683/10684/10685/10686/10687/10688/10689/10690/10691/10692/10693/10694/10695/10696/10697/10698/10699/10700/10701/10702/10703/10704/10705/10706/10707/10708/10709/10710/10711/10712/10713/10714/10715/10716/10717/10718/10719/10720/10721/10722/10723/10724/10725/10726/10727/10728/10729/10730/10731/10732/10733/10734/10735/10736/10737/10738/10739/10740/10741/10742/10743/10744/10745/10746/10747/10748/10749/10750/10751/10752/10753/10754/10755/10756/10757/10758/10759/10760/10761/10762/10763/10764/10765/10766/10767/10768/10769/10770/10771/10772/10773/10774/10775/10776/10777/10778/10779/10780/10781/10782/10783/10784/10785/10786/10787/10788/10789/10790/10791/10792/10793/10794/10795/10796/10797/10798/10799/10800/10801/10802/10803/10804/10805/10806/10807/10808/10809/10810/10811/10812/10813/10814/10815/10816/10817/10818/10819/10820/10821/10822/10823/10824/10825/10826/10827/10828/10829/10830/10831/10832/10833/10834/10835/10836/10837/10838/10839/10840/10841/10842/10843/10844/10845/10846/10847/10848/10849/10850/10851/10852/10853/10854/10855/10856/10857/10858/10859/10860/10861/10862/10863/10864/10865/10866/10867/10868/10869/10870/10871/10872/10873/10874/10875/10876/10877/10878/10879/10880/10881/10882/10883/10884/10885/10886/10887/10888/10889/10890/10891/10892/10893/10894/10895/10896/10897/10898/10899/10900/10901/10902/10903/10904/10905/10906/10907/10908/10909/10910/10911/10912/10913/10914/10915/10916/10917/10918/10919/10920/10921/10922/10923/10924/10925/10926/10927/10928/10929/10930/10931/10932/10933/10934/10935/10936/10937/10938/10939/10940/10941/10942/10943/10944/10945/10946/10947/10948/10949/10950/10951/10952/10953/10954/10955/10956/10957/10958/10959/10960/10961/10962/10963/10964/10965/10966/10967/10968/10969/10970/10971/10972/10973/10974/10975/10976/10977/10978/10979/10980/10981/10982/10983/10984/10985/10986/10987/10988/10989/10990/10991/10992/10993/10994/10995/10996/10997/10998/10999/11000/11001/11002/11003/11004/11005/11006/11007/11008/11009/11010/11011/11012/11013/11014/11015/11016/11017/11018/11019/11020/11021/11022/11023/11024/11025/11026/11027/11028/11029/11030/11031/11032/11033/11034/11035/11036/11037/11038/11039/11040/11041/11042/11043/11044/11045/11046/11047/11048/11049/11050/11051/11052/11053/11054/11055/11056/11057/11058/11059/11060/11061/11062/11063/11064/11065/11066/11067/11068/11069/11070/11071/11072/11073/11074/11075/11076/11077/11078/11079/11080/11081/11082/11083/11084/11085/11086/11087/11088/11089/11090/11091/11092/11093/11094/11095/11096/11097/11098/11099/11100/11101/11102/11103/11104/11105/11106/11107/11108/11109/11110/11111/11112/11113/11114/11115/11116/11117/11118/11119/11120/11121/11122/11123/11124/11125/11126/11127/11128/11129/11130/11131/11132/11133/11134/11135/11136/11137/11138/11139/11140/11141/11142/11143/11144/11145/11146/11147/11148/11149/11150/11151/11152/11153/11154/11155/11156/11157/11158/11159/11160/11161/11162/11163/11164/11165/11166/11167/11168/11169/11170/11171/11172/11173/11174/11175/11176/11177/11178/11179/11180/11181/11182/11183/11184/11185/11186/11187/11188/11189/11190/11191/11192/11193/11194/11195/11196/11197/11198/11199/11200/11201/11202/11203/11204/11205/11206/11207/11208/11209/112							

LOTTO 109	DESCRIZIONE	DITTA ALSE MEDICA SRL	DITTA BENEFIS SRL	DITTA CABBINI SRL	DITTA DAHLHAUSEN ITALY SRL	DITTA FLEXGARE SRL	DITTA MEDINE INTERNATIONAL ITALY SRL	DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA
MASCHERA MONOQUINTE PER AEROSOL TERAPIA ADIUTIVA E RESPIRATORIO	Maschere per aerosol terapeutiche in materiale plastico di grado medico, morbide, vascolari, inodore, flessibile e non conduttivo. Tale da coprire e proteggere il muscolo respiratorio mediante secondo sistema di chiusura a scatto. In dotazione: 100 pezzi. Confezione in cartoncino a non sigillato: presenza di spina di sicurezza e correzione di funzione estetica di sostegno regolabile: con sistema medico a ingranaggi regolabile. In confezione singola. Tutte le misure complete in produttore e fornitori.	CONFORME	CONFORME	DITTA ESCLUSIVA PERMANENTE PER IL MERCATO DELLA CAMPIONATIURA NEI TERMINI PREVISTI ALLA DOCUMENTAZIONE DI CALA MPT 2 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI FONTIVIA, IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI ACCORDO SOTTOSCRITTO PER LA CAMPIONATIURA CONTINUA IMPERSONALE, AL ELEMENTO VALUTATIVO DELL'OFFERTA PER IL COMPLETAMENTO EFFETTIVO DELL'OFFERTA DEL PRODOTTO A SCOPPO DELLA CAMPIONATIURA SOTTOSCRITTO IN VALIGIA SCSA IN DATA 09/05/2019	CONFORME	CONFORME	CONFORME	CONFORME







LOTTO 121	DESCRIZIONE	DITTA AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SRL	DITTA SANITER BICE MARIOTTINI
<p>HUMID-VENT MICRO CON CONNETTORE MM 3,0 e 3,5</p>	<p>Filtro antibatterico per filtrazione e umidificazione lato paziente in anestesia e rianimazione; utilizzo fino a 24 ore; presa per capnometro LL femmina. Latex e ftalati free.</p>	<p>DITTA ESCLUSA PER MANCATO INVIO DELLA CAMPIONATURA NEI TERMINI PREVISTI ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (ART. 6 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA), IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDIZIONE DEI CONCORRENTI. LA CAMPIONATURA COSTITUISCE IMPRESCINDIBILE ELEMENTO VALUTATIVO DELL'OFFERTA PER COMPROVARE L'EFFETTIVA IDONEITA' DEL PRODOTTO A SODDISFARE LE ESIGENZE RICHIESTE ANCHE IN RAAGIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI SOTTESI</p>	<p>CONFORME</p>







LOTTO 124	DESCRIZIONE	DITTA BIOPSYBELL SRL	DITTA FLEXICARE SRL	DITTA MEDIVAL
MASO ARTIFICIALE MONOUSO CON VALVOLA PEDIATRICO E NEONATALE	Filtro scambiatore di calore e umidità monouso per respiro spontaneo (nasi artificiali). Connessioni ISO 15mm. Corredato di attacco per ossigeno e valvola per broncos aspirazione, connessione standard per tubo endotracheale e cannula tracheostomica. Sterili, in confezione singola.	CONFORME	NON CONFORME, LA DITTA HA PRESENTATO UN PRODOTTO PER USO ADULTI E PEDIATRICO MA NO NEONATALE (VT MAGGIORE DI 70ML)	NON CONFORME, LA DITTA HA PRESENTATO UN PRODOTTO PER USO ADULTI MA NO PEDIATRICO E NEONATALE





LOTTO 125	DESCRIZIONE	DITTA BENEFIS SRL	CARBINI SRL
<p>SONDA MONOUSO PER ASPIRAZIONE TRACHEALE CONTROLLATA</p>	<p>Sonde per aspirazione endotracheale controllata in PVC morbido, trasparente, termosensibile, con estremità distale aperta, smussata ed atraumatica, con fori laterali, estremità prossimale con valvola di controllo in materiale plastico, collegata al raccordo conico femmina, con codice colore aderente agli standard internazionali. Tutte le misure da CH 6 (o inferiori) a CH 24 (o superiori). In conformazione lunga (lunghezza da circa 50 a circa 60 cm) e corta (lunghezza da circa 30 a circa 50 cm). Sterili, in confezione singola.</p>	<p>CONFORME</p>	<p>DITTA ESCLUSA PER MANCATO INVIO DELLA CAMPIONATURA NEI TERMINI PREVISTI ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (ART. 6 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA), IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDIZIONE DEI CONCORRENTI. LA CAMPIONATURA COSTITUISCE IMPRESCINDIBILE ELEMENTO VALUTATIVO DELL'OFFERTA PER COMPROVARE L'EFFETTIVA IDONEITA' DEL PRODOTTO A SODDISFARE LE ESIGENZE RICHIESTE ANCHE IN RAGIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI SOTTESI</p>






LOTTO 126	DESCRIZIONE	DITTA BENEFIS SRL	CARBINI SRL
<p>SONDA MONOUSO PER ASPIRAZIONE TRACHEALE NON CONTROLLATA</p>	<p>Sonda per aspirazione di muco nel tratto tracheale, in PVC morbido, atossico di grado medicale, trasparente e retta, con estremità distale smussa ed atraumatica perforata con un foro centrale, estremità prossimale dotata di raccordo universale colorato secondo il codice colore, lunghezza della sonda da 30 cm a 50 cm. Satinata internamente ed esternamente o comunque trattata per facilitare l'aspirazione del muco e lo scorrimento della sonda all'interno del tubo endotracheale. Tutte le misure da CH 6 (o inferiori) a CH 24 (o superiori). In conformazione lunga (lunghezza da circa 50 a circa 60 cm) e corta (lunghezza da circa 30 a circa 50 cm). Sterili, in confezione singola.</p>	<p>CONFORME</p>	<p>DITTA ESCLUSA PER MANCATO INVIO DELLA CAMPIONATURA NEI TERMINI PREVISTI ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (ART. 6 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA), IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. LA CAMPIONATURA COSTITUISCE IMPREScindibile ELEMENTO VALUTATIVO DELL'OFFERTA PER COMPROVARE L'EFFETTIVA IDONEITA' DEL PRODOTTO A SODDISFARE LE ESIGENZE RICHIESTE ANCHE IN RAGIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI SOTTESI</p>





LOTTO 127	DESCRIZIONE	DITTA AIR LIQUIDE SRL
<p>SONDA MONOUSO PER ASPIRAZIONE TRACHEALE DIREZIONALE</p>	<p>Sonde per aspirazione endotracheale controllata in PVC morbido, trasparente, termosensibile, con estremità distale aperta, smussata ed atraumatica, angolata per permettere di direzionare la sonda, con estremità prossimale munita di valvola di controllo in materiale plastico, collegata al raccordo conico femmina, con codice colore aderente agli standard internazionali. Tutte le misure. Sterili, in confezione singola.</p>	<p>DITTA ESCLUSA PER MANGATO INVIO DELLA CAMPIONATURA NEI TERMINI PREVISTI ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (ART.6 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA), IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDIZIONE DEI CONCORRENTI. LA CAMPIONATURA COSTITUISCE IMPRESCINDIBILE ELEMENTO VALUTATIVO DELL'OFFERTA PER COMPROVARE L'EFFETTIVA IDONEITA' DEL PRODOTTO A SODDISFARE LE ESIGENZE RICHIESTE ANCHE IN RAAGIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI SOTTESI</p>


LOTTO 130	DESCRIZIONE	DITTA BENEFIS SRL
ASPIRAMUCO MONOUSO STERILE	Aspiramuco in PVC morbido di tipo medicale a doppia camera in PVC trasparente graduata a 5, 10, 15, 20, 25, 30 ml con sondino da 40 cm circa e cannula di aspirazione fornita di connettore flessibile. Monouso, sterile. Misura CH 10.	CONFORME





LOTTO 131	DESCRIZIONE	DITTA BENEFIS SRL
ASPIRAMUCO MONOUSO STERILE TIPO LUKENS	<p>Dispositivo per broncoaspirato sterile monouso costituito da un recipiente da 20 ml circa in materiale plastico trasparente, con sonda di aspirazione da CH 14 di lunghezza 60/70 cm direttamente collegata al recipiente, tubo di aspirazione con raccordo universale tappo ermetico munito di etichetta autoadesiva tipo Lukens. In confezione sterile, materiale di grado medicale, atossico. Il dispositivo si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contenitore cilindrico, di capacità non inferiore a 20 ml, graduato, con:</li> <li>- tappo di chiusura avvitabile oppure a pressione con due fori di ingresso collegati a due tubi , di cui uno con innesto per dispositivo di aspirazione ed il secondo per aspirazione delle secrezioni tracheo-bronchiali</li> <li>- tappo di riserva presente nella parte inferiore del cilindro, per chiusura sterile</li> <li>- due tubi saldati al tappo nella parte superiore</li> <li>. un tubo millegabile all'aspiratore, lunghezza non inferiore a 40 cm, calibro adeguato al passaggio del materiale, non inferiore a 14 Ch</li> </ul>	<p style="text-align: center;">CONFORME</p>







LOTTO 133	DESCRIZIONE	DITTA MG LORENZATTO SRL
DISPOSITIVO PER ASPIRAZIONE MUCCOSTA' E LAVAGGIO BRONCHIALE MONOCAMERA 180 ML	Aspiratore mucosità in corso di broncoscopia per prelievo di BAL (citologia e microbiologia, citoformula), vol 180 ml circa	CONFORME



LOTTO 134	DESCRIZIONE	DITTA MG LORENZATTO SRL
DISPOSITIVO PER ASPIRAZIONE MUCCOSTA' E LAVAGGIO BRONCHIALE MONOCAMERA 40 ML	Aspiratore mucostà in corso di broncoscopia per prelievo di BAL (citologia e microbiologia, citoformula), vol 40 ml circa	CONFORME




LOTTO 135	DESCRIZIONE	DITTA SMITHS MEDICAL ITALIA SRL
SPIROMETRO INCENTIVATORE	Spirometro incentivante volumetrico dotato di grafica universale, alta visibilità dei segnalatori, connettore per ossigeno, valvola unidirezionale, maniglia, gancio per il letto, tubo flessibile, monopaziente. Capacità litri 2,5 circa (Bambino) e litri 4 circa (Adulto)	CONFORME




LOTTO 136	DESCRIZIONE	DITTA BENEFIS SRL	DITTA DEAS SRL	DITTA MPIM ITALIA SRL	DITTA MEDTRONIC ITALIA SRL SRL
INCENTIVI ORISPIRATORI RESPIRATORI	Tubo flessibile e leggero con bocchaglio, dotato di filtro antipolvere. Tre camere comunicanti e respiranti e graduate con valvole colorate per una migliore visione e misurazione dello sforzo respiratorio. Leggero, trasparente, maneggevole. Privo di fatali (DEHP free). Monoporzionato.	CONFORME	CONFORME	NON CONFORME. LA DITTA HA OFFERTO UN PRODOTTO PRIVO DI FILTRO ANTIPOLVERE, NON GRADUATO E NON PRIVO DI FATALI.	CONFORME




LOTTO 139	DESCRIZIONE	DITTA DEAS SRL	DITTA SANITER BICE MARIOTTINI
DEVICE ATOMIZZAZIONE LARINGO-TRACHEALE MONOUSO	Dispositivo monouso per nebulizzazione di farmaci attraverso le mucose laringo-tracheali, per la somministrazione di farmaci a livello delle vie aeree superiori ed oltre le corde vocali. Costituito da sondino malleabile per indirizzare la somministrazione del farmaco, dotato di raccordo per siringa luer-lock. Sterile, in confezione singola. Misure adulto e pediatrico.	CONFORME	CONFORME



LOTTO 140	DESCRIZIONE	DITTA DEAS SRL	DITTA SANITER BICE MARIOTTINI
DEVICE ATOMIZZAZIONE NASALE MONOUSO	Dispositivo per nebulizzazione di farmaci attraverso le mucose nasali ed orofaringee. Costituito da cono in materiale atraumatico per non danneggiare le narici, device per nebulizzare il farmaco in particelle di circa 30 micron e siringa con connessione luer-lock. Sterile, in confezione singola.	CONFORME	CONFORME


LOTTO 141	DESCRIZIONE	DITTA FLEXICARE SRL
A) SISTEMA UMIDIFICAZIONE-OSSIGENO	<p>Sistema di acqua sterile chiuso per inalazione USP a lunga durata in polipropilene ecologico.</p> <p>Sistema per l'umidificazione in ossigenoterapia a circuito chiuso composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiaccone di acqua distillata sterile in polipropilene o altro materiale equivalente con capacità non superiore a 500 ml.</li> <li>- Perforatore comprensivo di valvola di sicurezza, che consenta il collegamento del fiaccone al flussimetro senza rischio di contaminazione.</li> </ul> <p>Il perforatore potrà essere già inserito nel fiaccone, o in confezione separata.</p> <p>I fiacconi dovranno essere completi di etichetta in italiano con la data di sterilizzazione, il n. di lotto, la data di scadenza e il marchio CE.</p> <p>Il sistema dovrà essere latex free.</p> <p>La Ditta aggiudicataria dovrà fornire a titolo gratuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I riduttori/adattatori eventualmente necessari per collegare i dispositivi offerti ai flussimetri esistenti</li> <li>- Tutti gli eventuali accessori necessari per l'utilizzo dei sistemi offerti.</li> <li>- Tutti gli elementi necessari per l'utilizzo corretto dei sistemi offerti anche in presenza di trattamento di ossigenoterapia.</li> </ul>	<p>CONFORME</p>
B) SISTEMA DI ACQUA PENTADISTILLATA PER L'UMIDIFICAZIONE IN OSSIGENOTERAPIA A CIRCUITO CHIUSO ML 500	<p>Acqua sterile per inalazione USP in fiaccone da 500 ml circa</p>	
C) SISTEMA DI ACQUA PENTADISTILLATA PER L'UMIDIFICAZIONE IN OSSIGENOTERAPIA A CIRCUITO CHIUSO ML 1500	<p>Acqua sterile per inalazione USP in fiaccone da 1500 ml circa, con adattatore per umidificazione</p>	
D) RACCORDO UMIDIFICAZIONE STERILE PER SISTEMA CHIUSO DI ACQUA STERILE	<p>Adattatore umidificatore con valvola di riduzione della pressione e allarme acustico di sovrappressione, il micro-diffusore nella base della bottiglia assicura un'efficace umidificazione. Facile da usare, riduce al minimo i rischi di contaminazione.</p>	
E) RACCORDO NEBULIZZAZIONE STERILE PER SISTEMA CHIUSO DI ACQUA STERILE	<p>Adattatore nebulizzatore, che consente concentrazioni di ossigeno di 28-98%. Il tubo di refluxo riduce al minimo la pioggia, i filtri e ricicla le goccioline. Connettore da 22 mm. Dimensione delle particelle di aerosol tra 1,2 e 8 micron. Fornito singolarmente in un sacchetto sterile staccabile.</p>	




LOTTO 145	DESCRIZIONE	DITTA COLMA SRL
TALCO POLVERE STERILE	Talco sterile a granulometria controllata per pleurodesi, gr 4 con Kit di polverizzazione, pronto all'uso	CONFORME



LOTTO 150	DESCRIZIONE	DITTA DEAS SRL
RACCORDO PER ASPIRAZIONI TRACHEALI CON VALVOLA	Raccordo per accesso ai tubi endotracheali ed alle cannule tracheostomiche dotato di valvola. Deve permettere l'accesso di sonde da aspirazione o broncoscopio alle vie aeree senza interrompere la ventilazione del paziente. La valvola deve impedire la dispersione di aria durante la rimozione degli strumenti. In confezione singola. Monouso.	CONFORME

