

**PROCEDURA RISTRETTA IN FORMA CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE E DEI DISPOSITIVI CORRELATI AL LORO IMPIEGO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA - N. GARA ANAC 8047027 - REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO 22 - CIG 8629392F8A**

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**PREMESSO CHE**

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora PuntoZero S.c.ar.l.) del 08/03/2021 è stata indetta “Procedura ristretta in forma centralizzata per la fornitura di protesi ortopediche e dei dispositivi correlati al loro impiego per le aziende sanitarie della Regione Umbria” il cui bando istitutivo è stato pubblicato sulla GU S: 2021/S 050-123249 del 12/03/2021 e sulla GURI (V° Serie Speciale) N. 30 del 15/03/2021;
- in attuazione della L.R. n. 13/2021, a seguito di atto notarile del 14/12/2021 è stata disposta la variazione della denominazione societaria in “PuntoZero S.c.ar.l.” con efficacia dal 01/01/2022;
- dalla medesima data del 01/01/2022 è operativa la sola “PuntoZero S.c.ar.l.” alla quale fanno capo senza soluzione di continuità tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sorti in capo alla “Umbria Salute e Servizi Scarl” ancorché sorti precedentemente alla suindicata data, e pertanto anche tutte le posizioni giuridiche connesse alla procedura di gara in oggetto;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico di PuntoZero S.c.ar.l. del 20/03/2023 è stata aggiudicata la “Procedura ristretta in forma centralizzata per la fornitura di protesi ortopediche e dei dispositivi correlati al loro impiego per le Aziende sanitarie della Regione Umbria”, suddivisa in n. 38 lotti, della durata di 48 mesi, con conseguente pubblicazione di tutti gli atti di gara e contestuale comunicazione *ex art. 76* a tutte le Ditte partecipanti;

- la normativa speciale di gara prevedeva espressamente che “Umbria Salute e Servizi Scarl, si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente ai sensi dell’art. 21-quinquies della L.241/90, di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.” (cfr. punto VI.3) Informazioni complementari: del Bando GUUE e del Bando GURI)
- in data 16/05/2023 è pervenuta istanza dalla Ditta Smith & Nephew Srl (acquisita agli atti con prot.5782) in riferimento al lotto n.22 per il quale è risultata seconda in graduatoria, in cui si chiede di riesaminare la valutazione di idoneità tecnica dell’offerta della Ditta Zimmer Biomet Italia Srl aggiudicataria del lotto (*distretto anatomico ginocchio con caratteristiche di minima “ PTG tricompartimentale con superficie ceramizzata cementata da primo impianto a piatto fisso o mobile, che preveda l’utilizzo di componenti femorali anatomici in versione Cr o Ps di un piatto tibiale metallico ed inserti in PE disponibili in varie altezze. Il sistema deve prevedere la protesi di rotula”* ) assumendo che il prodotto offerto dalla citata aggiudicataria non possiederebbe tale caratteristica.

#### **DATO ATTO CHE**

- il RUP all’esito di sommaria istruttoria ha disposto la trasmissione della suesposta richiesta alla Commissione giudicatrice per una eventuale rivalutazione;
- la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata, alla presenza di tutti i componenti, in data 14/06/2023 presso la sede di PuntoZero S.c.ar. l per riesaminare l’istanza di cui in premessa;
- la Commissione giudicatrice ha provveduto in seduta riservata a riesaminare tutta la documentazione di offerta tecnica di entrambe le concorrenti ed all’esito del predetto esame ha rilevato che, a causa di un errore di valutazione, il prodotto offerto dalla Ditta

aggiudicataria Zimmer Biomet Italia Srl per il lotto n. 22 è stato ritenuto erroneamente rispondente al requisito minimo “*con superficie ceramizzata cementata*”, poichè all’esito di riesame approfondito di tutta la documentazione tecnica è risultato che il dispositivo offerto dalla citata aggiudicataria risulta effettivamente carente della suddetta caratteristica tecnica minima. Infatti “*la finitura presentata dalla Zimmer Biomet in nitruro di titanio e niobio non presenta parimenti le stesse caratteristiche tipologiche della superficie ceramizzata prevista dal capitolato tecnico*”;

#### **PERTANTO**

- la stazione appaltante recependo gli esiti della rivalutazione condotta dalla Commissione giudicatrice deve procedere, nell’ordine:
  - a disporre l’esclusione dalla gara, del predetto operatore economico Zimmer Biomet Italia Srl, aggiudicatario del lotto 22 per un importo regionale annuale pari a € 561.720,00 (oltre IVA), in quanto il prodotto dallo stesso offerto, non soddisfa il requisito minimo di cui alla *lex specialis*, che richiede per il Distretto anatomico ginocchio, PTG tricompartimentale con superficie ceramizzata cementata, come descritto nel Capitolato tecnico con conseguente revoca dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990,
  - e per l’effetto a disporre, l’aggiudicazione del lotto 22 in favore della concorrente seconda classificata in graduatoria Ditta Smith & Nephew Srl per un importo regionale annuale pari a € 691.580,00;

**DI DARE ATTO ALTRESI’** che il valore aggiudicato per la procedura ristretta in forma centralizzata per la fornitura di protesi ortopediche e dei dispositivi correlati al loro impiego per le Aziende Sanitarie della regione Umbria (codice gara anac 8047027), suddivisa in 38 lotti, risulta così ridefinito:

- complessivo regionale annuale dell’affidamento pari a € 5.556.099,50 (iva esclusa);
- complessivo regionale quadriennale dell’affidamento pari a € 22.224.398,00 (iva esclusa).

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO il D.Lgs 36/2023 “Codice dei Contratti pubblici” in particolare art. 226 e art. 229;

VISTO il Regolamento degli Acquisti approvato il 10.6.2021 e successive modifiche del 28/04/2023;

VISTO l'art. 1 della L.R. Umbria n. 13/2021 “Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali.

**SI PROPONE ALL'AMMINISTRATORE UNICO DI PUNTOZERO S.C. A R.L.  
DI ADOTTARE ATTO CON IL QUALE DECIDE DI:**

1) APPROVARE il documento istruttorio, cui è allegato per costituirne parte integrante e sostanziale il documento di seguito elencato:

- Allegato n. 1: Tabella elenco lotti e valori di aggiudicazione lotto 22.

Il documento istruttorio con i relativi allegati resterà conservato agli atti di PuntoZero S.c.ar.l. in formato digitale (Protocollo aziendale);

2) PRENDERE ATTO dell'esclusione della Ditta Zimmer Biomet Italia Srl del lotto 22 in quanto il prodotto da tale Ditta non soddisfa il requisito minimo di cui alla *lex specialis* che richiede per il Distretto anatomico ginocchio, *PTG tricompartimentale con superficie ceramizzata cementata*, come descritto nel Capitolato tecnico;

3) REVOCARE, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990, l'aggiudicazione precedentemente disposta in favore della Ditta Zimmer Biomet Italia Srl per il lotto 22 (CIG 8629392F8A);

4) DISPORRE l'aggiudicazione in favore della concorrente seconda classificata in graduatoria Ditta Smith & Nephew Srl alle condizioni tecniche ed economiche di cui alla relativa offerta, in particolare dando atto che il prezzo unitario offerto per singolo impianto è di €

2.290,00 (oltre IVA), il valore annuale regionale offerto è di € 691.580,00 (oltre IVA) corrispondente al valore quadriennale offerto di € 2.766.320,00 (oltre IVA) .

5) DISPORRE la sostituzione della *Tabella elenco lotti e valori* di aggiudicazione di cui alla Determinazione di aggiudicazione del 20/03/2023 con la nuova *Tabella elenco lotti e valori di aggiudicazione* tenendo conto delle variazioni intercorse relativamente al lotto 22 (di cui all'Allegato 1 cit);

6) DARE ATTO:

a) che il valore aggiudicato per la procedura ristretta in forma centralizzata per la fornitura di protesi ortopediche e dei dispositivi correlati al loro impiego per le Aziende Sanitarie della regione Umbria (codice gara anac 8047027) suddivisa in 38 lotti, risulta così ridefinito:

- complessivo regionale annuale dell'affidamento pari a € 5.556.099,50 (iva esclusa);
- complessivo regionale quadriennale dell'affidamento pari a € 22.224.398,00 (iva esclusa);

b) che quanto disposto con la Determinazione del 20/03/2023 e non espressamente integrato con il presente atto, deve intendersi invariato;

7) DISPORRE:

a) la pubblicazione del provvedimento di rettifica di aggiudicazione e degli atti ad esso connessi sul sito istituzionale di PuntoZero Scarl [www.puntozeroscarl.it](http://www.puntozeroscarl.it), sulla piattaforma di eprocurement Net4Market [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_puntozeroscarl](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl) nonché sulla pagina web del MIT dedicata agli Appalti Pubblici [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it);

b) la trasmissione ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 50/2016 del presente atto a tutte le ditte partecipanti al lotto n. 22 con particolare riferimento alla esclusa Ditta

Zimmer Biomet Italia Srl e alla Ditta Smith & Nephew Srl ora aggiudicataria del lotto 22;

- c) la trasmissione del presente atto all'Azienda USL Umbria 1, all'Azienda USL Umbria 2, all'Azienda Ospedaliera di Perugia ed all'Azienda Ospedaliera di Terni per l'adozione dei conseguenti atti di recepimento.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COORDINATORE DI AREA DISPOSITIVI  
MEDICI

Dott. ssa Nicoletta Filistauri

IL DIRETTORE DELLA CENTRALE REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITÀ

Dott. Roberto Americioni

*Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale*